Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500898-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-08-2022 16:05:13

Лот № 4500898-Т1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500898-Т1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий, Бобошко Максим – (и.о главного врача , КГП) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	010540003182, ТОО "ФИРМА "МЕДСИСТЕМ"	Соответствует
4	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бобошко Максим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбренген»	ТОО «Светоком Плюс»	АО Рентгенпром.	АО Рентгенпром, ЗАО.
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюрографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»	Аппарат ретгенографический стационарный цифровой «Инсар» ФМ. Функциональное назначение аппарат-проведение массовых обследований населения – флюрография.	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс «ПроСкан»	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс «ПроСкан - 2000»
Производитель МТ:	АО «Актюбренген», Казакстан	ТОО «Светоком Плюс», Казахстан	АО Рентгенпром, Россия.	АО Рентгенпром, ЗАО Россия.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Кабинет рентгенозащитная с подъемником для пациента: из композитных материалов	Соответствует	Отсутствует данные по рентгенозащитной кабине: отсутствует данные по свинцовой эквивалент защитной кабины; Отсутствует данные максимального веса пациента;	Соответствует	Соответствует
2. Устроиство сканирующее (система регистрации ренгеновского изображения на полупроводниково м детекторе), - полупроводниковы й линейный детектор	Соответствует	Отсутствует данные гиомотрического изображения ; отсутствует данные о дозе на кадр с плоскости приемника изображения при кантрасной чувствительности 1%;	Соответствует	Соответствует

3.	Устроиство рентгеновское питающее высококачественно е	Не соответствует, нет подробного описание характеристики	Не соответствует, нет подробного описание характеристики		
4.	Комплект средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе РС (АРМ1)	Не соответствует азу: требуемая 8гб, фактическая 4 гб. Нет информации о размере матрицы. Отсутствует данные о процессоре.	Не соответствует азу: требуемая 8гб, фактическая 4 гб. Нет информации о размере матрицы. Отсутствует данные о процессоре.	Не соответствует азу: требуемая 8гб, фактическая 4 гб. Нет информации о размере матрицы. Отсутствует данные о процессоре.	Соответствует
5.	Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на басзе РС (АРМ2)	Не соответствует азу: требуемая 8гб, фактическая 4 гб. Нет информации о размере матрицы. Отсутствует данная о процессоре.	Не соответствует азу: требуемая 8гб, фактическая 4 гб. Нет информации о размере матрицы. Отсутствует данные о процессоре.	Не соответствует азу: требуемая 8гб, фактическая 4 гб. Нет информации о размере матрицы. Отсутствует данные о процессоре.	Соответствует
6.	Облучатель бактерицидный настенный рецикуляторный	Отсутствует информация	Отсутствует информация	Отсутствует информация	Соответствует
7.	Набор мебели, в том числе: стол компьютерный-1шт; кресло компьютерное-1шт;	Отсутствует информация	Отсутствует информация	Отсутствует информация	Соответствует
8.	Источник бесперебойного питания 1500 ВА	По источнику бесперебойного питания отсутствует информация.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Расходные материалы					

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Бобошко **Бобошко М.Ю**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501367-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-09-2022 11:35:28

Лот № 4501367-T1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501367-T1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной, Сакипов Марат – (И.О зав. отд. лучевой диагностики, Городская многопрофильная больница №2) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сакипов Марат

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501367-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-09-2022 11:35:28

Лот № 4501367-T1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501367-T1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной, Сакипов Марат – (И.О зав. отд. лучевой диагностики, Городская многопрофильная больница №2) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сакипов Марат

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501368-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2022 00:30:31

Лот № 4501368-Т1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501368-Т1 Анестезиологическая рабочая станция, Сарыбаева Индира – (реаниматолог, моб) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
2	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Не соответствует
3	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
4	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «ТОО КОНТУР XXI»**	**ТОО «ITTS» (2367450)**	**ТОО «Диагаль»**	**ТОО «ZEIN INVEST»**
Предлагаемая модель МТ:	**Анестезиологическая система А7 с принадлежностями**	**Анестезиологическая система А7 с принадлежностями**	**Наркозно-дыхательный аппарат GENESIS.**	**Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300**	**Анестезиологические системы Carestation 650 A1**
Производитель МТ:	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO, Китай**	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO, Китай**	**«Hersill S.L.», Испания**	**Drägerwerk AG & Co. KGaA, Германия.**	**Datex-Ohmeda, Inc. США**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие					
Крепление аппарата - на тележке.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет тележки -имеется мобильный корпус на колесиках	Соответствует	Соответствует
Ящики для принадлежностей. Выдвижные ящики.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует -не указано наличие	Соответствует	Соответствует
Вентилятор с приводом. Пневмопривод или электропривод.	Не соответствует. не ясно, какой привод используется пневмо либо электропривод.	Не соответствует. не ясно, какой привод используется пневмо либо электропривод.	Не соответствует. не ясно, какой привод используется пневмо либо электропривод.	Соответствует	Соответствует
Требования к дыхательной системе: Объем дыхательной системы наркозно-дыхательного аппарата, включая абсорбер не более 3,9 литра	Не соответствует -указан 2,85л вместо 3,9л	Не соответствует Указан 2,85лвместо 3,9л	Не соответствует Указан 1800мл - вместо 3,9л	Соответствует	Соответствует
Подогрев дыхательной системы и сбора конденсата Функция подогрева дыхательной системы аппарата для предупреждения образования конденсата или встроенный конденсор для сбора конденсата.	Не соответствует -не указано как именно реализован подогрев	Не соответствует -не указано как именно реализован подогрев	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Анестезиологический аппарат ИВЛ Режим VC-AF (AutoFlow). VC-CMV/	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует	Соответствует	Соответствует

VCV. PC SIMV, VC-SIMV/ SIMV VCV, SIMV PCV. PC-SIMV/PS, VC-SIMV/PS/ Режим PSVPro. Тревога апноэ. Режим ручная вентиляция легких					
диапазон регулирования частоты дыхания, не уже (1/мин)3-100.	Не соответствует. Составляет 4-100л/мин	Не соответствует. Составляет 4-100л/мин	Соответствует	соответствует	Соответствует
диапазон регулирования максимального давления на вдохе, не уже; (см. вод. ст.)12-80.	Не соответствует. Верхний диапазон регулирования максимального давления на вдохе составляет 68 гПа, что соответствует 69 (см. вод. ст.), что хуже требуемого в ТЗ!	Не соответствует. верхний диапазон регулирования максимального давления на вдохе составляет 68 гПа, что соответствует 69 (см. вод. ст.), что хуже требуемого в ТЗ!	Не соответствует. верхний диапазон регулирования максимального давления на вдохе составляет 68 гПа, что соответствует 69 (см. вод. ст.), что хуже требуемого в ТЗ!	Соответствует	Соответствует
измерение концентраций кислорода на вдохе и на выдохе, не хуже от 0 до 100 об%	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует	Соответствует	Соответствует
Измерение концентрации анестетиков Одновременное измерение концентрации анестетика с определением первичного (основного)/вторичного (вспомогательного) газа.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. не указана возможность одновременного измерения концентрации анестетика с определением первичного (основного)/вторичного (вспомогательного)	Соответствует	Соответствует
Вычисление и отображение минимальной альвеолярной концентрации (МАК), не хуже0,0-9,9. Расчет МАК С учетом возраста пациента	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. не указана возможность вычисления и отображения МАК	Соответствует	Соответствует
Диапазон температур окружающего воздуха, не уже (°С) от 10 до 40. диапазон относительной влажности, не уже (%)20-95.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует
Испаритель анестетиков/ Севофлюрана	Не соответствует. не ясно, какой именно испаритель будет в комплекте поставки	Не соответствует. не ясно, какой именно испаритель будет в комплекте поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Водоотделитель/Влагоуловитель	соответствует	Соответствует	Не Соответствует	Соответствует	Соответствует

Абсорбера углекислого газа Контейнер/канистра. Ёмкость канистры абсорбера углекислого газа, не менее (мл)1370.	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует	Соответствует	соответствует

Эксперт Сарыбаева И.К.

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501370-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2022 14:02:31

Лот № 4501370-T1

Операционный стол

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501370-T1 Операционный стол, Бекмухамбетов Муратбек – (заведующий травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
2	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
3	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Соответствует
4	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соответствует
5	051140004027, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-37"	Соответствует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
7	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировки высоты и нижнего положения стола по заявке высота не менее 605мм по предложению поставщика 700 мм. Наибольшая высота по заявке до 1080 мм, предложение поставщика до 1000 мм
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировки высоты и нижнего положения стола по заявке высота не менее 670мм по предложению поставщика 780мм. Наибольшая высота по заявке до 1030 мм, предложение поставщика до 1080 мм Наличие инфузионной стойки по заявке, у поставщика

				отсутствует. Вес стола по заявке не менее 240 кг, по предложению поставщика 170 кг.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировки высоты и нижнего положения стола по заявке. Положение Тренделенбурга не более 25 и не более 28 градусов по заявке, у поставщика 40.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие габаритов стола по заявке высота не менее 605, у поставщика 498. Тип привода по заявке гидравлический у поставщика электрогидравлический.

Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501371-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-09-2022 13:34:11

Лот № 4501371-Т1

Аппарат наркозно-дыхательный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501371-Т1 Аппарат наркозно-дыхательный, Сарыбаева Индира – (реаниматолог, моб) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
2	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует
3	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
4	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
5	550130401411, ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	Соответствует
6	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Пенлон Лимитед, Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,,	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**	Пенлон Лимитед, Великобритания	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65**	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400	Анестезиологическая система A5/ A7 в комплекте с принадлежностями	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями**	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400	**- Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями**
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Пенлон Лимитед, Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,,	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**	Пенлон Лимитед, Великобритания	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
	Основные комплектующие					
	соответствуют	соответсвует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
	Дополнительные комплектующие					
	Не соответствуют – отсутствует испаритель для изофлурана	соответсует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
	Расходные материалы					
	Не соответствует – отсутствует контур дыхательный для детей	соответствует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	соответствуют	соответсвует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют

Эксперт **Сарыбаева И.К.** **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501372-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 15:12:53

Лот № 4501372-Т1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501372-Т1 Анестезиологическая рабочая станция, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКОФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ITTS"**	**ТОО «Диагаль»**	**ТОО "ZEIN INVEST"**	
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65, с принадлежностями**	**Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300**	**Анестезиологические системы Carestation 650 A1 с принадлежностями**	
Производитель МТ:	**«Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.» Китай**	**Dragerwerk AG&Co.KGaA.Германия**	**Datex-Ohmeda Inc, Соединённые Штаты Америки**	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Анестезиологическая рабочая станция	Не соответствует	Не соответствует по параметру «диапазон регулирования частоты дыхания: не менее 0-100 в минуту» - от 3 до 100/мин	Не соответствует	
Испаритель анестетиков	Есть	Есть	Есть	
Шланг, кислородный	Есть	Есть	Есть	
Дополнительные комплектующие				
Газовый модуль	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	
Медицинский компрессор	Есть	Есть	Есть	
Смеситель медицинских газов.	Есть	Есть	Есть	

Система отвода отработанных медицинских газов	Есть	Есть	Нет информации	
Расходные материалы				
Абсорбент	Есть	Есть	Есть	
Влагоотделитель / Влагоуловитель	Есть	Есть	Наличие водоотделителя	
Линия для отбора проб дыхательной смеси	Нет информации	Есть	Есть	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	
Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 200)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки МТ и место дислокации	100 календарных дней	90 календарных дней	100 календарных дней	
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	

Эксперт Сафиоллинова Р.С

подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501372-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 15:16:12

Лот № 4501372-Т1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501372-Т1 Анестезиологическая рабочая станция, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ITTS»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «Диагаль»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65	Анестезиологические системы Carestation 650 A1	Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300
Производитель МТ:	Китай	Datex-Ohmeda, Inc.	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Германия.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Аппарат предназначен для проведения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких, с возможностью работы с использованием низких потоков свежего газа.	**Не соответствует.** (Нет информации про возможность работы на низких потоках)	Соответствует.	Соответствует.
Ящики для принадлежностей: большой выдвижной ящик или малый выдвижной ящик в комплектации с основным блоком.	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.
Режим VC-AF (AutoFlow)	**Не соответствует.** (данный режим отсутствует в ТС)	Соответствует.	Соответствует.
Диапазон регулирования времени вдоха: не более 0,2-10 сек.	**Не соответствует.** (Время вдоха **0,4**-5 сек.)	Соответствует.	Соответствует.
Настройка параметров ИВЛ исходя из веса пациента.	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.
Режим кардиошунтирования (СВМ, АИК):	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.
Газовый модуль:			
Диапазоны измерения концентрации газообразных анестетиков: Галотан от 0 до **6** об.%, Изофлуран от 0 до **6** об.%, Десфлуран от 0 до **20** об.	**Не соответствует.** (Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – **5**%, Sev 0 – 8%, Des 0 – **18**%.)	Соответствует.	Соответствует.
xMAC минимальная альвеолярная концентрация анестетика определяется на основании **возраста** пациента, концентрации газообразного анестетика и закиси азота.	**Не соответствует.** (в представленном ТС нет информации о том, что MAK высчитывается с учетом возраста пациента.)	Соответствует. (Отображение **МАКвозраст**)	Соответствует.
CO2: Диапазон от 0 до 13,6 об.%	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует. (CO2 %0-15)	Соответствует. (CO2: диапазон: 0 - 13,6 об.%)
Линия для отбора проб дыхательной смеси (10шт)	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501373-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 17:00:48

Лот № 4501373-Т1

Аппарат наркозно-дыхательный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501373-Т1 Аппарат наркозно-дыхательный, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
2	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Не соответствует
3	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Не соответствует
4	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
5	550130401411, ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	Не соответствует
6	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО"ITTS"	ТОО "КОНТУР XXI"	ТОО"MEDICA TRADE"	ТОО "PHARMALOGICA"	ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	ТОО"CENTROPHARM"
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65	Анестезиологическая система А7 в комплекте с принадлежностями	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400, модификации: Prima 465	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400, модификации: Prima 465
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics КИТАЙ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	Penlon Limited Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	Penlon Limited Великобритания
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Дыхательный объем, диапазон, мл.: 20 - 1600	Дыхательный объем (VCV) 10-1500 м не соответствует	Дыхательный объем, диапазон, 5 - 1500 не соответствует	Дыхательный объем (VCV) 10-1500 м не соответствует	**соответствует**	Дыхательный объем (VCV) 10-1500 м не соответствует	**соответствует**
Общий размер рамы, в*ш*г, см.: не более: 140х92х70 Планшет для письма - размер планшета, см.: не более: 45 х 34 Масса, кг.: не более: 145.	Вес:120 кг Габариты: Высота: 1.350 мм Глубина: 610 мм Ширина: 700 мм **соответствует**	Общий размер рамы, в*ш*г, см: 140х105х81 Планшет для письма - размер планшета, см:75 х 48 Масса, кг:185. не соответствует	Нет информаций в ТС Вес:120 кг Габариты: Высота: 1.350 мм Глубина: 610 мм Ширина: 700 мм **соответствует**	**соответствует**	Вес:120 кг Габариты: Высота: 1.350 мм Глубина: 610 мм Ширина: 700 мм **соответствует**	**соответствует**
Дополнительные комплектующие						
Медицинский компрессор Производительность компрессора, л/мин.: не менее: 40 Уровень шума, дБ.: не более: 52	Компрессор воздушный, встроенный в корпус аппарата – наличие. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. **не соответствует;**	Медицинский компрессор Нету информаций в ТС	Компрессор воздушный, встроенный в корпус аппарата – наличие. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. **не соответствует;**	**соответствует**	Компрессор воздушный, встроенный в корпус аппарата – наличие. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. **не соответствует;**	**соответствует**
Расходные материалы						
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501373-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-09-2022 12:07:47

Лот № 4501373-Т1

Аппарат наркозно-дыхательный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501373-Т1 Аппарат наркозно-дыхательный, Сарыбаева Индира – (реаниматолог, моб) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
2	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
3	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует
4	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
5	550130401411, ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	Соответствует
6	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Пенлон Лимитед, Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,,	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**	Пенлон Лимитед, Великобритания	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65**	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400	Анестезиологическая система A5/ A7 в комплекте с принадлежностями	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями**	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400	**- Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями**
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Пенлон Лимитед, Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,,	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**	Пенлон Лимитед, Великобритания	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
	Основные комплектующие					
	соответствуют	соответсвует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
	Дополнительные комплектующие					
	Не соответствуют – отсутствует испаритель для изофлурана	соответсует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
	Расходные материалы					
	Не соответствует – отсутствует контур дыхательный для детей	соответствует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	соответствуют	соответсвует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют

Эксперт **Сарыбаева И.К.** **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501374-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-09-2022 10:42:05

Лот № 4501374-T1

Стол операционный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501374-T1 Стол операционный, Бекмухамбетов Муратбек – (заведующий травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
2	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
3	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
5	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Соответствует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
7	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
8	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Не соответствует
9	111240009719, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 605 до 1005 мм.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие веса стола по заявке 250 кг, у поставщика 170 кг.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**

комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 720 до 1070 мм.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 720 до 1070 мм.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501375-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-09-2022 14:18:51

Лот № 4501375-Т1

Стол операционный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501375-Т1 Стол операционный, Бекмухамбетов Муратбек – (заведующий травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
2	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соответствует
3	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Соответствует
4	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
5	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
7	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
8	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует
9	111240009719, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует техническим характеристикам заказчика. По заявке стол универсальный, у поставщика мобильный. По заказу стол электрогидравлический у поставщика электрический. Не соответствие веса стола по заявке 250 кг, у поставщика 170 кг.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 720 до 1070 мм.
Дополнительные комплектующие				

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования	111240009719,			

потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 720 до 1070 мм. Не соответсвие рамки экрана.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись