Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4503246-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-09-2022 16:39:03

Лот № 4503246-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4503246-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	930240000644, ТОО "АМИР И Д"	Не соответствует
2	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Амир и Д"	"MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	"ZEIN INVEST"	"TND"
Предлагаемая модель МТ:	E-CUBE 15,	E-CUBE 15	Voluson E10	EPIQ Elite
Производитель МТ:	(Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея)	(Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея)	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG АВСТРИЯ	Philips Ultrasound Inc. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Ультразвуковая диагностическая система	не соответствует	не соответствует	**соответствует**	**соответствует**
Дополнительные комплектующие				
Датчик конвексный Диапазон частот конвексного датчика: не менее 1 МГц – не более 5 МГц; Угол сканирования конвексного датчика: не менее 111 град не более 113 град;	не соответствует	не соответствует	**соответствует**	**Не соответствует**
Датчик линейный - Диапазон частот линейного датчика не менее 4 МГц – не более 13 МГц	не соответствует	не соответствует	**соответствует**	**соответствует**
Датчик конвексный внутриполостно Диапазон частот конвексного внутриполостного датчика: не менее 3 МГц – не более 10 МГц;	не соответствует	не соответствует	**соответствует**	**соответствует**
Датчик конвексный объемный - Диапазон частот конвексного объемного датчика: не менее 2 МГц – не более 8 МГц;	не соответствует	не соответствует	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Угышев А.Н./подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502677-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-09-2022 22:43:51

Лот № 4502677-Т1

Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502677-Т1 Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте, Богданова Александра – (врач функциональной диагностики, ГКП на ПХВ "Мангистауская областная многопрофильная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соответствует
2	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Соответствует
3	930240000644, ТОО "АМИР И Д"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
6	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Богданова Александра

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	ТОО "АМИР И Д"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Акционерное общество "Ordamed"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape P50 в комплекте	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер, варианты исполнения: Mirror 2 Touch	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS50	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ5 с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP.Китай	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co.	Alpinion Medical Systems Co Ltd	ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд	Samsung Medison Co.,Ltd	Philips Ultrasound Inc.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**		
Основные комплектующие						
Система диагностическая ультразвуковая	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Дополнительные комплектующие						
Дополнительные комплектующие:	Не соответствует нет постоянно-волнового допплера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы						
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502678-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2022 13:41:15

Лот № 4502678-Т1

Система диагностическая ультразвуковая широкого профиля

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502678-Т1 Система диагностическая ультразвуковая широкого профиля, Угышев Асхат – (нач.тех.отдела, КГП на ПХВ ЦМИР УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
2	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соответствует
4	930240000644, ТОО "АМИР И Д"	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
6	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(Лот №4502678-Т1 Система диагностическая ультразвуковая широкого профиля)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Lifetech»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «ASUNARO KZ»	ТОО «Амир и Д»	ТОО «Медико-инновационные технологии»	ТОО «TND»
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape P50 в комплекте	Система ультразвуковая дтагностическая медицинская Vivid T9	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер, варианты исполнения: Mirror 2 Touch	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Pro в комплкте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая в вариантах исполнения EPIQ5 с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL Corp., Китай	GE Medical Systems China Co Ltd, Китай	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co. КИТАЙ РК-МИ (МТ) - №023686	Alpinion Medical Systems Co Ltd.	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, Китай	Philips Ultrasound Inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Система диагностическая ультразвуковая широкого профиля: Режимы работы: М-режим, импульсно-волновой допплер, энергетический допплер, цветовое допплеровское картирование, дуплексный 2D режим, непрерывно-волновой допплер / постоянно волновой допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: отсутствует дуплексный 2D режим	Соответствует	Соответствует
Габариты: Ширина, мм, не менее 590 и не более 592 мм Высота, мм, не менее 1257 и не более 1886 мм Вес, кг, не менее 60 и не более 104,3 кг	Ширина 568 мм, не соответствует	соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Размеры: 995 х 590 х 1380мм, Вес - 113 кг.	Не соответствует: Ширина 532 мм Высота регулируемая 1115-1430 Вес 55 кг	Ширина 575 мм, не соответствует	Не указан вес, не соответствует
Дополнительные комплектующие						
Датчик секторный	соответствует	соответствует	соответствует	Не указаны точные числовые	соответствует	соответствует

Диапазон рабочих частот не менее 1 МГЦ и не более 5 МГц Количество элементов датчика не менее 64 и не более 80				значения, не соответствует		
Датчик линейный Диапазон рабочих частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц Количество элементов датчика не менее 160 и не более 192	Не соответствует: Количество элементов 256	соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Линейный многочастотный датчик L5-10/40EP (2.0/3.5/5.0 Мгц)	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик конвексный Диапазон рабочих частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц Количество элементов датчика не менее 160 и не более 192	соответствует	соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Конвексный многочастотный датчик C2-5/60EP (2-10 Мгц)	Диапазон частот 1-6 МГц не соответствует	соответствует	соответствует
Датчик микроконвескный внутриполостной Диапазон рабочих частот не менее 3 МГЦ и не более 10 МГц Количество элементов датчика не менее 128	соответствует	Соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик EC4-9/10EP (4.0/6.5/9.0 Мгц)	соответствует	Диапазон рабочих частот 2,6-12 МГц, не соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатацин)						

Эксперт **Угышев А.Н/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502682-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-09-2022 15:55:31

Лот № 4502682-Т1

Ультразвуковая медицинская диагностическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502682-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Соответствует
2	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Не соотвествует
3	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Не соотвествует
4	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	ТОО "DENSAULYQ LIFE"	ТОО "QAZMEDEQ"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"
Предлагаемая модель МТ:	диагностическая система Apogee 2300	MyLab™Omega с принадлежностями	MyLab™Omega	ультразвуковая система Arietta 65
Производитель МТ:	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd КИТАЙ	Esaote S.p.a Италия	Esaote S.p.a Италия	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Вес основного блока без батареи не более 5,9 кг	**соответствует**	**не соответствует Вес основного блока с батареей – 7 кг.**	**не соответствует Вес основного блока с батареей – 7 кг.**	**Не соответствует**
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Угышев А.Н/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502683-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-09-2022 14:55:07

Лот № 4502683-Т1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502683-Т1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Соответствует
2	930240000644, ТОО "АМИР И Д"	Не соответствует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
4	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
5	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	ТОО "Амир и Д"	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО"DENSAULYQ LIFE"	ТОО" "QAZMEDEQ""
Предлагаемая модель МТ:	Apogee 6300	E-CUBE 15	E-CUBE 15	Aplio a-серии в исполнении Aplio a450 (CUSAA450)	Aplio a-серии в исполнении Aplio a450 (CUSAA450)
Производитель МТ:	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd КИТАЙ	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея	Alpinion Medical Systems Co Ltd. Республика Корея	Canon Medical Systems Corporation	Canon Medical Systems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Полностью цифровая многоцелевая диагностическая ультразвуковая система экспертного класса в комплекте с датчиками, предназначен для осуществления диагностики в следующих областях: Малые органы Исследования щитовидной железы Исследования молочных желез Исследования опорно-двигательный аппарата Малоинвазивные (биопсийные) вмешательства Интраоперационные и интервенционные исследования. Динамический диапазон не менее 336 дБ Вес аппарата без дополнительного оборудования не более 96 кг	**Соответствует**	**не соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Дополнительные комплектующие				
Конвексный датчи	**соответствует**	**не соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Эксперт **Угышев А.Н. /подпись**

Таблица соответствия

(Лот №4502686-Т1 Ультрозвуковой аппарат экспертного класса)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Lifetech»	ТОО «АМИР и Д»	ТОО «ASUNARO KZ»	ТОО «Ordamed»	ТОО «DAR-MEDICAL»	ТОО «Медико-инновационные технологии»	ТОО «АСТАМЕД»	ТОО «KAZMEDEQIPMENT»
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape P40 в комплекте	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер, варианты исполнения: Mirror 2 Touch	Система диагностичекая ультразвуковая стационарная HS модели HS50	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Pro в комплкте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8	Ультразвуковая диагностическая система Apogee 5800 в комплкте с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL Corp., Китай	Alpinion Medical Systems Co Ltd.	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co. КИТАЙ РК-МИ (МТ) - №023686	Samsung Medison Co. Ltd, Республика Корея	Не указан производитель и страна	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, Китай	Alpinion Medical Systems Co Ltd.	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co. Ltd, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие								
Габариты: высота от 1320 до 1710 мм (с монитором); ширина от 557 до 586 мм; глубина от 791 до 987 мм; вес от 105,4 до 118,0 кг (с монитором и принадлежностями;	соответствует	Ширина 532 мм, глубина 787 мм, вес 90 кг, не соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Размеры: 995 х 590 х 1380мм,	Ширина 530 мм, глубина 750 мм, вес 79,8 кг, не соответствует	Габариты и вес не указаны, не соответствует	соответствует	Ширина 532 мм, глубина 787 мм, вес 90 кг, не соответствует	Ширина 670 мм, глубина 1010 мм, не соответствует
Дополнительные комплектующие								
Датчик конвексный 1 – 17 МГц	соответствует	Диапазон частот: не уже 1 - 6 МГц; Радиус кривизны: не более 60 мм; не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Диапазон частот: не уже 1 - 6 МГц; Радиус кривизны: не более 60 мм; не соответствует	соответствует

Датчик линейный 1 – 18 МГц	соответствует	Диапазон частот: не уже 3-12 МГц; Радиус кривизны: не более 38,4; Число элементов: не менее 192;не соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Линейный многочастотный датчик L5-10/40EP (2.0/3.5/5.0 Мгц)	соответствует	соответствует	соответствует	Диапазон частот: не уже 3-12 МГц; Радиус кривизны: не более 38,4; Число элементов: не менее 192;не соответствует	соответствует
Датчик конвексный (ректовагинальный) 1 - 17 МГц	соответствует	Не указаны точные числовые значения, не соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Конвексный многочастотный датчик C2-5/60EP (2-10 Мгц)	соответствует	соответствует	соответствует	Не указаны точные сисловые значения, не соответствует	соответствует
Датчик фазированный 1 – 17 МГц	соответствует	Диапазон частот: не уже 1-5 МГц; Область просмотра: не менее 90; Число элементов: не менее 64;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Диапазон частот: не уже 1-5 МГц; Область просмотра: не менее 90; Число элементов: не менее 64;	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								

Эксперт **Угышев А.Н /подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502686-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2022 14:20:57

Лот № 4502686-Т1

Ультрозвуковой аппарат экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502686-Т1 Ультрозвуковой аппарат экспертного класса , Угышев Асхат – (нач.тех.отдела, КГП на ПХВ ЦМИР УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Соответствует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соответствует
3	210240006871, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL"	Не соответствует
4	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
5	930240000644, ТОО "АМИР И Д"	Не соответствует
6	140340000454, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT"	Не соответствует
7	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
8	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ASUNARO KZ"	АО "Ordamed"	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "КОНТУР XXI"	ТОО "LIFETECH"	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер, варианты исполнения: Mirror 2 Touch РК-МИ (МТ) - №023686	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS50	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape P60 в комплекте	Система ультразвуковая диагностическая в вариантах исполнения EPIQ5 с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co. КИТАЙ	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд., Республика Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля: Основные типы датчиков: Линейный, микроконвексный внутриполосной, секторный фазированный, объемный конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля: Режимы работы: М-режим, импульсно-волновой допплер, энергетический допплер, цветовое допплеровское картирование,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: отсутствуют: М-режим, дуплексный режим, триплексный режим	Соответствует	Соответствует

дуплексный режим, триплексный режим						
Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля: Габариты: Ширина, мм, не менее 592 и не более 620 мм Высота, мм, не менее 1257 и не более 1886 мм Вес, кг, не менее 90 и не более 104,3 кг	Соответствует	Не соответствует: Ширина 530 мм Вес 79,8 кг	Соответствует	Не соответствует: Ширина: 575±5 мм Высота: 1090±5 мм	Не соответствует: Ширина, мм, 568 Вес, кг, 80	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Модуль встроенный для работы с объемными изображениями расширенный 3D/4D, активируемый электронным ключом / Модуль количественного анализа в режиме общей 3D-визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера, активируемый электронным ключом / Непрерывно-волновой допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный: Характеристика: Диапазон частот не менее 4 МГц и не более 18 МГц Количество элементов не менее 192 и не более 288	Не Соответствует **Характеристика:** Диапазон частот 7,5 МГц не полная информация	Не соответствует: Диапазон частот 3 – 16 МГц	Соответствует	Не соответствует: Диапазон частот датчика 3 – 13,5 МГц	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной: Характеристика: Диапазон частот не менее 2,9 МГц и не более 10 МГц	Не соответствует: Диапазон частот 6,5 МГц не полная информация	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Диапазон частот датчика 2,6 – 12,8 МГц	Не соответствует: Угол сканирования, 200 градусов	Соответствует

Количество элементов не менее 128 и не более 192 Угол сканирования не менее 163 и не более 181 град						
Датчик секторный фазированный: Характеристика: Диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц Количество элементов не менее 64 и не более 80	Не соответствует: Диапазон частот 2,5 МГц не полная информация	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный конвексный: Характеристика: Диапазон частот не менее 2 МГц и не более 8 МГц Количество элементов не менее 192	Не соответствует: Диапазон частот 4 МГц не полная информация	Не соответствует: Диапазон частот: 1 – 8 МГц	Соответствует	Не соответствует: Диапазон частот датчика 1,6 – 8,2 МГц Количество элементов: 128	Соответствует	Соответствует
Порты или гнезда для подключения датчиков: 4 порта Модуль встроенный для обеспечения работы дополнительного порта датчика, активируемый электронным ключом / 4 гнезда	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует: 5 электронных портов (превышает)	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Эксперт Уткин А. Н. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502690-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-09-2022 11:23:42

Лот № 4502690-Т1

Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502690-Т1 Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля, Абубакиров Рустем – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
2	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Не соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
6	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502690-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2022 11:58:08

Лот № 4502690-Т1

Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502690-Т1 Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля, Угышев Асхат – (нач.тех.отдела, КГП на ПХВ ЦМИР УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
2	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Не соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
6	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(Лот №4502690-Т1 Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Lifetech»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «ASUNARO KZ»	ТОО «Ordamed»	ТОО «КОНТУР XXI»	ТОО «TND»
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape P60 в комплекте	Система ультразвуковая дтагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер, варианты исполнения: Mirror 2 Touch	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS50	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая в вариантах исполнения EPIQ5 с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL Corp., Китай	ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд, Республика Корея	Shenzhen Lanmage Medical Technology КИТАЙ РК-МИ (МТ) - №023686	Samsung Medison Co., LTD, Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD	Philips Ultrasound Inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля Основные типы датчиков: Линейный, микроконвексный внутриполосной, секторный фазированный, объемный конвексный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля: Режимы работы: М-режим, импульсно-волновой допплер, энергетический допплер, цветовое допплеровское картирование, дуплексный режим, триплексный режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: отсутствуют: М-режим, дуплексный режим, триплексный режим	Соответствует
Габариты: Ширина, мм, не менее 592 и не более 620 мм Высота, мм, не менее 1257 и не более 1886 мм Вес, кг, не менее 90 и не более 104,3 кг	Ширина 568 мм, не соответствует. Вес 80 кг, не соответствует.	соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.	Ширина 530 Вес 79,8 к, не соответствует	Ширина 575±5 мм, высота 1090±5 мм не соответствует.	Не указан вес, не соответствует

			kz/category/search_prep Размеры: 995 x 590 x 1380мм, Вес - 113 кг.			
Дополнительные комплектующие						
Датчик линейный Диапазон частот не менее 4 МГц и не более 18 МГц Количество элементов не менее 192 и не более 288	соответствует	соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Линейный многочастотный датчик L5-10/40EP (2.0/3.5/5.0 Мгц)	Диапазон частот 3-16 МГц, не соответствует	Не указаны Диапазон частот 3,0-13,5 МГц, не соответствует	Количество элементов 1920, не соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной Диапазон частот не менее 2,9 МГц и не более 10 МГц Количество элементов не менее 128 и не более 192 Угол сканирования не менее 163 и не более 181 град	Угол сканирования 200 градусов не соответствует	соответствует	Не соответствует По данным из регистраций № РК-МТ-0№023686 из сайта http://register.ndda.kz/category/search_prepМикроконвексный многочастотный внутриполостной датчик EC4-9/10EP (4.0/6.5/9.0 Мгц)	Не указан угол сканирования, не соответствует	Не указаны Диапазон частот 2,6-12,8 МГц, не соответствует	соответствует
Датчик объемный конвексный Диапазон частот не менее 2 МГц и не более 8 МГц Количество элементов не менее 192	соответствует	соответствует	соответствует	Диапазон частот 1-8 МГц, не соответствует	Не указаны Диапазон частот 1,6-8,2 МГц, количество элементов 128, не соответствует	соответствует
Порты или гнезда для подключения датчиков: 4 порта Модуль встроенный для обеспечения работы дополнительного порта датчика, активируемый электронным ключом / 4 гнезда	**5 электронных портов, преимущество**	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Эксперт **Угышев А.Н/подпись**

Таблица соответствия

(Лот №4502691-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Lifetech»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «ПРОМ-ЕА»	ТОО «Ordamed»	ТОО «TND»	ТОО «КАЗМЕДГРУП»
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N	Система диагностическая медицинская портативная LOGIQ e в комплекте	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N	Система диагностическая ультразвуковая портативная HM70EVO	Система диагностическая ультразвуковая CX50	Система ультразвуговая диагностическая InnoSight с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL Corp., Китай	GE Medical Systems (China) Co., Ltd, Китай	SONOSCAPE MEDICAL Corp., Китай	Samsung Medison Co., LTD, Корея	Philips Ultrasound Inc, США	Qisda Corporation, Тайвань
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Системаультразвуковая диагностическая медицинская портативная Режим отображения: В-режим, М-режим, импульсно-волновой допплер, цветовое допплеровское картирование, энергетический допплер.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Габариты: Ширина – не менее 295 мм и не более 413 мм. Высота – не менее 70 мм и не более 76 мм. Вес не менее 5,2 кг и не более 6,17 кг.	Высота 60,5 мм. не соответствует. Вес 4 кг, не соответствует	соответствует	Высота 60,5 мм. не соответствует. Вес 4 кг, не соответствует	Высота 67,2 мм, не соответствует	Высота 86 мм, вес 7.3 кг, не соответствует	Высота 31,8 мм, ширина 223,2 мм, вес 2,46 кг, не соответствует
Дополнительные комплектующие						
Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Угышев А.Н/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502691-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2022 14:47:22

Лот № 4502691-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502691-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Угышев Асхат – (нач.тех.отдела, КГП на ПХВ ЦМИР УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
3	051140001776, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕДГРУП"	Не соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502687-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 16-09-2022 15:49:38

Лот № 4502687-Т1

Ультразвуковой аппарат экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502687-Т1 Ультразвуковой аппарат экспертного класса, Алипов Аскар – (и.о. заведующего отделения лучевой диагностики, Костанайская областная детская больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
2	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алипов Аскар

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «DENSAULYQ Life»	ТОО «QazMEdEQ»		
Предлагаемая модель МТ:	MyLab™X8	MyLab™X8		
Производитель МТ:	Esaote S.p.a	Esaote S.p.a		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Ультразвуковая медицинская диагностическая система	соответствует	соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Датчики, термопринтер	соответствует	соответствует		
Расходные материалы				
Кабель ЭКГ	соответствует	соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
условия ГСО, требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует		

Эксперт Алиев Аскар Бекенович **ФИО/подпись**