Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500891-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 10:39:46

Лот № 4500891-Т1

Томограф компьютерный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500891-Т1 Томограф компьютерный, Дастанов Данияр – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дастанов Данияр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2368970 ТОО «АЛАШ-KZ»	№ 2368670 ТОО "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	№ 2365570 ТОО «ТриМедика»	№ 2366950 ТОО "HYDRAMED"	№ 2368850 ТОО "QAZMED LEASING"
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии **InsitumCT 768** SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии **ANATOM S400** Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Компьютерный томограф **SOMATOM go.Top** Siemens Healthcare GmbH,
Производитель МТ:	КИТАЙ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ	ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Гентри					
Апертура, см., не менее: 75.	**Соответствует**	**Соответствует** 76	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 70
Размеры гентри, см: высота, см.: не менее 185 – не более 187.	**Не соответствует** 196см	**Не соответствует** 198,2	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
ширина, см.: не менее 199 – не более 215.	**Не соответствует** 220	**Не соответствует** 182	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
глубина, см.: не менее 87 – не более 92.	**Не соответствует** 103	**Не соответствует** 94,5	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Угол наклона гентри, градус: +/-30	**Соответствует**	**Не соответствует** +/-50 – *показатель*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		лучше заявленного			
Позиционирование лазером. Лазерный маркер положения среза. Функция дистанционного управления гентри.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Вес гентри, кг, не менее: 1600.	**Соответствует** 1800 кг	**Соответствует** 2564	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 1400
Стол с электромеханическим и ручным приводом					
Диапазон движения по вертикали, см: 55.	**Не соответствует** 56,5см – *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 50см	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 42,5см
Максимально допустимая нагрузка на стол, кг, не менее: 220.	**Соответствует** 250кг	**Соответствует** 230кг	**Соответствует** 227	**Соответствует** 227	**Соответствует** 227
Набор принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Генератор					
Выходная мощность генератора, кВт, не менее: 48.	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 48	**Соответствует** 48	**Соответствует** 75
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ: минимальное значение, не более: 80;	**Соответствует** 70	**Соответствует** 70	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 70
максимальное значение, не менее: 135.	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140
Минимальное значение тока, мА: 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Не соответствует** 13
Максимальное значение тока мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 800	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400	**Соответствует** 625
Размещение элементов управления (включения и отключения) рентгеновского излучения на панели гентри.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Максимальное время непрерывного спирального сканирования, сек: 100.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Детектор					
Тип детектора: твердотельный	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Общее количество элементов детектора, не менее: 56 832	**Не соответствует** 55296	**Соответствует** 58 368	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 53760
Количество рядов детектора, не менее: 64.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер элемента детектора, мм., не менее: 0,5.	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	Нет данных
Количество элементов в одном ряду детектора, не менее: 888.	**Не соответствует** 864	**Соответствует** 912	**Соответствует** 888	**Соответствует** 888	**Не соответствует** 840
Ширина детектора по оси Z, мм.: 40.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Частота сбора данных, сбор/сек., не менее: 1200.	**Соответствует**	**Соответствует** 4800	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальная толщина среза, мм, не менее: 0,5.	**Соответствует** 0,625	**Не соответствует** 0,3125 – *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,6
Абсорбционная эффективность детектора, %.: 99	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.), оборот в сек., не менее: 0,35	**Соответствует** 0,37	**Не соответствует** 0,286 –*показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,75	Нет данных
Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Максимальное поле обзора, мм:	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

500.		520 – *показатель лучше заявленного*			
Реконструкция изображений Модуль удвоения количества срезов, максимальное количество, не менее: 128.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Количество срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов: 128 -Модуль удвоения указан в ТС, но без цифровых значений	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Количество срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов: 128 -Модуль удвоения указан в ТС, но без цифровых значений	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Не менее 128 срезов за один полный оборот рентгеновской трубки. -Модуль удвоения не указан в ТС
Коллиматор наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка					
Теплоемкость рентгеновской трубки, тысяч тепловых единиц, не менее: 5000.	**Соответствует** 8000	**Соответствует** 7500	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 6000
Минимальная сила тока, мА: 10.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 13
Максимальная сила тока, мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 800	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400
Количество фокусных пятен: 2.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер малого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не более: 0,7*0,8-0,8*0,9.	**Не соответствует** 0,6*1,2	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 0,8*0,8
Размер большого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не более: 1,2*1,4-1,4*1,6.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 1,0*1,2
Угол раскрытия веерного рентгеновского пучка, град, не менее: 49,0.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 51	**Соответствует** 51	Нет данных
Функция адаптивной фильтрации в режимах 2D и 3D.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Консоль					
Программное обеспечение.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение**	**Требуется уточнение**	Нет данных

Модуль модернизации базового программного обеспечения для консоли.			«Модуль модернизации» не указан в ТС	«Модуль модернизации» не указан в ТС	
Режим удаления артефактов от металла.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Режим интерактивной реконструкции для снижения лучевой нагрузки.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Расширенное значение КТ-числа, HU +32 767/-32 768.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** -8192/+57343
Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду, не менее: 22.	**Соответствует** 40	**Соответствует** 100	**Соответствует** 30	**Соответствует** 30	**Не соответствует** 9
Программное обеспечение для сбора данных и реконструкции с ЭКГ-синхронизацией.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано в ТС
Независимая рабочая станция Размер медицинского монитора, дюйм: 24	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система архивирования изображения и связи наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система внутренней связи Интерком Наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для анализа узелковых образований в лёгких - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение** Выполнение автоматизированной сегментации поражений в легких с указанием объема и среднего диаметра
Дополнительные комплектующие					
Высоковольтные кабели - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Устройство для печати медицинских	**Соответствует** AGFA DRYSTAR 5302	**Соответствует** DRYVIEW 5700	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с	**Соответствует** AGFA DRYSTAR

изображений - **наличие.**		LaserImagingSystem Carestream Health, Inc., США	принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай	принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай	
Устройство для автоматического введения контрастного вещества - **наличие.**	**Соответствует** Sino Medical Device Technology	**Соответствует** ASA-300 Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	**Соответствует** Accutron CT Medtron AG, Германия	**Соответствует** Accutron CT Medtron AG, Германия	**Соответствует** Система инъекционная MEDRAD Salient
Источник бесперебойного питания, кВА, не менее: 100.	**Соответствует** 160	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Соответствует** 125
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации Требование к электропитанию 3 фазы 400В 100кВА 3-phase 400V 100kVA Допустимые отклонения: в пределах 5% Допустимая влажность: от 35 до 80% RH Рентген-защита помещения согласно СанПИН Требования к климатическим условиям Помещение Выделение тепла (kcal / h) Допустимая температура Помещение сканера Scanner room 2650 (2273) 20～28° (−5～33° без использования) Помещение оператора Operation room 350 (300) 10～28° (−5～33° без использования)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано в ТС - Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					

Рекомендуется включить в ТС заявителя:

1. *специальное рентгенозащитное стекло (стекла защитные просвинцованные) с рамой и креплениями для визуального контроля в комнате исследования.*
2. *2 комплекта рентгензащитной одежды (воротник, фартук или жилет с юбкой)*

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович** _____

После рассмотрения технической спецификации были выявлены следующие несоответствия:

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	**Заявленные параметры (параметры указанные в лоте Компьютерный томограф SOMATOM go.Top)**	**Разъяснение преимуществ или несоответствий**
Гентри		
Апертура, см., не менее: 75.	**Не соответствует:** Диаметр апертуры (отверстия) гентри 70 см.	Больший диаметр дает удобство при укладке пациента, позволяет с легкостью позиционировать пациентов при любых клинических задачах, например, тучных пациентов при кардиологических исследованиях или пациентов с многочисленными фиксирующими конструкциями, дренажами, интубационными трубками и т.д. при политравме.
Размеры гентри, см: высота, см.: не менее 185 – не более 187. ширина, см.: не менее 199 – не более 215	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Габариты оборудования имеют значение при подготовке и инсталляции оборудования. Чем компактнее оборудование, тем проще процесс его установки.
Размеры гентри, см: глубина, см.: не менее 87	**Не соответствует:** Глубина гентри 84 см.	Чем больше глубина гентри, тем более точное положение можно подобрать для обследования пациента.
Функция дистанционного управления гентри	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Наличие функции дистанционного управления гентри облегчает и ускоряет работу медицинского персонала.
Лазерный маркер положения среза	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Наличие лазерного маркера положения среза значительно снижает процент погрешности при позиционировании.
Рентгеновская трубка		
Функция адаптивной фильтрации в режимах 2D и 3D.	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Предназначена для подавления артефактов компьютерной томографии (КТ).
Детектор		
Общее количество элементов детектора, не менее: 56 832	**Не соответствует:** Количество детекторных элементов 53760	Количество физических рядов детектора предлагают преимущества в сборе информации и качестве получаемой картинки, более высокая детализация, лучшее качество визуализации формируют и клиническое преимущество. Кроме того, большее количество элементов и рядов в детекторе позволяет эффективнее использовать рентгеновское излучение, таким образом, чтобы сохранять высокое качество изображения при низкой лучевой

		нагрузке.
Минимальная толщина среза, мм, не менее: 0,5.	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Этот показатель влияет на полученное качество изображения. Чем меньше толщина среза, тем выше точность диагностики, что особенно важно при диагностике онкологии и костной патологии.
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.), оборот в сек., не менее: 0,35	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Идеально подходит для кардиологических исследований, для сканирования новорожденных детей или пожилых пациентов, которые не могут задержать дыхание. При сканировании с временем вращения трубки 0,35 сек. значительно снижаются артефакты от движения диафрагмы.
Максимальное поле обзора, мм: 500	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Диапазон сканирования определяет, какая анатомическая область может быть отсканирована за один цикл сбора данных. Более широкий диапазон сканирования позволяет проводить исследования различных анатомических областей без переукладки пациента.
Консоль		
Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду, не менее: 22.	**Не соответствует:** Нет информации в ТС	Значительно увеличивает производительность, пропускную способность томографа и скорость проведения диагностики.

После рассмотрения технической спецификации были выявлены следующие несоответствия:

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	**Заявленные параметры (параметры указанные в лоте)** Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM S400 с принадлежностями	**Разъяснение преимуществ или несоответствий**
Диапазон движения по вертикали, см: 55.	Не соответствует: 50	Чем больше данный показатель, тем больше сканируемый участок пациента без его перемещения, тем более качественные снимки будут на выходе.

После рассмотрения технической спецификации были выявлены следующие несоответствия:

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	**Заявленные параметры (параметры указанные в лоте)** Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCE 768	**Разъяснение преимуществ или несоответствий**
Размеры гентри, см: высота, см.: не менее 185 – не более 187.	**Не соответствует.** Размеры гентри, см: высота, см.: 196	Не соответствует, т.к. предлагаемый поставщиком аппарат превышает требуемые внешние габариты, что приведет к сокращению полезного рабочего пространства.
Размеры гентри, см: ширина, см.: не менее 199 – не более 215.	**Не соответствует.** Размеры гентри, см: ширина, см.: 220	Не соответствует, т.к. предлагаемый поставщиком аппарат превышает требуемые внешние габариты, что приведет к сокращению полезного рабочего пространства.
Размеры гентри, см: глубина, см.: не менее 87 – не более 92.	**Не соответствует.** Размеры гентри, см: глубина, см.: 103	Не соответствует, т.к. предлагаемый поставщиком аппарат превышает требуемые внешние габариты, что приведет к сокращению полезного рабочего пространства.
Количество элементов в одном ряду детектора, не менее: 888.	**Не соответствует.** Количество элементов в одном ряду детектора, 864	Большее количество элементов в одном ряду детектора позволяет эффективнее использовать рентгеновское излучение, таким образом улучшая качество изображения и снижая лучевую нагрузку.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500891-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-08-2022 09:47:54

Лот № 4500891-Т1

Томограф компьютерный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500891-Т1 Томограф компьютерный, Абубакиров Рустем – (Заведующий отделением лучевой диагностики, ГКП) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500899-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 15:36:11

Лот № 4500899-Т1

Компьютерный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500899-Т1 Компьютерный томограф с принадлежностями, Байтурлин Жанибек – (Зав. отд. радиологии и радиохирургии, АО "национальный центр нейрохирургии") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	171240004085, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BARYON"	Соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
4	160940026334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР"	Не соотвествует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байтурлин Жанибек

№	Наименование медицинской техники (КТ аппарат)	Программное обеспечение	Соответствует	Не соответствует
1	Компьютерный томограф SUPRIA, FUJIFILM	1. Быстрая реконструкция и постобработка с возможностью проведения специфических программ. 2. Специализированное приложение для проведения интервенционных процедур: биопсия, дренирование, абляция. При проведении контрастных исследований возможность синхронизировать момент инъекции с началом визуализации. 3. Программные обеспечения для объемной визуализации позволяющие удалить из изображений твердые ткани и обеспечить трекинг контрастного вещества. 4. Открытая программная платформа для установки новых приложений. Интегрированные программные пакеты, на примере: для составления отчетов.	+	
2	Компьютерный томограф SIEMENS go. TOP		+	
3	Компьютерный томограф Incisive CT			-
4	Компьютерный томограф Dominus 128, Healthcare Co.			-
5	Компьютерный томограф Insitum CT 768		+	
6	Компьютерный томограф Neu Viz 128		+	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500887-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2022 16:45:29

Лот № 4500887-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500887-Т1 Компьютерный томограф , Байтурлин Жанибек – (Зав. отд. радиологии и радиохирургии, АО "национальный центр нейрохирургии") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
4	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Не соотвествует
5	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байтурлин Жанибек

№	Наименование медицинской техники (КТ аппарат)	Программное обеспечение	Соответствует	Не соответствует
1	Компьютерный томограф Insitum 64s	1. Автоматическое исключение изображений костной ткани и стола для оперативного получения изображений только сосудов при помощи автоматизированных инструментов оценки и количественного анализа сосудов. 2. Автоматическое исключение изображений костной ткани и стола для оперативного получения изображения только сосудов. 3. Быстрый анализ релевантной информации (диаметр и площадь стеноза, длина изгиба). 4. CARE для детей: специальные клинические протоколы для педиатрии с 80 или 110 кВ и широким диапазоном установок тока. Рентгеновское излучение настроено для веса и возраста детей (и взрослых невысокого роста) с существенным уменьшением эффективной дозы излучения для пациента.		-
2	Компьютерный томограф Dominus 64			-
3	Компьютерный томограф ANATOM 64 Clarity			-
4	Компьютерный томограф ANATOM Precision			-
5	Компьютерный томограф Aquilion Lightning (TSX-035A)		+	
6	Компьютерный томограф Aquilion Lightning (TSX-035A)		+	
7	Компьютерный томограф SOMATOM go.Up		+	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500887-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2022 10:52:31

Лот № 4500887-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500887-Т1 Компьютерный томограф , Конысова Софья – (Радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики , КГП на ПХВ Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
4	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Соответствует
5	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4500887-Т1 Компьютерный томограф

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «Ordamed»	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	ТОО "CENTROPHARM"	ТОО «Три Медика»	ТОО «Qaz Med Leasing»
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии Insitum 64	Система компьютерной томографии Dominus 64	**Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity**	**Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM Precision**	Томограф компьютерный Aquilion Lightning	Томограф компьютерный Aquilion Lightning	Компьютерный томограф Компьютерный томограф SOMATOM
Производитель МТ:	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd. Китай	SG Healthcare Co., Ltd. Корея	**Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай**	**Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай**	Сапоп Medical Systems Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Детекторная система	1.Минимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм. :5мм, а в заявленной спецификации 20. (преимущество) 2. Максимальная скорость реконструкции	Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду: 10., а заявлено15	Максимальная длительность сканирования в спиральном режиме: 120 сек, заявлено 100 сек.	Максимальная длительность одной спирали детектора , сек.: 120, заявлено 100 сек. Количество физических элементов детектора:**29 184 (преимущество).**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	изображений, изображений в секунду:28, а в заявленной спецификации 15 (преимущество) .			Максимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: **520 (преимущество).**			
Гентри	Вес гентри, кг., 1800, в заявленной спецификации не более 1600	Вес гентри, кг., 1800, заявленно не более 1600	Диаметр отверстия гентри 70см, зявлено не менее 75см. Максимальное количество срезов за один оборот: 64 среза, а в заявленной спецификации 32 (преимущество)	Диаметр апертуры гентри, см.,70, а необходимо не менее 75 см,. Вес гентри, кг:2120, заявлено не более 1600 кг Минимальное время оборота блока «трубка- детектор» за один полный оборот (360 градусов), сек.: **0,5(преимущество).**	Соответствует	Соответствует	Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки 0,8 сек, а в заявленной спецификации не 0.75 сек (несущественная разница) Диаметр апертуры (отверстия) гентри 70 см , а н должно быть не менее 75см.
Стол для исследования	Максимальная скорость перемещения 200 мм/сек , а в заявленной спецификации не более 150 (преимущество)	Соответствует	Грузоподъемность стола для пациента: 205 кг, заявлено не менее 220 кг .Диапазон вертикального перемещения: стола 500мм, аявленно не менее 550мм (не существенная разница)	Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования, кг, 205 кг, заявлено не менее 220 кг (несущественная разница)	Соответствует	Соответствует	Диапазон горизонтального перемещения 160 см, заявлено не менее 191см Диапазон вертикального перемещения 42,5 см, заявлено 55см. Максимальная скорость перемещения 200 мм/сек , а в заявленной спецификации не более 150 (преимущество)

Консоль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трубка рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Установка климатическая	Соответствует	соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Распределитель питания 100кВА с выпрямителем тока.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Щит распределителя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Материалы для монтажа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2368970 ТОО"АЛАШ-KZ"	№ 2368810 Акционерное общество "Ordamed"	№ 2365870 ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	№ 2365670 ТОО "CENTROPHARM "	№ 2365570 ТОО "ТРИМЕДИКА"	№ 2368850 ТОО "QAZMED LEASING"	№ 2368950 ТОО "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии, **Insitum 64S** SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Система компьютерной томографии, **Dominus 64** SG Healthcare Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии **ANATOM 64 Clarity** Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.,	Томограф компьютерный **Aquilion Lightning** (TSX035A) Canon Medical Systems Corporation	Томограф компьютерный **Aquilion Lightning** (TSX035A) Canon Medical Systems Corporation	Компьютерный томограф **SOMATOM go.Up** (Siemens Healthcare GmbH)	Томограф компьютерный **Optima CT 520** GE Hangwei Medical Systems Co., LTD
Производитель МТ:	КИТАЙ	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ	ГЕРМАНИЯ	КИТАЙ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие						
Томограф компьютерный							
Система многосрезовой спиральной компьютерной томографии для исследования всего тела всех групп пациентов, включая бариатрических - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Технологии для ускорения рабочего процесса и снижения лучевой нагрузки.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Автоматическая адаптация тока на трубке к анатомическим	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**

особенностям пациента в плоскости среза и плоскости сканирования - наличие.							
Детекторная система							
Твердотельный материал с прямым преобразованием сигнала в цифровую форму - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Количество рядов детектора по оси Z, не менее: 28.	**Соответствует** 32	**Соответствует** 32	**Соответствует** 32	**Соответствует** 28	**Соответствует** 28	**Соответствует** 32	**Не соответствует** 24
Количество физических элементов детектора, не менее: 22400.	**Соответствует** 27648	**Соответствует** 27648	**Соответствует** 29184	**Соответствует** 22400	**Соответствует** 22400	Нет данных	**Не соответствует** 21888
Обзорное сканирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Аксиальное сканирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Спиральное сканирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальная толщина среза при коллимации, мм., не более: 1.	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 1	**Соответствует** 1	Нет данных	**Соответствует** 0,625
Матрица сбора данных, пикселей: 512x512.	**Соответствует** 512x512, 768x768, 1024x1024	**Соответствует** 512x512, 1024x1024	Нет данных	**Соответствует** 512x512	**Соответствует** 512x512	**Соответствует** 512x512	Нет данных
Минимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: 20.	**Не соответствует** 5	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 5	Нет данных
Максимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: 500.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 650 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует**
Минимальное значение спирального питча, не более: 0,625.	**Соответствует** 0,2	**Соответствует** 0,3	**Соответствует** 0,5	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	Нет данных	Нет данных
Максимальное значение спирального питча, не менее: 1,563.	**Соответствует** 1,75	**Не соответствует** 1,5	**Не соответствует** 1,5	**Соответствует** 2,0	**Соответствует** 2,0	Нет данных	**Соответствует** 1,75
Максимальная длительность одной спирали, сек.: 100.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 120	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Не соответствует**

							120
Максимальная пространственная разрешающая способность, пар линий/см., не менее: 14,5.	**Соответствует** 20	**Соответствует** 20	Нет данных	**Соответствует** 14,5	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует** 15,4
Низкоконтрастная разрешающая способность при контрастной разнице 3 ед. Хаунсфилда, мм., не менее: 2.	**Соответствует**	**Не соответствует** 3 мм	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Максимальная скорость реконструкции изображений (матрица 512x512), изображений в секунду: 15.	**Не соответствует** 20 *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 10	**Не соответствует** 65 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 15	**Соответствует** 15	Нет данных	**Не соответствует** 30 *показатель лучше заявленного*
Матрица отображения изображения, пикселей, не менее: не менее 512x512 – не более 1024 x1024	**Соответствует** 1024x1024	**Соответствует** 512x512, 1024 x1024	**Соответствует** 1024x1024	**Соответствует** 1024x1024	**Соответствует** 1024x1024	Нет данных	**Соответствует** 1024x1024
Гентри							
Количество реконструируемых срезов за один полный (360 градусов) оборот рентгеновской трубки: 32.	**Не соответствует** 64 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 16-32-64	**Не соответствует** 64 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 32	**Соответствует** 32	**Не соответствует** 64 *показатель лучше заявленного*	Нет данных
Минимальное время оборота блока «трубка - детектор» за один полный оборот (360 градусов), сек.: 0.75.	**Не соответствует** 0,5 *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 0,5 *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 0,5 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,75	**Не соответствует** 0,8	**Не соответствует** 0,8
Диаметр апертуры гентри, см., не менее: 75.	**Соответствует** 76	**Соответствует** 76	**Не соответствует** 70	**Соответствует** 78	**Соответствует** 78	**Не соответствует** 70	**Не соответствует** 70
Вес гентри, кг., не более: 1600.	**Не соответствует** 1800	**Не соответствует** 1800	**Соответствует** 1300	**Соответствует** 1350	**Соответствует** 1350	Нет данных	**Не соответствует** 1800
Угол наклона гентри, град.: +/ - 30	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Максимальное поле обзора сканирования (в аксиальной плоскости), мм.: 500.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Возможность управления гентри с двух сторон - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных

Система лазерных маркеров для точного позиционирования пациента на столе - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Установка климатическая для КТ-системы - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Распределитель питания 100 кВА (10 минут) с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - наличие.	**Не соответствует** 140кВА *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 100	Наличие, нет данных по кВА	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Не соответствует** 125кВА *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 120кВА *показатель лучше заявленного*
Стол для исследования пациента							
Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования, кг., не менее: 220.	**Соответствует** 250	**Соответствует** 250	**Не соответствует** 205	**Соответствует** 220	**Соответствует** 220	**Соответствует** 227	**Не соответствует** 205
Точность позиционирования, мм.: 0,25.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Максимальный диапазон перемещения стола пациента по горизонтали, мм, не менее: 1910	**Соответствует** 1950	**Соответствует** 1950	**Не соответствует** 1800	**Соответствует** 2190	**Соответствует** 2190	**Не соответствует** 1600	**Не соответствует** 1600
Диапазон вертикального перемещения, мм., не менее: 550.	**Соответствует** 575	**Соответствует** 560	**Не соответствует** 500	**Соответствует** 588	**Соответствует** 588	**Не соответствует** 425	**Соответствует** 550
Максимальная скорость перемещения, мм/сек., не менее: 130	**Соответствует** 200	**Соответствует** 150	**Соответствует** 150	**Соответствует** 130	**Соответствует** 130	**Соответствует** 200	**Не соответствует** 100
Удлинительная секция стола.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Консоль							
Монитор диагональю, дюймов, не менее: 19	**Соответствует** 24,1	**Соответствует** 24,1	**Соответствует** 24	**Соответствует** 19	**Соответствует** 19	Наличие, нет данных диагонали	**Не соответствует** 18,9
Жесткий диск для хранения данных, Гб., не менее: 480	**Соответствует** 5Тb = 5000 Гб	**Соответствует** 5Тb = 5000 Гб	Нет данных	**Соответствует** 480 Гб	**Соответствует** 480 Гб	Нет данных	Нет данных
Импорт изображений в формате DICOM с последующим их включением в базу данных Полная функциональность коммуникаций - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных

Программный комплекс для передачи вывода изображений на печатающее устройство - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM Storage (Приём, передача, хранение) - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM Query/Retrieve (Запрос и выдача списка пациентов / получение и выдача изображений и данных исследований и серий) - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM Worklist (Поддержка запроса и формирования рабочего листа назначений - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM MPPS (Прием отчета о шаге выполненной процедуры от оборудования, и передача отчета в другие системы) - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Поддержка сети Ethernet 10/100/1000 - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Программно-аппаратные пакеты и клинические приложения на консоли оператора: Многоплоскостное реформатирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Проекции максимальной и минимальной интенсивности - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Программа для трехмерного отображения поверхности объекта - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Программа для объемной реконструкции - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программа для виртуального удаления костной ткани на изображениях - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Фильтрация изображений для снижения артефактов от ужесточения спектра рентгеновского излучения - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных

Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Объемные измерения - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Приложение для контроля и учета дозовой нагрузки на пациента при сканировании - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Технология итеративной реконструкции изображений для получения изображений высокого диагностического качества при низкой дозовой нагрузке на пациента - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Трубка рентгеновская							
Теплоемкость анода рентгеновской трубки, млн. тепловых единиц: 5,0.	**Не соответствует** 5,3	**Не соответствует** 5,3	**Не соответствует** 5,3	**Соответствует** 5,0	**Соответствует** 5,0	**Не соответствует** 3,5	**Не соответствует** 3,5
Скорость охлаждения анода, тыс. тепловых единиц/мин., не менее: 748.	**Соответствует** 815	**Соответствует** 815	**Соответствует** 815	**Соответствует** 864	**Соответствует** 864	**Соответствует** 875	**Соответствует** 820
Выходная мощность генератора, кВт., не менее: 48.	**Соответствует** 50,4	**Соответствует** 50	**Соответствует** 65	**Соответствует** 50,4	**Соответствует** 50,4	**Не соответствует** 32	**Не соответствует** 42
Диапазон изменения анодного напряжения, кВ: - минимальное значение, не более: 80;	**Соответствует** 70	**Соответствует** 70	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80
- максимальное значение, не менее: 135.	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 135	**Соответствует** 135	**Не соответствует** 130	**Соответствует** 140
Диапазон изменения анодного тока, мА: - минимальное значение, не более: 10;	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Не соответствует** 13	**Соответствует** 10
- максимальное значение, не менее: 400.	**Соответствует** 420	**Соответствует** 420	**Не соответствует** 350	**Соответствует** 420	**Соответствует** 420	**Не соответствует** 240	**Не соответствует** 350
Шаг регулировки тока, мА: 5.	**Не соответствует** 1- *показатель лучше*	**Не соответствует** 1- *показатель лучше*	Нет данных	**Соответствует** 5	**Соответствует** 5	Нет данных	Нет данных

	заявленного	*заявленного*					
Размер малого фокального пятна, мм, не более: 0,9 x 0,7.	**Не соответствует** 0,5x1,0	**Не соответствует** 0,5x1,0	**Не соответствует** 0,6x1,2	**Соответствует** 0,9x0,7	**Соответствует** 0,9x0,7	**Соответствует** 0,8x0,4	**Соответствует** 0,8x0,5
Размер большого фокального пятна, мм., не более: 1,4 x 1,4.	**Соответствует** 1,0x1,0	**Соответствует** 1,0x1,0	**Соответствует** 1,1x1,2	**Соответствует** 1,4x1,4	**Соответствует** 1,4x1,4	**Соответствует** 0,8x0,7	**Соответствует** 1,1x1,0
Кабели соединительные - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Инструкция по эксплуатации на русском, казахском языках - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение** В ТС указано наличие руководства пользователя, без указаний языка написания
Независимая рабочая станция врача и программные пакеты, установленные на рабочей станции							
Рабочая станция мультимодальная. Размер медицинского монитора, дюйм: 24.	**Не соответствует** 24,1- *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 24	Нет данных	**Соответствует** 24	**Соответствует** 24	**Не соответствует** 23	**Не соответствует** 18,9
Сегментация и анализ сосудов - наличие.	**Соответствует**	**Не соответствует** Опция - в ТС указан лицензионный ключ одной клинической программы из списка	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Сегментация костных структур - наличие.	**Соответствует**	**Не соответствует** Опция - в ТС указан лицензионный ключ одной клинической программы из списка	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для анализа узелковых образований легких с возможностью наблюдения пациента в динамике - наличие.	**Соответствует**	**Не соответствует** Опция - в ТС указан лицензионный ключ одной клинической программы из	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		списка					
Дополнительные комплектующие:							
Инжектор цифровой для компьютерной томографии с блоком дистанционного управления - наличие.	**Соответствует** Sino Medical Device Technology Co. LTD	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует** Инъектор **Accutron CT** , Medtron AG (Германия)	**Соответствует** Инъектор **Accutron CT** , Medtron AG (Германия)	**Соответствует**	**Соответствует**
Щит распределительный - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Комплект монтажный: специальный крепеж; фурнитура	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Установка климатическая для КТ-системы, необходима для поддерживания работоспособности компьютерного томографа, а также для поддержания оптимальной температуры в помещении - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Комплект принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента- наличие.	**Не соответствует** В ТС не указаны принадлежности для фиксации, только для позиционирования	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Термографический принтер для печати цифровых изображений - наличие	**Нет данных** Требует уточнения В ТС заявителя отсутствует часть документа	**Соответствует** Drystar 5302	Нет данных	**Соответствует** Термографический принтер для печати цифровых изображений **Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000)** Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)	**Соответствует** Термографический принтер для печати цифровых изображений **Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000)** Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd. (Китай	**Соответствует**	**Соответствует**
	Расходные материалы						
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Требования к условиям эксплуатации							
Требования по вентиляции, освещению, защите ограждающих конструкций от рентгеновского излучения, электроснабжению, защитному заземлению в рентгеновских кабинетах должны быть выполнены согласно СНиП 2.08.02-89, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.1.3.2630-10. Рекомендуемые размеры помещений для монтажа основного оборудования: - процедурная: 30,0 м2. - комната управления: 9,0 м2. - техническая комната: 13,5 м2. Высота потолка: 3 м. Покрытие пола: антистатическое покрытие. Отделка стен: окраска для влажной уборки (улучшенная). Потолок: водоэмульсионная краска. Кратность воздухообмена в час: 3-4. Температура воздуха: в процедурной 20°С, в комнате управления 18 °С. Освещенность: - в процедурной: люминесцентные лампы 300 люкс, лампы накаливания 150 люкс. - в комнате управления: люминесцентные лампы 200 люкс, лампы накаливания 100 люкс. Силовое питание отдельным многожильным гибким медным кабелем, проложенным от распределительного щита ТП либо ВРУ: Потребляемая мощность: 125 кВА; 3ф+0+земля; Напряжение сети: 400В, допустимое отклонение ±10%. Частота тока: 50Гц; допустимое отклонение ±1%. Сопротивление сети: 0,07 Ом. Заземление должно быть выполнено отдельным очагом. Сопротивление заземляющего устройства 2 Ом. Транспортировка. Проем в «свету» для заноса оборудования к месту монтажа должен составлять: - процедурная: 1200 мм x 2100 мм (h); при ширине коридора 2400 мм. Удаленное место работы врача: возможно размещение в любом месте лечебного учреждения при соблюдении СанПиН и СНиП РК, должна быть связь по локальной компьютерной сети.	**Нет данных** Требует уточнения В ТС заявителя отсутствует часть документа	Не соответствует Потребляемая мощность: 70 кВА; Сопротивление сети: нет данных	Не соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Потребляемая мощность: 75 кВА; 3ф+земля; Напряжение сети: 380В, допустимое отклонение ±10%. Частота тока: 50Гц; допустимое отклонение ±6%.
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц							
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание	Нет данных Требует уточнения	**Соответствует**	Не соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**

должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники	В ТС заявителя отсутствует часть документа					В ТС указано Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год.	
Требования к сопутствующим услугам							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар,	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Нет данных**

относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя							

Рекомендуется включить в ТС заявителя:

1. *специальное рентгенозащитное стекло (стекла защитные просвинцованные) с рамой и креплениями для визуального контроля в комнате исследования.*
2. *2 комплекта рентгензащитной одежды (воротник, фартук или жилет с юбкой)*

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович** _____

27.08.2022

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500892-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 10:58:05

Лот № 4500892-Т1

Томограф компьютерный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500892-Т1 Томограф компьютерный, Дастанов Данияр – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
4	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
5	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
6	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
7	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дастанов Данияр

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500896-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 16:57:12

Лот № 4500896-Т1

Транспортный инкубатор в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500896-Т1 Транспортный инкубатор в комплекте, Сулейманова Бактыгул – (заведующий ОРИТН, ЗКО ОПЦ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	041040001592, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЕВРОМЕД"	Соответствует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сулейманова Бактыгул

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «КазЕвроМед»**	**ТОО «Диагаль»**		
Предлагаемая модель МТ:	Транспортный инкубатор Atom IncruArch в комплекте	Транспортный инкубатор модель TI 500 Globe-Trotter в комплекте		
Производитель МТ:	Atom Medical Corporation Япония	Draeger Medical System. Inc (Соединенные Штаты Америки)		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	соответствует	Не соответствует рабочий диапазон температуры		
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	соответствует		
Расходные материалы				
	соответствует	соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	Не соответствует. Сроки поставки и сроки планового технического обслуживания		

Эксперт **Сулейманова Б.Е**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500908-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2022 19:27:37

Лот № 4500908-T1

Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500908-T1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240001502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА"	Не соотвествует
2	081040006617, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	ТОО «Круана»	ТОО "КаусарМЕД"	ТОО "МедМаркет-Эксперт"	ТОО "Центр Медицинской Техники"
Предлагаемая модель МТ:	**Микроскоп операционный хирургический Leica PROvido в варианте исполнения: PROvido премиум**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями (для оториноларингологических операций).**	**Мобильный микроскоп для оториноларингологических операций.**
Производитель МТ:	**Leica Instruments (Singapore) Pte.Limited- страна Сингапур**	**производства Leica Instruments Pte. Limited, Сингапур**	**Производства Leica Instruments(Singapore) PTE Ltd Сингапур**	**Карл ЦейсМедитек АГ, Германия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции	Размеры не указаны в ТС	Минимальный вес микроскопа в полной загрузке 320 кг.-**не соответствует.** Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика** По классу оптики- нет данных	**Не соответствует:** Ширина 690 мм Глубина 1925 мм Вес оборудования: 350 кг. Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика**	Соответствует;
Окуляры	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр- **не соотвествует** заявленным параметрам	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр коррекция +/-5 дптр- **не соответствует**	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, дптр, от +5 до -5.- **не соответствует**	Соответствует
Тубус	По наклону стойки – информации нет	По наклону стойки –информации нет Поворот не менее 270гр – нет данных	Наклон От -30 град +120- **не соответствует** По наклону стойки –информации нет	Соответствует

Пакет ассистента:	Неполная информация	Неполная информация	Соответствует	Соответствует
Видеосистема	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Соответствует	Соответствует
Ножная педаль управления:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление ртом:	Нет информации	Имеется в наличии	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Нет данных	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии
Расходные материалы				
Стерильные оболочки	Нет информации	Нет информации	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации: температура в диапазоне : 10°–40°С	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрическая сеть 220 В	Нет данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Гарантийное сервисное обслуживание МИ 12 месяцев.-не соответствует	Соответствует	Соответствует В наличии сервисные центры в РК
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Нет данных	Соответствует	Соответствует

Эксперт Сафиоллинова Р. С. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500908-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2022 17:52:15

Лот № 4500908-T1

Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500908-T1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции, Калембет Наталья – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240001502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА"	Не соотвествует
2	081040006617, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Калембет Наталья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	ТОО «Круана»	ТОО "КаусарМЕД"	ТОО "МедМаркет-Эксперт"	ТОО "Центр Медицинской Техники"
Предлагаемая модель МТ:	**Микроскоп операционный хирургический Leica PROvido в варианте исполнения: PROvido премиум**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями (для оториноларингологических операций).**	**Мобильный микроскоп для оториноларингологических операций.**
Производитель МТ:	**Leica Instruments (Singapore) Pte.Limited- страна Сингапур**	**производства Leica Instruments Pte. Limited, Сингапур**	**Производства Leica Instruments(Singapore) PTE Ltd Сингапур**	**Карл ЦейсМедитек АГ, Германия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции	Размеры не указаны в ТС	Минимальный вес микроскопа в полной загрузке 320 кг.-**не соответствует.** Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика** По классу оптики- нет данных	**Не соответствует:** Ширина 690 мм Глубина 1925 мм Вес оборудования: 350 кг. Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика**	Соответствует;
Окуляры	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр- **не соотвествует** заявленным параметрам	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр коррекция +/-5 дптр- **не соответствует**	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, дптр, от +5 до -5.- **не соответствует**	Соответствует
Тубус	По наклону стойки – информации нет	По наклону стойки –информации нет Поворот не менее 270гр – нет данных	Наклон От -30 град +120- **не соответствует** По наклону стойки –информации нет	Соответствует

Пакет ассистента:	Неполная информация	Неполная информация	Соответствует	Соответствует
Видеосистема	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Соответствует	Соответствует
Ножная педаль управления:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление ртом:	Нет информации	Имеется в наличии	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Нет данных	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии
Расходные материалы				
Стерильные оболочки	Нет информации	Нет информации	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации: температура в диапазоне : 10°–40°С	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрическая сеть 220 В	Нет данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Гарантийное сервисное обслуживание МИ 12 месяцев.-не соответствует	Соответствует	Соответствует В наличии сервисные центры в РК
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Нет данных	Соответствует	Соответствует

Эксперт Сафиоллинова Р. С. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500908-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-08-2022 09:12:05

Лот № 4500908-T1

Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500908-T1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции, Аксенов Вадим – (Заведующий отделением ЛОР, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240001502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА"	Не соотвествует
2	081040006617, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Аксенов Вадим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Центр Медицинской Техники»**	**ТОО «Медмаркет - Эксперт»**	ТОО «Каусармед»	**ТОО «Круана»**
Предлагаемая модель МТ:	Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции Инновационная роботизированная хирургическая система визуализации KINEVO 900	Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями (для оториноларингологических операции)	Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями	Микроскоп операционный хирургический Leica PROvido в варианте исполнения: PROvido премиум
Производитель МТ:	Карл Цейс Медитек, Германия	Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd, Сингапур	Leica Instruments Pte Limited, Сингапур	Leica Instruments (Singapore) Pte Limited, Сингапур
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Базовый пакет	соответствует	не соответствует	не соответствует	не соответствует
Окуляры	соответствует	не соответствует	не соответствует	не соответствует
Тубус	соответствует	не соответствует	не соответствует	не соответствует
Пакет ассистента	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Видеосистема	не соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Ножная педаль управления	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Управление ртом	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Стерильные оболочки/ стерильные колпачки	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требование к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

услугам				

Эксперт **Аксенов В.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500887-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2022 16:45:29

Лот № 4500887-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500887-Т1 Компьютерный томограф , Байтурлин Жанибек – (Зав. отд. радиологии и радиохирургии, АО "национальный центр нейрохирургии") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
4	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Не соотвествует
5	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байтурлин Жанибек

№	Наименование медицинской техники (КТ аппарат)	Программное обеспечение	Соответствует	Не соответствует
1	Компьютерный томограф Insitum 64s	1. Автоматическое исключение изображений костной ткани и стола для оперативного получения изображений только сосудов при помощи автоматизированных инструментов оценки и количественного анализа сосудов. 2. Автоматическое исключение изображений костной ткани и стола для оперативного получения изображения только сосудов. 3. Быстрый анализ релевантной информации (диаметр и площадь стеноза, длина изгиба). 4. CARE для детей: специальные клинические протоколы для педиатрии с 80 или 110 кВ и широким диапазоном установок тока. Рентгеновское излучение настроено для веса и возраста детей (и взрослых невысокого роста) с существенным уменьшением эффективной дозы излучения для пациента.		-
2	Компьютерный томограф Dominus 64			-
3	Компьютерный томограф ANATOM 64 Clarity			-
4	Компьютерный томограф ANATOM Precision			-
5	Компьютерный томограф Aquilion Lightning (TSX-035A)		+	
6	Компьютерный томограф Aquilion Lightning (TSX-035A)		+	
7	Компьютерный томограф SOMATOM go.Up		+	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500887-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2022 10:52:31

Лот № 4500887-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500887-Т1 Компьютерный томограф , Конысова Софья – (Радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики , КГП на ПХВ Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
4	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Соответствует
5	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4500887-Т1 Компьютерный томограф

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «Ordamed»	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	ТОО "CENTROPHARM"	ТОО «Три Медика»	ТОО «Qaz Med Leasing»
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии Insitum 64	Система компьютерной томографии Dominus 64	**Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity**	**Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM Precision**	Томограф компьютерный Aquilion Lightning	Томограф компьютерный Aquilion Lightning	Компьютерный томограф Компьютерный томограф SOMATOM
Производитель МТ:	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd. Китай	SG Healthcare Co., Ltd. Корея	**Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай**	**Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай**	Сапоп Medical Systems Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Детекторная система	1.Минимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм. :5мм, а в заявленной спецификации 20. (преимущество) 2. Максимальная скорость реконструкции	Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду: 10., а заявлено15	Максимальная длительность сканирования в спиральном режиме: 120 сек, заявлено 100 сек.	Максимальная длительность одной спирали детектора , сек.: 120, заявлено 100 сек. Количество физических элементов детектора:**29 184 (преимущество).**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	изображений, изображений в секунду:28, а в заявленной спецификации 15 (преимущество) .			Максимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: **520 (преимущество).**			
Гентри	Вес гентри, кг., 1800, в заявленной спецификации не более 1600	Вес гентри, кг., 1800, заявленно не более 1600	Диаметр отверстия гентри 70см, зявлено не менее 75см. Максимальное количество срезов за один оборот: 64 среза, а в заявленной спецификации 32 (преимущество)	Диаметр апертуры гентри, см.,70, а необходимо не менее 75 см,. Вес гентри, кг:2120, заявлено не более 1600 кг Минимальное время оборота блока «трубка- детектор» за один полный оборот (360 градусов), сек.: **0,5(преимущество).**	Соответствует	Соответствует	Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки 0,8 сек, а в заявленной спецификации не 0.75 сек (несущественная разница) Диаметр апертуры (отверстия) гентри 70 см , а н должно быть не менее 75см.
Стол для исследования	Максимальная скорость перемещения 200 мм/сек , а в заявленной спецификации не более 150 (преимущество)	Соответствует	Грузоподъемность стола для пациента: 205 кг, заявлено не менее 220 кг .Диапазон вертикального перемещения: стола 500мм, аявленно не менее 550мм (не существенная разница)	Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования, кг, 205 кг, заявлено не менее 220 кг (несущественная разница)	Соответствует	Соответствует	Диапазон горизонтального перемещения 160 см, заявлено не менее 191см Диапазон вертикального перемещения 42,5 см, заявлено 55см. Максимальная скорость перемещения 200 мм/сек , а в заявленной спецификации не более 150 (преимущество)

Консоль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трубка рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Установка климатическая	Соответствует	соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Распределитель питания 100кВА с выпрямителем тока.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Щит распределителя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Материалы для монтажа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2368970 ТОО «АЛАШ-KZ»	№ 2368670 ТОО "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	№ 2365570 ТОО «ТриМедика»	№ 2366950 ТОО "HYDRAMED"	№ 2368850 ТОО "QAZMED LEASING"
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии **InsitumCT 768** SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии **ANATOM S400** Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Компьютерный томограф **SOMATOM go.Top** Siemens Healthcare GmbH,
Производитель МТ:	КИТАЙ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ	ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Гентри					
Апертура, см., не менее: 75.	**Соответствует**	**Соответствует** 76	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 70
Размеры гентри, см: высота, см.: не менее 185 – не более 187.	**Не соответствует** 196см	**Не соответствует** 198,2	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
ширина, см.: не менее 199 – не более 215.	**Не соответствует** 220	**Не соответствует** 182	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
глубина, см.: не менее 87 – не более 92.	**Не соответствует** 103	**Не соответствует** 94,5	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Угол наклона гентри, градус: +/-30	**Соответствует**	**Не соответствует** +/-50 – *показатель*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		лучше заявленного			
Позиционирование лазером. Лазерный маркер положения среза. Функция дистанционного управления гентри.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Вес гентри, кг, не менее: 1600.	**Соответствует** 1800 кг	**Соответствует** 2564	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 1400
Стол с электромеханическим и ручным приводом					
Диапазон движения по вертикали, см: 55.	**Не соответствует** 56,5см – *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 50см	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 42,5см
Максимально допустимая нагрузка на стол, кг, не менее: 220.	**Соответствует** 250кг	**Соответствует** 230кг	**Соответствует** 227	**Соответствует** 227	**Соответствует** 227
Набор принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Генератор					
Выходная мощность генератора, кВт, не менее: 48.	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 48	**Соответствует** 48	**Соответствует** 75
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ: минимальное значение, не более: 80;	**Соответствует** 70	**Соответствует** 70	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 70
максимальное значение, не менее: 135.	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140
Минимальное значение тока, мА: 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Не соответствует** 13
Максимальное значение тока мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 800	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400	**Соответствует** 625
Размещение элементов управления (включения и отключения) рентгеновского излучения на панели гентри.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Максимальное время непрерывного спирального сканирования, сек: 100.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Детектор					
Тип детектора: твердотельный	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Общее количество элементов детектора, не менее: 56 832	**Не соответствует** 55296	**Соответствует** 58 368	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 53760
Количество рядов детектора, не менее: 64.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер элемента детектора, мм., не менее: 0,5.	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	Нет данных
Количество элементов в одном ряду детектора, не менее: 888.	**Не соответствует** 864	**Соответствует** 912	**Соответствует** 888	**Соответствует** 888	**Не соответствует** 840
Ширина детектора по оси Z, мм.: 40.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Частота сбора данных, сбор/сек., не менее: 1200.	**Соответствует**	**Соответствует** 4800	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальная толщина среза, мм, не менее: 0,5.	**Соответствует** 0,625	**Не соответствует** 0,3125 – *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,6
Абсорбционная эффективность детектора, %.: 99	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.), оборот в сек., не менее: 0,35	**Соответствует** 0,37	**Не соответствует** 0,286 –*показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,75	Нет данных
Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Максимальное поле обзора, мм:	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

500.		520 – *показатель лучше заявленного*			
Реконструкция изображений Модуль удвоения количества срезов, максимальное количество, не менее: 128.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Количество срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов: 128 -Модуль удвоения указан в ТС, но без цифровых значений	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Количество срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов: 128 -Модуль удвоения указан в ТС, но без цифровых значений	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Не менее 128 срезов за один полный оборот рентгеновской трубки. -Модуль удвоения не указан в ТС
Коллиматор наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка					
Теплоемкость рентгеновской трубки, тысяч тепловых единиц, не менее: 5000.	**Соответствует** 8000	**Соответствует** 7500	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 6000
Минимальная сила тока, мА: 10.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 13
Максимальная сила тока, мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 800	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400
Количество фокусных пятен: 2.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер малого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не более: 0,7*0,8-0,8*0,9.	**Не соответствует** 0,6*1,2	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 0,8*0,8
Размер большого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не более: 1,2*1,4-1,4*1,6.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 1,0*1,2
Угол раскрытия веерного рентгеновского пучка, град, не менее: 49,0.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 51	**Соответствует** 51	Нет данных
Функция адаптивной фильтрации в режимах 2D и 3D.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Консоль					
Программное обеспечение.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение**	**Требуется уточнение**	Нет данных

Модуль модернизации базового программного обеспечения для консоли.			«Модуль модернизации» не указан в ТС	«Модуль модернизации» не указан в ТС	
Режим удаления артефактов от металла.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Режим интерактивной реконструкции для снижения лучевой нагрузки.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Расширенное значение КТ-числа, HU +32 767/-32 768.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** -8192/+57343
Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду, не менее: 22.	**Соответствует** 40	**Соответствует** 100	**Соответствует** 30	**Соответствует** 30	**Не соответствует** 9
Программное обеспечение для сбора данных и реконструкции с ЭКГ-синхронизацией.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано в ТС
Независимая рабочая станция Размер медицинского монитора, дюйм: 24	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система архивирования изображения и связи наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система внутренней связи Интерком Наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для анализа узелковых образований в лёгких - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение** Выполнение автоматизированной сегментации поражений в легких с указанием объема и среднего диаметра
Дополнительные комплектующие					
Высоковольтные кабели - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Устройство для печати медицинских	**Соответствует** AGFA DRYSTAR 5302	**Соответствует** DRYVIEW 5700	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с	**Соответствует** AGFA DRYSTAR

изображений - **наличие.**		LaserImagingSystem Carestream Health, Inc., США	принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай	принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай	
Устройство для автоматического введения контрастного вещества - **наличие.**	**Соответствует** Sino Medical Device Technology	**Соответствует** ASA-300 Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	**Соответствует** Accutron CT Medtron AG, Германия	**Соответствует** Accutron CT Medtron AG, Германия	**Соответствует** Система инъекционная MEDRAD Salient
Источник бесперебойного питания, кВА, не менее: 100.	**Соответствует** 160	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Соответствует** 125
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации Требование к электропитанию 3 фазы 400В 100кВА 3-phase 400V 100kVA Допустимые отклонения: в пределах 5% Допустимая влажность: от 35 до 80% RH Рентген-защита помещения согласно СанПИН Требования к климатическим условиям Помещение Выделение тепла (kcal / h) Допустимая температура Помещение сканера Scanner room 2650 (2273) 20～28° (−5～33° без использования) Помещение оператора Operation room 350 (300) 10～28° (−5～33° без использования)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано в ТС - Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					

Рекомендуется включить в ТС заявителя:

1. *специальное рентгенозащитное стекло (стекла защитные просвинцованные) с рамой и креплениями для визуального контроля в комнате исследования.*
2. *2 комплекта рентгензащитной одежды (воротник, фартук или жилет с юбкой)*

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович** _____

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2368970 ТОО «АЛАШ-KZ»	№ 2368670 ТОО "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	№ 2365570 ТОО «ТриМедика»	№ 2366950 ТОО "HYDRAMED"	№ 2368850 ТОО "QAZMED LEASING"
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии **InsitumCT 768** SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии **ANATOM S400** Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Компьютерный томограф **SOMATOM go.Top** Siemens Healthcare GmbH,
Производитель МТ:	КИТАЙ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ	ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Гентри					
Апертура, см., не менее: 75.	**Соответствует**	**Соответствует** 76	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 70
Размеры гентри, см: высота, см.: не менее 185 – не более 187.	**Не соответствует** 196см	**Не соответствует** 198,2	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
ширина, см.: не менее 199 – не более 215.	**Не соответствует** 220	**Не соответствует** 182	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
глубина, см.: не менее 87 – не более 92.	**Не соответствует** 103	**Не соответствует** 94,5	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Угол наклона гентри, градус: +/-30	**Соответствует**	**Не соответствует** +/-50 – *показатель*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		лучше заявленного			
Позиционирование лазером. Лазерный маркер положения среза. Функция дистанционного управления гентри.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Вес гентри, кг, не менее: 1600.	**Соответствует** 1800 кг	**Соответствует** 2564	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 1400
Стол с электромеханическим и ручным приводом					
Диапазон движения по вертикали, см: 55.	**Не соответствует** 56,5см – *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 50см	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 42,5см
Максимально допустимая нагрузка на стол, кг, не менее: 220.	**Соответствует** 250кг	**Соответствует** 230кг	**Соответствует** 227	**Соответствует** 227	**Соответствует** 227
Набор принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Генератор					
Выходная мощность генератора, кВт, не менее: 48.	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 48	**Соответствует** 48	**Соответствует** 75
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ: минимальное значение, не более: 80;	**Соответствует** 70	**Соответствует** 70	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 70
максимальное значение, не менее: 135.	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140
Минимальное значение тока, мА: 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Не соответствует** 13
Максимальное значение тока мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 800	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400	**Соответствует** 625
Размещение элементов управления (включения и отключения) рентгеновского излучения на панели гентри.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Максимальное время непрерывного спирального сканирования, сек: 100.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Детектор					
Тип детектора: твердотельный	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Общее количество элементов детектора, не менее: 56 832	**Не соответствует** 55296	**Соответствует** 58 368	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 53760
Количество рядов детектора, не менее: 64.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер элемента детектора, мм., не менее: 0,5.	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	Нет данных
Количество элементов в одном ряду детектора, не менее: 888.	**Не соответствует** 864	**Соответствует** 912	**Соответствует** 888	**Соответствует** 888	**Не соответствует** 840
Ширина детектора по оси Z, мм.: 40.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Частота сбора данных, сбор/сек., не менее: 1200.	**Соответствует**	**Соответствует** 4800	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальная толщина среза, мм, не менее: 0,5.	**Соответствует** 0,625	**Не соответствует** 0,3125 – *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,6
Абсорбционная эффективность детектора, %.: 99	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.), оборот в сек., не менее: 0,35	**Соответствует** 0,37	**Не соответствует** 0,286 –*показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,75	Нет данных
Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Максимальное поле обзора, мм:	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

500.		520 – *показатель лучше заявленного*			
Реконструкция изображений Модуль удвоения количества срезов, максимальное количество, не менее: 128.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Количество срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов: 128 -Модуль удвоения указан в ТС, но без цифровых значений	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Количество срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов: 128 -Модуль удвоения указан в ТС, но без цифровых значений	**Соответствует,** *но требуется уточнение* -Не менее 128 срезов за один полный оборот рентгеновской трубки. -Модуль удвоения не указан в ТС
Коллиматор наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка					
Теплоемкость рентгеновской трубки, тысяч тепловых единиц, не менее: 5000.	**Соответствует** 8000	**Соответствует** 7500	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 6000
Минимальная сила тока, мА: 10.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 13
Максимальная сила тока, мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 800	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400	**Соответствует** 400
Количество фокусных пятен: 2.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер малого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не более: 0,7*0,8-0,8*0,9.	**Не соответствует** 0,6*1,2	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 0,8*0,8
Размер большого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не более: 1,2*1,4-1,4*1,6.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 1,0*1,2
Угол раскрытия веерного рентгеновского пучка, град, не менее: 49,0.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 51	**Соответствует** 51	Нет данных
Функция адаптивной фильтрации в режимах 2D и 3D.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Консоль					
Программное обеспечение.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение**	**Требуется уточнение**	Нет данных

Модуль модернизации базового программного обеспечения для консоли.			«Модуль модернизации» не указан в ТС	«Модуль модернизации» не указан в ТС	
Режим удаления артефактов от металла.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Режим интерактивной реконструкции для снижения лучевой нагрузки.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Расширенное значение КТ-числа, HU +32 767/-32 768.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** -8192/+57343
Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду, не менее: 22.	**Соответствует** 40	**Соответствует** 100	**Соответствует** 30	**Соответствует** 30	**Не соответствует** 9
Программное обеспечение для сбора данных и реконструкции с ЭКГ-синхронизацией.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано в ТС
Независимая рабочая станция Размер медицинского монитора, дюйм: 24	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система архивирования изображения и связи наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система внутренней связи Интерком Наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для анализа узелковых образований в лёгких - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение** Выполнение автоматизированной сегментации поражений в легких с указанием объема и среднего диаметра
Дополнительные комплектующие					
Высоковольтные кабели - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Устройство для печати медицинских	**Соответствует** AGFA DRYSTAR 5302	**Соответствует** DRYVIEW 5700	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с	**Соответствует** AGFA DRYSTAR

изображений - **наличие.**		LaserImagingSystem Carestream Health, Inc., США	принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай	принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай	
Устройство для автоматического введения контрастного вещества - **наличие.**	**Соответствует** Sino Medical Device Technology	**Соответствует** ASA-300 Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	**Соответствует** Accutron CT Medtron AG, Германия	**Соответствует** Accutron CT Medtron AG, Германия	**Соответствует** Система инъекционная MEDRAD Salient
Источник бесперебойного питания, кВА, не менее: 100.	**Соответствует** 160	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Соответствует** 125
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации Требование к электропитанию 3 фазы 400В 100кВА 3-phase 400V 100kVA Допустимые отклонения: в пределах 5% Допустимая влажность: от 35 до 80% RH Рентген-защита помещения согласно СанПИН Требования к климатическим условиям Помещение Выделение тепла (kcal / h) Допустимая температура Помещение сканера Scanner room 2650 (2273) 20～28° (−5～33° без использования) Помещение оператора Operation room 350 (300) 10～28° (−5～33° без использования)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано в ТС - Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					

Рекомендуется включить в ТС заявителя:

1. *специальное рентгенозащитное стекло (стекла защитные просвинцованные) с рамой и креплениями для визуального контроля в комнате исследования.*
2. *2 комплекта рентгензащитной одежды (воротник, фартук или жилет с юбкой)*

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович** _____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500891-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 10:39:46

Лот № 4500891-Т1

Томограф компьютерный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500891-Т1 Томограф компьютерный, Дастанов Данияр – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дастанов Данияр

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500887-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2022 16:45:29

Лот № 4500887-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500887-Т1 Компьютерный томограф , Байтурлин Жанибек – (Зав. отд. радиологии и радиохирургии, АО "национальный центр нейрохирургии") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
4	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Не соотвествует
5	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байтурлин Жанибек

№	Наименование медицинской техники (КТ аппарат)	Программное обеспечение	Соответствует	Не соответствует
1	Компьютерный томограф Insitum 64s	1. Автоматическое исключение изображений костной ткани и стола для оперативного получения изображений только сосудов при помощи автоматизированных инструментов оценки и количественного анализа сосудов. 2. Автоматическое исключение изображений костной ткани и стола для оперативного получения изображения только сосудов. 3. Быстрый анализ релевантной информации (диаметр и площадь стеноза, длина изгиба). 4. CARE для детей: специальные клинические протоколы для педиатрии с 80 или 110 кВ и широким диапазоном установок тока. Рентгеновское излучение настроено для веса и возраста детей (и взрослых невысокого роста) с существенным уменьшением эффективной дозы излучения для пациента.		-
2	Компьютерный томограф Dominus 64			-
3	Компьютерный томограф ANATOM 64 Clarity			-
4	Компьютерный томограф ANATOM Precision			-
5	Компьютерный томограф Aquilion Lightning (TSX-035A)		+	
6	Компьютерный томограф Aquilion Lightning (TSX-035A)		+	
7	Компьютерный томограф SOMATOM go.Up		+	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500887-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2022 10:52:31

Лот № 4500887-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500887-Т1 Компьютерный томограф , Конысова Софья – (Радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики , КГП на ПХВ Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
4	120240018281, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	Соответствует
5	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4500887-Т1 Компьютерный томограф

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «Ordamed»	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО "FORHEALTH PHARMACEUTICALS"	ТОО "CENTROPHARM"	ТОО «Три Медика»	ТОО «Qaz Med Leasing»
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии Insitum 64	Система компьютерной томографии Dominus 64	**Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity**	**Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM Precision**	Томограф компьютерный Aquilion Lightning	Томограф компьютерный Aquilion Lightning	Компьютерный томограф Компьютерный томограф SOMATOM
Производитель МТ:	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd. Китай	SG Healthcare Co., Ltd. Корея	**Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай**	**Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай**	Сапоп Medical Systems Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Детекторная система	1.Минимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм. :5мм, а в заявленной спецификации 20. (преимущество) 2. Максимальная скорость реконструкции	Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду: 10., а заявлено15	Максимальная длительность сканирования в спиральном режиме: 120 сек, заявлено 100 сек.	Максимальная длительность одной спирали детектора , сек.: 120, заявлено 100 сек. Количество физических элементов детектора:**29 184 (преимущество).**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	изображений, изображений в секунду:28, а в заявленной спецификации 15 (преимущество) .			Максимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: **520 (преимущество).**			
Гентри	Вес гентри, кг., 1800, в заявленной спецификации не более 1600	Вес гентри, кг., 1800, заявленно не более 1600	Диаметр отверстия гентри 70см, зявлено не менее 75см. Максимальное количество срезов за один оборот: 64 среза, а в заявленной спецификации 32 (преимущество)	Диаметр апертуры гентри, см.,70, а необходимо не менее 75 см,. Вес гентри, кг:2120, заявлено не более 1600 кг Минимальное время оборота блока «трубка- детектор» за один полный оборот (360 градусов), сек.: **0,5(преимущество).**	Соответствует	Соответствует	Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки 0,8 сек, а в заявленной спецификации не 0.75 сек (несущественная разница) Диаметр апертуры (отверстия) гентри 70 см , а н должно быть не менее 75см.
Стол для исследования	Максимальная скорость перемещения 200 мм/сек , а в заявленной спецификации не более 150 (преимущество)	Соответствует	Грузоподъемность стола для пациента: 205 кг, заявлено не менее 220 кг .Диапазон вертикального перемещения: стола 500мм, аявленно не менее 550мм (не существенная разница)	Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования, кг, 205 кг, заявлено не менее 220 кг (несущественная разница)	Соответствует	Соответствует	Диапазон горизонтального перемещения 160 см, заявлено не менее 191см Диапазон вертикального перемещения 42,5 см, заявлено 55см. Максимальная скорость перемещения 200 мм/сек , а в заявленной спецификации не более 150 (преимущество)

Консоль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трубка рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Установка климатическая	Соответствует	соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Распределитель питания 100кВА с выпрямителем тока.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Щит распределителя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Материалы для монтажа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «QUORU» ✓ 2367510.	АО «Ordamed» — 2368210.	ТОО «АКТАР» ✓ 2368550.	ТОО «QazMed Leasing» 2368950.	ТОО «Baryon» — 2369930.	ТОО «Алаш-KZ» — 2369990.
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела SUPRIA с принадлежностями	Система компьютерной томографии Dominus 128	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями	Компьютерный томограф Somatom go.Top	Компьютерный томограф NeuViz 128	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT768
Производитель МТ:	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	SG Healthcare Co., LTD	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., Китай	Siemens Healthcare GmbH, Германия	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Сканирующая система гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Апертуры Гентри с диаметром не менее 72 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Апертура гентри 70 см (данный параметр не является клинически важным, так как на качество и скорость исследования не оказывает влияние)	Соответствует	Соответствует
Угол наклона гентри не уже -24/+30 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерное позиционирование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес гентри не менее 1600 кг.	**Соответствует**	**1800 кг**	**1995 кг.**	**Не соответствует Вес гентри 1400 кг.**	**1800 кг**	**1800 кг.**

Управление движением стола и наклона гентри кнопочными пультами с обеих сторон передней поверхности кожуха гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная нагрузка на стол не менее 205 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрас для стола	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект ремней для фиксации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Опоры для рук	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подголовник	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрац под ноги пациента	**Соответствует**	**Нет указании**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Пирамидальная подушка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подставка под подбородок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дистанционное управление столом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Горизонтальное перемещение стола не менее 910 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект фантомов для калибровки компьютерного томографа с крепежом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальная мощность рентгеновской трубки не менее 55 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное напряжение на рентгеновской трубке не менее 70 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное напряжение на рентгеновской трубке не менее 140 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное значение тока рентгеновской трубки не менее 5 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное значение тока рентгеновской трубки не менее 400 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость рентгеновской трубки не менее 5000 тепловых единиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Присутствие фокусных пятен (не менее 2 шт)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Малое фокусное пятно не более 0,7 x 1,0 мм	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**
Большое фокусное пятно не более 1,2 x 1,4 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Выполнение срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов не менее 128 срезов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное поле обзора при сканировании не менее 500 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальная толщина среза, не более 0,625 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип детектора твердопольный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее количество элементов детектора не менее 43 008	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество рядов детектора не менее 64	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Консоль оператора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора не менее 24 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение монитора не менее 1920x1080 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объём оперативной памяти не менее 16 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем жесткого диска не менее 512 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Клавиатура	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компьютерная мышь	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Системный блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи на DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пульт управления сканированием	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Экстренная остановка движение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

гентри, стола и генерацию рентгеновского излучения						
Интеграция с PACS системой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система архивирования изображения и связи в стандарте DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система связи с пациентом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция для обработки, реформации, архивации и экспорта полученных изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Системный блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Клавиатура	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компьютерная мышь	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объём оперативной памяти не менее 16 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора не менее 24 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
объём памяти видеокарты не менее 2 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем жесткого диска не менее 1 Тб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение на CD/DVD дисках и/или USB-накопителях 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высоковольтные кабели	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Программное обеспечение для анализа и динамического контроля узелков в лёгких	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность источника бесперебойного питания не менее 100 кВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дисплей навигации дыхания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Комплект эксплуатационных документов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трансформатор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Рондаева Анна Васильевна

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500899-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-08-2022 15:56:36

Лот № 4500899-Т1

Компьютерный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500899-Т1 Компьютерный томограф с принадлежностями, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	171240004085, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BARYON"	Не соотвествует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
4	160940026334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР"	Соответствует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2368970 ТОО"АЛАШ-KZ"	№ 2368810 Акционерное общество "Ordamed"	№ 2365870 ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	№ 2365670 ТОО "CENTROPHARM "	№ 2365570 ТОО "ТРИМЕДИКА"	№ 2368850 ТОО "QAZMED LEASING"	№ 2368950 ТОО "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии, **Insitum 64S** SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Система компьютерной томографии, **Dominus 64** SG Healthcare Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии **ANATOM 64 Clarity** Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.,	Томограф компьютерный **Aquilion Lightning** (TSX035A) Canon Medical Systems Corporation	Томограф компьютерный **Aquilion Lightning** (TSX035A) Canon Medical Systems Corporation	Компьютерный томограф **SOMATOM go.Up** (Siemens Healthcare GmbH)	Томограф компьютерный **Optima CT 520** GE Hangwei Medical Systems Co., LTD
Производитель МТ:	КИТАЙ	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ	ГЕРМАНИЯ	КИТАЙ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие						
Томограф компьютерный							
Система многосрезовой спиральной компьютерной томографии для исследования всего тела всех групп пациентов, включая бариатрических - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Технологии для ускорения рабочего процесса и снижения лучевой нагрузки.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Автоматическая адаптация тока на трубке к анатомическим	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**

особенностям пациента в плоскости среза и плоскости сканирования - наличие.							
Детекторная система							
Твердотельный материал с прямым преобразованием сигнала в цифровую форму - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Количество рядов детектора по оси Z, не менее: 28.	**Соответствует** 32	**Соответствует** 32	**Соответствует** 32	**Соответствует** 28	**Соответствует** 28	**Соответствует** 32	**Не соответствует** 24
Количество физических элементов детектора, не менее: 22400.	**Соответствует** 27648	**Соответствует** 27648	**Соответствует** 29184	**Соответствует** 22400	**Соответствует** 22400	Нет данных	**Не соответствует** 21888
Обзорное сканирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Аксиальное сканирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Спиральное сканирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Минимальная толщина среза при коллимации, мм., не более: 1.	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 1	**Соответствует** 1	Нет данных	**Соответствует** 0,625
Матрица сбора данных, пикселей: 512x512.	**Соответствует** 512x512, 768x768, 1024x1024	**Соответствует** 512x512, 1024x1024	Нет данных	**Соответствует** 512x512	**Соответствует** 512x512	**Соответствует** 512x512	Нет данных
Минимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: 20.	**Не соответствует** 5	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 5	Нет данных
Максимальное поле реконструкции (в аксиальной плоскости), мм.: 500.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 650 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует**
Минимальное значение спирального питча, не более: 0,625.	**Соответствует** 0,2	**Соответствует** 0,3	**Соответствует** 0,5	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	Нет данных	Нет данных
Максимальное значение спирального питча, не менее: 1,563.	**Соответствует** 1,75	**Не соответствует** 1,5	**Не соответствует** 1,5	**Соответствует** 2,0	**Соответствует** 2,0	Нет данных	**Соответствует** 1,75
Максимальная длительность одной спирали, сек.: 100.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** 120	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Не соответствует**

							120
Максимальная пространственная разрешающая способность, пар линий/см., не менее: 14,5.	**Соответствует** 20	**Соответствует** 20	Нет данных	**Соответствует** 14,5	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует** 15,4
Низкоконтрастная разрешающая способность при контрастной разнице 3 ед. Хаунсфилда, мм., не менее: 2.	**Соответствует**	**Не соответствует** 3 мм	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Максимальная скорость реконструкции изображений (матрица 512x512), изображений в секунду: 15.	**Не соответствует** 20 *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 10	**Не соответствует** 65 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 15	**Соответствует** 15	Нет данных	**Не соответствует** 30 *показатель лучше заявленного*
Матрица отображения изображения, пикселей, не менее: не менее 512x512 – не более 1024 x1024	**Соответствует** 1024x1024	**Соответствует** 512x512, 1024 x1024	**Соответствует** 1024x1024	**Соответствует** 1024x1024	**Соответствует** 1024x1024	Нет данных	**Соответствует** 1024x1024
Гентри							
Количество реконструируемых срезов за один полный (360 градусов) оборот рентгеновской трубки: 32.	**Не соответствует** 64 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 16-32-64	**Не соответствует** 64 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 32	**Соответствует** 32	**Не соответствует** 64 *показатель лучше заявленного*	Нет данных
Минимальное время оборота блока «трубка - детектор» за один полный оборот (360 градусов), сек.: 0.75.	**Не соответствует** 0,5 *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 0,5 *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 0,5 *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,75	**Не соответствует** 0,8	**Не соответствует** 0,8
Диаметр апертуры гентри, см., не менее: 75.	**Соответствует** 76	**Соответствует** 76	**Не соответствует** 70	**Соответствует** 78	**Соответствует** 78	**Не соответствует** 70	**Не соответствует** 70
Вес гентри, кг., не более: 1600.	**Не соответствует** 1800	**Не соответствует** 1800	**Соответствует** 1300	**Соответствует** 1350	**Соответствует** 1350	Нет данных	**Не соответствует** 1800
Угол наклона гентри, град.: +/ - 30	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Максимальное поле обзора сканирования (в аксиальной плоскости), мм.: 500.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Возможность управления гентри с двух сторон - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных

Система лазерных маркеров для точного позиционирования пациента на столе - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Установка климатическая для КТ-системы - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Распределитель питания 100 кВА (10 минут) с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - наличие.	**Не соответствует** 140кВА *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 100	Наличие, нет данных по кВА	**Соответствует** 100	**Соответствует** 100	**Не соответствует** 125кВА *показатель лучше заявленного*	**Не соответствует** 120кВА *показатель лучше заявленного*
Стол для исследования пациента							
Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования, кг., не менее: 220.	**Соответствует** 250	**Соответствует** 250	**Не соответствует** 205	**Соответствует** 220	**Соответствует** 220	**Соответствует** 227	**Не соответствует** 205
Точность позиционирования, мм.: 0,25.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Максимальный диапазон перемещения стола пациента по горизонтали, мм, не менее: 1910	**Соответствует** 1950	**Соответствует** 1950	**Не соответствует** 1800	**Соответствует** 2190	**Соответствует** 2190	**Не соответствует** 1600	**Не соответствует** 1600
Диапазон вертикального перемещения, мм., не менее: 550.	**Соответствует** 575	**Соответствует** 560	**Не соответствует** 500	**Соответствует** 588	**Соответствует** 588	**Не соответствует** 425	**Соответствует** 550
Максимальная скорость перемещения, мм/сек., не менее: 130	**Соответствует** 200	**Соответствует** 150	**Соответствует** 150	**Соответствует** 130	**Соответствует** 130	**Соответствует** 200	**Не соответствует** 100
Удлинительная секция стола.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Консоль							
Монитор диагональю, дюймов, не менее: 19	**Соответствует** 24,1	**Соответствует** 24,1	**Соответствует** 24	**Соответствует** 19	**Соответствует** 19	Наличие, нет данных диагонали	**Не соответствует** 18,9
Жесткий диск для хранения данных, Гб., не менее: 480	**Соответствует** 5Тb = 5000 Гб	**Соответствует** 5Тb = 5000 Гб	Нет данных	**Соответствует** 480 Гб	**Соответствует** 480 Гб	Нет данных	Нет данных
Импорт изображений в формате DICOM с последующим их включением в базу данных Полная функциональность коммуникаций - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных

Программный комплекс для передачи вывода изображений на печатающее устройство - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM Storage (Приём, передача, хранение) - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM Query/Retrieve (Запрос и выдача списка пациентов / получение и выдача изображений и данных исследований и серий) - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM Worklist (Поддержка запроса и формирования рабочего листа назначений - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
DICOM MPPS (Прием отчета о шаге выполненной процедуры от оборудования, и передача отчета в другие системы) - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Поддержка сети Ethernet 10/100/1000 - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	Нет данных
Программно-аппаратные пакеты и клинические приложения на консоли оператора: Многоплоскостное реформатирование - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Проекции максимальной и минимальной интенсивности - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Программа для трехмерного отображения поверхности объекта - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**
Программа для объемной реконструкции - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программа для виртуального удаления костной ткани на изображениях - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Фильтрация изображений для снижения артефактов от ужесточения спектра рентгеновского излучения - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных

Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Объемные измерения - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Приложение для контроля и учета дозовой нагрузки на пациента при сканировании - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Технология итеративной реконструкции изображений для получения изображений высокого диагностического качества при низкой дозовой нагрузке на пациента - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Трубка рентгеновская							
Теплоемкость анода рентгеновской трубки, млн. тепловых единиц: 5,0.	**Не соответствует** 5,3	**Не соответствует** 5,3	**Не соответствует** 5,3	**Соответствует** 5,0	**Соответствует** 5,0	**Не соответствует** 3,5	**Не соответствует** 3,5
Скорость охлаждения анода, тыс. тепловых единиц/мин., не менее: 748.	**Соответствует** 815	**Соответствует** 815	**Соответствует** 815	**Соответствует** 864	**Соответствует** 864	**Соответствует** 875	**Соответствует** 820
Выходная мощность генератора, кВт., не менее: 48.	**Соответствует** 50,4	**Соответствует** 50	**Соответствует** 65	**Соответствует** 50,4	**Соответствует** 50,4	**Не соответствует** 32	**Не соответствует** 42
Диапазон изменения анодного напряжения, кВ: - минимальное значение, не более: 80;	**Соответствует** 70	**Соответствует** 70	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80
- максимальное значение, не менее: 135.	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 140	**Соответствует** 135	**Соответствует** 135	**Не соответствует** 130	**Соответствует** 140
Диапазон изменения анодного тока, мА: - минимальное значение, не более: 10;	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Не соответствует** 13	**Соответствует** 10
- максимальное значение, не менее: 400.	**Соответствует** 420	**Соответствует** 420	**Не соответствует** 350	**Соответствует** 420	**Соответствует** 420	**Не соответствует** 240	**Не соответствует** 350
Шаг регулировки тока, мА: 5.	**Не соответствует** 1- *показатель лучше*	**Не соответствует** 1- *показатель лучше*	Нет данных	**Соответствует** 5	**Соответствует** 5	Нет данных	Нет данных

	заявленного	*заявленного*					
Размер малого фокального пятна, мм, не более: 0,9 x 0,7.	**Не соответствует** 0,5x1,0	**Не соответствует** 0,5x1,0	**Не соответствует** 0,6x1,2	**Соответствует** 0,9x0,7	**Соответствует** 0,9x0,7	**Соответствует** 0,8x0,4	**Соответствует** 0,8x0,5
Размер большого фокального пятна, мм., не более: 1,4 x 1,4.	**Соответствует** 1,0x1,0	**Соответствует** 1,0x1,0	**Соответствует** 1,1x1,2	**Соответствует** 1,4x1,4	**Соответствует** 1,4x1,4	**Соответствует** 0,8x0,7	**Соответствует** 1,1x1,0
Кабели соединительные - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Инструкция по эксплуатации на русском, казахском языках - наличие	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требуется уточнение** В ТС указано наличие руководства пользователя, без указаний языка написания
Независимая рабочая станция врача и программные пакеты, установленные на рабочей станции							
Рабочая станция мультимодальная. Размер медицинского монитора, дюйм: 24.	**Не соответствует** 24,1- *показатель лучше заявленного*	**Соответствует** 24	Нет данных	**Соответствует** 24	**Соответствует** 24	**Не соответствует** 23	**Не соответствует** 18,9
Сегментация и анализ сосудов - наличие.	**Соответствует**	**Не соответствует** Опция - в ТС указан лицензионный ключ одной клинической программы из списка	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Сегментация костных структур - наличие.	**Соответствует**	**Не соответствует** Опция - в ТС указан лицензионный ключ одной клинической программы из списка	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для анализа узелковых образований легких с возможностью наблюдения пациента в динамике - наличие.	**Соответствует**	**Не соответствует** Опция - в ТС указан лицензионный ключ одной клинической программы из	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		списка					
Дополнительные комплектующие:							
Инжектор цифровой для компьютерной томографии с блоком дистанционного управления - наличие.	**Соответствует** Sino Medical Device Technology Co. LTD	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует** Инъектор **Accutron CT** , Medtron AG (Германия)	**Соответствует** Инъектор **Accutron CT** , Medtron AG (Германия)	**Соответствует**	**Соответствует**
Щит распределительный - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Комплект монтажный: специальный крепеж; фурнитура	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Установка климатическая для КТ-системы, необходима для поддерживания работоспособности компьютерного томографа, а также для поддержания оптимальной температуры в помещении - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Нет данных
Комплект принадлежностей для позиционирования и фиксации пациента- наличие.	**Не соответствует** В ТС не указаны принадлежности для фиксации, только для позиционирования	**Соответствует**	Нет данных	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Термографический принтер для печати цифровых изображений - наличие	**Нет данных** Требует уточнения В ТС заявителя отсутствует часть документа	**Соответствует** Drystar 5302	Нет данных	**Соответствует** Термографический принтер для печати цифровых изображений **Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000)** Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)	**Соответствует** Термографический принтер для печати цифровых изображений **Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000)** Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd. (Китай	**Соответствует**	**Соответствует**
	Расходные материалы						
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Требования к условиям эксплуатации							
Требования по вентиляции, освещению, защите ограждающих конструкций от рентгеновского излучения, электроснабжению, защитному заземлению в рентгеновских кабинетах должны быть выполнены согласно СНиП 2.08.02-89, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.1.3.2630-10. Рекомендуемые размеры помещений для монтажа основного оборудования: - процедурная: 30,0 м2. - комната управления: 9,0 м2. - техническая комната: 13,5 м2. Высота потолка: 3 м. Покрытие пола: антистатическое покрытие. Отделка стен: окраска для влажной уборки (улучшенная). Потолок: водоэмульсионная краска. Кратность воздухообмена в час: 3-4. Температура воздуха: в процедурной 20°С, в комнате управления 18 °С. Освещенность: - в процедурной: люминесцентные лампы 300 люкс, лампы накаливания 150 люкс. - в комнате управления: люминесцентные лампы 200 люкс, лампы накаливания 100 люкс. Силовое питание отдельным многожильным гибким медным кабелем, проложенным от распределительного щита ТП либо ВРУ: Потребляемая мощность: 125 кВА; 3ф+0+земля; Напряжение сети: 400В, допустимое отклонение ±10%. Частота тока: 50Гц; допустимое отклонение ±1%. Сопротивление сети: 0,07 Ом. Заземление должно быть выполнено отдельным очагом. Сопротивление заземляющего устройства 2 Ом. Транспортировка. Проем в «свету» для заноса оборудования к месту монтажа должен составлять: - процедурная: 1200 мм x 2100 мм (h); при ширине коридора 2400 мм. Удаленное место работы врача: возможно размещение в любом месте лечебного учреждения при соблюдении СанПиН и СНиП РК, должна быть связь по локальной компьютерной сети.	**Нет данных** Требует уточнения В ТС заявителя отсутствует часть документа	Не соответствует Потребляемая мощность: 70 кВА; Сопротивление сети: нет данных	Не соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Потребляемая мощность: 75 кВА; 3ф+земля; Напряжение сети: 380В, допустимое отклонение ±10%. Частота тока: 50Гц; допустимое отклонение ±6%.
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц							
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание	Нет данных Требует уточнения	**Соответствует**	Не соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**

должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники	В ТС заявителя отсутствует часть документа					В ТС указано Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год.	
Требования к сопутствующим услугам							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар,	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Нет данных**

относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя							

Рекомендуется включить в ТС заявителя:

1. *специальное рентгенозащитное стекло (стекла защитные просвинцованные) с рамой и креплениями для визуального контроля в комнате исследования.*
2. *2 комплекта рентгензащитной одежды (воротник, фартук или жилет с юбкой)*

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович** _____

27.08.2022

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500892-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 10:58:05

Лот № 4500892-Т1

Томограф компьютерный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500892-Т1 Томограф компьютерный, Дастанов Данияр – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
4	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
5	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
6	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
7	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дастанов Данияр

Экспертное заключение по лоту 4500907-Т1

В ходе экспертизы рассмотрены заявки потенциальных поставщиков № 2367410, 2366950, 2367230, 2368950.

Заявка № 2367410 (Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями (Canon Medical Systems Corporation, Япония) Регистрация на территории РК: РК-МТ-5№020456 от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г. Инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion с расходным материалом (Bayer Medical Care Inc., Соединенные Штаты Америки) Регистрация на территории РК: РК-МТ-5№021031 от 15.09.2020 г. до 15.09.2025 г., потенциальный поставщик - Жауапкершілігі шектеулі серіктестік FORTIS PAI (ФОРТИС ПАЙ) – **соответствует** техническим требованиям заказчика.

Заявка № 2366950 (Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями (Canon Medical Systems Corporation, Япония) Регистрация на территории РК: РК-МТ-5№020456 от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г. Инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion с расходным материалом (Bayer Medical Care Inc., Соединенные Штаты Америки) Регистрация на территории РК: РК-МТ-5№021031 от 15.09.2020 г. до 15.09.2025 г., потенциальный поставщик - Товарищество с ограниченной ответственностью «Hydramed» – **соответствует** техническим требованиям заказчика.

Заявка № 2367230 (Система рентгеновская ангиографическая Azurion 7B20 с принадлежностями, Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, регистрационное удостоверение рк-мт-5№018356 до 16.10.2023 г.), потенциальный поставщик - Товарищество с ограниченной ответственностью «ARKAU Innovations» - **не соответствует** техническим требованиям заказчика (Требуемая заказчиком максимально возможная нагрузка на стол, кг., не менее: 227, + 100 кг при проведении реанимационных мероприятий, в предоставленной потенциальным поставщиком характеристике – не более 275 кг, + 50 кг при проведении реанимационных мероприятий. Требуемый заказчиком размер плоскопанельных детекторов 30 Х 30 см, в предоставленной потенциальным поставщиком характеристике 29 Х40 см, не соответствует диапазон смещения штатива в косых проекциях RAO/LAO, не соответствует максимальная скорость смещения с проекциями RAO/LAO.).

Заявка № 2368950 (Установка ангиографическая, вариант исполнения Innova IGS 6, GE Medical Systems SCS, Франция, регистрационное удостоверение РК-МТ-5№020602), потенциальный поставщик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ZEIN INVEST" - **не соответствует** техническим

требованиям заказчика (Требуемая заказчиком максимально возможная нагрузка на стол, кг., не менее: 227, + 100 кг при проведении реанимационных мероприятий, в предоставленной потенциальным поставщиком характеристике – не более 204 кг. Не соответствует диапазон смещения штатива в косых проекциях RAO/LAO, град.,- требуемый не менее: +120°/0°, несоответствие максимальной скорости смещения с проекциями RAO/LAO, град./сек.: требуемая 15 сек., нет данных о глубине сигнала, бит. Несоответствие требуемого количества изображений к сохранению на рабочей станции – не менее 68 000, требуется не менее 100 000).

Таким образом, система рентгеновская ангиографическая Azurion 7B20 с принадлежностями, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, установка ангиографическая, варианты исполнения Innova IGS 6 с принадлежностями, производства GE Medical Systems SCS, Франция **не соответствуют** техническому заданию конкурсной документации.

Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония **соответствует** техническому заданию конкурсной документации.

Таблица сөответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	Жауапкершілігі шектеулі серіктестік FORTIS PAI (ФОРТИС ПАЙ)	Товарищество с ограниченной ответственностью «Hydramed»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ARKAU Innovations»	Товарищество с ограниченной ответственностью "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями	Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями	Azurion 7B20 с принадлежностями	Innova IGS 6 принадлежностями
Производитель МТ:	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды	GE Medical Systems SCS, Франция
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Катетеризационный стол	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Цифровой плоскопанельный детектор	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Землянский В.В.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500907-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 12:29:34

Лот № 4500907-T1

Система рентгеновская ангиографическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500907-T1 Система рентгеновская ангиографическая с принадлежностями, Землянский Виктор – (заведующий отделением интервенционной радиологии, Корпоративный Фонд University Medical Center) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует
2	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
3	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Не соотвествует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Землянский Виктор

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500907-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2022 14:43:41

Лот № 4500907-T1

Система рентгеновская ангиографическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500907-T1 Система рентгеновская ангиографическая с принадлежностями, Землянский Виктор – (заведующий отделением интервенционной радиологии, Корпоративный Фонд University Medical Center) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует
2	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
3	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Не соотвествует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Землянский Виктор

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500914-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 14:09:17

Лот № 4500914-T1

Система интервенционная ангиографическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500914-T1 Система интервенционная ангиографическая с принадлежностями , Землянский Виктор – (заведующий отделением интервенционной радиологии, Корпоративный Фонд University Medical Center) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
2	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Землянский Виктор

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500914-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2022 14:45:37

Лот № 4500914-T1

Система интервенционная ангиографическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500914-T1 Система интервенционная ангиографическая с принадлежностями , Землянский Виктор – (заведующий отделением интервенционной радиологии, Корпоративный Фонд University Medical Center) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
2	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Землянский Виктор

Экспертное заключение по лоту 4500914-Т1

В ходе экспертизы рассмотрены заявки потенциальных поставщиков № 2366950, 2367410, 2368950.

Заявка № 2366950 (Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями Завод- производитель: Canon Medical Systems Corporation, Япония. Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№020456 от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г. Инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion с расходным материалом, завод-производитель: Bayer Medical Care Inc., Соединенные Штаты Америки, регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№021031 от 15.09.2020 г. до 15.09.2025 г.), потенциальный поставщик - Товарищество с ограниченной ответственностью «Hydramed» – **соответствует** техническим требованиям заказчика.

Заявка № 2367410 (Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями Завод- производитель: Canon Medical Systems Corporation, Япония. Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№020456 от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г. Инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion с расходным материалом, завод-производитель: Bayer Medical Care Inc., Соединенные Штаты Америки, регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№021031 от 15.09.2020 г. до 15.09.2025 г.), потенциальный поставщик - Жауапкершілігі шектеулі серіктестік FORTIS PAI (ФОРТИС ПАЙ) – **соответствует** техническим требованиям заказчика.

Заявка № 2368950 (Установка ангиографическая, варианты исполнения Innova IGS 5 с принадлежностями, производства GE Medical Systems SCS, Франция, регистрационное удостоверение РК-МТ-5№020602), потенциальный поставщик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ZEIN INVEST" - **не соответствует** техническим требованиям заказчика (Отклонение от требуемых величин имеют следующие параметры: Диапазон вращения С-дуги в косых проекциях (лево-правые передне-косые проекции), °: -120°/+120°, пространственное разрешение, пар линий/мм.: 2,6, количество полей обзора детектора, не менее: 5, диапазон вертикального перемещения деки стола, см., не менее: 36, диапазон поперечного перемещения деки стола, см., не менее: 30, максимальный вес пациента, кг., не менее: 220, количество изображений, сохраняемых в системе при матрице 1024 х 1024, не менее: 100 000).

Таким образом, установка ангиографическая, вариант исполнения Innova IGS 5 с принадлежностями, производства GE Medical Systems SCS, Франция **не соответствуют** техническому заданию конкурсной документации.

Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями Завод- производитель: Canon Medical Systems Corporation, Япония **соответствует** техническому заданию конкурсной документации.

Таблица сөответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	Жауапкершілігі шектеулі серіктестік FORTIS PAI (ФОРТИС ПАЙ)	Товарищество с ограниченной ответственностью «Hydramed»	Товарищество с ограниченной ответственностью "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями	Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями	Innova IGS 5 с принадлежностями
Производитель МТ:	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	GE Medical Systems SCS, Франция
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Катетеризационный стол	соответствует	соответствует	Не соответствует
Количество полей обзора детектора	соответствует	соответствует	Не соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	Не соответствует
Диапазон вращения С-дуги	соответствует	соответствует	Не соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Землянский В.В.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500908-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-08-2022 09:12:05

Лот № 4500908-T1

Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500908-T1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции, Аксенов Вадим – (Заведующий отделением ЛОР, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240001502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА"	Не соотвествует
2	081040006617, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Аксенов Вадим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Центр Медицинской Техники»**	**ТОО «Медмаркет - Эксперт»**	ТОО «Каусармед»	**ТОО «Круана»**
Предлагаемая модель МТ:	Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции Инновационная роботизированная хирургическая система визуализации KINEVO 900	Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями (для оториноларингологических операции)	Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями	Микроскоп операционный хирургический Leica PROvido в варианте исполнения: PROvido премиум
Производитель МТ:	Карл Цейс Медитек, Германия	Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd, Сингапур	Leica Instruments Pte Limited, Сингапур	Leica Instruments (Singapore) Pte Limited, Сингапур
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Базовый пакет	соответствует	не соответствует	не соответствует	не соответствует
Окуляры	соответствует	не соответствует	не соответствует	не соответствует
Тубус	соответствует	не соответствует	не соответствует	не соответствует
Пакет ассистента	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Видеосистема	не соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Ножная педаль управления	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Управление ртом	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Стерильные оболочки/ стерильные колпачки	соответствует	соответствует	не соответствует	не соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требование к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

услугам				

Эксперт **Аксенов В.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500908-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2022 17:52:15

Лот № 4500908-T1

Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500908-T1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции, Калембет Наталья – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240001502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА"	Не соотвествует
2	081040006617, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Калембет Наталья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	ТОО «Круана»	ТОО "КаусарМЕД"	ТОО "МедМаркет-Эксперт"	ТОО "Центр Медицинской Техники"
Предлагаемая модель МТ:	**Микроскоп операционный хирургический Leica PROvido в варианте исполнения: PROvido премиум**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями (для оториноларингологических операций).**	**Мобильный микроскоп для оториноларингологических операций.**
Производитель МТ:	**Leica Instruments (Singapore) Pte.Limited- страна Сингапур**	**производства Leica Instruments Pte. Limited, Сингапур**	**Производства Leica Instruments(Singapore) PTE Ltd Сингапур**	**Карл ЦейсМедитек АГ, Германия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции	Размеры не указаны в ТС	Минимальный вес микроскопа в полной загрузке 320 кг.-**не соответствует.** Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика** По классу оптики- нет данных	**Не соответствует:** Ширина 690 мм Глубина 1925 мм Вес оборудования: 350 кг. Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика**	Соответствует;
Окуляры	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр- **не соотвествует** заявленным параметрам	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр коррекция +/-5 дптр- **не соответствует**	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, дптр, от +5 до -5.- **не соответствует**	Соответствует
Тубус	По наклону стойки – информации нет	По наклону стойки –информации нет Поворот не менее 270гр – нет данных	Наклон От -30 град +120- **не соответствует** По наклону стойки –информации нет	Соответствует

Пакет ассистента:	Неполная информация	Неполная информация	Соответствует	Соответствует
Видеосистема	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Соответствует	Соответствует
Ножная педаль управления:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление ртом:	Нет информации	Имеется в наличии	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Нет данных	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии
Расходные материалы				
Стерильные оболочки	Нет информации	Нет информации	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации: температура в диапазоне : 10°–40°С	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрическая сеть 220 В	Нет данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Гарантийное сервисное обслуживание МИ 12 месяцев.-не соответствует	Соответствует	Соответствует В наличии сервисные центры в РК
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Нет данных	Соответствует	Соответствует

Эксперт Сафиоллинова Р. С. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500908-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2022 19:27:37

Лот № 4500908-T1

Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500908-T1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240001502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА"	Не соотвествует
2	081040006617, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	ТОО «Круана»	ТОО "КаусарМЕД"	ТОО "МедМаркет-Эксперт"	ТОО "Центр Медицинской Техники"
Предлагаемая модель МТ:	**Микроскоп операционный хирургический Leica PROvido в варианте исполнения: PROvido премиум**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями**	**Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями (для оториноларингологических операций).**	**Мобильный микроскоп для оториноларингологических операций.**
Производитель МТ:	**Leica Instruments (Singapore) Pte.Limited- страна Сингапур**	**производства Leica Instruments Pte. Limited, Сингапур**	**Производства Leica Instruments(Singapore) PTE Ltd Сингапур**	**Карл ЦейсМедитек АГ, Германия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции	Размеры не указаны в ТС	Минимальный вес микроскопа в полной загрузке 320 кг.-**не соответствует.** Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика** По классу оптики- нет данных	**Не соответствует:** Ширина 690 мм Глубина 1925 мм Вес оборудования: 350 кг. Основной источник света через оптоволокно (ксеноновая лампа 400 Вт).- **лучше чем у Заказчика**	Соответствует;
Окуляры	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр- **не соотвествует** заявленным параметрам	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, Дптр коррекция +/-5 дптр- **не соответствует**	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров, дптр, от +5 до -5.- **не соответствует**	Соответствует
Тубус	По наклону стойки – информации нет	По наклону стойки –информации нет Поворот не менее 270гр – нет данных	Наклон От -30 град +120- **не соответствует** По наклону стойки –информации нет	Соответствует

Пакет ассистента:	Неполная информация	Неполная информация	Соответствует	Соответствует
Видеосистема	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Нет полной информации по встроенной видеокамере-указано только «камера HD» без указания наличия чипов	Соответствует	Соответствует
Ножная педаль управления:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление ртом:	Нет информации	Имеется в наличии	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Нет данных	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии	Есть в наличии
Расходные материалы				
Стерильные оболочки	Нет информации	Нет информации	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации: температура в диапазоне : 10°–40°С	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрическая сеть 220 В	Нет данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Гарантийное сервисное обслуживание МИ 12 месяцев.-не соответствует	Соответствует	Соответствует В наличии сервисные центры в РК
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Нет данных	Соответствует	Соответствует

Эксперт Сафиоллинова Р. С. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500909-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2022 17:02:17

Лот № 4500909-T1

Моторная система (Бормашина)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500909-T1 Моторная система (Бормашина), Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Центр Медицинской Техники»**			
Предлагаемая модель МТ:	Моторная система Елан 4 электрическая			
Производитель МТ:	Aesculap AG, Германия			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Блок управления:	соответствует			
2. Наконечник:	Нет информации по шовному наконечнику			
3. Фиксаторы:	**Только четыре (4) вида фиксаторов соответствует из двадцати четырех (24)** : 1- для трех наконечников;2- для 12 фрез;3-для размещения кабеля/шланга;4- для моторного кабеля. **Остальные фиксаторы не указаны,** а именно: для трепанационного мотора, для низкоскоростного мотора с соединением Intra, для многофункционального наконечника-краниотома, для одного наконечника, для трех наконечников, для			

	краниоперфоратора, для сагиттальной микропилы, для сагиттальной пилы, для различных насадок, для реципрокных пил, для лезвий пил, для поперечной пилы, для дрели с пистолетной рукояткой, для 2 насадок MIS, для 2 стержней реципроктной пилы, для 2 стержней поперечной пилы, для 2 стержней насадок MIS, для гильзы-держателя, для наконечника MIS, набор/ Фиксатор			
4. Насадки:	**Нет информации по насадкам**			
5. Фрезы:	Фрезы конусовидные, Фрезы двойной резки, Фрезы алмазные, Фрезы бочковидные, Фрезы: конические, в виде жѐлудя, овальные, булавчатые, с обратным конусом; алмазные, жѐсткие, Фреза Линдеманна для 1-кольцевого, 2-кольцевого/ Фреза хирургическая- **по данным видам фрезов нет информации.** **Есть информация по Фрезе Розена – 9 видов по 5 штук.**			
6. Рукоятка:	Нет информации			

Дополнительные комплектующие				
Нет запрашиваемой информации				
Расходные материалы				
Нет запрашиваемой информации				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации:	Соответствуют			
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения-соответствует ТС.			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует			
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует			
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует			

ФИО эксперта: Сафиолминова Р.С.

Подпись Сафиолл.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500909-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-08-2022 16:08:43

Лот № 4500909-Т1

Моторная система (Бормашина)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500909-Т1 Моторная система (Бормашина), Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Центр Медицинской Техники»**			
Предлагаемая модель МТ:	Моторная система Елан 4 электрическая			
Производитель МТ:	Aesculap AG, Германия			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Блок управления:	соответствует			
2. Наконечник:	Нет информации по шовному наконечнику			
3. Фиксаторы:	**Только четыре (4) вида фиксаторов соответствует из двадцати четырех (24)** : 1- для трех наконечников;2- для 12 фрез;3-для размещения кабеля/шланга;4- для моторного кабеля. **Остальные фиксаторы не указаны,** а именно: для трепанационного мотора, для низкоскоростного мотора с соединением Intra, для многофункционального наконечника-краниотома, для одного наконечника, для трех наконечников, для			

	краниоперфоратора, для сагиттальной микропилы, для сагиттальной пилы, для различных насадок, для реципрокных пил, для лезвий пил, для поперечной пилы, для дрели с пистолетной рукояткой, для 2 насадок MIS, для 2 стержней реципроктной пилы, для 2 стержней поперечной пилы, для 2 стержней насадок MIS, для гильзы-держателя, для наконечника MIS, набор/ Фиксатор			
4. Насадки:	**Нет информации по насадкам**			
5. Фрезы:	Фрезы конусовидные, Фрезы двойной резки, Фрезы алмазные, Фрезы бочковидные, Фрезы: конические, в виде жѐлудя, овальные, булавчатые, с обратным конусом; алмазные, жѐсткие, Фреза Линдеманна для 1-кольцевого, 2-кольцевого/ Фреза хирургическая- **по данным видам фрезов нет информации.** **Есть информация по Фрезе Розена – 9 видов по 5 штук.**			
6. Рукоятка:	Нет информации			

Дополнительные комплектующие				
Нет запрашиваемой информации				
Расходные материалы				
Нет запрашиваемой информации				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации:	Соответствуют			
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения-соответствует ТС.			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует			
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует			
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует			

ФИО эксперта: Сафиолминова Р.С.

Подпись Сафиолл.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500899-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2022 15:36:11

Лот № 4500899-Т1

Компьютерный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500899-Т1 Компьютерный томограф с принадлежностями, Байтурлин Жанибек – (Зав. отд. радиологии и радиохирургии, АО "национальный центр нейрохирургии") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	171240004085, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BARYON"	Соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
4	160940026334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР"	Не соотвествует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Соответствует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байтурлин Жанибек

№	Наименование медицинской техники (КТ аппарат)	Программное обеспечение	Соответствует	Не соответствует
1	Компьютерный томограф SUPRIA, FUJIFILM	1. Быстрая реконструкция и постобработка с возможностью проведения специфических программ. 2. Специализированное приложение для проведения интервенционных процедур: биопсия, дренирование, абляция. При проведении контрастных исследований возможность синхронизировать момент инъекции с началом визуализации. 3. Программные обеспечения для объемной визуализации позволяющие удалить из изображений твердые ткани и обеспечить трекинг контрастного вещества. 4. Открытая программная платформа для установки новых приложений. Интегрированные программные пакеты, на примере: для составления отчетов.	+	
2	Компьютерный томограф SIEMENS go. TOP		+	
3	Компьютерный томограф Incisive CT			-
4	Компьютерный томограф Dominus 128, Healthcare Co.			-
5	Компьютерный томограф Insitum CT 768		+	
6	Компьютерный томограф Neu Viz 128		+	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500899-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-08-2022 15:56:36

Лот № 4500899-Т1

Компьютерный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500899-Т1 Компьютерный томограф с принадлежностями, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	171240004085, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BARYON"	Не соотвествует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
4	160940026334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР"	Соответствует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «QUORU» ✓ 2367510.	АО «Ordamed» — 2368210.	ТОО «АКТАР» ✓ 2368550.	ТОО «QazMed Leasing» 2368950.	ТОО «Baryon» — 2369930.	ТОО «Алаш-KZ» — 2369990.
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела SUPRIA с принадлежностями	Система компьютерной томографии Dominus 128	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями	Компьютерный томограф Somatom go.Top	Компьютерный томограф NeuViz 128	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT768
Производитель МТ:	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	SG Healthcare Co., LTD	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., Китай	Siemens Healthcare GmbH, Германия	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Сканирующая система гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Апертуры Гентри с диаметром не менее 72 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Апертура гентри 70 см (данный параметр не является клинически важным, так как на качество и скорость исследования не оказывает влияние)	Соответствует	Соответствует
Угол наклона гентри не уже -24/+30 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерное позиционирование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес гентри не менее 1600 кг.	**Соответствует**	**1800 кг**	**1995 кг.**	**Не соответствует Вес гентри 1400 кг.**	**1800 кг**	**1800 кг.**

Управление движением стола и наклона гентри кнопочными пультами с обеих сторон передней поверхности кожуха гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная нагрузка на стол не менее 205 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрас для стола	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект ремней для фиксации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Опоры для рук	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подголовник	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрац под ноги пациента	**Соответствует**	**Нет указании**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Пирамидальная подушка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подставка под подбородок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дистанционное управление столом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Горизонтальное перемещение стола не менее 910 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект фантомов для калибровки компьютерного томографа с крепежом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальная мощность рентгеновской трубки не менее 55 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное напряжение на рентгеновской трубке не менее 70 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное напряжение на рентгеновской трубке не менее 140 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное значение тока рентгеновской трубки не менее 5 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное значение тока рентгеновской трубки не менее 400 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость рентгеновской трубки не менее 5000 тепловых единиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Присутствие фокусных пятен (не менее 2 шт)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Малое фокусное пятно не более 0,7 x 1,0 мм	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**
Большое фокусное пятно не более 1,2 x 1,4 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Выполнение срезов, реконструируемых после одного полного оборота блока детекторов не менее 128 срезов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное поле обзора при сканировании не менее 500 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальная толщина среза, не более 0,625 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип детектора твердопольный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее количество элементов детектора не менее 43 008	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество рядов детектора не менее 64	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Консоль оператора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора не менее 24 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение монитора не менее 1920x1080 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объём оперативной памяти не менее 16 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем жесткого диска не менее 512 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Клавиатура	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компьютерная мышь	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Системный блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи на DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пульт управления сканированием	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Экстренная остановка движение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

гентри, стола и генерацию рентгеновского излучения						
Интеграция с PACS системой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система архивирования изображения и связи в стандарте DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система связи с пациентом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция для обработки, реформации, архивации и экспорта полученных изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Системный блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Клавиатура	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компьютерная мышь	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объём оперативной памяти не менее 16 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора не менее 24 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
объём памяти видеокарты не менее 2 Гб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем жесткого диска не менее 1 Тб	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение на CD/DVD дисках и/или USB-накопителях 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высоковольтные кабели	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Программное обеспечение для анализа и динамического контроля узелков в лёгких	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность источника бесперебойного питания не менее 100 кВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дисплей навигации дыхания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Комплект эксплуатационных документов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трансформатор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Рондаева Анна Васильевна

ФИО/подпись

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО ESS-АДРОН	**ТОО «Шебер Азия Мед»**	ТОО Медицинские газовые системы	ТОО МЕДТЕХСЕРВИС
Предлагаемая модель МТ:	Кислородный генератор CANGAS CAP-O	Кислородная Станция DPO(15)	CANGAS CAP-O-15	Провита 200
Производитель МТ:	CAN GAS Systems Company limited	Jiangyin Safe Import and Export Co., LTD	CAN GAS Systems Company Limited	ООО Провита-Экспорт
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует
Расходные материалы				
	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	Не соответствует. Нет данных требования к условиям эксплуатации	Не соответствует. Нет данных требования к условиям эксплуатации	Не соответствует

Эксперт **Умаров Ш. К.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500894-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2022 20:04:08

Лот № 4500894-T1

Кислородный генератор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500894-T1 Кислородный генератор, Умаров Шаттык – (Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, Областная многопрофильная больница, г. Уральск) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
2	161240001613, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕБЕР АЗИЯ МЕД"	Не соотвествует
3	080640002408, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ"	Не соотвествует
4	980240000227, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХСЕРВИС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Умаров Шаттык