Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4500898-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-09-2022 15:47:03

Лот № 4500898-Т1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4500898-Т1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий, Бобошко Максим – (и.о главного врача , КГП) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	010540003182, ТОО "ФИРМА "МЕДСИСТЕМ"	Соответствует
4	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бобошко Максим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(на лот 4500898-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбренген»	ТОО «Светоком Плюс»	ТОО Фирма "МедСистем	ТОО "MEDICA Trade"
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»	Аппарат ретгенографический стационарный цифровой «Инсар» ФМ. Функциональное назначение аппарат-проведение массовых обследований населения – флюорография.	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс «ПроСкан»	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс «ПроСкан - 2000»
Производитель МТ:	АО «Актюбренген», Казакстан	ТОО «Светоком Плюс», Казахстан	АО Рентгенпром, Россия.	ЗАО Рентгенпром Россия.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Кабинет рентгенозащитная с подъемником для пациента: из композитных материалов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Устроиство сканирующее (система регистрации ренгеновского изображения на полупроводниковом детекторе), - полупроводниковый линейный детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3. Устроиство	Не соответствует, нет	Не соответствует диапазон	Соответствует.	Не соответствует, диапазон

рентгеновское питающее высококачественное	подробного описание характеристики.	изменения анодного напряжения диапазоне 40-110кв, а требуется 40-125кв.		изменения анодного напряжения 60-125кв, а требуется 40-125кв.
4. Автоматизированное рабочее место	Соответствует	Соответствует.	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
	Не соответствует	Соответствует.	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Первое электронное заключение указано некорректно от 22.09.2022 года по времени 15:13:28, по заявке № 2371430 указали Соответствует, надо было указать Не соответствует.

Эксперт Бобошко **Бобошко М.Ю**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501367-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-09-2022 11:35:28

Лот № 4501367-T1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501367-T1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной, Сакипов Марат – (И.О зав. отд. лучевой диагностики, Городская многопрофильная больница №2) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сакипов Марат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбрентген»	ЗАО Рентгенпром, Россия	ТОО «С вето ком Плюс», Казахстан.	
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 " ФЛЮАРКОМ"	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающий радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000»	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» ДМ.	
Производитель МТ:	АО «Актюбрентген»	ЗАО Рентгенпром, Россия	ТОО «С вето ком Плюс», Казахстан.	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента	**соответствует**	**соответствует**	не соответствует	
Приемник рентгеновского изображения	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	
Устройство рентгеновское питающее высокочастотное	не соответствует	**соответствует**	не соответствует	
Автоматизированное рабочее место	**соответствует**	**соответствует**	соответствует	
Дополнительные комплектующие				

Источник бесперебойного питания, не менее 1500 ВА	не соответствует	**соответствует**	соответствует	
Расходные материалы				
	соответствует	**соответствует**	не соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	не соответствует	**соответствует**	**соответствует**	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	
Требования к сопутствующим услугам	не соответствует	**соответствует**	**соответствует**	

Эксперт

и.о. зав. отд. целевой д-ки
Сакимов М.К

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501368-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-09-2022 15:36:30

Лот № 4501368-T1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501368-T1 Анестезиологическая рабочая станция, Сарыбаева Индира – (Заведующая ОАРИТ , МОБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Не соотвествует
3	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
4	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «ITTS»**	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «ТОО КОНТУР XXI»**	**ТОО «ZEIN INVEST»**	**ТОО «Диагаль»**	
Предлагаемая модель МТ:	Наркозно-дыхательный аппарат GENESIS.	Анестезиологическая система А7 с принадлежностями	Анестезиологическая система А7 с принадлежностями	Анестезиологические системы Carestation 650 A1	Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300	
Производитель МТ:	«Hersill S.L.», Испания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO, Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO, Китай	Datex-Ohmeda, Inc. США	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Германия.	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**
Основные комплектующие						
Основной блок						
Крепление аппарата - на тележке.	**Не соответствует.** из изображения видно, что у аппарата нет тележки, есть полностью мобильный корпус на колесиках.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
Ящики для принадлежностей. Выдвижные ящики.	**Исправлено-соответствуют**	Соответствует.	Соответствует.	**Соответствует**.	Соответствует.	
Вентилятор с приводом. Пневмопривод или электропривод.	**Не соответствует.** не ясно, какой привод используется в предлагаемом аппарате пневмо либо электропривод	**Не соответствует.** не ясно, какой привод используется в предлагаемом аппарате пневмо либо электропривод	**Исправлено-соответствует**	Соответствует	Соответствует.	
Требования к дыхательной системе: Объем дыхательной системы наркозно-дыхательного аппарата, включая абсорбер не более 3,9 литра.	**Не соответствует.** требуется 3,9 л, в предлагаемом аппарате указан только объем абсорбера, который составляет 1800 мл.	**Не соответствует.** требуется 3,9 л, в предлагаемом аппарате 2,85 л.	**Не соответствует.** требуется 3,9 л, в предлагаемом аппарате 2,85 л.	Соответствует.	Соответствует.	
Подогрев дыхательной системы и сбора конденсата Функция подогрева дыхательной системы аппарата для предупреждения образования конденсата или встроенный конденсор для сбора конденсата.	Соответствует.	**Не соответствует.** не ясно, как именно реализован подогрев	**Не соответствует.** не ясно, как именно реализован подогрев	Соответствует	Соответствует	

Анестезиологический аппарат ИВЛ Режим VC-AF (AutoFlow). VC-CMV/ VCV. PC SIMV, VC-SIMV/ SIMV VCV, SIMV PCV. PC-SIMV/PS, VC-SIMV/PS/ Режим PSVPro. Тревога апноэ. Режим ручная вентиляция легких	**Исправлено-соответствует**	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
диапазон регулирования частоты дыхания, не уже (1/мин)3-100.	Соответствует.	**Не соответствует.** диапазон регулирования частоты дыхания составляет 4-100 l/мин	**Не соответствует.** диапазон регулирования частоты дыхания составляет 4-100 l/мин	Соответствует.	Соответствует.	
диапазон регулирования максимального давления на вдохе, не уже; (см. вод. ст.)12-80.	**Не соответствует.** верхний диапазон регулирования максимального давления на вдохе составляет 68 гПа, что соответствует 69 (см.вод. ст	**Не соответствует** верхний диапазон регулирования максимального давления на вдохе составляет 70 (см. вод. ст.)	**Не соответствует.** верхний диапазон регулирования максимального давления на вдохе составляет 70 (см. вод. Ст.	Соответствует.	Соответствует.	
измерение концентраций кислорода на вдохе и на выдохе, не хуже от 0 до 100 об%	**Не соответствует.** Высокий O2 – 19-100%, Низкий O2 – 18-99%	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
Измерение концентрации анестетиков Одновременное измерение концентрации анестетика с определением первичного (основного)/вторичного (вспомогательного) газа.	**Не соответствует.** не указана возможность одновременного измерения концентрации анестетика с определением первичного (основного)/вторичн ого (вспомогательного) газа.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
Вычисление и отображение минимальной альвеолярной концентрации (МАК), не хуже0,0-9,9. Расчет МАК С учетом возраста пациента	**Не соответствует.** не указана возможность вычисления и отображения МАК не хуже 0,0-9,9.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
Требования к абсорберу углекислого газа:						
Испаритель анестетиков/ Севофлюрана	Соответствует.	**Не соответствует.** не ясно, какой именно испаритель будет в комплекте поставки, что не соответствует	**Не соответствует.** не ясно, какой именно испаритель будет в комплекте поставки, что не соответствует	Соответствует	Соответствует.	

		ТЗ!	ТЗ!			
Напряжение (В)220-240. Частота (Гц)50-60. время работы от резервного источника питания не менее (мин)45	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
Диапазон температур окружающего воздуха, не уже (°С) от 10 до 40. диапазон относительной влажности, не уже (%)20-95.	**Не соответствует.** диапазон рабочей температуры и влажности ниже	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	
Дополнительные комплектующие						
Водоотделитель/Влагоуловитель	**Не соответствует.** В технической спецификации данный пункт отсутствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует.	
Линия для отбора проб дыхательной смеси	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует.	
Абсорбера углекислого газа Контейнер/канистра. Ёмкость канистры абсорбера углекислого газа, не менее (мл)1370.	**Не соответствует.** В технической спецификации данный пункт отсутствует.	Соответствует.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует.	

Сарыбаева Индира Каражигитовна

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501370-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2022 14:02:31

Лот № 4501370-T1

Операционный стол

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501370-T1 Операционный стол, Бекмухамбетов Муратбек – (заведующий травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
3	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Соответствует
4	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
5	051140004027, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-37"	Соответствует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
7	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировки высоты и нижнего положения стола по заявке высота не менее 605мм по предложению поставщика 700 мм. Наибольшая высота по заявке до 1080 мм, предложение поставщика до 1000 мм
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировки высоты и нижнего положения стола по заявке высота не менее 670мм по предложению поставщика 780мм. Наибольшая высота по заявке до 1030 мм, предложение поставщика до 1080 мм Наличие инфузионной стойки по заявке, у поставщика

				отсутствует. Вес стола по заявке не менее 240 кг, по предложению поставщика 170 кг.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие регулировки высоты и нижнего положения стола по заявке. Положение Тренделенбурга не более 25 и не более 28 градусов по заявке, у поставщика 40.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие габаритов стола по заявке высота не менее 605, у поставщика 498. Тип привода по заявке гидравлический у поставщика электрогидравлический.

Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501371-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-09-2022 13:34:11

Лот № 4501371-Т1

Аппарат наркозно-дыхательный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501371-Т1 Аппарат наркозно-дыхательный, Сарыбаева Индира – (реаниматолог, моб) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
2	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Соответствует
3	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
4	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
5	550130401411, ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	Соответствует
6	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Пенлон Лимитед, Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,,	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**	Пенлон Лимитед, Великобритания	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65**	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400	Анестезиологическая система A5/ A7 в комплекте с принадлежностями	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями**	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400	**- Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 с принадлежностями**
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Пенлон Лимитед, Великобритания	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,,	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**	Пенлон Лимитед, Великобритания	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
			Основные комплектующие			
	соответствуют	соответсвует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
			Дополнительные комплектующие			
	Не соответствуют – отсутствует испаритель для изофлурана	соответсует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
			Расходные материалы			
	Не соответствует – отсутствует контур дыхательный для детей	соответствует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют
			Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
	соответствуют	соответсвует	соответствуют	соответствуют	соответствуют	соответствуют

Эксперт **Сарыбаева И.К.**

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501372-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 15:12:53

Лот № 4501372-Т1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501372-Т1 Анестезиологическая рабочая станция, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКОФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ITTS"**	**ТОО «Диагаль»**	**ТОО "ZEIN INVEST"**	
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65, с принадлежностями**	**Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300**	**Анестезиологические системы Carestation 650 A1 с принадлежностями**	
Производитель МТ:	**«Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.» Китай**	**Dragerwerk AG&Co.KGaA.Германия**	**Datex-Ohmeda Inc, Соединённые Штаты Америки**	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Анестезиологическая рабочая станция	Не соответствует	Не соответствует по параметру «диапазон регулирования частоты **дыхания: не менее 0-100 в минуту» - от 3 до 100/мин**	Не соответствует	
Испаритель анестетиков	Есть	Есть	Есть	
Шланг, кислородный	Есть	Есть	Есть	
Дополнительные комплектующие				
Газовый модуль	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	
Медицинский компрессор	Есть	Есть	Есть	
Смеситель медицинских газов.	Есть	Есть	Есть	

Система отвода отработанных медицинских газов	Есть	Есть	Нет информации	
Расходные материалы				
Абсорбент	Есть	Есть	Есть	
Влагоотделитель / Влагоуловитель	Есть	Есть	Наличие водоотделителя	
Линия для отбора проб дыхательной смеси	Нет информации	Есть	Есть	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	
Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 200)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки МТ и место дислокации	100 календарных дней	90 календарных дней	100 календарных дней	
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	

Эксперт **Сафиоллинова Р.С**

подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501372-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2022 15:16:12

Лот № 4501372-Т1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501372-Т1 Анестезиологическая рабочая станция, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ITTS»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «Диагаль»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65	Анестезиологические системы Carestation 650 A1	Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300
Производитель МТ:	Китай	Datex-Ohmeda, Inc.	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Германия.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Аппарат предназначен для проведения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких, с возможностью работы с использованием низких потоков свежего газа.	**Не соответствует.** (Нет информации про возможность работы на низких потоках)	Соответствует.	Соответствует.
Ящики для принадлежностей: большой выдвижной ящик или малый выдвижной ящик в комплектации с основным блоком.	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.
Режим VC-AF (AutoFlow)	**Не соответствует.** (данный режим отсутствует в ТС)	Соответствует.	Соответствует.
Диапазон регулирования времени вдоха: не более 0,2-10 сек.	**Не соответствует.** (Время вдоха **0,4**-5 сек.)	Соответствует.	Соответствует.
Настройка параметров ИВЛ исходя из веса пациента.	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.
Режим кардиошунтирования (СВМ, АИК):	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.
Газовый модуль:			
Диапазоны измерения концентрации газообразных анестетиков: Галотан от 0 до **6** об.%, Изофлуран от 0 до **6** об.%, Десфлуран от 0 до **20** об.	**Не соответствует.** (Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – **5%**, Sev 0 – 8%, Des 0 – **18%**.)	Соответствует.	Соответствует.
xMAC минимальная альвеолярная концентрация анестетика определяется на основании **возраста** пациента, концентрации газообразного анестетика и закиси азота.	**Не соответствует.** (в представленном ТС нет информации о том, что МАК высчитывается с учетом возраста пациента.)	Соответствует. (Отображение **МАКвозраст**)	Соответствует.
CO2: Диапазон от 0 до 13,6 об.%	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует. (CO2 %0-15)	Соответствует. (CO2: диапазон: 0 - 13,6 об.%)
Линия для отбора проб дыхательной смеси (10шт)	**Не соответствует.** (Нет информации в предоставленном ТС.)	Соответствует.	Соответствует.

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501373-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-09-2022 14:22:38

Лот № 4501373-T1

Аппарат наркозно-дыхательный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501373-T1 Аппарат наркозно-дыхательный, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
2	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Не соотвествует
3	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Не соотвествует
4	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
5	550130401411, ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	Не соотвествует
6	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО ""ITTS""	ТОО "КОНТУР XXI"	ТОО""MEDICA TRADE"	ТОО"PHARMALOGICA"	ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	ТОО"CENTROPHARM"
Предлагаемая модель МТ:						
Производитель МТ:						
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
		Основные комплектующие				
Дыхательный объем, диапазон, мл.: 20 - 1600	Дыхательный объем, диапазон, мл.: 10 – 1500 не соответствует	Дыхательный объем, диапазон, мл.: 10 – 1500 не соответствует	Дыхательный объем, диапазон, мл.: 10 – 1500 не соответствует	**соответствует**	Дыхательный объем, диапазон, мл.: 10 – 1500 не соответствует	**соответствует**
Общий размер рамы, в*ш*г, см.: не более: 140x92x70 Планшет для письма - размер планшета, см.: не более: 45 x 34 Масса, кг.: не более: 145.	соответствует	не соответствует	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
		Дополнительные комплектующие				
Медицинский компрессор Производительность компрессора, л/мин.: не менее: 40 Уровень шума, дБ.: не более: 52	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**
		Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Угышев А.Н./подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4501374-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-09-2022 10:42:05

Лот № 4501374-T1

Стол операционный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4501374-T1 Стол операционный, Бекмухамбетов Муратбек – (заведующий травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"	Не соотвествует
3	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
5	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Соответствует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
7	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
8	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Не соотвествует
9	111240009719, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 605 до 1005 мм.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	140640025133, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствие веса стола по заявке 250 кг, у поставщика 170 кг.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**

комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 720 до 1070 мм.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"			
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Операционный стол				Не соответствует регулировок по высоте по заявке от не менее 605, до 1080 мм, у поставщика от 720 до 1070 мм.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Бекмухамбетов М.М.
ФИО/подпись