Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502026-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2022 10:48:14

Лот № 4502026-Т1

мобильный рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502026-Т1 мобильный рентгеновский аппарат, Есенбаева Асель – (руководитель СППВК, КГП "Поликлиника №3 города Караганды") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
4	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
5	120940003596, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА"	Не соотвествует
6	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
7	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
8	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Есенбаева Асель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «Ordamed»	ТОО «АЛЬЯНС»	ТОО «GAIDE»	ТОО «САПА МЕД АСТАНА»	ТОО «MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ»	ТОО «"СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»	ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая мобильная рентгенографическая система DP326A-2	Радиографическая /флюорографическая рентгеновская система типа: Mercury XM3000 в комплекте с Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой EVS 3643	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Система рентгенодиагностическая Roesys: X Fit с мобильным штативом X Vision C Serie	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Мобильный рентгеновский аппарат, модель ELMO-T3P
Производитель МТ:	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd., Китай	Medilux Co,.LTD ; DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co., Ltd, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co., Ltd, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Roesys MedTec GmbH, Германия	Ecoray Co., Ltd, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co., Ltd, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Производитель : DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие								
Цифровой плоско панельный детектор	соответствует	Не соответствует: отсутствует характеристика фокального пятна.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	не	соответствует	соответствует	соответствует

					соответствует: частота инвертора низкая.			
Рентгеновская трубка	соответствует	Не соответствует: напряжение рентгеновской трубки низкое.	соответствует	соответствует	не соответствует: теплоёмкость анода высокая.	соответствует	соответствует	соответствует
Коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	не соответствует: поля облучения при фокусном расстоянии низкие.	соответствует	соответствует	соответствует
Аккумулятор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие								
Расходные материалы								
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								

Эксперт

Руководитель СППВК КГП «Поликлиника №3

Города Караганды» _____ **Есенбаева А.Е.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502019-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-09-2022 14:52:28

Лот № 4502019-T1

Установка ренгеновская маммографическая с лазерным принтером

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502019-T1 Установка ренгеновская маммографическая с лазерным принтером , Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

лот 4502019 установка рентгеновская маммографическая с лазерным принтером

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбрентген» —	ТОО «АстаМед» +	АО «Ordamed» +
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo**	Маммографическая система MX-600 с Цифровым медицинским принтером с технологией прямой термопечати:	**Цифровая маммографическая рентгеновская система DMX-600.**
Производитель МТ:	**АО «Актюбрентген», Республика Казахстан**	Genoray Co., Ltd, Республика Корея	Genoray Co., Ltd, Республика Корея
Наименование комплектуюшего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Корпус: Вращение дуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Размер фокусного пятна, мм: Малое: не более 0,1 Большое: не более 0,3	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Теплоаккумулирующая способность анода, kHU (кТЕ): не менее 300	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский генератор высокочестотный Максимальный ток для малого/большого фокусного пятна: Малый фокус не менее 25 мА Большой фокусне менее 100 мА	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует
Генератор рентгеновский Диапазон кВ (кВ) 22 до не менее 35 кВ, регулируемое с шагом 1 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Монитор диагональ не менее 19-не более 23 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Источник бесперебойного питания	Не соответствует(но указан только его наличие без параметров)	Соответствует	Соответствует
Устройство печати	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева А.В. 29.09.2024 г. **ФИО/подпись**

Примечание: при изучении ТС ТОО «АстаМед» в тексте присутствовали такие слова как не менее и не более, а согласно закупа должны быть указаны четкие параметры.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502015-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-09-2022 17:49:23

Лот № 4502015-Т1

Мобильная радиографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502015-Т1 Мобильная радиографическая система, Конысова Софья – (зав. отделения лучевой диагностики, КГП На ПХВ Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4502015-T1 Мобильная радиографическая система

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат MAC (вариант исполнения MAC-R32D) с цифровым плоскопанельным детектором	Мобильная радиографическая система серии XM5600
Производитель МТ:	General Medical Merate S.p.a. (Италия)	Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	- Номинальная мощность фокуса: 11 кВт низкий фокус (заявлено не менее 17 кВт); 32 кВт большой фокус (заявлено не менее 43кВт)	Соответствует
Плоскопанельный цифровой детектор беспроводной	соответствует	Соответствует
Коллиматор мануальный	Соответствует	Соответствует

Рабочее место для приема и обработки изображений	Соответствует	Соответствует
Рабочее место для приема и обработки изображений	Соответствует	Соответствует
Система позиционирования и управления блоком рентгеновской трубки	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение: DICOM архиватор,	Соответствует	соответствуют
Принтер медицинской печати	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4502015-T1 Мобильная радиографическая система

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат MAC (вариант исполнения MAC-R32D) с цифровым плоскопанельным детектором	Мобильная радиографическая система серии XM5600
Производитель МТ:	General Medical Merate S.p.a. (Италия)	Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	- Номинальная мощность фокуса: 11 кВт низкий фокус (заявлено не менее 17 кВт); 32 кВт большой фокус (заявлено не менее 43кВт)	Соответствует
Плоскопанельный цифровой детектор беспроводной	соответствует	Соответствует
Коллиматор мануальный	Соответствует	Соответствует

Рабочее место для приема и обработки изображений	Соответствует	Соответствует
Рабочее место для приема и обработки изображений	Соответствует	Соответствует
Система позиционирования и управления блоком рентгеновской трубки	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение: DICOM архиватор,	Соответствует	соответствуют
Принтер медицинской печати	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502030-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2022 16:02:07

Лот № 4502030-Т1

система цифровой рентгенографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502030-Т1 система цифровой рентгенографии, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190440029178, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BM MEDICAL"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-MedKZ"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Светоком Плюс"	Товарищество с ограниченной ответственностью "НЕОМЕДИКАЛ"	Акционерное общество "Ordamed"
Предлагаемая модель МТ:	МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ PLD7300D	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» РДК-2	Цифровая рентгенографическая и флюорографическая система DFM 818 (Модель DFM813)	Система цифровой рентгенографии серии Atomic X3
Производитель МТ:	Производитель: « Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd» Китай	Товарищество с ограниченной ответственностью "Светоком Плюс",Казахстан	SHENZHEN ANGELL TECHNOLOGY CO., LTD (КИТАЙ)	Ordamed Co.Ltd. Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует
Рентгеновский генератор	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Напольно-рельсовая стойка с подъемной детекторной стойкой	соответствует	не соответствует	соответствует	соответствует
Высоковольтный кабель 12 м	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Передвижной 4-роликовый стол	соответствует	не соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Нет данных	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Сафиоллинова Р.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502022-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-09-2022 09:46:58

Лот № 4502022-Т1

аппарат рентгеновский диагностический передвижной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502022-Т1 аппарат рентгеновский диагностический передвижной, Бобошко Максим – (и.о главного врача , КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бобошко Максим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(на лот 4502022-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО Актюбрентген	АО «Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 "ARMAN-2"	Мобильная радиографическая система серии XM5600
Производитель МТ:	Республики Казахстан	Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
1. Рентгеновская трубка	Не соответствует	Соответствует
2. Рентгеновский генератор	Не соответствует	Соответствует
3. Детектор	Не соответствует	Соответствует
4. Коллиматор	Не соответствует	Соответствует
5. Рабочий экран	Не соответствует	Соответствует
6. Память	Не соответствует	Соответствует
7. Програмное обеспечение	Не соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие		
	Не соответствует	Соответствует
Расходные материалы		
	Не соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
	Не соответствует	Соответствует

Эксперт Бобошко **Бобошко М.Ю.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502029-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-09-2022 09:59:56

Лот № 4502029-Т1

Диагностическая рентгеновская система для маммографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502029-Т1 Диагностическая рентгеновская система для маммографии, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
2	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
3	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
4	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
5	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
6	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует
7	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

4502029 лот диагностическая рентгеновская система для маммографии

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбрентген»	ТОО «Альянс»	ТОО «АстаМед»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «TND»	ТОО «СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»	ТОО «ДАЛ Казахстан»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo»	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, варианты исполнения: GIOTTO IMAGE 3DL	Маммографическая система MX-600	Цифровая медицинская рентгеновская маммографическая система DM156A	Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями	Система маммографии рентгенографическая цифровая Pinkview-DR Plus	Диагностическая рентгеновская система для маммографии ELMA-T3
Производитель МТ:	АО «Актюбрентген», Республика Казахстан	IMS GIOTTO S.p.A., Италия	Genoray Co., Ltd, Республика Корея	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	Planmed Oy, Финляндия	BEMEMS Co., Ltd., Республика Корея	DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики и объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Корпус: Вращение дуги.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует	Соответствует	Соответствует

градусы, не менее -135°…+180° и не более +150°…-180°					не предоставлена ТХ.		
Корпус: Расстояние «фокус-плёнка»: не менее 650 и не более 660 мм	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Не соответствует: 600 мм	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Размер фокусного пятна, мм: Малое: не более 0,1 Большое: не более 0,3	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Теплоаккумулирующая способность анода, kHU (кТЕ): не менее 300	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Угол наклона мишени: не менее 16°	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Не соответствует: не более 15 градусов	соответствует		Соответствует	Соответствует

Рентгеновская трубка: Собственная (внутренняя) фильтрация, Be, мм, не менее 0,63	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Не соответствует: 0,5 мм	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Рентгеновский высоковольтный генератор: Диапазон рентгеновского излучения, кВ, не менее 20 и не более 35 (с шагом не менее 1 и не более 2)	Соответствует	соответствует	Не соответствует: 22~39 кВ	соответствует		Соответствует.	Соответствует
Рентгеновский высоковольтный генератор: Диапазон тока мАс: не менее 4 и не более 600	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	соответствует:	соответствует	Соответствует		соответствует:	Соответствует
Рентгеновский высоковольтный генератор: Функция автоматического контроля излучения: не менее 20 и не более 35 кВ (с шагом не менее	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	соответствует	Соответствует	соответствует		соответствует	Соответствует

1 и не более 2 кВ)							
Рентгеновский высоковольтный генератор: Функция автоматического контроля излучения: не менее 4 мАс и не более 600 мАс	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	соответствует	соответствует	Соответствует		соответствует	Соответствует
Увеличительное устройство и компрессионные пластины: Размер пластины, см: не менее 18 и не более 24	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует

2020)							
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева А.В. 29.09.2022г. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502021-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 12-09-2022 16:23:39

Лот № 4502021-T1

Система ИВЛ для новорожденных

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502021-T1 Система ИВЛ для новорожденных, Койбеков Бакытжан – (руководитель реанимации, ГКП на ПХВ Мангистауская Областная Многопрофильная Больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Койбеков Бакытжан

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	Заявленные параметры (SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных) ТОО «Hydramed»	Заявленные параметры (Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов Babylog VN500) ТОО «Диагаль»	Заявленные параметры (SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных) ТОО «SanMed Plus»	Разъяснение преимуществ или несоответствий
Категории пациентов: дети, новорожденные.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к дисплею: ЖК – дисплей Размер по диагонали, дюйм не менее 12,1 Сенсорное управление	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к интерфейсу пользователя: Русифицированное программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Создание индивидуальных конфигураций дисплея для пользователя	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как отсутствует описание требуемых функций в технической спецификации. Данная функция важна для упрощения и удобства работы мед персонала с аппаратом. Создание конфигураций дисплея позволяет вынести на экран часто используемые функции и режимы.
Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как отсутствует описание требуемых функций в технической спецификации. Данная функция важна для упрощения и удобства работы мед персонала с аппаратом. Данная функция позволит сэкономить время, которое уходит

				на настройку параметров вентиляции.
Сохранение последних настроек режима и параметров вентиляции пациента и возможность их применения при последующем старте вентиляции	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как отсутствует описание требуемых функций в технической спецификации. Данная функция важна для упрощения и удобства работы мед персонала с аппаратом. Данная функция позволит сэкономить время, которое уходит на настройку параметров вентиляции.
Конфигурация функциональных клавиш на дисплее для прямого доступа к часто используемым функциям	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как отсутствует описание требуемых функций в технической спецификации. Данная функция важна для упрощения и удобства работы мед персонала с аппаратом. Позволяет мед персоналу настроить кнопки прямого доступа к часто используемым функциям, что позволит в дальнейшем сэкономить время при настройке параметров.
Автоматическая запись всех событий в журнал тревог/событий	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Апноэ-вентиляция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вентиляция с гарантированным минутным объемом дыхания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вентиляция с пропорциональной поддержкой инспираторных попыток пациента потоком или объемом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по давлению и поддержкой давлением спонтанных вдохов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вентиляция с поддержкой объемом самостоятельных вдохов пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принудительно-вспомогательная вентиляция легких с управляемым давлением, позволяющая самостоятельно дышать на протяжении всего цикла, с резервной частотой дыхания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вспомогательная вентиляция легких с поддержкой давлением самостоятельного вдоха пациента, гарантированной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

доставкой заданного дыхательного объема и поддержанием минимальной заданной частоты дыхания				
Высокочастотная осцилляторная вентиляция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Назальная вентиляция с постоянным положительным давлением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Назальная вентиляция с постоянным потоком	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Неинвазивная вентиляция легких	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Неинвазивная ИВЛ с использованием назальной канюли/маски с поддержкой давлением и аппаратными вдохами	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Неинвазивная респираторная поддержка постоянным потоком с использованием назальной канюли	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сочетанная вентиляция легких	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокопоточнаякислородотерапия	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует функция высокопоточной кислородотерапии. Данная функция используется в случаях если младенец/ребенок может дышать самостоятельно, но появляется необходимость быстро повысить уровень кислорода в крови.

Требования к параметрам вентиляции: Диапазон регулирования дыхательного объема, мл 2 - 300	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования частоты вентиляции 1/мин, не уже 1 – 150	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %, не уже 21 – 100.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), см. вод. ст.: Нижнее значение: не более 0. Верхнее значение: не менее 30.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования давления вдоха, см. вод. ст: Нижнее значение: не более 5. Верхнее значение: не менее 65.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования давления поддержки, см. вод. ст: Нижнее значение: Не более 5. Верхнее значение: Не менее 65.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования времени апноэ, сек.: Нижнее значение: Не более 5. Верхнее значение: Не менее 60.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Не соответствует, так как в

чувствительности триггера по потоку, л/мин: Нижнее значение: Не более 0,2. Верхнее значение: Не менее 10.		От 0,2 до 5 л/мин		предлагаемом аппарате параметр, отвечающий за диапазон регулирования чувствительности триггера по потоку меньше, чем требуется в техническом задании. Чувствительность триггера (триггера по инспираторному потоку) в диапазоне 0,2 – 10 л/мин является важным параметром параметром, так как аппарат по мимо новорожденных так же рассчитан на педиатрических пациентов, чей минутный объём превышает 5 л/минуту. Если проводить ИВЛ у детей до 30кг, в этом случае может понадобиться потоковый триггер большей чувствительности чем 5 литров. Так же лечебное учреждение будет иметь возможность оказывать медицинскую помощь не только новорожденным пациентам, но детям массой до 30 кг.
HFO Delta P, см. вод. ст,:Нижнее значение: не более 4. Верхнее значение: Не менее 180.	Соответствует	**Не соответствует** от 1 до 90 мбар	Соответствует	Не соответствует, так как в предлагаемом аппарате параметр HFO Delta P меньше, чем требуется в техническом задании. Высокий параметр HFO Delta P, крайне важен для выведения CO2 из легких пациента. Пользователь устанавливает амплитуду давления на аппарате искусственной вентиляции легких как наиболее важный регулируемый параметр, определяющий осцилляторный объем. Данный показатель работы

				прибора представляет собой в конечном итоге ключевой показатель, определяющий выведение CO2.
HFO MAP, см. вод. ст.: Нижнее значение: не более 3. Верхнее значение: не менее 40.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота HFO, Гц.: Нижнее значение: не более 5. Верхнее значение: не менее 17.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поток кислорода при проведении высокопоточной кислородотерапии, л/мин: Нижнее значение: не более 3. Верхнее значение: не менее 30.	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как в технической спецификации отсутствует функция высокопоточной кислородотерапии. Данная функция используется в случаях если младенец/ребенок может дышать самостоятельно, но появляется необходимость быстро повысить уровень кислорода в крови.
Максимальный инспираторный пиковый поток, л/мин 2 – 30	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулирования времени вдоха, сек 0.1 – 3	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон регулировки концентрации кислорода при проведении высокопоточной кислородотерапии, об.%21 – 100.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

графическим трендам: Кривая поток – время Кривая давление – время Кривая объем – время График работы дыхания с визуализацией работы пациента и аппарата Тип изображения кривой — контур Функция замораживания (остановки) кривых Петля объем — давление Петля объем — поток				
Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог): Уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов Уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов Функция временного отключения сигнала тревоги Настройка границ сигналов тревог Сигнал тревоги при дыхательном объеме ниже установленной границы Сигнал тревоги при давлении в дыхательном контуре выше	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствуют требуемые сигналы тревог: Функция временного отключения сигнала тревоги Сигнал тревоги при системной неисправности Сигнал тревоги при неисправности вентилятора Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания Сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора Сигнал тревоги при отсутствии подачи воздуха Сигнал тревоги при утечке из дыхательного контура Сигнал тревоги при окклюзии Сигнал тревоги по высокому давлению в режиме	Соответствует	Не соответствует, так как в технической спецификации не описаны требуемые сигналы тревог. Большее количество сигналов тревог позволит мед персоналу грамотней и более оперативно ориентироваться в определенных/экстренных ситуациях, от которых на прямую может зависеть дальнейшее состояние пациента.

установленной границы Сигнал тревоги при давлении в дыхательном контуре ниже установленной границы Сигнал тревоги при частоте дыхания выше установленной границы Сигнал тревоги при частоте дыхания ниже установленной границы Сигнал тревоги при ПДКВ выше установленной границы Сигнал тревоги при концентрации кислорода выше установленной границы Сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже установленной границы Сигнал тревоги при апноэ Сигнал тревоги при низком давлении кислорода на входе в аппарат Сигнал тревоги при системной неисправности Сигнал тревоги при неисправности вентилятора Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания Сигнал тревоги при низком		высокочастотной вентиляции легких Сигнал тревоги по низкому давлению в режиме высокочастотной вентиляции легких.		

заряде аккумулятора Сигнал тревоги при отсутствии подачи воздуха Сигнал тревоги при утечке из дыхательного контура Сигнал тревоги при окклюзии Сигнал тревоги при низком минутном объеме Сигнал тревоги при высоком минутном объеме Сигнал тревоги по высокому давлению в режиме высокочастотной вентиляции легких Сигнал тревоги по низкому давлению в режиме высокочастотной вентиляции легких.				
Потребляемая мощность, ВА: не более 200.	Соответствует	**Не соответствует** Нет информации в технической спецификации	Соответствует	Не соответствует, так как в технической спецификации не указан требуемый параметр. За счет этого не представляется возможность определить соответствие предлагаемой модели аппарата ИВЛ. В свою очередь показатель потребляемой мощности необходим для понимания на сколько аппарат будет расходовать электроэнергию, а так же на сколько долго он сможет работать от аккумуляторной батареи в случае отключения электричества.
Транспортная тележка для	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

перемещения внутри больницы				
Компрессор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шарнирный держатель для дыхательного контура	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует	Соответствует	Не соответствует, так как отсутствует требуемый шарнирный держатель для дыхательного контура. Держатель дыхательного контура, это необходимая комплектующая, которая обеспечивает надежную и безопасную фиксацию, а так же соединение различных трубок между пациентом и аппаратом ИВЛ, поскольку при незакрепленном состоянии трубок, повышается риск их физического повреждения и последующей разгерметизации, что в свою очередь представляет опасность как для пациента, так и для медицинского персонала.
Тестовое легкое неонатальное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланг подачи кислорода	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланг подачи воздуха	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим управлением мощности электронагревателя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1) SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных) ТОО «Hydramed», полностью соответствует техническому заданию.
2) Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов Babylog VN500) ТОО «Диагаль», не соответствует техническому заданию
3) SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных) ТОО «SanMed Plus», полностью соответствует техническому заданию.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502012-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2022 10:53:15

Лот № 4502012-Т1

аппарат рентгенодиагностический стационарный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502012-Т1 аппарат рентгенодиагностический стационарный, Есенбаева Асель – (руководитель СППВК, КГП "Поликлиника №3 города Караганды") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Соответствует
3	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
4	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует
5	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
6	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
7	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
8	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Есенбаева Асель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ESS-АДРОН»	ТОО «СВЕТОКОМ ПЛЮС»	ТОО «АКТЮБРЕНТГЕН»	ТОО «RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)»	ТОО «СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»	ТОО «MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ»	ТОО «GAIDE»	ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая рентгеновская система PLD7300D	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой "Инсар" РДК2	Комплекс рентгеновский диагностический РДК «АРДИАГНОСТ-6»	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR- 52SD	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Цифровая рентгеновская система INNOVISION-DX II
Производитель МТ:	Nanjing Perlove Medical Equipment Co.,Ltd, Китай	ТОО "Светоком Плюс"	АО Актюбрентген, Казахстан	DRGEM Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Производитель : DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие								
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Переносной беспроводной плоско панельный детектор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновский	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

коллиматор								
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подставка для рентгеновской трубки (Штатив)	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: вертикальное и продольное перемещение больше.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стол	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: размеры стола и перемещение.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стойка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Монитор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие								
Расходные материалы								
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								

Эксперт

Руководитель СППВК КГП «Поликлиника №3

Города Караганды» _____ **Есенбаева А.Е.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502027-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-09-2022 09:51:18

Лот № 4502027-Т1

Передвижной рентген аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502027-Т1 Передвижной рентген аппарат, Бобошко Максим – (и.о главного врача , КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
7	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
8	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

9	081040009832, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED CONCEPT SERVICE" (МЕД КОНЦЕПТ СЕРВИС)	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бобошко Максим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(на лот 4502027-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбрентген»	ТОО «Неомедикал»	АО «Ordamed»	ТОО Альянс	ТОО «Gaide»	ТОО «Medical equipment service-KZ"	ТОО "Системы экспертной медицины "	ТОО ДАЛ Казахстан	ТОО Med Concept Service
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 «ARMAN-2»	Цифровая мобильная рентгенографическая система DP326A-2 ,	Радиографическая/ флюорографическая рентгеновская система типа: Mercury XM3000, Medilux, Co Ltd.	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Мобильный рентгеновский аппарат, модель ELMO-T3P	Аппарат мобильной для цифровой рентгенографии DX-D100
Производитель МТ:	Республика Казахстан	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd	Республика Корея	DRTECH Co., Ltd, Республика Корея	Ecoray Co.Ltd., Республика Корея	Ecoray Co.Ltd., Республика Корея	Ecoray Co.Ltd., Республика Корея	DK Medical Systems Co., Ltd Республика Корея	Agfa NV , Бельгия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие									
1. Рентгеновская трубка	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

2. Рентгеновский генератор	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3. Коллиматор	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кабель питания	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5. Лампа	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
6. Ручной переключатель	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие									
Расходные материалы									
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)									
	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствуст	Соответствует	Соответствует

Эксперт Бобош **Бобошко М.Ю**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502016-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2022 10:58:03

Лот № 4502016-Т1

цифровая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502016-Т1 цифровая рентгеновская система, Есенбаева Асель – (руководитель СППВК, КГП "Поликлиника №3 города Караганды") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
2	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
3	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует
4	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
5	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
6	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
7	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Есенбаева Асель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «ESS-АДРОН»	ТОО «RUBIN GROUP»	ТОО «СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»	ТОО «MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ»	ТОО «GAIDE»	ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Цифровая рентгеновская система PLD7300D	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR-52SD	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Цифровая рентгеновская система INNOVISION-DX II
Производитель МТ:	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd., КИТАЙ	Nanjing Perlove Medical Equipment Co.,Ltd, КИТАЙ	DRGEM Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	DK Medical Systems Co., Ltd, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Переносной беспроводной плоско-панельный цифровой детектор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	соответствует	соответствует	Не соответствует: вертикальное и продольное	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

			перемещение больше.				
Стол	соответствует	соответствует	Не соответствует: размеры стола и перемещение	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стойка	соответствует	соответствует	не соответствуют характеристики	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Монитор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие							
Расходные материалы							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							

Эксперт

Руководитель СППВК КГП «Поликлиника №3

Города Караганды» _____ **Есенбаева А.Е.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502327-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-09-2022 17:35:49

Лот № 4502327-Т1

Система рентгендиагностическая на три рабочих места

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502327-Т1 Система рентгендиагностическая на три рабочих места, Конысова Софья – (Зав. отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
2	140340000454, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4502327-Т1 Аппарат рентгенодиагностический цифровой на три рабочих места

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Zein Invest»	ТОО «KaZ MED EQ»	ТОО "Ord Med"	ТОО " "Дал Казахсатн
Предлагаемая модель МТ:	Система радиографическая «Roesys X Twin»	**Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места Apollo, вариант исполнения:** **Аппарат рентгенодиагностический цифровой Apollo EZ DRF**	Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места Atomic	**Vita DRF**
Производитель МТ:	ГЕРМАНИЯ	Италия	0rdamed Co. Ltd., Республика Корея	**Болгария**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Система рентгенодиагностическая в комплекте	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Телеуправляемый столштатив	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	соответсвует	Соответствует	Фокусное пятно 0,6 и 1,0 (а заявлено 0,6 и 1,2
Плоскопанельный цифровой детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Диапазон мАс 0,5-800 (а заявлено 10-630) Диапазон мА 10-800 (а заявлено 10-630) Время экспозиции до 5 сек а зявлено до 6,3 сек
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Консоль управления	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Экран 12-дюймовый цветной ЖК-экран (а заявлен 19 -дюймовый)
Программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматизированное рабочее место врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Подставка для ног	Соответствует	соответствуют	Соответствует	Соответствует
.Ручка для пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Конусная компрессия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высоковольтный кабель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стабилизатор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ИБП для системы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ИБП для АРМ				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502328-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-09-2022 14:57:57

Лот № 4502328-Т1

Цифровая маммографическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502328-Т1 Цифровая маммографическая рентгеновская система, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

лот 450 2328 **Цифровая маммографическая рентгеновская система**

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Актюбрентген» —	ТОО «АстаМед» +	АО «Ordamed» +
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo**	Маммографическая система MX-600 с Цифровым медицинским принтером с технологией прямой термопечати:	**Цифровая маммографическая рентгеновская система DMX-600.**
Производитель МТ:	**АО «Актюбрентген», Республика Казахстан**	Genoray Co., Ltd, Республика Корея	Genoray Co., Ltd, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Корпус: Вращение дуги Диапозон вращения штатива , не менее +180 /не менее -145	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Размер фокусного пятна, мм: Малое: не более 0,1 Большое: не более 0,3	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка: Теплоаккумулирующая способность анода, kHU (кТЕ): не менее 300	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует

Рентгеновский генератор высокочестотный Максимальный ток для малого/большого фокусного пятна: Малый фокус не менее 25 мА Большой фокусне менее 100 мА	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует
Генератор рентгеновский Диапазон кВ (кВ) 22 до не менее 35 кВ, регулируемое с шагом 1 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор диагональ не менее 19-не более 23 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский генератор рабочая частота не менее 40 кГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапозон вертикального перемещения не менее 700мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Источник бесперебойного питания	Не соответствует(но указан только его наличие без параметров)	Соответствует	Соответствует
Устройство печати	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует

Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Не соответствует: информация отсутствует в ТС	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева А.В 29.09.22г **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502328-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2022 10:54:27

Лот № 4502328-Т1

Цифровая маммографическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502328-Т1 Цифровая маммографическая рентгеновская система, Есенбаева Асель – (руководитель СППВК, КГП "Поликлиника №3 города Караганды") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Есенбаева Асель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТЮБРЕНТГЕН»	ТОО «Аста Мед»	АО «Ordamed»	
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo»	Маммографическая система MX-600 с Цифровым термографическим принтером для печати радиологических изображений Drystar Axys	Цифровая маммографическая рентгеновская система DMX-600	
Производитель МТ:	АО Актюбрентген, Казахстан	Genoray Co., Ltd; Agfa - Gevaert HealthCare GmbH, Германия	Genoray Co., Ltd, Республика Корея	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие				
Стойка рентгеновской трубки	не соответствует: отсутствуют данные по С-дуги, автоматической блокировки вертикального перемещения С-дуги.	соответствует	соответствует	
Рентгеновская трубка	не соответствует: нет данных по теплоемкости, характеристик фокусного пятна, отсутствует дополнительный фильтр.	соответствует	соответствует	
Ограничитель пучка	не соответствует: отсутствуют данные.	соответствует	соответствует	
Генератор рентгеновский высокочастотный	не соответствует: отсутствуют данные.	соответствует	соответствует	
Цифровой плоско панельный детектор	соответствует	соответствует	соответствует	
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	
Монитор	соответствует	соответствует	соответствует	
Мышь компьютерная лазерная	не соответствует: отсутствуют данные.	не соответствует: нет данных.	соответствует	
Клавиатура	не соответствует: отсутствуют	не соответствует: нет данных.	соответствует	

	данные.			
Программное обеспечение	не соответствует: отсутствуют данные.	не соответствует: нет данных.	соответствует	
Компрессионная система	не соответствует: отсутствуют данные.	соответствует	соответствует	
Ручной переключатель экспозиции	соответствует	соответствует	соответствует	
Стабилизатор	не соответствует: низкая мощность стабилизатора.	соответствует	соответствует	
Устройство печати	не соответствует: нет данных по скорости печати.	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Кабель	не соответствует: отсутствуют данные.	не соответствует: нет данных.	соответствует	
Источник бесперебойного питания	Не соответствует: отсутствуют характеристики.	не соответствует: мощность больше.	соответствует	
Кабель	не соответствует: отсутствуют данные.	не соответствует: нет данных.	соответствует	
Кабель	не соответствует: отсутствуют данные.	не соответствует: нет данных.	соответствует	
Кабель	не соответствует: отсутствуют данные.	не соответствует: нет данных.	соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт

Руководитель СППВК КГП «Поликлиника №3

Города Караганды» _____ **Есенбаева А.Е.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502013-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2022 10:56:15

Лот № 4502013-Т1

рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502013-Т1 рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места, Есенбаева Асель – (руководитель СППВК, КГП "Поликлиника №3 города Караганды") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	040240000608, ТОО "ВИЗАМЕД ПЛЮС"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Есенбаева Асель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТЮБРЕНТГЕН»	ТОО «Альянс»	ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС»	ТОО «Zein Invest»	ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»
Предлагаемая модель МТ:	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный РДК "АРДИАГНОСТ-8	Система рентгенодиагностическая "OPERA" в комплекте	PLD9600A Высокочастотная цифровая рентгенографическая система	Система рентгенодиагностическая Roesys: X Twin, с принадлежностями	Цифровая рентгенографическая/ флюороскопическая система дистанционного управления VITA DRF;Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Drystar 5301, Drystar 5302, DrystarAxys
Производитель МТ:	АО Актюбрентген, Казахстан	General Medical Merate S.p.A., Италия	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай	Roesys MedTec GmbH, Германия	MEDRAY LTD, Болгария
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Детектор	не соответствует: отсутствуют данные по некоторым параметрам	соответствует	соответствует	соответствует	не соответствует: размер пикселя меньше, процент модуляционной передаточной функции больше.
Рентгеновский коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	не соответствует: теплопроводность трубки ниже.	не соответствует: градусы вращения выше.	соответствует	соответствует	не соответствует: моторизированное вращение меньше, большой фокус меньше, максимальная

					мощность низкой скорости при низкой скорости меньше.
Штатив	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Отсеивающая решетка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	не соответствует: отношение растра меньше.
Рабочая станция	не соответствует: нет данных.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					
Стол пациента	не соответствует: длина деки стола меньше, высота стола меньше.	не соответствует: длина деки стола меньше, минимальная высота выше.	соответствует	соответствует	не соответствует: продольное перемещение деки стола меньше, максимальная высота деки меньше.
Расходные материалы					
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					

Эксперт

Руководитель СППВК КГП «Поликлиника №3

Города Караганды» _____ **Есенбаева А.Е.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502009-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-09-2022 09:58:52

Лот № 4502009-Т1

Аппарат для цифровой или аналоговой рентгенографии с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502009-Т1 Аппарат для цифровой или аналоговой рентгенографии с принадлежностями, Бобошко Максим – (и.о главного врача , КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бобошко Максим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(на лот 4502009-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Светоком Плюс»	ТОО Гиз-Фарм	ТОО Фармакс -2
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» РДК-2.	Рентгеновская цифровая диагностическая система MAX DR в комплекте.	Аппарат для цифровой или аналоговой рентгенографии с принадлежностями Agfa DR 400
Производитель МТ:	Республика Корея	Медрейоод, Болгария	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
1. Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Трубка рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3. Стол для пациента	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует
4. Стойка рентгеновской трубки	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует
5. Настенный штатив	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6. Детектор переносной	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7. Рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Соответствует	Соответствует	
	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы			
	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Бобошко **Бобошко М.Ю**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4502008-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-09-2022 17:57:44

Лот № 4502008-Т1

Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4502008-Т1 Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями, Батырбеков Канат – (заведующий центром экспертной эндоскопии и интервенционной радиологии, ТОО "Национальный научный онкологический центр") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	120140010609, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФАРМ"	Не соотвествует
2	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
3	200740022829, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLDMEDEXPERT"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Батырбеков Канат

дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт **ФИО/подпись** **Батырбеков К.У.**

Дата:29.09.2022

Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы			

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «QUORU»	ТОО « GOLDMEDEXPERT»	ТОО « Нанофарм»
Предлагаемая модель МТ:	Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3 с принадлежностями	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляций AR, серии 400 в комплекте с принадлежностями	Высокочастотный электрохирургический аппарат(коагулятор) TEKNO TOM 212A
Производитель МТ:	ERBE Elektromedizin Gmbh, Германия	BOWA electronic Gmbh&Co.KG, Германия	Tekno-Medical Gmbh., Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Требования к комплектации - Основные комплектующие **Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляций в комплекте с принадлежностями.**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** В технической спецификации каждого режима работы коагулятора не указаны расчетные сопротивления нагрузки, максимальные пиковые ВЧ-напряжения, выходные мощности при номинальном сопротивлении нагрузки, наличие эффектов и стабильности эффектов, как того требует техническая спецификация заказчика. Размеры генератора не соответствуют заявленным заказчиком, также вес генератора превышает запрашиваемый.
Дополнительные комплектующие	**Соответствуют**	**Соответствуют**	**Не соответствует** Не указаны ножные педальные переключатели и отсутствует тележка, держатель электродов.
Расходные материалы	**Соответствуют**	**Соответствуют.**	**Не соответствуют.**

Требования к условиям эксплуатации. Температура воздуха от - От –20 до + 70 С Относительная влажность 10 – 95% Атмосферное давление 700 - 1060 гПа	**Соответствуют.**	**Соответствуют.**	**Не соответствуют.**
Условия ГСО Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	**Соответствуют.**	**Соответствуют.**	**Соответствуют.**
Сопутствующие услуги	**Соответствуют.**	**Соответствуют.**	**Соответствуют.**