Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4505951-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-09-2022 17:00:51

Лот № 4505951-T1

Кислородный генератор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4505951-T1 Кислородный генератор, Умаров Шаттык – (Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, Областная многопрофильная больница, г. Уральск) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	080640002408, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ"	Соответствует
2	980240000227, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХСЕРВИС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Умаров Шаттык

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Медицинские газовые системы»	ТОО МЕДТЕХСЕРВИС		
Предлагаемая модель МТ:	Кислородный генератор CANGAS CAP-O модель CAP-O-5	Провита 140		
Производитель МТ:	CAN GAS Systems Company limited	ООО «Провита»		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	соответствует	соответствует		
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	соответствует		
Расходные материалы				
	соответствует	соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	Не в полном объеме. Не указан прединсталляционные требования		

Эксперт Умаров Ш.Р **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4505952-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-10-2022 18:15:14

Лот № 4505952-Т1

Вентилятор для интенсивной терапии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4505952-Т1 Вентилятор для интенсивной терапии , Сарыбаева Индира – (Заведующая ОАРИТ , МОБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140340000454, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT"	Не соотвествует
2	060140004165, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICUS-M"	Соответствует
3	170540031803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DARIQZ"	Соответствует
4	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Потенциального поставщика ТОО «KazMedEquipment	ТОО "MEDICUS-M"	Товарищество с ограниченной ответственностью "DariQz	ТОО «GM Medical
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат искусственной вентиляции легких LYRA (модель x2)	(Вентилятор для интенсивной терапии Evita Infinity V500;	(Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860 с принадлежностями,	Аппарат искусственной вентиляции легких LYRA (модель x2)
Производитель МТ:	Страна производителя: Германия	Производитель: Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия);	фирма «Datex-Ohmeda Inc» США	Производитель Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Диапазон частоты дыхания от 0 до 300 / мин	Не соответствует (указано 0-99)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (указано 0-99)
Диапазон регулирования дыхательного объема	Не соответствует (ниже , чем в ТС)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (ниже , чем в ТС)
Диапазон регулирования давления на вдохе.	Не соответсвует (указан 5-80, вместо 1-98)	Соответствует	Соответствует	Не соответсвует (указан 5-80, вместо 1-98)
Диапазон регулирования вентиляции с поддержкой давлением	Не соответствует (указан 0-80, вместо 0-95)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (указан 0-80, вместо 0-95)
Чувствительность триггера	Не соответствует(указан 0,5-15л/мин, вместо 0,2-15л/мин	Соответствует	Соответствует	Не соответствует(указан 0,5-15л/мин, вместо 0,2-15л/мин
Максимальный инспираторный пиковый поток	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не сооветствует
Дополнительные комплектующие				
	Соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Сарыбаева Индира Каражитовна

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4505957-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 30-09-2022 11:14:47

Лот № 4505957-T1

Система для проведения эндоскопических малоинвазивных операций

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4505957-T1 Система для проведения эндоскопических малоинвазивных операций, Кәрім Ернар – (Медтехник отдела по обслуживанию медицинской техники и медицинского оборудования, КГП на ПХВ "ГКБ №7") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140340000454, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT"	Не соотвествует
2	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кәрім Ернар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «KazMedEquipment»	ТОО "GM Medical"		
Предлагаемая модель МТ:	Комплекс Tekno видеоэндоскопический универсальный	Комплекс Tekno видеоэндоскопический универсальный		
Производитель МТ:	Tekno-Medical GmbH	Tekno-Medical GmbH		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Блок управления камерой, размеры (Д х Ш х В) 360мм х392 мм х135мм/ 149 мм х52,5 мм х50 мм	не соответствует , размеры основного блока 260 х 100 х 215 мм	не соответствует , размеры основного блока 260 х 100 х 215 мм		
Блок управления камерой, цифровой выходной сигнал DVI, 3G-SDI/ DVIx2Y/C компонентное видео х1 (SVHS)	не соответствует, видеовыходы: 1х HDMI, 1х HD-SDI	не соответствует, видеовыходы: 1х HDMI, 1х HD-SDI		
вес головки эндовидеокамеры не менее 3,8 кг и не более 7,5 кг	не соответствует, вес головки видеокамеры 152 гр	не соответствует, вес головки видеокамеры 152 гр		
Монитор, размеры (Д х Ш х В) 80,5х770х471,5мм/ 78х658,8х426,8мм	не соответствует, размеры устройства 575,4 (Ш) х 392 (В) х 82 (Г) мм	не соответствует, размеры устройства 575,4 (Ш) х 392 (В) х 82 (Г) мм		
Монитор, вес не менее 8,7 кг и не более 13.18кг	не соответствует, вес 7,42 кг	не соответствует, вес 7,42 кг		

Уплотнительные колпачки для троакаров 3 шт.	Не указаны тс	Не указаны тс		
Резектор/диссектор 1шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Электроды/крючок изогнутый под углом 90С 1шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Пушеры/толкатель узла 1шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Газовые ключи для баллонов CO2/ Адаптер для использования баллона с CO2 1шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Лампа запасная xenon 1 шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Выдвижные ящики/ Корзина для принадлежностей 1шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Иглы вереша/ Игла для инсуффляции диаметр 2,1мм 1 шт	Не указан диаметр, инсуффляционные иглы Вереш, длина 120 мм.	Не указан диаметр, инсуффляционные иглы Вереш, длина 120 мм.		
Мешки для сбора тканей/ Контейнер для удаления тканей 1 шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Обтураторы 1 шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Троакар для ирригации 1шт	Не указаны тс	Не указаны тс		
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт

ФИО/подпись