Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4504067-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 12-10-2022 11:30:46

Лот № 4504067-Т1

Компьютерный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4504067-Т1 Компьютерный томограф с принадлежностями, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Не соответствует
3	041040001592, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЕВРОМЕД"	Не соответствует
4	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соответствует
6	070440007985, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OPTONIC"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Таблица соответствия

Лот №4504067-Т1 «Компьютерный томограф с принадлежностями»

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «L-GROUP»	ТОО QAZMED LEASING	ТОО NIKO PHARM	ТОО OPTONIC	ТОО «КазЕвроМед»	ТОО Labtronik
Предлагаемая модель МТ:	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями	Компьютерный томограф SOMATOM	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями	Томограф компьютерный Aquilion Lightning (TSX-036A).	Система компьютерной томографии Dominus 128
Производитель МТ:	GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd	Siemens Healthcare GmbH, Германия	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., Китай	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., Китай	«Canon Medical Systems Corporation», Япония.	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп						
Основные комплектующие						
Гентри						
Диаметр отверстия гентри Не менее 700 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество срезов за один оборот, максимальное 128 среза	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки: 0,5 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**соответствует**
Теплоемкость рентгеновской трубки: МНU не менееб и не более 8	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует : 5000 тысяч тепловых единиц;	**соответствует**
Скорость охлаждения рентгеновской трубки, не менее 780 kHU/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует**
Размер большого фокального пятна, ШхД не более 1,1 х 1,2 мм не менее 1,0 х 1,0мм .	Соответствует (размеры фокальных пятен оказывают влияние на качество получаемых изображений и позволяют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует

	регулировать лучевую нагрузку. Чем неже значение фокального пятна, тем четче изображения					
Размер малого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC, не более 0,8х 1,0	Соответствует (размеры фокальных пятен оказывают влияние на качество получаемых изображений и позволяют регулировать лучевую нагрузку. Чем неже значение фокального пятна, тем четче изображения)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**соответствует**
Максимальное поле обзора сканирования 50 см	Соответствует	**Не соответствует** не указана в ТХ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фактическое количество элементов детектора 43 000.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина детектора по оси z, мм 40.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное напряжение не менее 70 кВ.	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальное напряжение не менее 140 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 135 кв	**соответствует**
Максимальное значение тока не менее 667мА	Не соответствует 560 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 420мА	**соответствует**
Грузоподъемность стола для пациента не более 307 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Скорость движения стола для, 1-300мм/сек	соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Диапазон сканирования не менее 1600 мм не более 2000 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество цветных плоскоэкранных мониторов основной консоли 1-2 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Специальное рентгенозащитное стекло	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель питания	Соответствует	**Не соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	соответствует	**соответствует**

Набор расходных материалов для автомотического инжектора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева А.К. 12.10.2022.

ФИО/подпись