Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4508068-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-10-2022 15:43:07

Лот № 4508068-Т1

Видеоэндоскопический комплекс с набором инструментов для ЛОР операций

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4508068-Т1 Видеоэндоскопический комплекс с набором инструментов для ЛОР операций, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соотвествует
2	140340000454, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT"	Не соотвествует
3	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Не соотвествует
4	190540012167, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SLV-GROUP.KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «GM Medical»**	**ТОО «SLV-grup.kz»**	**ТОО Niko Pharm»**	**ТОО «KazMedEquipment»**
Предлагаемая модель МТ:	**Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств, RUDOLF Medical GmbH+Co.KG, Германия**	**Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопических вмешательств в комплекте, Richard Wolf GmbH, Германия**	**Видеоэндскопическая система Olympus с принадлежностями для эндоскопии, ООО Олимпас Москва, Казахстан**	**Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств, RUDOLF Medical GmbH+Co.KG, Германия**
Производитель МТ:	**Германия**	**Германия**	**Япония**	**Германия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Головка камер автоклавируемая	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
2. Телескоп, автокавируемый	Не соответствует	Соответствует Указаны не полные параметры	Не соответствует Указаны не полные параметры	Не соответствует Указаны не полные параметры
3. Телескоп, автокавируемый	Соответствует Указаны не полные параметры	Соответствует Указаны не полные параметры	Не соответствует Указаны не полные параметры	Соответствует Указаны не полные параметры
4. Телескоп, автокавируемый	Не соответствует Указаны не полные параметры	Соответствует Указаны не полные параметры	Соответствует Указаны не полные параметры	Не соответствует Указаны не полные параметры
5. Телескоп, автокавируемый	Не соответствует Указаны не полные параметры	Соответствует Указаны не полные параметры	Не соответствует Указаны не полные параметры	Не соответствует Указаны не полные параметры
6. Видеоцентр	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
7. Монитор медицинский	Не соответствует Указаны не полные параметры	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует Указаны не полные параметры

8. Источник света эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
9. Мобильная рабочая станция	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
10. Световодный кабель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
11. Соединительные кабели	Соответствует	Соответствует	Не указан	Соответствует
12. Инсуффлятор	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
13. Скорость инсуффляции	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
14. Удаление дыма	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Р. Сафиоллинова**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4508069-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-10-2022 08:19:16

Лот № 4508069-T1

Видеоинформационный центр в комплекте с бронховидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4508069-T1 Видеоинформационный центр в комплекте с бронховидеоскопом, Бурбела Елена – (Врач-эндоскопист, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соотвествует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бурбела Елена

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

4508069

Видеоинформационный центр в комплексе с бронховидеоскопом

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО SBK STANDARD 2405750 —	ТОО Пром-ЕА 2406310 —	ТОО ADICOM LTD 2405630 —
Предлагаемая модель МТ:	Видеоинформационный центр CV-170	Система видеоэндоскопическая «HD-550» с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000
Производитель МТ:	Olympus Medical Systems Corp, Япония	«SONOSCAPE MEDICAL CORP» Китай	FUJIFILM Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеопроцессор или видеоцентр	соответствует	соответствует	соответствует

Дополнительные комплектующие

Видеобронхоскоп -1	соответствует	соответствует	Не соответствует
Видеобронхоскоп -2	соответствует	Не соответствует (техническая характеристика у двух предлагаемых бронхоскопов	соответствует

		идентична)	
монитор	соответствует	соответствует	соответствует
Водяной или эндоскопический насос	соответствует	соответствует	соответствует
Тележка и(или) держатель для оборудования	соответствует	соответствует	соответствует
Бутыль для виды и (или) водяной контейнер	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки мед.техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС2020)	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки мед. техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания мед.техники поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует
Требования сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Бурбела Е.В. ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4508069-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-10-2022 15:52:27

Лот № 4508069-Т1

Видеоинформационный центр в комплекте с бронховидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4508069-Т1 Видеоинформационный центр в комплекте с бронховидеоскопом, Смайылов Куаныш – (зав отделение хирургии, Областная больница г.Талдыкорган) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соотвествует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Смайылов Куаныш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ПРОМ-ЕА»	"ADICom Ltd"	ТОО «SBK Standard»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая <<HD-550» с принадлежностями Производство: «SONOSCAPE MEDICAL CORP»	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Видеоинформационный центр (в комплексе с бронховидеоскопом), производства Олимпус Медикал Системс Корп., Япония
Производитель МТ:			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Габариты видео информационного центра(Ш × В × Г) - ширина 395, высота 145, глубина 485 мм.	Не совместим 295x145x425	Не совместим Нет информации о габаритах.	Совместим
Смотровая лампа LED	Совместим	Совместим	Совместим
Внутренний диаметр инструментального канала №1бронхоскопа: 2,0мм №2бронхоскопа: 2,8мм	Не совместим №1бронхоскопа: 2,0мм №2бронхоскопа: 2,0мм	Не совместим Нет точной цифры: обозначено словом «не более» №1бронхоскопа: не более 2,0мм №2бронхоскопа: не более 2,8мм	Совместим
Глубина резкости 3-100мм	Совместим	Совместим	Совместим
Монитор — не менее 26-дюймовый.	Совместим	Совместим	Совместим
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
60 календарных дней, не	Совместим	Совместим	Совместим

позднее "10" декабря 2022 года. Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, улица 4-ая Линия, 2			
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.	Совместим	Совместим	Совместим

Эксперт Смайылов К.Б **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4508070-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-10-2022 08:21:20

Лот № 4508070-Т1

Видеоинформационный центр в комплекте с гастро, колоно, бронховидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4508070-Т1 Видеоинформационный центр в комплекте с гастро, колоно, бронховидеоскопом, Бурбела Елена – (Врач-эндоскопист, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует
2	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бурбела Елена

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

4500070 – Видеоинформационный центр в комплексе с гастро, колоно, бронховидеоскопом

Наименования потенциальных поставщиков:	[redacted] 2405630 —	ТОО Пром-ЕА 2406310 +	[redacted] 2405630 —
Предлагаемая модель МТ:	Видеоинформационный центр CV-170	Система видеоэндоскопическая «HD-550» с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000
Производитель МТ:	Olympus Medical Systems Corp, Япония	«SONOSCAPE MEDICAL CORP» Китай	FUJIFILM Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеопроцессор или видеоцентр	соответствует	соответствует	соответствует

Дополнительные комплектующие

Видеобронхоскоп	соответствует	соответствует	соответствует
Видеогастроскоп	соответствует	соответствует	не соответствует

Видеоколоноскоп	соответствует	соответствует	соответствует
монитор	соответствует	соответствует	соответствует
Водяной или эндоскопический насос	соответствует	соответствует	соответствует
Тележка и(или) держатель для оборудования	соответствует	соответствует	соответствует
Бутыль для виды и (или) водяной контейнер	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки мед.техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС2020)	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки мед. техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания мед.техники поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует
+Требования сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Бурбела Е.В. ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4508072-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-10-2022 19:23:24

Лот № 4508072-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4508072-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Алиев Арман – (Заведующий отделением эндоскопии, Атырауская областная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Не соотвествует
3	001140000601, "ГЕЛИКА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алиев Арман

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»	ТОО «ГЕЛИКА»	
Предлагаемая модель МТ:	Система эндоскопическая «HD-350» Видеогастроскоп EG 430	Система эндоскопическая EPX-3500HD Видеогастроскоп **модель не указана**	Система эндоскопическая «HD-500» Видеогастроскоп EG 500	
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	FUJIFILM Corparation, Япония	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Внутренний диаметр инструментального канала	Соответствует	Техническая спецификация полностью скопирована с технических требований заказчика без указания модели видеогастроскопа	Соответствует	
Глубина резкости 2-100 мм	Соответствует	То же	Соответствует	
Диагональ монитора не менее 26	Не соответствует	То же	Не соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Алиев Арман Кыдирбайевич **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4508073-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-10-2022 18:47:23

Лот № 4508073-T1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4508073-T1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Алиев Арман – (Заведующий отделением эндоскопии, Атырауская областная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Не соотвествует
3	001140000601, "ГЕЛИКА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алиев Арман

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»	ТОО «ГЕЛИКА»	
Предлагаемая модель МТ:	Система эндоскопическая «HD-350» Видеоколоноскоп EC 430T	Система эндоскопическая EPX-3500HD Видеоколоноскоп **модель не указана**	Система эндоскопическая «HD-500» Видеоколоноскоп EC 500T	
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	FUJIFILM Corparation, Япония	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Внутренний диаметр инструментального канала	Соответствует	Техническая спецификация полностью скопирована с технических требований заказчика без указания модели видеоколоноскопа	Соответствует	
Диаметр вводимой трубки	Соответствует	То же	Соответствует	
Наличие внутренней памяти для сохранения данных 45-50 пациентов	Соответствует	То же	Соответствует	
Глубина резкости 2-100 мм	Соответствует	То же	Не соответствует	
Диагональ монитора не менее 26	Не соответствует	То же	Не соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Алиев Арман Кыдирбайевич **ФИО/подпись**