Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511601-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2022 10:40:02

Лот № 4511601-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511601-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
4	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"	ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"	АО "Ordamed"	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper	Система диагностическая ультразвуковая SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная V8	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ 7 с принадлежностями
Производитель МТ:	Siemens Healthineers Ltd., Республика Корея	SonoScape Medical CORP., Китай	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	Philips Ultrasound Inc. США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	соответствует	Не соответствует: 1. Ширина не соответствует требуемому значению 2. Вес не соответствует требуемому значению	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					
Эластография	соответствует	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует
Режим 3D и 4D	соответствует	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует
Режим визуализации кровотока	Не соответствует: Данный режим или аналогичная позиция	Соответствует: скопировано из объявленной технической	соответствует	соответствует	соответствует

	отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ.	спецификации			
Объемное изображение с использованием виртуального источника света	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ.	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. Скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует
Объемная визуализация с контрастированием	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ.	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. Скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	Не соответствует: отсутствует	соответствует
Модуль встроенный для регистрации работы сердца плода в режиме объемной эхографии с определением плоскостей сканирования	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ.	Не соответствует: Данный модуль или аналогичная позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. Скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	Не соответствует: отсутствует информация	соответствует
Режим непрерывно-волнового допплера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому	соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует: Количество элементов не	Не соответствует: 1. Диапазон частот не	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не	соответствует

	соответствует требуемому	соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует требуемому		соответствует требуемому	
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчики объемные конвексные	Не соответствует: Количество элементов не соответствует требуемому	Не соответствует: Количество элементов не соответствует требуемому	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому	соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	соответствует	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511587-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-11-2022 15:35:01

Лот № 4511587-Т1

Анализатор иммунохимический модульный для in vitro диагностики с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511587-Т1 Анализатор иммунохимический модульный для in vitro диагностики с принадлежностями , Филиппова Татьяна – (Заведующий КДЛ, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	030340003951, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AUM+"	Соответствует
2	930140000809, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА" МЕДИЛЭНД"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Филиппова Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

лот 4511587-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "AUM+"	ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд»		
Предлагаемая модель МТ:	Анализатор иммунохимический модульный ARCHITECT i1000sr	Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus		
Производитель МТ:	Abbott Laboratories Diagnostics Division. Производственная площадка, страна: Abbott Laboratories, Соединённые Штаты Америки	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. Китай		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной модуль анализатора	соответствует	Не соответствие в части обрабатывающего модуля, не указано возможное минимальное количество исследований производимых за 1 час работы. Превышает габариты по ширине 152см, вместо заявленных 150 см. Не соответствует по запрашиваемому весу 228 кг, вместо заявленных 288-300 кг.		

Дополнительные комплектующие				
Монитор	соответствует	соответствует		
Центр управления системой	соответствует	Соответствует. Комментарии: совмещен с сенсорным монитором.		
Шнур питания модуля	соответствует	соответствует		
Сканер штрих кодов	соответствует	соответствует		
Принтер	соответствует	соответствует		
Источник бесперебойного питания	Соответствует	соответствует		
Система удаления жидких отходов	Соответствует	соответствует		
Расходные материалы				
Тесты	соответствует	соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует		
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует		
Срок поставки	соответствует	соответствует		

медицинской техники и место дислокации				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует		
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует		

Эксперт **Филиппова Т.Г.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Лот №4511588-T1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «TND»	АО «Ordamed»	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО «Гиза-Фарм»	ТОО "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 50 с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40	ACUSON Juniper диагностическая ультразвуковая система
Производитель МТ:	Philips Ultrasound Inc. США	Samsung Medison Co., Ltd.,Республика Корея	GE Ultrasound Korea, Ltd.,РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	SONOSCAPE MEDICAL CORP. КИТАЙ	Siemens Healthineers Ltd.,РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
М-режим, Цветовое допплеровское картирование (ЦДК), Спектральный допплер, Энергетический допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в РУ
Программное обеспечение автоматической оптимизации изображения/Программы оптимизации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в РУ
Урология	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Панорамная визуализация	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Непрерывно-волновая допплерография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в РУ
Модуль автоматического количественного анализа толщинымкомплекса интима-	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

медия (IMT)					
Порты для датчиков, не менее 4	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Основные типы датчиков: Секторный, Конвексный, Объемный, Линейный, Внутриполостные	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Габариты:Ширина не более 57,2 см, Высота не более 1760мм, Вес не более 85 кг	Соответсвует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Вес 118 кг	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Датчики конвексные широкополосные 1,5-5 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 1-7 МГц	Соответствует
Датчики секторные 1,5-4 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 1-5 МГц	Соответствует
Датчики линейные широкополосные 3-13 МГц	Соответствует	Не соответствует 3-16 МГц	Не соответствует 4-12 МГц	Не соответствует 4-15 МГц	Соответствует
Датчики микроконвексные внутриполостные 4-9 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 3-15 МГц	Соответствует
Принтер специальный для печати изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы					
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска					

оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					

Эксперт **Абильдаева А.Б.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511588-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-11-2022 13:12:40

Лот № 4511588-T1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511588-T1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
5	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511588-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-11-2022 18:41:28

Лот № 4511588-T1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511588-T1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями, Кожахметова Жанар – (Доцент кафедры радиологии, НАО "МУА") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
5	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кожахметова Жанар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «ГИЗА-ФАРМ»	ТОО «TND»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «MGB Endoscopy Kazakhstan»
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 exp, с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая Affinity 50 с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper с принадлежностями
Производитель МТ:	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Philips Ultrasound Inc., США	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Siemens Medical Solutions USA Inc, Соединённые Штаты Америки
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Режимы работы:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение автоматической оптимизации изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стандарт DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Урология	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Панорамная визуализация	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Непрерывно-волновая допплерография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль автоматического количественного анализа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует

толщины комплекса интима- медия (IMT)					
Порты для датчиков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Габариты: ,мм	Соответствует	Не соответствует: Ширина более 57,2 см, вес более 85 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Дополнительные комплектующие				
Основные типы датчиков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частотный диапазон Датчики конвексные широкополостные	Не соответствует: Диапазон более 1,5 МГц	Соответствует	Не соответствует: Диапазон более 1,5 МГц	Не соответствует: Диапазон более 1,5 МГц	Соответствует
Частотный диапазон Датчики секторные	Не соответствует: Диапазон более 1,5 МГц	Соответствует	Не соответствует: Диапазон более 1,5 МГц	Соответствует	Соответствует
Частотный диапазон Датчики линейные широкополостные	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Диапазон менее 13 МГц	Не соответствует: Диапазон более 3 МГц и менее 13 МГц	Соответствует
Частотный диапазон Датчики микроконвексные внутриполостные	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер специальный для печати изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

ИНКОТЕРМС 2010)					
Срок поставки МТ и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511589-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-11-2022 17:36:34

Лот № 4511589-T1

Система видеоэндоскопическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511589-T1 Система видеоэндоскопическая , Алиев Арман – (Заведующий отделением эндоскопии, Атырауская областная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
3	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алиев Арман

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Pharmalogica»	ТОО «FORTIS PAI»	
Предлагаемая модель МТ:	Система эндоскопическая «HD-550» Видеогастроскоп EG 550 Видеоколоноскоп EC 550	Система эндоскопическая Evis X1 Видеогастроскоп Видеоколоноскоп	Система эндоскопическая ELUXEO Видеогастроскоп Видеоколоноскоп	
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	Olympus Medical Systems Corp, Япония	FUJIFILM Corporation, Япония	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Функции узкоспектральной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Отображение концентрации крови с использованием спектральных фильтров	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Диагональ монитора не менее 27	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Алиев Арман Кыдирбайевич **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511592-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-11-2022 18:28:02

Лот № 4511592-T1

Цифровая диагностическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511592-T1 Цифровая диагностическая рентгеновская система, Абубакиров Рустем – (заведующий отделением лучевой диагностики, ГКП "АМЦ" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует
4	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует
5	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
6	000340005813, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PЊARMPROVIDE"	Соответствует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ASUNARO KZ»	**АО «OrdaMed»**	ТОО «RUBIN-Group»	ТОО «Лабтроник»	ТОО «Гиза-фарм»	ТОО «Pharmprovide»	ТОО "Medical equipment service-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая рентгенографическая система 6600	Система цифровой рентгенографии серии «Atomic – X3»	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR-52SD	Система цифровой рентгенографии серий JUMONG	Рентгеновская цифровая диагностическая система MAX DR в комплекте.	Аппарат для цифровой или аналоговой рентгенографии DR 400 с принадлежностями,	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus
Производитель МТ:			«DRGEM Corporation», Республика Корея	JUMONG E, SG Healthcare Co., Ltd.	МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	Agfa NV (Бельгия)	Ecoray Co. Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**

объявления на закуп	комментарии и т.д.)					комментарии и т.д.)	комментарии и т.д.)
Основные комплектующие							
	соответствует	**Не соответствует** 1. Не соответствие скорости вращения анода 2. не соответствие длины стола	**Не соответствует** Нет указания скорости вращения анода на трубке	**Не соответствует** Не соответствие скорости	**Не соответствует** 1. не соответствие высоты стола 2. не соответствие теплоемкости анода	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие							
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует		соответствует	соответствует
Расходные материалы							
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует		соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт: Абубакиров Р.Е.
ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511592-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-11-2022 10:51:43

Лот № 4511592-T1

Цифровая диагностическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511592-T1 Цифровая диагностическая рентгеновская система, Батталова Галина – (заведующий отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует
4	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует
5	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
6	000340005813, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PЊARMPROVIDE"	Соответствует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Батталова Галина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Акционерное общество "Ordamed"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PhARMPROVIDE"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая диагностическая рентгеновская система (Цифровая рентгенографическая система 6600)	Система цифровой рентгенографии серий JUMONG, JUMONG E, SG Healthcare Co., Ltd.	Рентгеновская цифровая диагностическая система MAX DR в комплекте.	Система цифровой рентгенографии AtomicX 3	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR-52SD	Аппарат для цифровой или аналоговой рентгенографии DR 400 с принадлежностями, производства Agfa NV (Бельгия) РК-МТ-7№013002	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus
Производитель МТ:	Не указан в ТС нет данных о регистрации в РК	JUMONG, JUMONG E, SG Healthcare Co., LtdРеспубликаКорея	МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	Ordamed co Республика Корея	«DRGEM Corporation», Республика Корея	Agfa NV (Бельгия)	EcorayCo. Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Высокочастотный генератор	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол пациента	Не соответствует	Не соответствует	Не	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

			соответствует				
Детектор	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция визуализации	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Не предусмотрены							
Расходные материалы							
Не предусмотрены							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных		Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к							

рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	-		-	-	-	-	-

Эксперт Батталова Т. А. **ФИО/подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Гиза-Фарм»**	**ТОО «Дал Казахстан»**	
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат MAC (MAC-R32D)	Мобильная цифровая система MOBI DR в комплекте.	Мобильный рентген-аппарат, модель ELMO-T3P/	
Производитель МТ:		МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	Корея	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	Не соответствует 1.не соответствие общего количества пикселей плоскопанельного детектора	**Не соответствует** 1.не соответствие общего количества пикселей плоскопанельного детектора	Соответствует	
	2. Теплоемкость анода, кДж, 150 кДж	2. не соответствие выходной мощности генератора 3. не соответствует теплоемкости анода 4. Максимальный размер рабочего поля		
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	соответствует	соответствует	
Расходные материалы				
	соответствует	соответствует	соответствует	

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт: Абубакиров Р.Е.

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511593-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-11-2022 18:03:36

Лот № 4511593-T1

мобильный рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511593-T1 мобильный рентгеновский аппарат, Абубакиров Рустем – (заведующий отделением лучевой диагностики, ГКП "АМЦ" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511594-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2022 10:35:22

Лот № 4511594-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511594-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
2	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N	Система диагностическая ультразвуковая CX50
Производитель МТ:	GE Medical Systems (China) Co., Ltd., Китай	SonoScape Medical CORP., Китай	Philips Ultrasound Inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями	соответствует	Не соответствует: 1. Ширина не соответствует требуемой 2. Высота не соответствует требуемой 3. Вес не соответствует требуемому	соответствует
Дополнительные комплектующие			
Модуль программный встроенный для проведения научно-практических исследований, недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции сердца, степени деформации миокарда	соответствует	Не соответствует: 1. Данный модуль или аналогичная ему позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. 2. Скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует требуемому	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому	соответствует

		2. Количество элементов не соответствует	
Датчик линейный мультичастотный	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует	соответствует
Тележка для перевозки и хранения прибора; Блок с разъемами для датчиков	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Кабель электропитания	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения и текст в комплекте с кабелями для подключения	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511594-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-11-2022 18:38:38

Лот № 4511594-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511594-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Кожахметова Жанар – (Доцент кафедры радиологии, НАО "МУА") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
2	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кожахметова Жанар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ГИЗА-ФАРМ»	ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»	ТОО «TND»	
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая CX50	
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	GE Medical Systems (China) Co., Ltd, Китай	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями	Не соответствует: Ширина менее 390 мм Вес менее 5,2 кг	Соответствует	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Модуль программный встроенный для проведения научно-практических исследований, недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции сердца, степени деформации миокарда	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Датчик секторный фазированный	Не соответствует: Диапазон частот более 5 МГц	Соответствует	Соответствует	
Датчик секторный фазированный	Не соответствует: Диапазон частот более 8 МГц; Количество элементов менее 96	Соответствует	Соответствует	
Датчик линейный мультичастотный	Не соответствует: Диапазон частот более 13 МГц; Количество элементов менее 160	Соответствует	Соответствует	
Тележка для перевозки и хранения прибора; Блок с разъемами для датчиков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения и текст в комплекте с кабелями для подключения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия гарантийного сервисного	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511595-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-11-2022 12:38:06

Лот № 4511595-T1

Аппарат рентгеновский маммографический

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511595-T1 Аппарат рентгеновский маммографический, Батталова Галина – (заведующий отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
3	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует
4	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Батталова Галина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»	~~ТОО~~ «Q-MEDLLC»	ТОО TND	ТОО «Алма-Мед»	АО «Ordamed»	~~ТОО~~ «ЛАБТРОНИК»
Предлагаемая модель МТ:	Система цифровая маммографическая SenographePristina с принадлежностями	Цифровая маммографическая рентгеновская система uMammo 590i	Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, варианты исполнения:GIOTTO IMAGE 3DL	Цифровая маммографическая рентгеновская система DMX-600	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000
Производитель МТ:	GE Medical Systems SCS, Франция	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd, Китай	Planmed Oy, Финляндия	IMS GIOTTO S.p.A., Италия	GenorayCo., Ltd, Республика Корея	DRTECH Corporation, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Рама Фокусное расстояние: От 650 мм до 660 мм. Вращение рамы С-типа: Не менее -180° не более +180°. Отображение углов поворота: Угол зрения в градусах отображается в верхнем углу сенсорного экрана/ Положения углового смещения отображаются на экране гентри и на рентгеновской консоли. Сенсорный экран: По обеим	Соответствует	Не соответствует Фокусное расстояние 70 см. Отсутствует экран. Угол +190/-150 градусов.	Соответствует	Не соответствует Не указан тип экрана.	Соответствует	Соответствует

сторонам маммографической рентгеновской установки имеется по одному сенсорному экрану/ Сенсорный экран. Цветной в основании аппарата: Основной дисплей/ Индикаторная панель опоры	—	—	—	—	—	—
Генератор. Мощность: в диапазоне от 4500ВА до 5 кВА. Анодный ток: в диапазоне 19 – 150 мА. Сетевое напряжение переменного тока: Не более 240 В. Анодное напряжение: От 22 до 49 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Мощность 8 кВа Ток 40–155 мА	Соответствует	Не соответствует Напряжение: 20 – 40кВ
Детектор Детектор на плоской панели из аморфного кремния/Матрица из аморфного кремния со сцинтиллятором. Шаг пикселей: Не менее 83 мкм. Размеры матрицы: Не менее 2816 x 3584 пикселей. Не менее 24 см x 29 см. Активная площадь: Не менее 2394 x 2850 пикселей	Соответствует	Не соответствует Активная область 239,36*304,64мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Шаг пикселей: 75 мкм.	Не соответствует Размер пикселей: 76 мкм.
Рентгеновская трубка Фокусное пятно: 0,1 – 0,3 мм. Тип анода: Вращающийся анод. Материал окна трубки: Бериллий. Материал фильтра 1: Rh/ Молибденовый. Материал фильтра 2: Ag/ Серебряный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Материал фильтра 2: Алюминий	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Система сжатия груди	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Функция автоматической декомпрессии груди: Автоматическое освобождение от сжатия/ Автоматическая декомпрессия. Экспозиция: Автоматический/ручной режим Сила сжатия груди: От 1 до 20 дН Стандартная компрессионная пластина размером:Не менее 24х 29	–	–	–	–	–	–
Смещающая стандартная пластина19х23	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в комплектации	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в комплектации	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в регистрационном удостоверении – в описании указано 19*23 – предоставление ложных сведений?
Рабочая станция получения изображений Возможность просматривать собранные изображения на станции оператора: Просмотр и настройка изображений/ Отображение и обработка изображений. Станция оператора для просмотра изображений: Рабочая станция получения изображений/ Станция управления. Возможность печати изображений с рабочей станции оператора: Печать исследований с использованием функции печати/ Изменение размера изображения, печать, импорт или экспорт CD, DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

или USB. Используемый стандарт связи: DICOM. Функция отображения списка запланированных процедур, загруженных из системы: Управление пациентками в рабочем списке / Управление данными пациентов.						
Рабочая станция просмотра изображений с программным обеспечением Врачебная станция просмотра изображений: Рабочая станция просмотра изображений с программным обеспечением/ Рабочие станции.	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в комплектации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в комплектации	Не соответствует Отсутствует в комплектации
Расходные материалы						
Не предусмотрены						
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Рабочая температура: от 10°С до +35°С Рабочая влажность: от 80% до 90% (без конденсации)	Соответствует	Не соответствует Данные отсутствуют в описании	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционнойподготовкой помещения, по внешним						

габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя	–	–	–	–	–	–

Эксперт Батмалова Т. А. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511598-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-11-2022 17:04:17

Лот № 4511598-Т1

Томограф компьютерный с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511598-Т1 Томограф компьютерный с принадлежностями, Гебель Дмитрий – (врач МРТ, КГП на ПХВ ГБСНП г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
3	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гебель Дмитрий

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"
Предлагаемая модель МТ:	Томограф компьютерный Revolution EVO с принадлежностями № РК-МТ-5№015435 Дата регистрации: 12.05.2021 Дата истечения регистрации: Бессрочный	Томограф компьютерный Revolution EVO с принадлежностями № РК-МТ-5№015435 Дата регистрации: 12.05.2021 Дата истечения регистрации: Бессрочный	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями № РК-МТ-5№018977 Дата регистрации: 12.04.2019г. Дата истечения регистрации: 12.04.2024г.	Компьютерный Томограф «uCT, варианты исполнения: uCT 760» с принадлежностями РК-МТ-5№019076 Дата регистрации: 04.05.2019г. Дата истечения регистрации: 04.05.2024г.	Компьютерный Томограф «uCT, варианты исполнения: uCT 780» с принадлежностями РК-МТ-5№019076 Дата регистрации: 04.05.2019г. Дата истечения регистрации: 04.05.2024г.
Производитель МТ:	GE Healthcare Japan Corporation Япония	GE Healthcare Japan Corporation Япония	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Гентри					
Диаметр отверстия гентри, не менее 700 мм	700мм Соответствует	700мм Соответствует	720 мм Соответствует	700мм Соответствует	700мм Соответствует
Масса гентри в сборе, не более 1995 кг	1820 кг Соответствует	1820 кг Соответствует	1995 кг Соответствует	1735 кг Соответствует	2360 кг Не соответствует
Наклон гентри при сканировании, диапазон, не менее от -24 до +30 град.	-30 до +30 град. Соответствует	-30 до +30 град. Соответствует	-24 до +30 град. Соответствует	Диапазон 30 град. Не соответствует Нет значения на отрицательный градус «-»	-30 до +30 град. Соответствует

Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки на 360°, не более 0,5 с	0,35 с Соответствует	0,35 с Соответствует	0,5 с Соответствует	0,38 с Соответствует	0,35 с Соответствует
Максимальное поле обзора сканирования, 50 см	50 см Соответствует	50 см Соответствует	50 см Соответствует	Нет данных в технической спецификации	Нет данных в технической спецификации
Лазерная система позиционирования/ Лазерные лучи выравнивания	Лазерная система выравнивания Соответствует	Лазерная система позиционирования Соответствует	Лазерная система позиционирования Соответствует	Лазерная система позиционирования Соответствует	Установка положения лазерного позиционирования фонарей Соответствует
Детектор					
Ширина охвата детектора по оси Z 40 мм	40 мм Соответствует	40 мм Соответствует	40 мм Соответствует	40 мм Соответствует	Нет данных в технической спецификации
Количество линеек детекторов 64	64 Соответствует	64 Соответствует	64 Соответствует	80 Не соответствует	Нет данных в технической спецификации
Количество срезов за один оборот, максимальное, 128	128 Соответствует	128 Соответствует	128 Соответствует	128 Соответствует	160 Не соответствует
Общее количество элементов детектора, не более 54272	54272 Соответствует	54272 Соответствует	43008 Соответствует	74880 Не соответствует	74880 Не соответствует
Минимальная толщина среза 0,625 мм	0,625 мм Соответствует	0,625 мм Соответствует	0,625 мм Соответствует	0,625 мм Соответствует	0,5 мм Не соответствует
Максимальная толщина среза 10 мм	10 мм Соответствует	10 мм Соответствует	10 мм Соответствует	10 мм Соответствует	Нет данных в технической спецификации
Рентгеновский генератор					
Мощность рентгеновского генератора, не менее 55 кВт	72 кВт Соответствует	72 кВт Соответствует	55 кВт Соответствует	80 кВт Соответствует	80 кВт Соответствует
Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку, не менее 70 кВ	80 кВ Соответствует	80 кВ Соответствует	70 кВ Соответствует	70 кВ Соответствует	70 кВ Соответствует
Максимальное значение анодного напряжения,					

подаваемого на рентгеновскую трубку 140 кВ	140 кВ Соответствует	140 кВ Соответствует	140 кВ Соответствует	140 кВ Соответствует	140 кВ Соответствует
Максимальное значение тока, не более 667 мА	600 мА Соответствует	600 мА Соответствует	667 мА Соответствует	Нет данных в технической спецификации	667 мА Соответствует
Рентгеновская трубка					
Скорость охлаждения анода рентгеновской трубки, не менее 1070 kHU/ мин	1070 kHU/ мин Соответствует	1070 kHU/ мин Соответствует	1608 kHU / мин Соответствует	1386 kHU/ мин Соответствует	Максимальная скорость охлаждения анода 16,5 кВт (23,1 тыс. тепловых единиц/с) Производитель предоставил некорректные данные. Наименование/единица измерения заявлена производителем в РУ составляет 1386 кТЕ /мин Не соответствует наименование единицы измерения в технической спецификации
Теплоёмкость анода рентгеновской трубки, не менее 7 MHU	7 MHU Соответствует	7 MHU Соответствует	8 MHU Соответствует	7,5 MHU Соответствует	7,5 MHU Соответствует
Размер большого фокального пятна, не менее 0,9 x 0,9 мм	0,9 x 0,9 мм Соответствует	0,9 x 0,9 мм Соответствует	1,0 x 1,0 мм Соответствует	1,0 x 1,0 мм Соответствует	1,0 x 1,0 мм Соответствует
Размер малого фокального пятна, не менее 0,5 x 0,6 мм	0,7 x 0,6 мм Соответствует	0,7 x 0,6 мм Соответствует	0,5 x 1,0 мм Соответствует	0,7 x 0,7 мм Соответствует	0,7 x 0,7 мм Соответствует
Стол пациента					
Диапазон горизонтального перемещения стола пациента, не менее 1860 мм	2000 мм Соответствует	2000 мм Соответствует	1860 мм Соответствует	2180 мм Соответствует	2180 мм Соответствует
Грузоподъемность стола для пациента, не менее 205 кг	227 кг Соответствует	227 кг Соответствует	205 кг Соответствует	205 кг Соответствует	205 кг Соответствует

Минимальная высота стола от пола, не менее 430 мм	430 мм Соответствует	430 мм Соответствует	530 мм Соответствует	480 мм Соответствует	480 мм Соответствует
Диапазон вертикального перемещения, не менее 376 мм	От 430 мм до 991 мм (561 мм) Соответствует	561 мм Соответствует	376 мм Соответствует	От 480 мм до 950 мм (470 мм) Соответствует	От 480 мм до 950 мм (470 мм) Соответствует
Максимальная скорость горизонтального перемещения стола, не менее 175 мм/сек	175 мм/сек Соответствует	175 мм/сек Соответствует	300 мм/сек Соответствует	200 мм/с Соответствует	200 мм/с Соответствует
Параметры сканирования					
Пространственное разрешение, не менее 16 пар лин./см	19,7 пар лин./см Соответствует	19,7 пар лин./см Соответствует	16 пар лин./см Соответствует	20 пар лин./см Соответствует	20 пар лин./см Соответствует
Низкоконтрастная разрешающая способность, не менее 3 мм	3 мм Соответствует	3 мм Соответствует	4 мм Соответствует	2 мм Не соответствует	2 мм Не соответствует
Цифровая система хранения и обработки изображений					
Матрица реконструкции и отображения, не менее 512x512	512x512 Соответствует	512x512 Соответствует	1024x 1024 Соответствует	1024x 1024 Соответствует	1024x 1024 Соответствует
Количество ЖК мониторов 2	2 Соответствует	2 Соответствует	2 Соответствует	2 Соответствует	1 Не соответствует
Диапазон измерения плотностей от -1024 до 3071 е. Хаунсфильда	от -1024 до 3071 е. Хаунсфильда Соответствует	от -1024 до 3071 е. Хаунсфильда Соответствует	от -1024 до 3071 е. Хаунсфильда Соответствует	Нет данных в технической спецификации	Нет данных в технической спецификации
Максимальная скорость реконструкции, не менее 50 изображений в секунду	55 изображений в секунду Соответствует	50 изображений в секунду Соответствует	80 изображений в секунду Соответствует	Нет данных в технической спецификации	Нет данных в технической спецификации
Программное обеспечение: базовое и специальное					
Устройство трехмерной визуализации 3D/ Алгоритм реконструкции с коррекцией конического пучка	Устройство трехмерной визуализации 3D Соответствует	Устройство трехмерной визуализации 3D Соответствует	Алгоритм реконструкции с коррекцией конического пучка Соответствует	Устройство трехмерной визуализации 3D/ Алгоритм реконструкции с коррекцией конического пучка Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Объем 3D изображений Соответствует

Проекции максимальной и минимальной интенсивности	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует
Устройство объемной, внутриполостной визуализации/ Управления исследованиями: Реконструкция объема	Устройство объемной, внутриполостной визуализации Соответствует	Устройство объемной, внутриполостной визуализации Соответствует	Управления исследованиями: Реконструкция объема Соответствует	Устройство объемной, внутриполостной визуализации/ Управления исследованиями: Реконструкция объема Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Объемный рендеринг Соответствует
Отслеживание болюса	Отслеживание болюса Соответствует	Отслеживание болюса Соответствует	Отслеживание болюса Соответствует	Отслеживание болюса Соответствует	Болюсное контрастное усиление Соответствует
Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки/ Управления дозой	Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки Соответствует	Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки Соответствует	Управления дозой Соответствует	Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки/Управления дозой Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Система снижения дозы Соответствует
Устройство снижения лучевой нагрузки/ Программное обеспечение визуализации и реконструкции	Устройство снижения лучевой нагрузки Соответствует	Устройство снижения лучевой нагрузки Соответствует	Программное обеспечение визуализации и реконструкции Соответствует	Устройство снижения лучевой нагрузки/ Программное обеспечение визуализации и реконструкции Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Техника интеллектуальной модуляции дозы Соответствие
Рабочая станция врача					
Рабочая станция для работы с функциональными изображениями/ Рабочая станция: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь»	Рабочая станция для работы с функциональными изображениями Соответствует	Рабочая станция для работы с функциональными изображениями Соответствует	Рабочая станция: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь» Соответствует	Рабочая станция для работы с функциональными изображениями/ Рабочая станция: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь»	Рабочая станция: ЦП, монитор, клавиатура, мышь Соответствует

				Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	
Программное обеспечение рабочей станции					
Расширенный анализ отдельных особенностей сосудов / Анализ сосудов	Анализ сосудов Соответствует	Анализ сосудов Соответствует	Анализ сосудов Соответствует	Расширенный анализ отдельных особенностей сосудов / Анализ сосудов Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	КТ - анализ сосудов Соответствует
Алгоритм исследования легких/ Оценка легочных узелков	Алгоритм исследований легких Соответствует	Алгоритм исследований легких Соответствует	Оценка легочных узелков Соответствует	Алгоритм исследования легких/ Оценка легочных узелков Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Оценка узелков в легких Соответствует
Протокол для перфузии нервных инсультов и опухолей мозга/ Перфузия головного мозга	Перфузия головного мозга Соответствует	Перфузия головного мозга Соответствует	Перфузия головного мозга Соответствует	Протокол для перфузии нервных инсультов и опухолей мозга/ Перфузия головного мозга Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Анализ перфузии мозга Соответствует
Функции управления: Составления отчетов / Составление КТ отчетов	Функции управления: Составление КТ отчетов Соответствует	Функции управления: Составление КТ отчетов Соответствует	Составление КТ отчетов Соответствует	Функции управления: Составления отчетов / Составление КТ отчетов Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Система регистрации и администрирования пациентов Соответствует
Алгоритмы реконструкции/ Алгоритм автоматической обработки	Алгоритмы реконструкции Соответствует	Алгоритмы реконструкции Соответствует	Алгоритм автоматической обработки Соответствует	Алгоритмы реконструкции/ Алгоритм автоматической обработки Не соответствует Прописаны данные от двух производителей	Алгоритмы реконструкции Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Защитное просвинцованное стекло/	Защитное просвинцованное	Защитное стекло с рамой Соответствует	Защитное просвинцованное стекло	Защитное просвинцованное стекло	Стекло рентгенозащитное Соответствует

Стекла защитные просвинцованные	стекло Соответствует		Соответствует	Соответствует	
Блок/ Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания Соответствует	Блок бесперебойного питания Соответствует	Источник бесперебойного питания Соответствует	Источник бесперебойного питания Соответствует	Не соответствует В технической спецификации в разделе «Дополнительные комплектующие» не прописан источник бесперебойного питания
Автоматическое устройство для введения контрастного вещества/ Автоматический инжектор	Автоматическое устройство для введения контрастного вещества Соответствует	Автоматическое устройство для введения контрастного вещества Соответствует	Автоматический инжектор Соответствует	Автоматический инжектор Соответствует	Инжектор для компьютерной томографии Соответствует
		Расходные материалы			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					

Эксперт Гобель Д.Б. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511599-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2022 10:42:49

Лот № 4511599-Т1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511599-Т1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
4	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"	ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"	АО "Ordamed"	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper	Система диагностическая ультразвуковая SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P, вариант исполнения P9	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS50	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями
Производитель МТ:	Siemens Healthineers Ltd., Республика Корея	SonoScape Medical CORP., Китай	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	Philips Ultrasound Inc. США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	соответствует	Не соответствует: 1. Ширина превышает допустимое значение 2. Вес превышает допустимое значение	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					
Программный протокол для маркировки, учета и измерения образований в молочной железе	Не соответствует: 1. Данный протокол или аналогичная ему позиция отсутствует в регистрационном удостоверении данной МТ	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим недопплеровской визуализации кровотока	Не соответствует: 1. Данный режим или аналогичная ему позиция отсутствует в регистрационном удостоверении данной	соответствует	соответствует	Не соответствует: 1. Отсутствует упоминание «недопплеровской визуализации кровотока»	соответствует

	МТ				
Устройство для проведения сканирования с отклонением угла	Не соответствует: 1. Данное устройство или аналогичная ему позиция отсутствует в регистрационном удостоверении данной МТ	Не соответствует: 1. Данное устройство или аналогичная ему позиция отсутствует в регистрационном удостоверении данной МТ	соответствует	соответствует	соответствует
DICOM	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим компрессионной соноэластографии	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим соноэластографии	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим непрерывно-волнового допплера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует: указаны не точные данные	Не соответствует: 1. Количество элементов меньше требуемого	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствуют требуемому, что сказывается на значении центральной частоты	соответствует
Биопсийная насадка для конвексных датчиков	Не соответствует: техническое описание данной позиции не соответствует требуемому	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик микроконвексный (внутриполостной)	Не соответствует: указаны не точные данные	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствуют требуемому 2. Количество элементов не соответствует требуемому	соответствует	соответствует	соответствует
Биопсийная насадка для микроконвексных датчиков	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный	Не соответствует: указаны не точные данные	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик секторный фазированный	Не соответствует: указаны не точные данные	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Устройство печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511601-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2022 10:40:02

Лот № 4511601-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511601-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
4	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш