Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Pharmalogica»	ТОО «FORTIS PAI»	
Предлагаемая модель МТ:	Система эндоскопическая «HD-550» Видеогастроскоп EG 550 Видеоколоноскоп EC 550	Система эндоскопическая Evis X1 Видеогастроскоп Видеоколоноскоп	Система эндоскопическая ELUXEO Видеогастроскоп Видеоколоноскоп	
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	Olympus Medical Systems Corp, Япония	FUJIFILM Corporation, Япония	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Функции узкоспектральной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Отображение концентрации крови с использованием спектральных фильтров	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Диагональ монитора не менее 27	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт Алиев Арман Кыдирбайевич **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511589-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-11-2022 18:46:52

Лот № 4511589-T1

Система видеоэндоскопическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511589-T1 Система видеоэндоскопическая , Алиев Арман – (Заведующий отделением эндоскопии, Атырауская областная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
3	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алиев Арман

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511592-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-11-2022 15:48:55

Лот № 4511592-Т1

Цифровая диагностическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511592-Т1 Цифровая диагностическая рентгеновская система, Батталова Галина – (заведующий отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
3	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует
4	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
5	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соответствует
6	000340005813, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЊARMPROVIDE"	Соответствует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Батталова Галина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Акционерное общество "Ordamed"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая диагностическая рентгеновская система (Цифровая рентгенографическая система 6600)	Система цифровой рентгенографии серий JUMONG, JUMONG E, SG Healthcare Co., Ltd.	Рентгеновская цифровая диагностическая система MAX DR в комплекте.	Система цифровой рентгенографии Atomic X 3	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus
Производитель МТ:	Не исправили (не указано в тех спецификации) должно быть написано номер РУ РК-МТ-5№022259 дата регистрации ,дата окончания регистрации , наименование производителя в соответствии с утвержденной Формой МЗ РК	JUMONG, JUMONG E, SG Healthcare Co., Ltd Республика Корея	МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	Ordamed co Республика Корея	Ecoray Co. Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Высокочастотный генератор	Не исправили (нет подтверждающих данных на сайте	не исправили	Не исправили	Соответствует	Соответствует

	http://register.ndda.kz/category/search_prep либо прикреплённого мануала пользователя для проверки достоверности указанных сведений				
Стол пациента	Не исправили (нет подтверждающих данных на сайте http://register.ndda.kz/category/search_prep либо прикреплённого мануала пользователя для проверки достоверности указанных сведений	Не исправили	Не исправили	Не исправили	Исправили
Детектор	Не исправили (нет подтверждающих данных на сайте http://register.ndda.kz/category/search_prep либо прикреплённого мануала пользователя для проверки достоверности указанных сведений	Не исправили	Соответствует	Не исправили	Соответствует
Рентгеновская трубка	Не исправили (нет подтверждающих данных на сайте http://register.ndda.kz/category/search_prep либо прикреплённого мануала пользователя для проверки достоверности указанных сведений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора	Не исправили (нет подтверждающих данных на сайте	Не исправили	Соответствует	Не исправили	Соответствует

	http://register.ndda.kz/category/search_prep либо прикреплённого мануала пользователя для проверки достоверности указанных сведений				
Рабочая станция визуализации	Не исправили (нет подтверждающих данных на сайте http://register.ndda.kz/category/search_prep либо прикреплённого мануала пользователя для проверки достоверности указанных сведений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Не предусмотрены					
Расходные материалы					
Не предусмотрены					
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством	Исправили	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет					

Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					

Эксперт Батталова Г. А. ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vividiq с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N	Система диагностическая ультразвуковая CX50
Производитель МТ:	GE Medical Systems (China) Co., Ltd., Китай	SonoScape Medical CORP., Китай	Philips Ultrasound Inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями	соответствует	Не соответствует: 1. Ширина не соответствует требуемой 2. Высота не соответствует требуемой 3. Вес не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Дополнительные комплектующие			
Модуль программный встроенный для проведения научно-практических исследований, недопплеровской качественной иколичественной оценки региональной сократительной функции сердца, степени деформации миокарда	соответствует	Не соответствует: 1. Данный модуль или аналогичная ему позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. 2. Скопировано из объявленной технической спецификации НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует требуемому	соответствует

		НЕ УСТРАНЕНО	
Датчик секторный фазированный	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Датчик линейный мультичастотный	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Тележка для перевозки и хранения прибора; Блок с разъемами для датчиков	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Кабель электропитания	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Кабель для регистрации физиологических сигналов пациента	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения и текст вкомплекте с кабелями для подключения	соответствует	соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техникипоставщиком, его сервисными центрами в	соответствует	соответствует	соответствует

Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц			
Требования к сопутствующимуслугам	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511594-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-11-2022 17:12:21

Лот № 4511594-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511594-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соответствует
2	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511595-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-11-2022 15:33:04

Лот № 4511595-Т1

Аппарат рентгеновский маммографический

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511595-Т1 Аппарат рентгеновский маммографический, Батталова Галина – (заведующий отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
3	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
4	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соответствует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Батталова Галина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия с учетом ответа на замечания

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Q-MED LLC»	ТОО «Алма-Мед»	АО «Ordamed»	ТОО «ЛАБТРОНИК»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая маммографическая рентгеновская система uMammo 590i	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, варианты исполнения: GIOTTO IMAGE 3DL	Цифровая маммографическая рентгеновская система DMX-600	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000
Производитель МТ:	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd, Китай	IMS GIOTTO S.p.A., Италия	Genoray Co., Ltd, Республика Корея	DRTECH Corporation, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Рама Фокусное расстояние: От 650 мм до 660 мм. Вращение рамы С-типа: Не менее -180° не более +180°. Отображение углов поворота: Угол зрения в градусах отображается в верхнем углу сенсорного экрана/ Положения углового смещения отображаются на экране гентри и на рентгеновской консоли. Сенсорный экран: По обеим сторонам маммографической рентгеновской установки имеется по одному сенсорному экрану/ Сенсорный экран. Цветной в основании аппарата: Основной дисплей/ Индикаторная панель опоры	Не соответствует Фокусное расстояние 70 см. Отсутствует экран. Угол +190/-150 градусов. НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует Не указан тип экрана. НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует	Соответствует
Генератор. Мощность: в диапазоне от 4500ВА до 5 кВА.	Соответствует	Не соответствует Мощность 8 кВа Ток 40–155 мА	Соответствует	Не соответствует Напряжение: 20 – 40 кВ

Анодный ток: в диапазоне 19 – 150 мА. Сетевое напряжение переменного тока: Не более 240 В. Анодное напряжение: От 22 до 49 кВ.		НЕ УСТРАНЕНО		НЕ УСТРАНЕНО
Детектор Детектор на плоской панели из аморфного кремния/Матрица из аморфного кремния со сцинтиллятором. Шаг пикселей: Не менее 83 мкм. Размеры матрицы: Не менее 2816 х 3584 пикселей. Не менее 24 см х 29 см. Активная площадь: Не менее 2394 х 2850 пикселей	Не соответствует Активная область 239,36*304,64мм НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует	Не соответствует Шаг пикселей: 75 мкм. НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует Размер пикселей: 76 мкм. НЕ УСТРАНЕНО
Рентгеновская трубка Фокусное пятно: 0,1 – 0,3 мм. Тип анода: Вращающийся анод. Материал окна трубки: Бериллий. Материал фильтра 1: Rh/ Молибденовый. Материал фильтра 2: Ag/ Серебряный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Материал фильтра 2: Алюминий НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует
Система сжатия груди Функция автоматической декомпрессии груди: Автоматическое освобождение от сжатия/ Автоматическая декомпрессия. Экспозиция: Автоматический/ручной режим Сила сжатия груди: От 1 до 20 дН Стандартная компрессионная пластина размером: Не менее 24х 29	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Смещающая стандартная пластина 19х23	Не соответствует Отсутствует в комплектации НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует Отсутствует в комплектации НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует Устранено	Не соответствует Отсутствует в регистрационном удостоверении – в описании

				указано 19*23 – предоставление ложных сведений? НЕ УСТРАНЕНО
Рабочая станция получения изображений Возможность просматривать собранные изображения на станции оператора: Просмотр и настройка изображений/ Отображение и обработка изображений. Станция оператора для просмотра изображений: Рабочая станция получения изображений/ Станция управления. Возможность печати изображений с рабочей станции оператора: Печать исследований с использованием функции печати/ Изменение размера изображения, печать, импорт или экспорт CD, DVD или USB. Используемый стандарт связи: DICOM. Функция отображения списка запланированных процедур, загруженных из системы: Управление пациентками в рабочем списке / Управление данными пациентов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция просмотра изображений с программным обеспечением Врачебная станция просмотра изображений: Рабочая станция просмотра изображений с программным обеспечением/ Рабочие станции.	Не соответствует Отсутствует в комплектации НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в комплектации НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует Отсутствует в комплектации НЕ УСТРАНЕНО
Не предусмотрены				

Рабочая температура: от 10°С до +35°С Рабочая влажность: от 80% до 90% (без конденсации)	Не соответствует Данные отсутствуют в описании НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя				

Эксперт Баттахова Г. А. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511598-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-11-2022 00:10:47

Лот № 4511598-Т1

Томограф компьютерный с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511598-Т1 Томограф компьютерный с принадлежностями, Гебель Дмитрий – (врач МРТ, КГП на ПХВ ГБСНП г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соответствует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Соответствует
5	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гебель Дмитрий

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"
Предлагаемая модель МТ:	Компьютерный Томограф «uCT, варианты исполнения: uCT 760» с принадлежностями РК-МТ-5№019076 Дата регистрации: 04.05.2019г. Дата истечения регистрации: 04.05.2024г.	Компьютерный Томограф «uCT, варианты исполнения: uCT 780» с принадлежностями РК-МТ-5№019076 Дата регистрации: 04.05.2019г. Дата истечения регистрации: 04.05.2024г.
Производитель МТ:	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Гентри		
Диаметр отверстия гентри, не менее 700 мм	700мм Соответствует	700мм Соответствует
Масса гентри в сборе, не более 1995 кг	2360 кг Не исправлено Первоначально подали не верное значение веса гентри (было прописано «масса гентри в сборе 1735 кг»)	2360 кг Не исправлено
Наклон гентри при сканировании, диапазон, не менее от -24 до +30 град.	-30 до +30 град. Исправлено	-30 до +30 град. Соответствует
Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки на 360°, не более 0,5 с	0,38 с Соответствует	0,35 с Соответствует
Максимальное поле обзора сканирования, 50 см	50 см Исправлено	50 см Исправлено
Лазерная система позиционирования/ Лазерные лучи выравнивания	Лазерная система позиционирования Соответствует	Установка положения лазерного позиционирования фонарей Соответствует
Детектор		
Ширина охвата детектора по оси Z 40 мм	40 мм Соответствует	40 мм Исправлено

Количество линеек детекторов 64	80 Не исправлено	80 Не исправлено
Количество срезов за один оборот, максимальное, 128	128 Соответствует	160 Не исправлено
Общее количество элементов детектора, не более 54272	74880 Не исправлено	74880 Не исправлено
Минимальная толщина среза 0,625 мм	0,625 мм Соответствует	0,5 мм Не исправлено
Максимальная толщина среза 10 мм	10 мм Соответствует	10 мм Исправлено
Рентгеновский генератор		
Мощность рентгеновского генератора, не менее 55 кВт	80 кВт Соответствует	80 кВт Соответствует
Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку, не менее 70 кВ	70 кВ Соответствует	70 кВ Соответствует
Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку 140 кВ	140 кВ Соответствует	140 кВ Соответствует
Максимальное значение тока, не более 667 мА	667 мА Исправлено	667 мА Соответствует
Рентгеновская трубка		
Скорость охлаждения анода рентгеновской трубки, не менее 1070 kHU/ мин	1386 kHU/ мин Соответствует	Максимальная скорость охлаждения анода: 1386KHU/ мин (в ТС не указано значение в мин) Исправлено
Теплоёмкость анода рентгеновской трубки, не менее 7 MHU	7,5 MHU Соответствует	7,5 MHU Соответствует
Размер большого фокального пятна, не менее 0,9 x 0,9 мм	1,0 x 1,0 мм Соответствует	1,0 x 1,0 мм Соответствует
Размер малого фокального пятна, не менее 0,5 x 0,6 мм	0,7 x 0,7 мм Соответствует	0,7 x 0,7 мм Соответствует
Стол пациента		
Диапазон горизонтального перемещения стола пациента, не менее 1860 мм	2180 мм Соответствует	2180 мм Соответствует
Грузоподъемность стола для пациента, не менее 205 кг	205 кг Соответствует	205 кг Соответствует
Минимальная высота стола от пола, не менее 430 мм	480 мм Соответствует	480 мм Соответствует
Диапазон вертикального перемещения,	От 480 мм до 950 мм (470 мм)	От 480 мм до 950 мм (470 мм)

не менее 176 мм	Соответствует	Соответствует
Максимальная скорость горизонтального перемещения стола, не менее 175 мм/сек	200 мм/с Соответствует	200 мм/с Соответствует
Параметры сканирования		
Пространственное разрешение, не менее 16 пар лин./см	20 пар лин./см Соответствует	20 пар лин./см Соответствует
Низкоконтрастная разрешающая способность, не менее 3 мм	2 мм Не исправлено	2 мм Не исправлено
Цифровая система хранения и обработки изображений		
Матрица реконструкции и отображения, не менее 512х512	1024х 1024 Соответствует	1024х 1024 Соответствует
Количество ЖК мониторов 2	2 Соответствует	2 Исправлено
Диапазон измерения плотностей от -1024 до 3071 е. Хаунсфильда	Диапазон измерения плотностей от1024 до 3071 е. Хаунсфильда Исправлено	Диапазон измерения плотностей от1024 до 8191 е. Хаунсфильда Не исправлено
Максимальная скорость реконструкции, не менее 50 изображений в секунду	60 изображений в секунду Исправлено	60 изображений в секунду Исправлено
Программное обеспечение: базовое и специальное		
Устройство трехмерной визуализации 3D/ Алгоритм реконструкции с коррекцией конического пучка	Устройство трехмерной визуализации 3D Исправлено	Объем 3D изображений Соответствует
Проекции максимальной и минимальной интенсивности	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует	Проекции максимальной и минимальной интенсивности Соответствует
Устройство объемной, внутриполостной визуализации/ Управления исследованиями: Реконструкция объема	Устройство объемной, внутриполостной визуализации/ Управления исследованиями: Реконструкция объема Исправлено	Объемный рендеринг Соответствует
Отслеживание болюса	Отслеживание болюса Соответствует	Болюсное контрастное усиление Соответствует
Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки/ Управления дозой	Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки Исправлено	Система снижения дозы Соответствует
Устройство снижения лучевой нагрузки/ Программное обеспечение визуализации и реконструкции	Устройство снижения лучевой нагрузки реконструкции Исправлено	Техника интеллектуальной модуляции дозы Соответствие
Рабочая станция врача		
Рабочая станция для работы с функциональными изображениями/ Рабочая станция: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь»	Рабочая станция для работы с функциональными изображениями/ Рабочая станция: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь» Исправлено	Рабочая станция: ЦП, монитор, клавиатура, мышь Соответствует

Программное обеспечение рабочей станции		
Расширенный анализ отдельных особенностей сосудов / Анализ сосудов	Анализ сосудов Исправлено	КТ - анализ сосудов Соответствует
Алгоритм исследования легких/ Оценка легочных узелков	Оценка легочных узелков Исправлено	Оценка узелков в легких Соответствует
Протокол для перфузии нервных инсультов и опухолей мозга/ Перфузия головного мозга	Перфузия головного мозга Исправлено	Анализ перфузии мозга Соответствует
Функции управления: Составления отчетов / Составление КТ отчетов	Составление КТ отчетов Исправлено	Система регистрации и администрирования пациентов Соответствует
Алгоритмы реконструкции/ Алгоритм автоматической обработки	Алгоритмы реконструкции Исправлено	Алгоритмы реконструкции Соответствует
Дополнительные комплектующие		
Защитное просвинцованное стекло/ Стекла защитные просвинцованные	Защитное просвинцованное стекло Соответствует	Стекло рентгенозащитное Соответствует
Блок/ Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания Соответствует	Не исправлено В технической спецификации в разделе «Дополнительные комплектующие» не прописан источник бесперебойного питания
Автоматическое устройство для введения контрастного вещества/ Автоматический инжектор	Автоматический инжектор Соответствует	Инжектор для компьютерной томографии Соответствует
Расходные материалы		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		

Эксперт Гебель Д.Б. **ФИО/подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"	ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"	АО "Ordamed"	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая ACUSONJuniper	Система диагностическая ультразвуковая SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная V8	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ 7c принадлежностями
Производитель МТ:	Siemens Healthineers Ltd., РеспубликаКорея	SonoScape Medical CORP., Китай	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Samsung Medison Co., Ltd., РеспубликаКорея	Philips Ultrasound Inc. США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	соответствует	Не соответствует: 1. Ширина не соответствует требуемому значению 2. Вес не соответствует требуемому значению НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					
Эластография	соответствует	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует
Режим 3D и 4D	соответствует	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует

Режим визуализации кровотока	Не соответствует: Данный режим или аналогичная позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. НЕ УСТРАНЕНО	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует
Объемное изображение с использованием виртуального источника света	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. Скопировано из объявленной технической спецификации НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	соответствует	соответствует
Объемная визуализация с контрастированием	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. Скопировано из объявленной технической спецификации НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: отсутствует УСТРАНЕНО	соответствует
Модуль встроенный для регистрации работы сердца плода в режиме объемной эхографии с определением плоскостей сканирования	Не соответствует: Данная или аналогичная ей позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ. НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: Данный модуль или аналогичная позиция отсутствует в регистрационном удостоверении на данную МТ.	соответствует	Не соответствует: отсутствует информация УСТРАНЕНО	соответствует

		Скопировано из объявленной технической спецификации НЕ УСТРАНЕНО			
Режим непрерывно-волнового допплера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует: Количество элементов не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует
Датчики объемные конвексные	Не соответствует: Количество элементов не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: Количество элементов не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: Диапазон частот не соответствует требуемому НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	соответствует	Соответствует: скопировано из объявленной технической спецификации	соответствует	соответствует	соответствует

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техникипоставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующимуслугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4511601-Т1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-11-2022 11:05:50

Лот № 4511601-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4511601-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Абильдаева Акзираш – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
2	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соответствует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
4	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Не соответствует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдаева Акзираш