Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4512047-T1) на 2022 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-12-2022 16:38:31

Лот № 4512047-T1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4512047-T1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями, Гордиюк Сергей – (Инженер по обслуживанию медицинской техники , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
3	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
6	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
7	181040025022, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гордиюк Сергей

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

*Лот № **4512047-T1***

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО «Гиза-Фарм»	ТОО "MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40	ACUSON Juniper диагностическая ультразвуковая система	Ультразвуковая диагностическая система DC-70	Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями Apogee 5300
Производитель МТ:	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	GE Ultrasound Korea, Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	SONOSCAPE MEDICAL CORP. КИТАЙ	Siemens Healthineers Ltd.,РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd КИТАЙ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
М-режим, Цветовое допплеровское картирование (ЦДК), Спектральный допплер, Энергетический допплер	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО
Программное обеспечение автоматической оптимизации	УСТРАНЕНО	соответствует	соответствует	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО

изображения/Программы оптимизации						
Урология	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Панорамная визуализация	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО
Непрерывно-волновая допплерография	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО
Модуль автоматического количественного анализа толщины комплекса интима-медия (IMT)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: Отсутствует в РУ НЕ УСТРАНЕНО
Порты для датчиков, не менее 4	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует: не должно быть указано - не более, не менее, и/или НЕ УСТРАНЕНО
Основные типы датчиков: Секторный, Конвексный, Объемный, Линейный, Внутриполостные	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Габариты: Ширина не более 57,2 см, Высота не более 1760мм, Вес не более 85 кг	соответствует	соответствует	Не соответствует: 1.Вес 2.Ширина НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	соответствует	Не соответствует: не должно быть указано - не более, не менее, и/или НЕ УСТРАНЕНО
Дополнительные комплектующие						
Датчики конвексные широкополосные не менее 1,5-5 МГц	соответствует	соответствует	1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: не должно быть указано - не более, не менее, и/или НЕ УСТРАНЕНО

			УСТРАНЕНО			
Датчики секторные не менее 1,5-4 МГц	соответствует	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: 1.Не должно быть указано - не более, не менее, и/или НЕ УСТРАНЕНО
Датчики линейные широкополосные не менее 3-13 МГц	соответствует	1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует УСТРАНЕНО	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	соответствует	соответствует	Не соответствует: 1.Не должно быть указано - не более, не менее, и/или НЕ УСТРАНЕНО
Датчики микроконвексные внутриполостные 4-9 МГц	соответствует	соответствует	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: 1.Требуется датчики микроконвексные внутриполостные НЕ УСТРАНЕНО	Не соответствует: 1. Диапазон частот не соответствует требуемому 2. Количество элементов не соответствует НЕ УСТРАНЕНО	соответствует
Принтер специальный для печати изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство записи DVD	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт /. С. Гордиюк.С. **ФИО/подпись**