Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520787-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-04-2023 11:47:49

Лот № 4520787-Т1

Система диагностическая ультразвуковая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520787-Т1 Система диагностическая ультразвуковая, Абубакиров Рустем – (Зав отделением лучевой диагностики, ГКП "АМЦ" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Соответствует
5	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО АЛЬЯНС	ТОО МедНуРПлюс	АО Ордамед	ТОО Актаумедкомплект	ТОО «АСТ Мед Сервис»
Предлагаемая модель МТ:	УЗИ DC-70 EXP	УЗИ VanGuard 10	УЗИ Samsung HS50	Apogee	E-Cube 8
Производитель МТ:	Китай	США	Корея	Китай	Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
	Не соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
	Согласно требованию заказчика сосудистые исследования входят в обязательные области применения.				
Дополнительные комплектующие					
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Расходные материалы					
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт: Абубакиров Р.Е.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520787-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-04-2023 12:44:31

Лот № 4520787-Т1

Система диагностическая ультразвуковая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520787-Т1 Система диагностическая ультразвуковая, Катренова Алия – (врач-УЗИ, КГП "Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау" УЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
5	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Катренова Алия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	***АО «Ордамед»***	***ТОО "АЛЬЯНС"***	***ТОО "МЕДНУРПЛЮС"***	***ТОО "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"***	***ТОО "АСТ Мед Сервис"***
Предлагаемая модель МТ:	**Диагностическая ультразвуковая HS50**	**Диагностическая ультразвуковая система Resona I9**	**Ультразвуковая система Vanguard 10**	**Ультразвуковая диагностическая система Apogee**	**Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15**
Производитель МТ:	**Республика Корея**	**Китай**	**США**	**Китай**	**Республика Корея**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Соответствует	Не соответствует: Ширина не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 580 мм, не более 592 мм. В ТС участника указано: 550±10 мм	Не соответствует: Отсутствует информация по габаритам системы.	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленного технической спецификации	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленного технической спецификации
Дополнительное программное обеспечение 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Набор программного обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа объемного контрастного изображения	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании

Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021050 указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании
Программа постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 1 МГц, не более 5 МГц. В ТС участника указано: 1,3 - 6 МГц	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по углу сканирования и количеству элементов.	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации
Датчик конвексный ректо-вагинальный	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3, не более 10 МГц. В ТС участника указано: 3 – 11 МГц	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 163 град и не более 185 град. В ТС участника указано: 200 град 2) Отсутствует информация по количеству элементов.	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации

Датчик фазированный у взрослых 1-5 МГЦ	Соответствует	Не соответствует: 1) Отсутствует информация	Не соответствует: 1) Отсутствует информация	Не соответствует: 1) Отсутствует информация	Не соответствует: 1) Отсутствует информация
Датчик фазированный у взрослых и детей 4-12 МГЦ	Соответствует	Не соответствует: 1) Отсутствует информация	Не соответствует: 1) Отсутствует информация	Не соответствует: 1) Отсутствует информация	Не соответствует: 1) Отсутствует информация
Датчик линейный	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3 МГц, не более 12 МГц. В ТС участника указано: 3 – 14 МГц.	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по ширине сканируемого участка и количеству элементов	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации
Датчик 4D конвексный объемный облегченный	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 2 МГц, не более 8 МГц. В ТС участника указано: 1,8 – 8,2 МГц	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по количеству элементов	Не соответствует: 1) Указаны не точные значения параметров. 2) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации
Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520788-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-04-2023 16:49:35

Лот № 4520788-Т1

Паровой стерилизатор автоклав

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520788-Т1 Паровой стерилизатор автоклав, Муратхан Серик – (Начальник отдела обслуживания медицинского оборудования, АО Национальный центр нейрохирургии) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
2	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Не соотвествует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Муратхан Серик

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	ТОО "QUORU"	ТОО "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р-6412Н/2Р/V/TS/SO	Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Стерилизатор паровой Sterivap модели SP HP модификации 6612-2, с источниками пара: ED	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Производитель МТ:	Cisa Production S.r.l., Италия	Завод: ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	BMT Medical Technology s.r.o., Чешская Республика	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Вставка основная Вставка основная/ Паровой стерилизатор двухдверный. Исполнение стерилизатора: не менее двух дверей (со стороны за грузки и со стороны выгрузки). Габариты (В х Ш х Г) в мм: высота не более 1970 мм х ширина не более 1300 мм х глубина не более 1775 мм. Вес стерилизатора, кг.: не более 1 300 кг. Размер камеры (в х ш х г) в мм.: высота не более 700 мм. Ширина не более 660 мм. Глубина не более 1354 мм. Объем камеры не более 610 л. не менее 585 л. Число стерильных единиц: не менее 8 STE. Уровень шума: не более 78 дБ. Массивная напорная стерилизационная камера с обогревающей рубашкой, двери и встроенный парогенератор изготовлены из качественной нержавеющей стали с применением материалов AISI 316 Ti и AISI 316 L / Все детали, контактирующие с паром, включая трубы, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. 1.4404 / 316 L камера и высокотемпературные каналы. 1.4404 / 316 L рама корпуса и слив (сброс). Толщина стенки камеры: 5 мм. Потребление умягчённой воды за цикл стерилизации: не менее 0,09 м³ не более 260 л.	Не соответствует 1) Согласно представленной технической спецификации тендерной заявки ТОО "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" объём камеры равна 588 л, однако, что согласно инструкции завода изготовителя объём камеры составляет 556 л , что не соответствует технической спецификации	Не соответствует: 1) Ширина стерилизатора 1321 мм, что превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении; 2) вес стерилизатора 1 521 кг, что значительно превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении; 3) объём камеры 650 л, что значительно	Соотвествует	Не соответствует 1) Согласно представленной технической спецификации тендерной заявки ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" объём камеры равна 585 л, однако, что согласно инструкции завода изготовителя объём камеры составляет 584 л , что не соответствует

Потребление обессоленной (очищенной) воды за цикл стерилизации: не более 0,011 м³, не менее 19 л. Высота загрузки: не более 850 мм. Панель управления: сенсорный дисплей / цветной TFT экран. Размер панели управления: не менее 5,7 дюйма. Температура стерилизации: от 121°С до 134 °С. Время стерилизации: от 1 до 20 мин. Тест Бови Дика: тест Бови / Боуи Дика. Тес т вакуума. Нагрев: Программа подогрева / Нагрев пустой камера. Возможность расширения программ стерилизации: до 20 программ стерилизации.	требованию тендерной документации. При сопоставлении и оценке тендерной заявки была использована информация с открытых источников на сайте http://www.cisagroup.it	превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении 4) Высота камеры 910 мм, что значительно превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении		технической спецификации требованию тендерной документации. При сопоставлении и оценке тендерной заявки была использована информация с открытых источников на сайте http://www.tbtmedical.com
Облицовочные панели Облицовочные панели из нержавеющей стали	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р- 6412Н/2Р/V/TS/SO	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Соотвествует	Соотвествует
Встроенный парогенератор Парогенератор: не более 48 кВт. Встроенный парогенератор изготовлен из нержавеющей стали с применением материалов AISI 316 L / Парогенератор с резервуаром из нержавеющей стали AISI 316 L	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р- 6412Н/2Р/V/TS/SO	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Соотвествует	Соотвествует
Загрузочная тележка Загрузочная / Стеллажная тележка из нержавеющей стали не хуже 1.4301 (AISI 304). Максимальная дозагрузка на загрузочную тележку: не менее 110 кг. Габариты загрузочной тележки (в х ш х г) в мм.: высота не менее 597 мм, ширина не менее 505 мм, глубина не менее 1 235 мм.	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ	Не соответствует, так как не указаны параметры тележки	Соответствует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в

	Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р- 6412Н/2Р/V/TS/SO			регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Транспортная тележка Транспортная тележка из нержавеющей стали	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р- 6412Н/2Р/V/TS/SO	Соотвествует	Соотвествует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Вакуумный насос	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р- 6412Н/2Р/V/TS/SO	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Соотвествует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Принтер	Соответствует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный	Соотвествует	Соотвествует

		двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"		
Воздушный компрессор	Соответствует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Соответствует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Нагревательные элементы	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация Р- 6412Н/2Р/V/TS/SO	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Соответствует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Термочувствительная бумага для принтера	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Паровой стерилизатор серия Р-640Н, модификация	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с	Соответствует	Не соответствует: данное комплектующее отсутствует в перечне составных частей МИ в регистрационном удостоверении МИ Стерилизатор

	P- 6412H/2P/V/TS/SO	автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"		паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации: Температура помещения от +5 до +40 Максимальная относительна влажность до 75% Электропитание: стандартная электрическая трехфазная сеть 380÷10%, 50 Гц Требования к сопутствующим услугам Услуги по доставке, разгрузке, демонтажа старого стерилизатора, установка нового стерилизатора со всеми необходимыми расходными материалами и монтажными наборами. Для обеспечения бесперебойной работы парового стерилизатора необходима деминерализация воды, установка системы очистки воды. Наличие водоподготовки с обратным осмосом производительность не менее 30л/час по обессоленной воде, проводимость которой не превышает 15мкС, система содержит механические фильтры разного рейтинга, фильтр с активированным углём, автоматический умягчитель, осмотический фильтр, включающий набор расходных материалов. В комплект входит накопитель не менее 200 литров обессоленной воды. Обучение по работе персонала (медицинского персонала, инженеров по медицинскому оборудованию) с выдачей сертификатов по медицинскому изделию. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40	Соотвествует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

(сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт Муратхан Серик_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520788-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-04-2023 17:41:11

Лот № 4520788-Т1

Паровой стерилизатор автоклав

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520788-Т1 Паровой стерилизатор автоклав, Тасыров Арман – (Экономист, ГКП на ПХВ "Городской онкологический центр" УЗ г.Шымкента) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
2	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соотвествует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Тасыров Арман

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Medical equipment service-KZ"	ТОО «СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»	ТОО"МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ТОО "QUORU"
Предлагаемая модель МТ:	PLUSTEAM	P-640H, модификация P-6412H/2P/V/TS/SO	Sterivap SP HP модификации 6612-2, с источниками пара: ED.	ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"
Производитель МТ:	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI,	Cisa Production S.r.l.,	BMT Medical Technology s.r.o.	АО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Вставка основная	Соответствует	Соответствует	Не соответствует тех. характеристике. Все детали, контактирующие с паром, включая трубы, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. - 1.4404 / 316L камера и высокотемпературные каналы. - 1.4404 / 316L рама корпуса и слив (сброс)	Не соответствует. Габариты: ширина более 1300 мм. Вес: стерилизатора более 1 300 кг. Размер камеры: высота более 700 мм. Объем камеры более 610 л. Не соответствует тех. характеристике с применением материалов AISI 316 Ti и AISI 316L. Потребление обессоленной (очищенной) воды за цикл стерилизации: менее 19 л.
Облицовочные панели	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Встроенный парогенератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует тех. характеристике. Встроенный парогенератор изготовлен из нержавеющей стали с применением материалов AISI 316L / Парогенератор с резервуаром из нержавеющей стали AISI 316 L.

Загрузочная тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Транспортная тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вакуумный насос	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Воздушный компрессор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
Нагревательные элементы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Термочувствительная бумага для принтера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Температура помещения от +5 до +40 Макс-я влажность до 75% Электропитание: трехфазная сеть 380÷10%, 50 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт: Тасыров А.Н.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520788-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-04-2023 14:17:38

Лот № 4520788-Т1

Паровой стерилизатор автоклав

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520788-Т1 Паровой стерилизатор автоклав, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
2	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Предлагаемая модель МТ:	PLUSTEAM 8	P-6412H	ГПД-560-2-"ТЗМОИ"	Sterivap SP HP
Производитель МТ:	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция.	Cisa Production Италия	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	BMT medical Technology Чешская Республика.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Вес стерилизатора не более 1 300 кг	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** Вес стерилизатора, кг.: 1521 кг.	**соответствует**
Объем камеры не более 610 л. не менее 585 л	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** Объем камеры 650 л.	**соответствует**
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Эксперт **Угышев А.Н./**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520790-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-04-2023 16:17:34

Лот № 4520790-T1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520790-T1 Система ультразвуковая диагностическая, Асембай Саламат – (Врач ультразвуковой диагностики, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует
3	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Асембай Саламат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия по лоту №4520790-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**№ 2584710**	**№ 2689850**	**№ 2691550**
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая CX50	Система ультразвуковая диагностическая Apogee модели 3300, 5300, 5800, 1000, 2100, 2300 в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковые системы, Va nguard 1, Vanguard 5, Vanguard 10
Производитель МТ:	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	Китай, Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd	Hosmed, Inc. США.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Негізгі жиынтық			
Жұмыс режимі М-режим, импульсті-толқынды доплер режимі, үздіксіз- толқынды доплер режимі, тіндік доплер режимі, спектрлік тіндік доплер режимі, энергетикалық доплер картасы, Триплекс режимі, тіндік гармониканы бейнелеу.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	маған берілген техникалық сипаттамада негізгі анықтамасында тек М – режим сиппаталған. Қалған талаптар осы техникалық сипаттамада датчиктердің қызметі анықтамалығында толық жазылған.
DICOM DICOM/ DICOM сандық медициналық форматында деректерді беру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жүйелік блоктың бағдарламалық жасақтамасы	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
Жүрек соғу жиілігін автоматты түрде анықтау(aCMQ) Жүрек соғу жиілігін автоматты түрде анықтау (aCMQ) қолқа жеткіліксіздігін автоматты түрде өлшеу — 2D режимі	сәйкес келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)
Стрейннің сандық талдауы(StrainQ) Strain сандық талдауы (StrainQ) / тіндік Доплер режиміндеStrain түймесін басыңыз (Деформация)	сәйкес келеді	сәйкес келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)
(ROI) зерттеу саласыныңсандық талдауы Зерттеу аймағын сандық талдау(ROI) / ROI ИО анықтау	сәйкес келеді	сәйкес келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен

			анықтамасы жоқ)
Интима-медиа кешенініңқалыңдығы (ІМТ) Интима - медиа кешенінің қалыңдығы / интима-медиақалыңдығы	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
Қосымша жиынтықтар			
Датчиктер **1)** Конвекс датчик. Жиілік диапазоны 1 МГц кем емес, 5 МГцартық емес **2)** Микроконвекс датчик. Жиілік диапазоны 3,6 МГц кем емес,10 МГц артық емес **3)** Сызықтық датчик. Жиілік диапазоны 3 МГц кем емес 12МГц артық емес **4)** Сектор датчик. Жиілік диапазоны 3 МГц кем емес, 10 МГцартық емес **5)**Сектор датчик. Жиілік диапазоны 4 МГц кем емес, 12 МГцартық емес	1) сәйкес келеді 2) талап беруші жақтан 3,6 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 5 – 8 мГЦ көрсетілген 3) сәйкес келеді 4) талап беруші жақтан 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 3 – 8 мГЦ көрсетілген 5) сәйкес келеді	1) сәйкес келеді 2) сәйкес келеді 3) сәйкес келеді 4) талап беруші жақтан 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 1,9 – 8,2 мГЦ көрсетілген 5) талап беруші жақтан 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 1,9 – 8,2 мГЦ көрсетілген	1) сәйкес келеді 2) сәйкес келеді 3) сәйкес келеді 4) тұтынушы сұранымы бойынша 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы секторлық датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада фарзирленген датчик деп көрсетілген (әдеби жазылымдарда секторлық датчик баламасына фарзирленген датчик сөзі қолданылады) 4 -10 мГЦ көрсетілген 5) тұтынушы сұранымы бойынша 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы секторлық датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада фарзирленген датчик деп көрсетілген (әдеби жазылымдарда секторлық датчик баламасына фарзирленген датчик сөзі қолданылады) 4 -10 мГЦ көрсетілген
Аппаратты орнатуға және тасымалдауға арналған көппортты адаптері бар арба Көп портты адаптері бар аппаратты орнатуға және тасымалдауға арналған арба / арбаға арналған жинағы бар аспапты тасымалдауға және сақтауға арналған арба.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ) – яғни тасымалдауға және аспапты тасымалдау жинағы бар арба жайлы мәлімет берілмеген (мүмкін аппарат арбамен кірістірілген)
Датчиктерді қосу порттары Кемінде 3	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ	сәйкес келеді	сәйкес келеді

	(ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ) – яғни датчиктерді енгізі порттары жайлы мағлұмат жоқ		
Тасымалдауға арналғанарнайы кейс Тасымалдауға арналған арнайы кейс / аппаратты тасымалдауға арналған сөмке	сәйкес келеді	сәйкес келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ) – яғни тасымалдауға арналған кейс және сөмке жайлы жазылмаған.
Қуат көзі Қуат көзі/ қосымша аккумулятор	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
Арнайы адаптерлер Арнайы адаптерлер / консольге арналған қосымша айнымалыток адаптері	сәйкес келеді	сәйкес келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәліметте – қосымша комплектациясында 13 пункте айнымалы ток көзіне косу шнуры деп көрсетілген
Суреттерді басып шығаруғаарналған ақ-қара принтер Ақ-қара түсті принтер /ақ-қара ультрадыбыстық суреттер мен мәтінді басып шығаратын құрылғылар, қосылуға арналған кабельдермен немесе кабельсіз	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
Шығын материалдары және тозатын жинақтары:			
Пайдалану жағдайынақойылатын талаптар Қысым: 100-240 В Жиілік 50/60 Гц	сәйкес келеді	сәйкес келеді	тұтынушы сұранымы нақты мәлімет қысым мен жиілік талап етілген, ал ұсынушылар жақтан температура, ауа ылғалдылығы мен атмосфералық қысым сипатталған
Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) DDP	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және жеткізуорны Күнтізбелік 90 күн, 2023 жылғы «01» қыркүйекке дейін мекенжайы: Тәуелсіздік даңғылы 11/1, Астана қаласы 010000	сәйкес келеді	сәйкес келеді	ұсынылып отырған техникалық сипаттамада жеткізі күні келісім жасалған күнен бастап 150 күнтізбелік күнде жеткізіледі деп көрсетілген (тұтынушы сұранымы 90 күнтізбелік күн), тұтынушы сұранымы бойынша мекен жай нақты бар, жеткізуші мекен жайы: 101400 Қарағанды облысы Теміртау қаласы, Чайковский көшесі 26/3 көрсетілген ол талапқа сай емес
Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді

орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсетушарттары Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына 1 рет жүргізілуі тиіс Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналардықамтуы тиіс: - жұмыс істеп біткен құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеу); пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар			
Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар Тауардың әрбір жиынтығы қазақ және орыс тілдерінде жазылған техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз электр қуаты 220 вольт. Аспаптармен бірге жеткізілетін	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді

бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесуі тиіс. Өнім беруші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Орынжайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды өнім беруші Тапсырыс берушіні тарта отырып, жүзеге асырады..			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			

Эксперт **Асембай С.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520790-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-04-2023 15:27:34

Лот № 4520790-T1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520790-T1 Система ультразвуковая диагностическая, Колебаева Анастасия – (и.о. зав отделения, МГДБ№1) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Колебаева Анастасия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая система Vanguard 10	Система диагностическая ультразвуковая стационарная Apogee 2300	Система диагностическая ультразвуковая CX50	
Производитель МТ:	Hosmed Inc., Соединённые Штаты Америки	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd. Китай	Sanmina-SCI Systems Singapore Pte Ltd. Сингапур	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Режимы работы	соответствует	соответствует	соответствует	
DICOM	соответствует	соответствует	соответствует	
Количественный анализ стрейна (StrainQ)	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Толщина комплекса интима-медия (IMT)	соответствует	соответствует	соответствует	
Автоматическая квантификация сердечных ритмов (aCMQ)	Нет данных в ТС	Нет данных в ТС	соответствует	
Количественный анализ области исследования (ROI)	Нет данных в ТС	Нет данных в ТС	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Датчики	соответствуют	Не соответствует диапозон	соответсвует	

		частот, и предлагаются два одинаковых датчика в комплектации		
Тележка для установки и перевозка аппарата с многопортовым адаптером	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Порты подключениядатчиков	Нет данных в ТС	соответсвует	соответствует	
Специальный кейс для транспортировки	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Блок питания	соответствует	соответствует	соответствует	
Адаптеры специальные	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Черно-белый принтер для печати изображений	соответствует	соответствует	соответствует	
Расходные материалы				
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствут	соответствует	соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	Срок поставки не более 150 дней	соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиямэксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих	соответствует	соответствует	соответствует	

компетентных лиц				

Эксперт ФИО/подпись **Колебаева А.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520792-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-04-2023 11:12:48

Лот № 4520792-Т1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520792-Т1 Система ультразвуковая диагностическая, Катренова Алия – (врач-УЗИ, КГП) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
7	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Катренова Алия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "TND"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "МЕДНУРПЛЮС"	ТОО "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	ТОО "QUORU"	ТОО "АСТ Мед Сервис"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E8	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ Elite с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Ультразвуковая система Vanguard 10	Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями	ACUSON Juniper диагностическая ультразвуковая система	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15
Производитель МТ:	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG, Австрия	Philips Ultrasound Inc., США	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,LTD., Китай	Hosmed Inc., США	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd, Китай	Siemens Medical Solutions USA Inc, США	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Ширина не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 580 мм, не более 592 мм. В ТС участника указано: 550±10 мм	Не соответствует: Отсутствует информация по габаритам системы.	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленного технической спецификации	Не соответствует: 1) Габариты не соответствуют требованиям. Должно быть: Ширина, мм, не менее 580 мм, не более 592 мм Длина, мм, не менее 794 мм, не более 1118 мм	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленного технической спецификации

						Высота, мм, не менее 1257 мм, не более 1886 мм Вес, кг, не менее 106,5 кг, не более 147 кг. В ТС участника указано: Ширина, мм, 508 Длина, мм, 654-845 Высота, мм, 1225-1634 Вес, кг, 76	
Дополнительные комплектующие							
Дополнительное программное обеспечение 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Набор программного обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа объемного контрастного изображения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025463, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании
Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021050 указанная позиция не предусмотрена	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена

			на данном оборудовании		на данном оборудовании		на данном оборудовании
Программа постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025463, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 1 МГц, не более 5 МГц. В ТС участника указано: 1,3 - 6 МГц	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по углу сканирования и количеству элементов.	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 111 град., не более 113 град. В ТС участника указано: 70 град. 2) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 160, не более 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации
Датчик микроконвексный внутриполостной	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3, не более 10 МГц. В ТС участника указано: 3 – 11 МГц	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 163 град и не более 185 град. В ТС участника указано: 200 град 2) Отсутствует информация по	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 163 град и не более 185 град. В ТС участника указано: 220 град	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации

				количеству элементов.			
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3 МГц, не более 12 МГц. В ТС участника указано: 3 – 14 МГц.	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по ширине сканируемого участка и количеству элементов	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3 МГц, не более 12 МГц. В ТС участника указано: 2,6-11,5 МГц	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации
Датчик 4D конвексный мультичастотный/датчик объемный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 2 МГц, не более 8 МГц. В ТС участника указано: 1,8 – 8,2 МГц	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по количеству элементов	Не соответствует: 1) Указаны не точные значения параметров. 2) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: 1) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров. Описание скопировано из объявленной технической спецификации
Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520792-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-04-2023 17:03:17

Лот № 4520792-Т1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520792-Т1 Система ультразвуковая диагностическая, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
7	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Таблица соответствия

Лот 4520792-Т1 от 03 апреля 2023 года

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Меднурплюс»**	**ТОО «ZEIN INVEST»**	**ТОО «TND»**
Предлагаемая модель МТ:	**Диагностическая ультразвуковая система Resona I9**	**Ультразвуковая система Vanguard 10**	**«Система ультразвуковая диагностическая медицинская VOLUSON E8»**	**Система ультразвуковая диагностическая медицинская EPIQ Elite с принадлежностями**
Производитель МТ:	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Elektronics Co.,Ltd.,Китай**	**Производитель: Hosmed Inc., Соединённые Штаты Америки**	**GE Healthcare Austria GmbH&OG,Австрия**	**PHILIPS Ultrasound Inc.,США**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	соответствует	**Нет данных по** .габаритам (ширина, длина, высота), весу аппарата.	Соответствует	Соответствует

		Остальное соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Дополнительное программное обеспечение 4D	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Набор программного обеспечения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа объемного контрастного изображения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа регистрации работы плода в режиме 4D	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа постоянно волнового допплера	соответствует	**Нет данных**	соответствует	соответствует
Датчик конвексный	соответствует	**Диапазон частоты 1-5 Мгц соответствует** **Нет данных:**	соответствует	соответствует

		- по углу сканирования в градусах, -количества элементов не более 192		
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	**соответствует** по углу обзора в градусах и диапазону частоты в МГц **Нет данных по** количеству элементов (не менее 128 и не более 192)	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	**соответствует** по диапазону частот **Нет данных**: по ширине сканируемого участка, количеству элементов (не менее 160, не более 192)	соответствует	соответствует
Датчик 4D конвексный мультичастотный/датчик объемный	соответствует	**соответствует** по диапазону частот **Нет данных:** **количеству элементов (не менее 192)**	соответствует	соответствует

Кабель электропитания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
		Есть датчик с фразированной решеткой D5P64L 4.0-10.0 Мгц- для исследования мозга		Программа автоматизированного пошагового сценария выполнения исследования
		Источник бесперебойного питания		
		21,5-дюймовый широкоэкранный светодиодный HD-LED монитор, для отображения графической или текстовой информации в мониторах.	23-дюймовый жидкокристаллический монитор, пикселей 1920-1080,вращение монитора в горизонтальной плоскости 180 градусов	Монитор -пикселей 1920-1080,вращение монитора в горизонтальной плоскости 180 градусов
			Алгоритм подавления артефактов и шумов	Технология актоматического подавления артефактов и шума

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	**Нет данных по напряжению и частоты**	соответствует	соответствует
Условия осуществляющие поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря 2023** года **Адрес:** 101400, Карагандинская область,	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных дней, не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных дней, не позднее 20 декабря 2023 года** **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город

	Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт ФИО/подпись **Сафиоллинова Р.С.**

Таблица соответствия-*продолжение*

Лот 4520792-Т1 от 03 апреля 2023 года

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаумедкомплект"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"**	**ТОО «АСТ МЕД СЕРВИС»**	
Предлагаемая модель МТ:	**Нет данных**	**Нет данных в ТС**	**Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15**	
Производитель МТ:	**Нет данных**	**Нет данных в ТС**	**Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея**	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Нет точных данных	**Не соотвествует**	Нет точных данных	
Дополнительные комплектующие				
Дополнительное программное обеспечение 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Набор программного обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа объемного контрастного изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа регистрации работы плода в режиме 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа постоянно волнового допплера	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	
Датчик конвексный	Нет точных данных	Не соответствует	Нет точных данных	
Датчик микроконвексный внутриполостной	Нет точных данных	Не соответствует Нет точных данных	Нет точных данных	
Датчик линейный	Нет точных данных	Не соответствует Нет точных данных	Нет точных данных	
Датчик 4D конвексный мультичастотный/датчик объемный	Нет точных данных	**Не соответствует** **Нет точных данных**	Нет точных данных	

Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	
Условия осуществляющие поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)				
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря 2023** года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных дней, не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт ФИО/подпись **Сафиоллинова Р.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520793-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-04-2023 19:19:08

Лот № 4520793-Т1

Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520793-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями, Абильдин Мухтар – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП МБ имени Макажанова Х.Ж.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
3	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
6	051140004027, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "A-37"	Не соотвествует
7	150840014945, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXENERGY"	Не соотвествует
8	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
9	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Соответствует
10	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
11	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдин Мухтар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «КАТЭП-АЭ»	ТОО "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	RADIUS R-9	ALC-200	PLX118F	OEC One
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
С-Штатив	Расстояние фокус-приемник 980 мм. Несоответствует,Свободное пространство 77 см несоответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновский излучатель (моноблок)	Максимальное анодное напряжение 110 кВ	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	Тип анода Анод Стационарный/ Моноблочный с двухфокусной трубкой и неподвижным анодом Несоответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Усилитель рентгеновских изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Электропитание 3 фазы + земля Напряжение 380 В ± 10% Несоответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "МЕДНУРПЛЮС"	ТОО"А-37"	ТОО"MAXENERGY"	ТОО"GAIDE"
Предлагаемая модель МТ:	**Discovery 5000**	OPESCOPE ACTENO	OPESCOPE ACTENO	«Cios Select»
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
С-Штатив	соответствует	Расстояние фокус приемник 980 мм несоответствует	Расстояние фокус приемник 980 мм несоответствует	соответствует
Рентгеновский излучатель (моноблок)	Частота: 20кГц. несоответствует	Номинальная мощность генератора 2 кВт несоответствует Максимальное анодное напряжение 100 кВ несоответствие	Номинальная мощность генератора 2 кВт несоответствует Максимальное анодное напряжение 100 кВ несоответствие	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Усилитель рентгеновских изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «MeDevice»	ТОО"ESS-АДРОН"	ТОО"MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	
Предлагаемая модель МТ:	Oscar Classic.	PLX7000B	BCA Plus Mobile	
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
С-Штатив	соответствует	соответствует	соответствует	
Рентгеновский излучатель (моноблок)	соответствует	соответствует	соответствует	
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	

Усилитель рентгеновских изображений	соответствует	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520794-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-04-2023 19:12:22

Лот № 4520794-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520794-Т1 Компьютерный томограф, Абильдин Мухтар – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП МБ имени Макажанова Х.Ж.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	190340004555, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICINE EQUIPMENT SERVICE"	Не соотвествует
4	160940013977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZ CHEMICAL TRADE (КАЗ КЕМИКАЛ ТРЕЙД)"	Не соотвествует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Не соотвествует
7	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
8	210440016423, Товарищество с ограниченной ответственностью "AK.life"	Не соотвествует
9	140640015700, Товарищество с ограниченной ответственностью "BRC Kazakhstan"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдин Мухтар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «КАТЭП-АЭ»	ТОО"ZEIN INVEST"	ТОО“Medicine Equipment Service”	ТОО «Kaz Chemical Trade»
Предлагаемая модель МТ:	InsitumCT 768	Revolution EVO	Компьютерный томограф NeuViz 128	Томограф «uCT 760»
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует	
Гентри	соответствует	соответствует	соответствует	
Стол для пациента	соответствует	соответствует	Минимальная высота стола от пола неболее 570мм несоответствует Грузоподъемность стола для пациента 205кг несоответствует Максимальная скорость горизонтального перемещения стола не менее 160мм/сек несоответствует	Грузоподъемность стола для пациента 205кг несоответствует
Рентгеновский генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	Диапазон измерения плотностей от -32,768до +32,767 несоответствует	0,7 мм х 0,7 мм (малый фокус) о 1,0 мм х 1,0 мм (крупный 1 шт. фокус Несоответствует
Рабочая станция врача	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Распределительный щит питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Введение контрастного	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

вещества				
Блок бесперебойного питани	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Клавиатура	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Мышь	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок реконструкции изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Фантомы	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Защитное просвинцованное стекло	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Монтажный материал, включая распределительны й электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "GAIDE"	ТОО «MeDevice»	ТОО «QUORU»	ТОО"AK.life"
Предлагаемая модель МТ:	SOMATOM go.Top	Томограф «uCT 550»	Томограф «uCT 550»	Philips Medical Systems Nederland B.V.,
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует	Общее количество элементов детектора 43 008 несоответствует
Гентри	соответствует	соответствует	соответствует	Масса гентри в сборе 1995 кг несоответствует
Стол для пациента	соответствует	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует Минимальная высота стола от пола 530 мм несоответствует

Рентгеновский генератор	соответствует	соответствует	соответствует	Номинальная или максимальная мощность рентгеновского генератора55кВт. несоответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	
Рабочая станция врача	соответствует	соответствует	соответствует	Объем хранилища1200Гб несоответствует
Дополнительные комплектующие				
Распределительный щит питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Введение контрастного вещества	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок бесперебойного питани	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Клавиатура	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Мышь	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок реконструкции изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Фантомы	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Защитное просвинцованное стекло	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Монтажный материал, включая распределительны й электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)				
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «BRC Kazakhstan»			
Предлагаемая модель МТ:	Томограф «uCT 760»			
Производитель МТ:				
Наименование	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**

комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	
Основные комплектующие					
Детектор	соответствует				
Гентри	соответствует				
Стол для пациента	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует				
Рентгеновский генератор					
Рентгеновская трубка	0,7 мм x 0,7 мм (малый фокус) о 1,0 мм x 1,0 мм (крупный 1 шт. фокус Несоответствует				
Рабочая станция врача	соответствует				
Дополнительные комплектующие					соот
Распределительный щит питания	соответствует				
Введение контрастного вещества	соответствует				
Блок бесперебойного питани	соответствует				
Клавиатура	соответствует				
Мышь	соответствует				
Блок реконструкции изображений	соответствует				
Фантомы	соответствует				
Защитное просвинцованное стекло	соответствует				
Монтажный материал, включая распределительный электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	соответствует				
Один комплект аксессуаров	соответствует				

и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует			
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует			
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует			
Требования к сопутствующим услугам	соответствует			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520794-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-04-2023 14:37:47

Лот № 4520794-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520794-Т1 Компьютерный томограф, Даутов Тайрхан – (Директор Клинико-Академического департамента Радиологии и ядерной медицины, КФ "UMC") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
3	190340004555, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICINE EQUIPMENT SERVICE"	Не соотвествует
4	160940013977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZ CHEMICAL TRADE (КАЗ КЕМИКАЛ ТРЕЙД)"	Не соотвествует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Не соотвествует
7	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
8	210440016423, Товарищество с ограниченной ответственностью "AK.life"	Не соотвествует
9	140640015700, Товарищество с ограниченной ответственностью "BRC Kazakhstan"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Даутов Тайрхан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «КАТЭП-АЭ»	ТОО «Zein Vest»	ТОО «MEDICINE EQUIPMENT SERVICE»	ТОО «Kaz Chemical Trade»	ТОО «Gaide»
Предлагаемая модель МТ:	InsitumCT 768	Revolution Evo	NeuViz 128	uCT 760	SOMATOM go.Top
Производитель МТ:	SinoVision	GE Healthcare Japan Corporation	Neusoft Medical Systems Co., Ltd	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Siemens Healthcare GmbH
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует(нет некоторых данных)	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует
Параметры сканирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровая система хранения и обработки изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение: базовое и специальное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	Соответствует
Рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	Соответствует
Программное обеспечение рабочей станции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует(нет некоторых данных)	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Специальное рентгенозащитное стекло	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Инжектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	Соответствует
Условия осуществления поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «MeDevice»	ТОО «QOURU»	ТОО «AK.Life»	ТОО «BRC Kazakhstan»	
Предлагаемая модель МТ:	uCT 760	uCT 550	Ingenuity CT	uCT 760	
Производитель МТ:	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Philips Medical Systems Nederland B.V.	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие					
Гентри	Не соответствует(нет некоторых данных)	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует(нет некоторых данных)	
Детектор	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	
Рентгеновский генератор	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	
Рентгеновская трубка	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	
Стол пациента	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	
Параметры сканирования	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	
Цифровая система хранения и обработки изображений	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программное обеспечение: базовое и специальное	Не соответствует (нет некоторых данных)	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	
Рабочая станция врача	Не соответствует (нет некоторых данных)	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	
Программное обеспечение	Не соответствует(нет	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует(нет	

рабочей станции	некоторых данных)			некоторых данных)	
Дополнительные комплектующие					
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Специальное рентгенозащитное стекло	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Инжектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует (нет некоторых данных)	Не соответствует (нет некоторых данных)	Не соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	
Условия осуществления поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт **Даутов Т.Б.**