Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520787-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-04-2023 15:21:56

Лот № 4520787-Т1

Система диагностическая ультразвуковая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520787-Т1 Система диагностическая ультразвуковая, Катренова Алия – (Врач-Узи, КГП "Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
5	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Катренова Алия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	***АО «Ордамед»***	***ТОО "АЛЬЯНС"***	***ТОО "МЕДНУРПЛЮС"***	***ТОО "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"***	***ТОО "АСТ Мед Сервис"***
Предлагаемая модель МТ:	**Диагностическая ультразвуковая HS50**	**Диагностическая ультразвуковая система DC-70 Exp**	**Ультразвуковая система Vanguard 10**	**Ультразвуковая диагностическая система Apogee 6300**	**Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8**
Производитель МТ:	**Республика Корея**	**Китай**	**США**	**Китай**	**Республика Корея**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительное программное обеспечение 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Набор программного обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа объемного контрастного изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании
Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном

					оборудовании
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021050 указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021243, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании
Программа постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный ректо-вагинальный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот	Соответствует	Не соответствует: 1) Число элементов
Датчик фазированный у взрослых 1-5 МГЦ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Число элементов	Соответствует	Не соответствует: 1) Число элементов
Датчик фазированный у взрослых и детей 4-12 МГЦ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот	Не соответствует: 1) Диапазон частот	Не соответствует: 1) Число элементов 2) Диапазон частот
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот
Датчик 4D конвексный объемный облегченный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот	Не соответствует: 1) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: 1) Число элементов 2) Диапазон частот
Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

изображения					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520788-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-04-2023 17:09:13

Лот № 4520788-Т1

Паровой стерилизатор автоклав

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520788-Т1 Паровой стерилизатор автоклав, Муратхан Серик – (Начальник отдела обслуживания медицинского оборудования, АО Национальный центр нейрохирургии) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
2	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Не соотвествует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Муратхан Серик

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	ТОО "QUORU"	ТОО "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Паровой стерилизатор серия P-640H, модификация P-6412H/2P/V/TS/SO	Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД- 560-2-"ТЗМОИ"	Стерилизатор паровой Sterivap модели SP HP модификации 6612-2, с источниками пара: ED	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 8
Производитель МТ:	Cisa Production S.r.l., Италия	Завод: ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	BMT Medical Technology s.r.o., Чешская Республика	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Вставка основная Вставка основная/ Паровой стерилизатор двухдверный. Исполнение стерилизатора: не менее двух дверей (со стороны за грузки и со стороны выгрузки). Габариты (В х Ш х Г) в мм: высота не более 1970 мм х ширина не более 1300 мм х глубина не более 1775 мм. Вес стерилизатора, кг.: не более 1 300 кг. Размер камеры (в х ш х г) в мм.: высота не более 700 мм. Ширина не более 660 мм. Глубина не более 1354 мм. Объем камеры не более 610 л. не менее 585 л. Число стерильных единиц: не менее 8 STE. Уровень шума: не более 78 дБ. Массивная напорная стерилизационная камера с обогревающей рубашкой, двери и встроенный парогенератор изготовлены из качественной нержавеющей стали с применением материалов AISI 316 Ti и AISI 316 L / Все детали, контактирующие с паром, включая трубы, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. 1.4404 / 316 L камера и высокотемпературные каналы. 1.4404 / 316 L рама корпуса и слив (сброс). Толщина стенки камеры: 5 мм. Потребление умягчённой воды за цикл стерилизации: не менее 0,09 м³ не более 260 л.	Не соответствует 1) Согласно представленной технической спецификации тендерной заявки ТОО "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" объём камеры равна 588 л, однако, что согласно инструкции завода изготовителя объём камеры составляет 556 л , что не соответствует технической спецификации	Не соответствует: 1) Ширина стерилизатора 1321 мм, что превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении; 2) вес стерилизатора 1 521 кг, что значительно превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении; 3) объём камеры 650 л, что значительно	Соотвествует	Соотвествует

Потребление обессоленной (очищенной) воды за цикл стерилизации: не более 0,011 м³, не менее 19 л. Высота загрузки: не более 850 мм. Панель управления: сенсорный дисплей / цветной TFT экран. Размер панели управления: не менее 5,7 дюйма. Температура стерилизации: от 121°C до 134 °C. Время стерилизации: от 1 до 20 мин. Тест Бови Дика: тест Бови / Боуи Дика. Тес т вакуума. Нагрев: Программа подогрева / Нагрев пустой камера. Возможность расширения программ стерилизации: до 20 программ стерилизации.	требованию тендерной документации. При сопоставлении и оценке тендерной заявки была использована информация с открытых источников на сайте http://www.cisagroup.it Потенциальный Поставщик не предоставил дополнительные материалы (руководство эксплуатации, брошюры) для подтверждения параметров технической спецификации, по которым были обнаружены несоответствия, а именно в части объёма камеры, что является критически важным параметром.	превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении 4) Высота камеры 910 мм, что значительно превышает данный параметр в технической спецификации в объявлении Потенциальный Поставщик подтверждает превышение параметров - вес, габариты, объём камеры. Это критически важные параметры, так как требования Заказчика указаны с учётом индивидуальных особенностей помещения и условий, в которых будут располагаться аппараты.		
Облицовочные панели Облицовочные панели из нержавеющей стали	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует
Встроенный парогенератор Парогенератор: не более 48 кВт. Встроенный парогенератор изготовлен из нержавеющей стали с применением материалов AISI 316 L / Парогенератор с резервуаром из нержавеющей стали AISI 316 L	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует
Загрузочная тележка Загрузочная / Стеллажная тележка из нержавеющей стали не хуже 1.4301 (AISI 304). Максимальная дозагрузка на загрузочную тележку: не менее 110 кг. Габариты загрузочной тележки (в х ш х г) в мм.: высота не	Соотвествует	Соотвествует	Соответствует	Соотвествует

менее 597 мм, ширина не менее 505 мм, глубина не менее 1 235 мм.				
Транспортная тележка Транспортная тележка из нержавеющей стали	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует
Вакуумный насос	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует
Принтер	Соответствует	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует
Воздушный компрессор	Соответствует	Соотвествует	Соответствует	Соотвествует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Нагревательные элементы	Соотвествует	Соотвествует	Соответствует	Соотвествует
Термочувствительная бумага для принтера	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует	Соотвествует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации: Температура помещения от +5 до +40 Максимальная относительна влажность до 75% Электропитание: стандартная электрическая трехфазная сеть 380÷10%, 50 Гц Требования к сопутствующим услугам Услуги по доставке, разгрузке, демонтажа старого стерилизатора, установка нового стерилизатора со всеми необходимыми расходными материалами и монтажными наборами. Для обеспечения бесперебойной работы парового стерилизатора необходима деминерализация воды, установка системы очистки воды. Наличие водоподготовки с обратным осмосом производительность не менее 30л/час по обессоленной воде, проводимость которой не превышает 15мкС, система содержит механические фильтры разного рейтинга, фильтр с активированным углём, автоматический умягчитель, осмотический фильтр, включающий набор расходных материалов. В комплект входит накопитель не менее 200 литров обессоленной воды. Обучение по работе персонала (медицинского персонала, инженеров по медицинскому оборудованию) с выдачей сертификатов по медицинскому изделию. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное	Соотвествует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт Муратхан Серик_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520788-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-04-2023 15:10:46

Лот № 4520788-Т1

Паровой стерилизатор автоклав

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520788-Т1 Паровой стерилизатор автоклав, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
2	170740002094, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Предлагаемая модель МТ:	PLUSTEAM 8	P-6412H	ГПД-560-2-"ТЗМОИ"	Sterivap SP HP
Производитель МТ:	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция.	Cisa Production Италия	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	BMT medical Technology Чешская Республика.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Вес стерилизатора не более 1 300 кг	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** Вес стерилизатора, кг.: 1521 кг.	**соответствует**
Объем камеры не более 610 л. не менее 585 л	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** Объем камеры 650 л.	**соответствует**
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Эксперт **Угышев А.Н./**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520790-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-04-2023 12:44:11

Лот № 4520790-T1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520790-T1 Система ультразвуковая диагностическая, Асембай Саламат – (Врач ультразвуковой диагностики, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Асембай Саламат

,Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия по лоту №4520790-Т1 (Доп. заключения)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «TND»**	**ТОО «Актаумедкомплект»**	**ТОО «МедНурПлюс»**
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая CX50	Система ультразвуковая диагностическая Apogee модель 2300 в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковые системы, Vanguard 10
Производитель МТ:	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	Китай, Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd	Hosmed, Inc. США.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Негізгі жиынтық			
Жұмыс режимі М-режим, импульсті-толқынды доплер режимі, үздіксіз- толқынды доплер режимі, тіндік доплер режимі, спектрлік тіндік доплер режимі, энергетикалық доплер картасы, Триплекс режимі, тіндік гармониканы бейнелеу.	сай келеді	сай келеді	маған берілген техникалық сипаттамада негізгі анықтамасында тек М – режим сиппаталған. Қалған талаптар осы техникалық сипаттамада датчиктердің қызметі анықтамалығында толық жазылған.
DICOM DICOM/ DICOM сандық медициналық форматында деректерді беру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жүйелік блоктың бағдарламалық жасақтамасы	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Жүрек соғу жиілігін автоматты түрде анықтау(aCMQ) Жүрек соғу жиілігін автоматты түрде анықтау (aCMQ) қолқа жеткіліксіздігін автоматты түрде өлшеу — 2D режимі	сай келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)
Стрейннің сандық талдауы(StrainQ) Strain сандық талдауы (StrainQ) / тіндік Доплер режиміндеStrain түймесін басыңыз (Деформация)	сай келеді	сай келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)

(ROI) зерттеу саласынынсандық талдауы Зерттеу аймағын сандық талдау(ROI) / ROI ИО анықтау	сай келеді	сай келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ)
Интима-медиа кешенініңқалыңдығы (IMT) Интима - медиа кешенінің қалыңдығы / интима-медиақалыңдығы	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Қосымша жиынтықтар			
Датчиктер **1)** Конвекс датчик. Жиілік диапазоны 1 МГц кем емес, 5 МГцартық емес **2)** Микроконвекс датчик. Жиілік диапазоны 3,6 МГц кем емес,10 МГц артық емес **3)** Сызықтық датчик. Жиілік диапазоны 3 МГц кем емес 12МГц артық емес **4)** Сектор датчик. Жиілік диапазоны 3 МГц кем емес, 10 МГцартық емес **5)**Сектор датчик. Жиілік диапазоны 4 МГц кем емес, 12 МГцартық емес	1) сай келеді 2) талап беруші жақтан 3,6 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 5 – 8 мГЦ көрсетілген, талапқа сай. 3) сай келеді 4) талап беруші жақтан 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 3 – 8 мГЦ көрсетілген, талапқа сай. 5) сай келеді	1) сай келеді 2) сай келеді 3) сай келеді 4) талап беруші жақтан 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 1,9 – 8,2 мГЦ көрсетілген 5) талап беруші жақтан 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада 1,9 – 8,2 мГЦ	1) сай келеді 2) сай келеді 3) сай келеді 4) тұтынушы сұранымы бойынша 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ аралығындағы секторлық датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада фарзирленген датчик деп көрсетілген (әдеби жазылымдарда секторлық датчик баламасына фарзирленген датчик сөзі қолданылады) 4 -10 мГЦ көрсетілген 5) тұтынушы сұранымы бойынша 3 мГЦ кем емес 10 мГЦ

		көрсетілген	аралығындағы секторлық датчик сұрастырылған маған берілген техникалық сипатамада фарзирленген датчик деп көрсетілген (әдеби жазылымдарда секторлық датчик баламасына фарзирленген датчик сөзі қолданылады) 4 -10 мГЦ көрсетілген
Аппаратты орнатуға және тасымалдауға арналған көппортты адаптері бар арба Көп портты адаптері бар аппаратты орнатуға және тасымалдауға арналған арба / арбаға арналған жинағы бар аспапты тасымалдауға және сақтауға арналған арба.	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Датчиктерді қосу порттары Кемінде 3	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Тасымалдауға арналғанарнайы кейс Тасымалдауға арналған арнайы кейс / аппаратты тасымалдауға арналған сөмке	сай келеді	сай келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәлімет жоқ (ағылшын тіліде және орыс тілінде аббиатурасы мен анықтамасы жоқ) – яғни тасымалдауға арналған кейс және сөмке жайлы жазылмаған.
Қуат көзі Қуат көзі/ қосымша аккумулятор	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Арнайы адаптерлер Арнайы адаптерлер / консольге арналған қосымша айнымалыток адаптері	сай келеді	сай келеді	маған берілген берілген техникалық сипаттамада осы қызмет түрі жайлы мәліметте – қосымша комплектациясында 13 пункте айнымалы ток көзіне қосу шнуры деп көрсетілген
Суреттерді басып шығаруғаарналған ақ-қара принтер Ақ-қара түсті принтер /ақ-қара ультрадыбыстық суреттер мен мәтінді басып шығаратын құрылғылар, қосылуға арналған кабельдермен немесе кабельсіз	сай келеді	сай келеді	сай келеді

Шығын материалдары және тозатын жинақтары:			
Пайдалану жағдайынақойылатын талаптар Қысым: 100-240 В Жиілік 50/60 Гц	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) DDP	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және жеткізуорны Күнтізбелік 90 күн, 2023 жылғы «01» қыркүйекке дейін мекенжайы: Тәуелсіздік даңғылы 11/1, Астана қаласы 010000	сай келеді	сай келеді	сай келеді
Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсетушарттары Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына 1 рет жүргізілуі тиіс Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналардықамтуы тиіс: - жұмыс істеп біткен құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұранысқа сай келеді

тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеу); пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар Тауардың әрбір жиынтығы қазақ және орыс тілдерінде жазылған техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз электр қуаты 220 вольт. Аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесуі тиіс. Өнім беруші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін камтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті	толығымен тұтынуші берген сұраныска сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұраныска сай келеді	толығымен тұтынуші берген сұраныска сай келеді

инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Орынжайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды өнім беруші Тапсырыс берушіні тарта отырып, жүзеге асырады..			

Эксперт **Асембай С.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520790-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-04-2023 16:15:45

Лот № 4520790-T1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520790-T1 Система ультразвуковая диагностическая, Колебаева Анастасия – (и.о. зав отделения, МГДБ№1) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Колебаева Анастасия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая система Vanguard 10	Система диагностическая ультразвуковая стационарная Apogee 2300	Система диагностическая ультразвуковая CX50	
Производитель МТ:	Hosmed Inc., Соединённые Штаты Америки	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd. Китай	Sanmina-SCI Systems Singapore Pte Ltd. Сингапур	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Режимы работы	соответствует	соответствует	соответствует	
DICOM	соответствует	соответствует	соответствует	
Количественный анализ стрейна (StrainQ)	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Толщина комплекса интима-медия (IMT)	соответствует	соответствует	соответствует	
Автоматическая квантификация сердечных ритмов (aCMQ)	Нет данных в ТС	Нет данных в ТС	соответствует	
Количественный анализ области исследования (ROI)	Нет данных в ТС	Нет данных в ТС	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Датчики	соответствуют	Не соответствует диапозон	соответсвует	

		частот, и предлагаются два одинаковых датчика в комплектации		
Тележка для установки и перевозка аппарата с многопортовым адаптером	соответствует	соответствует	соответствует	
Порты подключениядатчиков	Нет данных в ТС	соответсвует	соответствует	
Специальный кейс для транспортировки	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Блок питания	соответствует	соответствует	соответствует	
Адаптеры специальные	Нет данных в ТС	соответствует	соответствует	
Черно-белый принтер для печати изображений	соответствует	соответствует	соответствует	
Расходные материалы				
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствут	соответствует	соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиямэксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих	соответствует	соответствует	соответствует	

компетентных лиц				

Эксперт ФИО/подпись **Колебаева А.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520792-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-04-2023 12:45:33

Лот № 4520792-Т1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520792-Т1 Система ультразвуковая диагностическая, Катренова Алия – (Врач-Узи, КГП "Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
7	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Катренова Алия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "TND"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "МЕДНУРПЛЮС"	ТОО "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	ТОО "QUORU"	ТОО "АСТ Мед Сервис"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E8	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ Elite с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Ультразвуковая система Vanguard 10	Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями	ACUSON Juniper диагностическая ультразвуковая система	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15
Производитель МТ:	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG, Австрия	Philips Ultrasound Inc., США	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,LTD., Китай	Hosmed Inc., США	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd, Китай	Siemens Medical Solutions USA Inc, США	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Ширина не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 580 мм, не более 592 мм. В ТС участника указано: 550±10 мм	Не соответствует: Ширина и вес не соответствуют требованиям. Должно быть: Ширина, мм, не менее 580 мм, не более 592 мм Вес, кг, не менее 106,5 кг, не более 147 кг. В ТС участника указано:	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров.	Не соответствует: Габариты не соответствуют требованиям. Должно быть: Ширина, мм, не менее 580 мм, не более 592 мм Длина, мм, не менее 794 мм, не более 1118 мм Высота, мм, не менее 1257 мм, не	Не соответствует: 1) Не указана поддержка дуплексного режима 2) Вес не соответствует требованиям. Должно быть: Вес, кг, не менее 106,5 кг, не более 147 кг. В ТС участника

				Ширина 543 мм Вес 52 кг.		более 1886 мм Вес, кг, не менее 106,5 кг, не более 147 кг. В ТС участника указано: Ширина, мм, 508 Длина, мм, 654-845 Высота, мм, 1225-1634 Вес, кг, 76	указано: 105 кг
Дополнительные комплектующие							
Дополнительное программное обеспечение 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Набор программного обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа объемного контрастного изображения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025463, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС
Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС(рассматриваются техспецификации только поставщика)	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025190, указанная позиция не предусмотрена на данном	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Согласно РК-МТ-5№021050 указанная позиция не предусмотрена на данном	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС

			оборудовании		оборудовании		
Программа постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Согласно РК МИ (МТ)-0№025463, указанная позиция не предусмотрена на данном оборудовании	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 1 МГц, не более 5 МГц. В ТС участника указано: 1,3 - 6 МГц	Не соответствует: 1) Отсутствует информация по диапазону частот и углу сканирования.	Согласно РК-МТ-5№021050 не указаны точные значения параметров.	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 111 град., не более 113 град. В ТС участника указано: 70 град. 2) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 160, не более 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 1 МГц, не более 5 МГц. В ТС участника указано: 1 - 6 МГц 2) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 111 град., не более 113 град. В ТС участника указано: 60 град.
Датчик микроконвексный внутриполостной	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3, не более 10 МГц. В ТС участника указано: 3 – 11 МГц	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3, не более 10 МГц. В ТС участника указано: 4 – 15 МГц 2) Угол сканирования не	Согласно РК-МТ-5№021050 не указаны точные значения параметров.	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 163 град и не более 185 град. В ТС участника указано: 220 град	Не соответствует: 1) Угол сканирования не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 163 град и не более 185 град. В ТС участника указано: 230 град 2) Количество элементов не соответствуют

				соответствует требованиям. Должно быть: не менее 163 град и не более 185 град. В ТС участника указано: 200 град			требованиям. Должно быть: не менее 128, не более 192. В ТС участника указано: 256
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3 МГц, не более 12 МГц. В ТС участника указано: 3 – 14 МГц.	Соответствует	Не соответствует: Указаны не точные значения параметров.	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 3 МГц, не более 12 МГц. В ТС участника указано: 2,6-11,5 МГц	Не соответствует: 1) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 160, не более 192. В ТС участника указано: 256
Датчик 4D конвексный мультичастотный/датчик объемный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 2 МГц, не более 8 МГц. В ТС участника указано: 1,8 – 8,2 МГц	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 2 МГц, не более 8 МГц. В ТС участника указано: 4 – 10 МГц	Не соответствует: 1) Указаны не точные значения параметров. 2) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: 1) Количество элементов не соответствуют требованиям. Должно быть: не менее 192. В ТС участника указано: 128	Не соответствует: 1) Диапазон частот не соответствует требованиям. Должно быть: не менее 2 МГц, не более 8 МГц. В ТС участника указано: 1 – 6 МГц
Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Позиция отсутствует в предоставленной ТС
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							

Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520792-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-04-2023 12:26:44

Лот № 4520792-Т1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520792-Т1 Система ультразвуковая диагностическая, Сафиоллинова Райфа – (Главный врач, КГП на ПХВ "ВКО ФПЦ" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
6	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
7	180140010570, Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ Мед Сервис"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сафиоллинова Райфа

Таблица соответствия

Лот 4520792-Т1 от 21 апреля 2023 года

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «Меднурплюс»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «TND»
Предлагаемая модель МТ:	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Ультразвуковая система Vanguard 10	«Система ультразвуковая диагностическая медицинская VOLUSON E8»	Система ультразвуковая диагностическая медицинская EPIQ Elite с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Elektronics Co.,Ltd.,Китай	Производитель: Hosmed Inc., Соединённые Штаты Америки	GE Healthcare Austria GmbH&OG,Австрия	PHILIPS Ultrasound Inc.,США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

Дополнительные комплектующие				
Дополнительное программное обеспечение 4D	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Набор программного обеспечения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа объемного контрастного изображения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа регистрации работы плода в режиме 4D	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программа постоянно волнового допплера	соответствует	**Нет данных**	соответствует	соответствует
Датчик конвексный	соответствует	**соответствует**	соответствует	соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	**Не соответствует**	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Датчик 4D конвексный мультичастотный/датчик объемный	соответствует	**соответствует** по диапазону частот **Нет данных: количеству элементов (не менее 192)**	соответствует	соответствует
Кабель электропитания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
		Есть датчик с фразированной решеткой D5P64L 4.0-10.0 Мгц- для исследования мозга		Программа автоматизированного пошагового сценария выполнения исследования
		Источник бесперебойного питания		
		21,5-дюймовый широкоэкранный светодиодный HD-LED монитор, для отображения графической или текстовой информации в мониторах.	23-дюймовый жидкокристаллический монитор, пикселей 1920-1080,вращение монитора в горизонтальной плоскости 180 градусов	Монитор -пикселей 1920-1080,вращение монитора в горизонтальной плоскости 180 градусов

			Алгоритм подавления артефактов и шумов	Технология актоматического подавления артефактов и шума
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	**Нет данных по напряжению и частоты**	соответствует	соответствует
Условия осуществляющие поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150**

техники и место дислокации	**150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**календарных** дней, **не позднее 20 декабря 2023** года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**150 календарных дней, не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**календарных дней, не позднее 20 декабря 2023 года** **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Сафиоллинова Р.С.**
ФИО/подпись

Таблица соответствия-*продолжение*

Лот 4520792-Т1 от 21 апреля 2023 года

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаумедкомплект"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"**	**ТОО «АСТ МЕД СЕРВИС»**	
Предлагаемая модель МТ:	**Система ультразвуковая диагностическая Apogee 6200**	**Система ультраззвуковая диагностическая ACUSON Juniper с прнадлженостями**	**Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15**	
Производитель МТ:	**Shantou Institute of Ultrasonic Instruments, Китай**	**Siemens Med.Solution США**	**Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея**	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Нет точных данных	**Не соотвествует**	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				

Дополнительное программное обеспечение 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Набор программного обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа объемного контрастного изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа регистрации работы плода в режиме 4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программа постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Датчик конвексный	Нет точных данных	Не соответствует	Не соответствует	
Датчик микроконвексный внутриполостной	Нет точных данных	Не соответствует	Соответствует	
Датчик линейный	Нет точных данных	Не соответствует	Соответствует	
Датчик 4D конвексный	Нет точных данных	**Не соответствует Нет точных данных**	Соответствует	

мультичастотный/датчик объемный				
Кабель электропитания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	

Условия осуществляющие поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных** дней, **не позднее 20 декабря 2023** года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	**Срок поставки:** со дня заключения **договора в течение 150 календарных дней, не позднее 20 декабря** 2023 года **Адрес:** 101400, Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского, дом 26/3 **соответствует**	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт ФИО/подпись **Сафиоллинова Р.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520793-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-04-2023 08:47:31

Лот № 4520793-Т1

Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520793-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями, Абильдин Мухтар – (заведующий отделением лучевой диагностики, КГП МБ имени Макажанова) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
3	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Соответствует
6	051140004027, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-37"	Не соотвествует
7	150840014945, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXENERGY"	Не соотвествует
8	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
9	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Соответствует
10	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
11	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдин Мухтар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «КАТЭП-АЭ»	ТОО "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	RADIUS R-9	ALC-200	PLX118F	OEC One
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
С-Штатив	Расстояние фокус-приемник 980 мм. Несоответствует,Свободное пространство 77 см несоответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновский излучатель (моноблок)	Максимальное анодное напряжение 110 кВ	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	Тип анода Анод Стационарный/ Моноблочный с двухфокусной трубкой и неподвижным анодом Несоответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Усилитель рентгеновских изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Электропитание 3 фазы + земля Напряжение 380 В ± 10% Несоответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "МЕДНУРПЛЮС"	ТОО"А-37"	ТОО"MAXENERGY"	ТОО"GAIDE"
Предлагаемая модель МТ:	**Discovery 5000**	OPESCOPE ACTENO	OPESCOPE ACTENO	«Cios Select»
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
С-Штатив	соответствует	Расстояние фокус приемник 980 мм несоответствует	Расстояние фокус приемник 980 мм несоответствует	соответствует
Рентгеновский излучатель (моноблок)	соответствует	Номинальная мощность генератора 2 кВт несоответствует Максимальное анодное напряжение 100 кВ несоответствие	Номинальная мощность генератора 2 кВт несоответствует Максимальное анодное напряжение 100 кВ несоответствие	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Усилитель рентгеновских изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «MeDevice»	ТОО"ESS-АДРОН"	ТОО"MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	
Предлагаемая модель МТ:	Oscar Classic.	PLX7000B	BCA Plus Mobile	
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
С-Штатив	соответствует	соответствует	соответствует	
Рентгеновский излучатель (моноблок)	соответствует	соответствует	соответствует	
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	

Усилитель рентгеновских изображений	соответствует	соответствует	соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520794-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-04-2023 10:43:17

Лот № 4520794-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520794-Т1 Компьютерный томограф, Абильдин Мухтар – (заведующий отделением лучевой диагностики, КГП МБ имени Макажанова) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	190340004555, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICINE EQUIPMENT SERVICE"	Не соотвествует
4	160940013977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZ CHEMICAL TRADE (КАЗ КЕМИКАЛ ТРЕЙД)"	Соответствует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Соответствует
7	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
8	210440016423, Товарищество с ограниченной ответственностью "AK.life"	Не соотвествует
9	140640015700, Товарищество с ограниченной ответственностью "BRC Kazakhstan"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абильдин Мухтар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «КАТЭП-АЭ»	ТОО"ZEIN INVEST"	ТОО“Medicine Equipment Service”	ТОО «Kaz Chemical Trade»
Предлагаемая модель МТ:	InsitumCT 768	Revolution EVO	Компьютерный томограф NeuViz 128	Томограф «uCT 760»
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Гентри	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стол для пациента	соответствует	соответствует	Минимальная высота стола от пола неболее 570мм несоответствует Максимальная скорость горизонтального перемещения стола не менее 160мм/сек несоответствует	соответствует
Рентгеновский генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	Диапазон измерения плотностей от -32,768до +32,767 несоответствует	соответствует
Рабочая станция врача	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Распределительный щит питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Введение контрастного вещества	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок бесперебойного питани	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Клавиатура	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Мышь	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок реконструкции изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Фантомы	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Защитное просвинцованное стекло	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Монтажный материал, включая распределительный электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "GAIDE"	ТОО «MeDevice»	ТОО «QUORU»	ТОО"AK.life"
Предлагаемая модель МТ:	SOMATOM go.Top	Томограф «uCT760»	Томограф «uCT 550»	Philips Medical Systems Nederland B.V.,
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует	Общее количество элементов детектора 43 008 несоответствует
Гентри	соответствует	соответствует	соответствует	Масса гентри в сборе 1995 кг несоответствует
Стол для пациента	соответствует	соответствует	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует Минимальная высота стола от пола 530 мм несоответствует
Рентгеновский генератор	соответствует	соответствует	соответствует	Номинальная или максимальная мощность рентгеновского

				генератора55кВт. несоответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	
Рабочая станция врача	соответствует	соответствует	соответствует	Объем хранилища1200Гб несоответствует
Дополнительные комплектующие				
Распределительный щит питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Введение контрастного вещества	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок бесперебойного питани	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Клавиатура	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Мышь	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Блок реконструкции изображений	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Фантомы	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Защитное просвинцованное стекло	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Монтажный материал, включая распределительны й электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

ИНКОТЕРМС 2020)				
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «BRC Kazakhstan»			
Предлагаемая модель МТ:	Томограф «uCT 760»			
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

на закуп					
Основные комплектующие					
Детектор	соответствует				
Гентри	соответствует				
Стол для пациента	Грузоподъемность стола для пациента205кг несоответствует				
Рентгеновский генератор					
Рентгеновская трубка	соответствует				
Рабочая станция врача	соответствует				
Дополнительные комплектующие					соот
Распределительный щит питания	соответствует				
Введение контрастного вещества	соответствует				
Блок бесперебойного питани	соответствует				
Клавиатура	соответствует				
Мышь	соответствует				
Блок реконструкции изображений	соответствует				
Фантомы	соответствует				
Защитное просвинцованное стекло	соответствует				
Монтажный материал, включая распределительны й электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	соответствует				
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник	соответствует				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					

Требования к условиям эксплуатации	соответствует			
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует			
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует			
Требования к сопутствующим услугам	соответствует			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4520794-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-04-2023 17:09:41

Лот № 4520794-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4520794-Т1 Компьютерный томограф, Даутов Тайрхан – (Директор Клинико-Академического департамента Радиологии и ядерной медицины, КФ "UMC") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	190340004555, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICINE EQUIPMENT SERVICE"	Не соотвествует
4	160940013977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZ CHEMICAL TRADE (КАЗ КЕМИКАЛ ТРЕЙД)"	Соответствует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Соответствует
7	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
8	210440016423, Товарищество с ограниченной ответственностью "AK.life"	Не соотвествует
9	140640015700, Товарищество с ограниченной ответственностью "BRC Kazakhstan"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Даутов Тайрхан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «КАТЭП-АЭ»	ТОО «Zein Vest»	ТОО «MEDICINE EQUIPMENT SERVICE»	ТОО «Kaz Chemical Trade»	ТОО «Gaide»
Предлагаемая модель МТ:	InsitumCT 768	Revolution Evo	NeuViz 128	uCT 760	SOMATOM go.Top
Производитель МТ:	SinoVision	GE Healthcare Japan Corporation	Neusoft Medical Systems Co., Ltd	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Siemens Healthcare GmbH
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Размеры большого и малого фокальных пятен)	Соответствует	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Грузоподъемность стола для пациента 205 кг)	Соответствует	Соответствует
Параметры сканирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровая система хранения и обработки изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение: базовое и специальное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Диапазон измерения плотностей)	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение рабочей станции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Дополнительные комплектующие					
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Специальное рентгенозащитное стекло	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Инжектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Размеры помещений)	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «MeDevice»	ТОО «QOURU»	ТОО «AK.Life»	ТОО «BRC Kazakhstan»	
Предлагаемая модель МТ:	uCT 760	uCT 550	Ingenuity CT	uCT 760	
Производитель МТ:	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Philips Medical Systems Nederland B.V.	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие					
Гентри	Соответствует	Не соответствует (0,5 с/360°)	Соответствует	Не соответствует(нет некоторых данных: общее количество элементов детектора)	
Детектор	Соответствует	Не соответствует (Общее количество элементов детектора: 34560/Количество физических рядов в детекторе 40 рядов)	Не соответствует (Общее количество элементов детектора 43 008)	Соответствует	
Рентгеновский генератор	Соответствует	Не соответствует (Максимальное значение тока 420 мА)	Соответствует	Соответствует	
Рентгеновская трубка	Соответствует	Не соответствует (Теплоемкость 5,3 MHU)	Не соответствует (Размеры большого и малого фокальных пятен)	Соответствует	
Стол пациента	Соответствует	Не соответствует (Макс. нагрузка: 205 кг. Объем сканирования: 160 см.)	Не соответствует (Минимальная высота стола от пола 530 мм, Грузоподъемность стола для пациента 205 кг)	Не соответствует (Максимальаня нагрузка: 205 кг.)	
Параметры сканирования	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	

Цифровая система хранения и обработки изображений	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программное обеспечение: базовое и специальное	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	
Рабочая станция врача	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных)	
Программное обеспечение рабочей станции	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует(нет некоторых данных)	
Дополнительные комплектующие					
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Специальное рентгенозащитное стекло	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Инжектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет некоторых данных: размеры помещений)	
Условия осуществления поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт **Даутов Т.Б.**