Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4522254-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 12-06-2023 18:09:21

Лот № 4522254-Т1

УЗИ аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4522254-Т1 УЗИ аппарат, Гребенникова Любовь – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
6	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гребенникова Любовь

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ZEIN INVEST»	АО Ordamed	ТОО «Лабтроник»	ТОО «МедНурПлюс»	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P, вариант исполнения P9	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS60	Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper с принадлежностями	Ультразвуковая система Vanguard 10	Отсутствует вся информация о названии модели. Не внесены изменения в техническую спецификацию	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями
Производитель МТ:	GE Ultrasound Korea, Республика Корея	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	Siemens Healthineers Ltd., Республика Корея	Hosmed Inc., Соединённые Штаты Америки	Отсутствует вся информация о производителе. Не внесены изменения в техническую спецификацию	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltr., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Режимы визуализации: 2D-режим; M-режим; Цветовая доплеровская визуализация; Энергетическая доплеровская визуализация; Постоянно-волновой спектральный допплер;	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** отсутствует информация о режимах: Постоянно-волновой спектральный допплер;	**соответствует**	**соответствует**

Направленная энергетическая доплеровская визуализация; Цветной М-режим;						
Реалистический режим Технология реконструкции реалистичного 3D УЗИ, при котором на объемное изображение накладывается виртуальный источник освещения - Реалистичный режим 4D с перемещаемым виртуальным источником света	**не соответствует** отсутствует информация о технологии реконструкции реалистичного 3D УЗИ, при котором на объемное изображение накладывается виртуальный источник освещения. Не внесены изменения в техническую спецификацию	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Датчики : Датчик конвексный Датчик линейный Датчик конвексный внутриполостной (ректо-вагинальный) Датчик фазированный Датчик конвексный объемный	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Дополнительные комплектующие						
Модуль кардиологических расчетов Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности - Пакет	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

кардиологических расчетов						
Программа для визуализации 3D/4D Модуль для визуализации 3Д/4Д в режиме реального времени - Модуль для визуализации 3Д/4Д в режиме реального времени (Модуль трехмерной реконструкции в реальном режиме времени)	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Датчик конвексный Диапазон частот - Нижнее значение не менее 1- верхнее значение не более 9 МГц. Радиус кривизны - Не менее 50 мм, не более 60 мм. Область просмотра- Не менее 58 ° Число элементов - Не менее 128, не более 192	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Датчик линейный Диапазон частот - Нижнее значение не менее 3 МГц, верхнее значение не более – 17 МГц. Число элементов – Не менее 192.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Датчик конвексный внутриполостной (ректо-вагинальный) Датчик конвексный внутриполостной (ректо-вагинальный)- Вагинально-ректальный датчик высокой плотности.	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** область просмотра 220 градусов	**соответствует**	**не соответствует** Верхнее значение диапазона частоты 15 МГц. Увеличение частоты не является улучшением. Чем ниже частота, тем глубже проникает	**соответствует**

Диапазон частот - Нижнее значение не менее 2 МГц, верхнее значение не более 11 МГц. Радиус кривизны - Не менее 10 мм. Область просмотра - Не менее 150°, не более 200°. Число элементов - Не менее 192					ультразвук в тело пациента.	
Датчик фазированный Диапазон частот - Нижнее значение не более 1 МГц, верхнее значение не более - 6 МГц. Центральная частота.- Не менее 2,8 МГц но не более 3,4 МГц. Область просмотра - Не менее 90°. Число элементов -Не менее 80	**не соответствует** количество элементов 64. Не внесены изменения в техническую спецификацию	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Датчик конвексный объемный Диапазон частот - Нижнее значение не менее 1 МГц, верхнее значение не более 8 МГц. Радиус кривизны - Не менее 40 мм, не более 41,4 мм. Область просмотра -Не менее 70°. Число элементов - Не менее 128, не более 192	**не соответствует** радиус кривизны 47 мм. Не внесены изменения в техническую спецификацию	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует** Указано Датчик объема (не указана модель датчика) - затребовано Датчик конвексный объемный	**соответствует**	**соответствует**
Видео принтер медицинский Принтер для печати черно-белых снимков	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Источник бесперебойного питания	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Подогрев геля	**не соответствует** отсутствует информация о наличии подогрева геля	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы						
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 (девяносто) календарных дней не позднее 30.08.2023 года	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий						

Эксперт Гребен **Гребенникова Л.Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4522247-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 12-06-2023 18:03:50

Лот № 4522247-T1

Компьютерный томограф 128 срезов

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4522247-T1 Компьютерный томограф 128 срезов, Кусаинов Кайыр – (врач компьютерной томографии, ГКП на ПХВ "Областная больница г.Талдыкорган") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	211040029112, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK PHARM"	Не соотвествует
3	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
4	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
5	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кусаинов Кайыр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «АЛАШ-KZ»	ТОО «HALYK PNARMA»	ТОО «Q-MED LLC»	ТОО «NIKO FARM»	ТОО «ADICOM LTD»
Предлагаемая модель МТ:	Рентгеновский компьютерный томограф Insitum CT 768	Компьютерный томограф « uCT-вариант исполнения uCT760»	Компьютерный томограф « uCT-вариант исполнения uCT760»	Рентгеновский компьютерный томограф «SUPRIA»	Рентгеновский компьютерный томограф «Aquilion Prime SP (TSX-303B»
Производитель МТ:	SINOVISION Technolgies (Beijing) CO.,Ltd	«Shanghai Unted Lmaging Nealthcare So., Ltd»	«Shanghai Unted Lmaging Nealthcare So., Ltd»	FUJIFILM Healthcare Corporation	Conon Medical Sistems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Гентри:					
Апертура (диаметр) не менее 75см, не более 78см	Соответствует – 76см	Не соответствует – 70см (не менее75см)	Не соответствует – 70см(не менее 75см)	Соответствует – 75см	Соответствует – 78см
Все не менее 1600кг, не более 1800кг	Соответствует – 1800кг	Не соответствует – 2360кг	Не соответствует – 2360кг	Соответствует – 1600кг	Соответствует – 1800кг
Детектор					
Количество элементов детекторов в ряду 888, не более 896	Не соответствует – 864 (менее 888)	Не соответствует – 936	Не соответствует – 936	Соответствует – 888	Соответствует – 896
Общее количество элементов не менее 56832, не более 71680	Не соответствует – 55296 (менее 56832)	Не соответствует – 74880 (более 71680)	Не соответствует – 74880 (более 71680)	Соответствует – 56832	Соответствует – 71680
Генератор: Мощность не менее 48кВт, не более 60кВт	Не соответствует – 80кВт (более 60кВт)	Не соответствует – 80кВт	Не соответствует – 80кВт	Соответствует – 48кВт	Соответствует – 60кВт
Напряжение на рентгеновской трубке не менее 80кВт	Не соответствует – от 70кВт до 140кВт	Соответствует – от 80кВт до 140 кВт	Соответствует – от 80кВт до 140 кВт	Соответствует – от 80кВт до 140 кВт	Соответствует – от 80кВт до 135 кВт

Максимальное и минимальное значение тока мин – 10м А, не более 500мА,	Не соответствует – мин – 10мА, макс – 667мА	Не соответствует – мин – 6мА, макс – 667мА	Не соответствует – мин – 6мА, макс – 667мА	Соответствует – от 10мА до 400мА	Соответствует – от 10мА до 500мА
Стол пациента – нагрузка не менее 220кг не более 227	Не соответствует – макс. Нагрузка 250кг (не более 227)	Не соответствует – макс. Нагрузка 318кг (не более 227кг)	Не соответствует – макс. Нагрузка 318кг	Соответствует – 227кг	Соответствует – 220кг
Дополнительные комплектующие					
Щит распределительный	Сответствует	Сответствует	Сответствует	Сответствует	Сответствует
Источник бесперебойного питания не менее 100кВт, не более 120кВт	Сответствует – 120кВт	Сответствует – 120кВт	Сответствует – 120кВт	Сответствует – 100кВт	Сответствует – 120кВт
Термографический принтер	Сответствует	Сответствует	Сответствует	Сответствует	Сответствует
Расходные материалы					
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	Сответствует	Сответствует	Сответствует	Сответствует	Сответствует

Эксперт Кусаинов К.К.

ФИО/подпись

12.06.2023

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ARKAU INNOVATIONS" С 2705430 √	ТОО "АЛЬЯНС" Н 2705310 √	ТОО "ПРОМ-ЕА" Н 2705210 √	ТОО "ZEIN INVEST" С 2705330 √	ТОО "МЕДНУРПЛЮС" Н 2705430 √
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ7 с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая DC-80 X-Insight	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Ультразвуковая система Vanguard 10
Производитель МТ:	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Hosmed Inc., Соединённые Штаты Америки
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Дополнительные комплектующие					
Модуль встроенный, обеспечивающая запись на DVD и USB-устройства	Соответствует	Не соответствует: основываясь на письме от ТОО «Альянс», данное комплектующее входит в состав основного блока. Однако в представленной ТС данное комплектующее отнесено к дополнительным комплектующим. Представленная позиция отсутствует в РУ на	Не соответствует: основываясь на письме от ТОО «ПРОМ-ЕА», данное комплектующее присутствует в предлагаемом оборудовании. Однако в представленной ТС данное комплектующее отнесено к дополнительным комплектующим. Представленная позиция	Соответствует	Соответствует

		предлагаемое оборудование.	отсутствует в РУ на предлагаемое оборудование		
Модуль встроенный для работы с объемными изображениями 3D/4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной	Соответствует	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Соответствует	Не соответствует: отсутствует в представленной ТС
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики объемные конвексные	Соответствует	Не соответствует: значения параметров отличаются от требуемых	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Не соответствует: представленная позиция отсутствует в РУ на предлагаемое оборудование. Дополнительно представленное РУ на охватывает предлагаемое оборудование	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц					
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Гребенникова Л.Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4522253-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 12-06-2023 15:04:10

Лот № 4522253-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4522253-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Гребенникова Любовь – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	151240017013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС"	Не соотвествует
5	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гребенникова Любовь