Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524451-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-06-2023 16:20:57

Лот № 4524451-T1

Видеоэндоскопическая стойка в комплекте с гастроскопом, бронхоскопом, колоноскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524451-T1 Видеоэндоскопическая стойка в комплекте с гастроскопом, бронхоскопом, колоноскопом, Хусайнов Мирас – (эндоскопист, ГКП на ПХВ Талдыкорганская городская многопрофильная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Хусайнов Мирас

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1 в комплекте с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями; Хирургический аспиратор NewAskir, варианты исполнений: NewAskir 30	
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation	Olympus Medical Systems Corp.	SONOSCAPE MEDICAL CORP; CA-MI srl, Италия;	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Видеопроцессор	соответствует	соответствует	соответствует	
LCD Монитор	соответствует	соответствует	Не соответствует Монитор 26 дюймовый – по требованию 27 дюмовый. Формат изображения 16:10 – по требованию 16:9	
Дополнительные комплектующие				
Видеогастроскоп	соответствует	соответствует	соответствует	
Видеоколоноскоп	соответствует	соответствует	Не соответствует Угол поля зрения 140 – по требованию 170 Глубина резкости 3-100мм – по	

			требованию 2-100. Диаметр дистального конца 12.5мм – по требованию не менее 12.8 Диаметр водимой трубки 12.0 – по требованию 12.8 Рабочая длина водимой секции 1700мм – по требованию не более 1690мм	
Видеобронхоскоп	соответствует	соответствует	Углы изгиба верх 180 – по требованию 210	
Эндоскопический аспиратор	соответствует	соответствует	соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Напряжение: 230 В (±10%) / 50 - 60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 550 ВА	соответствует	соответствует	соответствует	
DDP пункт назначения	соответствует	соответствует	соответствует	
120 календарных дней, не позднее "01" декабря 2023 года, Адрес: 1) Область Жетісу, Каратальский район г.Уштобе ул.Момышулы, д.227 – 1 шт 2) Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, д.35 – 1 шт; 3) бласть Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, д.1 – 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	
Гарантийное сервисное	соответствует	соответствует	соответствует	

обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:				
- замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные	соответствует	соответствует	соответствует	

указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение,	соответствует	соответствует	соответствует	

поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с				

прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт Хусайнов М.М ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524447-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-06-2023 16:40:13

Лот № 4524447-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524447-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Мыржыкбаев Багдаулет – (врач эндоскопического центра , КГП " Центральная больница города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	201140017448, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""TECHNO KOMEK""	Соответствует
3	161040023032, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MICRO SOLUTIONS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Мыржыкбаев Багдаулет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия по лоту 4524447 – Т1
Эндоскопическая видеоинформационная система

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО « Techno komek »	ТОО «Micro Solutions »	ТОО «Пром - ЕА»	
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система ЕР – 6000	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1 в комплекте с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая «HD - 550» с принадлежностями	
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medikal Systems Corp., Япония	«Sonoscape Medikal Corp»	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основное устройство в комплекте	соответствует	соответствует	Не соответствует: 1. Режим узкоспектральной визуализации. Режим – визуализации с помощью голубого цвета 2. По технической спецификации заявлено встроенный насос для подачи воздуха/воды с количеством регулировок мощности 4 уровня насоса, (поставщиком указано электическая помпа 3 уровня мощности)	
Дополнительные комплектующие				

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Условия гарантийного сервисного обслуживания, требования к сопутствующим услугам, требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт **Мыржыкбаев Б.Р.** **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524453-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-06-2023 11:36:46

Лот № 4524453-T1

Передвижной рентген аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524453-T1 Передвижной рентген аппарат, Перминов Александр – (Старший рентген лаборант, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	130840008109, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС МЕД"	Соответствует
4	120240023822, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDEVICE"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перминов Александр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Юникс Мед»	ТОО «Неомедикал»	ТОО «Альянс»	ТОО «Optimus medica»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат серии Jolly Plus:Jolly 30 Plus DR в комплекте	Цифровая мобильная рентгенографическая система DP326A-2	Цифровая мобильная рентгенографическая система: Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D	Мобильный рентгеновский аппарат Optima Mobile
Производитель МТ:	BMI Biomedical International S.r.L. Италия	Shenzhen Angell Technology CO.,Ltd.,Китай	General Medical Merate S.p.A. Италия	ТОО Оптимус медика, Казахстан
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Детектор плоско панельный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (шаг пикселя 139 мкм), но есть пояснение	Не соответствует (масса детектора 2,7), (мА/с 0,2)
Трубка рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (фокусное расстояние от пола 420мм), но есть пояснение	Не соответствует (фокусное расстояние от пола 442 мм)
Моноблок	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (вращение моноблока продольно оси -180 градусов до +180 градусов), но есть пояснение	Не соответствует (вращение моноблока относительно продольной оси +180 и +360) (масса 116-160) (Диапазон изменения количества электричества 320 мА/с)
Дополнительные комплектующие				
	Нет	Нет	Нет	Нет
Расходные материалы				
	Нет	Нет	Нет	Нет
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует

Эксперт **Перминов А.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524456-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-06-2023 15:05:10

Лот № 4524456-T1

Система компьютерной томографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524456-T1 Система компьютерной томографии, Байбуринова Гуля – (заведующая отделением рентгендиагностики, ПОЦФ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Соответствует
3	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
4	051140001776, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕДГРУП"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байбуринова Гуля

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "АЛАШ-KZ" 140540023807	ТОО «QazMed Leasing» 031140016493	ТОО «Lifetech» 161140005226	ТОО КазМедГруп 051140001776
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT 768 № РК-МТ-0№023458	Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM S400 с принадлежностями РК-МИ (МТ) - №023062	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела SUPRIA с принадлежностями	Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP (TSX-303B) с принадлежностями
Производитель МТ:	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	FUJIFILM Healthcare Corporation	Canon Medical Systems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Гентри	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Апертура гентри не менее 75см	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует
Угол наклона гентри, градус +/-30	Соответствует	**Не соответствует** **Указано +/- 50**	Соответствует	Соответствует
Позиционирования лазером	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение	Соответствует	Не соответствует Нет данных	Соответствует	Соответствует
Функция дистанционного управления гентри	Соответствует	Не соответствует Нет данных	Соответствует	Соответствует
Вес гентри 1600-1800кг	Соответствует	**Не соответствует** **Не указано точного значения в ТС.**	Соответствует	Соответствует
Детектор	**Не соответствует**	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
Площадный детектор/ Блок твердотельных детекторов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Тип детектора: твердотельный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее количество элементов детектора: не менее 56 832 элементов.	**Не соответствует** *55296 элементов*	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество рядов детектора: не менее 64 рядов детектора.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество элементов детектора в ряду, не менее 888 элементов.	**Не соответствует** *864 элемента*	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер элемента детектора не более 0,625 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина детектора по оси Z : 40 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота сбора данных не менее 1200 сбор/сек.	Соответствует	**Не соответствует** **Не указано в РУ, нет точного значения в ТС.**	Соответствует	Соответствует
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.) не менее 0,35 сек.	Соответствует	**Не соответствует** 0,286	Соответствует	Соответствует
Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта / Эффективное поле обзора.	Соответствует	**Не соответствует** Нет данных	Соответствует	Соответствует
Максимальное поле сканирования 500 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное поле сканирования 20-180 мм.	Соответствует	**Не соответствует** Минимальный показатель не может быть в максимальном пороге Скопировано, указать точное	Соответствует	Соответствует

		значение		
Максимальная матрица реконструкции изображений 512x512 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество срезов не менее 128 срезов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
Мощность генератора не менее 60 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение на рентгеновской трубке: от 60 кВ до 140 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное значение тока 10 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное значение тока не менее 400 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное время непрерывного спирального сканирования 100 сек.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размещение элементов управления (включения и отключения) рентгеновского излучения на панели гентри: модуль управления на панели гентри / Панель управления на стенке гентри сканера.	Соответствует	Не соответствует Нет данных по Панель управления на стенке гентри сканера.	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Теплоемкость рентгеновской трубки: не менее 5,0 MHU.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество фокусных пятен: 2 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер малого фокусного пятна не менее 0,7x0,8мм.	**Не соответствует** 0,6x1,2мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер большого фокусного пятна не менее 1,2x1,4мм.	**Не соответствует** 1,1*1,2мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фильтр для снижения влияния рассеянного	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

излучения вне поля обзора/функция передачи модуляции.				
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Движение по вертикали 55 см.	Не соответствует, Движение по вертикали 56, 5 см	Не соответствует, Движение по вертикали 50 см.	Соответствует	Соответствует
Максимально допустимая нагрузка на стол, не менее 220 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Набор принадлежностей для позиционирования и фиксации: Матрац, комплект ремней для фиксации тела пациента, подставка, подушка для головы, подушка треугольная/ пирамидальная, фиксатор/подставка подбородка пациента.	Соответствует	Не соответсвует В РУ нет подтверждения о наличии данных комплектующих	Соответствует	Соответствует
Консоль	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
Блок процессорный / системный, монитор, мышь, клавиатура.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора консоли оператора 24 дюйма.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение 1920x1200 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество мониторов 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Скорость реконструкции изображений/сек – 30 изображений в сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отображение рентгеновской плотности в единицах Хаунсфилда/ измерение плотности в	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

единицах Хаунсфилда.				
Диапазон измерения рентгеновских плотностей - 32768 +32767 ед. Хаунсфилда	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим удаления артефактов от металла/ Программное обеспечение для уменьшения артефактов от плотных включений внутри тела.	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Режим интерактивной реконструкции со снижением дозы: режим интерактивной реконструкции для снижения лучевой нагрузки / программное обеспечение для итеративной обработки изображений.	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для расчёта лучевой нагрузки: экран сводной информации о дозе облучения / программа контроля рентгеновского излучения.	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для автоматической модуляции лучевой нагрузки по каждому аксиальному срезу: автоматический контроль экспозиции / программное обеспечение для интеллектуального перераспределения дозы по срезам.	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует

Программное обеспечение для автоматического выделения и удаления костных структур и тени стола: программный пакет для субтракции костных структур / программное обеспечение для автоматического удаления изображения стола и костных структур.	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Специализированные детские протоколы с низкодозным сканированием: Специализированные протоколы для сканирования детей / специализированные протоколы для детей.	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Независимая рабочая станция	Соответствует	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа узелковых образований	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программный пакет для оценки объёма лёгких	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программный пакет для расчета кальциевого индекса	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа сосудов с автоматическим/ полуавтоматическим выделение центральной оси	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует

искомого сосуда, созданием его трёхмерной реконструкции и последующими измерениями как на трёхмерном изображении, так и на ортогональных и кривопланарных изображениях: Программный пакет для просмотра и анализа сосудов / программное обеспечение для анализа сосудов.				
Программное обеспечение для объёмного разноцветного отображения различных по плотности тканей с одновременной привязкой к ортогональным мультипланарным проекциям	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программное обеспеченеи для объемного разноцветного отображения различных по плотности тканей с одновременной привязкой к ортогональным мультипанарным проекциям	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Программный пакет сбора даных и реконструкции с ЭКГ-синхронизацией	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Соответствует	Соответствует
Интерфейс DICOM сохранение	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	Не соответствует **не отражены/не зарегистрированы в РУ**	**Соответствует**	**Соответствует**
DICOM модуль для печати	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

изображений	не отражены/не зарегистрированы в РУ	не отражены/не зарегистрированы в РУ		
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Не соответствует не отражены/не зарегистрированы в РУ	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Соответствует	Не соответствует не отражены/не зарегистрированы в РУ	Соответствует	Соответствует
Монитор ЖК для проведения интервенционных вмешательств под КТ-контролем	Не соответствует не отражены/не зарегистрированы в РУ	Не соответствует не отражены/не зарегистрированы в РУ	Соответствует	Соответствует
Кабель синхронизации КТ с кардиомонитором	Не соответствует не отражены/не зарегистрированы в РУ	Не соответствует не отражены/не зарегистрированы в РУ	Соответствует	Соответствует

Эксперт Байбуринова Г.Р.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524449-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-06-2023 15:11:05

Лот № 4524449-Т1

Аппарат брахитерапии с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524449-Т1 Аппарат брахитерапии с принадлежностями, Шевченко Инна – (Заведующая 1 радиологического отделения КГП на ПХВ Многопрофильная больница №3 УЗКО, КГП на ПХВ Многопрофильная больница №3 УЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Соответствует
2	141240014790, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Шевченко Инна

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП					
	Шевченко Инна Андреевна член комиссии	**Вывод члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям к ЛС и МИ**	**РУ**	**ОТП**
1	**4520789-Т1**					
	ТОО «КАТЭП- АЭ», 990940002518					
1		Допущен			**Да**	**Нет**
	ТОО «VIVA-Мастер», 141240014790					
2		Отклонен	Не соответствие требованиям к медицинской технике	Не соответствует: 1. Количество каналов, необходимо не менее 40 каналов, тогда как у предлагаемой медицинской техники всего лишь 5 или 25 каналов физических; 2. Консоль управления лечением на базе настольного ПК, TFT дисплей не менее 22 дюйма; 3. Супергибкий кабель источника диаметром 0,85 мм В регистрационном удостоверение отсутствуют: Аппликаторы: Многоканальный вагинальный аппликатор для КТ/МРТ; Иглы (набор острых игл, набор интерстициальных игл диаметром 1,9 мм, набор интерстициальных игл диаметром 1,5 мм блокирующие вкладыши для игл, средство блокировки иглы, наборы интерстициальных игл и обтураторов, набор титановых игл); 4. Источник бесперебойного питания; 5. Блок дистанционного управления; 6. Стерилизационные колпачки; 7. Монитор для консоли.	**Да**	**Нет**