Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524956-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-07-2023 13:10:43

Лот № 4524956-Т1

Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524956-Т1 Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте, Садыкова Еркеш – (заведующая родильным отделением, КГП на ПХВ " Экибастузская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
4	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует
5	160840008253, ТОО "INTERMED COMPANY"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Садыкова Еркеш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО « Liftech»	АО « Ordamed»	ТОО « ZEIN INVEST»	ТОО "ЛАБТРОНИК"	ТОО «INTERMED COMPANY»
Предлагаемая модель МТ:	ALOKA ARIETTA 850	V 8	Logig E10	Система ультразвуковая стационарная RS85	Ультразвуковая медицинская диагностичечкая система MeLab XB
Производитель МТ:	FUJIFILM Health Corporation, Япония	SAMSUNG MEDISON CO, LTD, Корея	GE Medical Sistems Ultrasound&Primary Care Diagnostics LLC, США	SAMSUNG MEDISON CO, LTD, Корея	Esaote S.p.a Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок					
Области применения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует проктология)	Соответствует	Соответствует
Параметры формирования	Не соответствует (отсутствует Свободноперемещающийся кронштеин, трехмерная эхография в режиме 4 D)	Не соответствует (отсутствует трехмерная эхография в режиме 4 D)	Не соответствует (Диапозон PRF от 0,4до 27,9 кГц, количество карт 14)	Не соответствует (отсутствует трехмерная эхография в режиме 4 D)	Не соответствует (отсутствует трехмерная эхография в режиме 4 D)
Дополнительные комплектующие					
Датчики	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы					
	нет	нет	нет	нет	нет

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Сарыкова Е.Ш **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524952-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-07-2023 12:31:09

Лот № 4524952-T1

Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524952-T1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом, Ахнаев Жандос – (Врач эндоскопист, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Не соотвествует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ахнаев Жандос

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ №4524952-Т1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «NOVIRS»	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	**Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом**	**Система видеоэндоскпическая «HD-550» с принадлежностями**	**Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000**
Производитель МТ:	Olympus Medical Systems Corp., Япония	«SONOSCAPE MEDICAL CORP» Китай	FUJIFILM Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеоинформационная система: Видеопроцессор / Видеоцентр	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Назначение системы: Предназначено для использования с медицинским эндоскопом, монитором, регистратором и различными периферийными устройствами для наблюдения, диагностики, эндоскопического лечения и записи изображений в медицинских учреждениях под руководством врачей / Данный видеоинформационный центр предназначен для применения с видеопреобразователями, головками камер, эндоскопами, мониторами, инструментами для эндоскопических вмешательств и другим вспомогательным оборудованием для проведения эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Поддержка функции оптико-цифрового наблюдения: Функция спектральной обработки изображения / Функции оптико-цифрового наблюдения с использованием узкополосного света	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Коэффициенты масштабирования: не менее X 1.00 не более x 2.00	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Режим диафрагмы: Peak (Пиковый) Average (Средний)	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Формат изображений: JPEG, TIFF	**соответствует**	**Не соответствует (отсутствует информация о формате изображения)**	**соответствует**
Режимы яркости (освещения): Не менее -6 не более +6	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ): не менее 295x145x425 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Вес : Не менее 11 кг	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Формат для передачи видеосигнала высокого разрешения: Поддержка стандарта Full HD для вывода изображения на монитор / Формат для передачи видеосигнала высокого разрешения, с высокой четкостью изображения HDTV	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации отсутствует информация о формате для передачи видеосигнала высокого разрешения** Full HD или HDTV**)**	**соответствует**
Встроенный источник света: Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света / Смотровая лампа - светодиод	**соответствует**	**Не соответствует (отсутствует встроенный источник света в видеоцент/видеопроцессор, в предлагаемом поставщиком оборудовании отдельно стоящий источник света, что ухудшит мобильность аппарата)**	**соответствует**
Функциональные клавиши: На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета.	**соответствует**	**Не соответствует (отсутствует информация о наличии функциональных клавиш для регулировки цвета на передней панели устройства, отсутствие клавиш на передней панели создаст неудобства для работы медицинского персонала)**	**соответствует**
Функция увеличения: Устройство имеет функцию увеличения.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Объем памяти для записи данных : Не менее 45 не более 50 пациентов	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Напряжение: От 100 вольт до 240 вольт	**соответствует**	**Не соответствует (отсутствует информация о характеристиках эксплуатируемого напряжения)**	**соответствует**
Система охлаждения лампы: Принудительное воздушное охлаждение	**соответствует**	**Не соответствует (данный параметр описывается в отдельном блоке «Источник света»)**	**соответствует**
Функция стоп-кадра: Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа	**соответствует**	**Не соответствует (не указана возможность функции стоп-кадра на клавиатуре, что создаст неудобства для работы медицинского персонала)**	**соответствует**
Видеовыход - Видеовыход DVI / Выходной разъем HD/SD SDI	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации нет информации о наличии видеовыходов-** Видеовыход DVI / Выходной разъем HD/SD SDI)	**соответствует**
Внешнее портативное устройство памяти - Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт)	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации нет информации о наличии внешнего портативного устройства памяти, затребовано по тех спецификации** внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт))	**соответствует**
Гастровидеоскоп: Видеогастроскоп / Гастровидеоскоп	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Угол поля зрения не менее 140^0	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Глубина резкости не менее диапазона 2 - 100 мм	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации указан диапазон 3-100, следовательно диапазон резкости составляет 97мм, это является меньшим диапазоном от запрашиваемого 98мм)**	**соответствует**
Изгиб дистального кончика вверх-вниз 210^0-90^0	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации не описана область изгиба)**	**соответствует**
Изгиб дистального кончика вправо-влево 100^0-100^0	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации не описана область изгиба)**	**соответствует**
Диаметр дистального кончика не менее 9,2 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Диаметр вводимой трубки не менее 9,2 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Диаметр рабочего канала не менее 2,8 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Длина рабочей части не менее 1030 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Форсунки и (или) сопло: Воздуховодная форсунка / Воздушно-водоструйное сопло	**соответствует**	**Не соответствует (в технической спецификации не описано наличие форсунки и (или) сопла,)**	**соответствует**
Монитор	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Диагональ не менее 26 дюймов	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Разрешение не менее 1920*1080 пикселей	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Угол обзора сверху/снизу/слева/справа: 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 /	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Держатель для оборудования: Тележка / Столы подставки для медицинской аппаратуры в комплекте	**соответствует**	**соответствует**	**Соответствует**
Держатель монитора	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Течеискатель: Тестер на герметичность / Блок техобслуживания - Устройство предназначено для применения с эндоскопом и другим вспомогательным оборудованием для проверки утечек	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 (девяносто) календарных дней не позднее 30.10.2023 года	**Не соответствует Поставщиком указан срок 120 кал.дней**	**соответствует**	**Не соответствует Поставщиком указан срок 120 кал.дней**
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования к сопутствующим услугам	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Эксперт **Ахнаев Ж.Б.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524955-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-07-2023 18:39:04

Лот № 4524955-T1

Томограф магнитно-резонансный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524955-T1 Томограф магнитно-резонансный, Савченко Леонтий – (заведующий рентген кабинетом, врач лучевой диагностики, КГКП ОДКБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
3	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Савченко Леонтий

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО MED LLS	ТОО Медикал Солюшн	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "NIKO PHARM"
Предлагаемая модель МТ:	Система магнитно-резонансный томографии Super Van 1.5T с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф «uMR, варианты исполнения: uMR 588» с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Sola	Томограф магнитно-резансный SIGNA, вариант исполнения SIGNA Explorer, с принадлежностями	Система магнитно-резонансный томографии Prodiva 1.5T CS С принадлежностями.
Производитель МТ:	Производитель: Suzhou Lonwin Medical System Co., Ltd.,	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	Производитель: Siemens Healthcare GmbH, Германия	Производитель, страна: CE HEALTHCARE (IANJIN) COMPANY LIMITED, Китай	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**		**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Гентри не менее 600 мм	соответствует	соответствует	Соответствует, 700, превосходит	соответствует	соответствует
Оперативная память консоли оператора не менее 32 гб	соответствует	Не соответствует, 24	соответствует	соответствует	соответствует
Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов не менее 16 шт	соответствует	соответствует	Соответствует, Превосходит -64 РЧ канала	соответствует	Не соответствует Не указано число РЧ каналов
	Дополнительные комплектующие				
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524949-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-07-2023 10:13:02

Лот № 4524949-Т1

Система ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524949-Т1 Система ангиографическая , Череда Сергей – (Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ УЗ акимата СКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
2	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соотвествует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Череда Сергей

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия Лот №4524949-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	2745530 БИН 130840023132, ТОО "Niko Pharm"	2745210 БИН 150840007550, ТОО "Дал Диагностик"	2745550 БИН 160640024367, ТОО "SBK STANDARD"	
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновская ангиографическая Azurion 5M20 с принадлежностями	Система ангиографическая Artis zee в исполнениях: Artis zee ceiling	Система ангиографическая Artis Icono с принадлежностями, варианты исполнения: Artis Icono biplane	
Производитель МТ:	Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды	Siemens Healthcare GmbH, Германия	Siemens Healthcare GmbH, Германия	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	Соответсвует	Не соответствует (длина деки, ангуляция каудальной проекции, диапазон вращения головной позиции RAO,теплоемкость излучателя рентгеновской трубки, скорость охлаждения анода, мощность трубки в режиме рентгеноскопии – Вт)	Соответсвует	
Дополнительные комплектующие				
	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует	
Расходные материалы				
	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует	

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524950-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-07-2023 10:59:50

Лот № 4524950-Т1

Система рентгеновская ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524950-Т1 Система рентгеновская ангиографическая, Череда Сергей – (Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ УЗ акимата СКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
2	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соотвествует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Череда Сергей

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия Лот №4524950-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	2745530 БИН 130840023132, ТОО "Niko Pharm"	2745210 БИН 150840007550, ТОО "Дал Диагностик"	2745550 БИН 160640024367, ТОО "SBK STANDARD"	
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновская ангиографическая Azurion 7M20 с принадлежностями	Система ангиографическая Artis zee в исполнениях: Artis zee ceiling	Система ангиографическая Artis Icono с принадлежностями, варианты исполнения: Artis Icono floor	
Производитель МТ:	Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды	Siemens Healthcare GmbH, Германия	Siemens Healthcare GmbH, Германия	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	Соответсвует	Не соответствует (длина деки, ангуляция каудальной проекции, диапазон вращения головной позиции RAO,теплоемкость излучателя рентгеновской трубки, скорость охлаждения анода, мощность трубки в режиме рентгеноскопии – Вт)	Соответсвует	
Дополнительные комплектующие				
	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует	
Расходные материалы				
	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует	

Эксперт **ФИО/подпись**