Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525751-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-07-2023 09:12:21

Лот № 4525751-Т1

Аппарат рентгеновский передвижной цифровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525751-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной цифровой, Перминов Александр – (Старший рентген лаборант, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соответствует
2	130840008109, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС МЕД"	Не соответствует
3	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
4	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Соответствует
5	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
6	191140026492, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС ГРУП"	Соответствует
7	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перминов Александр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО UnixMed**	**ТОО L-Group**	**ТОО «АстаМед»**	**ТОО Альянс**	**ТОО АКС групп**	**ТОО "Maxima Group»**	**ТОО Фармакс-2**
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат рентгеновский передвижной Jolly plus, Jolly 30 plus DR**	**Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии DR 100e с принадлежностями**	**Передвижной рентгеновский аппарат серии Jolly Plus: Jolly 30 Plus DR**	**Передвижной рентгеновский аппарат MAC· вариант исполнения MAC-R32D**	**Система рентгеновская Optima XR240amx с принадлежностями**	**Рентгенографическая система диагностическая, мобильная цифровая в вариантах исполнения: TOPAZ-32D**	**Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии DR 100e с принадлежностями**
Производитель МТ:	**BMI biomedical international Srl, Италия**	**Agfa NV Бельгия**	**Производитель: BMI Biomedical International S.r.l, Италия**	**производства General Medical Merate S.p.A (Италия)**	**GE Medical systems, LLC США**	**DRGEM Corporation Корея**	**Agfa NV Бельгия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Соответствие/несоответствие	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Мобильный рентгенографический аппарат общего назначения, с цифровым детектором типа «плоская панель»/	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система предназначена для проведения общих диагностических рентгенографических исследований и процедур у пациентов взрослого и детского возраста.	Соответствует	Соответсвует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответсвует

Генератор: Мощность не менее 30 кВт.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**
Диапазон пикового анодного напряжения. Не менее 40–125 кВ	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Ток трубки. Диапазон силы тока трубки не менее 50 не более 400 мА.	Не соответствует Максимум мА – 400 мА Не указан диапазон	**Соответствует**	Не соответствует Максимум мА – 400 мА Не указан диапазон	Не соответствует 25–450 мА	**Соответствует**	Не соответствует Согласно официальному сайту производителя от 10 до 400 мА	**Соответствует**
Диапазон мАс. Диапазон мАс, не менее 0,1–110.	Не соответствует Максимум мАс 320 мА/с Не указан диапазон	**Соответствует**	Не соответствует Максимум мАс 320 мА/с Не указан диапазон	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Максимальное время экспозиции. Максимальное время экспозиции, не более 6,0 с.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Минимальное время экспозиции 0.001 с.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Детектор. Цифровой плоский детектор твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»/ Детектор для рентгенодиагностики плоскопанельный.	Не соответствует Нет данных цифровой детектор или нет	**Соответствует**	Не соответствует Нет данных цифровой детектор или нет	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Разрешение. Не менее 3072x3072 пиксель.	Не соответствует 2466X3040	**Соответствует**	Не соответствует 2466X3040	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Размер пикселя. Не менее 100 мкм.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Расстояние от плоскости фокусировки до пола (ось Z) Не менее 444 мм не более 2153 мм.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Поворот колонны (ось вращения β). Поворот колонны ± 1 комплект 90°.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Ось вращения α. Поворот моноблока ± 180°.	Не соответствует	**Соответствует**	Не соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Ось вращения γ не более ± 270°	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**

Фильтрация. Не менее 0.9 мм Al при 75 кВ.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Источник подсветки. Интенсивность 160 люкс.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Покрытие площади 43x43 см при 100 см расстояния от источника до изображения (SID).	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Не соответствует Согласно официальному сайту производителя 35,5 см x 43 см (14 x 17 дюймов) https://xraydrgem.ru/topaz	**Соответствует**
Размер фокусных пятен. Диаметр малого фокусного пятна не менее 0,6 мм. Диаметр большого фокусного пятна не более 1,3 мм	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Теплоемкость анода. Не менее 107 000 Те.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Максимальное поле измерения. Не менее 118 мм x 118 мм.	Не соответствует Нет данных	**Соответствует**	Не соответствует Нет данных	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Скорость вращения анода. Не менее 3000 оборотов в минуту.	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	**Соответствует**
Программное обеспечение. Программное обеспечение встроенной консоли управления и получения медицинских радиологических изображений/	Соответствует	**Соответствует**	Соответствует	Не Соответствует Нет данных в ру	Соответствует	Не соответствует Нет в РУ	**Соответствует**
. Батареи и зарядные устройства Комплект батарей для детектора/Устройства зарядные.	Не соответствует Нет данных	**Соответствует**	Не соответствует Нет данных	Не Соответствует Нет данных в РУ	**Соответствует**	Не Соответствует Нет данных в РУ	**Соответствует**
Кабели и порты. Соединительный набор: комплект соединительных шнуров, адаптеров для детектора. Ethernet кабелей. Порты передачи данных.	Не соответствует Нет данных	Соответствует	Не соответствует Нет данных	Не Соответствует Нет данных в РУ	Соответствует	Не соответствует Нет данных в РУ	**Соответствует**

Эксперт **Перминов А.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525747-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 17-07-2023 08:54:39

Лот № 4525747-T1

Паровой стерилизатор с форвакуумным методом стерилизации

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525747-T1 Паровой стерилизатор с форвакуумным методом стерилизации, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Соответствует
2	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соотвествует
3	050340003599, Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСАМЕД"	Соответствует
4	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО «GM Medical»	ТОО «MAXIMA»	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	ТОО «РОСАМЕД»
Предлагаемая модель МТ:	Паровой стерилизатор Azteca A-501, 255л, с одинарной дверцей	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения PLUSTEAM 1XL	Паровой стерилизатор MATACHANA серии SC500, вариант исполнения SC501 E-1	Паровой стерилизатор MATACHANA серии SC500, вариант исполнения SC501 E-1
Производитель МТ:	Celitron Medical Technologies Kft, Республика Венгрия.	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG.HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция	ANTONIO MATACHANA S.A., Испания	ANTONIO MATACHANA S.A., Испания
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Паровой стерилизатор				
Габариты камеры (Ш х В х Г) мм не более 635 х 655 х 1020	Не соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) мм 500 х 200 х 1305	Соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) 500 х 500 х 1000	Соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) мм 500 х 500 х 1020	Соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) 500 х 500 х 1020 мм
Объем камеры (литры) не менее 252 л.	Соответствует Объем камеры (литры) 255 л.	Не соответствует действительности Объем камеры – 252 л. При габаритах камеры 500*500*1000 объем не может быть 252. 5*5*10 =250 л Брошюра производителя: https://www.tbtmedical.com/images/urun_images/dosya_1_159.pdf Брошюра дилера в России: https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-1xl-1/ (вкладка документы, затем скачать Проспект TBT 1.pdf)	Соответствует Объем камеры – 252 л.	Соответствует Объем камеры – 252 л.
Компрессор встроенный воздушный	Соответствует Компрессор –	Не соответствует. Компрессор воздушный наличие. Не	Соответствует Встраиваемый воздушный компрессор для	Соответствует Компрессор воздушный, встроенный

	встроенный воздушный	указано, что он встроенный. Нет данных на ndda (нет в РУ)	работы пневмосистемы стерилизатора, ёмкость – 7л., мощность = 750 Вт	
Сечение камеры - квадратное	Не соответствует Заявлено 500*200, требуется квадратное	Соответствует Сечение камеры – квадратные.	Соответствует Сечение камеры - квадратное	Соответствует Сечение камеры - квадратное
Слайдовые пневматические двери / с автоматической фиксацией	Не соответствует. Автоматическая вертикальная раздвижная дверь; имеет датчик давления открытия предохранительной двери а также микропереключатели защитной двери	Соответствует Дверь – 1 шт. Слайдовые пневматические двери с автоматической фиксацией.	Соответствует Двери – автоматические слайдовые на пневмоподъемнике с системой блокировки и защиты от зажатия рук оператора.	Соответствует Двери – слайдовые пневматические с автоматической фиксацией(блокировкой) для защиты от зажатия рук оператора.
Подсветка панели	Нет данных	Соответствует Подсветка панели, индикаторы состояния стерилизатора.	Соответствует Наличие на передней панели с LED-подсветкой сигнальных символов	Соответствует На передней панели с LED-подсветкой располагаются спец. Символы
Стерилизационные корзины 4 шт.	Соответствует Стерилизационные корзины 4 шт.	Не соответствует. Нет данных о корзинах на ndda Стерилизационные корзины – 4 шт.	Соответствует Стерилизационные корзины – 4 шт.	Соответствует Стерилизационные корзины – 4 шт.
Система смягчения воды	Не соответствует Нет данных о системе смягчения воды на ndda	Не соответствует. Нет данных о системе смягчения воды на ndda	Соответствует Система смягчения воды	Соответствует Система смягчения воды
Система обратного осмоса / сливная система	Соответствует Система обратного осмоса	Не соответствует. Нет данных о системе обратного осмоса на ndda	Соответствует Система обратного осмоса	Соответствует Система обратного осмоса 15л/час, накопитель до 50л.
Электропитание: 230В±10%, 50/60 Гц.	Не соответствует Электропитание: 230В±10%, 50/60 Гц. Предоставлены не достоверные данные, по данным на ndda (и в РУ) 380-400 В	Не соответствует Электропитание: 380В±10%, 50/60 Гц.	соответствует Электропитание: 230В±10%	Соответствует Электропитание: 230В±10%, 50-60Гц.

ЭКСПЕРТ **Угышев А.Н**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525753-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 17-07-2023 15:37:49

Лот № 4525753-T1

рентгеновский аппарат с С-дугой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525753-T1 рентгеновский аппарат с С-дугой, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990240000417, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВА"	Не соответствует
2	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
3	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
5	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(Лот № 4525753-ТП)

Наименования потенциальных поставщиков:	"Q-MED LLC"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Акционерное общество "Ordamed"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВА"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Alien X	Zenition_70	Atlas C5	Ziehm Vision RFD	OPESCOPE ACTENO
Производитель МТ:					
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Основной блок / Стойка С-дуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Решения для снижения дозу облучения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Импульсная Рентгеноскопия /Получение изображений в режиме одноимпульсной экспозиции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная частота кадров с импульсной экспозицией не более 30 кадров/сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
С-дуга	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Орбитальное вращение не	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

менее +/- 200 градусов					
Качание С-дуги не менее +/- 10 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Горизонтальная поездка не менее 200 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальное перемещение не менее 49 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**42 см, не соответствует**	**45 см, не соответствует**
Расстояние от источника излучения до приемника (SID) не менее 993 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**980 мм, не соответствует**
Свободное пространство внутри головки трубки и детектора не менее 77см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Масса стойки С-дуги не более 367 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	396 кг, не соответствует	Соответствует
Глубина С-дуги не менее 730 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	680 мм, не **соответствует**	**670 мм, не соответствует**
Индикация температуры перегрева - индикация температуры анода и температуры корпуса / Индикаторы нагрева на стойке С-дуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система предупреждения о перегреве - трехуровневая система индикации перегрева: зеленый – оптимальная температура. оранжевый – допустимый перегрев. красный – необходимо прекратить работу	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Контрастирование - функция управления автоматическим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

инжектором / Функция максимального контрастирования					
	Дополнительные комплектующие				
Блок обработки изображений, смонтированный на тележке / Передвижная станция просмотра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор /Монитор для исследований. Диаметр монитора не менее 19 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система защиты от столкновений рентгеновской трубки /Корпус источника рентгеновского излучения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерный центрирующий инструмент / Лазерный прицел трубки Длина волны не менее 635 nm Макс. Выходная мощность не менее < 1mW (мВт)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет данных о выходной мощности**
Педаль дистанционного управления (беспроводная) / Беспроводной ножной переключатель (опция)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Педаль дистанционного управления (проводная) / Проводной ножной переключатель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Интерфейс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

инжектором / Функция максимального контрастирования					
	Дополнительные комплектующие				
Блок обработки изображений. смонтированный на тележке / Передвижная станция просмотра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор /Монитор для исследований. Диаметр монитора не менее 19 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система защиты от столкновений рентгеновской трубки /Корпус источника рентгеновского излучения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерный центрирующий инструмент / Лазерный прицел трубки Длина волны не менее 635 nm Макс. Выходная мощность не менее < 1mW (мВт)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет данных о выходной мощности**
Педаль дистанционного управления (беспроводная) / Беспроводной ножной переключатель (опция)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Педаль дистанционного управления (проводная) / Проводной ножной переключатель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Интерфейс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

навигационной системы / Программное приложение визуализации					
Флэт-панель/ Детектор плоский Активный размер детектора не менее 1560 x 1424 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**1000 x 1000 пикселей, не соответствует**
Высокочастотный генератор / Генератор рентгеновского излучения не менее 15 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**2 кВт. не соответствует**
Коллиматор Коллиматор iris / Ирисовый коллиматор Дополнительная фильтрация 1 мм Al + 0,1 мм Cu	Соответствует	Соответствует	3,7 мм Al + 0,1 мм Cu, не соответствует	**4,3 мм** Al + 0,1 мм Cu, **не соответствует**	Соответствует
Программное обеспечения защиты данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность отображения максимальной непрозрачности любого отдела древа сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Опция: Режим дорожной карты / Схема сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вычитание в реальном времени с возможностью восстановления/ Субтракция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка Напряжение на	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**110 кВ, не соответствует**

рентгеновской трубке не менее 120 кВ					
Программа для кардиологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для сосудистой хирургии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для ортопедии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для неврологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для урологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для гастроэнтерологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для педиатрических исследований	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электрическая сеть 230 В переменного тока, 16 А	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стабильность линии электропередачи - ±10%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева А.В ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525749-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-07-2023 17:58:41

Лот № 4525749-T1

Транспортный инкубатор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525749-T1 Транспортный инкубатор, Жакенова Гульмира – (врач неонотолог, заведующая ОПН, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Соответствует
2	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жакенова Гульмира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО « Медико-инновационные технологии»	ТОО «LIFETECH»	-	-
Предлагаемая модель МТ:	Оборудование для выхаживания новорожденных Giraffe с принадлежностями	Транспортный инкубатор Атом IncuArch в комплекте		
Производитель МТ:	США	Япония		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	Не соответствует (время подогрева 50 минут, отсутсвует специальный фильтр для качесственной очистки воздуха)	Соответствует		
Дополнительные комплектующие				
	Соответствует	Соответствует		
Расходные материалы				
	Соответствует	Соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует		

Эксперт Жаксенова ГК **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525752-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-07-2023 15:28:35

Лот № 4525752-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525752-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Джумагазиева Сауле – (Врач УЗД, ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ акимата ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	180440023692, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICTRIX"	Не соответствует
4	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
6	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует
7	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
8	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Джумагазиева Сауле

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "АстаМед"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "VICTRIX"	ТОО "МедМаркетЭксперт"
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,, Китай	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	соответствует	не соответствует: отсутствие держателей для устройств отслеживания	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Датчик конвексный	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот	соответствует	соответствует
Датчик линейный	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот	соответствует	соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной	не соответствует: наименование датчика, диапазон частот	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: наименование датчика	не соответствует: наименование датчика
Датчик обьемный	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот, число элементов	не соответствует: диапазон частот, число элементов
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Джумагазиева С.У./ _____

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "TND"	ТОО "Пром-ЕА"	АО "Ordamed"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ Elite с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS моделей HS50
Производитель МТ:	GE Ultrasound Korea, Ltd., Республика Корея	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	«Samsung Medison Co., Ltd.» Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Датчик конвексный	не соответствует: диапазон частот	соответствует	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот
Датчик линейный	соответствует	соответствует	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	соответствует	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: наименование датчика
Датчик обьемный	соответствует	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот	не соответствует: диапазон частот
Датчик секторный	соответствует	соответствует	не соответствует: диапазон частот	соответствует
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Джумагазиева С.У./ _____