Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524949-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-07-2023 14:15:48

Лот № 4524949-Т1

Система ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524949-Т1 Система ангиографическая , Череда Сергей – (Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ УЗ акимата СКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
2	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соотвествует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Череда Сергей

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия Лот №4524949-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:		2745210 БИН 150840007550, ТОО "Дал Диагностик"		
Предлагаемая модель МТ:		Система ангиографическая Artis zee в исполнениях: Artis zee ceiling		
Производитель МТ:		Siemens Healthcare GmbH, Германия		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
		Не соответствует (**длина деки** менее заявленного параметра, нельзя ориентироваться на средний рост пациента, т.к. стол должен быть предназначен также и для высокоростных пациентов, а также для высоких пациентов с возможностью расположения дополнительного оборудования в случаях реанимации, дополнит.обследования и интервенционного лечения (длины расходных материалов с удлиненной доставкой на стерильной зоне), **ангуляция каудальной проекции** (т.к. в определенных анатомических сосудистых вариациях предложенный поставщиком параметр может быть недостаточным для полной визуализации нормы и патологии в зависимости от вариации анатомии, аномалий, ответвления сосудов под углом, наслоение), **диапазон вращения головной позиции RAO** не соответствует параметру ,т.к. может быть недостаточным в позиции RAO 120, в зависимости от достаточного угла получения изображения с захватом более 120 градусов), не соответствует параметру: **теплоемкость излучателя рентгеновской трубки** (данный параметр важен для не только работы стандартных кат.лабов, но также для проведения всех возможных вмешательств в режиме 24/7,где трубка работает в круглосуточном режиме, в связи с чем теплоемкость излучателя должен быть выше, чем предоставленный параметр поставщика на порядок слабее 4.9 МТЕ против 7.3МТЕ), **скорость охлаждения анода(** скорость **охлаждения анода является недостаточной,** учитывая мощность потребляемой предоставленной трубки по соотношению к мощности трубки запрашиваемого ангиографаЕ 540 к ТЕ/мин против 1520 к ТЕ/мин),		

		мощность трубки в режиме рентгеноскопии – Вт), т.к. мощность трубки не соответствует запрашиваемой мощности что может сказать в том числе и на качестве изображения : 4000 Вт против 4500 Вт в режиме 10 минутной рентгеноскопии, **диапазон поворота деки стола вокруг вертикальной оси** не соответствует заявленному параметру ввиду разных клинико-анатомически операционных интервенционных и сочетанных вмешательств (к примеру, экстренные движения деки стола для реанимации с параллельными вмешательствами: +15грудосв против завяленных -90/+120 градусов)		
Дополнительные комплектующие				
		Соответсвует		
Расходные материалы				
		Соответсвует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
		Соответсвует		

Эксперт **Череда С.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524950-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-07-2023 14:12:36

Лот № 4524950-Т1

Система рентгеновская ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524950-Т1 Система рентгеновская ангиографическая, Череда Сергей – (Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ УЗ акимата СКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
2	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соотвествует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Череда Сергей

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия Лот №4524950-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:		2745210 БИН 150840007550, ТОО "Дал Диагностик"		
Предлагаемая модель МТ:		Система ангиографическая Artis zee в исполнениях: Artis zee ceiling		
Производитель МТ:		Siemens Healthcare GmbH, Германия		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
		Не соответствует (**длина деки** менее заявленного параметра, нельзя ориентироваться на средний рост пациента, т.к. стол должен быть предназначен также и для высокоростных пациентов, а также для высоких пациентов с возможностью расположения дополнительного оборудования в случаях реанимации, дополнит.обследования и интервенционного лечения (длины расходных материалов с удлиненной доставкой на стерильной зоне), **ангуляция каудальной проекции** (т.к. в определенных анатомических сосудистых вариациях предложенный поставщиком параметр может быть недостаточным для полной визуализации нормы и патологии в зависимости от вариации анатомии, аномалий, ответвления сосудов под углом, наслоение), **диапазон вращения головной позиции RAO** не соответствует параметру ,т.к. может быть недостаточным в позиции RAO 120, в зависимости от достаточного угла получения изображения с захватом более 120 градусов), не соответствует параметру: **теплоемкость излучателя рентгеновской трубки** (данный параметр важен для не только работы стандартных кат.лабов, но также для проведения всех возможных вмешательств в режиме 24/7,где трубка работает в круглосуточном режиме, в связи с чем теплоемкость излучателя должен быть выше, чем предоставленный параметр поставщика на порядок слабее 4.9 МТЕ против 7.3МТЕ), **скорость охлаждения анода**(скорость охлаждения анода является недостаточной, учитывая мощность потребляемой предоставленной трубки по соотношению к мощности трубки запрашиваемого ангиографа Е 540 к ТЕ/мин против 1520 к ТЕ/мин), **мощность трубки в режиме рентгеноскопии** – Вт), т.к. мощность трубки не соответствует запрашиваемой мощности что может сказать в том числе		

		и на качестве изображения : 4000 Вт против 4500 Вт в режиме 10 минутной рентгеноскопии, диапазон поворота деки стола вокруг вертикальной оси не соответствует заявленному параметру ввиду разных клинико-анатомически операционных интервенционных и сочетанных вмешательств (к примеру, экстренные движения деки стола для реанимации с параллельными вмешательствами: +15грудосв против завяленных -90/+120 градусов)		
Дополнительные комплектующие				
		Соответсвует		
Расходные материалы				
		Соответсвует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
		Соответсвует		

Эксперт **Череда С.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524952-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-07-2023 11:30:17

Лот № 4524952-T1

Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524952-T1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом, Ахнаев Жандос – (Врач эндоскопист, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ахнаев Жандос

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ №4524952-Т1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «NOVIRS»	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО "TND"
Предлагаемая модель МТ:	Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом	Система видеоэндоскпическая «HD-550» с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000
Производитель МТ:	Olympus Medical Systems Corp., Япония	«SONOSCAPE MEDICAL CORP» Китай	FUJIFILM Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеоинформационная система: Видеопроцессор / Видеоцентр	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Назначение системы: Предназначено для использования с медицинским эндоскопом, монитором, регистратором и различными периферийными устройствами для наблюдения, диагностики, эндоскопического лечения и записи изображений в медицинских учреждениях под руководством врачей / Данный видеоинформационный центр предназначен для применения с	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

видеопреобразователями, головками камер, эндоскопами, мониторами, инструментами для эндоскопических вмешательств и другим вспомогательным оборудованием для проведения эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения.			
Поддержка функции оптико-цифрового наблюдения: Функция спектральной обработки изображения / Функции оптико-цифрового наблюдения с использованием узкополосного света	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Коэффициенты масштабирования: не менее X 1.00 не более x 2.00	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Режим диафрагмы: Peak (Пиковый) Average (Средний)	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Формат изображений: JPEG, TIFF	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Режимы яркости (освещения): Не менее -6 не более +6	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ): не менее 295x145x425 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Вес : Не менее 11 кг	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Формат для передачи видеосигнала высокого	**соответствует**	**Не соответствует (согласно технической спецификации, данный параметр описывает**	**соответствует**

разрешения: Поддержка стандарта Full HD для вывода изображения на монитор / Формат для передачи видеосигнала высокого разрешения, с высокой четкостью изображения HDTV		**возможность блока Видеопроцессора / Видеоцентра о передачи видеосигнала стандарта/формата Full HD/ HDTV, в технической спецификации потенциального поставщика возможность вывода изображения в Full HD/ HDTV не указывается. Согласно письму обоснования потенциальный поставщик дает ссылку на возможности монитора, а не возможности Видеопроцессора / Видеоцентра), монитор и видеоцентр являются разными частями оборудования. Так же обращаем внимание, что если Видеопроцессор/ Видеоцентр не передает видеосигнал** Full HD или HDTV, то монитор с разрешением Full HD будет отображать картинку с тем форматом вывода изображения, которое выдает **Видеопроцессор/ Видеоцентр. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	
Встроенный источник света: Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света / Смотровая лампа - светодиод	**соответствует**	**Не соответствует (согласно технической спецификации требуется встроенный источник света. В технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком указывается два раздельных блока, что не соответствует требуемой технической спецификации. Согласно письму обоснования предоставлен ответ:** ***«В предлагаемом нами оборудовании источник света имеет четыре LED лампы, что улучшает визуализацию в отличии от одной LED лампы.*** ***Отдельный от видеоцентра источник света влияет на мобильность аппарата, так как аппарат в полном комплекте находится на эндоскопической тележки и может передвигаться на колесах*** ***Отличие и преимущество отдельного от видеопроцессора источника света заключается в том, что его можно починить или заменить при выходе из строя при этом видеопроцессор сохраняет работоспособность. В совмещенном же аппарате, при поломке источника света,***	**соответствует**

		процессор так же прекратит свою работу, потребуется комплексный ремонт видеопроцессора и источника света». **Вышеуказанный ответ является не обоснованным в виду того, что при необходимости перемещения видеоблока, например для выезда в районные больницы или перемещения в операционный блок для экстренного обследования без эндоскопической тележки имеет большую мобильность для медицинского персонала. Касательно отличия и преимущества отдельно стоящего источника света: -при выходе из строя источника света, одним видеоцентром без источника света обследования проводить невозможно, так как необходимо осветить исследуемую область, следовательно видеоцентр так же становится не работоспособным. Совмещенный Видеопроцессор/ Видеоцентр так же возможно отремонтировать или заменить.) Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	
Функциональные клавиши: На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета.	**соответствует**	**Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации на передней панели <u>Видеопроцессора/ Видеоцентра</u> расположены функциональные клавиши для регулировки цвета, в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует информация о наличии функциональных клавиш для регулировки цвета на передней панели <u>Видеоблока</u>). Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	**соответствует**
Функция увеличения: Устройство имеет функцию увеличения.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Объем памяти для записи данных : Не менее 45 не более 50 пациентов	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Напряжение: От 100 вольт до 240 вольт	**соответствует**	**Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеопроцессора/ Видеоцентра, напряжение: от 100 вольт до 240 вольт. В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует информация о характеристиках эксплуатируемого напряжения Видеоблока). Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	**соответствует**
Система охлаждения лампы: Принудительное воздушное охлаждение	**соответствует**	**Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации принудительное воздушное охлаждение требуется для Видеопроцессора/ Видеоцентра). В технической спецификации поставщика предлагаеися принудительное охлаждение к источнику светакогда заказчиком запрашиваеттся принудительное охлаждение к Видеопроцессору/ Видеоцентр. Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	**соответствует**
Функция стоп-кадра: Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа	**соответствует**	**Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеопроцессора/ Видеоцентра необходима возможность функции стоп-кадра на клавиатуре, в технической спецификации потенциального поставщика Видеоблока указаны возможности функции стоп кадра только на рукоятке эндоскопа и педали. Наличие клавиатуры в комплектации не обосновывает возможности стоп-кадра с клавиатуры.) По технической спецификации поставщика отсутствует возможность сделать стоп-кадр с клавиатуры. Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	**соответствует**
Видеовыход - Видеовыход DVI / Выходной разъем HD/SD SDI	**соответствует**	**Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеопроцессора/ Видеоцентра необходимы: Видеовыход DVI /**	**соответствует**

		Выходной разъем HD/SD SDI, в технической спецификации потенциального поставщика нет информации о наличии видеовыходов.) Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.	
Внешнее портативное устройство памяти - Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт)	**соответствует**	**Не соответствует (Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеопроцессора/ Видеоцентра необходимо внешнее портативное устройство памяти -Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт), в технической спецификации потенциального поставщика нет информации о наличии внешнего портативного устройства памяти).В технической спецификации поставщика внешний жесткий диск отсутствует в комплектации. Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	**соответствует**
Гастровидеоскоп: Видеогастроскоп / Гастровидеоскоп	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Угол поля зрения не менее 140^0	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Глубина резкости не менее диапазона 2 - 100 мм	**соответствует**	**Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеогастроскопа / Гастровидеоскопа требуемая глубина резкости не менее диапазона 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 3 мм, диапазон составляет 97 мм, что является меньше**	**соответствует**

		требуемого диапазона 98! А также, в ответ на письмо обоснование, сообщаем о том, что глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака, что является очень важным фактом. Сведения указанные в письме обосновании поставщиком на данное замечание в пред. допуске являются не достоверными. Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.	
Изгиб дистального кончика вверх-вниз 210^0-90^0	соответствует	Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеогастроскопа / Гастровидеоскопа -Изгиб дистального кончика вверх-вниз 210^0-90^0, в технической спецификации потенциального поставщика не описана область изгиба). Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.	соответствует
Изгиб дистального кончика вправо-влево 100^0-100^0	соответствует	Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеогастроскопа / Гастровидеоскопа - Изгиб дистального кончика вправо-влево 100^0-100^0, в технической спецификации потенциального поставщика не описана область изгиба). Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.	соответствует
Диаметр дистального кончика не менее 9,2 мм	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр вводимой трубки не менее 9,2 мм	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр рабочего канала не менее 2,8 мм	соответствует	соответствует	соответствует
Длина рабочей части не менее 1030 мм	соответствует	соответствует	соответствует

Форсунки и (или) сопло: Воздуховодная форсунка / Воздушно-водоструйное сопло	**соответствует**	**Не соответствует (Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеогастроскопа / Гастровидеоскопа необходимо наличие форсунки и (или) сопло, в технической спецификации потенциального поставщика не описано наличие форсунки и (или) сопла). Дополнения в техническую спецификацию не внесены. Техническая спецификация поставщиком не изменена. Не соответствие.**	**соответствует**
Монитор	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Диагональ не менее 26 дюймов	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Разрешение не менее 1920*1080 пикселей	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Угол обзора сверху/снизу/слева/справа: 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 /	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Держатель для оборудования: Тележка / Столы подставки для медицинской аппаратуры в комплекте	**соответствует**	**соответствует**	**Соответствует**
Держатель монитора	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Течеискатель: Тестер на герметичность / Блок техобслуживания - Устройство предназначено для применения с эндоскопом и другим вспомогательным оборудованием для проверки утечек	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 (девяносто) календарных дней не позднее 30.10.2023 года	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Ахнаев Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524955-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-07-2023 15:01:07

Лот № 4524955-T1

Томограф магнитно-резонансный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524955-T1 Томограф магнитно-резонансный, Савченко Леонтий – (заведующий рентген кабинетом, врач лучевой диагностики, КГКП ОДКБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
3	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Савченко Леонтий

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО QMED LLS	ТОО Медикал Солюшн	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "NIKO PHARM"
Предлагаемая модель МТ:	Система магнитно-резонансный томографии Super Van 1.5T с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф «uMR, варианты исполнения: uMR 588» с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Sola	Томограф магнитно-резансный SIGNA, вариант исполнения SIGNA Explorer, с принадлежностями	Система магнитно- резонансный томографии Prodiva 1.5T CS С принадлежностями.
Производитель МТ:	Производитель: Suzhou Lonwin Medical System Co., Ltd.,	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	Производитель: Siemens Healthcare GmbH, Германия	Производитель, страна: CE HEALTHCARE (IANJIN) COMPANY LIMITED, Китай	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**		**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Гентри не менее 600 мм	соответствует	соответствует	Соответствует, 700, превосходит	соответствует	соответствует
Оперативная память консоли оператора не менее 32 гб	соответствует	Не соответствует, предложено 24 гб, в ТС 32 гб	соответствует	соответствует	соответствует
Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов не менее 16 шт	соответствует	соответствует	Соответствует, Превосходит -64 РЧканала	соответствует	Не соответствует, В ТС радиочастотных каналов не менее 16 шт, в предложении не указано число РЧ каналов
	Дополнительные комплектующие				
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4524956-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-07-2023 14:56:54

Лот № 4524956-Т1

Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4524956-Т1 Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте, Садыкова Еркеш – (заведующая родильным отделением, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
4	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует
5	160840008253, ТОО "INTERMED COMPANY"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Садыкова Еркеш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО "LIFETECH"	АО "Ordamed"	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "ЛАБТРОНИК"	ТОО "INTERMED COMPANY"
Предлагаемая модель МТ:	ALOKA ARIETTA 850	V8	Logiq E10	Система диагностическая ультразвуковая стационарная RS85	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLabX8
Производитель МТ:	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	Samsung Medison Co., Ltd, Республика Корея	GE Medical Systems Ultrasound&Primary Care Diagnostics LLC, США	Samsung Medison Co., Ltd, Республика Корея	Esaote S.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок					
Области применения	соответствует	соответствует	Не соответствует (отсутствует проктология)	соответствует	соответствует
Параметры формирования	соответствует	соответствует	Не соответствует (Диапазон PRF от 0,4 до 27,9 кГц, количество карт 14)	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					

Датчики	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы					
	нет	нет	нет	нет	нет

Эксперт Садыкова ЕМ **ФИО/ подпись**