Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526227-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-07-2023 11:02:29

Лот № 4526227-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526227-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Толегенов Ерлан – (Начальник отдела медоборудования, ГКП на ПХВ Многопрофильная городская больница 1) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	221040030445, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ISHYM MEDICAL"	Не соотвествует
2	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Толегенов Ерлан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия *Лот 4526227 -Т1 – бюджет 30 765 000т*

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ISHYM MEDICAL" (11 880 000Т)**	**ТОО «Медико-инновационные Технологии »**
	Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями, варианты исполнения: **Apogee 2300**	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная **LOGIQ E** в комплекте ,
	Производитель МТ:	Производитель: Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd, Китай	GE Medical Systems China Co., Ltd .
	Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство Гинекология Кардиология Скелетно-мышечная система Ангиология Урология Поверхностно расположенные органы и структуры Педиатрия Неонатология Ортопедия	Технической спецификации указано :Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство Гинекология Кардиология Скелетно-мышечная система Ангиология Урология Поверхностно расположенные органы и структуры Педиатрия Неонатология Ортопедия. В Регистрационном удостоверении указано : Система предназначена для получения изображений общего назначения, кардиологических, акушерских и гинекологических исследований, а также исследований сосудов, молочных желез, простаты, проведения допплерографии и цветного допплеровского картирования, в зависимости от операционной системы и специального программного обеспечения, а также совместимых с системой ультразвуковых датчиков. А также на сайте компании	Полное соответствие
	Специализированная программа для абдоминальных исследований: Интраоперационные исследования / Пакет визуализации абдоминальных исследований. Специализированная программа для поверхностно расположенных органов и структур: Опорно-двигательный аппарат (стандартные и поверхностные исследования) / Пакет визуализации исследований поверхностных органов и структур.	Не соответствие : Специализированная программа для абдоминальных исследований: Интраоперационные исследования / Пакет визуализации абдоминальных исследований. Специализированная программа для поверхностно расположенных органов и структур: Опорно-двигательный аппарат (стандартные и поверхностные исследования) / Пакет визуализации исследований поверхностных органов и структур. Специализированная программа для скелетно-мышечной системы: Исследования костно-мышечных	Полное соответствие
	акушерства: Акушерство / исследования плода/ Пакет визуализации акушерских исследований. Специализированная программа для гинекологии: Гинекологические исследования / Пакет визуализации гинекологических исследований	Не соответствие : нет указания на данные исследования в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для педиатрии: Педиатрические исследования/ Пакет визуализации педиатрических исследований. Специализированная программа для урологии: Урологическое исследование / Пакет визуализации урологических	Не соответствие : нет указания на данные исследования в РУ	Полное соответствие

	Специализированная программа для неонатологии: Неонатальные исследования / Пакет визуализации неонатальных исследований. Специализированная программа для ортопедии: Ортопедические исследования / Пакет визуализации ортопедических исследований.	Не соответствие : нет указания на данные исследования в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для кардиологии: Кардиологическое исследование (взрослых и детей) / Пакет визуализации кардиологических исследований. Специализированная программа для ангиологии: Сосудистые исследования /	Не соответствие : нет указания на данные исследования в РУ	Полное соответствие
	Триплексный режим: Программа для поддержки триплексного режима: - B+CFM+PW, - B+PD+PW / B-режим + PW + ЦДК; B-режим + TVI+TVD	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для аккумуляции в режиме ЦДК и ЭД Специализированная программа для поддержки режима виртуального конвекса: Режим ЦДК или цветовой допплер, Энергетический допплер и режим	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для увеличения ширины ближней зоны визуализации фазированного датчика: Режим - обеспечивающий широкий обзор в ближней зоне, на секторных и линейных датчиках / Трапецивидная визуализация	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для поддержки режима кодированной тканевой гармоники: Визуализация с кодированием гармоник (тканевые гармоники) / Гармоническая визуализация тканей.	**НЕ соответствие :** **Нет указания данный режим в РУ**	Полное соответствие
	Специализированная программа для поддержки режима формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования: Режим - обеспечивающий пространственную компоновку изображений, полученных под 3, 5, 7 или 9 углами / формирование изображения через автоматический выбор количества углов поворота (до 9) на основе выбранного пользователем разрешения / частоты кадров.	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для поддержки режима получения изображения на основе адаптивного алгоритма: -Совместимость с датчиками - Совместимость с режимами визуализации: Визуализация с подавлением зернистости обеспечивает несколько уровней подавления зернистости Функция совместима с B-режимом, цветной и трехмерной визуализацией / Оптимизация изображении в	**НЕ соответствие :** **Нет указания данный режим в РУ**	Полное соответствие
	Специализированная программа для автоматической оптимизации изображения в B-режиме по свойствам тканей: Оптимизация изображении в B-режиме на основании текущих данных (автоматическая оптимизация по ткани, АТО) / программа для автоматической оптимизации изображения в B - режиме по акустическим свойствам тканей-	НЕ соответствие : Нет указания данный режим в РУ	Полное соответствие

	Специализированная программа для автоматической оптимизации допплеровского спектра: Программа для автоматической оптимизации допплеровского спектра.	**НЕ соответствие :** Нет указания данный режим в РУ	Полное соответствие
	Настройка: Специализированная программа для настройки и регулировки следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М - режима - CFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы - PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима.	**НЕ соответствие :** Нет указания данный режим в РУ(нет анатомического М -режима)	Полное соответствие
	Архивация и обработка ультразвуковых изображений в цифровом виде: Архивация и обработка ультразвуковых изображений в цифровом виде.	Соответствие	Полное соответствие
	Архив пациентов: Составление архивов пациентов. Сохранение статических и динамических изображений: Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM. Вывод отчётов об исследованиях.	**НЕ соответствие :** Нет указания данный режим в РУ (нет указания на Dicom)	Полное соответствие
	Специализированная программа для автоматического обсчёта допплеровского спектра в реальном триплексном режиме: Специализированная программа для автоматического обсчёта допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - Количество отображаемых параметров, не менее 8.	**НЕ соответствие :** Нет указания данный режим в РУ	Полное соответствие
	Частота кадров не менее 755, не более 1598.	Соответствие	Полное соответствие
	Приемо-передающих каналов, не менее 128571.	Соответствие	Полное соответствие
	Динамический диапазон, не менее 170 дБ.	Соответствие	Полное соответствие
	Глубина сканирования, не менее 30 см.	Соответствие	Полное соответствие
	Частотный диапазон системы УЗ: Частотный диапазон работы системы: не менее 1 Мгц – 15 мгц.	Соответствие	Полное соответствие
	Автономная работа: Автономная работа без подключения к сети, не менее 25 минут.	Соответствие	Полное соответствие
	Поддержка датчиков: Конвексные Микроконвексные, Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Интраоперационные	**НЕ соответствие :** Нет чреспищеводных , и интраоперационных датчиков (по РУ)	Полное соответствие

	Класс. Конструктивное исполнение: портативный. Комплект кабелей электропитания. Комплект эксплуатационной документации.	Соответствие	Полное соответствие
	Режимы сканирования: В-режим М-режим	Соответствие	Полное соответствие
	Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчик	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Пространственное компаундирование Режим второй (тканевой) гармоники THI	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Импульсно-волновой допплер PW Цветной допплер CFM	Соответствие	Полное соответствие
	Энергетический допплер PD Направленный энергетический допплер Триплексный режим в реальном времени	Соответствие	Полное соответствие
	Многолучевой режим.	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Формирование изображений: Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора: Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора, Динамическая фокусировка на прием, Динамическая апертура на излучение и прием, Аподизация на излучение и прием, Частотное компаундирование, Динамическая фильтрация по глубине сканирования,	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Измерения в В-режиме. Измерения в М-режи	Соответствие	Полное соответствие
	Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: Измерения: Линейная скорость, Средняя скорость, Временные интервалы, Индекс резистентности, Пульсационный индекс, Частота сердечных сокращений, Автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, Автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени.	Соответствие	Полное соответствие
	Сервисные функции: Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; Регулировка скорости просмотра кинопетли;	Соответствие	Полное соответствие
	Наличие печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер;	Соответствие	Полное соответствие
	Режим автоподстройки В-изображения; Режим автоподстройки допплеровского изображения; Наличие предустановленных протоколов исследований	Соответствие	Полное соответствие
	Модуль для дистанционной диагностики аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком.	Соответствие	Полное соответствие
	Кинопетля, количество кадров - от 3000 до 73973	Соответствие	Полное соответствие

	Запись кинопетель в формате DICOM: Запись кадров и кинопетель в формате DICOM. Запись кадров и кинопетель в формате (jpg, avi, wmv): Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с (jpg, avi, wmv).	НЕ соответствие : Нет указания данный режим в РУ (нет указания на Dicom)	Полное соответствие
	Архивация изображений на встроенный жесткий диск. Архивация изображения на внешний носитель: Архивация изображений на внешние носители, через порт USB.	Соответствие	Полное соответствие
	Глубина проникновения в В-режиме: Глубина проникновения в В-режиме, не менее 300 мм. Положения по глубине сканирования зоны фокуса на излучение: Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение не менее 8	Соответствие	Полное соответствие
	Наклонное ультразвукового сканирование линейного датчика: Наличие наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, 20.	Соответствие	Полное соответствие
	Шкала серого, градаций, не менее 256.	Соответствие	Полное соответствие
	Диапазон измерительного объёма в режиме импульсно-волнового допплера: Диапазон значений измерительного объёма в режиме импульсно-волнового допплера PW, не менее от 0,8 – 24,6 мм.	Соответствие	Полное соответствие
	Многолучевой приём.	**НЕ соответствие :** **Нет указания на данный режим в РУ**	Полное соответствие
	Анатомический М-режим.	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Цветной монитор. Диагональ монитора: Диагональ не менее 15 дюймов; Разрешение экрана: Разрешение, пиксель, не менее 1024x768. Устройства ввода. Функциональная клавиатура.	Соответствие	Полное соответствие
	Конвексный датчик : Диапазон частот не менее 1Мгц - не более 5 МГц Количество элементов, не менее 192 Радиус кривизны, не менее 45 мм и не более 55 мм	**НЕ соответствие :** Диапазон частот 1.0 Мгц 6.0 МГц Количество элементов, 192 Радиус кривизны, 60 мм.	Полное соответствие
	Микроконвексный внутриполостной датчик: Диапазон частот: не менее 4Мгц, не более 10 МГц Количество элементов 128 Радиус кривизны не менее 10,7 мм	**НЕ соответствие :** Диапазон частот: 2.5 Мгц, - 13.0 МГц Количество элементов 128 Радиус кривизны 11 мм.	Полное соответствие
	Линейный датчик : Диапазон частот: не менее 2Мгц, не более – 13 МГц Количество элементов- не менее 192 Размер апертуры, не менее 38,4 мм	**НЕ соответствие :** Диапазон частот: 2.0 Мгц, – 16.0 МГц Количество элементов - 192 Размер апертуры, 38,4 мм.	Полное соответствие
	Дополнительные комплектующие		
	Принтер черно-белый: Принтер черно-белый	Соответствие	Полное соответствие
	Тележка с активными портами для подключения датчиков : Тележка с тремя активными портами для датчиков и регулировкой по высоте	Соответствие	Полное соответствие

Заключение Эксперта	

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по ЛОТ 4526227-Т1

Наименование потенциального Поставщика	*Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)*
ТОО "ISHYM MEDICAL"	НЕ соответствует по Технической спецификации
ТОО «Медико-инновационные Технологии »	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526231-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-07-2023 17:00:27

Лот № 4526231-Т1

Наркозно-дыхательный аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526231-Т1 Наркозно-дыхательный аппарат, Аргынов Куат – (Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, КГП на ПХВ "Павлодарская областная детская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Соответствует
3	190540030571, Товарищество с ограниченной ответственностью "Sanamedical"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Аргынов Куат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО "LIFETECH"	АО "Sanamedical"	ТОО "Альянс"
Предлагаемая модель МТ:	GENESYS	Carestation 650	EX-65
Производитель МТ:	HERSILL S.L.	GE Medical Systems Co. Ltd	Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Области применения	соответствует	соответствует	Соответствует
Основной блок			
Аккумулятор. При полной зарядке обеспечивается полная функциональность и вентиляция системы в течение 90 минут / Автономная работа от аккумулятора: 90 мин (стандартно, при полном заряде).	соответствует	соответствует	Не соответствует (60 минут)
Дисплей. Сенсорный дисплей не менее 15 дюймов	Соответствует	соответствует	Не соответствует (12,1 дюйм)

Бронхоотсос. Бронхоотсос / Вакуумный бронхоаспиратор	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Дополнительные комплектующие			
Ящик	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Шланг (труба) для удаления отработанного анестетика (газов), многоразового использования	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Датчик потока (детский)	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Контейнер для аспирации	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Бактериальные фильтры (аспиратора)	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Т-образный адаптер	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Одноразовый контур пациента (детский)	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Бактериальные фильтры	Соответствует	соответствует	Не соответствует
Расходные материалы			
	Нет	нет	Нет

ФИО Аргынов Куат Баймуратович Подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526232-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-07-2023 17:04:50

Лот № 4526232-Т1

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526232-Т1 Передвижной рентгеновский аппарат , Нугманов Медет – (Заместитель директора по медицинской части, ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Нур-Султан) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нугманов Медет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «АстаМед»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат серии Jolly Plus: Jolly 4 Plus, Jolly 20 Plus, Jolly 30 Plus, Jolly 30 Plus DR	Цифровая мобильная медицинская рентгенографическая система Модель: DP326B	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D
Производитель МТ:	BMI Biomedical International S.r.l, Италия	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	General Medical Merate S.p.A, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Общие характеристики	**соответствует**	**не соответствуют**	**не соответстсвуют**
Детектор Шаг пикселя (интервал) 140 мкм / до 0,140 мм	соответствует	соответствует	139 мкрн не соответствует
Не менее 2466 x 3040	соответствует	соответствует	3032x2436 пикс не соответствует
Входная мощность Не менее 230 В с частотой не менее 50Гц.	соответствует	соответствует	соответствует
Максимум мА/с Не менее 110 мА/с.	соответствует	соответствует	соответствует

Минимальное фокусное расстояние от пола, мм Не менее 444 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальное фокусное расстояние от пола, мм Не менее 2000 мм.	соответствует	на сайте NDDA указано 1800 ±5% не соответствует	соответствует
Диапазон измерения напряжения кВ 40-125 кВ.	соответствует	на сайте NDDA указано 40-150кВ Не соответсвует	соответствует
Фокальное пятно, мм Не менее 0,6 х 1,3 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Вращение опоры рубки моноблока градусы +90°/-90°	соответствует	соответствует	соответствует
Вращение моноблока в рубке; градусы В пределах от -49° до +190°	соответствует	-15° назад, + 90° вперед-15° назад слабые градусы вращения	-45°/+90° слабые градусы вращения
Максимальная длина в транспортном положении: мм не более 1489 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Макс. высота в транспортном положении: не более 1580 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Макс. ширина в транспортном положении: не более 700 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр колес передние: мм не более 100 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр колес задние: мм не более 300 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Высота рукоятки: мм. 932 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Масса, кг не более 240 кг.	соответствует	соответствует	соответствует
Операционная система Windows	соответствует	соответствует	соответствует

Емкость резервной батареи не менее 2500 мАч.	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновский выход, кВт32 кВт.	соответствует	соответствует	соответствует
Теплоемкость анода, кДж 80 кДж.	соответствует	соответствует	соответствует
Целевой угол, градусы 15°	соответствует	на сайте NDDA указано 12° не соответствует	соответствует
Максимальный размер рабочего поля 43 х 43 см.	соответствует	соответствует	соответствует
Интенсивность освещения, люкс 160 люкс	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительная фильтрация, мм алюминий не менее 2,0 мм Al.	соответствует	на сайте NDDA указано 1.2 мм Al	соответствует
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует
Коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526233-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-07-2023 16:31:43

Лот № 4526233-T1

Ультразвуковая диагностическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526233-T1 Ультразвуковая диагностическая система , Нугманов Медет – (Заместитель директора по медицинской части, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	221040030445, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ISHYM MEDICAL"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
5	160940026334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
7	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нугманов Медет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «QUORU»	ТОО «Актар»	ТОО «Альянс»	АО «Ordamed»	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Ishym Medical»	ТОО «ZEIN INVEST»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS моделей HS60	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS моделей HS40	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40, S40 Pro, S40 Exp, S35	Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями, варианты исполнения: Apogee 5800	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Premier с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, КНР	Samsung Medison, Южная Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, КНР	Samsung Medison, Южная Корея	SonoScape Medical Corp., Китай	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd, Китай	GE Medical System China Co., Ltd, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**
		Основные комплектующие					
Основной блок, Базовый блок / Консоль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Базовый пакет программного обеспечения, Полный пакет прикладных программ, включая все виды расчетов и измерений /	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Итегрированое программное обеспечение							
Дополнительные комплектующие							
Кардиологический модуль, Модуль ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подогрев геля	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер, Черно-белый видеопринтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвекстный, Датчик конвексный Диапазон частот: не менее 1,3 не более 10 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**1 – 7 МГц, не соответствует**	**1 – 6 МГц, не соответствует**	Соответствует
Датчик линейный, Датчик линейный Диапазон частот: не менее 3,0 не более 16 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Отсутствует, не соответствует**	Соответствует
Датчик фазированный, Датчик фазированный Диапазон частот: не менее 1,0 не более 5,0 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**1 – 5,4 МГц, не соответствует**	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный, Датчик микро-конвексный Диапазон частот: не менее 2 не более 12,8 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**3 – 15 МГц, не соответствует**	Соответствует	Соответствует
Постоянно-волновой допплер: Постоянно / непрерывно волновой допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Анатомический М-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тканевой допплер, Тканевой Допплер / поддержка быстрой визуализации в цвете кровяного потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Нелинейный анатомический М-режим, М-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Измерение сократимости сердца, Количественный анализ сократимости миокарда / Не доплеровская методика оценки систоло-диастолической деформации миокарда	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Отсутсвует, не соответствует**
Отслеживание ткани или объемной визуализации: Отслеживание Ткани с Количественного анализа / Технология объемной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стресс-Эхо	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение улучшающие ультразвуковое исследование, Исследования с контрастом / программа протоколирования этапов исследования с последующим включением необходимых режимов в проведении исследования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Отсутствует, не соответствует**
Эластография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа улучшения визуализации иглы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Панорамное сканирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Расчёт комплекса интимамедиа, Измерения и анализа толщины комплекса интимамедия / Автоматический расчет комплекса интимамедиа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Напряжение:~220-240± 10%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кратность фазы, однофазный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет информации, не соответствует**
Частота сети 50/60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность до 0,75 кВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет информации, не соответствует**
Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 С	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**0 градус С- 40 градус С, даны не корректные данные, не соответствует http://register.ndda.kz/category/search_prep**	Соответствует
Относительная влажность 30 -75% без допущения возможности образования конденсата	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует, 30 – 85%, даны не корректный данные http://register.ndda.kz/category/search_prep	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526234-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-07-2023 15:54:14

Лот № 4526234-Т1

Оборудование эндоскопическое для визуализации и обработки изображения

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526234-Т1 Оборудование эндоскопическое для визуализации и обработки изображения, Жантуренов Олжас – (заведующий отделением эндоскопии, городской центр фтизиопульмонологии города Астаны) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140440004242, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ"	Соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	940514400284, ИП ШЕГАЙ ЖАННА	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жантуренов Олжас

Таблица соответствия
(№4526234-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	ИП ШЕГАЙ ЖАННА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система ELUXEO с принадлежностями и расходным материалом	Оборудование эндоскопическое серии Evis Exera III для визуализации и обработки изображения, Olympus Medical System Corp., Япония
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical System Corp., Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Монитор	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	Соответствует	Соответствует
Качество видео: LCD/ HD		Соответствует	Соответствует
Размер по диагонали: 26 дюймов		Соответствует	Соответствует
Разрешение монитора: 1920 × 1080		Соответствует	Соответствует
Выходные разъемы: DVI-D, D-Sub, SDI		Соответствует	Соответствует
Видеоцентр	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а	Соответствует	Соответствует
Видео,центр/Видеопроцессор		Соответствует	Соответствует
Разрешение изображения видео сигнала: HD		Соответствует	Соответствует

Разрешающая способность: 1080p	также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	Соответствует	Соответствует
Совместимость с УЗИ: Совместимость с УЗИ-эндоскопами / Ультразвуковое исследование		Соответствует	Соответствует
Режим оптической визуализации: Режим (визуализация в синем свете) для облегчения визуализации поверхностных сосудов и слизистых оболочек.		Соответствует	Соответствует
Режим (визуализация с усилением связанных цветов) для четкой обрисовки контура слизистых для обнаружения воспалительных процессов./ Система -обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки.		Соответствует	Соответствует
Настройка интенсивности освещения (яркости): Высокоэффективная система освещения / Увеличение / уменьшение яркости изображения.		Соответствует	Соответствует
Режим усиления краев изображения: Визуализации краев / Увеличение четкости краев на эндоскопическом изображении		Соответствует	Соответствует
Масштабирование изображения: Технологией обработки изображений / Настройка эндоскопических изображений		Соответствует	Соответствует
Улучшение качества изображения: Алгоритм уменьшения "шума" изображений		Соответствует	Соответствует
Функция стоп кадр		Соответствует	Соответствует
Ирисовая диафрагма		Соответствует	Соответствует
Выходные разъемы видеоцентра: Выходной разъем DVI Выходной разъем SDI Выходной разъем Composite		Соответствует	Соответствует
Совместимость с мониторами с высокой четкостью (HDTV)		Соответствует	Соответствует
Подключение принтера: Возможность подключения принтера		Соответствует	Соответствует

Подключение цветного видеопринтера: Возможность подключения цветного видеопринтера		Соответствует	Соответствует
Подключение вспомогательного оборудования: Разъем вспомогательного оборудования		Соответствует	Соответствует
подключение видеозаписывающего устройства: Возможность подключения видеозаписывающего устройства		Соответствует	Соответствует
Режим PoP: Режим PoP (2картинки-рядом) для работы в режиме нескольких изображений		Соответствует	Соответствует
DICOM интерфейс: Возможность подключения к компьютерной сети/DICOM интерфейс		Соответствует	Соответствует
Запись эндоскопических изображений: Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USBкарта или внешний жесткий диск) подключаемое через USB порт		Соответствует	Соответствует
Идентификация подключаемого эндоскопа: Информация об эндоскопе / Функция идентификации подключаемого эндоскопа		Соответствует	Соответствует
Настраиваемые кнопки на передней панели		Соответствует	Соответствует
Регулировка баланса белого цвета		Соответствует	Соответствует
Внутренняя память: До 50 пациентов		Соответствует	Соответствует
Отображение на экране информации об пациенте: Отображение на экране информация: код / ID пациента, имя, пол и возраст, дата рождения.		Соответствует	Соответствует
сохранения настроек системы: Возможность сохранения пользовательских настроек / конфигурации системы		Соответствует	Соответствует
Дистанционные функций управления эндоскопическим изображением на клавиатуре		Соответствует	Соответствует
Размер по ширине: Не более 390 мм.		Соответствует	Соответствует

Размер по глубине: Не более 489 мм.		Соответствует	Соответствует
Размер по высоте: Не более 110 мм.		Соответствует	Соответствует
Вес: Не более 10,7 кг.		Соответствует	Соответствует
Источник света	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	Соответствует	Соответствует
Источник света/Светодиодный (LED) источник света		Соответствует	Соответствует
Тип осветителя/освещения: Ксеноновая/светодиодная		Соответствует	Соответствует
Мощность лампы в источнике света: Не менее 300Вт/4-LED		Соответствует	Соответствует

Эксперт **Жантуренов Олжас Касымович**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526235-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-07-2023 10:12:20

Лот № 4526235-Т1

Аппарат рентгеновский цифровой стационарный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526235-Т1 Аппарат рентгеновский цифровой стационарный, Перминов Александр – (Старший рентген лаборант, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
3	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Соответствует
4	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перминов Александр

Наименования потенциальных поставщиков	Алма-мед	Алаш-KZ	Maxima Group	ФАРМАКС-2
Предлагаемая модель МТ:	New Oriental 1000 ND	New Oriental 1000 ND	GXR-52SD	DR 400
Производитель МТ:	Beijing Wandong Medical Technology Co, Китай	Beijing Wandong Medical Technology Co, Китай	DRGEM Corporation, Корея	Производитель: Agfa NV, Бельгия, производственная площадка Agfa - Gevaert HealthCare GmbH, Германия
Наименование комплектующего МТ	Результат рассмотрения (соответствует/не соотвествует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соотвествует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соотвествует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соотвествует/ комментарии)
Соответствие/несоответствие	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует
Стол пациента				
Высота регулируемая,мм: не менее 550мм, не более 900 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина верхней части стола,мм: не менее 750мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина верхней части стола,мм: 2200мм	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Поглощение рентгеновских лучей, ммАл: не менее 0,7 ммАл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Продольное перемещение верхней части стола,мм: не менее 1000 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поперечное перемещение верхней части стола,мм: не менее 240 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальный вес пациента,кг: не более 320кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Преобразователь детектора стационарного в составе стола пациента: CsI – иодид цезия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер пикселя детектора стационарного в составе стола пациента: 139 мкм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрица изображения (в пикселях) детектора стационарного в составе стола пациента: не менее 3052 x 3052 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напольная стойка для рентгеновской трубки				
Продольное перемещение подставки рентгеновской трубки, мм: не менее 1305 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Высота напольной стойки, мм: не менее 2327 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Детектор переносной				
Преобразователь: CsI – иодид цезия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер пикселя: не менее 139 мкм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрица изображения в пикселях: не менее 2540 x 3052 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес: не более 5,5 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Настенный штатив				
Высота штатива, мм: не менее 1750мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина штатива, мм: не менее 651 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поглощение излучения штатива, ммАл: не менее 0.5ммАл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
AEC (автоматич. управление экспозицией), значения мАс: не менее 0.4, не более 600мАс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор				
Максимальная мощность генератора,кВт: не менее 50 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная сила тока, мА: не более 650мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальная сила тока, мА: 10мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 80 кВ: не менее 630 мА при 80 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 100 кВ: 500 мА при 100 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 125 кВ: 400 мА при 125 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 150 кВ: не менее 320 мА при 150 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Произведение силы тока в мА на время: не менее 0,1 мАс, не более 600 мАс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трубка рентгеновская				
Фокусное пятно: не менее 0,6 не более 1.2мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Целевой угол: не менее 12°	Соответствует	Соответствует	12	12

Теплоемкость (тыс. тепловых единиц): не менее 200 тыс. тепловых единиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор				
Тип управления: ручное управление	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Внутренняя фильтрация излучения: 2 мм алюминиевый эквивалент	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция				
Рабочая станция визуализации для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера.				
Процессор: Intel® Pentium G5400 с графическим ядром Intel®, UHD Graphics 610 (3,7 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)/ Intel Core i5-6500 3.2ГГц (до 3.6ГГц) 6M 4C TWR CPU	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Жесткий диск,ТБ: не менее 1ТБ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор				
Разрешение экрана, пикселей: 1920 x 1080 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер экрана, дюйм: не менее 22 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение рабочей станции				
Одновременная визуализация плотных и мягких тканей в одном изображении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Улучшенная визуализация органов брюшной полости	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Перминов А.С.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526236-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 16:46:42

Лот № 4526236-Т1

Передвижной цифровой рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526236-Т1 Передвижной цифровой рентгеновский аппарат, Красильникова Ирина – (Заведуещая родильным отделением, КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	080740011581, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС РК"	Не соотвествует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
3	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Красильникова Ирина

Заключение эксперта

по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526236-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023

Лот № 4526236-Т1

Передвижной цифровой рентгеновский аппарат.

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526236-Т1 Передвижной цифровой рентгеновский аппарат, ФИО – (врач Красильникова Ирина Владимировна КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2 "	Не соответствует
2	050940004658, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА-МЕД"	Соответствует
3	080740011581, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС РК"	Не соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО " ФАРМАКС - 2 "	ТОО " АЛМА-МЕД"	ТОО " ДЕЛЬРУС РК "	ТОО " НЕОМЕДИКАЛ "	ТОО " АЛЬЯНС "
Предлагаемая модель МТ:	DR 100e	MAC-R32D	MAC-R32D	DP326B	DP326B
Производитель МТ:	Не указан	General Medical Merate spa, Италия	General Medical Merate spa, Италия	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Штатив	Не соответствует (максимальное расстояние источник-пол не более 2064 мм. Предлагается 2153 мм. Латеральное вращение моноблока ±90°. Предлагается ±180°	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Тормозная система / Тормозная система с двухступенчатым тормозом)	Не соответствует, согласно данным краткой технической характеристики (РУ: РК-МТ-0№022647), указанным в базе Нац. Центра экспертизы ЛС и МИ минимальное расстояние источник-пол указано 580 мм, предлагается 450 мм, максимальное расстояние источник-пол указано 1800 мм, предлагается 2000 мм.	Соответствует
Рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует,	Соответствует

трубка				согласно данным краткой технической характеристики (РУ: РК-МТ-0№022647), указанным в базе Нац. Центра экспертизы ЛС и МИ скорость вращения анода указана 10800 об/мин, предлагается 9000 об/мин	
Цифровой плоскопанельный детектор	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (цифровой плоскопанельный детектор/цифровой плоскопанельный детектор беспроводной).	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (цифровой плоскопанельный детектор/цифровой плоскопанельный детектор беспроводной. Сенсорная панель (ПК) / сенсорный дисплей, планшет.).	Соответствует
Встроенная в передвижной рентгенаппарат система цифровой обработки изображения	Не соответствует. Не указано конкретное значение сенсорной панели (запрашивается не менее 19 дюймов). Отсутствуют данные об отображении плотности пациента на сенсорной панели	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Встроенная сенсорная панель управления (ПК) с диагональю, 19 дюймов для получения цифрового	Соответствует

				изображения, установкой и отображением параметров работы генератора, выбора работы с отсеивающей решеткой, плотности пациента. Интуитивно понятный символьный интерфейс пользователя / Интегрированный в систему сенсорный экран 19 дюймов, персональный компьютер с доступным к пониманию графическим интерфейсом)	
Параметры рабочей станции лаборанта	Не соответствует (требуется процессор с частотой не менее 1,6 ГГц. Предлагается 1,5 ГГц. Нет данных об объеме жесткого диска. Требуется 500 Гб)	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Программное обеспечение для получения и обработки цифровых изображений: горизонтальная и вертикальная инверсия, регулировка яркости и контрастности, панорамирование, деление экрана, электронные шторки / Программное обеспечение для диагностики и обработки изображений.	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Программное обеспечение для получения и обработки цифровых изображений: горизонтальная и вертикальная инверсия, регулировка яркости и контрастности, панорамирование, деление экрана, электронные шторки / Программное обеспечение для диагностики и обработки изображений.	Соответствует

			Обработка изображений: коррекция изображения, настройка яркости и контрастности, горизонтальная и вертикальная инверсия изображения, автоматическая регулировка окон, автоматическая резка, электронные шторки, автоматическая коробка передач)	Обработка изображений: коррекция изображения, настройка яркости и контрастности, горизонтальная и вертикальная инверсия изображения, автоматическая регулировка окон, автоматическая резка, электронные шторки, автоматическая коробка передач)	
Генератор	Не соответствует (требуется диапазон мАс не менее 0,5-320 мАс. Предлагается 0,1-220 мАс)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Прямоугольная диафрагма/ Прямоугольное поле излучения Регулируемая с подсветкой (галогенная лампа) /регулируемое с подсветкой (светодиодная лампа). Ручная регулировка шторок коллиматора / ручная регулировка поля	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Прямоугольная диафрагма/ Прямоугольное поле излучения Регулируемая с подсветкой (галогенная лампа) /регулируемое с подсветкой (светодиодная лампа). Ручная регулировка шторок коллиматора / ручная регулировка поля	Соответствует

			излучения)	излучения)	
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526237-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 16:27:27

Лот № 4526237-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526237-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Садыкова Еркеш – (заведующая родильным отделением, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Садыкова Еркеш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО « Астамед»	ТОО « ZEIN INVEST»	ТОО « TND»	ТОО « АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ»	ТОО « Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	SonoScape S2N	LOGIQ в комплекте	CX50	Apogee2300	MX7
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP КИТАЙ	GE Medical Systems (China) Co.,Ltd , Китай	Sanmina-SCI Systems Singapore Pte Ltd Сингапур	Santou Institute of Ultrasonic Insruments Co., Ltd Китай	Shenzhen Mindray Bio-MedicalElectronics Co., LTD
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
	Не соответствуют (конвексный датчик количество элементов не меннее 128, ректовагинальный датчик диапазон частот 3-10 МГц)	Соответствует	Соответсвует	Соответсвует	Соответсвует
Дополнительные комплектующие					
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы					
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526239-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-07-2023 08:56:32

Лот № 4526239-Т1

Видеостойка в комплекте с гастровидеоскопом и видеоколоноскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526239-Т1 Видеостойка в комплекте с гастровидеоскопом и видеоколоноскопом, Арынов Жандос – (Заведующий отделением диагностики, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	140440004242, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ"	Соответствует
3	940514400284, ИП ШЕГАЙ ЖАННА	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Арынов Жандос

Таблица соответствия
(№4526239-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	ИП ШЕГАЙ ЖАННА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система ELUXEO с принадлежностями и расходным материалом	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1 в комплекте с принадлежностямиOlympus Medical Systems Corp., Япония
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical System Corp., Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Мобильная рабочая станция/Тележка	в технической спецификации не указаны модели поставляемого оборудования и его комплектующих, из-за чего отсутствует возможность проверить товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации конкурса	**Соответствует**	**Соответствует**
Размер станции по ширине. Размер по ширине: не менее 618мм. Размер станции по глубине. Размер по глубине: не менее 624мм. Размер станции по высоте. Размер по высоте: не менее 1331 мм.		Соответствует	Соответствует
Электропитание: Разделительный трансформатор/Изолирующий трансформатор с мощностью от 1200 до 1800 (ВА)		Соответствует	Соответствует
Штатив для эндоскопа/ Стойка для эндоскопов		Соответствует	Соответствует
Монитор	в технической спецификации не указаны модели поставляемого оборудования и его комплектующих, из-за чего отсутствует возможность проверить товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации конкурса	**Соответствует**	**Соответствует**
Качество видео: HD / 4K		Соответствует	Соответствует
Размер по диагонали: 27 дюймов/ 800,8 мм.		Соответствует	Соответствует
Входные разъемы монитора: HD-SDI x 2, DVI-D, DVI-I, RGBS, YPbPr, S-Video, Композитный, VGA/ Разъем HDMI (×1), Разъем DVI-D (1), (RS-232C) (x1), Модульный разъем RJ- 45 (ETHERNET) (×1)		Соответствует	Соответствует
Выходные разъемы монитора: HD-SDI, DVI, RGBS, YPbPr/VGA, S-		Соответствует	Соответствует

Video, Композитный/ 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI			
Вес не менее 8,9 кг. и не более 11,8 кг.		Соответствует	Соответствует
Габаритные размеры: Ширина не менее 678 мм. Высота не менее 445 мм. Глубина не более 84 мм.		Соответствует	Соответствует
Видеоцентр	в технической спецификации не указаны модели поставляемого оборудования и его комплектующих, из-за чего отсутствует возможность проверить товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации конкурса	**Соответствует**	**Соответствует**
Видеоцентр/Видеопроцессор		Соответствует	Соответствует
Разрешение изображения видео сигнала: Full HD/ 4K/HD		Соответствует	Соответствует
Совместимость с УЗИ: Ультразвуковое исследование/ Подключение эндоскопического ультразвукового центра.		Соответствует	Соответствует
Режим оптической визуализации: Комбинация специальных длин волн света приводит к улучшению и точному контрастному изображению. Усиленный контраст в красном цвете позволяет эффективнее обнаружить воспалительный процесс и передать точное изображение. /Режим обследования при обычном освещении.		Соответствует	Соответствует
Мануальная настройка интенсивности освещения: Настройка яркости / Обеспечение максимальной интенсивности освещения.		Соответствует	Соответствует
Режим усиления краев изображения: Улучшения визуализации краев/ Усиление четкости мелких структур и контура эндоскопического изображения.		Соответствует	Соответствует
Масштабирование изображения: Электронное масштабирование изображения.		Соответствует	Соответствует
Режим контрастности изображения: Спектральная функция обработки изображений/ Переключение контрастности		Соответствует	Соответствует
Функция стоп кадр: Функция заморозки кадров/ Получение стоп-кадра эндоскопического изображения.		Соответствует	Соответствует

Ирисовая диафрагма.			
Ножной переключатель: Наличие ножной педали/переключателя.		Соответствует	Соответствует
Использование дополнительного оборудования для расширения системы: Возможность расширения/использования дополнительного оборудования/ Установка дополнительного устройства.		Соответствует	Соответствует
Выходные разъёмы видеоцентра: DVI-D x2, DVI-I x1, HD-SDI x2, RGB-TV x1, S VIDEO x1, VIDEO x1/ 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)		Соответствует	Соответствует
Совместимость с монитором с высокой четкостью: Выход Full HD/ Совместимость с мониторами с высокой четкостью (HDTV)		Соответствует	Соответствует
Возможность подключения принтера		Соответствует	Соответствует
Возможность подключения цветного видеопринтера		Соответствует	Соответствует
Возможность подключения видеозаписывающего устройства		Соответствует	Соответствует
Режим нескольких изображений: Режим PoP (2 картинки-рядом) для работы в режиме нескольких изображений.		Соответствует	Соответствует
DICOM интерфейс.		Соответствует	Соответствует
USB порт.		Соответствует	Соответствует
Функция идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели/типе, серийном номере, диаметр канала, наружный диаметр дистального конца		Соответствует	Соответствует
Настраиваемые кнопки на передней панели для программирования их на пользовательские функции дистанционного управления.		Соответствует	Соответствует
Отображение на экране информации о пациенте.		Соответствует	Соответствует
Пользовательские настройки.		Соответствует	Соответствует

Подключение инсуффлятора эндоскопического. Возможность подключения эндоскопического регулятор CO2.		Соответствует	Соответствует
Управление эндоскопическим изображением на клавиатуре. Управление/ Настройка дистанционного управления на клавиатуре.		Соответствует	Соответствует
Размер по ширине видеоцентра. Размер по ширине: не более 390 мм. Размер по глубине видеоцентра. Размер по глубине: не более 488 мм. Размер по высоте видеоцентра. Размер по высоте: не более 198 мм.		Соответствует	Соответствует
Вес видеоцентра: не более 19,4 кг.		Соответствует	Соответствует
Источник света	в технической спецификации не указаны модели поставляемого оборудования и его комплектующих, из-за чего отсутствует возможность проверить товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации конкурса	**Соответствует**	**Соответствует (встроен в Видеоинформационный центр)**
Тип освещения: светодиодное		Соответствует	Соответствует
Освещение: От 3,93 до 15 Вт.		Соответствует	Соответствует
Срок службы осветителя (лампы): 10000 часов		Соответствует	Соответствует
Ручная регулировка уровня яркости		Соответствует	Соответствует
Насос для подачи воды/воздуха: Воздушный насос/ компрессор.		Соответствует	Соответствует
Подача воздуха: Установка давления подачи воздуха на трех уровнях: высокое, среднее и низкое.		Соответствует	Соответствует
Размер по ширине источника света. Размер по ширине: не более 390мм Размер по глубине источника света. Размер по глубине: не более 488 мм. Размер по высоте источника света. Размер по высоте: не более 198 мм.		Соответствует	Соответствует
Вес: не более 19,4 кг		Соответствует	Соответствует
Видеогастроскоп	в технической спецификации не указаны модели поставляемого оборудования и его комплектующих, из-за чего отсутствует возможность проверить товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации конкурса	**Соответствует**	**Соответствует**
Поле зрения Видеогастроскопа: оптическая система (поле зрения) 140 градусов нормальное положение близкий не менее 56 градусов.		Соответствует	Соответствует
Глубина резкости видеогастроскопа 3-100 мм.		Соответствует	Соответствует
Режим увеличения изображения: не менее в 100 раз		Соответствует	Соответствует

Наружный диаметр дистального конца 9,9 мм.		Соответствует	Соответствует
Наружный диаметр вводимой трубки/ гибкой части не более 9,8мм		Соответствует	Соответствует
Диаметр инструментального канала 2,8 мм		Соответствует	Соответствует
Обработка изображений в специальном режиме.		Соответствует	Соответствует
Углы изгиба: вверх/вниз 210/90 градусов, влево/вправо 100/100 градусов		Соответствует	Соответствует
Рабочая длина вводимой части/секции не более 1100 мм и не менее 1030 мм.		Соответствует	Соответствует
Общая длина эндоскопа не более 1400 мм и не менее 1350 мм.		Соответствует	Соответствует
Видеоколоноскоп	в технической спецификации не указаны модели поставляемого оборудования и его комплектующих, из-за чего отсутствует возможность проверить товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации конкурса	**Соответствует**	**Соответствует**
Поле зрения Видеоколоноскопа: нормальный не менее140 градусов, близкий не менее 56 градусов.		Соответствует	Соответствует
Глубина резкости Видеоколоноскопа 3-100 мм.		Соответствует	Соответствует
Режим фокуса: Близкий фокус не менее 1,5 не более 5,5 мм.		Соответствует	Соответствует
Режим увеличения изображения: не менее чем в 90 раз		Соответствует	Соответствует
Наружный диаметр дистального конца не более 13,2 мм.		Соответствует	Соответствует
Наружный диаметр вводимой трубки/ гибкой части не более 12,8мм		Соответствует	Соответствует
Диаметр инструментального канала не более 3,7 мм		Соответствует	Соответствует
Обработка изображений в специальном режиме.		Соответствует	Соответствует
Углы изгиба вверх/вниз 180/180 градусов, влево/вправо 160/160 градусов		Соответствует	Соответствует
Рабочая длина вводимой части/секции не более 1690 мм.		Соответствует	Соответствует
Общая длина эндоскопа не более 2010 мм.		Соответствует	Соответствует
Регулировка жесткости эндоскопа: Кольцо регулировки гибкости/ Регулировочное кольцо гибкости вводимой трубки		Соответствует	Соответствует

Эксперт **Арынов Жандос Курманбекович**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526241-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-07-2023 20:53:18

Лот № 4526241-Т1

Ультразвуковая медицинская диагностическая система с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526241-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система с принадлежностями, Конысова Софья – (Зав.отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
2	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Соответствует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
4	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует
5	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4526241-T1 /Ультразвуковая медицинская система с принадлежностями/

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО **"МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"**	ТОО "Акетау Мед Комплект "	ТОО "Hydromed"	ТОО "SUNMEDPLUS"	ТОО "Пром-ЕА"
Предлагаемая модель МТ:	**Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8, исполнение E-CUBE 8 Diamond**	**Ультразвуковая медицинская диагностическая система с принадлежностями**, варианты исполнения: Apogee 6300 , «Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd», Китай	Система диагностическая ультразвуковая «My Lab X7», Италия	Система диагностическая ультразвуковая «Aplio a450», Япония	Система диагностическая ультразвуковая
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Стационарная цифровая ультразвуковая система экспертного класса	Не указана опция контрастной ангиографии с применением контрастных веществ с низким механическим индексом	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют
Датчики	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует
Программа стресс-	Соответствуют	Соответствует	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует

эхокардиографии					
Кабель ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526243-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 17:27:57

Лот № 4526243-Т1

Стационарный цифровой рентген

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526243-Т1 Стационарный цифровой рентген, Кульчиков Мажит – (Врач рентгенолог Кульчиков М.К., ГКП " Городская поликлиника №2" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Не соотвествует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
8	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
9	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Соответствует

10	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кульчиков Мажит

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Актюбрентген»**	**ТОО « АстаМед»**	**ТОО « МедМаркет -Эксперт»**	**ТОО « Алаш-KZ»**
Предлагаемая модель МТ:	РДК «АРДИАГНОСТ-6»	Цифровой рентген аппарат SMART-DR с функцией флюорографии	Стационарная рентгенографическая система серии BMI-RAD в различных вариантах исполнения с принадлежностями в комплекте	Стационарный цифровой рентген
Производитель МТ:	АО «Актюбрентген», Казахстан	LISTEM Corporation, Корея	BMIBiomedicalInternationalS.r.l, Италия	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Не соответствует, нет в ТС	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Не соответстует, нет в ТС	Не соответствует количество пикселей	Нет в ТС	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	Отсутствует	Отсутствует, максимальное напряжение, кВ, не менее 150 кВ. Тип лампы - Светодиодная/Галогеновая Интенсивность освещения, люкс , не менее 160 люкс	Не соответствует ,отсутствует тип лампы галогеновая	Не соответствует отсутствует тип лампы галогеновая
Подставка для ретгеновской трубки (штатив)	Не соответствует, нет в ТС	Не соответствует вращение трубки	Соответствует	Соответствует
Стол	Не соответстует размер стола,	Не соответствует размеры стола	Соответствует	Соответствует

	продольное перемещение.			
Стойка	Не соответствует диапазон вертикального перемешения	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция	Не соответствует, диагональ монитора	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Gaide»**	**ТОО « Дал Казахстан»**	**ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"**	**ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"**
Предлагаемая модель МТ:	Стационарный цифровой рентген	Цифровая рентгеновская система INNOVISION-DX II	Стационарный цифровой рентген	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818
Производитель МТ:	Система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView 9, Ecoray Co., LTD (Корея)	DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				

Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	Не соответствует, отсутствует светодиодная	Не соответствует отсутствует тип лампы галогеновая	Соответствует	Соответствует
Подставка для ретгеновской трубки (штатив)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ВЗМед"**	**ТОО "MAXIMA GROUP"**		
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAYмодель HF 525 Plus	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR-52SD		
Производитель МТ:	EcorayCo., LTD, Республика Корея	«DRGEM Corporation», Республика Корея		
Наименование	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**

комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Генератор	Соответствует	Соответствует		
Детектор	Соответствует	Соответствует		
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует		
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	Соответствует	Не соответствует, ручной с таймером лампы		
Подставка для ретгеновской трубки (штатив)	Соответствует	Не соответствует, поперечное вращение		
Стол	Соответствует	Соответствует		
Стойка	Соответствует	Соответствует		
Рабочая станция	Соответствует	Не соответствует, отсутствуют данные дюйма диагонали		
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт ГКП « Городская поликлиника №2» на ПХВ - врач рентгенолог Кульчиков М.К.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526243-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 12:11:42

Лот № 4526243-Т1

Стационарный цифровой рентген

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526243-Т1 Стационарный цифровой рентген, Мухамедрахимова Елена – (главная медицинская сестра, ГКП на ПХВ "ОЦПЗ") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Соответствует
4	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
8	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
9	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Соответствует
10	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Мухамедрахимова Елена

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Акционерное общество «Актюбрентген»	ТОО «Астамед»	ТОО «Медмаркет -эксперт»	Тоо «Алаш-KZ»
Предлагаемая модель МТ:	Комплекс рентгеновский диагностический РДК «АРДИАГНОСТ-6»	Цифровой рентген аппарат SMART-DR с функцией флюорографии	Стационарная рентгенографическая система серии BMI-RAD в различных вариантах исполнения с принадлежностями в комплекте	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 ND
Производитель МТ:	АО «Актюбрентген», Республика Казахстан	Корея	BMI Biomedical International S.r.l, Италия	Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Соответствует, продольнорентгеновской томографии	Соответствует,	Соответствует	Соответствует
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство ограниченного пучка (Коллиматор)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стол	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стойка	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	Не соответствует Монитор 17* разрешение 1280*1024	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	-	-	-

Расходные материалы				
	соответствует	-	-	-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Мухамедрахимова Е.В.

Врач -ренгенолог Нургалиев М.Г.

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «GAIDE»	ТОО «ДАЛ Казахстан»	ТОО"MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»
Предлагаемая модель МТ:	Система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView 9, Ecoray Co., LTD	Цифровая рентгеновская система INNOVISION-DX II	Медицинский диагностический рентгеновский аппарат PLD7300D	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818
Производитель МТ:	Корея	Республика Корея	Китай	Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует,	Соответствует
Детектор	соответствует	Не соответствует Тип детектора: Косвенны	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство ограниченного пучка (Коллиматор)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стол	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стойка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
	-	-	-	-
Расходные материалы				
	-	-	-	-

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Мухамедрахимова Е.В.

Врач -рентгенолог Нургалиев М.Г.

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ВЗМед"	ТОО "MAXIMA GROUP"		
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: **GXR- 52SD**		
Производитель МТ:	Республика Корея			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Соответствует,	Соответствует,		
Детектор	соответствует	соответствует		
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует		
Устройство ограниченного пучка (Коллиматор)	соответствует	соответствует		
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	соответствует	соответствует		
Стол	соответствует	соответствует		
Стойка	соответствует	соответствует		
Рабочая станция	соответствует	соответствует		
Дополнительные комплектующие				
	-	-		
Расходные материалы				
	-	-		

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует		

Эксперт Мухамедрахимова Е.В.

Врач- рентгенолог Нургалиев М.Г.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526243-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 16:56:10

Лот № 4526243-Т1

Стационарный цифровой рентген

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526243-Т1 Стационарный цифровой рентген, Сарсенбаева Шырагул – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница" УЗ акимата ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Не соотвествует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
8	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
9	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует

10	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарсенбаева Шырагул

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Актюбрентген»**	ТОО «Maxima Group»	**ТОО «Юникс Мед»**	**ТОО «Алаш-KZ»**
Предлагаемая модель МТ:	РДК «АРДИАГНОСТ-6»	Цифровая диагностическая рентгенографическая система: GXR- 52SD	Стационарная рентгенографическая система, BMI-RAD	Медицинская рентгенографическая система NEW Orienal 1000ND
Производитель МТ:	Республика Казахстан	Республика Корея	Италия	Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	соответствует	соответствует	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)
Детектор	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Устройство ограниченного пучка(коллиматор)	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Стол	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Стойка	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Растр отсеивающий	соответствует		Не соответствует	Не соответствует
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 43*43	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 24*30	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 18*24	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Дополнительные комплектующие				
Ширма рентгенозащитная	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Принтер цифровой термографический(с 2-я форматами печати)	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения(в стандартном наборе)	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Стабилизатор напряжения	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
АРМ 1(в стандарном наборе) С предустановленным программным обеспечением	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Фильтр сетевой	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Источник без перебойного питания	соответствует		Не соответствует	Не соответствует
Комутатор сетевой	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Расходные материалы				
Пленка термографическая 11*14	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Пленка термографическая 14*17	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **ФИО/подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ВЗМед»	**ТОО НЕОМЕДИКАЛ**	**ТОО «АстаМед»**	**-ТОО «Medikal eguipment service»**
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгенографическая и флюрографическая диагностическая. ECORAY HF 525 Plus	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюрографическая система, Система DFM818	Цифровой рентген аппарат SMART-DR с функцией флюорографии, SMART-DR	Стационарный цифровой рентген
Производитель МТ:	Республика Корея	Китай	---	-----
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)
Детектор	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Рентгеновская трубка	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Устройство ограниченного пучка(коллиматор)	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Стол	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Стойка	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Рабочая станция	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Растр отсеивающий	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 43*43	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Полноформатный	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 24*30				
	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 18*24	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Ширма рентгенозащитная	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Принтер цифровой термографический(с 2-я форматами печати)	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения(в стандартном наборе)	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Стабилизатор напряжения	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
АРМ 1(в стандарном наборе) С предустановленным программным обеспечением	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Фильтр сетевой	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Источник без перебойного питания	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Комутатор сетевой				
Расходные материалы				
Пленка термографическая 11*14	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Пленка термографическая 14*17	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **ФИО/подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Gaide»**	ТОО «ДАЛ Казахстан»		
Предлагаемая модель МТ:	Eco Viev 9.	Цифровая рентгеновская система INNOVISION-DX-II		
Производитель МТ:	Республика Корея			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Не соответствует (мощность выше требуемых параметров)	Соответствует		
Детектор	Не соответствует	Соответствует		
Рентгеновская трубка	Не соответствует	соответствует		
Устройство ограниченного пучка(коллиматор)	Не соответствует	соответствует		
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	Не соответствует	соответствует		
Стол	Не соответствует	соответствует		
Стойка	Не соответствует	соответствует		
Рабочая станция	Не соответствует	Не соответствует: разрешение		
Растр отсеивающий	Не соответствует	Не соответствует		
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 43*43	Не соответствует	Не соответствует		
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 24*30	Не соответствует	Не соответствует		

	Не соответствует	Не соответствует		
	Не соответствует	Не соответствует		
Полноформатный плоскопанельный детектор типа «флэт-панель» размерами 18*24	Не соответствует	Не соответствует		
Ширма рентгенозащитная	Не соответствует	Не соответствует		
Принтер цифровой термографический(с 2-я форматами печати)	Не соответствует	Не соответствует		
Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения(в стандартном наборе)	Не соответствует	Не соответствует		
Стабилизатор напряжения	Не соответствует	Не соответствует		
АРМ 1(в стандарном наборе) С предустановленным программным обеспечением	Не соответствует	Не соответствует		
Фильтр сетевой	Не соответствует	Не соответствует		
Источник без перебойного питания	Не соответствует	Не соответствует		
Комутатор сетевой				
Расходные материалы				
Пленка термографическая 11*14	Не соответствует	Не соответствует		
Пленка термографическая 14*17	Не соответствует	Не соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526244-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-07-2023 10:48:43

Лот № 4526244-T1

Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526244-T1 Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями, Конысова Софья – (зав. отделения лучевой диагностики, КГП на ПХВ Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-EA"	Соответствует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
4	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Соответствует
5	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4526244-T1 / /Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями/

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО **" Q-MED LLC "**	ТОО " **ZEIN INVEST** "	ТОО "QAZMEDEQ"	ТОО "SUNMEDPLUS"	ТОО "Пром-ЕА"
Предлагаемая модель МТ:	Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями «uMR 588»	Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями «ECHELON Smart»	Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями «Magnetom Area»	Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Основной блок	Соответствует	Не представлена тех. спецификация	Соответствуют	Соответствуют	Соответствуют
Катушки	Соответствуют	-	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует
Независимая рабочая станция врача	Соответствуют	-	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует
Блок синхронизации исследований с физиологическими параметрами	Соответствует	-	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	-	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Условия осуществления поставки	Соответствует	-	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	-	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	-	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	-	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526245-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-07-2023 09:39:25

Лот № 4526245-T1

Видеоэндоскопическая система с видеогастроскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526245-T1 Видеоэндоскопическая система с видеогастроскопом, Бектасов Асет – (Врач гастроэнтеролог Бектасов Асет Ислямбекович , ГКП на ПХВ Кокшетауская городская многопрофильная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бектасов Асет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «ADICOM LTD»	ТОО «SBK STANDARD»	
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопнческая «HD-550»	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	
Производитель МТ:	«SONOSCAPE MEDICAL CORP». Китай	Olympus Medical Systems Corp., Япония	FUJIFILM Corporation, Япония	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Видеоинформационный центр/видеопроцессор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Видеогастроскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Тележка эндоскопическая	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Электроотсос медицинский	Соответствует	не соответствует в ТС нет	Соответствует	
Течеискатель	Соответствует	не соответствует в ТС нет	Соответствует	
Эндоскопическая ирригационная помпа	Соответствует	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	
Клавиатура	Соответствует	Соответствует	не соответствует в ТС нет	
Бутыль для воды	Соответствует	не соответствует в ТС нет	Соответствует	

CO2 Инсуффлятор	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	Соответствует (нет необходимости)	
Автоматическая моечная машина	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	Соответствует	
Расходные материалы				
Чистящие щетки	Соответствует, имеется 3 шт	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	
Заглушка ирригационного канала	Соответствует, имеется 3 шт	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	
Комплект заглушек для промывки	Соответствует, имеется 3 шт	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	
Загубники	Соответствует, имеется 1 шт	не соответствует в ТС нет	Соответствует, имеется 1 шт	
Щипцы для биопсии многоразовые	Соответствует, имеется 1 шт	не соответствует в ТС нет	не соответствует в ТС нет	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526246-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 13:05:28

Лот № 4526246-Т1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526246-Т1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная, Усатова Лариса – (Заведующая отделением лучевой диагностики, ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
5	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Усатова Лариса

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Заявка №2750870 ТОО «Альянс»	Заявка №2750470 ТОО «Пром - ЕА»	Заявка №2750770 ТОО «ADICom Ltd»	Заявка №2750510 АО «Ordamed»	Заявка №2750710 ТОО «SBK Standard»
Предлагаемая модель МТ:	Resona 7	SonoScape - модель не указана	Arietta 65	V8	MyLab tm X8
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio – Medical ElectronicsCo., Ltd., Китай	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	Esaote S.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Основной блок	Соответствует	Диапазон поддерживаемых частот 1,0-15,0 МГц – не соответствует. Динамический диапазон 225 Дб - не соответствует. Количество приемо – передающих каналов 262 144 - не соответствует. Количество зон фокусировки 12 зон - не соответствует. Количество карт серого 7 - не соответствует. Диапазон измерения PRF, нижнее значение 05 – не соответствует (некорректно указана нижняя граница). Диапазон измеряемых скоростей +/-2 см/с +/- 154 см/с - не соответствует. Количество цветовых карт 10 -	Соответствует	Соответствует	Соответствует

		не соответствует.			
Командная сенсорная ЖК - панель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Частотный диапазон 2,0-7,0 МГц – не соответствует.	Соответствует	Диапазон частот 3-8 МГц – не соответствует.	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Верхняя частота 16,0 МГц - не соответствует.	Соответствует	Частотный диапазон нижняя частота 2 МГц - не соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный ректовагинальный	Соответствует	Верхняя частота 15,0 МГц - не соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный	Соответствует	Частотный диапазон – верхняя частота 51,0 МГц Верхняя частота 16,0 МГц - не соответствует некорректно указана верхняя граница).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Гибридный графический принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Усатова Л.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526247-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-07-2023 09:10:21

Лот № 4526247-Т1

Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526247-Т1 Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места, Басымова Раимгуль – (Заведующая ОЛД, ГКП на ПХВ "МОБ" Кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
2	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Басымова Раимгуль

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алма-Мед»	ТОО «SBK STANDARD»	ТОО «ADICom Ltd»	
Предлагаемая модель МТ:	OPERA	FLEXAVISION	Luminos Fusion	
Производитель МТ:	General Medikal Merate S.p.A. Италия	Shimadzu Corporation, Япония	Siemens Shanghai Medical Equiqment Ltd, Китай	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Телеуправляемая рентгеновская система	**соответствует**	**не соответствует- по моему мнению неполностью цифровая система с наличием кассет и дигитайзера, что делает процесс работы технически дольше и больше единиц для сервисного обслуживание(дигитайзер).**	**соответствует**	
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	
Расходные материалы				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	

Эксперт **Басымова Раимгуль Жолдангаровна**

ФИО/подпись _____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526249-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-07-2023 16:24:27

Лот № 4526249-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526249-Т1 Компьютерный томограф, Басымова Раимгуль – (Заведующая ОЛД, ГКП на ПХВ "МОБ" Кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
3	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
4	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
5	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
6	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Басымова Раимгуль

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «Q-MED LLC»	ТОО «NIKO PHARM»	ТОО “QazMedLeasing”
Предлагаемая модель МТ:	NeuViz Prime	«uCT, варианты исполнения: uCT 760»	Incisive CT (128 срезов)	ANATOM S400
Производитель МТ:	Neusoft Medical System Co., Ltd.	«Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	Philips Medical Systems Nederland B.V., НИДЕРЛАНДЫ	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Гентри	Минимальное время оборота рентгеновской трубки 0,374сек - **не соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	Минимальное время оборота рентгеновской трубки 0,286 сек - **не соответствует**
Детектор	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Стол пациента	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Генератор	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Рентгеновская трубка	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Консоль оператора	**соответствует**	Максимальное значение питча(шага сканирования) в спиральном режиме -2/- **не соответствует**	**соответствует**	Максимальное значение питча(шага сканирования) в спиральном режиме -2/- **не соответствует**
Рабочая станция	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Кабель питания	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Специальное Рентгензащитное стекло	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
ИПБ для компьютерного томографа	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Дополнительные комплектующие				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Эксперт **ФИО/подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «SBK Standard»	ТОО «"MAXIMA GROUP"»		
Предлагаемая модель МТ:	SOMATOM go.All, SOMATOM go.Top	**InsitumCT 768**		
Производитель МТ:	Siemens Healthcare GmbH, Германия	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd., Китай		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Гентри	**соответствует**	**соответствует**		
Детектор	**соответствует**	**соответствует**		
Стол пациента	**соответствует**	**соответствует**		
Генератор	**соответствует**	**соответствует**		
Рентгеновская трубка	**соответствует**	**соответствует**		
Консоль оператора	**соответствует**	**соответствует**		
Рабочая станция	**соответствует**	**соответствует**		
Кабель питания	**соответствует**	**соответствует**		
Специальное Рентгензащитное стекло	**соответствует**	**соответствует**		
ИПБ для компьютерного томографа	**соответствует**	**соответствует**		
	соответствует	**соответствует**		
	соответствует	**соответствует**		
	соответствует	**соответствует**		

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526250-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 16:53:02

Лот № 4526250-Т1

Стационарный цифровой маммограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526250-Т1 Стационарный цифровой маммограф, Оралбек Қабыл – (Врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
2	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
4	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Оралбек Қабыл

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТриМедика»
Предлагаемая модель МТ:	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, вариант исполнения: GIOTTO IMAGE 3DL	Система цифровая маммографическая Amulet Innovality (FDR MS-3500)	Маммограф рентгеновский цифровой Маммо-5МТ	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, варианты исполнения: GIOTTO IMAGE 3DL
Производитель МТ:	IMS GIOTTO S.p.A ИТАЛИЯ	FUJIFILM Corporation, Япония	АО МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд РОССИЯ	IMS GIOTTO S.p.A., Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Стационарный цифровой маммограф:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
В автоматическом режиме соответствующая доза рентгеновского излучения автоматически рассчитывается на основе толщины груди и силы сжатия.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматический контроль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

экспозиции с точностью определяет область молочной железы и автоматически контролирует напряжение трубки и значение экспозиции mAs.				
Функция автоматической компрессии позволяет автоматически регулировать силу сжатия на грудь до соответствующего значения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция автоматической декомпрессии позволяет автоматически проводить декомпрессию молочной железы сразу после окончания экспозиции.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция автоматического позиционирования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кнопка аварийного отключения: 3 места расположения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Педальный переключатель.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функции одного касания - установить угол поворотного штатива.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Предустановка произвольного угла.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип анода: Вращающийся/вращающийс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

я, двуугольный.				
Размер небольших фокусных пятен: 0,1 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер больших фокусных пятен: 0,3 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость анода: 300 000 Т.Е.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновские лучи родия и алюминия.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Параметры мАс: 2 - 600 мАс.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Моторизированный коллиматор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер пикселя матрицы изображения: не менее 50 мкм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение: не менее 2816 х 3584 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Решётка снимков с отсеивающим растром.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина оцифровки данных: не менее 14 бит.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компрессионная система.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматизированное и ручное сжатие и декомпрессия.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращающаяся рукоятка с обеих сторон устройства сжатия (для ручного сжатия).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Индикация степени сжатия.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматическое отключение компрессии после экспозиции.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Штатив. Диапазон поворота штатива: не менее ±180°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Фокусное расстояние: 65 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Индикация угла поворота.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Функция отсутствует. Данная функция необходима для удобства позиционирования.	Соответствует
Цифровой плоскопанельный детектор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер рабочего поля детектора: не менее 23x29 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор рентгеновского излучения	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует в регистрационном удостоверении. В регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№019083 в разделе «Комплектность МИ», отсутствует Генератор рентгеновского излучения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что поставщик недобросовестно скопировал технические характеристики, что бы полностью соответствовать ТЗ, тем самым пытаясь ввести в заблуждение тендерную комиссию.	Соответствует
Генератор рентгеновского излучения. Номинал генератора: не менее 7 кВт. Диапазон номинального напряжения: 22- 49	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** В регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№019083 в разделе «Краткая техническая характеристика»,	Соответствует

кВ с шагом в 1 кВ / 22 - 35 с шагом 0,5 кВ.			четко описана мощность генератора: ***Пиковая выходная мощность генератора – 5 кВт (35 кВ)***. Исходя из этого, можно сделать вывод, что поставщик недобросовестно скопировал технические характеристики, что бы полностью соответствовать ТЗ, тем самым пытаясь ввести в заблуждение тендерную комиссию.	
Ножные переключатели:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ножные переключатели позволяют управлять процессом компрессии/декомпрессии, а также поворотом и перемещением штатива, в то время как руки врача остаются свободными для контроля пациентки при позиционировании.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Защитный экран для лица пациентки.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Описание к требованиям к сопутствующим услугам отсутствует.	Соответствует

Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к				

измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала				

(базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Описание к условиям гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники отсутствует.	Соответствует

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Требования к помещению: Минимальный размер комнаты - 3x4 м Минимальная высота потолка - 2,5 м Минимальный размер двери - 200x75 см. Рабочая температура - 21 ° С-27 ° С Рабочая влажность - 15% - 80% относительной влажности Требования к электричеству Напряжение - 220 В / 50 Гц (однофазное) Тип силового кабеля - TTR 3x6 мм2 Исключительное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

заземление. (Разность напряжений между нейтралью и землей должна быть не более 2 В) ☐ Кабель питания ☐ Сопротивление L-FG: Ω Сопротивление: ∞Ω ☐ Сопротивление N-FG: Ω Сопротивление: ∞Ω ☐ Сопротивление L-N: Ом Сопротивление: 2 - 10 Ом Напряжение питания: 220 В ± 10%				

Эксперт **ФИО/подпись Оралбек К.О.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526251-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-07-2023 14:30:26

Лот № 4526251-Т1

Видеоэндоскопическая система в комплекте с инструментами (хирургия)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526251-Т1 Видеоэндоскопическая система в комплекте с инструментами (хирургия), Толегенов Ерлан – (Начальник отдела медоборудования, ГКП на ПХВ Многопрофильная городская больница 1) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	140440004242, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ"	Соответствует
2	940514400284, ИП ШЕГАЙ ЖАННА	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Толегенов Ерлан

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	MAGNA	LANA		
Предлагаемая модель МТ:	Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями	Видеоэндоскопический комплекс для малоинвазивных хирургических вмешательств в комплекте		
Производитель МТ:	Япония, Olympus Medical System Corp/	Германия, Richard Wolf GmbH		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Головка камер автоклавируемая	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		
Видеоцентр	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		
Монитор медицинский	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		
Литотриптор	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		
Ручка для литотрипсии		СООТВЕТСТВУЕТ		
Дополнительные комплектующие				
Зонд для литотрипсии не более 1.83, Длина не более 418	СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		
Зонд для литотрипсии не более 1.5, Длина не более 564	СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		
Зонд для литотрипсии не более 3.4, Длина не более 396	СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		
Зонд для литотрипсии не более 3.76, Длина не более 396	СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		
Источник света эндоскопический	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		
Световой кабель	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

MAGNA – СООТВЕТСВУЕТ заявленной спецификации

LANA – НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленной спецификации