Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525747-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-07-2023 12:29:44

Лот № 4525747-T1

Паровой стерилизатор с форвакуумным методом стерилизации

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525747-T1 Паровой стерилизатор с форвакуумным методом стерилизации, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Соответствует
2	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соотвествует
3	050340003599, Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСАМЕД"	Соответствует
4	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО «GM Medical»	ТОО «MAXIMA»	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	ТОО «РОСАМЕД»
Предлагаемая модель МТ:	Паровой стерилизатор Azteca A-501, 255л, с одинарной дверцей	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения PLUSTEAM 1XL	Паровой стерилизатор MATACHANA серии SC500, вариант исполнения SC501 E-1	Паровой стерилизатор MATACHANA серии SC500, вариант исполнения SC501 E-1
Производитель МТ:	Celitron Medical Technologies Kft, Республика Венгрия.	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG.HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция	ANTONIO MATACHANA S.A., Испания	ANTONIO MATACHANA S.A., Испания
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Паровой стерилизатор				
Габариты камеры (Ш х В х Г) мм не более 635 х 655 х 1020	Не соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) мм 500 х 200 х 1305	Соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) 500 х 500 х 1000	Соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) мм 500 х 500 х 1020	Соответствует Габариты камеры (Ш х В х Г) 500 х 500 х 1020 мм
Объем камеры (литры) не менее 252 л.	Соответствует Объем камеры (литры) 255 л.	Не соответствует действительности Объем камеры – 252 л. При габаритах камеры 500*500*1000 объем не может быть 252. 5*5*10 =250 л Брошюра производителя: https://www.tbtmedical.com/images/urun_images/dosya_1_159.pdf Брошюра дилера в России: https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-1xl-1/ (вкладка документы, затем скачать Проспект TBT 1.pdf)	Соответствует Объем камеры – 252 л.	Соответствует Объем камеры – 252 л.
Компрессор встроенный воздушный	Соответствует Компрессор – встроенный воздушный	Не соответствует. Компрессор воздушный наличие. Не указано, что он встроенный.	Соответствует Встраиваемый воздушный компрессор для работы пневмосистемы	Соответствует Компрессор воздушный, встроенный

28.07.2023

		Нет данных на ndda (нет в РУ)	стерилизатора, ёмкость – 7л., мощность = 750 Вт	
Сечение камеры - квадратное	Не соответствует Заявлено 500*200, требуется квадратное	Соответствует Сечение камеры – квадратные.	Соответствует Сечение камеры - квадратное	Соответствует Сечение камеры - квадратное
Слайдовые пневматические двери / с автоматической фиксацией	Не соответствует. Автоматическая вертикальная раздвижная дверь; имеет датчик давления открытия предохранительной двери а также микропереключатели защитной двери	Соответствует Дверь – 1 шт. Слайдовые пневматические двери с автоматической фиксацией.	Соответствует Двери – автоматические слайдовые на пневмоподъемнике с системой блокировки и защиты от зажатия рук оператора.	Соответствует Двери – слайдовые пневматические с автоматической фиксацией(блокировкой) для защиты от зажатия рук оператора.
Подсветка панели	Нет данных	Соответствует Подсветка панели, индикаторы состояния стерилизатора.	Соответствует Наличие на передней панели с LED-подсветкой сигнальных символов	Соответствует На передней панели с LED-подсветкой располагаются спец. Символы
Стерилизационные корзины 4 шт.	Соответствует Стерилизационные корзины 4 шт.	Не соответствует. Нет данных о корзинах на ndda Стерилизационные корзины – 4 шт.	Соответствует Стерилизационные корзины – 4 шт.	Соответствует Стерилизационные корзины – 4 шт.
Система смягчения воды	Не соответствует Нет данных о системе смягчения воды на ndda	Не соответствует. Нет данных о системе смягчения воды на ndda	Соответствует Система смягчения воды	Соответствует Система смягчения воды
Система обратного осмоса / сливная система	Соответствует Система обратного осмоса	Не соответствует. Нет данных о системе обратного осмоса на ndda	Соответствует Система обратного осмоса	Соответствует Система обратного осмоса 15л/час, накопитель до 50л.
Электропитание: 230В±10%, 50/60 Гц.	Не соответствует Электропитание: 230В±10%, 50/60 Гц. Предоставлены не достоверные данные, по данным на ndda (и в РУ) 380-400 В	Не соответствует Электропитание: 380В±10%, 50/60 Гц.	соответствует Электропитание: 230В±10%	Соответствует Электропитание: 230В±10%, 50-60Гц.

ЭКСПЕРТ **Угышев А.Н** 29.07.2023

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4525753-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-07-2023 16:35:28

Лот № 4525753-Т1

рентгеновский аппарат с С-дугой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4525753-Т1 рентгеновский аппарат с С-дугой, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990240000417, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВА"	Не соответствует
2	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Не соответствует
3	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
5	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(Лот № 4525753-ТП)

Наименования потенциальных поставщиков:	"Q-MED LLC"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Акционерное общество "Ordamed"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВА"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Alien X	Zenition_70	Atlas C5	Ziehm Vision RFD	OPESCOPE ACTENO
Производитель МТ:					
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие				
Основной блок / Стойка С-дуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Решения для снижения дозу облучения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Импульсная Рентгеноскопия /Получение изображений в режиме одноимпульсной экспозиции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная частота кадров с импульсной экспозицией не более 30 кадров/сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
С-дуга	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Орбитальное вращение не	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

менее +/- 200 градусов					
Качание С-дуги не менее +/- 10 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Горизонтальная поездка не менее 200 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальное перемещение не менее 49 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**42 см, не соответствует** **Данный параметр напрямую влияет на клинико-технические возможности.**	**45 см, не соответствует** **Данный параметр напрямую влияет на клинико-технические возможности.**
Расстояние от источника излучения до приемника (SID) не менее 993 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**980 мм, не соответствует**
Свободное пространство внутри головки трубки и детектора не менее 77см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Масса стойки С-дуги не более 367 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**396 кг, не соответствует** **Вес оборудования может негативно повлиять на несущие конструкции помещения**	Соответствует
Глубина С-дуги не менее 730 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**680 мм, не соответствует** **Данный параметр напрямую влияет на клинико-технические возможности.**	**670 мм, не соответствует**
Индикация температуры перегрева - индикация температуры анода и температуры корпуса / Индикаторы нагрева на стойке С-дуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система предупреждения о перегреве -	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

трехуровневая система индикации перегрева: зеленый – оптимальная температура, оранжевый – допустимый перегрев, красный – необходимо прекратить работу					
Контрастирование - функция управления автоматическим инжектором / Функция максимального контрастирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Дополнительные комплектующие				
Блок обработки изображений, смонтированный на тележке / Передвижная станция просмотра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор /Монитор для исследований. Диаметр монитора не менее 19 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система защиты от столкновений рентгеновской трубки /Корпус источника рентгеновского излучения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерный центрирующий инструмент / Лазерный прицел трубки Длина волны не менее 635 nm Макс. Выходная мощность не менее < 1mW (мВт)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет данных о выходной мощности**

Педаль дистанционного управления (беспроводная) / Беспроводной ножной переключатель (опция)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Педаль дистанционного управления (проводная) / Проводной ножной переключатель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Интерфейс навигационной системы / Программное приложение визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Флэт-панель/ Детектор плоский Активный размер детектора не менее 1560 x 1424 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	1000 x 1000 пикселей, не соответствует
Высокочастотный генератор / Генератор рентгеновского излучения не менее 15 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	2 кВт, не соответствует
Коллиматор Коллиматор iris / Ирисовый коллиматор Дополнительная фильтрация 1 мм Al + 0,1 мм Cu	Соответствует	Соответствует	3,7 мм Al + 0,1 мм Cu, не соответствует	4,3 мм Al + 0,1 мм Cu, не соответствует	Соответствует
Программное обеспечения защиты данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность отображения максимальной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

непрозрачности любого отдела древа сосудов					
Опция: Режим дорожной карты / Схема сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вычитание в реальном времени с возможностью восстановления/ Субтракция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка Напряжение на рентгеновской трубке не менее 120 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	110 кВ, не соответствует
Программа для кардиологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для сосудистой хирургии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для ортопедии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для неврологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для урологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для гастроэнтерологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для педиатрических исследований	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Электрическая сеть 230 В переменного тока, 16 А	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стабильность линии электропередачи - ±10%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева Анна Васильевна

ФИО/подпись

31.07.23 г.