Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526936-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-07-2023 16:50:21

Лот № 4526936-T1

система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526936-T1 система ультразвуковая диагностическая медицинская , Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	180140021368, Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"	Не соответствует
4	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соответствует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(лот № 4526936-ТП)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО "Q-MED LLC"	ТОО "DI Life (Ди лайф)"	ТОО ZEIN INVEST	ТОО TND
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S70N с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ7 с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Philips Ultrasound Inc., США	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	Philips Ultrasound Inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические **характеристики объявления на закуп**	Результат рассмотрения **(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	Результат рассмотрения **(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Не соответствует: 1) Требуемое количество приемо-передающих каналов: не менее 5 194 805 – в ТС участника указано значение 262 144. 2) Требуемое значение динамического диапазона: не менее 280 дБ – в ТС участника указано 265 дБ 3) Вес системы не должен быть более 104,3 кг – в ТС участника указано 110 кг	Не соответствует: 1) Требуемая максимальная частот кадров: не менее 2800 кадров в сек. – в ТС участника указано 1900 2) Требуемое количество прием-передающих каналов: не менее 5 194 805 – в ТС участника указано 4 718 592. 3) Требуемая максимальная глубина сканирования: не менее 40 см – в ТС участника	Не соответствует: 1) Отсутствует описание частотного диапазона работы системы 2) Требуемая частота кадров: не менее 2800 кадров в сек. – в ТС участника указано 750 3) Требуемое количество приемо-передающих каналов: не менее 5 194 805 – в ТС участника указано 294 912 4) Требуемый динамический диапазон: не менее 280 дБ – в ТС участника указано 250 дБ 5) Требуемое разрешение	Соответствует	Не соответствует: 1) требуемая максимальная глубина сканирования: не менее 40 см – в ТС участника указано 30 см. 2) Отсутствуют режимы работы «виртуальная верхушка» и «тканевой допплер»

		указано 30 см. 4) Отсутствует информация по режимам работы	монитора: не менее 1920x1080 - в ТС участника указано 1366x768 6) Отсутствует режим работы: «виртуальная верхушка»		
Дополнительные комплектующие					
Поддержка DICOM	Не соответствует: позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Переключатель педальный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики секторные фазированные	Не соответствует: 1) Требуемое количество элементов: не менее 80 – в ТС участника указано 64.	Не соответствует: 1) отсутствует описание поверхности апертуры	Не соответствует: 1) указаны не точные характеристики	Соответствует	Соответствует
Датчики секторные фазированные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: нижнее значение не менее 2,4 МГц – в ТС участника указано 1 МГц 2) требуемое количество элементов: 96 – в ТС участника указано 64 3) требуемый размер поверхности апертуры: не более 24 мм – в ТС участника указано 27 мм	Соответствует	Не соответствует: 1) указаны не точные характеристики	Соответствует	Соответствует
Датчики конвексные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: верхнее значение не более 6 МГц – в ТС участника указано 7 МГц 2) требуемое количество элементов: не менее 160 – в ТС участника указано 128	Не соответствует: 1) требуемый радиус кривизны поверхности датчика: не менее 55 мм – в ТС участника указано 45 мм	Не соответствует: 1) указаны не точные характеристики	Соответствует	Не соответствует: 1) Отсутствует описание радиуса кривизны поверхности датчика
Датчики микроконвексные внутриполостные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: верхнее значение не более 10 МГц – в ТС участника указано 15 МГц	Соответствует	Не соответствует: 1) указаны не точные характеристики	Соответствует	Соответствует
Датчики линейные	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: 1) указаны не точные характеристики	Соответствует	Соответствует
Черно-белый принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					

Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева Анна Васильевна

ФИО/подпись

31.07.23г

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526938-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-07-2023 16:47:27

Лот № 4526938-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526938-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(лот № 45269387-1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО ZEIN INVEST	ТОО TND
Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S70N с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ7 с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	Philips Ultrasound Inc., США
Наименование комплектующего к **МТ** и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Не соответствует: 1) Требуемое количество приемо-передающих каналов: не менее 5 194 805 – в ТС участника указано значение 262 144. 2) Требуемое значение динамического диапазона: не менее 280 дБ – в ТС участника указано 265 дБ 3) Вес системы не должен быть более 104.3 кг – в ТС участника указано 110 кг	Соответствует	Не соответствует: 1) требуемая максимальная глубина сканирования: не менее 40 см – в ТС участника указано 30 см. 2) Отсутствуют режимы работы «виртуальная верхушка» и «тканевой допплер»
Дополнительные комплектующие			
Модуль качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда	Не соответствует: позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует
Качественная и количественная оценка глобальной функции	Не соответствует: позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует

сердца, степени деформации миокарда левого предсердия			
Модуль качественной и количественной оценки глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда правого желудочка	Не соответствует: позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует
Стресс-эхокардиография	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль измерения толщины комплекса интима-медиа	Не соответствует: позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует
ЭКГ для детей	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электроды для ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует
DICOM	Не соответствует: позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует
Датчики секторные фазированные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: верхнее значение не более 5 МГц – в ТС участника указано 7 МГц	Соответствует	Соответствует
Датчики секторные фазированные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: нижнее значение не менее 3 МГц – в ТС участника указано 1 МГц 2) Требуемое количество элементов: 96 – в ТС участника указано 80	Соответствует	Соответствует
Датчики конвексные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: верхнее значение не более 6 МГц – в ТС участника указано 8 МГц 2) Требуемый радиус кривизны поверхности датчика: не менее 55 мм – в ТС участника указано 50 мм	Соответствует	Не соответствует: 1) отсутствует описание радиуса кривизны поверхности датчика
Датчики конвексные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: верхнее значение не более 12 МГц – в ТС участника указано 13 МГц 2) требуемое количество элементов: не менее 160 – в ТС участника указано 128	Соответствует	Не соответствует: 1) требуемое количество элементов: не менее 160 – в ТС участника указано 128
Датчики линейные	Не соответствует: 1) требуемый диапазон частот: верхнее значение	Соответствует	Не соответствует: 1) требуемый размер апертуры: не более 39 мм

	не более 12 МГц – в ТС участника указано 16 МГц 2) требуемый размер апертуры: не более 39 мм – в ТС участника указано 50 мм		в ТС участника указано 50 мм
Черно-белый принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к **сопутствующим** услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева Анна Васильевна **ФИО/подпись**

31.07.23г.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526939-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-07-2023 16:38:18

Лот № 4526939-T1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526939-T1 Система ультразвуковая диагностическая, Голубева Анна – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	180140021368, Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"	Не соответствует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(лот № по 4526939-ТП)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО ZEIN INVEST	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ7 с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15
Производитель МТ:	GE Ultrasound Korea, Ltd. Республика Корея	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Philips Ultrasound Inc. США	Philips Ultrasound Inc. США	Alpinion Medical Systems Co Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Соответствует	Не соответствует: 1.Требуемое количество цифровых приемо-передающих каналов - не менее 2810000 – в ТС участника указано значение 262 144 2. Требуемые области применения: - Абдоминальные исследования - Акушерство - Эхо плода - Исследования сосудов (периферические сосуды.	Не соответствует: Требуемая максимальная глубина сканирования - не менее 40 см – в ТС у участника указано 30 см	Не соответствует: 1.Требуемая максимальная глубина сканирования - не менее 40 см – в ТС у участника указано 30 см 2. Требуемая Ширина, мм – не менее 606 мм, не более 620 мм – в ТС у участника указано 572 мм. 3. Требуемый Вес, кг	Не соответствует: 1.Требуемый Динамический диапазон - не менее 265 дБ – в ТС у участника указано – не менее 250 дБ 2. Требуемое Количество цифровых приемо-передающих каналов - не менее 2810000 – в ТС у участника указано не менее 294 912 3. Требуемая Максимальная частота кадров в секунду – не

		сосуды головного мозга, сосуды височной области методом транскраниальной доплерографии (TCD) и сосуды брюшной полости) - Гинекология и фертильность - Малые и поверхностно расположенные органы - Грудь - Исследования скелетно-мышечной системы -Ультразвуковые исследования в педиатрии - Эхокардиография (взрослый, детский, фетальный) - акушерство - гинекология - абдоминальные исследования - скелетно-мышечная система - ангиология - эхокардиография взрослых и детей - эхокардиография плода - поверхностно расположенные структуры - маммология - педиатрия - неонаталогия В ТС у участника отсутствуют следующие области применения: Исследования сосудов (периферические сосуды, сосуды головного мозга, сосуды височной области		- не менее 90 кг и не более 104,3 кг – в ТС у участника указано Вес 83,6 кг.	менее 1200 кадр сек – в ТС у участника указано не менее 750 4. Требуемое увеличение изображения в режиме стоп-кадра - не менее 16 раз – в ТС отсутствует 5. Требуемая ширина, мм – не менее 606 мм, не более 620 мм – в ТС у частника указано не более 580 мм 6. Требуемый вес, кг - не менее 90 кг и не более 104,3 кг – в ТС у участника указано 105 кг

		методом транскраниальной допплерографии (TCD) и сосуды брюшной полости). Гинекология и фертильность. Малые и поверхностно расположенные органы. Ультразвуковые исследования в педиатрии. Грудь			
Дополнительные комплектующие					
Модуль встроенный для работы с объемными изображениями расширенный 3D/4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Постоянно-волновой допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Требуемая максимальная скорость в постоянно-волновом допплере – не менее 19 м/с – в ТС отсутсвует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Не соответствует: Требуемый Диапазон частот, МГц: Нижнее значение не менее 3 МГц, Верхнее значение не более 12 МГц. – в ТС у участника указано Нижнее значение 4 МГц, Верхнее значение 15 МГц	Соответствует	Не соответствует: 1.Требуемое количество элементов не менее 192 – в ТС у участника указано 160 2. Требуемая ширина сканируемого участка – не менее 44 мм – в ТС у участника указано 38 мм	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Не соответствует: 1.Требуемый Диапазон частот, МГц: Нижнее значение не менее 1 МГц,	Не соответствует: Требуемый угол сканирования не менее 111 град – в ТС у участника указано 96 град	Соответствует	Не соответствует 1.Требуемый Диапазон частот, МГц: Нижнее значение не менее 1 МГц,

		Верхнее значение не более 5 МГц. - в ТС у участника указано Нижнее значение 1 МГц. Верхнее значение 7 МГц 2. Требуемое количество элементов - не менее 160. – в ТС у участника указано 128			Верхнее значение не более 5 МГц. – в ТС у участника указано Диапазон частот, МГц, не уже 1,0-6,0 МГц 2. Требуемый угол сканирования – не менее 111 град – в ТС у участника указано угол обзора: град. не менее 60;
Датчик микроконвексный внутриполостной	Соответствует	Не соответствует: Требуемый диапазон частот, МГц: Нижнее значение не менее 2,9 МГц. Верхнее значение не более 10 МГц. – в ТС у участника указано Нижнее значение 2,9 МГц. Верхнее значение 15 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный конвексный	Соответствует	Не соответствует: Требуемое количество элементов – 192 – в ТС у участника указано 128	Не соответствует: Требуемый Угол объемного сканирования - не менее 90х85 град. – отсутствует в ТС	Не соответствует: Требуемый угол сканирования 2D – не менее 90 град. – в ТС у участника указано 89 град	Не соответствует: 1.Требуемый Угол сканирования 2D – не менее 90 град – в Тс у участника указано Угол обзора, град, не менее 79; 2. Требуемый угол объемного сканирования - не менее 90х85 град. – отсутствует в ТС
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Требуемая Частота: не менее 50 Гц не более 60 Гц – в ТС отсутствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц					
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева Анна Васильевна гор

ФИО/подпись

31.07.23г.

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)
Лот 4526933-Т1
Номер электронного тендера 446540-1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «OPTONIC»	ТОО «QUARU»	«Дал Диагностик»
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновская ангиографическая Azurion 7B20 с принадлежностями	Ангиографическая система Artis Icono с принадлежностями, варианты исполнения: Artis Icono floor, ArtisIcono biplane,	Система ангиографическая Artis zee в исполнении Artis zee biplane
Производитель МТ:	производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды	производства Siemens Healthcare GmbH, Германия	Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
С – дуга (напольная)	соответствует	Не соответствует Диапазон угла поворота излучателя в разных проекциях	Не соответствует Диапазон угла поворота излучателя в разных проекциях
Штатив дуги потолочного крепления	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует
Детектор	соответствует	соответствует	соответствует
Детектор	соответствует	Не соответствует (размер пикселя меньше)	Не соответствует (размер пикселя меньше

Генератор	соответствует	соответствует	соответствует
Стол пациента	соответствует	соответствует	соответствует
Мониторы в пультовой	Соответствует	Не соответствует Размеры мониторов меньше	Не соответствует Размеры мониторов меньше
Матрас для неврологических исследований Матрас для кардиологических исследований	соответствует	соответствует	соответствует
Штатив для капельницы	соответствует	соответствует	соответствует
Компьютерная рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует
DICOM	соответствует	соответствует	соответствует
Мониторы	соответствует	соответствует	соответствует
Лампа	соответствует	соответствует	соответствует
Радиационная защита	соответствует	соответствует	соответствует
Программно-аппаратное обеспечение	соответствует	соответствует	соответствует
Модуль двусторонней связи	соответствует	соответствует	соответствует
Опора для рук	соответствует	соответствует	соответствует
Подголовник	соответствует	соответствует	соответствует
Радиационная защита	соответствует	соответствует	соответствует
DVD	соответствует	соответствует	соответствует
Программное обеспечение для периферических сосудов	соответствует	Не соответствует Общи не для периферических сосудов	соответствует
Программное обеспечение для коронарных артерий	соответствует	соответствует	соответствует
Системы мониторинга параметров пациента	соответствует	соответствует	соответствует
Камера для измерения дозы	соответствует	соответствует	соответствует

Источник бесперебойного питания	соответствует	соответствует	
Стекло (защитное)	соответствует	Не соответствует Не представлено какое	Не соответствует Не представлено какое
Кабели и датчики мониторинга пациента	соответствует	соответствует	соответствует
ЭКГ-электроды	соответствует	соответствует	соответствует
Купола и линии	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Махамбаев Г.Д подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526933-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-08-2023 09:30:51

Лот № 4526933-Т1

Ангиографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526933-Т1 Ангиографическая система, Махамбаев Габит – (руководитель центра нейрохирургии и неврологии, КГП на ПХВ МБ имени профессора Х.Ж Макажанова) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	070440007985, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OPTONIC"	Соответствует
2	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соответствует
3	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Махамбаев Габит

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526945-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-08-2023 09:13:46

Лот № 4526945-T1

Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526945-T1 Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии, Перминов Александр – (Старший рентген лаборант, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
3	031040004337, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-MEDICA"	Соответствует
4	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перминов Александр

Наименования потенциальных поставщиков	ФАРМАКС-2	Альянс-Medica	ТОО "Альянс"	ТОО "Неомедикал"
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат мобильный для аналоговой или цифровой рентгенографии DR 100e с принадлежностями**	**Система рентгенодиагностическая Roesys: X Fit с принадлежностями**	**Передвижной рентгеновский аппарат MAC: варианты исполнения MAC-R32D**	**Цифровая медицинская рентгенографическая система Angell Mobile DP326B**
Производитель МТ:	**Производитель: Agfa NV (Бельгия)**	**Производитель: Roesys MedTec GmbH (Германия)**	**Производитель: General Medical Merate S.p.A.**	**Производитель: Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd. (Китай)**
Наименование комплектующего МТ	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)
Соответствие/несоответствие	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**
Тип детектора: твердотельный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Габаритные размеры детектора, мм: не менее 383,5 x 459,5 x 15	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Масса детектора: не менее 2.95	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор Шаг пикселя (интервал), мм: 140 мкм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее количество пикселей: не менее 2466x3040 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Входная мощность: 230В±10% (50Гц/60Гц)	Соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимум мА/с: не более 320 мА/с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное фокусное расстояние от пола, мм: не менее 444 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (расстояние 420 мм. менее 444 мм)	Соответствует
Максимальное фокусное расстояние от пола, мм: не более 2153 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон измерения напряжения кВ пик: 40-	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фокальное пятно, мм: не менее 0,6 и не более		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение опоры рубки моноблока градусы:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение моноблока в рубке, градусы: не менее -35° и не более +190°	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение моноблока относительно продольной оси, градусы: не менее ±180°	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная длина в транспортном положении, мм: не более 1489 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Макс. высота в транспортном положении: не более 1580 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Макс. ширина в транспортном положении: не более 700 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр колес передние, мм: не менее 80 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр колес задние, мм: не менее 250 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высота рукоятки, мм: 932 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Масса, кг: не более 240 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Операционная система: Windows	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Порты USB, LAN: не менее 1 USB порта, 1	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Емкость резервной батареи: не менее 2500 мАч	Соответствует	Соответствует	соответствует	Соответствует
Рентгеновский выход, кВт: 32 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон изменения количества электричества, мАс: нижний диапазон не более 0,32 мАс, верхний диапазон не менее 110 мАс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость анода, кДж: 80 кДж	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Целевой угол, градусы: 15°	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответсвует: В РУ: Угол анода: 12 °**
Максимальный размер рабочего поля при фокусном расстоянии 100 см.: 43х43 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип коллиматора: ручной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Интенсивность освещения, люкс: не менее 160	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительная фильтрация, мм алюминий: не менее 2,0 Al	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует, в РУ : Фильтр: 1,2 мм Al**

Эксперт Перминов А.С.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526945-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-08-2023 10:34:34

Лот № 4526945-Т1

Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526945-Т1 Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии, Красильникова Ирина – (Заведуещая родильным отделением, КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
3	031040004337, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-MEDICA"	Не соотвествует
4	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Красильникова Ирина

Заключение эксперта

по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526945-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-08-2023

Лот № 4526945-T1

Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии.

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526945-T1 Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии, ФИО – (врач Красильникова Ирина Владимировна, КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2 "	Соответствует
2	031040004337, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-MEDICA"	Не соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО " ФАРМАКС - 2 "	ТОО " АЛЬЯНС-MEDICA "	ТОО " АЛЬЯНС "	ТОО " НЕОМЕДИКАЛ "
Предлагаемая модель МТ:	DR 100e	X FIT	MAC-R32D	DP326B
Производитель МТ:	Не указан	Roesys MedTec GmbH , Германия	General Medical Merate spa, Италия	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Детектор	Соответствует	Не соответствуют габаритные размеры детектора: требуются не менее 383,5х459,5х15 мм. Предлагается 430х430 мм, Не указаны единицы измерения массы детектора	Соответствует	Соответствует
Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Штатив аппарата	Соответствует	Не соответствует , по информации из регистрационного удостоверения № РК-МТ-5№020614 от 14.02.2022 модель стационарная	Соответствует, несмотря на то, что параметр минимального фокусного расстояния от пола предложен 420 мм (лучше, чем запрашивается не менее 444 мм)	Соответствует

Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526946-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-08-2023 17:39:38

Лот № 4526946-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526946-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система в комплекте, Жантуренов Олжас – (заведующии отделением эндоскопии, городской центр фтизиопульмонологии города Астаны) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
2	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соответствует
3	140140018112, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITED MEDICAL"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жантуренов Олжас

Таблица соответствия
(№4526946-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"**	**ТОО «Lifetech»**	**ТОО «United Medical»**
Предлагаемая модель МТ:	**Система видеоэндоскопическая HD-350, HD-550 с принадлежностями**	**Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000**	**Видеоинформационный центр**
Производитель МТ:	**SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай**	**FUJIFILM Corporation, Япония**	**Olympus Medical System Corp., Япония**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеопроцессор	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности

Эндоскопический насос	возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Тележка	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Бутыль для воды и/или водяной контейнер	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения

	документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Монитор	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Видеобронхоскоп	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут	в технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации марками/заводскими артикулами всех комплектующих экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с

	проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	технической спецификацией тендера

Эксперт **Жантуренов Олжас Касымович**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526930-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-08-2023 14:29:32

Лот № 4526930-Т1

Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526930-Т1 Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями, Жакенова Гульмира – (врач неонотолог, заведующая ОПН, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует
4	180140021368, Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жакенова Гульмира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"**
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат искусственной вентиляции легких LYRA (модель x1)**	**Аппарат ИВЛ SV 600 в комплекте с принадлежностями**	**Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов Babylog VN500**	**Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов Fleximag и Fleximag Plus**
Производитель МТ:	**ГЕРМАНИЯ**	**КИТАЙ**	**ГЕРМАНИЯ**	**БРАЗИЛИЯ**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
	Не соответствует (Влагосборник увлажнителя для одноразового пользования, по техспецификации многоразовый)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
	Соответствует	Не соответствует (отсутствует генератор nCPAP)	Соответствует	Соответствует

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Жакенова ГК **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526931-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-08-2023 15:42:19

Лот № 4526931-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526931-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Омаров Евгений – (заведующий урологическим отделением , КГП " Центральная больница города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Омаров Евгений

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия по лоту № 4526931-Т1
Система ультразвуковая диагностическая медицинская

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО « ZEIN INVEST »**	**ТОО « TND »**	**ТОО « Пром – ЕА »**	
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая Logiq P, вариант исполнения P 9	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	В технической спецификации не указано наименование медицинской техники , не указана модель	
Производитель МТ:	GE Ultrasoung Korea Ltd , Республика Корея	Philips Ultrasound Inc.США	В технической спецификации не указано наименование производителя , страны	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	соответствует	соответствует	Не соответствует : 1. количество цифровых премо- передающих каналов - поставщиком указано 262144 (по технической спецификации количество цифровых премо- передающих каналов - не менее 386400) 2. Датчик конвексный : поставщиком указано диапазон частот 1 МГц и 7 МГц (по техспецификации диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц)	

			Количество элементов поставщиком указано 128 (по техспецификации не менее160) 3. Датчик (внутриполосной) : поставщиком указано диапазон частот 3 (-10 %) МГц и 15 МГц (по техспецификации диапазон частот не менее 1 МГц и не более 10 МГц) Количество элементов поставщиком указано 128 (по техспецификации не менее160)	
Дополнительные комплектующие				
Дополнительные комплектующие	соответствует	ссоответствует	соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники , требования к сопутствующим услугам , требования к условиям эксплуатации	соответствуют	соответствуют	Соответсвуют	

Эксперт Омаров Е.Ю. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526942-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-07-2023 12:27:32

Лот № 4526942-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526942-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная , Касенова Марина – (Заведующий отделением ФД и УЗИ ГМБ №2, ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница №2 г.Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "WestEast NRD Group"	Не соответствует
2	940514400284, ИП ШЕГАЙ ЖАННА	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
4	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Касенова Марина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью «ZEIN INVEST»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ЕА»	ИП «LANA»	Товарищество с ограниченной ответственностью «WestEast NRD Group»
Предлагаемая модель МТ:	«Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ e в комплекте»	Не указана модель	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Venue Go с принадлежностями	Система ультразвуковая Innosight с принадлежностями
Производитель МТ:	Производство: «GE Medical Systems (China) Co., Ltd,» Китай	Не указан производитель	GE Medical Systems Ultrasound&Primary Care Diagnostics LLC, Соединённые Штаты Америки	Qisda Corporation, Тайвань (провинция Китай)
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	**Основной блок**	**Основной блок**	**Основной блок**	**Основной блок**
Ультразвуковые медицинские исследования и анализ/ Акушерство и гинекология, урология, офтальмология, педиатрия. Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской/ Система ультразвуковая	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После

диагностическая основной блок. Режимы: В-режим. М-режим.	может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера.	дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Импульсно-волновой допплер.				
Энергетический допплер.				
Цветной допплеровский режим/ Цветовой М-режим.				
Режим визуализации гармоник/ Режим тканевой гармоники.				
Экран Сенсорный экран				
Размер экрана: Не менее 11,6 дюйма				
Кабели: Кабель				
Дополнительные комплектующие				
Датчики	**Датчики**	**Датчики**	Датчики	Датчики
Секторный датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Конвексный датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Микроконвексный внутриполостной датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Секторный датчик	**Датчик секторный фазированный серии S**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После	**Датчик секторный широкополосный 3Sc-RS**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После
Секторный фазированный датчик	соответствует		соответствует	
Частота секторного датчика: Не менее 1,1 МГц Не более 4,7 МГц	соответствует		соответствует	

		дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера		дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Датчик конвексный	**Датчик конвекесный серии C**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	**Датчик конвекесный широкополосный C1-5-RS**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Конвексный датчик.	соответствует		соответствует	
Частота конвексного датчика: Не менее 1,4 МГц Не более 6 МГц	соответствует		соответствует	
Поле обзора конвексного датчика: Не менее 70°	соответствует		Не соответствует	
Датчик линейный	**Датчик линейный серии L**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет	**Датчик линейный широкополосный 9L-RS**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет
Линейный датчик.	соответствует		соответствует	
Частота линейного датчика: Не менее 2,4 МГц Не более 12 МГц	соответствует		соответствует	

		проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера		проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Датчик внутриполостной	**Датчик микроконвексный внутриполостной серии E**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	**Датчик конвексный широкополосный внутриполостной E8C-RS**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Внутриполостной датчик.	соответствует		соответствует	
Частота внутриполостного датчика: Не менее 2,2 МГц Не более 12,5 МГц	соответствует		соответствует	
Тележка	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут	**Тележка для системы Venue Go Cart**	В технической спецификации потенциальный поставщик не указал марки/заводские артикулы предлагаемой медицинской техники, а также его отдельных комплектующих, из-за чего не имеется возможности проверить предоставленные данные на достоверность, поскольку техническая спецификация потенциального поставщика может быть скопирована с тендерной документации. После дополнения технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут
Тележка			соответствует	
Печатающее устройство. Принте			соответствует	
Напряжение 100–240 В. Частота 50/60Гц			Не соответствует. Не указаны данные наминала напряжения и частоты	

	технической спецификации экспертиза будет проведена повторно, будут проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера	проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера		проведен анализ из официальных источников с технической спецификацией тендера
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Напряжение 230В±10% (однофазная трех проводная схема), и ток 16А. Минимальные требования – евро розетка (с заземлением) 230В±10%, 16А.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Касенова Марина Валерьевна **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526944-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-08-2023 09:18:44

Лот № 4526944-Т1

Аппарат рентгеновский цифровой стационарный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526944-Т1 Аппарат рентгеновский цифровой стационарный, Перминов Александр – (Старший рентген лаборант, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Соответствует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
3	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
5	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перминов Александр

Наименования потенциальных поставщиков	ФАРМАКС-2	ВЗ Мед	Ордамед	Медилюкс	Алма-мед
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат для аналоговой или цифровой рентгенографии DR 400	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Радиографическая система серии Atomic X1	Медицинский диагностический рентгеновский аппарат PLD 7300D	Медицинская рентгенографическая система New Oriental New Oriental 1000 ND
Производитель МТ:	Производитель: Agfa NV, Бельгия, производственная площадка Agfa - Gevaert HealthCare GmbH, Германия	Ecoray Co., LTD (Корея)	Производитель: Ordamed Co. Ltd. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, Производственная площадка: АО Ordamed (Казахстан)	Ко. Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. (Китай)	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего МТ	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует/ комментарии)
Соответствие/несоответствие	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**
Стол пациента					
Высота регулируемая,мм: не менее 550мм, не более 900 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина верхней части стола,мм: не менее 750мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина верхней части стола,мм: 2200мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поглощение рентгеновских лучей, ммАл: не менее 0,7 ммАл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Продольное перемещение верхней части стола,мм: не менее 1000 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поперечное перемещение верхней части стола,мм: не менее 240 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальный вес пациента,кг: не более 320кг	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует , 350 кг**	Соответствует	Соответствует
Преобразователь детектора стационарного в составе стола пациента: CsI – иодид цезия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер пикселя детектора стационарного в составе стола пациента: 139 мкм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрица изображения (в пикселях) детектора стационарного в составе стола пациента: не менее 3052 х 3052 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напольная стойка для рентгеновской трубки					
Продольное перемещение подставки рентгеновской трубки, мм: не менее 1305 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высота напольной стойки, мм: не менее 2327 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор переносной					
Преобразователь: CsI – иодид цезия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер пиксела: не менее 139 мкм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрица изображения в пикселях: не менее 2540 х 3052 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес: не более 5,5 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Настенный штатив					
Высота штатива, мм: не менее 1750мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Ширина штатива, мм: не менее 651 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поглощение излучения штатива, ммАл: не менее 0.5ммАл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
АЕС (автоматич. управление экспозицией), значения мАс: не менее 0.4, не более 600мАс	Соответствует	**Не соответствует , согласно РУ 0.1-600 мАс**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор					
Максимальная мощность генератора,кВт: не менее 50 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная сила тока, мА: не более 650мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует, согласно РУ 1000мА**
Минимальная сила тока, мА: 10мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 80 кВ: не менее 630 мА при 80 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 100 кВ: 500 мА при 100 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 125 кВ: 400 мА при 125 кВ	Соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность на выходе при 150 кВ: не менее 320 мА при 150 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Произведение силы тока в мА на время: не менее 0,1 мАс, не более 600 мАс	Соответствует	**Не соответствует , согласно РУ максимальный диапазон количества электричества, мАс – 0,1 – 1000.**	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует, согласно РУ 1000 мАс**
Трубка рентгеновская					
Фокусное пятно: не менее 0,6 мм, не более 1,5 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Целевой угол: не менее 12°	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость (тыс. тепловых единиц): не менее 200 тыс. тепловых единиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор					
Тип управления: ручное управление	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутренняя фильтрация излучения: 2 мм алюминиевый эквивалент	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция					
Рабочая станция визуализации для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Процессор: Intel® Pentium G5400 с графическим ядром Intel®, UHD Graphics 610 (3,7 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)/ Intel Core i5-6500 3.2ГГц (до 3.6ГГц) 6M 4C TWR CPU	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Жесткий диск,ТБ: не менее 1ТБ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор					
Разрешение экрана, пикселей: 1920 x 1080 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер экрана, дюйм: не менее 22 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение рабочей станции					
Одновременная визуализация плотных и мягких тканей в одном изображении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Улучшенная визуализация органов брюшной полости	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Перминов А.С.