Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526237-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-08-2023 09:55:13

Лот № 4526237-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526237-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Садыкова Еркеш – (заведующая родильным отделением, КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Садыкова Еркеш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО « Астамед»	ТОО « ZEIN INVEST»	ТОО « TND»	ТОО « АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ»	ТОО « Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	SonoScape S2N	LOGIQ в комплекте	CX50	Apogee2300	MX7
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP КИТАЙ	GE Medical Systems (China) Co.,Ltd , Китай	Sanmina-SCI Systems Singapore Pte Ltd Сингапур	Santou Institute of Ultrasonic Insruments Co., Ltd Китай	Shenzhen Mindray Bio-MedicalElectronics Co., LTD
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
	Не соответствуют (конвексный датчик количество элементов не меннее 128, ректовагинальный датчик диапазон частот 3-10 МГц)	Соответствует	Соответствует	Соответсвует	Соответсвует
Дополнительные комплектующие					
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы					
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Садыкова Е.М. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526236-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-08-2023 11:25:34

Лот № 4526236-Т1

Передвижной цифровой рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526236-Т1 Передвижной цифровой рентгеновский аппарат, Красильникова Ирина – (Заведуещая родильным отделением, КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	080740011581, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС РК"	Соответствует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
3	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2"	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Красильникова Ирина

Заключение эксперта

по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526236-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-08-2023

Лот № 4526236-Т1

Передвижной цифровой рентгеновский аппарат.

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526236-Т1 Передвижной цифровой рентгеновский аппарат, ФИО – (врач Красильникова Ирина Владимировна, ГКП на ПХВ" Павлодарская городская больница №1") пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	980940003811, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКС - 2 "	Не соответствует
2	050940004658, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА-МЕД"	Соответствует
3	080740011581, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС РК"	Соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО " ФАРМАКС - 2 "	ТОО " АЛМА-МЕД"	ТОО " ДЕЛЬРУС РК "	ТОО " НЕОМЕДИКАЛ "	ТОО " АЛЬЯНС "
Предлагаемая модель МТ:	DR 100e	MAC-R32D	MAC-R32D	DP326B	DP326B
Производитель МТ:	Не указан	General Medical Merate spa, Италия	General Medical Merate spa, Италия	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Штатив	Не соответствует (максимальное расстояние источник-пол не более 2064 мм. Предлагается 2153 мм. Латеральное вращение моноблока ±90°. Предлагается ±180°	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, согласно данным краткой технической характеристики (РУ: РК-МТ-0№022647), указанным в базе Нац. Центра экспертизы ЛС и МИ минимальное расстояние источник-пол указано 580 мм, предлагается 450 мм, максимальное расстояние источник-пол указано 1800 мм, предлагается 2000 мм.	Соответствует
Рентгеновская	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует,	Соответствует

трубка				согласно данным краткой технической характеристики (РУ: РК-МТ-0№022647), указанным в базе Нац. Центра экспертизы ЛС и МИ скорость вращения анода указана 10800 об/мин, предлагается 9000 об/мин.	
Цифровой плоскопанельный детектор	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (цифровой плоскопанельный детектор/цифровой плоскопанельный детектор беспроводной).	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (цифровой плоскопанельный детектор/цифровой плоскопанельный детектор беспроводной. Сенсорная панель (ПК) / сенсорный дисплей, планшет.).	Соответствует
Система цифровой обработки изображения	Не соответствует. Отсутствуют данные об отображении плотности пациента на сенсорной панели	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Встроенная сенсорная панель управления (ПК) с диагональю, 19 дюймов для получения цифрового	Соответствует

				изображения, установкой и отображением параметров работы генератора, выбора работы с отсеивающей решеткой, плотности пациента. Интуитивно понятный символьный интерфейс пользователя / Интегрированный в систему сенсорный экран 19 дюймов, персональный компьютер с доступным к пониманию графическим интерфейсом)	
Рабочая станция лаборанта	Не соответствует (требуется процессор с частотой не менее 1,6 ГГц. Предлагается 1,5 ГГц. Нет данных об объеме жесткого диска. Требуется 500 Гб)	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Программное обеспечение для получения и обработки цифровых изображений: горизонтальная и вертикальная инверсия, регулировка яркости и контрастности, панорамирование, деление экрана, электронные шторки / Программное обеспечение для диагностики и обработки изображений.	Соответствует

				Обработка изображений: коррекция изображения, настройка яркости и контрастности, горизонтальная и вертикальная инверсия изображения, автоматическая регулировка окон, автоматическая резка, электронные шторки, автоматическая коробка передач)	
Генератор	Не соответствует (требуется диапазон мАс не менее 0,5-320 мАс. Предлагается 0,1-220 мАс)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Прямоугольная диафрагма/ Прямоугольное поле излучения Регулируемая с подсветкой (галогенная лампа) /регулируемое с подсветкой (светодиодная лампа). Ручная регулировка шторок коллиматора / ручная регулировка поля	Соответствует

				излучения)	
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526243-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-08-2023 18:59:50

Лот № 4526243-Т1

Стационарный цифровой рентген

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526243-Т1 Стационарный цифровой рентген, Кульчиков Мажит – (Врач рентгенолог Кульчиков М.К., ГКП " Городская поликлиника №2" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соотвествует
3	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соотвествует
4	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Не соотвествует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
8	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
9	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Соответствует

10	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кульчиков Мажит

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Актюбрентген»**	**ТОО « АстаМед»**	**ТОО « МедМаркет -Эксперт»**	**ТОО « Алаш-KZ»**
Предлагаемая модель МТ:	РДК «АРДИАГНОСТ-6»	Цифровой рентген аппарат SMART-DR с функцией флюорографии	Стационарная рентгенографическая система серии BMI-RAD в различных вариантах исполнения с принадлежностями в комплекте	Стационарный цифровой рентген
Производитель МТ:	АО «Актюбрентген», Казахстан	LISTEM Corporation, Корея	BMIBiomedicalInternationalS.r.l, Италия	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор	Не соответствует, нет в ТС	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Не соответстует, нет в ТС	Не соответствует количество пикселей	Нет в ТС	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	Отсутствует	Отсутствует, максимальное напряжение, кВ, не менее 150 кВ. Тип лампы - Светодиодная/Галогеновая Интенсивность освещения, люкс , не менее 160 люкс	Не соответствует ,отсутствует тип лампы галогеновая	Не соответствует отсутствует тип лампы галогеновая
Подставка для ретгеновской трубки (штатив)	Не соответствует, нет в ТС	Не соответствует вращение трубки	Соответствует	Соответствует
Стол	Не соответстует размер стола,	Не соответствует размеры стола	Соответствует	Соответствует

	продольное перемещение.			
Стойка	Не соответствует диапазон вертикального перемешения	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция	Не соответствует, диагональ монитора	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Gaide»**	**ТОО « Дал Казахстан»**	**ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"**	**ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"**
Предлагаемая модель МТ:	Стационарный цифровой рентген	Цифровая рентгеновская система INNOVISION-DX II	Стационарный цифровой рентген	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818
Производитель МТ:	Система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView 9, Ecoray Co., LTD (Корея)	DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				

Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	Не соответствует, отсутствует светодиодная	Не соответствует отсутствует тип лампы галогеновая	Соответствует	Соответствует
Подставка для ретгеновской трубки (штатив)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ВЗМед"**	**ТОО "MAXIMA GROUP"**		
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAYмодель HF 525 Plus	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR-52SD		
Производитель МТ:	EcorayCo., LTD, Республика Корея	«DRGEM Corporation», Республика Корея		
Наименование	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**

комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Генератор	Соответствует	Соответствует		
Детектор	Соответствует	Соответствует		
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует		
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	Соответствует	Не соответствует отсутствует тип лампы галогеновая		
Подставка для ретгеновской трубки (штатив)	Соответствует	Не соответствует, поперечное вращение		
Стол	Соответствует	Соответствует		
Стойка	Соответствует	Соответствует		
Рабочая станция	Соответствует	Соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт ГКП « Городская поликлиника №2» на ПХВ - врач рентгенолог Кульчиков М.К.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526232-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-08-2023 16:03:50

Лот № 4526232-Т1

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526232-Т1 Передвижной рентгеновский аппарат , Нугманов Медет – (Заместитель директора по медицинской части, ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Нур-Султан) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нугманов Медет

11.08.23г.

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «АстаМед»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат серии Jolly Plus: Jolly 4 Plus, Jolly 20 Plus, Jolly 30 Plus, Jolly 30 Plus DR	Цифровая мобильная медицинская рентгенографическая система Модель: DP326B	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D
Производитель МТ:	BMI Biomedical International S.r.l, Италия	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	General Medical Merate S.p.A, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Общие характеристики	**соответствует**	**не соответствуют**	**не соответстсвуют**
Детектор Шаг пикселя (интервал) 140 мкм / до 0,140 мм	соответствует	соответствует	139 мкрн не соответствует
Не менее 2466 x 3040	соответствует	соответствует	3032x2436 пикс не соответствует
Входная мощность Не менее 230 В с частотой не менее 50Гц.	соответствует	соответствует	соответствует
Максимум мА/с Не менее 110 мА/с.	соответствует	соответствует	соответствует

Минимальное фокусное расстояние от пола, мм Не менее 444 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальное фокусное расстояние от пола, мм Не менее 2000 мм.	соответствует	на сайте NDDA указано 1800 ±5% не соответствует	соответствует
Диапазон измерения напряжения кВ 40-125 кВ.	соответствует	на сайте NDDA указано 40-150кВ Не соответсвует	соответствует
Фокальное пятно, мм Не менее 0,6 x 1,3 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Вращение опоры рубки моноблока градусы +90°/-90°	соответствует	соответствует	соответствует
Вращение моноблока в рубке; градусы В пределах от -49° до +190°	соответствует	-15° назад, + 90° вперед-15° назад слабые градусы вращения	-45°/+90° слабые градусы вращения
Максимальная длина в транспортном положении: мм не более 1489 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Макс. высота в транспортном положении: не более 1580 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Макс. ширина в транспортном положении: не более 700 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр колес передние: мм не более 100 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр колес задние: мм не более 300 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Высота рукоятки: мм. 932 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Масса, кг не более 240 кг.	соответствует	соответствует	соответствует
Операционная система Windows	соответствует	соответствует	соответствует

Емкость резервной батареи не менее 2500 мАч.	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновский выход, кВт32 кВт.	соответствует	соответствует	соответствует
Теплоемкость анода, кДж 80 кДж.	соответствует	соответствует	соответствует
Целевой угол, градусы 15°	соответствует	на сайте NDDA указано 12° не соответствует	соответствует
Максимальный размер рабочего поля 43 х 43 см.	соответствует	соответствует	соответствует
Интенсивность освещения, люкс 160 люкс	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительная фильтрация, мм алюминий не менее 2,0 мм Al.	соответствует	на сайте NDDA указано 1.2 мм Al	соответствует
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует
Коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			

Эксперт **ФИО/подпись**