Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529154-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2023 17:37:34

Лот № 4529154-T1

Аппарат искусственной вентиляции легких

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529154-T1 Аппарат искусственной вентиляции легких, Сарыбаева Индира – (врач анестезиолог-реаниматолог, моб город кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
2	040740001733, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛЮКС"	Не соотвествует
3	191140000181, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ""	Соответствует
4	200640004977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ МЕДСЕРВИС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарыбаева Индира

адаптер, температруные датчики и коннекторы,				
Дополнительные комплектующие				
По всем позициям	Соответствует	Не соответствует – аппарат ИВЛ для детей и новорожденных - нет функции взрослый	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
По всем позициям	Соответствует	Не соответствует – аппарат ИВЛ для детей и новорожденных, нет функции взрослый	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
По всем позициям	Не соответствует Температура , в ТО указана -10 до 40*С, при необходимости до 40*С.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует

Эксперт: Сарыбаева И.К.

ФИО/подпись

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "QUORU", 180240000339	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОО «МЕДИЛЮКС»	Товарищество с ограниченной ответственностью ""КазМед Лизинг""	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ МЕДСЕРВИС"
Предлагаемая модель МТ:	Аппараты искусственной вентиляции легких Fleximag MAX 700 для всех возрастных групп пациентов в условиях стационара и транспортировки, в том числе с неонатальной CPAP-терапией и High-flow терапией	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian +nCPAP evolution, производства «ACUTRONIC Medical Systems AG»	Аппарат искусственной вентиляции легких Elisa 800 Производство: Lowenstein Medical GmbH& Co. KG, Германия	Аппарат искусственной вентиляции легких HAMILTON C-1 Производство: Hamilton Medical AG.
Производитель МТ:	фирма «Magnamed Tecnologia Medica S/A» наименование производителя Бразилия	«ACUTRONIC Medical Systems AG»-Швейцария	Elisa 800 Производство: Lowenstein Medical GmbH& Co. KG, Германия	Hamilton Medical AG-Швейцария.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Основной блок: ДО не менее 2, не более 2600мл	Не соответствует – ДО свыше 2600мл, а именно 3000мл	Не соответствует – аппарат предназначен только для новорожденных и детей 2-500мл	Соответствует	Не соответствует (в ТО указано 2-2000мл)
Размер аппарата Дисплея (не менее 8,4 дюймов)	Не соответствует - 15 дюймов	Не соответствует-5,7 дюйма	Соответствует	Соответствует
Режим вентиляции с управлением по давлению / синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управлением по давлению	Соответствует	Не соответствует – аппарат ИВЛ для детей и новорожденных-нет функции взрослый	Соответствует	Не соответствует – указан режим лишь по давлению.
Режим вентиляции с управлением по объему и потоку/режим с постоянным принудительным МО	Соответствует	Не соответствует – аппарат ИВЛ для детей и новорожденных-нет функции взрослый	Соответствует	Не соответствует- указан режим лишь по объму и потоку
Наличие ВПТО	Соответствует	Не соответствует – аппарат ИВЛ для детей и новорожденных-нет функции взрослый	Соответствует	Отсутствует-не соответствует.
Отлучение от аппарата ИВЛ(тест на спонтанное пробуждение)	Соответствует	Не соответствует – аппарат ИВЛ для детей и новорожденных-нет функции взрослый	Соответствует	Не соответствует – отсутствие данной функции.
Максимальная потребляемая мощность аппарата ИВЛ не более 170ВА	Не соответствует – 80ВА	Не соответствует 40Вт	Соответствует	Соответствует
Увлажнитель дыхательной смеси(ручная регулировка, наличие температурного датчика, электрический	Соответствует	Не соответствует , так как не понятно есть ли функция для взрослого.	Соответствует	Не соответствует - отсутствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529150-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2023 17:13:34

Лот № 4529150-T1

Видеоэндоскопическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529150-T1 Видеоэндоскопическая система, Джапахов Ербол – (Главный врач ГКП "Многопрофильная областная детская больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", Город Актобе, ж/м Шестихатка, 471А) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
2	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Джапахов Ербол

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО «Hydramed»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Видеоинформационный центр
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical Systems Corp., Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Система предназначена для проведения эндоскопических операций и диагностики, для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами внутренних органов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Процессор видео эндоскопической системы должен иметь интегрированный LED источник света.	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, что для предлагаемой видеоэндоскопической системы, доступно два варианта источника света: Светодиодный и Ксеноновый. Это говорит о том, что источник света является отдельным аппаратом от видеоблока и не является интегрированным, как это требуется в техническом задании. Так же то, что источник света является отдельным комплектующим подтверждает его описание в разделе «Комплектность МИ», как Комплектующее.	Соответствует	Соответствует

Устройство имеет функцию увеличения	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет специальную технологию визуализации - высокоинтенсивное контрастное изображение обеспечивает превосходную визуализацию поверхностных сосудистых и слизистых рисунков.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сосредоточение внимания на характеристиках коротковолнового поглощения гемоглобина в сочетании со специфическими спектральными цветами белого света приводит к улучшению и точной контрастной визуализации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Технология которая дифференцирует спектр красного цвета более эффективно, чем изображение белого света, благодаря его оптимальному составу светового спектра до обработки и усовершенствованной обработке сигнала.	Соответствует		
Увеличенный цветовой контраст улучшает обнаружение повреждений или воспаления и приводит к более точному определению границ: режим исследования с использованием красного света. /связанная цветная визуализация, дифференцирующая спектр красного цвета более эффективно, чем изображение белого света.	Соответствует		
Функция стоп-кадра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Наличие памяти для ввода информации о пациентах Не менее 45 пациентов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеопроцессор имеет функцию высокой четкости (HD), совместимую с другим предлагаемым оборудованием.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство видеопроцессора имеет режим, способный идентифицировать морфологию слизистой в реальном времени, для раннего выявления злокачественной области.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
клавиши для регулировки цвета/	Соответствует	Соответствует	Соответствует

(Настраиваемые/функциональные) клавиши.			
Видеопроцессор имеет функцию увеличения изображения: Функция увеличения изображения/. Функция электронного масштабирования/увеличения.	Соответствует		
Прибор портативный и переносной.	Соответствует		
Система совместима с ирригационной водяной помпой	Соответствует		
Система совместима с CO2 инсуффлятором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тестер для проверки герметичности	Соответствует		
Дополнительные комплектующие			
LCD Монитор	Соответствует		
Панель 26 дюймов	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, что для предлагаемой видеоэндоскопической системы, доступно только два размера мониторов – 21,5 дюймов и 24 дюйма, что не соответствует требуемому параметру в техническом задании.	Соответствует	Соответствует
Разрешение Не менее 1920 x 1080	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол обзора 178 °	Соответствует		
Бронхоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
поле обзора 120 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дальность обзора 3-100 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность изгиба вверх / вниз вверх на 180 ° / вниз на 130 °	Соответствует		
Диаметр дистального конца не более 4,9 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр гибкой части 4,9 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр рабочего канала 2,0 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина рабочей части 600 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Общая длина не более 880 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеогастроскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол зрения 140 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина поля зрения 2-100 мм	**Не соответствует** 3-100 мм Требуемый параметр глубина поля зрения указывает на сколько близко специалист может приблизится к исследуемой зоне без потери качества изображения. В данном случаем требуется возможность приблизится на расстояние 2 мм от исследуемой зоны. Предлагаемый видеогастроскоп имеет возможность приблизится только на 3 мм, что не соответствует техническому заданию.	Соответствует	Соответствует
Изгиб дистального кончика вверх - вниз210° вверх/90° вниз	Соответствует		
Изгиб дистального кончика вправо- влево 100 градусов влево/вправо	Соответствует		
Диаметр дистального кончика 9,2 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр вводимой трубки не более 9,3	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр рабочего канала 2,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая длина Не менее 1030 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы	Соответствует	Соответствует	Соответствует

оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и			

спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя			

Эксперт **Джапахов Ербол Серикович**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529147-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-08-2023 12:32:07

Лот № 4529147-T1

Томограф магнитно-резонансный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529147-T1 Томограф магнитно-резонансный , Темирбаев Аскар – (Зав.отд КТ и МРТ, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Соответствует
2	160740021306, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAEXPERT" (ДИАЭКСПЕРТ)	Соответствует
3	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует
4	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Темирбаев Аскар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» Кызылординской области				
Предлагаемая модель МТ:	**2818690 SIGNA Expiorer 1,5 T**	**2810510 UMR 588 1,5T**	**2824210 SuperVan 1,5 T**	**2854530 Prodiva 1,5T**
Производитель МТ:	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd;	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd;	Suzhou Lonwin Medical System Co., Ltd.; SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD; Shenzhen Kenid Medical Devices Co., LTD	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., No. 258, ZhongYuan Road, Suzhou Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu Province, P.R. of China
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
индукция магнитного поля 1.5 Т	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Максимальное поле зрения 50 см	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**
Регулируемая система вентиляции и светового освещения	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Тип магнита Сверхпроводимость	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Диаметр –туннеля 60см	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея)	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Дополнительные комплектующие				
Система внугренней связи	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Стол для пациентов	Максимальный вес пациента, 200 кг.	Максимальный вес пациента, 250 кг.	Максимальный вес пациента, 260 кг.	Максимальный вес пациента, 200 кг.
Точность позиционирования ±0.5 мм	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**	**не соответствует**
VSM (Монитор сигналов жизнедеятельности) включает в себя: сердечный электрофизиологический модуль, дыхательный импульсный модуль и беспроводной стробирующий триггер. Монитор жизненно важных сигналов (Vital Signal Monitor (VSM))	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**	**не соответствует**
Рабочая станция диагностическая	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Рабочая станция оператора	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Программное обеспечение	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Катушки для исследования тела	**соответствует**	**Соответствует Дополнительно имеет катушку для колена**	**соответствует**	**соответствует**
Устройства бесперебойного питания	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Инжекторы для магнитно-резонансной томографии с принадлежностями	**Нет информации**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Термографический принтер для печати цифровых изображений	**Нет информации**	Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) **соответствует**	**Нет информации**	**Нет информации**
Расходные материалы				
Условия гарантийного	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

сервисного обслуживания медицинской техники				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Программное обеспечение	Трактография, Кардиопакет также программа E-film для просмотра DICOM файлов на простых компьютеров.	Трактография, Кардиопакет также программа E-film для просмотра DICOM файлов на простых компьютеров.	Трактография, Кардиопакет также программа E-film для просмотра DICOM файлов на простых компьютеров.	Трактография, Кардиопакет также программа E-film для просмотра DICOM файлов на простых компьютеров.

Эксперт **ФИО/подпись**

Темирбаев Асмар Жомартович

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529134-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2023 13:43:37

Лот № 4529134-T1

Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и колоновидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529134-T1 Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и колоновидеоскопом , Буркитов Нурсеит – (Инженер по медицинскому оборудованию, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Буркитов Нурсеит

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО «Hydramed»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Видеоинформационный центр
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical Systems Corp., Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Система предназначена для проведения эндоскопических операций и диагностики, для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами внутренних органов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Процессор видео эндоскопической системы должен иметь интегрированный LED источник света.	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, что для предлагаемой видеоэндоскопической системы, доступно два варианта источника света: Светодиодный и Ксеноновый. Это говорит о том, что источник света является отдельным аппаратом от видеоблока и не является интегрированным, как это требуется в техническом задании. Так же то, что источник света является отдельным комплектующим подтверждает его	Соответствует	Соответствует

	описание в разделе «Комплектность МИ», как Комплектующее.		
Устройство имеет функцию увеличения	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция изменения структурной детализации изображения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Наличие слота для карты памяти USB для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет специальную технологию визуализации - высокоинтенсивное контрастное изображение обеспечивает превосходную визуализацию поверхностных сосудистых и слизистых рисунков.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет специальную технологию визуализации - Сосредоточение внимания на характеристиках коротковолнового поглощения гемоглобина в сочетании со специфическими спектральными цветами белого света приводит к улучшению и точной контрастной визуализации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция стоп-кадра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система имеет объем памяти для записи данных не менее 45 пациентов и имеет функциональную клавишу для повторного использования этой информации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеопроцессор имеет функцию высокой четкости (HD), совместимую с другим предлагаемым оборудованием.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство видеопроцессора имеет режим, способный идентифицировать морфологию слизистой в реальном времени, для раннего выявления злокачественной области.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет функциональные клавиши для регулировки цвета.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система совместима с ирригационной водяной помпой и CO2 инсуффлятором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Дополнительные комплектующие			
LCD Монитор	Соответствует		
Панель 26 дюймов	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, что для предлагаемой видеоэндоскопической системы, доступно только два размера мониторов – 21,5 дюймов и 24 дюйма, что не соответствует требуемому параметру в техническом задании.	Соответствует	Соответствует
Разрешение Не менее 1920 x 1080	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол подставка для медицинской аппаратуры	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гастровидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поля зрения 140 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина резкости 2-100 мм	**Не соответствует** 3-100 мм Требуемый параметр глубина резкости указывает на сколько близко специалист может приблизится к исследуемой зоне без потери качества изображения. В данном случаем требуется возможность приблизится на расстояние 2 мм от исследуемой зоны. Предлагаемый видеогастроскоп имеет возможность приблизится только на 3 мм, что не соответствует техническому заданию. Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака.	Соответствует	Соответствует

Диаметр дистального конца 9,2 мм	**Не соответствует** 9,3 мм Не соответствует за счет большего диаметра дистального конца. Чем меньше диаметр дистального конца, там удобнее для специалиста происходят манипуляции с видеогастроскопом в момент введения его в пациента.	Соответствует	Соответствует
Диаметр вводимой трубки не менее 9,2	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр внутреннего канала 2,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Углы изгиба рабочей части 210 ° вверх, 90 ° вниз, 100 ° влево/вправо	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина рабочей части не менее 1030 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Бронховидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поля зрения 120 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина резкости 3-100 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр дистального конца не более 4,9 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр вводимой трубки не более 4,9 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр внутреннего канала 2,0 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Углы изгиба рабочей части вверх на 180°, вниз на 130 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина рабочей части 600 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая длина не более 880 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Колоновидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поля зрения 140 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Нижнее значение не более 3 мм Верхнее значение не менее 100 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр дистального конца 12,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр вводимой трубки 12,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр внутреннего канала не менее 3,7 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Углы изгиба рабочей части 180 ° вверх, 180 ° вниз, 160 ° влево, 160 ° вправо	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Длина рабочей части не менее 1680 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая длина не более 2005 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и	Соответствует	Соответствует	Соответствует

эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.			

Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя			

Эксперт **Буркитов Н.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529140-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 09:19:34

Лот № 4529140-Т1

Маммограф цифровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529140-Т1 Маммограф цифровой, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
5	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует
6	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
7	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"	ТОО "ГИЗА-ФАРМ"	ТОО "ВЗМед"	ТОО "Алма-Мед"	ТОО "АЛАШ-KZ"	ТОО "ЛАБТРОНИК"	АО "Ordamed"
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая медицинская рентгеновская маммографическая система DM156A	Маммографическая цифровая система Mammo DR в комплекте	Система маммографии рентгенографическая цифровая Pinkview DR Plus	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, вариант исполнения: GIOTTO IMAGE 3DL	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000	Маммографическая система MX-600	Маммографическая система Aurora w3
Производитель МТ:	Производства Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	BEMEMS Co., Ltd. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	IMS GIOTTO S.p.A. ИТАЛИЯ	DRTECH Corporation РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Genoray Co., Ltd РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	АО "Ordamed" КАЗАХСТАН
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Рентгеновская трубка Тип анода - Вращающийся Материал окна Be (Бериллий) не менее 0,5 мм Теплоемкость анода 300 kHU Угол цели (большое фокальное пятно Не менее 15° Угол цели (малое фокальное пятно) Не менее 10° Диаметр фокусного пятна (малое) 0,1 мм Диаметр фокусного пятна (большого) 0,3 мм	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует: - Не указан Материал окна - Нет данных про Угол цели (большое фокальное пятно) Угол цели (малое фокальное пятно)	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

Тип генератора Высокочастотный Выходная мощность не менее 4 кВт Мин. напряжение Не менее 20кВ Макс. напряжение Не менее 39 кВ Мин. мАс 3,2 мАс Макс. мАс не более 650 мАс Максимальный ток для малого фокусного пятна не более 49 мА Максимальный ток для большого фокусного пятна не более 125 мА Максимальное время экспозиции не более 10 сек	Диапазон мАс: 10–120 мАс (малый фокус), требуется Мин. мАс3,2 мАс	указано Максимальное время экспозиции,	Мин. мАс: 1 мАс требуется 3,2 мАс, Макс. мАс: 720 мАс, требуется не более 650 мАс	- Мин. мАс: 2 мАс требуется 3,2 мАс - Максимальный ток для большого фокусного пятна 155 мА, требуется не более 125 мА	согласно приложенной ТС	согласно приложенной ТС	согласно приложенной ТС
Стойка рентгеновской трубки Диапазон вращения стойки ±180° Диапазон вертикального перемещения 700 мм Расстояние от источника до приемника изображения SID Не менее 650 мм Вертикальный диапазон устройства сжатия Не менее 160 мм	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует в ТС потенциального поставщика присутствуют неточные значения (±) - Диапазон вертикального перемещения штатива от уровня пола 700 ± 30 – 1400 ± 30 мм - Диапазон поворота штатива в вертикальной плоскости, от -180 ± 5 градусов до +180± 5 градусов. Не данных про Вертикальный диапазон устройства сжатия в мм.	Не соответствует, Диапазон вертикального перемещения: 715 мм, требуется 700 мм	Не соответствует: Диапазон вертикального перемещения: 750 мм, требуется 700 мм	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Детектор Размеры эффективной поверхности (Область	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует Размер рабочего поля 239 х 291 мм,	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

24x30 см Структурный тип матрицы (технология) a-Si (аморфный кремний) Сцинтиллятор CsI (Цезий йодит) Размер пикселя Не менее 76 мкм Разрешение Не менее 2816 x 3584 Квантование Не менее 16 бит		24x30 см					
Рабочая станция Маммографический монитор (размер) Не менее 23 дюйма Жесткий диск (память) Не менее 1 Тб Тактовая частота процессора Не менее 2,6ГГц Емкость ОЗУ Не менее 4 Гб	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует в ТС потенциального поставщика присутствуют неточные значения (не менее): Тактовая частота процессора, не менее 2,4 ГГц, емкость ОЗУ, не менее 8 Гбайт, емкость жесткого диска, не менее 1 Тбайт	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

Эксперт **Угышев А.Н**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529145-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-08-2023 16:12:43

Лот № 4529145-T1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529145-T1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Негемеджанов Мереке – (Заведующий хирургическим отделением, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	210240006871, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL"	Не соотвествует
3	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Не соотвествует
4	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Негемеджанов Мереке

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(4529145-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Комфорт Лайт"	ТОО "Пром-ЕА"	ТОО "DAR-MEDICAL"	ТОО «LIFETECH»
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EPX-3500HD с принадлежностями и расходным материалом	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	Видеоинформационный центр CV-170	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	SonoscapeMedical Corp., Китай	Olympus Medical Systems Corp, Япония	SonoscapeMedical Corp., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Видеопроцессор/ Видеоцентр	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Назначение системы - система предназначена для проведения эндоскопических операций и диагностики, для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами внутренних органов и визуализации операционного поля при эндоскопических операциях.	Соответствует .	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Специальный режим (система) визуализации - технология спектрального цветового выделения, для обработки изображения в	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки/ Режим (система) визуализации в специальном или ограниченном спектре для выделения структуры капилляров или идентификации морфологию слизистой в свете различных длин волн				
Коэффициенты масштабирования - не менее x1.00 до x1.50.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	Соответствует
Формат сохранения изображений - JPEG, TIFF	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размеры видеоинформационный центр (Ш x В x Г) - Ширина не более 390 мм, высота не более 145 мм, глубина не более 460 мм	**Не соответствует Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует Глубина 480 мм**
Режим диафрагмы – пиковый, средний.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес процессора (без учета источника света) - не менее 8 кг не более 15 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света - LED/Светодиодная лампа.	Соответствует	**Не соответствует Указывает LED/Светодиодная лампа, должно быть одно из них.**	Соответствует	Соответствует
Функциональные клавиши - на передней панели устройства расположены	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

функциональные клавиши для регулировки цвета				
Функция увеличения - устройство имеет функцию увеличения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем памяти для записи данных - от 45 до 50 пациентов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение - не менее 100 вольт не более 240 вольт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система охлаждения лампы - принудительное воздушное охлаждение.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция стоп-кадра - функция стоп-кадра доступна клавиатуре и на рукоятке эндоскопа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разъемы для вывода видеосигналов [DVI сигналы (цифровые)] на монитор или процессор изображений – Выход DVI-D.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**
Диагональ монитора - не менее 26 дюймов.	**Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	***наименование в ТС поставщика не соответствует регистрационному досье ЛС РК. Согласно Госуд.реестра ЛС РК*****Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями комплектуется только мониторами диаг.21,5 или 24,0 дюйм**	**Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	***наименование в ТС поставщика не соответствует регистрационному досье ЛС РК. Согласно Госуд.реестра ЛС РК*** **Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями комплектуется только мониторами диаг.21,5 или 24,0 дюйм**

Угол обзора по вертикали - 178°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол обзора по горизонтали - 178°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коэффициент контрастности - 1000:1.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Совместимость системы - система совместима с ирригационной водяной помпой и CO2инсуффлятором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внешнее портативное устройство памяти - запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск) подключаемое через USB порт/ Одновременная запись на внутренний HDD и внешний носитель.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеоколоноскоп / Колоновидеоскоп	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует**
Угол поля обзора, градусов - 140°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина резкости - не менее 2-100 мм.	Соответствует	Соответствует	**Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	Соответствует
Диаметр дистального конца - 12,8 мм	Соответствует	**Не соответствует.***По имеющимся инструкциям и брошюрам Видеоколоноскоп EC-550LДиаметр дистального*	Соответствует	**12,5 мм**

		конца - 12,9 мм		
Диаметр вводимой трубки - 12,8 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**12,5 мм**
Диаметр инструментального канала - не более 3,8 мм.	**Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	**Не соответствует .** *По имеющимся инструкциям и брошюрам Видеоколоноскоп EC-550LДиаметр инструментального канала –4,2 мм*	Соответствует	Соответствует
Рабочая длина вводимой грубки - не менее 1680 мм.	Соответствует	**Не соответствует .** *По имеющимся инструкциям и брошюрам Видеоколоноскоп EC-550LРабочая длина вводимой трубки-1350 мм*	Соответствует	Соответствует
Общая длина - не менее 1990 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**1950 мм**
Углы изгиба - вверх — 180° / вниз — 180°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Углы изгиба - вправо — 160° / влево — 160°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Водяной / эндоскопический насос	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка / Держатель для оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Бутыль для воды / Водяной контейнер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Примечание:

Техническая спецификация к закупу эндоскопической видеоинформационной системы сформирована на основе унифицированной технической спецификации, которая прошла экспертизу в уполномоченном органе и является документом, в котором указаны характеристики и диапазоны параметров планируемой к закупу медицинской техники. Рассматривая все заявленные предложения от разных компании, в первую очередь необходимо соблюсти требование законодательных норм в части четкого соблюдения заявленных характеристик, ухудшение заявляемых характеристик-недопустимо. Улучшающие характеристики допускаются при соответствии заявленных характеристик требованиям объявленной технической спецификации.

Дополнительно хочу сообщить что:

При рассмотрении заявки у потенциальных поставщиков ТОО «ПРОМ-ЕА» и ТОО «LIFETECH», выявлены следующие не соответствия по характеристикам, которые вводят в заблуждение Заказчика: согласно Государственного реестра лекарственных средств http://register.ndda.kz/category/search_prep под Регистрационным номером № РК-МТ-0№023001 зарегистрировано Система видеоэндоскопическая HD-350, HD-550 с принадлежностями, где в досье данного оборудования указано, что Мониторы для данных моделей идут следующими размерами-

24' монитор высокой четкости - адаптированный специально для системы HD
21,5" монитор высокой четкости - адаптированный специально для данной системы, **что не соответствует техническим параметрам Заказчика**. Более того, в открытых источниках, инструкции \брошюр, производитель указывает повсеместно, что Система видеоэндоскопическая серии HD-550 комплектуется исключительно монитором диаг. 24дюйма, а предложенный ТОО «ПРОМ-ЕА» Видеоколоноскоп EC-550L имеет след.тех.характеристики: диаметр дист.конца 12,9 мм, рабоч.канал 4,2 мм, Рабочая длина вводимой трубки: 1350 мм

Эксперт Негемеджанов Мереке Сайранович

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529146-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-08-2023 09:17:09

Лот № 4529146-T1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529146-T1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Негемеджанов Мереке – (Заведующий хирургическим отделением, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	210240006871, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL"	Не соотвествует
2	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Не соотвествует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
4	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Негемеджанов Мереке

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(Лот № 4529146-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "Комфорт Лайт"**	**ТОО "Пром-ЕА"**	**ТОО "DAR-MEDICAL"**	**ТОО «LIFETECH»**
Предлагаемая модель МТ:	**Эндоскопическая видеоинформационная система EPX-3500HD с принадлежностями и расходным материалом**	**Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями**	**Видеоинформационный центр CV-170**	**Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями**
Производитель МТ:	**FUJIFILM Corporation, Япония**	**Sonoscape Medical Corp., Китай**	**Olympus Medical Systems Corp, Япония**	**Sonoscape Medical Corp., Китай**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Видеопроцессор/ Видеоцентр	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**
Назначение системы - система предназначена для проведения эндоскопических операций и диагностики, для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами внутренних органов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Специальный режим (система) визуализации - режим (система) визуализации в специальном или ограниченном спектре для выделения структуры	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

капилляров или идентификации морфологию слизистой в свете различных длин волн/ Технология спектрального цветового выделения, для обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки.				
Коэффициенты масштабирования - Не менее x1.00 до x1.50, не более x1.00 до x2.00	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Формат изображений - JPEG, TIFF.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размеры видеоинформационный центр (Ш x В x Г) - ширина не более 390 мм, высота не более 157 мм, глубина не более 460 мм	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	**Не соответствует Глубина 480 мм**
Режим диафрагмы – пиковый, средний	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес процессора (без учета источника света) - не более 15 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света - LED/Светодиодная лампа.	Соответствует	**Не соответствует Указывает LED/Светодиодная лампа, должно быть одно из них.**	Соответствует	Соответствует
Функциональные клавиши - на передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Функция увеличения - устройство имеет функцию увеличения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем памяти для записи данных - от 45 до 50 пациентов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение - не менее 100 вольт .	**Не соответствует Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	Соответствует	**Не соответствует Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	Соответствует
Система охлаждения лампы - принудительное воздушное охлаждение.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция стоп-кадра - функция стоп-кадра доступна клавиатуре и на рукоятке эндоскопа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разъемы для вывода видеосигналов [DVI сигналы (цифровые)] на монитор или процессор изображений – Выход DVI-D.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	**Не соответствует**
Диагональ монитора - не менее 26 не более 27 дюймов.	Соответствует	***наименование в ТС поставщика не соответствует регистрационному досье ЛС РК. Согласно Госуд.реестра ЛС РК*** **Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями комплектуется только мониторами диаг. 21,5**	Соответствует	***наименование в ТС поставщика не соответствует регистрационному досье ЛС РК. Согласно Госуд.реестра ЛС РК*** **Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями комплектуется только мониторами диаг.21,5**

		или 24,0 дюйм		**или 24,0 дюйм**
Угол обзора по вертикали - 178°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол обзора по горизонтали - 178°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коэффициент контрастности - 1000:1.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Совместимость системы - система совместима с ирригационной водяной помпой и CO2 инсуффлятором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внешнее портативное устройство памяти - запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск) подключаемое через USB порт/ Одновременная запись на внутренний HDD и внешний носитель.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеогастроскоп / Гастровидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Направление обзора – прямое.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поля зрения - 140°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина поля зрения - не менее 2-100 мм., не более 4-100 мм.	Соответствует	Соответствует	**Указывает не более\не менее. Нет возможности определить точный параметр**	Соответствует
Диаметр дистального конца - от 9,2 до 9,4 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр гибкой части - от 9,2 до 9,3 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр инструментального	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

канала - 2,8 мм.				
Углы изгиба - вверх — 210° / вниз — 90°. Углы изгиба - вправо — 100° / влево — 100°	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая длина вводимой трубки от 1030 до 1100 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая длина от 1350 до 1400 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Водяной / эндоскопический насос	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка / Держатель для оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Бутыль для воды / Водяной контейнер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Примечание:

Техническая спецификация к закупу эндоскопической видеоинформационной системы сформирована на основе унифицированной технической спецификации, которая прошла экспертизу в уполномоченном органе и является документом, в котором указаны характеристики и диапазоны параметров планируемой к закупу медицинской техники. Рассматривая все заявленные предложения от разных компании, в первую очередь необходимо соблюсти требование законодательных норм в части четкого соблюдения заявленных характеристик, ухудшение заявляемых характеристик- недопустимо. Улучшающие характеристики допускаются при соответствии заявленных характеристик требованиям объявленной технической спецификации.

Дополнительно хочу сообщить что:

При рассмотрении заявки у потенциальных поставщиков ТОО «ПРОМ-ЕА» и ТОО «LIFETECH», выявлены следующие не соответствия по характеристикам, которые вводят в заблуждение Заказчика: согласно **Государственного реестра лекарственных средств http://register.ndda.kz/category/search_prep** под Регистрационным номером **№ РК-МТ-0№023001 зарегистрировано Система видеоэндоскопическая HD-350, HD-550 с принадлежностями**, где в досье данного оборудования указано, что Мониторы для данных моделей идут следующими размерами-

24' монитор высокой четкости - адаптированный специально для системы HD

21,5" монитор высокой четкости - адаптированный специально для данной системы, что не соответствует техническим параметрам Заказчика. **Более того, в открытых источниках, брошюрах производитель указывает повсеместно, что Система видеоэндоскопическая серии HD-550 комплектуется исключительно монитором диаг. 24дюйма**

Из этого можно предположить, что данные потенциальные поставщики скопировали техническую спецификацию Заказчика, указали технические параметры своего оборудования и выдали, как соответствующий конкурсной документации .

Эксперт Негемеджанов Мереке Сайранович

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2814770 **ТОО "Medical equipment service-KZ"**	№ 2823450 **Акционерное общество "Ordamed"**	№ 2818290 **ТОО "SanMed Plus"**	№ 2824130 ТОО "HYDRAMED"	
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии **InsitumCT 768** SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии **Dominus 128** SG Healthcare Co., Ltd.	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела **SUPRIA** с принадлежностями FUJIFILM Healthcare Corporation.	Система Компьютерной томографии **Aquilion Prime SP (TSX-303B)** с принадлежностями Canon Medical Systems Corporation	
Производитель МТ:	КИТАЙ	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
	Основные комплектующие				
Гентри					
Апертура, см., не менее: 75.	**Соответствует** 76см	**Соответствует** 76см	**Соответствует** 75см	**Соответствует** 78см	
Угол наклона гентри, градус: +/-30	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Позиционирование лазером. Лазерный маркер положения среза.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Вращение: Рентгеновская трубка и площадной детектор установлены на противоположных сторонах апертуры гентри и могут непрерывновращаться вокруг нее/ Декодер вращения трубки в	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

гентри.					
Функция дистанционного управления гентри: Пульт ручной дистанционного управления / Пульт управления сканированием.	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указан Пульт управления сканированием.	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указан Пульт управления сканированием.	
Вес гентри, кг, не более: 1800.	**Соответствует** 1800 кг	**Соответствует** 1800 кг	**Соответствует** 1600 кг	**Соответствует** 1800 кг	
Размещение элементов управления (включения и отключения) рентгеновского излучения на панели гентри: Модуль управления на панели гентри /Панель управления на стенке гентри сканера. Функция передачи модуляции / Фильтр для снижения влияния рассеянного излучения внеполя обзора	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Нет данных о фильтре для снижения влияния рассеянного излучения вне поля обзора	
Показ плотности в единицах Хаунсфилда: Отображение рентгеновской плотности в единицах Хаунсфилда /Измерение плотности вединицах Хаунсфилда Диапазон измерения рентгеновских плотностей в ед. Хаунсфилда: -32768 +32767	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Максимальная скорость реконструкции изображений, изображений в секунду, не менее: 30.	**Соответствует** 30	**Соответствует** 30	**Соответствует** 30	**Соответствует** 30	
Программное обеспечение Программное обеспечение для расчёталучевой нагрузки:	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

Информация о дозе облучения /«Программа контроля рентгеновского излучения». Программное обеспечение для автоматической модуляции лучевой нагрузки по каждому аксиальному срезу: Автоматический контроль экспозиции / Программное обеспечение для интеллектуального перераспределения дозы по срезам.					
Специализированные детские протоколы снизкодозным сканированием: специализированные протоколы для сканирования детей / Специализированные протоколы для детей	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Режим удаления артефактов от металла / Программное обеспечение для уменьшения артефактов от плотных включений внутри тела. Режим интерактивной реконструкции со снижением дозы: Режим интерактивной реконструкции для снижения лучевой нагрузки / Программное обеспечение для итеративной обработки изображений	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Напряжение трёхфазного переменного тока, В:380 В.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

Частота переменного тока, Гц: 50 Гц. **Источник бесперебойного питания**					
Стол с электромеханическим и ручным приводом					
Диапазон движения по вертикали, см: 55.	**Соответствует** 56,5см	**Не соответствует** 56,5см	**Соответствует** 55см	**Соответствует** 57см	
Максимально допустимая нагрузка на стол, кг, не менее: 220.	**Соответствует** 250кг	**Соответствует** 250кг	**Соответствует** 227	**Соответствует** 220	
Набор принадлежностей для позиционирования и фиксации: Матрац, Комплект ремней для фиксации тела пациента,подставка / подушка для головы, подушка треугольная / пирамидальная, фиксатор / подставка подбородка пациента Управление движением стола с помощью педалей с обеих сторон: Блок педальный для задней части стола/Ножной переключатель	**Соответствует**	**Не соответствует** Не указано: подушка для головы, подушка треугольная Управление движением стола с помощью педалей с обеих сторон: Блок педальный для задней части стола/Ножной переключатель	**Не соответствует** Не указано: подушка треугольная	**Не соответствует** Не указано: подушка пирамидальная	
Генератор					
Выходная мощность генератора, кВт, не менее: 48.	**Соответствует** 80	**Соответствует** 80	**Соответствует** В ТС указано 75кВА в перерасчете соответствует 60кВт	**Соответствует** 60	
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ.: от 80 до 140 кВ.	**Не соответствует** 70-140	**Не соответствует** 70-140	**Соответствует** 80-140	**Не соответствует** 80-135	
Минимальное значение тока, мА: 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	
Максимальное значение тока мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 667	**Соответствует** 400	**Соответствует** 500	
Максимальное время непрерывного спирального сканирования, сек:	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

100.					
Детектор					
Тип детектора: твердотельный	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Общее количество элементов детектора, не менее: 56 832	**Соответствует** 56 832	**Соответствует** 56 832	**Соответствует** 56 832	**Соответствует** 71 680	
Количество рядов детектора, не менее: 64.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует** 80	
Размер элемента детектора, мм., не более: 0,625.	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,625	**Соответствует** 0,5	
Количество элементов в одном ряду детектора, не менее: 888.	**Соответствует** 888	**Соответствует** 888	**Соответствует** 888	**Соответствует** 896	
Ширина детектора по оси Z, мм.: 40.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Частота сбора данных, сбор/сек., не менее: 1200.	**Соответствует** 1200	**Соответствует** 2400	**Соответствует** **1200**	**Соответствует** **2572**	
Максимальная матрица реконструкции изображений, пикселей, не менее 512x512 пикселей.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.), оборот в сек., не более: 0,75	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,48	**Соответствует** 0,75	**Соответствует** 0,35	
Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Максимальное поле обзора, мм: не менее 500. Минимальное поле обзора, мм: не более 180.	**Соответствует** 500 и 180	**Соответствует** 500 *и 50*	**Соответствует** 500 и 20	**Соответствует** 500 и 180	

Реконструкция изображений Модуль удвоения количества срезов, максимальное количество, не менее: 128.	**Соответствует**	**Не соответствует** Нет данных в тех спецификации	**Соответствует**	**Соответствует**	
Программный пакет для субтракции костных структур /Программное обеспечение для автоматического удаления изображения столаи костных структур.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Рентгеновская трубка					
Теплоемкость рентгеновской трубки, тысяч тепловых единиц, не менее: 5000.	**Соответствует** 8000	**Соответствует** 8000	**Соответствует** 5000	**Соответствует** 7500	
Минимальная сила тока, мА: 10.	**Соответствует** 10	**Соответствует** 5	**Соответствует** 10	**Соответствует** 10	
Максимальная сила тока, мА, не менее: 400.	**Соответствует** 667	**Соответствует** 667	**Соответствует** 400	**Соответствует** 500	
Количество фокусных пятен: 2.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Размер малого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не менее: 0,7*0,8.	**Не соответствует** 0,6*1,2	**Не соответствует** 0,6*1,2	**Соответствует** 07*0,8	**Соответствует** 0,8*0,9	
Размер большого фокусного пятна, ширина*длина, мм, не менее: 1,2*1,4.	**Не соответствует** 1,1*1,2	**Не соответствует** 1,2*1,2	**Соответствует** 1,2*1,4	**Соответствует** 1,6*1,4	
Консоль оператора					
Блок процессорный / системный, монитор, мышь, клавиатура. Диагональ монитора консоли оператора, дюймов: 24 Разрешение: 1920x1200 пикселей Количество мониторов: 1 шт.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Независимая рабочая станция Станция рабочая мультимодальная / Рабочая станция для обработки, реформации,архивации и	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

экспорта полученных изображений, и создания заключений Тактовая частота, ГГц.: 3,5 ГГц. Оперативная память, Гб.: 32 Гб. Объем жесткого диска, Гб.: не менее 1000 Гб Объем памяти видеокарты, Гб.: не менее 4 Гб Количество медицинских мониторов для независимой рабочей станции, шт.: 2шт. Размер медицинского монитора, дюйм: 24 дюйма Разрешение:1920x1200 пикселей					
Интерфейс DICOM сохранение Программное обеспечение для архивированияи связи в стандарте DICOM	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
DICOM модуль для печати изображений Протокол DICOM print /Программное обеспечения для экспорта изображений на печать в формате DICOM	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Программное обеспечение для анализа узелковых образований в лёгких - наличие.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Программное обеспечение Программное обеспечение для анализа сосудов с автоматическим/полуавтома тическим выделение центральной оси искомого сосуда, созданием его трёхмерной реконструкции и	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

последующими измерениями как на трёхмерном изображении, так и на ортогональных и кривопланарных изображениях Программный пакет для просмотра и анализа сосудов /Программное обеспечение для анализа сосудов					
Дополнительные комплектующие					
Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Цветной принтер /Устройство для печати медицинских изображений	**Соответствует** AGFA DRYSTAR 5302 Цветной принтер	**Соответствует** AGFA DRYSTAR 5302 Не указан цветной принтер	**Соответствует** Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) с принадлежностями и расходным материалом Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd., Китай Не указан цветной принтер	**Соответствует** Термографический принтер для печати цифровых изображений Цветной принтер	
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.	**Соответствует**	**Не соответствует** +20°С ÷ +28◦С. Относительная влажность - 35-80%.	**Соответствует**	**Соответствует**	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) DDP пункт назначения	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Срок поставки медицинской техники иместо дислокации 90 календарных дней, не позднее «1» декабря 2023г. Адрес: 1. Туркестанская	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

область, Тюлькубасский район, с. Т. Рыскулова, ул. Бекбосынова, 112 2. Туркестанская область, Казыгуртский район, с/о Казыгурт, ул.Ш.Уалиханова, 131 3. Туркестанская область, Келесский район, с. Абай, ул.Кыргызалиев, 45 г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат 125/1					
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечениемтретьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационнойдокументации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы ит.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типамедицинской техники.					
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик					

уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович**

21.08.2023г

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529128-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 23:18:15

Лот № 4529128-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529128-Т1 Компьютерный томограф, Дастанов Данияр – (врач лучевой диагностики, ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
2	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Не соотвествует
4	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дастанов Данияр

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529137-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2023 13:30:44

Лот № 4529137-T1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529137-T1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Буркитов Нурсеит – (Инженер по медицинскому оборудованию, ГКП на ПХВ "Городская больница №2" УЗ г.Шымкент) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Буркитов Нурсеит

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО «Hydramed»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Видеоинформационный центр
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical Systems Corp., Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Система предназначена для проведения эндоскопических операций и диагностики, для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами внутренних органов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Процессор видео эндоскопической системы должен иметь интегрированный LED источник света.	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, что для предлагаемой видеоэндоскопической системы, доступно два варианта источника света: Светодиодный и Ксеноновый. Это говорит о том, что источник света является отдельным аппаратом от видеоблока и не является интегрированным, как это требуется в техническом задании. Так же то, что источник света является отдельным комплектующим подтверждает его	Соответствует	Соответствует

	описание в разделе «Комплектность МИ», как Комплектующее.		
Устройство имеет функцию увеличения	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция изменения структурной детализации изображения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Наличие слота для карты памяти USB для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет специальную технологию визуализации - высокоинтенсивное контрастное изображение обеспечивает превосходную визуализацию поверхностных сосудистых и слизистых рисунков.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет специальную технологию визуализации - Сосредоточение внимания на характеристиках коротковолнового поглощения гемоглобина в сочетании со специфическими спектральными цветами белого света приводит к улучшению и точной контрастной визуализации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция стоп-кадра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система имеет объем памяти для записи данных не менее 45 пациентов и имеет функциональную клавишу для повторного использования этой информации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеопроцессор имеет функцию высокой четкости (HD), совместимую с другим предлагаемым оборудованием.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство видеопроцессора имеет режим, способный идентифицировать морфологию слизистой в реальном времени, для раннего выявления злокачественной области.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство имеет функциональные клавиши для регулировки цвета.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Система совместима с ирригационной водяной помпой и CO2 инсуффлятором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
LCD Монитор	Соответствует		
Панель 26 дюймов	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, что для предлагаемой видеоэндоскопической системы, доступно только два размера мониторов – 21,5 дюймов и 24 дюйма, что не соответствует требуемому параметру в техническом задании.	Соответствует	Соответствует
Разрешение Не менее 1920 x 1080	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол подставка для медицинской аппаратуры	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гастровидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поля зрения 140 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина резкости 2-100 мм	**Не соответствует** 3-100 мм Требуемый параметр глубина резкости указывает на сколько близко специалист может приблизится к исследуемой зоне без потери качества изображения. В данном случаем требуется возможность приблизится на расстояние 2 мм от исследуемой зоны. Предлагаемый видеогастроскоп имеет возможность приблизится только на 3 мм, что не соответствует техническому заданию. Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики	Соответствует	Соответствует

	слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака.		
Диаметр дистального конца 9,2 мм	**Не соответствует** 9,3 мм Не соответствует за счет большего диаметра дистального конца. Чем меньше диаметр дистального конца, там удобнее для специалиста происходят манипуляции с видеогастроскопом в момент введения его в пациента.	Соответствует	Соответствует
Диаметр вводимой трубки не менее 9,2	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр внутреннего канала 2,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Углы изгиба рабочей части 210 ° вверх, 90 ° вниз, 100 ° влево/вправо	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина рабочей части не менее 1030 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Колоновидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол поля зрения 140 °	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина резкости не менее 2-100 мм	**Не соответствует** 3-100 мм Требуемый параметр глубина резкости указывает на сколько близко специалист может приблизится к исследуемой зоне без потери качества изображения. В данном случаем требуется возможность приблизится на расстояние 2 мм от исследуемой зоны. Предлагаемый видеогастроскоп имеет возможность приблизится только на 3 мм, что не соответствует техническому заданию. Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака.	Соответствует	Соответствует

Диаметр дистального конца 12,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр вводимой трубки 12,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр внутреннего канала не менее 3,7 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Углы изгиба рабочей части 180 ° вверх/вниз, 160 ° влево/вправо	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Длина рабочей части не менее 1680 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая длина не более 2005 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса	Соответствует	Соответствует	Соответствует

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя			

Эксперт **Буркитов Н.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ТриМедика»	ТОО «Zein invest»	ТОО «SanMed Plus»	ТОО «Gaide»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO	Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой OEC One с принадлежностями	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в вариантах исполнения RADIUS R-9 DFG	Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Select» с принадлежностями
Производитель МТ:	Shimadzu Corporation, Япония	GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, Китай	Intermedical s.r.l., Италия	Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**		**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие				
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**
				Не соответствие вертикального перемещения 420 мм (требуется не менее 450 мм)
Дополнительные комплектующие				
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Расходные материалы				
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт: Абубакиров Р.Е.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529151-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 15:21:26

Лот № 4529151-T1

Рентгенхирургический аппарат С-дуга

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529151-T1 Рентгенхирургический аппарат С-дуга, Абубакиров Рустем – (Зав отделения, ГКП "АМЦ" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
2	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
3	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует
4	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "DI Life (Ди лайф)",	ТОО «ТриМедика»	ТОО «Hydramed»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 15	Система диагностическая ультразвуковая Aplio a-серии в исполнении Aplio a450 (CUS-AA450), с принадлежностями	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab 9eXP с принадлежностями
Производитель МТ:	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея	Canon Medical Systems Corporation, Малайзия	Производитель: Esaote S.p.a Страна: Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**		**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
	Не соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
	1.Не соответствие диагонали монитора. 2. не соответствие количества держателей датчиков 3.не соответствие увеличения изображения в реальном времени 4. не соответствие диагонали сенсорного экрана 5. не соответствие разрешения сенсорного экрана 6. отсутствует информация по наличию расширенного пакета по ангиологии		
Дополнительные комплектующие			

	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
Расходные материалы			
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт: Абубакиров Р.Е.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529153-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 13:52:15

Лот № 4529153-T1

Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529153-T1 Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, Абубакиров Рустем – (Зав. отделением, ГКП "АМЦ" на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180140021368, Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"	Не соотвествует
2	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
3	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Абубакиров Рустем

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529135-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2023 10:35:38

Лот № 4529135-T1

Рабочее место отриноларинголога

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529135-T1 Рабочее место отриноларинголога , Нугманов Медет – (Заместитель директора по медицинской части, ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Нур-Султан) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	031140000665, Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированное Медицинское Обеспечение"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нугманов Медет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО специализированное медицинское обеспечение	ТОО Ордамед
Предлагаемая модель МТ:	Smart	Atmos C31
Производитель МТ:	Happersberger Otopront GmbH Германия	Atmos Medizin Technic GmbH Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной модуль: стальной корпус с верхней частью из полиуретана/ корпус из полиуретана.	соответствует	Не соответствует. Нет информации
Модуль давления: не менее 0,1 бар.	Соответствует. Давление от 0,1-4,0 бар. Есть дополнительный сосуд для сжатого воздуха	Соответствует. 0,1-2,0 бар
Флаконы для спрея: флакон распылителя/ опрыскивателя.	соответствует	соответствует
Оливы Политцера.	соответствует	соответствует
Бактериальный фильтр: водоочистной/ бактериальный фильтр.	соответствует	соответствует
Защита от переливания.	соответствует	соответствует
Контейнер для жидкости: контейнер/ ѐмкость.	соответствует	соответствует
Аспирационная трубка: аспирационная/ отсасывающая трубка.	соответствует	Не соответствует. Нет информации
Аспирация: не менее 40 л/мин.	Соответствует. Лучше аспирация 58 л/мин.	соответствует
Регулировка и индикация мощности всасывания:	соответствует	Не соответствует. Нет информации.
регулировки мощности всасывания/ система всасывания.	соответствует	соответствует
Очистка системы аспирации: устройство для промывки/ промывка шлангов.	соответствует	Не соответствует. Нет информации
Устройство промывки: устройство для промывания миндалин/ система промывания миндалин.	соответствует	соответствует
Промывка уха: воронка для промывания уха/ многоразовые ушные воронки.	соответствует	соответствует
Модуль ирригации: ирригатор/ система ирригации. Температурный режим модуля ирригации: не менее 37 ° С +/- 0,5 градусов.	соответствует	соответствует
Система водоснабжения.	соответствует	соответствует
Автоклавируемость и дезинфекция.	соответствует	соответствует

Автоматическая утилизация содержимого контейнера для жидкости, через существующие дренажные соединения: автоматическое сливное устройство/ дренаж.	соответствует	соответствует
Нагреватель зеркал.	соответствует	Не соответствует. Нет информации
Источник света для эндоскопии.	соответствует	Не соответствует. Нет информации
Отоларингологическое кресло пациента: оториноларингологическое кресло пациента/ кресло пациента.	соответствует	Не соответствует. Нет положения Тренделенбург
Жесткий (негнущийся) эндоскоп 0 градусов: жесткий (негнущийся) эндоскоп.	соответствует	соответствует
Камера эндоскопической системы.	Соответствует. Лучше, сохраняет базу данных пациентов	Соответствует. Нет возможности для базы данных
Овальный поддон: овальный поддон/ поддон для промывания.	соответствует	Не соответствует. Нет информации
Гибкий назофарингоскоп: назофарингоскоп.	соответствует	соответствует
Налобный осветитель холодного света.	соответствует	соответствует
Источники питания: трансформатор.	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие		
Расходные материалы		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		

Эксперт **Нугманов М.Г.**

Заведующий отделением оториноларингологии Абилов А.А.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529139-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 09:05:01

Лот № 4529139-T1

Стол операционный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529139-T1 Стол операционный, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
4	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Неомедикал»	ТОО «Альянс»	ТОО «SURGICARE KAZAKHSTAN»	АО «Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Операционный стол OP850	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, варианты исполнения: HyBase 3000	Столы операционные универсальные VIVAX, с принадлежностями	Стол операционный Tronn s7
Производитель МТ:	Heyer Medical Co. Ltd. Китай	NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. КИТАЙ	Infimed Sp. z o.o. ПОЛЬША	АО "Ordamed" КАЗАХСТАН
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Стол операционный – 1шт Регулировка высоты ложа не менее 605 мм и не более 1080 мм Вес стола не более 270 кг Продольное перемещение стола в диапазоне не менее 300 мм Позиционирование пациента в положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга в диапазоне не менее -29°/29° Боковое (латеральное) позиционирование пациента в диапазоне не менее -19°/19° Позиционирование секции спины: вниз в диапазоне не менее -35° вверх в диапазоне не более 85° Позиционирование секции головы: вниз в диапазоне не менее -45°, вверх в диапазоне не менее 15° и не более 45°	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано Грузоподъемность стола в нулевой позиции не менее 250 кг, но на сайте NDDA на данную модель стола HyBase 3000 указано грузоподъемность 185 кг.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

Грузоподъемность стола в нулевой позиции не менее 250 кг				
Матрас	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Опоры подколенные Фиксирующий механизм упора для коленей / Опора колена для ортопедической приставки – 2шт	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано опоры для ног с зажимом, требуются именной Опора колена	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Опоры для ног – 2шт	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Ремень для фиксации рук / Ремень для стабилизации рук - 2шт	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Ремень для фиксации ног / Ремень для фиксации голени с пряжкой – 2шт	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Секция рентген прозрачная Плоскость для рентген-кассет / Раздельные сегменты стола проницаемы для R-лучей – 1комплект	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Опора руки верхняя / Опора для руки – 1шт	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Опора для головы U-образная / Секция специализированная головная в форме подковы – 1шт	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

Эксперт **Угышев А.Н.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529141-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 09:34:20

Лот № 4529141-T1

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529141-T1 Передвижной рентгеновский аппарат, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
2	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Не соотвествует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
6	111240009719, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;"	Соответствует
7	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия (Лот № 4529141-Т1 «Передвижной рентгеновский аппарат».)

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО " LIFETECH "	ТОО " АЛМА-МЕД"	ТОО " SALES&SERVICEGROUP "	ТОО " НЕОМЕДИКАЛ "	ТОО " АЛЬЯНС "
Предлагаемая модель МТ:	DR 100e	MAC-R32D	MAC-R32D	DP326B	DP326B
Производитель МТ:	Agfa NV, Бельгия	General Medical Merate spa, Италия	General Medical Merate spa, Италия	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Штатив	Не соответствует (максимальное расстояние источник-пол 2153 мм. Требуется не более 2064 мм.)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция лаборанта	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор	Не соответствует (требуется диапазон мАс не менее 0,5-320 мАс. Предлагается 0,1-110 мАс)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Таблица соответствия Лот № 4529141-Т1 «Передвижной рентгеновский аппарат».

(продолжение)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО " МЕДИК ЛЮКС "	ТОО " ГИЗА ФАРМ"
Предлагаемая модель МТ:	PLX5200A	MOBI DR
Производитель МТ:	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай	MEDRAY ООД, Болгария
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

	Отсутствуют данные в РУ комплектующего «рабочая станция лаборанта» (письмо поставщика, данные РУ свидетельствуют об отсутствии регистрации оборудования, соответствующего условиям объявления). в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Программное обеспечение для получения и обработки цифровых изображений: горизонтальная и вертикальная инверсия, регулировка яркости и контрастности, панорамирование, деление экрана, электронные шторки / Программное обеспечение для диагностики и обработки изображений. Обработка изображений: коррекция изображения, настройка яркости и контрастности, горизонтальная и вертикальная инверсия изображения, автоматическая регулировка окон, автоматическая резка, электронные шторки, автоматическая коробка передач)	в ТС поставщика не указаны точные параметры тактовой частоты процессора, объема оперативной памяти, жесткого диска (предлагается «не менее») Не указана информация в программном обеспечении наличии следующих инструментов: - электронные шторки, - автоматическая регулировка окон, - деление экрана - панорамирование - автоматическая резка
Генератор	Соответствует	Не соответствует в ТС поставщика отсутствует информация о: - значении диапазона мАс (требуется не менее 0,5-320 мАс) - максимальном анодном токе (требуется не менее 400 мА).
Коллиматор	Не соответствует в ТС поставщика не указаны конкретные предлагаемые к поставке характеристики/параметры медицинской техники из альтернативных вариантов комплектации/параметров (Прямоугольная диафрагма/ Прямоугольное поле излучения Регулируемая с подсветкой (галогенная лампа) /регулируемое с подсветкой (светодиодная лампа). Ручная регулировка шторок коллиматора / ручная регулировка поля излучения)	Не соответствует в ТС поставщика отсутствует информация о типе лампы коллиматора (требуется галогенная лампа/светодиодная лампа)

Эксперт **Угышев А.Н**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529142-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2023 09:41:20

Лот № 4529142-T1

Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529142-T1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	220340021870, Товарищество с ограниченной ответственностью "Mobil Med"	Соответствует
3	181140000338, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SMARTMEDICAL"	Соответствует
4	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

Лот № 4529142-Т1

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Lifetech»	ТОО «Smartmedical»	ТОО «MobilMed»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая, HD-550 с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая, HD-550 с принадлежностями	**Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000 в комплекте с видеогастроскопом EG - 530WR.**	Видеоцентр с источником света Optera CV-170 **в комплекте с** гастровидеоскопом GIF-H170.
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP Китай.	SONOSCAPE MEDICAL CORP Китай.	**FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD., Япония**	Olympus Medical Systems Corp. Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Встроенный источник света: Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света / Смотровая лампа – светодиод.	Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света. **Источник света представлен отдельным блоком. Что не соответсвует требованиям технического задания. Не соответствие.**	LED источник света. **Источник света представлен отдельным блоком. Что не соответсвует требованиям технического задания. Не соответствие.** Соответствие	Встроенный источник света Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света Соответствие	Встроенный источник света. Смотровая лампа –светодиод. Соответствие
Разрешение не менее 1920*1080 пикселей.	1920*1080 Соответствие	Разрешение 1920*1080 пикселей. Соответствие	Разрешение 1920*1080 пикселей Соответствие	Разрешение 1920*1080 пикселей Соответствие Соответствие
Угол обзора сверху/снизу/слева/справа 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 /	89/89/89/89 Соответствие	Угол обзора сверху/снизу/слева/справа 890 /890 /890 /890 / Соответствие	Угол обзора сверху/снизу/слева/справа 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 / Соответствие	Угол обзора сверху/снизу/слева/справа: 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 / Соответствие
Тележка / Столы подставки для медицинской аппаратуры в комплекте	Тележка Соответствие	4 полки (2 – регулируемые по высоте). 2 кронштейна для эндоскопов. Выдвижная полка для клавиатуры. Соответствие	Тележка Соответствие	Стол подставка для медицинской аппаратуры в комплекте Соответствие
Держатель монитора	Держатель монитора	Регулируемый держатель для монитора Соответствие	Держатель монитора Соответствие	Держатель монитора Соответствие

ЭКСПЕРТ **Угышев А.Н**