Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529567-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 30-08-2023 10:50:01

Лот № 4529567-T1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529567-T1 Компьютерный томограф, Алжикеева Гулия – (Зав отд лучевой диагностики, КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алжикеева Гулия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2821470 ТОО "Q-MED LLC"	№ 2826510 ТОО «ZEIN INVEST»	№ 2831070 ТОО «Дал Диагностик»
Предлагаемая модель МТ:	Компьютерный Томограф «uCT, варианты исполнения: uCT 760» с принадлежностями	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями	Компьютерный томограф SOMATOM go.Top
Производитель МТ:	Производство: «Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	Производство: GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd, Китай	Производитель: Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гентри	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** - Масса гентри превышает требования не более 1600 кг (Заявлено 2360 кг)	Соответствует	Соответствует
Стол для пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция врача	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Оперативная память требуемая 32 Гб, (заявленая 24 Гб) Цветные мониторы не менее 2шт (заявлено Монитор цветной -1шт)	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Рентгенозащитное стекло с рамой	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

подголовник, матрац с защитным покрытием, подлокотник для инъекций)			
Монтажный материал, включая распределительный электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источники бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Щит распределительный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Размеры помещений: Процедурная комната – 6,0 м х 4,5 м, Пультовая комната – 4,0 м х 2,5 м, Высота помещений не ниже 2.5м.. Гентри и стол для исследования пациентов крепятся к полу при помощи саморазжимных анкеров. Условия окружающей среды должны обеспечивать комфорт для пациентов и обслуживающего персонала и находиться в указанных ниже пределах: Температура 18° – 26°С, Относительная влажность 30%~60%. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - Блок PDU необходимо устанавливать на некотором удалении (1м) от остальных блоков во избежание появления помех на экране монитора ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Электропитание 3 фазы + земля Напряжение 380 В ± 10% Частота 50 Гц ± 3 Гц	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** - Температура 18° – 26°С (Заявленая 15–30 ° С) - Относительная влажность 30%~60%. (заявлено 30% –70%) - Частота 50 Гц ± 3 Гц (Заявлено Частота: 50 Гц ± 1 Гц)	Соответствует	Соответствует

Эксперт Алексеева Галина Мухаджановна **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529561-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-09-2023 18:06:31

Лот № 4529561-T1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529561-T1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная, Байназарова Гульсим – (Врач УЗИ, ГРЦ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
5	140140018112, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITED MEDICAL"	Не соотвествует
6	190940022872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Медицинский институт инновации и развитии"	Не соотвествует
7	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байназарова Гульсим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2831870 170840011384 ТОО "ОРГАНИЗМ"	№ 2831950 111140008013, ТОО "Лабтроник"	№ 2830510 190940022872, ТОО "Медицинский институт инновации и развитии"	№ 2831010 140140018112 ТОО "UNITED MEDICAL"	№ 2829070 060440004007 Акционерное общество "Ordamed"	№ 2830790 970140000102 ТОО "АЛЬЯНС"	№ 2824470 100440023172 ТОО "ПРОМ-ЕА"
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система диагностическая ультразвуковая SonoScape S40 Exp	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS50	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	Siemens Medical Solutions USA Inc	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	Samsung Medison Co., Ltd	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,LTD.	SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Высота регулируемая: в нижнем диапазоне не менее 122 см.(1220 мм), в верхнем диапазоне	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**	**не соответствует:** Ширина: 586 мм. Глубина: 987 мм. Вес: 118 кг	**соответствует**	**не соответствует**	**не соответствует:** Ширина: 586 мм. Глубина: 987 мм. Вес: 118 кг

не более 171 см (1710 мм). Ширина: не менее 50,8 см (508 мм) и не более 53 см (530 мм). Глубина: не менее 75 см (750 мм) и не более 84,5 см (845 мм). Вес: не менее 76 кг и не более 80 кг (без аксессуаров). Количество активных портов (не включая порт для карандашного датчика): не менее 4. Количество поворотных колес с тормозами: 4 поворотных колеса с тормозами. Размер сенсорного экрана: не менее 10,1'' дюймов. Виртуальная клавиатура: Ввод данных о пациенте при помощи сенсорной панели, не прибегая к использованию клавиатуры /Виртуальная	1 шт.						

алфавитноцифрова я клавиатура. Трекбол. Держатели датчиков: 6 держателей датчиков. Ручки: передняя ручка. ЭКГ модуль: Возможность подключение ЭКГ модуля. Подогрев геля: Подогреватель геля / подогрев геля. Жесткий диск: Жесткий диск SSD не менее 500Gb. Дисплей (монитор): 21,5 дюймов. Частотный диапазон: Частотный диапазон не менее 1MHz и не более 18 MHz. Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика): Максимальная глубина сканирования (в							

зависимости от датчика) не менее 30см. Режимы сканирования: 2D – режим, Динамический диапазон максимально не более 256. Режимы сканирования: 2D – режим, Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не более 40 см. Режимы сканирования: 2D – режим, Серых карт не менее 8. Режимы сканирования: M – режим, Динамический диапазон максимально не менее 240. Режимы сканирования: M – режим, Серых карт не менее 7. Режимы сканирования: M – режим: Цветовых карт не менее 11.							

Режимы сканирования: М – режим анатомического Мрежима. Режимы сканирования: Режим цветного допплера (CD) PRF: нижнее не более 0,1 – верхнее не менее 19.5 KHz. Режимы сканирования: Режим энергетического допплера (PD) PRF: нижнее не более 0,1 – верхнее не менее 19.5 KHz. Режимы сканирования: Режим импульсно-волнового допплера (PWD): Автоматическое измерение: вкл., выкл. Режимы сканирования: Режим импульсно-волнового доплера (PWD) PRF: нижнее не более 1,52 – верхнее не менее 22,5 KHz. Режимы							

сканирования: Режим импульсно-волнового допплера (PWD) Размер контрольного объема регулируемый не более 0.5 нижнее значения и не менее 20 мм верхнее значение. Режимы сканирования: Постоянно волновой допплер (CWD): Автоматическое измерение: вкл., выкл. Режимы сканирования: Постоянно волновой доппер (CWD) Цветовых карт не менее 11. 2 Датчик Датчик фазированный Диапазон частот не более 1,1 МГц нижнее значение и не менее 4,8 МГц верхнее значение; Датчик фазированный							

число элементов не менее 80. 1 шт. 3 Датчик Датчик конвексный Диапазон частот не более 2,2 МГц нижнее значение и не менее 7 МГц верхнее значение; Датчик конвексный Число элементов - 192; 1 шт. 4 Датчик Датчик линейный Диапазон частот не более 4,3 МГц нижнее значение и не менее 15,4 МГц верхнее значение; Датчик линейный 1 шт. Число элементов не менее 192; 5 Датчик Датчик ректо-вагинальный (внутриполостной) Диапазон частот не более 3 МГц нижнее значение и не менее 9 МГц верхнее значение; Датчик ректо-вагинальный (внутриполостной) Число элементов:							

192; 1 шт. Специальное программное обеспечение и доп. комплектующие Лицензионный ключ для стресс-эхокардиографии). Модуль Cardiac 1 шт.							
Дополнительные комплектующие							
Пылезащитный чехол Защитные чехлы стерильные для датчиков / Пылезащитный чехол 1 шт. Видеопринтер Черно-белый принтер/ Видеопринтер медицинский черно-белый. 1 шт.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы							
Бумага для видеопринтера Бумага для черно-белого принтера/ Бумага для видеопринтера. 1 шт.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

эксплуатации Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °C. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °C. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. РАБОЧАЯ СРЕДА: Температура окружающей среды: 10°C–35°C (50°F–104°F); Относительная влажность: До 75% без образования конденсата; Давление: от 700 до 1060 гПа. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняю							

щихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования.							

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529568-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2023 22:27:39

Лот № 4529568-T1

Ангиографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529568-T1 Ангиографическая система, Гульметов Сухраб – (Заведующий отделением "Рентгенхирургических методов диагностики и лечения", ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Не соотвествует
2	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гульметов Сухраб

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2826610 Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKAU Innovations"	№ 2824590 Товарищество с ограниченной ответственностью "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп)
Предлагаемая модель МТ:	Ангиографическая система «Euroampli Alien Cardio» с вариантами исполнения: Euroampli Alien Cardio 2020; Euroampli Alien Cardio 3030	Система рентгеновская ангиографическая Azurion 3M15 с принадлежностями
Производитель МТ:	Eurocolumbus s.r.l., Италия	Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Основной блок/С-дуга универсальная. Глубина С-дуги - не менее 75 см.	Не соответствует Глубина до 75см	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует
Блок обработки изображений (тележка)	Соответствует	Соответствует
Цифровое измерение стеноза/ Пакеты программного обеспечения: количественный анализ в режиме 2D - для коронарных артерий; для периферических сосудов; для левого желудочка; для правого желудочка;	Не соответствует нет данных о пакетах программного обеспечения: количественного анализа в режиме 2D - для коронарных артерий; для периферических сосудов; для левого желудочка; для правого желудочка;	Соответствует
Режим дорожной карты/ Дорожная карта	Соответствует	Соответствует
Субстракция в реальном времени с возможностью восстановления / Цифровая субтракционная ангиография	Соответствует	Соответствует
Прозрачность маски с максимальным наполнением / Программно-аппаратное обеспечение	Соответствует	Соответствует

Лазерный центририрующий инструмент/ Автоматического управление позиционированием	Соответствует	Соответствует
АРМ врача ПК, ЖК монитор, принтер для печати на бумаге/ Компьютерная рабочая станция	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие		
Система защиты от столкновений корпуса/ Система интеллектуальной защиты от столкновений	Не соответствует	Соответствует
Детектор с плоской панелью и или Цифровой плоскопанельный детектор. Размер панели детектора: 30х30 см /26х33см.	Соответствует	Соответствует
Генератор мощностью не менее 80 кВт	Соответствует	Соответствует
Операционный стол/ Стол ангиографический	Соответствует	Соответствует
LED лампа/Лампа для осмотра	Соответствует	Соответствует
Монитор / Мониторы для операционной	Не соответствует Нет данных в тех.спецификации о наличии монитора для операционной	Соответствует
Переговорное устройство/Модуль двусторонней связи	Соответствует	Соответствует
Педаль дистанционного управления проводнаяи или Ножной переключатель	Соответствует	Соответствует
Интерфейс навигационной системы	Соответствует	Соответствует
Трехмерная ротационная ангиография	Не соответствует	Соответствует
Расходные материалы		
Рентгеновская трубка. Теплоемкость рентгеновской трубки - не менее850 000 тепловых единиц. Скорость охлаждения анода рентгеновской трубки - не менее 95 000 тепловых единиц в минуту. Минимальный размер фокального пятна не более 0,6 мм. Максимальный размер фокального пятна не менее 0,7 мм.	Требует уточнения В характеристике не заявлена скорость охлаждения анода	Соответствует
Держатель руки пациента с фиксирующим	Не соответствует	Соответствует

зажимом, Держатель с фиксирующим зажимом, защита нижней части тела с зажимом, матрас, ремни с зажимом/ Комплект подлокотников, Опора для рук, Опора для плеч, Опора для руки, регулируемая по высоте, Подголовник, Держатель головы для Неврологических исследований, Ремни для фиксации положения пациента, Экран радиационной защиты настольный, Стандартный матрас, Зажимы для крепления принадлежностей на рельсе стола.	В тех.спецификации нет подголовника, держателя головы для неврологических исследований, экрана радиационной защиты настольной.	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
Размер рабочей площади (основной блок, генератор изображений, операционный стол) – 12 кв.м. Электричество: сеть 380 В ±10%, 80 квт, температура +15ºС+30ºС; влажность без конденсации 10%-90%	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии сИНКОТЕРМС 2020)		
DDP пункт назначения	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники иместо дислокации		
120 календарных дней, не позднее «1» декабря 2023г. Адрес: Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Темирлан, ул. Б.Абасова, 9 Туркестанская область, Жетысайский район,с/о Жанаауыл, с. Ынтымак, ул.Корикти, 24Б	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечениемтретьих компетентных лиц		
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	Соответствует	Соответствует

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационнойдокументации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы ит.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпусамедицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.		
Требования к сопутствующим услугам		
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое сприборами, совместимое с программным обеспечением установленного	Соответствует	Соответствует

оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений РеспубликиКазахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.		

Эксперт **Гульметов Сухраб Иристаевич** Гульметов

26.08.2023г

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529552-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-08-2023 23:13:18

Лот № 4529552-T1

Магнитно-резонансный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529552-T1 Магнитно-резонансный томограф, Дастанов Данияр – (врач лучевой диагностики, ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует
4	140540025744, Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дастанов Данияр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2824470 **ТОО "ПРОМ-ЕА"**	№ 2821470 **ТОО "Q-MedKZ"**	№ 286730 **ТОО "TND"**	№ 2828290 **ТОО "KPM GROUP"**	
Предлагаемая модель МТ:	Система магнитно-резонансной томографии **SuperVan 1,5T** с принадлежностями Suzhou Lonwin Medical System Co., Ltd	Магнитно-резонансный томограф «**uMR**, варианты исполнения: **uMR 588**» с принадлежностями «Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd»	Система магнитно-резонансный томографии **Prodiva 1.5T CS** с принадлежностями Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	Томограф магнитно-резонансный **SIGNA Explorer**, с принадлежностями GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED	
Производитель МТ:	КИТАЙ	КИТАЙ	КИТАЙ	КИТАЙ	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие					
Магнитная система					
Магнит: 1,5 тесла.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Тип криогенного вещества: Жидкий гелий.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Скорость выпаривания / Потребление криогенной жидкости: 0,00 л/ч / Нулевое выкипание в нормальных условиях эксплуатации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Диаметр апертуры гентри: 60 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Система вентиляции пациента в туннеле / Вентиляционно-климатическаясистема.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о системы вентиляции пациента в	Соответствует	

			туннеле, указано Вентиляционно-климатическаясистема.		
Однородность магнита в сфере 10 см, ppm: Не менее 0,007 ppm.Не более 0,012 ppm.	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Однородность магнита в сфере 20 см, ppm: Не менее 0,035 ppm.не более 0,051 ppm.	Не соответствует.	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	
Однородность магнита в сфере 30 см, ppm: Не менее 0,1 ppm.не более 0,18 ppm.	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Однородность магнита- в сфере 40 см, ppm: Не менее 0,4 ppm.не более 0,9 ppm.	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Градиентная система с градиентными катушками, градиентным усилителем и системой водяного и воздушного охлаждения градиентных катушек и градиентных усилителей. / Нерезонирующий градиент, с активным экранированием.	Не соответствует. Нет данных о Нерезонирующий градиент, с активным экранированием.	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Градиентной системе с градиентными катушками, градиентным усилителем и системой водяного и воздушного охлаждения градиентных катушек и градиентных усилителей.	Не соответствует. Нет данных о Нерезонирующий градиент, с активным экранированием.	
Скорость нарастания градиентного поля по каждой из осей - 120 Тл/м/с.	Не соответствует.	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	
Напряжённость магнитного поля - 33 мТл/м.	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Радиочастотная система: Передача РЧ / РЧ-усилитель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Максимальная мощность усилителя радиочастотного передатчика -Не менее 10 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
РЧ - катушки					
Катушка для исследования головы и шеи	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Катушка для исследования тела	Не соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Катушка гибкая для исследований /Многофункциональные катушки	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Катушка гибкая для исследований	Не соответствует. Нет данных о Многофункциональные катушки	
Позиционированиепациента и наблюдение за пациентом					
Стол пациента Максимальный вес пациента - не менее 200 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Программноеобеспечение					
Контроллер получения физиологических данных / Беспроводной модуль базовой синхронизации.	Не соответствует. Нет данных о Беспроводной модуль базовой синхронизации.	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Контроллер получения физиологических данных	Не соответствует. Нет данных о Беспроводной модуль базовой синхронизации.	
Программный пакет для бесшумного нейрообследования / Нейро перфузия.	Не соответствует. Нет данных о Нейроперфузия.	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Программный пакет для бесшумного нейрообследования	Не соответствует. Нет данных о Нейроперфузия.	
Программный пакет для ортопедической визуализации / Ортопедическая визуализация высокого разрешения.	Не соответствует. Нет данных о Ортопедическая визуализация высокого разрешения.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Ортопедическая визуализация высокого разрешения.	
Программный пакет для педиатрической визуализации/ Педиатрическиеисследования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Мультипланарная реконструкция.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Техника трёхмерного объёмного рендеринга / Рендеринг	Не соответствует. Нет данных о Рендеринг трехмерной	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Рендеринг	

трехмернойповерхности.	поверхности.			трехмернойповерхности.	
Проекции максимальной интенсивности, Проекции минимальной интенсивности.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Спиновое эхо и быстрые последовательности спинового эхо / Многоспектральный метод быстрого спинового эха.	Не соответствует. Нет данных о Многоспектральный метод быстрого спинового эха.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Многоспектральный метод быстрого спинового эха.	
Импульсные последовательности / Последовательность спинового эха.Быстрое / турбо спин-эхо.	Не соответствует. Нет данных о Быстрое / турбо спин-эхо.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Быстрое / турбо спин-эхо.	
Градиеный эхо-сигнал / Функция двойное эхо.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Функция двойное эхо.	Соответствует	
Т1-взвешенное сканирование / Т1-взвешенные контрастные изображения.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Т1-взвешенные контрастные изображения.	Соответствует	
Двумерная последовательность с насыщением жира /Насыщение сигнала от жира.	Не соответствует. Нет данных о Насыщение сигнала от жира.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Насыщение сигнала от жира.	
Инверсия с восстановлением / Инверсия-восстановление спектра.	Не соответствует. Нет данных о Инверсия-восстановление спектра	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Инверсия-восстановление спектра	
Функция контрастности спинов с высоким отношением / Импульсная последовательность.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Функция пространственные спектральные РЧ-импульсы /	Не соответствует. Нет данных о Генерация РЧ-импульсов.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Генерация РЧ-импульсов.	

Генерация РЧ-импульсов.					
Диффузно-взвешенная эхопланарная визуализация / Эхо-планарная имногосрезовая визуализация.	Не соответствует. Нет данных о Эхо-планарная и многосрезовая визуализация.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Эхо-планарная имногосрезовая визуализация.	
Двумерная времяпролетная / трехмерная времяпролетная визуализация /2D, 3D, многосегментное приточное 3D-сканирование.	Не соответствует. Нет данных о многосегментное приточное 3D- сканирование.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о многосегментное приточное 3D-сканирование.	
Методы визуализации/режимы сканирования: 2D/3D. Режим «Подавление крови» / Метод подавления сигнала текущей крови	Не соответствует. Нет данных о Метод подавления сигнала текущей крови	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Метод подавления сигнала текущей крови	
Режим для обнаружения поступления болюса контрастного вещества в МРА-исследованиях / Возможность отслеживания болюса.	Не соответствует. Нет данных о Возможность отслеживания болюса.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Возможность отслеживания болюса.	
Консоль оператора / Пульт управление оператора. функцией с возможностью отображения пути белого вещества /Визуализация диффузионно-тензорных данных в виде трактов белого вещества.	Не соответствует. Нет данных о Визуализация диффузионно-тензорных данных в виде трактов белоговещества.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Визуализация диффузионно-тензорных данных в виде трактов белоговещества.	
Кардиосинхронизация / Кардиологические исследования.	Не соответствует. Нет данных о Кардиологические исследования.	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Кардиосинхронизация	Не соответствует. Нет данных о Кардиологические исследования.	
Радиочастотная защита помещения(клетка Фарадея)					
Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея) /Кабина для	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

экранирования ВЧ излучений (Клетка Фарадея) 1 шт					
Комплект принадлежностейдля фиксации пациента					
Комплект принадлежностей для фиксации пациента 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Источник бесперебойногопитания магнитнорезонансного томографа					
Источник бесперебойного питания/ Устройства бесперебойного питания 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Климатическаясистема для помещений МРТ					
Блоки охлаждения МР-томографа/Вентиляционно-климатическая система 1 шт	Соответствует	Не соответствует. Нет данных о Блоки охлаждения МР-томографа	Соответствует	Соответствует	
Наушники немагнитные длснижения воздействия акустическогошума					
Наушники, совместимые с магнитно-резонансной системой/ Наушники	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования к условиямэксплуатации					
Требования к источнику электроснабжения: Не менее 200В и не более 480ВЧастота: Не менее 50 не более 60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия осуществлениянаставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)					
DDP пункт назначения					
Срок поставки МИ иместо дислокации					
120 календарных дней, не позднее «1» декабря 2023г. Адрес: 1) Туркестанская область, Сайрамский район, с. Алаш, ул. Б.Кыстаубаева, 11 2) Туркестанская область, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Исмаилова 115А	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами вРеспублике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц					
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

проводиться 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					
Требования к сопутствующим услугам					
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания наказахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам,проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					

N.B Требуется точная информация о наличии/отсутствии Блока охлаждения МР-томографа (чиллер)

Эксперт **Дастанов Данияр Рахметбекович**

31.08.2023г

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529569-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2023 14:34:28

Лот № 4529569-Т1

Видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии, бронхоскопии и гастроскопии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529569-Т1 Видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии, бронхоскопии и гастроскопии, Джанзаков Бауржан – (Зав отд хирургии, ГКП на ПХВ ОДКБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Джанзаков Бауржан

Таблица соответствия

(ЛОТ 4529569-T1*)*

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ASUNARO KZ"**	**ТОО «ПРОМ-ЕА»**		
Предлагаемая модель МТ:	**Эндоскопическая видеоинформационная система EPX-3500HD для колоноскопии, бронхоскопии и гастроскопии.**	**Система видеоэндоскопическая «HD-500» с принадлежностями**		
Производитель МТ:	**Производство: FUJIFILM Corporation, Япония**	**Производство: «SONOSCAPE MEDICAL CORP»., Китай**		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**		
Основные комплектующие				
Эндоскопическая видеоинформационная система EPX-3500HD	Соответствует заявленным требованиям.			
Система видеоэндоскопическая «HD-500» с принадлежностями	Не соответствует	**Видеогастроскоп EG-500:** Диаметр дистального конца 9,3мм; Диаметр гибкой части 9,3 мм; -не подходят для детей **Видеобронхоскоп EB -500:** Диаметр дистального конца 5,9мм; Диаметр гибкой части 5,9мм; Не подходят для детей.		
Дополнительные комплектующие				

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Джанзаков Б.Б.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529548-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-09-2023 20:17:44

Лот № 4529548-Т1

Аппараты УЗИ (Экспертного класса)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529548-Т1 Аппараты УЗИ (Экспертного класса), Добрынина Ксения – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей » УЗ области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
4	190940022872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Медицинский институт инновации и развитии"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует
6	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
7	140140018112, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITED MEDICAL"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Добрынина Ксения

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**№ 2830790 ТОО "АЛЬЯНС"**	**№ 2824470 ТОО "ПРОМ-ЕА"**	**№ 2831870 ТОО "ОРГАНИЗМ"**	**№ 2830510 ТОО "Медицинский институт инновации и развитии"**	**№ 2826730 ТОО "TND"**	**№ 2826510 ТОО "ZEIN INVEST"**	**№ 2831010 ТОО "UNITED MEDICAL"**
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая Resona6/Resona7	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape, S40 Exp	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ Elite с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Philips Ultrasound Inc, США	GE Ultrasound Korea, Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие							
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	*Не соответствует* Требуется Максимальная частота кадров в секунду: не менее 2800 кадр/с, предоставлено 1 953 кадр/с; Вес, кг: не более 109 кг. Предоставлен 130 кг.	*Не соответствует* *1.*Динамический диапазон: не менее 320 дБ, предоставлен 225дБ;	*Не соответствует* 1.Требуется Максимальная частота кадров в секунду: не менее 2800 кадр/с, предоставлено 1 953 кадр/с; Вес, кг: не более 109 кг. Предоставлен 130 кг.	*Не соответствует* Требуется Максимальная частота кадров в секунду: не менее 2800 кадр/с, предоставлено 1 953 кадр/с; Вес, кг: не более 109 кг. Предоставлен 130 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим постоянно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство для подключения улучшенных датчиков и программных пакетов	Не соответствует Устройства отслеживания для ультразвуковых датчиков	Соответствует	Не соответствует Устройства отслеживания для ультразвуковых	Не соответствует 1.Устройства отслеживания для ультразвуковых	Не соответствует Отсутствует информация по Устройство для	Соответствует	Соответствует

Хобронина К. Г. 04.09.2023г.

			датчиков	датчиков	подключения улучшенных датчиков и программных пакетов		
Датчик секторный	Соответствует	Не соответствует 1. Верхний диапазон не более 5 МГц, предоставлен 7МГц;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный	Соответствует	Не соответствует Верхний диапазон не более 11 МГц, предоставлен 15МГц; Угол сканирования: не менее 90 град. и не более 95 град, предоставлен 200 град;	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Угол сканирования: не менее 90 град. и не более 95 град, предоставлено 163 град;	Соответствует	Не соответствует Угол сканирования: не менее 90 град. и не более 95 град, предоставлено 210 град;
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Не соответствует Верхнее значение не более 6 МГц, предоставлено 8МГц ; Радиус кривизны, мм: не менее 55,5 мм, предоставлен 50 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Расходные материалы							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Электропитание Напряжение: 100-240 В Частота : 50/60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Добрынина К.Г.**

04.09.2023г.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529557-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-09-2023 12:16:10

Лот № 4529557-T1

Цифровая диагностическая рентгенографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529557-T1 Цифровая диагностическая рентгенографическая система, Дутбаев Ербол – (Врач рентгенолог, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160340010099, Товарищество с ограниченной ответственностью "РВ Конрад"	Не соотвествует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
3	051140001776, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕДГРУП"	Не соотвествует
4	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
6	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Соответствует
7	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
8	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дутбаев Ербол

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ARKAU INOVATION»	Акционерное общество «Ordamed»	ТОО «Алмамед»	ТОО «RUBIN GROUP»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR- 52SD	Радиографическая система серии Atomic X1	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 100 ND	Аппарат для аналоговой или цифровой рентгенографии DR 400
Производитель МТ:	DRGEM Corporation, Республика Корея	Акционерное общество «Ordamed», Казахстан	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., Китай	Производитель, Agfa NV, Бельгия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Генератор Высокочастотный генератор Номинальная выходная мощность Не менее 50 кВт Максимальная частота не менее 50 -60 гц Диапазон напряжений 40 -150 кВт Диапазон мАс в Не менее 0.1-1000mAs Диапазон времени экспозиции в радиографии Не менее Не менее 1 мс – 6,3 сек.	соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует

Диапазон тока анода в радиографии Не менее 10 - 640 мА Методика работы 2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод 2х-точечный метод (кВ) / Точечный метод (кВ) Электропитание Трехфазный не менее 400 В				
Стол пациента Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/ Стол пациента Поверхность плоская Максимальный вес пациента не менее 300 кг Длина стола 2200 мм Ширина стола не менее 750 мм Высота стола не менее 660 мм Решеткаантирассеивающая Решетка антирассеивающая не менее 132 пар линий/дюйм Не менее 10:1 Горизонтальное движение поверхности стола 500 мм Поперечное движение деки стола не менее 235мм Индикация центра звуковой сигнал	соответствует	Не соответствует Горизонтальное движение поверхности 720 мм.	Не соответствует Горизонтальное движение поверхности стола 1000 мм.	соответствует
Детектор Детектор/ Детектор Длина 43 cm Ширина детектора Не менее 35 см Аналого-цифровое преобразование Не менее 14 бит Размер пикселя 139мкм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Трубка рентгеновская Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода HU 300 КТЕ (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом 150 кВ Номинальные параметры фокального пятна 0,6/1,2 мм				
Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки) Минимальное расстояние от пола до центра детектора не более 420 мм Максимальное расстояние от пола до цента фокуса не менее 1810 мм Высота штатива на менее 2 169 мм Поглощение излучения не более 0.7ммАл при 100 квт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая станция Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера. Оперативная Память операционной системы 4 GB	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Жёсткий диск операционной системы Не менее 500 Гб Монитор не менее 21 дюймов				
Специальное программное обеспечение формирования изображений Программное обеспечение формирования изображений / Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений. Графический интерфейс Интерфейс пользователя на базе Windows 10 вывод нескольких изображений на экран. Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе . повторная обработка изображения Поддержка параметра DICOM 3.0 Возможность передачи изображений на PACS инструмент измерения угла / Измерение угла	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Требования к условиям эксплуатации Напряжение:400 В Питание : трёх фазное	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Дутбаев Е.Б**

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ВЗ МЕД»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «КазМедГруп»	ТОО «РВ Конрад»
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus.	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Рентгеновская цифровая диагностическая система MAX DR в комплекте.	Цифровая диагностическая рентгенографическая система модель PerfoX3000
Производитель МТ:	Производитель: Ecoray Co., LTD, Республика Корея	Производства Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	Browiner Tech Co LTD . Страна Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Генератор Высокочастотный генератор Номинальная выходная мощность Не менее 50 кВт Максимальная частота не менее 50 -60 гц Диапазон напряжений 40 -150 кВт Диапазон мАс в Не менее 0.1-1000mAs Диапазон времени экспозиции в радиографии Не менее Не менее 1 мс – 6,3 сек. Диапазон тока анода в радиографии Не менее 10 - 640 мА Методика работы 2 параметра (кВ, мАс)	Соответсвует	Соответсвует	Не соответствует Диапазон изменения количества электричества, 0,5-800 мАс.	Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует. Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ

Точечный метод 2х-точечный метод (кВ) / Точечный метод (кВ) Электропитание Трехфазный не менее 400 В				(МТ)-0№026133, в разделе «Краткая техническая характеристика», При самом длительном времени (6,3 с) максимальная комбинация напряжения и тока составляет: 125 кВ / 16 мА; Для продукта максимального текущего времени (630 мАс), что не соответствует требуемой ТС. Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых

				товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Стол пациента Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/ Стол пациента Поверхность плоская Максимальный вес пациента не менее 300 кг Длина стола 2200 мм Ширина стола не менее 750 мм Высота стола не менее 660 мм Решетка антирассеивающая Решетка антирассеивающая не менее 132 пар линий/дюйм Не менее 10:1 Горизонтальное движение поверхности стола 500 мм Поперечное движение	Не соответствует Горизонтальное движение поверхности стола: 800 мм	Не соответствует Горизонтальное движение поверхности стола 1100 мм. Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ»,	Не соответствует Максимальная масса пациента (нагрузка на деку стола), 160 кг.	Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует.

деки стола не менее 235мм Индикация центра звуковой сигнал		заявленное комплектующее отсутствует		Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих

				соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Детектор Детектор/ Детектор Длина 43 cm Ширина детектора Не менее 35 см Аналого-цифровое преобразование Не менее 14 бит Размер пикселя 139мкм	соответствует	соответствует	Не соответствует Размер рабочего поля, 427x427 мм.	Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует. Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия

				межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Рентгеновская трубка Трубка рентгеновская Рентгеновская трубка с вращающимся анодом	соответствует	соответствует	соответствует	Опираясь на данные с официального государственного реестра

Теплоемкость анода HU 300 KTE (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом 150 кВ Номинальные параметры фокального пятна 0,6/1,2 мм				http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует. Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1,

				2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки) Минимальное расстояние от пола до центра детектора не более 420 мм Максимальное расстояние от пола до цента фокуса не менее 1810 мм Высота штатива на менее 2 169 мм Поглощение излучения не более 0.7ммАл при 100 квт	соответствует	Не соответствует Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует.	Не соответствует Максимальная высота фокусного пятна рентгеновского излучателя от пола, 200 см. Эквивалент поглощения рентгеновского излучения декой стола (при 100 кВ), 0,8 мм Al эквивалента. . Пределы применения растра (фокусное расстояние растра), 130 см.	Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует. Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в

				Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с

				законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Рабочая станция Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера. Оперативная Память операционной системы 4 GB Жёсткий диск операционной системы Не менее 500 Гб Монитор не менее 21 дюймов	Соответствует	Не соответствует Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует.	Соответствует	Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ», заявленное комплектующее отсутствует. Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются

				требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Специальное программное обеспечение формирования изображений Программное обеспечение формирования изображений / Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских	соответствует	Не соответствует Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ»,	Соответствует	Опираясь на данные с официального государственного реестра http://register.ndda.kz/ , в регистрационном удостоверении № РК-МИ (МТ)-0№026133, в разделе «Комплектность МИ»,

радиологических изображений. Графический интерфейс Интерфейс пользователя на базе Windows 10 вывод нескольких изображений на экран. Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе . повторная обработка изображения Поддержка параметра DICOM 3.0 Возможность передачи изображений на PACS инструмент измерения угла / Измерение угла		заявленное комплектующее отсутствует.		заявленное комплектующее отсутствует. Не соответсвует правилам описанным в Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2019 года № 899. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2019 года № 19265 согласно п 3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к

				поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует		соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Дутбаев Е.Б**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529559-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-08-2023 09:12:17

Лот № 4529559-T1

Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529559-T1 Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом, Желдибаев Нуркен – (Заведующий операционного блока , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Желдибаев Нуркен

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ № 4529550-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "TND"	ТОО «NOVIRS»
Предлагаемая модель МТ:	Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопических вмешательств в комплекте	Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями
Производитель МТ:	Richard Wolf GmbH, Германия	Olympus Medical Systems Corp., ЯПОНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Видеоцентр: Контроллер камеры 4К/Видеоцентр Тачскрин дисплей для управления настройками и функциями системы: Наличие сенсорного экрана для управления настройками и функциями системы. Разрешение выходного видеосигнала: Не менее 4096 × 2160 пикселей. Поддержка метода обследования в узком спектре света: Режим специальный режим работы "Синий свет" / Обследование в режиме узкоспектральная визуализация. Устройство для записи видеоизображения: порт USB 2.0/ подключения устройства записи видеоизображения. Цифровой выход видеосигнала SDI: HD-SDI; 3G-SDI. Регулировка яркости: Регулировка яркости автоматически.	соответствует	соответствует
Источник света эндоскопический: Тип лампы: Ксеноновая лампа / Ксеноновый источник света с короткой дугой. Мощность лампы, Вт: 300Вт. Ресурс работы лампы, часов (среднее): 500 часов.	соответствует	соответствует
Телескоп: Угол обзора: 30 градусов.	соответствует	соответствует

Диаметр: не более 10,2 мм. Длина: не более 318,6мм.		
Головка камеры автоклавируемая: Головка видеокамеры 4K/4K Головка камеры 4К: 4К технология. Zoom, фокус f: не более 24 мм. Датчик изображения: Датчик изображения. Клавиши управления: 2 клавиши управления функциями/Три настраиваемые кнопки управления. Поддержка метода обследования в узком спектре света: Режим специальный режим работы "Синий свет" / Обследование в режиме узкоспектральная визуализация. Фиксатор эндоскопа: Затвор для фиксации эндоскопа/ Крепление к телескопам стандарта. Крепление к телескопам стандарта. Вес камеры: Не более 540гр.	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указаны характеристики Zoom, фокус f: не более 24 мм.	соответствует
Монитор медицинский: ЖК-монитор 3D / **Монитор.** Диагональ: 31 дюйм. 4K-3D: 4K-3D. Разрешение: не менее Г4096 точек × В 2160 строк. Формата изображения: 17:9. Угол обзора (вверх / вниз / влево / вправо): 89° /89° /89° /89°. Коэффициент контрастности: 10: 1. Разьем для входного цифрового сигнала: HDMI: HDMI. Разьем для входного цифрового сигнала:3G-SDI: 3G-SDI. Разьем для входного цифрового сигнала: DVI-D: DVI-D.	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указаны следующие характеристики: 4K-3D: 4K-3D. Разрешение: не менее Г4096 точек × В 2160 строк.	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указаны: Разьемы для входного цифрового сигнала: HDMI: HDMI. Разьемы для входного цифрового сигнала:3G-SDI: 3G-SDI. Разьемы для входного цифрового сигнала: DVI-D: DVI-D.
Световодный кабель: Гибкий волоконный световод /Световодный кабель Диаметр: не менее 4,25 мм не более 5,0мм. Длина: Не менее 3 м.	соответствует	соответствует
ВЧ-кабель монополярный не менее 3м	соответствует	соответствует
ВЧ-кабель: Биполярный кабель	соответствует	соответствует
Фильтр: Гигиенический фильтр для инсуффляции	соответствует	соответствует
Насос: Роликовый насос для промывания (ирригации и	соответствует	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указана

аспирации) Давление разряжение: не менее -60кПа. Промывание: не менее 2,0 л/мин.		характеристика промывания не менее 2,0 л/мин.:
Шланг силиконовый для ирригации: Комплект шлангов с прокалывающей иглой/ Шланг силиконовый для ирригации.	соответствует	соответствует
Шланг силиконовый для отсоса: Комплект шлангов, (вакуумный шланг) / **Комплект шлангов для отсасывания, одноразовый.**	соответствует	соответствует
Аспирационная/промывочная трубка: Трубка для всасывания и ополаскивания, 5 мм/ Трубка для аспирации/ирригации, дистальные отверстия, для рукоятки Диаметр не более 5 мм Длина не более 360 мм.	соответствует	соответствует
Игла Вереша: Канюля Вереша / Игла, по Верешу	соответствует	соответствует
Электрод: ВЧ-электрод монополярный / Электрод: крючок. Диаметр 5 мм.	соответствует	соответствует
Электрод: ВЧ-электрод монополярный / Электрод Диаметр 5 мм.	соответствует	соответствует
Электрод: ВЧ-электрод монополярный / Электрод. Диаметр 5 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы: Щипцы для захватывания и коагуляции, диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы, диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы атравматические: Щипцы для захватывания и коагуляции, диаметр 5 мм. / Рабочая часть, щипцы атравматические. Диаметр 5.0 мм	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы атравматические: Щипцы для захватывания и коагуляции. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы атравматические. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы окончатые: Щипцы для захватывания и коагуляции. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы окончатые. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует

Рабочая вставка зажимные щипцы атравматические длинные: Зажимные щипцы атравматические, щипцы, окончатые. Диаметр 5.0 мм. / Рабочая часть, атравматичные щипцы, монополярные длинные. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы с просветом: Щипцы для захватывания и коагуляции. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы с просветом. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка зажимные щипцы: Щипцы для захватывания и коагуляции. Диаметр 5 мм / Рабочая часть зажимные щипцы Clinch. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы: Зажимные щипцы атравматические. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы захватывающие тип «волна». Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка щипцы атравматические: Зажимные щипцы атравматические / Рабочая часть атравматические щипцы.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка плоские щипцы: Зажимные щипцы атравматические. Диаметр 5 мм / Рабочая часть плоские щипцы. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка захватывающие щипцы: Зажимные щипцы с рядом зубцов. Диаметр 5 мм / Рабочая часть захватывающие щипцы. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка зажимные щипцы, диссектор: Зажимные щипцы атравматические. Диссектор. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы, диссектор. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка зажимные щипцы, диссектор с изгибом: Зажимные щипцы атравматические. Диссектор. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы, диссектор с изгибом. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка ножницы: Ножницы. Диаметр 5 мм / Рабочая часть ножницы. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка ножницы: Ножницы. Диаметр 5 мм. / Рабочая часть мини-ножницы. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка ножницы прямые:	соответствует	соответствует

Ножницы прямые. Диаметр 5 мм.		
Тубус: Направляющий стержень 5 мм / Тубус изолированный Диаметр 5мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка рассекающие щипцы: Рассекающие щипцы. Диаметр 5 мм. / Рабочая часть щипцы: биполярная, окончатые. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая вставка рассекающие щипцы диссектор: Рассекающие щипцы диссектор. Диаметр 5 мм / Рабочая часть щипцы: биполярная, диссектор. Диаметр 5.0 мм.	соответствует	соответствует
Тубус биполярный: Стержневая трубка, биполярная / Тубус изолированный биполярный. Диаметр не менее 5 мм	соответствует	соответствует
Рабочая часть иглодержатель прямой: Иглодержатель. Прямой. Диаметр 5 мм / Рабочая часть: для иглодержателя: прямая. Диаметр 5 мм.	соответствует	соответствует
Рабочая часть иглодержатель изогнутый налево: Иглодержатель. Изогнутый налево. Диаметр 5 мм / Рабочая часть: для иглодержателя: изогнутая налево. Диаметр 5 мм	соответствует	соответствует
Клип-аппликатор: Клип-аппликатор, 10 мм / Клипатор,10 мм, изогнутый, вращающиеся захваты.	соответствует	соответствует
Проводник узелков: Толкатель узлов / Проводник узелков.	соответствует	соответствует
Троакарная трубка: Втулка троакара / Троакарная трубка: 1 запорный кран, вращающийся.	соответствует	соответствует
Троакарный стилет: Троакар, треугольный /Троакарный стилет треугольный.	соответствует	соответствует
Троакарная трубка: Втулка троакара / Троакарная трубка: 1 запорный кран, вращающийся.	соответствует	соответствует
Троакарный стилет: Троакар, треугольный /Троакарный стилет треугольный.	соответствует	соответствует
Игла: Игла-пинцет / Канюля в варианте исполнения: Запасная канюля иглы, для закрытия подкожных фасций	соответствует	соответствует

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года	Не соответствует, согласно требованием технической спецификации срок поставки медицинской техники 90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года, в технической спецификации потенциального поставщика указано 120 календарных дней.	Не соответствует, согласно требованием технической спецификации срок поставки медицинской техники 90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года, в технической спецификации потенциального поставщика указано 120 календарных дней, не позднее «10» декабря 2023 года.
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует

Эксперт Ф.И.О.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529551-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-09-2023 17:05:24

Лот № 4529551-T1

Стерилизатор паровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529551-T1 Стерилизатор паровой, Желдибаев Нуркен – (Заведующий операционного блока , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
2	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Соответствует
3	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
4	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Желдибаев Нуркен

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ №4529559-Т1 Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО "TND"	ТОО «NOVIRS»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскпическая «HD-550» с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система ELUXEO с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP. КИТАЙ	FUJIFILM Corporation, ЯПОНИЯ	Olympus Medical Systems Corp., ЯПОНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеоцентр: Видеопроцессор / Видеоинформационный центр	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Назначение: Для обследования, диагностики, эндоскопического лечения и записи изображений/ Для проведения эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Функция исследование: Спектральная функция обработки изображений / Функция исследования с использованием узкополосного света.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Режим исследование: Режим наблюдения в специальном освещении/	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

Обследование с использованием бихроматической визуализации в красном цвете.			
Формат отображения видеосигнала: Full HD/4K.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Подключение перефирийного оборудования: Возможность подключения ультразвуковой центра, рекордера, принтера.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Регистрация настроек пользователя: 20 пользователей.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Регистрация информации о пациенте: Не менее 45 пациентов.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Диафрагма: Режим диафрагмы для управления яркостью на весь экран, для управления яркостью в областях подсветки, для установки средней или максимальной диафрагмы автоматически / Авто, Пик, Средний.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Увеличение изображения: Электронное масштабирование/ Электронное увеличение эндоскопического изображения.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Фокусировка изображения:	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

Оптическое приближение и фокусировка изображения. / Изменение фокусировки эндоскопического изображения.			
Улучшения качества изображения: Режима выделения структуры объекта/ Режим улучшения качества изображения (выделении структуры объекта)	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Функция стоп кадр: Приостановка, на экран наблюдения выводится приостановленное изображение/ Стоп-кадр эндоскопического изображения	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Доступ к внешнему устройству памяти: Гнездо для модуля памяти/ Портативное устройство памяти	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Сетевой разъем: Сетевой разъем для подключения к сети / Разъем для подключения к серверу	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Интерфейс: Подключения к DICOM	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Функция идентификации подключаемого эндоскопа: Отображаются тип или серийный номер эндоскопа, минимальный диаметр канала	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

зондирования, наружный диаметр дистального конца и внешний диаметр вводимой части/ Информация об подключаемом эндоскопе с отображением информации о модели/типе, серийном номере, диаметр канала, наружный диаметр дистального конца вводимой трубки.			
Информации о пациенте: Информации о пациенте на мониторе	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Выходные разъёмы видеоцентра: Выходные разъёмы видеоцентра	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Размер Ш*В*Г мм: Ширина: не более 390мм Высота: не более 198мм Глубина: не более 488мм	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Вес: не более 19,4 кг	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Источник света: Светодиодный источник света/Встроеный источник света	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Тип освещения: Светодиодное	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Регулировка яркости: Автоматическая регулировка уровня яркости	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Подачи воды/воздуха: Насос подачи воздуха / Мембранный насос.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Режимы подачи воздуха:	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

Установка давления подачи воздуха: выкл, низкий, средний, высокий.			
Монитор: Монитор/ Монитор 4K	Не соответствует регистрационным данным, согласно официального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в регистрационном удостоверении РК-МТ-0№023001 диагональ монитора указана 21 дюйм и 24 дюйма, предлагаемый монитор с диагональю 31,5 дюйма (800 мм) не имеет регистрации на территории Республики Казахстан.	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Диагональ: не менее 800 мм		соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Разрешение: не менее 1920 × 1080		соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Угол обзора: Угол просмотра (горизонтальный и вертикальный) 178°/ Угол обзора 89°/89°/89°/89° (вверх/вниз/влево/вправо)		соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Вес: не более 13,2 кг		соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Габаритные размеры (Ш) x (В) x (Г): Ширина: не более 780мм Высота: не более 511мм Глубина: не более 86мм		соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Рабочая станция: Мобильная рабочая станция/Тележка	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Размер станции: Ширина: не более 818мм. Высота: не более 1765мм. Глубина/длина: не более 675мм.	соответствует	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указаны размеры станции.	Отсутствует техническая спецификация
Полки: 4 полки	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Трансформатор: Разделительный трансформатор /Изолирующий трансформатор.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Максимальная нагрузка на трансформатор: не менее 1800ВА	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

Вес: не более 88кг.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Крепление для эндоскопа: Штатив для эндоскопа/ Стойка для эндоскопов.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Крепление для монитора: Подставка под монитор/ Держатель монитора.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Держатель: Боковой соединительный рычаг/ Держатель сосудов для аспирации	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Видеоколоноскоп:	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Угол поля зрения: 170°	соответствует	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указан угол поля зрения.	Отсутствует техническая спецификация
Глубина резкости: не менее от 2мм до 100 мм.	соответствует	Не соответствует, в технической спецификации потенциального поставщика, не указана глубина резкости.	Отсутствует техническая спецификация
Наружный диаметр дистального конца: не более 13,2 мм.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Наружный диаметр вводимой части: не более 12,8мм.	соответствует	Соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Диаметр инструментального/рабочего канала: не менее 3,7 мм.	Не соответствует. Не соответствует, согласно требуемой технической спецификации, диаметр инструментального/рабочего канала: не менее 3,7 мм., в технической спецификации потенциального поставщика указан диаметр инструментального/рабочего канала: 3,2 мм.	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Функция исследование:	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

Совместимость с функцией спектральной обработки изображений / режим исследования с использованием узкополосного света.			
Углы изгиба подвижной части: Верх/вниз 180/180 градусов. Лево/вправо 160/160 градусов.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Рабочая длина вводимой части/секции: не менее 1680 мм., не более 1690мм.	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Общая длина эндоскопа: не более 2010 мм.	Не соответствует, согласно требуемой технической спецификации, Общая длина эндоскопа: не более 2010 мм., в технической спецификации потенциального поставщика указана общая длина эндоскопа:2050мм.	соответствует	Отсутствует техническая спецификация
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года	соответствует	Не соответствует, согласно требованием технической спецификации срок поставки медицинской техники 90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года, в технической спецификации потенциального поставщика указано 120 календарных дней.	Отсутствует техническая спецификация
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

третьих компетентных лиц			
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	Отсутствует техническая спецификация

Эксперт Ф.И.О.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529550-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-08-2023 10:31:09

Лот № 4529550-T1

Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529550-T1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями, Желдибаев Нуркен – (Заведующий операционного блока , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Желдибаев Нуркен

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ №4529551-T1 Стерилизатор паровой)

Наименования потенциальных поставщиков:	MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ	АО "Ordamed"	ТОО "ОСТ-ФАРМ"	ТОО "ВЗМед"
Предлагаемая модель МТ:	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 12	Стерилизатор паровой серии MST, модели MST-V, в различных вариантах Исполнения 6-6-18 VS1/VS2	Стерилизатор паровой двухдверный S1010	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 12
Производитель МТ:	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, ТУРКИЯ	BELIMED AG, ШВЕЙЦАРИЯ	ANTONIO MATACHANA S.A., ИСПАНИЯ	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, ТУРКИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Тип стерилизатора: проходной	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Количество дверей: 2 двери	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Габаритные размеры (Ш) х (В) х (Г): Ширина: не менее 990 мм, не более 996 Высота: не более 1970 мм Глубина: не менее 2076 мм, не более 2420	Не соответствует данным указанным в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатора парового с офицального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля	соответствует	соответствует	Не соответствует данным указанным в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатора парового с офицального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию

	МЗ РК, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатор паровой: «plusteam» с принадлежностями plusteam 1s, plusteam 1m, plusteam 1l, plusteam 1xl, plusteam 2, plusteam 4, plusteam 6, plusteam 8, plusteam 10, plusteam 12, plusteam 14 ширина устройства указана 1400 мм, что не соответствует заявленной ширине 996 мм			стерилизатор паровой «plusteam» с принадлежностями plusteam 1s, plusteam 1m, plusteam 1l, plusteam 1xl, plusteam 2, plusteam 4, plusteam 6, plusteam 8, plusteam 10, plusteam 12, plusteam 14 ширина устройства указана 1400 мм, что не соответствует заявленной ширине 996 мм
Вес аппарата: не более 2820 кг	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Объем камеры (л): не менее 773 л	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Размер камеры: в пределах, высота: не более 670 мм, ширина: не более 670 мм, глубина: не более 2000 мм;	Не соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует
Материал изготовления камеры: нержавеющая сталь;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Температура стерилизации (в зависимости от Стерилизуемого предмета): 121-134ºС;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программируемые циклы: не менее 2 программ проверки и 7 программ стерилизации;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Диапазон задаваемых температур (°С): не менее 121°С, не более 134°С;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Принадлежности для загрузки в стерилизационную камеру: загрузочная тележка;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Приспособление для забора стерилизованного Материал: тележка;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Встроенные программы стерилизации: Встроенные программы Отображение информации на экране о ходе процесса в режиме реального времени • Ночное отключение и предпусковая программа • Сообщения об ошибках и тексты инструкций в виде простого текста с историей ошибок • Сообщения по техническому обслуживанию • Основные данные отображения и настройки системы и стерилизатора • Отображение измеренных значений • Диагностика PLC • Управление пользователями – вход в систему и выход из нее (пользовательский уровень, пользовательские пароли и пользовательские авторизации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

• Программное вмешательство • Специальные функции • Служебные функции Быстрая программа 134 град -5 мин. Программа для неупакованных инструментов. Две программы для упакованных материалов и инструментов. Две программы для текстиля. Программа для прионов Программа для пористых материалов. Медленная программа для чувствительных к вакууму. Вакуум тест и тест Бови-Дика;				
Панель: Сенсорный панель управления;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Способы сушки: вакуумный;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дверь стилизатора: наличие вертикально-скользящую дверь;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к условиям эксплуатации				
Температура: от +5 до +40°С;	Не соответствует данным указанным в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатора парового с офицального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета	соответствует	соответствует	Не соответствует данным указанным в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатора парового с офицального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ

	медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатор паровой «plusteam» с принадлежностями plusteam 1s, plusteam 1m, plusteam 1l, plusteam 1xl, plusteam 2, plusteam 4, plusteam 6, plusteam 8, plusteam 10, plusteam 12, plusteam 14 Температура указана от +20 до +30°С, что не соответствует заявленной от +5 до +40°С			РК, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатор паровой «plusteam» с принадлежностями plusteam 1s, plusteam 1m, plusteam 1l, plusteam 1xl, plusteam 2, plusteam 4, plusteam 6, plusteam 8, plusteam 10, plusteam 12, plusteam 14 Температура указана от +20 до +30°С, что не соответствует заявленной от +5 до +40°С
Давление окружающей среды: от +75 кПа до +106 кПа;	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Относительная влажность воздуха: 80% для температуры до 31 °С,	Не соответствует данным указанным в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатора парового с офицального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатор паровой «plusteam» с принадлежностями plusteam 1s, plusteam 1m, plusteam 1l, plusteam 1xl, plusteam 2, plusteam 4, plusteam	соответствует	соответствует	Не соответствует данным указанным в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатора парового с офицального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию стерилизатор паровой «plusteam» с принадлежностями plusteam 1s, plusteam 1m, plusteam 1l, plusteam 1xl, plusteam 2, plusteam 4, plusteam 6, plusteam 8, plusteam 10, plusteam 12, plusteam 14 Влажность окружающего воздуха должна составлять от 30% до

	6, plusteam 8, plusteam 10, plusteam 12, plusteam 14 Влажность окружающего воздуха должна составлять от 30% до 50%, что не соответсвует заявленной влажности 80%			50%, что не соответсвует заявленной влажности 80%
С линейным снижением: до 50% при 40 °С	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Колебания напряжения питания: +/-10% от номинального напряжения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Напряжение питания: не более 400 В, AC/50 Гц, EN 285	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Желдибаев Н.М.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529578-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-09-2023 16:16:07

Лот № 4529578-Т1

Цифровая диагностическая рентгенографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529578-Т1 Цифровая диагностическая рентгенографическая система , Култасова Маржана – (Заместитель главного врача по экономическим вопросам, ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
2	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Не соотвествует
3	181040021426, Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
5	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
6	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Не соотвествует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
8	140540025744, Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Култасова Маржана

Номер порядковый	наименование комплектующих	ТС объявленная	Модель потенциального поставщика	Расхождения	коментарии и источники информации
			Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus Производитель: Ecoray Co., LTD, Республика Корея Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№020725 от 12.07.2020г.		
	Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: не менее 10-640 мА Диапазон времени экспозиции в радиографии – не менее 1мс-6,3сек. Диапазон мА в радиографии: 0,1 - 600 мАs Методика работы-2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод- 2-х точечный метод (кВ)/Точечный метод (кВ) Электропитание: Трехфазный не менее 400В**	Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность: 50кВт Электропитание-трехфазный: 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений: 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: 10-800 мА Диапазон времени экспозиции в радиографии: 1мс-6,3сек . Диапазон мАс в радиографии: 0,1 - 800 мАs (является улучшением, так как бОльшее значение мАс позволяет лучше «просвечивать» тучных пациентов или крупные части тела, такие как тазобедренные суставы. В тоже время, по требованию Организатора тендера или Заказчика производитель имеет возможность изменить данное значение на любое, удовлетворяющее условиям тендера.). Методика работы-2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод- 2-х точечный метод (кВ)/Точечный метод (кВ) Электропитание: Трехфазный: 400В	Диапазон мАс в радиографии: 0,1 - 800 мАs не соответсвует ТС Диапазот Тока анода слишком большой	Юзер мануал
	Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг Длина стола: не менее 2200мм Ширина стола: не менее 750мм Высота стола: не менее 660мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая не менее 132 пар линий/дюйм Соотношение решетки: не менее 10:1 Горизонтальное движение: не менее 500мм Поперечное движение деки стола: не менее 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сигнал**	Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: 300кг Длина стола: 2200 мм Ширина стола: 800 мм Высота стола: : 690мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая 132 пар 1 шт. линий/дюйм Соотношение решетки: 10:1 Горизонтальное движение: 800мм Поперечное движение деки стола: 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сиг	в РУ не указано стол лдя пациентов, Согласно мануалу пользователь максимально допустаимый вес пациента 250 кг данный параметр указан не верно. Горизонтальное движение стола 400 мм (Сервис мануал страница 30) парметр не совпадает	сервис мануал, юзер мануал
	Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: не мене е 1810мм Высота штатива: не менее 2169мм Поглощение излучения: не более 0,7ммАл при 100кВт**	Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая Минимальное растояние от пола до центра детектора: 400мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: 1900 мм Высота штатива: 2170 мм Поглощение излучения: 0,7ммАл при 100кВт	Высота штатива согласно Юзер мануала 2100мм а в ТС тербуется на менее 2169	сервис мануал, юзер мануал
1	Детектор	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: не менее 35см Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит Размер пикселя: 139мкм**	Длина детектора: 43см Ширина детектора: 35см Аналого-цифровое преобразование: 16 бит Размер пикселя: 139мкм	не указана модель детектора	тс

	Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка 1 9 параметра DICOM 3.0 Возможность передачи изображений на PACS: Возможность изображений на PACS Режим измерения угла в изображении- Угол:Инструмент измерения угла/измерение угла**	Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка параметра DICOM 3.0 Возможность передачи изображений на PACS: Возможность изображений на PACS Режим измерения угла в изображении- Угол: Инструмент измерения угла	Согласно сервис мануалу генератор не имеет прямой связи со станцией обработки изображения соответсвенно данная модель не поддерживает виртуальный рабочий стол и нет возможномти управления аппаратом с рабочей станции. Управление генератором осуществляется только с рабочей консоли генератора, что не соответвует требованию ТС	сервис мануал
	Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB Жесткий диск операционной системы: Не менее 500Гб**	Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 8GB Жесткий диск операционной системы: 1000Гб	соответсвует	
	Трубка	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)**	Рентгеновская трубка: рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом: 150кВ Номинальные параметры фокального пятна:	соответсвует	
	Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	Специальное программное обеспечение формирования изображений□программное обеспечение формирования изображений Графический интерфейс: Интерфейс пользователя на базе WINDOWS 10	соответсвует	
	Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации.**	Электропитание: Напряжение сети: 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа	соответсвует	
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент**	Не соответсвуют условия поставки не указано в соответствии с какими условиями будет доставлено в пункт назначения		ТС
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декаря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент**	90 календарных дней, не позднее 25 декаря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент	соответсвует	ТС
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию**	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством	не указано соответсвие поставщика требованиям о наличии сервисной службы , сервисного центра, либо привлеченных третих лиц	ТС
		Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством	не указано соответствие поставщика требованиям по сопутствующим услугам	ТС
			Медицинская Рентгенографическая система NEW Oriental 1000 ND производства Beijing Wangong Medical Technologi		
	Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: не менее 10-640 мА Диапазон времени экспозиции в радиографии – не менее 1мс-6,3сек. Диапазон мА в радиографии: 0,1 - 600 мАs Методика работы-2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод- 2-х точечный метод (кВ)/Точечный метод (кВ) Электропитание: Трехфазный не менее 400В**	Высокочастотный генератор Номинальная мощность 80 КВТ Максимальная частота 50-60 гц Диапазон напряжений 40-150 квт Диапазон мАс 0,1-1000 методика работы 2 параметра (Кв и мАс) Точечный метод Кв 2 х точечный метод	не соответствует диапазону Мас 0,1 - 1000 (требуется 0,1 -600	ТС

2	Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг Длина стола: не менее 2200мм Ширина стола: не менее 750мм Высота стола: не менее 660мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая не менее 132 пар линий/дюйм Соотношение решетки: не менее 10:1 Горизонтальное движение: не менее 500мм Поперечное движение деки стола: не менее 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сигнал**	Рентгеногафический стол снимков : стол пациента стационарный фиксированный по высоте поверхность плоская Максимальны вес пациента 300 кг Дляни стола 2200 ширина стола 820 высота стола 670 мм решетка антирассеивающая 132 пар линии соотношение 10:1 оризонтальное движение: 100мм Поперечное движение деки стола: 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сигнал	в технических файлах аппарата указано что мпксимальный вес пацмента 200 кг не соответсвует , горизонтальное движение стола составляет 480 мм не соостветсвует техническому заданию.	не соответсвует (техникал Data Shet)
	Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: не мене е 1810мм Высота штатива: не менее 2169мм Поглощение излучения: не более 0,7ммАл при 100кВт**	Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: 390мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: е 1820мм Высота штатива: 2200мм Поглощение излучения: 0,7ммАл при 100кВт	соответсвует	
	Детектор	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: не менее 35см Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит Размер пикселя: 139мкм**	Длина детектора: 43см Ширина детектора: 35см Аналого-цифровое преобразование: 16 бит Размер пикселя: 139мкм	соответсвует	
	Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка параметра DICOM 3.0**	Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка параметра DICOM 3.0	соответсвует	
	Трубка	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом: 150кВ**	Рентгеновская трубка: рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом: 150кВ Номинальные параметры фокального пятна:	соответсвует	
	Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	Специальное программное обеспечение формирования изображений□программное обеспечение формирования изображений Графический интерфейс: Интерфейс пользователя на базе WINDOWS 10	соответсвует	
	Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB Жесткий диск операционной системы: 500Гб Монитор: 22дюйм**	Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB Жесткий диск операционной системы: 1Тб Монитор: 22дюйм	соответсвует	
	Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность: 30% до 75%, без конденсации**	Электропитание: Напряжение сети: 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа	соответсвует	
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент**	**DDP пункт назначения 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент**	соответсвует	
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2025 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Ал-Фарабийский район, пр. Тауке хана №35**	90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2025 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Ал-Фарабийский район, пр. Тауке хана №35		

	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.**	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Электрическое питание на 400 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечит сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставит заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар не относится к измерительным средствам. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомит Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные)	Отсутствует подтверждение предоставления гарантийного и сервисного обслуживания	
	Требования к сопутствующим услугам	**Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии**	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством	не указано соответствие поставщика требованиям по сопутствующим услугам	
			Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818 Производства Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	отсутсвует номер регистрационного удостоверения для сверки наличия гос регистрации в РК	не соответсвие
	Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц**	Технические характеристики Номинальная выходная мощность – 50кВт Электропитание-трехфазный 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ	Не верно указана частота в мануале Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818 указана следующая информация Диапазон тока анода в радиографии: мА0,5 - 1000 (не соответствие ТС) рабочая частота 50 -250 гЦ (не соответствие ТС	не соответствие
	Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг**	Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: 300кг	В тех спецификации потенциальнго постащика не корректно указана высота стола согласно мануала пользователя она составляет 640 мм допустимый размер 660 мм - не соответсвует	не соответствие
	Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм**	Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: 350 мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: 1850 мм	соответсвует	
	Детектор	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: не менее 35см Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит**	Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: 43 см Аналого-цифровое преобразование: 16 бит	соответсвует	
	Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка**	Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка		
	Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB**	Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB	соответсвует	
3	Трубка	**Рентгеновская трубка: трубка рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)**	Рентгеновская трубка: трубка рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)	соответсвует	
	Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений	соответсвует	

	Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа.**	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа.**	соответсвует	
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент**	DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент	соответсвует	
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана №35**	90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана №35	соответсвует	
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию**	каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством		
		каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии	каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством		
			Медицинский диагностический рентгеновский аппарат PLD 7300D		
	Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц**	Цифровая диагностическая рентгеновская система Номинальная выходная мощность –5 6 кВт Электропитание-трехфазный 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: 10-710 мА Диапазон	В мануале производителя указана частота генератора 440 КГЦ что превышает максимальную частоту в ТС (не соответсвует)	
	Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг**	Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: 300кг	Не соответствует парамтеры Длина стола, Высота стола, В сервси мануале системы указана рассеивающая решетка 103 пар линиии в соотношении 8:1 . Горизонтальное движение необходимо не менее 500 в каждую строну данный аппарат имеет движение 450 мм что в сумме составляет 900 мм	не соответствие
	Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм**	Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: 350мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: 1850мм	В мануале производителя указано максимальное движение настенного штатива 1350мм , в ТС потенциальный поставщик указал что Минимальное растояние от пола до центра детектора: 350мм	не соответствие
	Детектор	**Длина детектора: 43см Ширина детектора: не менее 35см Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит**	Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: 43см Аналого-цифровое преобразование: 16 бит Размер пикселя: 139мкм		не соответствие
	Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка**	Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): параметра DICOM 3.0	соответсвует	
	Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB**	Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 8GB Жесткий диск операционной системы: 500Гб Монитор: 24 дюйма	соответсвует	
	Трубка	**Рентгеновская трубка: трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)**	Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)	соответсвует	
	Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	Специальное программное обеспечение формирования изображенийпрограммное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений Графический		
	Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа.**	Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа.	соответсвует	
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент**	DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент	соответсвует	
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана №35**	90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана №35	соответсвует	

	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию**	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной	соответсвует	
		каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии	каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с	соответсвует	
			Радиографическая система серии Atomic X1 AO Ordamed, Казахстан		
	Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: не менее 10-640 мА Диапазон времени экспозиции в радиографии – не менее 1мс-6,3сек. Диапазон мА в радиографии: 0,1 - 600 мАs Методика работы-2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод- 2-х точечный метод (кВ)/Точечный метод (кВ) Электропитание: Трехфазный не менее 400В**	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность 50кВт Электропитание-трехфазный 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: 10-640 мА Диапазон времени экспозиции в радиографии – 1мс-10сек. Диапазон мА в радиографии: 0,1 - 600 мАs Методика работы-2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод- 2-х точечный метод (кВ)/Точечный метод (кВ) Электропитание: Трехфазный не менее 400В**	указание неверных сведений в тех спецификации согласно мануала пользователя диапазон веремени эскпозиции 1мс - 10 с а поставщиик указывает 1мс -6.3 с что не соответсвует реальной спецификации аппарата. Подача не корректных сведенений	
	Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг Длина стола: не менее 2200мм Ширина стола: не менее 750мм Высота стола: не менее 660мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая не менее 132 пар линий/дюйм Соотношение решетки: не менее 10:1 Горизонтальное движение: не менее 500мм Поперечное движение деки стола: не менее 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сигнал**	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг Длина стола: 2200мм Ширина стола: 800мм Высота стола: 670мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая 132 пар линий/дюйм Соотношение решетки: 10:1 Горизонтальное движение: 500мм Поперечное движение деки стола: 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сигнал**	В Мануале пользователя потенциального поставщика размер декки стола указан 2000 мм а в ТС записано 2200 мм не корректно указанные данные не соответсвие ТС Антирассеивающая решетка имеет 103 пар линии что так же не корректно указано в ТС . Продолльное пермещение деки стола составляет 390 мм а в ТС так же не корректно указано 500 . рассеивающий растр согласно мануала 103 пар линии не соответсвует ТС	не соответствие
	Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: не мене е 1810мм Высота штатива: не менее 2169мм Поглощение излучения: не более 0,7ммАл при 100кВт**	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: 335мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: е 1810мм Высота штатива: 2169мм Поглощение излучения: 0,7ммАл при 100кВт**	В Мануале пользователя аппарата потенциального поставщика Указано что макисмальное расстояние от пола до центра фокуса 1700 мм, а в ТС поставщик указывает не коректные данные. Высот штатитива в КП составляет 2100 мм а в ТС Поставщик указывает не корректные данные штатив не соответсвует	не соответствие
	Детектор	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: не менее 35см Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит**	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: 35см Аналого-цифровое преобразование: 16 бит**	соответсвует	
	Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка**	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка**	соответсвует	
	Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB**	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB**	соответсвует	
	Трубка	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)**	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)**	соответсвует	
	Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	соответсвует	

	Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность: 30% - 75%, без конденсата**	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность: 30% - 75%, без конденсата**	соответсвует	
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УЗ г.Шымкент**	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УЗ г.Шымкент**	соответсвует	
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2025 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Тауке хан №35**	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2025 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Тауке хан №35**	соответсвует	
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию осуществляются сервисными центрами производителя**	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию осуществляются сервисными центрами производителя**	соответсвует	
		Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки	**Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки**	соответсвует	
			Рентгеновская цифровая диагностическая система MAX DR в комплекте. Производитель: МЕДРЕЙ ООД, Болгария. № РК-МТ-5№018875		
	Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц Диапазон напряжений – 40-150 кВ Диапазон тока анода в радиографии: не менее 10-640 мА Диапазон времени экспозиции в радиографии – не менее 1мс-6,3сек. Диапазон мА в радиографии: 0,1 - 600 мАs Методика работы-2 параметра (кВ, мАс) Точечный метод, 2-х точечный метод (кВ)Точечный**	**Максимальная мощность генератора, кВт 55 Диапазон анодного напряжения, кВ от 40 до 150 Диапазон изменения анодного тока, мА от 1 до 640 Диапазон изменения количества электричества, мАс от 0,5 до 800 Минимальное время экспозиции, мс 1**	не соответсвие диапазона мАс в радиографии 0,5 -800, а нужно 0,1 -640	
	Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: не менее 300кг Длина стола: не менее 2200мм Ширина стола: не менее 750мм Высота стола: не менее 660мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая не менее 132 пар линий/дюйм Соотношение решетки: не менее 10:1 Горизонтальное движение: не менее 500мм Поперечное движение деки стола: не менее 240 мм Индикация центра: Индикация центра звуковой сигнал**	**Размеры деки стола, см 220 x 77 Диапазон вертикального перемещения деки стола от пола, см 55-88 Диапазон перемещения деки в продольном направлении, см 101 Диапазон перемещения деки в поперечном направлении, см 26Максимальная масса пациента (нагрузка на деку стола), кг 160 Эквивалент поглощения рентгеновского излучения декой стола (при 100 кВ), мм Al эквивалента 0,8 Отсеивающий растр, оптимизированный для работы с цифровым детектором Наличие Отношение растра 10:1 Фокусное расстояние растра, см 100-130**	не соответсвие максимальный вес пациента 160 кг а необходимо не менее 300 кг	
	Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: не мене е 1810мм Высота штатива: не менее 2169мм Поглощение излучения: не более 0,7ммАл при 100кВт**	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: 440мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: 2050мм Высота штатива: 2400мм Поглощение излучения: не более 0,7ммАл при 100кВт**	Не соответсвует минимальное расстояние от пола до центра дететора небходимо не более 420 аппарат имеет высоту 440 мм согласно руковдства по эксплуатации страница 20 (перемещение штатива)	

Детектор	**Детектор** **Длина детектора: 43см** **Ширина детектора: не менее 35см** **Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит** **Размер пикселя: 139мкм**	**Количество ПД, шт. 2** **Тип ПД согласно применению Для общей рентгенодиагностики** **Тип ПД по способу установки Стационарный** **Функциональное назначение ПД Для рентгенографии** **Тип сцинтиллятора На основе цезия** **Тип преобразования На основе аморфного кремния** **Размер рабочего поля, мм, не менее 427x427** **Размер матрицы детектора, пиксель 3072x3072** **Шаг пикселя, мкм 139**	соответсвует	
Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности):** **Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе** **Повторная обработка изображения: Повторная обработка**	**Панель управления генератором (Настройка мощности):** **Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе** **Повторная обработка изображения: Повторная обработка**	соответсвует	
Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера** **Память операционной системы: 4GB** **Жесткий диск операционной системы: Не менее 500Гб** **Монитор: Не менее 21 дюймов**	**Тактовая частота процессора, ГГц 2** **Объем оперативной памяти, Гбайт 8** **Объем памяти жесткого диска, Тбайт 1** **Тип монитора - Сенсорный LCD Наличие** **Размер диагонали монитора, дюйм 23** **Размер матрицы (разрешение), пикселей 1920x1080**	соответсвует	
Трубка	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка** **Рентгеновская трубка с вращающимся анодом:** **Рентгеновская трубка с вращающимся анодом** **Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж)** **Мощность теплового рассеяния анодом: 150кВ** **Номинальный параметры фокального пятна: 0,6/1,2мм**	**Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом** **Наличие** **Размер малого фокусного пятна, мм 0,6x0,6** **Размер большого фокусного пятна, мм 1,2x1,2** **Угол анода, град. 12** **Скорость вращения анода, об/мин 3000** **Номинальная входная электрическая мощность рентгеновской трубки на малом фокусе, кВт**	соответсвует	
Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений**	соответсвует	
Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание:** **Напряжение сети: не менее 400 вольт** **Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F).**	**Электропитание:** **Напряжение сети: не менее 400 вольт** **Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F).**	соответсвует	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент** **2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент** **3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент**	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент** **3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент**	соответсвует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года** **1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б** **2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент**	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Аль**	соответсвует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию**	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.** **Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.**	соответсвует	
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии	**Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**	соответсвует	
		Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения: GXR- 52SD **Производитель, страна DRGEM Corporation, Республика Корея** **РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№020468**		
Цифровая диагностическая рентгеновская система	**Цифровая диагностическая рентгеновская система** **Технические характеристики Номинальная выходная мощность –не менее 50кВт Электропитание-трехфазный не менее 400В Максимальная частота генератора: 50-60 Гц**	**Цифровая диагностическая рентгеновская система** **Технические характеристики** **Номинальная выходная мощность – 50кВт** **Электропитание-трехфазный 400В**	соответсвует	
Стол для пациента	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента** **Поверхность: плоская** **Максимальный вес пациента: не менее 300кг**	**Стол для пациента стационарный фиксированный по высоте/Стол пациента Поверхность: плоская Максимальный вес пациента: 300кг Длина стола: 2200мм Ширина стола: 750мм Высота стола: 660мм Решетка антирассеивающая: решетка антирассеивающая**	соответсвует	

Стойка бакки стеновая	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: не более 420мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: не мене е 1810мм Высота штатива: не менее 2169мм Поглощение излучения: не более 0,7ммАл при 100кВт**	**Вертикальный штатив с лотком для цифрового детектора (стенд Букки): Стойка бакки стеновая/Настенный штатив Минимальное растояние от пола до центра детектора: 420мм Максимальное растояние от пола до центра фокуса: 1810мм Высота штатива: 2169мм Поглощение излучения: 0,7ммАл при 100кВт**	соответсвует	
Детектор	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: не менее 35см Аналого-цифровое преобразование: Не менее 16 бит Размер пикселя: 139мкм**	**Детектор Длина детектора: 43см Ширина детектора: 35см Аналого-цифровое преобразование:16 бит Размер пикселя: 139мкм**	соответсвует	
Консоль	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка 1 9 параметра DICOM 3.0 Возможность передачи изображений на PACS: Возможность изображений на PACS Режим измерения угла в изображении- Угол:Инструмент измерения угла/измерение угла**	**Панель управления генератором (Настройка мощности): Виртуальная панель управления генератором на рабочем столе Повторная обработка изображения: Повторная обработка изображения DICOM (прием-передача изображений): Поддержка параметра DICOM 3.0 Возможность передачи изображений на PACS: Возможность изображений на PACS Режим измерения угла в изображении- Угол:Инструмент измерения угла/измерение угла**	соответсвует	
Рабочая станция визуализации	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB Жесткий диск операционной системы: Не менее 500Гб Монитор: Не менее 21 дюймов**	**Рабочая станция визуализации / Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на баз персонального компьютера Память операционной системы: 4GB Жесткий диск операционной системы: 500Гб Монитор: 21 дюймов**	соответсвует	
Трубка	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом: 150кВ Номинальный параметры фокального пятна: 0,6/1,2мм**	**Рентгеновская трубка: Трубка/рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом Теплоемкость анода: HU 300 KTE (210 кДж) Мощность теплового рассеяния анодом: 150кВ 1 шт Номинальный параметры фокального пятна: 0,6/1,2мм**	соответсвует	
Программное обеспечение	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений Графический интерфейс: Интерфейс пользователя на базе WINDOWS 10 Вывод нескольких изображений на экран: Вывод нескольких изображений на экран**	**Специальное программное обеспечение формирования изображений- программное обеспечение формирования изображений/Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений Графический интерфейс: Интерфейс пользователя на базе WINDOWS 10 Вывод нескольких изображений на экран: Вывод нескольких изображений на экран**	соответсвует	

Требования к условиям эксплуатации	**Электропитание: Напряжение сети: не менее 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа**	**Электропитание: Напряжение сети: 400 вольт Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа**	соответсвует	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент**	**DDP условие 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No5» УЗ г.Шымкент 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No1» УЗ г.Шымкент 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No4» УЗ г.Шымкент 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No9» УЗ г.Шымкент**	соответсвует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Аль Фарабийский район, пр. Тауке хана №35 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Аль Фарабийский район, ул. Володарского №11 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Абайский район, мкр Қызылжар, ул. Жиделібайсын №62 В**	**90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2023 года 1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No5» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрамская №192 Б 2. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No1» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Аль Фарабийский район, пр. Тауке хана №35 3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No4» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Аль Фарабийский район, ул. Володарского №11 4. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника No9» УЗ г.Шымкент г..Шымкент, Абайский район, мкр Қызылжар, ул. Жиделібайсын №62 В**	соответсвует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.**	**Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники**	соответсвует	

	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 400 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных	**Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. ТОО «KPM GROUP» гарантируем обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара ТОО «KPM GROUP» гарантирует предоставить заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Предлагаемый товар не относится к средствам измерения (прилагаем письмо от уполномоченного представителя производителя медоборудования №243 от 18 августа 2023 года.), Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, ТОО «KPM GROUP » уведомить Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному**	соответсвует	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529576-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 30-08-2023 12:46:34

Лот № 4529576-T1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529576-T1 Анестезиологическая рабочая станция , Нуриденова Райхан – (И.о. директора, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	100240017100, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕТЫСУ-МЕД"	Не соотвествует
3	081040009832, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED CONCEPT SERVICE" (МЕД КОНЦЕПТ СЕРВИС)	Не соотвествует
4	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Не соотвествует
5	191140007872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Pharmacy"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нуриденова Райхан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**№ 2827090 ТОО "ЖЕТЫСУ-МЕД"**	**№ 2828630 ТОО «MedConceptService (МедКонцептСервис)»**	**№ 2829390 ТОО "GM Medical"**	**№ 2830790 ТОО Альянс**	**№ 2831790 ТОО «Capital Pharmacy»**
Предлагаемая модель МТ:	Наркозный аппарат "VENAR" в комплекте	Анестезиологические рабочие станции Atlan моделей Atlan A300, Atlan A350	Анестезиологическая станция Apus в варианте исполнения Apus x3 с принадлежностями	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65 Pro с принадлежностями	Анестезиологическая рабочая станция LEON Plus (наркозно-дыхательный аппарат)в комплекте
Производитель МТ:	Chirana a.s., СЛОВАКИЯ	Dragerwerk AG & Co.KGaA, Германия	Производитель: aXcent medical GmbH Страна: Германия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,LTD.	Производитель: Lowenstein Medical SE & Co, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Анестезиологическая рабочая станция	***Не соответствует*** 1. Триггер: Нижняя граница: 1 л/мин (требуется не более 0.3 л/мин); 2. Диапазон регулирования давления на вдохе (Pinsp, Рвдох): 3-70 см. вод. ст.	***Не соответствует*** ***1.***Согласно РУРК- № РК-МТ-5№019786 комплектующие указанные в тех спецификации не указаны в РУ, что затрудняет провести сверку данных.	***Не соответствует*** 1. Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ): 0-30 см. вод. ст. (требуется: не менее 2 не более 35 см. вод. ст.); 2. Диапазон	***Не соответствует*** 1.Согласно РУРК-МТ-5№016823 монитор от 8 до 17 дюймов (требуется не менее 15 дюймов)	***Не соответствует*** 1.Согласно РУРК-МТ-7№004285 Триггер: Нижняя граница: 1 л/мин (требуется не более 0.3

	(требуется не менее 5 не более 80 см. вод. ст.)		регулирования максимального давления на вдохе: 0-100 100 см. вод. ст. (требуется Нижняя граница: не менее 10 см. вод. ст., Верхняя граница: не более 100 см. вод. ст.)		л/мин); 2. Диапазон регулирования времени вдоха (Pinsp, Рвдох): 0,3 – 10с. (требуется не более 0,2 не более 10с.). 3. Диапазон регулирования инспирационной паузы 10 – 50% (требуется не более 5 - 60 %)
Крепление аппарата - на тележке	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Ящики для принадлежностей	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Вентилятор	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Подогрев дыхательной системы и сбора конденсата	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Отвода отработанных медицинских газов	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Клапан сброса избыточного давления Датчик кислорода	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Абсорбера углекислого газа	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Газовый модуль	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Дополнительные комплектующие					
Испаритель анестетиков	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Шланг	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
Медицинский компрессор	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***

Расходные материалы					
Датчик потока	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*
Абсорбент	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*
Линия для отбора проб дыхательной смеси	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*
Влагоуловитель	*Сведения отсутствуют*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Температура от 10 °С до 40 °С. Относительная влажность не менее 15 не более 95 % (без конденсации). Основной источник питания 100 В до 240 В (АС)/ 50 Гц/60 Гц.	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*	*Соответствует*

Эксперт Нуриденова Райхан Куанышбековна Нуриден **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529564-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-08-2023 16:23:33

Лот № 4529564-Т1

Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529564-Т1 Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур, Нұрбекқызы Гүлнұр – (Врач отоларинголог (ЛОР), ГКП на ПХВ "Актауская городская поликлиника № 1" УЗ МО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	170940016834, Товарищество с ограниченной ответственностью "OTOLUX"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нұрбекқызы Гүлнұр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «OTOLUX»	ТОО «Ordamed»	ТОО «ТРИМЕДИКА»	ТОО «QAZMEDEQ»
Предлагаемая модель МТ:	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур «Otopront»	Рабочее место врача оториноларинголога C 31	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур «Otopront»	Рабочее место врача оториноларинголога ATMOS C и S
Производитель МТ:	Happersberger Otopront GMBH, Германия	ATMOS Medizin Technik GmBH & Co. KG.	Happersberger Otopront GMBH, Германия	АТМОС Медизин Техник ГмБХ энд Ко. КГ, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	**соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**
Дополнительные комплектующие				
Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	**соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**
Расходные материалы				
Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	**соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	**соответствует**	**не соответствует**	**соответствует**	**не соответствует**

Эксперт **Нұрбекқызы Г.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529564-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-08-2023 16:23:33

Лот № 4529564-T1

Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529564-T1 Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур, Нұрбекқызы Гүлнұр – (Врач отоларинголог (ЛОР), ГКП на ПХВ "Актауская городская поликлиника № 1" УЗ МО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	170940016834, Товарищество с ограниченной ответственностью "OTOLUX"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нұрбекқызы Гүлнұр

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529556-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-09-2023 17:16:35

Лот № 4529556-Т1

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529556-Т1 Передвижной рентгеновский аппарат, Рыспаев Альмурат – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей » УЗ области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Соответствует
2	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Соответствует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
4	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
5	051140001776, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕДГРУП"	Не соотвествует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Рыспаев Альмурат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2829130 **ТОО "Медик Люкс"**	№ 2831970 ТОО "ВЗМед"	№ 2828190 **"ДАЛ** КАЗАХСТАН"	№ 2830350 ТОО **"Gaide"**	№ 2828970 ТОО "КазМедГруп"	№ 2830790 ТОО «Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	Мобильная цифровая рентгенографичес кая система PLX5200A	Аппарат рентгеновский диагностический мобильный ULTRA 200	Мобильный рентгеновский аппарат, модель ELMO-T3P	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D	Мобильная цифровая система MOBI DR в комплекте.	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D
Производитель МТ:	NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD., Китай	Ecoray Co. Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея	General Medical Merate S.p.A., ИТАЛИЯ	МЕДРЕЙ ООД, Болгария.	General Medical Merate S.p.A., ИТАЛИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Детектор	Соотв.-т	Соответствует	Соотв.-т	Отсутствует техническая спецификация на портале Соответ-т	Технической спецификации не соответствует с требуемой (не по стандарту)	Соотв.-т
Генератор	Соотв.-т	Соответствует	Соотв.-т	Соответств.-т		Соотв.-т
Рентгеновская трубка	Соотв.-т	Соответствует	Соответств	Соответств		Соотв.-т
Коллиматор	Соотв.-т	Соответствует	Соотв.-т	Соответств		Соотв.-т
Дополнительные комплектующие						
Расходные материалы						
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Эксперт **Рыспаев А.С.**

01.09.2023

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529549-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-08-2023 14:23:49

Лот № 4529549-T1

Цифровая маммографическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529549-T1 Цифровая маммографическая рентгеновская система, Собченко Валерий – (инженер по медицинскому оборудованию, КГП на ПХВ "Городская поликлиника №10" УОЗ г. Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует
4	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
5	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует
6	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Собченко Валерий

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Centropharm»	ТОО «RUBIN - Group»	ТОО «FORTIS PAI»	ТОО «Алма-Мед»	АО «Ordamed»	ТОО «ЛАБТРОНИК»
Предлагаемая модель МТ:	Система цифровая маммографическая Senographe Pristina с принадлежностями	Маммограф рентгеновский в вариантах исполнения: Маммо-4МТ-Плюс	Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, варианты исполнения: GIOTTO IMAGE 3DL	Маммографическая система Aurora w3	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000
Производитель МТ:	GE Medical Systems SCS, Франция	АО МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд, Россия	Planmed Oy, Финляндия	IMS GIOTTO S.p.A., Италия	АО Ordamed, Казахстан	DRTECH Corporation, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Фокусное расстояние: Не менее 650 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение от – 180о до + 180о	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол зрения: Угол зрения в градусах отображается в верхнем углу сенсорного экрана/Положения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

углового смещения отображаются на экране гентри и на рентгеновской консоли.						
Сенсорный экран: По обеим сторонам маммографической рентгеновской установки имеется по одному сенсорному экрану /Сенсорный экран	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Тип экрана поликарбонатный, не сенсорный, не цветной.	Соответствует	Соответствует
Основной дисплей/ Индикаторная панель опоры	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор: Детектор на плоской панели из аморфного кремния /Матрица из аморфного кремния со сцинтиллятором.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шаг пикселей: Не менее 83мкм	Соответствует	**Не соответствует:** Шаг пикселей: 69 мкм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Шаг пикселей: 76 мкм
Размер матрицы не менее 23,3 см х 29 см	Соответствует	**Не соответствует:** Размер матрицы 22,8 см х 29 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Активная площадь: Не менее 2394 х 2850 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция автоматической декомпрессии груди: Автоматическое освобождение от сжатия/ Автоматическая декомпрессия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Экспозиция: Автоматический/ручной режим Экспозиции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сила сжатия груди: Нижнее значение не более 4 дН. Верхнее значение не менее 20 дН	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность просматривать собранные изображения на станции оператора: Просмотр и настройка изображений/ Отображение и обработка изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стандартная компрессионная пластина: Не менее 24х 29	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Смещающая стандартная пластина 19х23	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует смещающая стандартная пластина 19х23	**Не соответствует:** Смещающая стандартная пластина 20х24	**Не соответствует:** Смещающая стандартная пластина 20х24
Генератор/Питающее устройство	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность: Не менее 4500 ВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Анодный ток: в диапазоне от 20 до 150 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сетевое напряжение переменного тока: Нижнее значение не более 208 В Верхнее значение не менее 240 В	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Анодное напряжение: Нижнее значение не более 23 кВ. Верхнее значение не менее 35 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фокальное пятно: 0,1/0,3 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип анода: Вращающийся анод	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Материал окна трубки: Бериллий	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фильтр 1: родий /Молибденовый Фильтр 2: Серебряный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Рабочая станция получения изображений / Станция управления.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе	Соответствует

					«Комплектность МИ»	
Возможность печати изображений с рабочей станции оператора: Печать исследований с использованием функции печати/ Изменение размера изображения, печать, импорт или экспорт CD, DVD или USB.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует
DICOM.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует
Функция отображения списка запланированных процедур, загруженных из системы: Управление пациентками в рабочем списке / Управление данными пациентов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует
Врачебная станция просмотра изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует

Рабочая станция просмотра изображений с программным обеспечением/ Рабочие станции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует в регистрационном удостоверении в разделе «Комплектность МИ»	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.						
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении						

поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему						

месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.						

Эксперт: Собченко В.В.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529570-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2023 14:42:17

Лот № 4529570-Т1

Наркозно дыхательный аппарат (Анестезиологическая станция)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529570-Т1 Наркозно дыхательный аппарат (Анестезиологическая станция), Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	191140007872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Pharmacy"	Не соотвествует
3	181240026820, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL"	Соответствует
4	141040019259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Vender.kz"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «АЛЬЯНС»	ТОО «Vender.kz»	ТОО «GM MEDICAL»	АО «Capital Pharmacy»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-55, с принадлежностями	Анестезиологическая рабочая станция LEON Plus (наркозно-дыхательный аппарат) в комплект	Анестезиологическая станция Apus в варианте исполнения Apus x3 с принадлежностями	Анестезиологическая рабочая станция LEON Plus (наркозно-дыхательный аппарат) в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., КИТАЙ РК-МТ-5№016823	Heinen + Lowenstein GmbH & Co. KG, ГЕРМАНИЯ	aXcent medical GmbH, ГЕРМАНИЯ	Lowenstein Medical SE & Co. KG, ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок аппарата: Диагональ монитора не менее 15 дюймов	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано 15 дюймов, что является недостоверной по сравнению с информацией из открытых источников, а именно: В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано. В брошюре официального дилера Mindray WATO EX-55 указано 12,1 дюймов. Ссылка: На сайте официального дилера Mindray WATO EX-55 указано 12,1 дюймов. Ссылка: http://mindrayco.ru/narkoznyy-apparat-wato-ex-55 *Комментарий:* Важен монитор самого аппарата (а не монитор пациента), где большой экран важен для работы с режимами ИВЛ в составе основного блока аппарата. Монитор пациента	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

	не входит в состав основного блока.			
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ: Диапазон фракции вдыхаемого кислорода: в нижней должно быть не более 19%.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком нижняя граница концентрации кислорода указано 21 % не соответствует требованиям.
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ: Диапазон давления на вдохе (Pinsp): в нижней границе не более 5, в верхней границе не менее 60 см H2O	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком данные этих параметров не указаны.
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ: Диапазон поддержки давлением: в нижней границе не более 5, в верхней границе не менее 50 см H2O	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком данные этих параметров не указаны.
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ: Диапазон задержки вдоха (Tip:Ti): в нижней границе не более 10, в верхней границе не менее 50 %	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком данные этих параметров не указаны.
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ: Диапазон положительного давления в конце выдоха (PEEP): нижняя граница должна быть не более 1 cmH2O.	А также в руководстве по эксплуатации на WATO EX-55 на 53 странице указано границы PEEP 4~30 cmH2O. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком что является недостоверной по сравнению с информацией из открытых источников, а именно: В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано. Не соответствует.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ:	В ТС предоставленной потенциальным поставщиком	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

Соотношение времени вдоха и выдоха I:E должно быть 1:10-4:1	указано 1:10-4:1. Но в брошюрах из открытых источников у модели WATO EX-55 I:E указано 4:1-1:8, что является показателем хуже. А также в руководстве по эксплуатации на WATO EX-55 на 53 странице указано показатель I:E 4:1~1:8. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком что является недостоверной по сравнению с информацией из открытых источников, а именно: В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано. Не соответствует. *Комментарий:* Низкая нижняя граница PEEP дает больше возможностей в настройках режимов при анестезии, т.к в анестезиологии не требуется слишком высокое значение PEEP из-за использования принудительных режимов по объему.			
Диапазоны параметров в режиме ИВЛ: Диапазон кривых скорости потока в нижней границе не более -120, в верхней границе не менее 120 л/мин	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано -120~120л/мин, тогда как в руководстве по эксплуатации на WATO EX-55 на 243 странице указано ≥110 л/мин. Пик потока ≥ 110 л/мин, минусового значения потока нет. Такое же значение в брошюрах из открытых источников.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС
Параметры вентиляции: Количество отображения петлей должно быть не менее 3-х.	Не соответствует. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано наличие 3 петлей.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

	Петли: поток-давление, давление-объем, поток-объем. В брошюре Mindray WATO EX-55, а также в руководстве по эксплуатации указано: В ТС предоставленной потенциальным поставщиком что является недостоверной по сравнению с информацией из открытых источников, а именно: В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано. Не соответствует. «Система предоставляет только две петли спирометрии: P-V (давление-объем) и F-V (поток-объем)»			
Параметры вентиляции: Должно быть одновременное отображение петлей расход-давление, давление-объем, расход-объем	В Брошюре и в руководстве по эксплуатации нет одновременного отображения данных петель. В ТС предоставленной потенциальным поставщиком что является недостоверной по сравнению с информацией из открытых источников, а именно: В ТС предоставленной потенциальным поставщиком указано, но на сайте NDDA не указано. Не соответствует.	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС	Соответствует согласно приложенной ТС

Эксперт **Угышев А.Н.**