Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529142-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-09-2023 22:34:51

Лот № 4529142-T1

Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529142-T1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом, Угышев Асхат – (НАЧ.ТЕХ.ОТДЕЛА, КГП на ПХВ центр матери и ребенка) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	220340021870, Товарищество с ограниченной ответственностью "Mobil Med"	Соответствует
3	181140000338, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SMARTMEDICAL"	Соответствует
4	161140005226, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Таблица соответствия

Лот № 4529142-Т1

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Lifetech»	ТОО «Smartmedical»	ТОО «MobilMed»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая, HD-550 с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая, HD-550 с принадлежностями	**Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000 в комплекте с видеогастроскопом EG - 530WR.**	Видеоцентр с источником света Optera CV-170 **в комплекте с** гастровидеоскопом GIF-H170.
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP Китай.	SONOSCAPE MEDICAL CORP Китай.	**FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD., Япония**	Olympus Medical Systems Corp. Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Видеопроцессор / Видеоцентр	видеоблок в вариантах исполнения: HD – 550 Соответствие	Видеоблок в вариантах исполнения: HD-550 Источник света вариантах исполнения: VLS-55Q Не соответствие VLS-55Q-отдельный блок источника света!	**Видеопроцессор EP-6000** Соответствие	Видеоцентр с источником света Optera CV-170 Соответствие
Предназначено для использования с медицинским эндоскопом, монитором, регистратором и различными периферийными устройствами для наблюдения, диагностики, эндоскопического лечения и записи изображений в медицинских учреждениях под руководством врачей / Данный видеоинформационный центр предназначен для применения с видеопреобразователями,	Соответствует	Соответствует	Назначение системы Предназначено для использования с медицинским эндоскопом, монитором, регистратором и различными периферийными устройствами для наблюдения, диагностики, эндоскопического лечения и записи изображений в медицинских учреждениях под руководством врачей. Соответствие	Назначение системы Данный видеоинформационный центр предназначен для применения с видеопреобразователями, головками камер, эндоскопами, мониторами, инструментами для эндоскопических вмешательств и другим вспомогательным оборудованием производства компании OLYMPUS для проведения

головками камер, эндоскопами, мониторами, инструментами для эндоскопических вмешательств и другим вспомогательным оборудованием для проведения эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения.				эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения Соответствие
Поддержка функции оптико-цифрового наблюдения: Функция спектральной обработки изображения / Функции оптико-цифрового наблюдения с использованием узкополосного света.	Функции оптико-цифрового наблюдения с использованием узкополосного света. Соответсвует.	Функция спектральной обработки изображения. Соответствие	Поддержка функции FICE Функция спектральной обработки изображения. Соответствие	Поддержка функции оптико-цифрового наблюдения. Функция NBI функции оптико-цифрового наблюдения с использованием узкополосного света Соответствие
Коэффициенты масштабирования: не менее X 1.00.	X 1.00 * X 2.00 * X 3.00 Соответствие	Коэффициенты масштабирования: X 1.00 до x4.00. Соответствие	Коэффициенты масштабирования X 1.00 до x 2.00 Соответствие	Коэффициенты масштабирования x 1,0, x 1,2 и x 1,5 Соответствие
Режим диафрагмы Peak (Пиковый) Average (Средний).	Peak (Пиковый) Average (Средний) Соответствие	Режим диафрагмы Peak 1 шт. (Пиковый) Ave (Средний). Соответствие	Режим диафрагмы. Peak (Пиковый) Average (Средний). Соответствие	Режим диафрагмы Peak (Пиковый) Average Соответствие
Формат изображений JPEG, TIFF.	JPEG, TIFF Соответствие	Формат изображений JPEG, TIFF. Соответствие	Формат изображений JPEG, TIFF Соответствие	Формат изображений JPEG, TIFF Соответствие
Режимы яркости (освещения) Не менее -6 не более +6.	минус 6 плюс 6 Соответствие	Режимы яркости (освещения) -6 +6. Соответствие	Режимы яркости (освещения) От -4 до +5 Соответствие	Режимы яркости (освещения) От –6 до +6 (пошагово) Соответствие
Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ) Не менее 295x145x425 мм.	370 x 145 x 480 Соответствие	Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ) 370x125x480 мм. Соответствие	Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ) 395x210x485 мм Соответствие	Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ) 295x145x425 мм Соответствие
Вес: Не менее 11 кг не более 15 кг.	11,8 Соответствие	Вес: 11 кг. Соответствие	Вес 15 кг. Соответствие	Вес 11 кг Соответствие
Формат для передачи видеосигнала высокого разрешения: Поддержка стандарта Full HD для вывода изображения на монитор / Формат для передачи	Full HD Соответствие	Поддержка стандарта Full HD для вывода изображения на монитор. Соответствие	Поддержка стандарта Full HD для вывода изображения на монитор Соответствие	Формат для передачи видеосигнала высокого разрешения, с высокой четкостью изображения HDTV. Соответствие

видеосигнала высокого разрешения, с высокой четкостью изображения HDTV.				
Встроенный источник света: Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света / Смотровая лампа – светодиод.	Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света. **Источник света представлен отдельным блоком. Что не соответсвует требованиям технического задания. Не соответствие.**	LED источник света. **Источник света представлен отдельным блоком. Что не соответсвует требованиям технического задания. Не соответствие.** Соответствие	Встроенный источник света Процессор видеоэндоскопической системы имеет LED источник света Соответствие	Встроенный источник света. Смотровая лампа –светодиод. Соответствие
Функциональные клавиши. На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета.	На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета Соответствие	Функциональные клавиши. На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета. Соответствие	Функциональные клавиши На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета Соответствие	Функциональные клавиши. На передней панели устройства расположены функциональные клавиши для регулировки цвета. Соответствие
Функция увеличения Устройство имеет функцию увеличения.	Устройство имеет функцию увеличения Соответствие	Устройство имеет функцию увеличения. Соответствие	Функция увеличения Устройство имеет функцию увеличения Соответствие	Функция увеличения Устройство имеет функцию увеличения. Соответствие
Объем памяти для записи данных Не менее 45 пациентов.	50 пациентов Соответствие	Объем памяти для записи данных 50 пациентов. Соответствие	Объем памяти для записи данных 45 пациентов Соответствие	Объем памяти для записи данных 50 пациентов Соответствие
Напряжение Не более 240 Вольт.	220-240 Вольт Соответствие	Напряжение 240 Вольт. Соответствие	Напряжение 100-240 вольт Соответствие	Напряжение 220-240 вольт Соответствие
Система охлаждения лампы. Принудительное воздушное охлаждение.	Принудительное воздушное охлаждение. Соответствие	Принудительное воздушное охлаждение. Соответствие	Система охлаждения лампы Принудительное воздушное охлаждение Соответствие	Система охлаждения лампы Принудительное воздушное охлаждение Соответствие
Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа.	Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа Соответствие.	Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа. Соответствие	Функция стоп-кадра Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа Соответствие	Функция стоп-кадра Функция стоп-кадра доступна на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа Соответствие
Видеовыход DVI / Выходной разъем HD/SD SDI.	DVI / HD / SD SDI Соответствие	Видеовыход DVI. Соответствие	Видеовыход Видеовыход DVI Соответствие	Выходной разъем HD/SD SDI Соответствие
Внешнее портативное устройство памяти. Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск	USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт Соответствие	Внешнее портативное устройство памяти. Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт.	Внешнее портативное устройство памяти Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или	Внешнее портативное устройство памяти Запись эндоскопических изображений на внешнее портативное устройство памяти (USB-карта или внешний жесткий диск подключаемое через USB порт

подключаемое через USB порт.		Соответствие	внешний жесткий диск подключаемое через USB порт. Соответствие	Соответствие
Гастровидеоскоп	Видеогастроскоп в вариантах исполнения: EG – 550 Соответствие	Видеогастроскоп в вариантах исполнения: EG-550 Соответствие	**Видеогастроскоп EG - 530WR** Соответствие	**Гастровидеоскоп GIF-H170** Соответствие
Угол поля зрения Не менее 140^0.	140^0 Соответствие	Угол поля зрения 140°. Соответствие	Угол поля зрения 140^0 Соответствие	Угол поля зрения 140^0 Длина рабочей части 1030 мм Соответствие
Глубина резкости Не менее 2-100 мм.	Глубина резкости 2-100 мм. Соответствие	Глубина резкости 3-100 мм. Не соответствие	Глубина резкости 2-100 мм Соответствие	Глубина резкости 2-100 мм. Соответствие
Изгиб дистального кончика вверх-вниз 210^0-90^0 Изгиб дистального кончика вправо-влево 100^0-100^0	210^0-90^0, 100^0-100^0 Соответствие	"Углы изгиба - вверх — 210° / вниз — 90°. Углы изгиба - вправо —100° / влево — 100°. " Соответствие	Изгиб дистального кончика вверх-вниз 210^0-90^0 Изгиб дистального кончика вправо-влево 100^0-100^0 Соответствие	Изгиб дистального кончика вверх-вниз 210^0-90^0. Соответствие
Диаметр дистального кончика не менее 9,2 мм.	9,3 Соответствие	Диаметр дистального кончика 9,3 мм. Соответствие	Диаметр дистального кончика 9,4 мм Соответствие	Диаметр дистального кончика 9,2 мм Соответствие
Диаметр вводимой трубки не менее 9,2 мм.	9,3 Соответствие	Диаметр вводимой трубки 9,3 мм. Соответствие	Диаметр вводимой трубки 9,3 мм Соответствие	Диаметр вводимой трубки 9,2 мм Соответствие
Диаметр рабочего канала не менее 2,8 мм	2,8 Соответствие	Диаметр рабочего канала 2,8 мм Соответствие	Диаметр рабочего канала 2,8 мм Соответствие	Диаметр рабочего канала 2,8 мм Соответствие
Длина рабочей части Не менее 1030 мм	1050 Соответствие	Длина рабочей части 1050 мм. Соответствие	Длина рабочей части 1100 мм Соответствие	Изгиб дистального кончика вправо-влево 100^0-100^0 Соответствие
Форсунки и (или) сопло: Воздуховодная форсунка / Воздушно водоструйное сопло	Воздушно водоструйное сопло Соответствие	Трубка-адаптер для ирригационного канала. Не соответсвие	Форсунки и (или) сопло Воздуховодная форсунка Соответствие	Воздушно-водоструйное сопло. Соответствие
Монитор	Монитор медицинский высокой четкости Соответствие	Монитор медицинский высокой четкости Соответствие	**LCD Монитор** Соответствие	**Монитор** MD2735MD Соответствие
Диагональ не менее 26 дюймов.	24. Не соответствие. Размер диагонали монитора в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023001 указан 24 дюйма. Что не соответсвует требованиям технического задания.	24. Не соответствие. Размер диагонали монитора в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023001 указан 24 дюйма. Что не соответсвует требованиям технического задания.	Диагональ 27 дюймов Соответствие	Диагональ 27 дюймов Соответствие Соответствие
Разрешение не менее 1920*1080 пикселей.	1920*1080 Соответствие	Разрешение 1920*1080 пикселей. Соответствие	Разрешение 1920*1080 пикселей Соответствие	Разрешение 1920*1080 пикселей Соответствие Соответствие
Угол обзора	89/89/89/89 Соответствие	Угол обзора	Угол обзора	Угол обзора

сверху/снизу/слева/справа 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 /		сверху/снизу/слева/справа 890 /890 /890 /890 / Соответствие	сверху/снизу/слева/справа 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 / Соответствие	сверху/снизу/слева/справа: 89^0 /89^0 /89^0 /89^0 / Соответствие
Тележка / Столы подставки для медицинской аппаратуры в комплекте	Тележка Соответствие	4 полки (2 – регулируемые по высоте). 2 кронштейна для эндоскопов. Выдвижная полка для клавиатуры. Соответствие	Тележка Соответствие	Стол подставка для медицинской аппаратуры в комплекте Соответствие
Держатель монитора	Держатель монитора	Регулируемый держатель для монитора Соответствие	Держатель монитора Соответствие	Держатель монитора Соответствие
Тестер на герметичность / Блок техобслуживания - Устройство предназначено для применения с эндоскопом и другим вспомогательным оборудованием для проверки утечек	Тестер на герметичность Соответствие	Течеискатель. Устройство предназначено для применения с эндоскопом и другим вспомогательным оборудованием для проверки утечек Соответствие	Тестер на герметичность Соответствие	MU-1 блок техобслуживания - Устройство предназначено для применения с эндоскопом производства компании Olympus и другим вспомогательным оборудованием для проверки утечек. Соответствие

ЭКСПЕРТ **Угышев А.Н**