Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529567-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-09-2023 13:24:00

Лот № 4529567-T1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529567-T1 Компьютерный томограф, Алжикеева Гулия – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алжикеева Гулия

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 2821470 ТОО "Q-MED LLC"	№ 2826510 ТОО «ZEIN INVEST»	№ 2831070 ТОО «Дал Диагностик»
Предлагаемая модель МТ:	Компьютерный Томограф «uCT, варианты исполнения: uCT 760» с принадлежностями	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями	Компьютерный томограф SOMATOM go.Top
Производитель МТ:	Производство: «Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd» Китай	Производство: GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd, Китай	Производитель: Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гентри	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** - Масса гентри превышает требования не более 1600 кг (Заявлено 2360 кг)	Соответствует	Соответствует
Стол для пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция врача	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Оперативная память требуемая 32 Гб, (заявленая 24 Гб) Цветные мониторы не менее 2шт (заявлено Монитор цветной -1шт)	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Рентгенозащитное стекло с рамой	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

подголовник, матрац с защитным покрытием, подлокотник для инъекций)			
Монтажный материал, включая распределительный электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источники бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Щит распределительный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Размеры помещений: Процедурная комната – 6,0 м х 4,5 м, Пультовая комната – 4,0 м х 2,5 м, Высота помещений не ниже 2.5м.. Гентри и стол для исследования пациентов крепятся к полу при помощи саморазжимных анкеров. Условия окружающей среды должны обеспечивать комфорт для пациентов и обслуживающего персонала и находиться в указанных ниже пределах: Температура 18° – 26°С, Относительная влажность 30%~60%. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - Блок PDU необходимо устанавливать на некотором удалении (1м) от остальных блоков во избежание появления помех на экране монитора ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Электропитание 3 фазы + земля Напряжение 380 В ± 10% Частота 50 Гц ± 3 Гц	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** - Температура 18° – 26°С (Заявленая 15–30 ° С) - Относительная влажность 30%~60%. (заявлено 30% –70%) - Частота 50 Гц ± 3 Гц (Заявлено Частота: 50 Гц ± 1 Гц)	Соответствует	Соответствует

Эксперт Алексеева Галина Мухаметовна **ФИО/подпись**

18.09.2025 г.

Все выставленные замечания выявленны при сопоставлении ТС с унифицированной технической спецификацией, выданой Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий РК. Внесение изменений в требования УТХ не входит в компетенцию эксперта.

Экспрет Белгинкызы Гулим Мухтарбековна Подпись:

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529548-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-09-2023 17:44:58

Лот № 4529548-Т1

Аппараты УЗИ (Экспертного класса)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529548-Т1 Аппараты УЗИ (Экспертного класса), Добрынина Ксения – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей » УЗ области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
4	190940022872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Медицинский институт инновации и развитии"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
6	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
7	140140018112, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITED MEDICAL"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Добрынина Ксения

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**№ 2830790 ТОО "АЛЬЯНС"**	**№ 2824470 ТОО "ПРОМ-ЕА"**	**№ 2831870 ТОО "ОРГАНИЗМ"**	**№ 2830510 ТОО "Медицинский институт инновации и развитии"**	**№ 2826730 ТОО "TND"**	**№ 2826510 ТОО "ZEIN INVEST"**	**№ 2831010 ТОО "UNITED MEDICAL"**
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая Resona6/Resona7	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape, S40 Exp	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система диагностическая ультразвуковая Resona7	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ Elite с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Philips Ultrasound Inc, США	GE Ultrasound Korea, Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие							
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	*Не соответствует* Требуется Максимальная частота кадров в секунду: не менее 2800 кадр/с, предоставлено 1 953 кадр/с; Вес, кг: не более 109 кг. Предоставлен 130 кг.	*Не соответствует* *1.*Динамический диапазон: не менее 320 дБ, предоставлен 225дБ;	*Не соответствует* 1.Требуется Максимальная частота кадров в секунду: не менее 2800 кадр/с, предоставлено 1 953 кадр/с; Вес, кг: не более 109 кг. Предоставлен 130 кг.	*Не соответствует* Требуется Максимальная частота кадров в секунду: не менее 2800 кадр/с, предоставлено 1 953 кадр/с; Вес, кг: не более 109 кг. Предоставлен 130 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим постоянно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство для подключения улучшенных датчиков и программных пакетов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Датчик секторный	Соответствует	Не соответствует 1. Верхний диапазон не более 5 МГц, предоставлен 7МГц;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный	Соответствует	Не соответствует Верхний диапазон не более 11 МГц, предоставлен 15МГц;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Не соответствует Верхнее значение не более 6 МГц, предоставлено 8МГц ; Радиус кривизны, мм: не менее 55,5 мм, предоставлен 50 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Расходные материалы							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Электропитание Напряжение: 100-240 В Частота : 50/60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Добрынина К.Г.**

19.09.23.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4529559-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-09-2023 13:04:17

Лот № 4529559-T1

Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4529559-T1 Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом, Желдибаев Нуркен – (Заведующий операционного блока , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Соответствует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Желдибаев Нуркен

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ №4529559-Т1 Система видеоэндоскопическая с видеоколоноскопом)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО "TND"	ТОО «NOVIRS»
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскпическая «HD-550» с принадлежностями	Эндоскопическая видеоинформационная система ELUXEO с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1 в комплекте с принадлежностями
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP. КИТАЙ	FUJIFILM Corporation, ЯПОНИЯ	Olympus Medical Systems Corp., ЯПОНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Видеоцентр: Видеопроцессор / Видеоинформационный центр	соответствует	соответствует	соответствует
Назначение: Для обследования, диагностики, эндоскопического лечения и записи изображений/ Для проведения эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения.	соответствует	соответствует	соответствует
Функция исследование: Спектральная функция обработки изображений / Функция исследования с использованием узкополосного света.	соответствует	соответствует	соответствует
Режим исследование: Режим наблюдения в специальном освещении/	соответствует	соответствует	соответствует

Обследование с использованием бихроматической визуализации в красном цвете.			
Формат отображения видеосигнала: Full HD/4K.	соответствует	соответствует	соответствует
Подключение перефирийного оборудования: Возможность подключения ультразвуковой центра, рекордера, принтера.	соответствует	соответствует	соответствует
Регистрация настроек пользователя: 20 пользователей.	соответствует	соответствует	соответствует
Регистрация информации о пациенте: Не менее 45 пациентов.	соответствует	соответствует	соответствует
Диафрагма: Режим диафрагмы для управления яркостью на весь экран, для управления яркостью в областях подсветки, для установки средней или максимальной диафрагмы автоматически / Авто, Пик, Средний.	соответствует	соответствует	соответствует
Увеличение изображения: Электронное масштабирование/ Электронное увеличение эндоскопического изображения.	соответствует	соответствует	соответствует
Фокусировка изображения:	соответствует	соответствует	соответствует

Оптическое приближение и фокусировка изображения. / Изменение фокусировки эндоскопического изображения.			
Улучшения качества изображения: Режима выделения структуры объекта/ Режим улучшения качества изображения (выделении структуры объекта)	соответствует	соответствует	соответствует
Функция стоп кадр: Приостановка, на экран наблюдения выводится приостановленное изображение/ Стоп-кадр эндоскопического изображения	соответствует	соответствует	соответствует
Доступ к внешнему устройству памяти: Гнездо для модуля памяти/ Портативное устройство памяти	соответствует	соответствует	соответствует
Сетевой разъем: Сетевой разъем для подключения к сети / Разъем для подключения к серверу	соответствует	соответствует	соответствует
Интерфейс: Подключения к DICOM	соответствует	соответствует	соответствует
Функция идентификации подключаемого эндоскопа: Отображаются тип или серийный номер эндоскопа, минимальный диаметр канала	соответствует	соответствует	соответствует

зондирования, наружный диаметр дистального конца и внешний диаметр вводимой части/ Информация об подключаемом эндоскопе с отображением информации о модели/типе, серийном номере, диаметр канала, наружный диаметр дистального конца вводимой трубки.			
Информации о пациенте: Информации о пациенте на мониторе	соответствует	соответствует	соответствует
Выходные разъёмы видеоцентра: Выходные разъёмы видеоцентра	соответствует	соответствует	соответствует
Размер Ш*В*Г мм: Ширина: не более 390мм Высота: не более 198мм Глубина: не более 488мм	соответствует	соответствует	соответствует
Вес: не более 19,4 кг	соответствует	соответствует	соответствует
Источник света: Светодиодный источник света/Встроеный источник света	соответствует	соответствует	соответствует
Тип освещения: Светодиодное	соответствует	соответствует	соответствует
Регулировка яркости: Автоматическая регулировка уровня яркости	соответствует	соответствует	соответствует
Подачи воды/воздуха: Насос подачи воздуха / Мембранный насос.	соответствует	соответствует	соответствует
Режимы подачи воздуха:	соответствует	соответствует	соответствует

Установка давления подачи воздуха: выкл, низкий, средний, высокий.			
Монитор: Монитор/ Монитор 4K	Не соответствует регистрационным данным, согласно официального сайта www.ndda.kz РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, в регистрационном удостоверении РК-МТ-0№023001 диагональ монитора указана 21 дюйм и 24 дюйма, предлагаемый монитор с диагональю 31,5 дюйма (800 мм) не имеет регистрации на территории Республики Казахстан. Согласно представленной технической спецификации потенциального поставщика габаритные размеры предлагаемого монитора (Ш)х(В)х(Г): Ширина 597мм; Высота: 336мм; Глубина:80мм, что соответствует максимальной диагоннали 685.05мм (26,9 дюйма). Указаные габариты потенциальным поставщиком не соответствуют указному парамету в технической спецификации потенциального поставщика 31,5 дюйма (800 мм). А также указанный параметр Ширина 597мм; Высота: 336мм; Глубина:80мм, с максимальной возможной диагональю 685.05мм при данных габаритных размерах, не соответствует требуемой диагонали не менее 800 мм.	соответствует	соответствует
Диагональ: не менее 800 мм		соответствует	соответствует
Разрешение: не менее 1920 × 1080		соответствует	соответствует
Угол обзора: Угол просмотра (горизонтальный и вертикальный) 178°/ Угол обзора 89°/89°/89°/89° (вверх/вниз/влево/вправо)		соответствует	соответствует
Вес: не более 13,2 кг		соответствует	соответствует
Габаритные размеры (Ш) х (В) х (Г): Ширина: не более 780мм Высота: не более 511мм Глубина: не более 86мм		соответствует	соответствует
Рабочая станция:	соответствует	соответствует	соответствует

Мобильная рабочая станция/Тележка			
Размер станции: Ширина: не более 818мм. Высота: не более 1765мм. Глубина/длина: не более 675мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Полки: 4 полки	соответствует	соответствует	соответствует
Трансформатор: Разделительный трансформатор /Изолирующий трансформатор.	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальная нагрузка на трансформатор: не менее 1800ВА	соответствует	соответствует	соответствует
Вес: не более 88кг.	соответствует	соответствует	соответствует
Крепление для эндоскопа: Штатив для эндоскопа/ Стойка для эндоскопов.	соответствует	соответствует	соответствует
Крепление для монитора: Подставка под монитор/ Держатель монитора.	соответствует	соответствует	соответствует
Держатель: Боковой соединительный рычаг/ Держатель сосудов для аспирации	соответствует	соответствует	соответствует
Видеоколоноскоп:	соответствует	соответствует	соответствует
Угол поля зрения: 170°	соответствует	соответствует	соответствует
Глубина резкости: не менее от 2мм до 100 мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Наружный диаметр дистального конца: не более 13,2 мм.	соответствует	соответствует	соответствует

Наружный диаметр вводимой части: не более 12,8мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр инструментального/рабочего канала: не менее 3,7 мм.	Не соответствует. Не соответствует, согласно требуемой технической спецификации, диаметр инструментального/рабочего канала: не менее 3,7 мм., в технической спецификации потенциального поставщика указан диаметр инструментального/рабочего канала: 3,2 мм.	соответствует	соответствует
Функция исследование: Совместимость с функцией спектральной обработки изображений / режим исследования с использованием узкополосного света.	соответствует	соответствует	соответствует
Углы изгиба подвижной части: Верх/вниз 180/180 градусов. Лево/вправо 160/160 градусов.	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая длина вводимой части/секции: не менее 1680 мм., не более 1690мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Общая длина эндоскопа: не более 2010 мм.	Не соответствует, согласно требуемой технической спецификации, Общая длина эндоскопа: не более 2010 мм., в технической спецификации потенциального поставщика указана общая длина эндоскопа:2050мм.	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует

90 (девяносто) календарных дней не позднее «10» декабря 2023 года			
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Желдибаев Н.М.**