Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526227-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-09-2023 15:17:58

Лот № 4526227-Т2

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526227-Т2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Толегенов Ерлан – (Начальник отдела медоборудования, ГКП на ПХВ Многопрофильная городская больница 1) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Толегенов Ерлан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия **на 4526227-Т**

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная бюджет 30765000)

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "Альянс "**	**ТОО «Медико-инновационные Технологии »**
	Предлагаемая модель МТ:	Диагностическая ультразвуковая система **MX7**,	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная **LOGIQ E** в комплекте ,
	Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	GE Medical Systems China Co., Ltd .
	Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Базовая консоль	**Нет в РУ -** **Полное Не соответствие :**	Полное соответствие
	Специализированная программа для увеличения ширины ближней зоны визуализации фазированного датчика: Режим - обеспечивающий широкий обзор в ближней зоне, на секторных и линейных датчиках / Трапецивидная визуализация	**НЕ соответствие :** Нет указания на данный режим в РУ	Полное соответствие
	Специализированная программа для поддержки режима кодированной тканевой гармоники: Визуализация с кодированием гармоник (тканевые гармоники) / Гармоническая визуализация тканей.	**НЕ соответствие :** **Нет указания данный режим в РУ**	Полное соответствие
	Специализированная программа для автоматической оптимизации изображения в В-режиме по свойствам тканей: Оптимизация изображении в В-режиме на основании текущих данных (автоматическая оптимизация по ткани, АТО) / программа для автоматической оптимизации изображения в В - режиме по акустическим свойствам тканей-	**НЕ соответствие :** **Нет указания данный режим в РУ**	Полное соответствие
	Специализированная программа для автоматической оптимизации допплеровского спектра: Программа для автоматической оптимизации допплеровского спектра.	**НЕ соответствие :** Нет указания данный режим в РУ	Полное соответствие
	Поддержка датчиков: Конвексные Микроконвексные, Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Интраоперационные Чреспищеводные.	**НЕ соответствие :** Нет чреспищеводных , и интраоперационных датчиков (по РУ)	Полное соответствие
	Наличие печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер;	**НЕ соответствие :** Нет указания на наличие принтеров в РУ	Полное соответствие
	Конвексный датчик : Диапазон частот не менее 1Мгц - не более 5 МГц Количество элементов, не менее 192 Радиус кривизны, не менее 45 мм и не более 55 мм	**НЕ соответствие :** Диапазон частот **1.2** Мгц -5.0 МГц . **Не соответствие** по РУ, п 98 **ультразвуковой датчик С5-1s** , нет указания н*а* ***Конвексный*** датчик	Полное соответствие
	Микроконвексный внутриполостной датчик: Диапазон частот: не менее 4Мгц, не более 10 МГц Количество элементов 128 Радиус кривизны не менее 10,7 мм	**НЕ соответствие :** по радиусу кривизны =**10,7мм** **Не соответствие** по РУ, п 96: **ультразвуковой** датчик V11-3 s, нет указания на ***Микроконвексный внутриполостной*** датчик	Полное соответствие
	Линейный датчик : Диапазон частот: не менее 2Мгц, не более – 13 МГц Количество элементов- не менее 192 Размер апертуры, не менее 38,4 мм	**Не соответствие** по РУ, п 90: **ультразвуковой преобразователь** V11-**3 Ns,** по ТС требуется **Линейный датчик**	Полное соответствие
	Дополнительные комплектующие		
	Принтер черно-белый: Принтер черно-белый	**НЕ соответствие :** **Нет указания на наличие принтера в РУ**	Полное соответствие
	Тележка с активными портами для подключения датчиков : Тележка с тремя активными портами для датчиков и регулировкой по высоте	НЕ соответствие : по названию в РУ	Полное соответствие

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение Эксперта

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по лоту № **4526227-Т2**
Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная
– (Эксперты ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астаны)
пришли к следующему заключению:

№	*Наименование потенциального Поставщика*	*Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)*
1	**ТОО "Альянс "**	НЕ соответствует по Технической спецификации
2	**ТОО «Медико-инновационные Технологии »**	Полностью Соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526232-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-09-2023 16:38:16

Лот № 4526232-Т2

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526232-Т2 Передвижной рентгеновский аппарат , Нугманов Медет – (Заместитель директора по медицинской части, ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Нур-Султан) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соотвествует
4	031040004337, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-MEDICA"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нугманов Медет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «АстаМед»	ТОО «Альянс-MEDICA»	ТОО «ESS-АДРОН»	ТОО «Альянс»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат серии Jolly Plus: Jolly 30 Plus DR	Система рентгенодиагностическая Roesys: X fit с принадлежностями: с рентгеновским штативом X Vision C Serie	Мобильная цифровая рентгенографическая система PLX5200A	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D
Производитель МТ:	Biomedical International s.r.l., Италия	Roesys MedTec GmbH, Германия	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай	General Medical Merate S.p.a (Италия)
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Детектор Шаг пикселя (интервал) 140 мкм / до 0,140 мм	**соответствует**	согласно NDDA это стационарный рентген http://register.ndda.kz/category/search_prep	Техничка полностью скопирована с тендерной документации с изменением пару параметров. Не соответствует. В NDDA данных нет	**соответствует**
Детектор Шаг пикселя (интервал) 140 мкм / до 0,140 мм	**соответствует**	Не соответствует по параметрам, так как объявляется мобильный рентген, а не стационарный.		**соответствует**
Не менее 2466 x 3040	**соответствует**			**соответствует**
Входная мощность Не менее 230 В с частотой не менее 50Гц.	**соответствует**			**соответствует**
Максимум мА/с Не менее 110 мА/с.	**соответствует**			**соответствует**
Минимальное фокусное расстояние от пола, мм Не менее 444 мм.	**соответствует**			**соответствует**

Максимальное фокусное расстояние от пола, мм Не менее 2000 мм.	соответствует			соответствует
Диапазон измерения напряжения кВ 40-125 кВ.	соответствует			соответствует
Фокальное пятно, мм Не менее 0,6 х 1,3 мм.	соответствует			соответствует
Вращение опоры рубки моноблока градусы +90°/-90°	соответствует			соответствует
Вращение моноблока в рубке; градусы В пределах от -49° до +190°	соответствует			соответствует
Максимальная длина в транспортном положении: мм не более 1489 мм.	соответствует			соответствует
Макс. высота в транспортном положении: не более 1580 мм.	соответствует			соответствует
Макс. ширина в транспортном положении: не более 700 мм.	соответствует			соответствует
Диаметр колес передние: мм не более 100 мм.	соответствует			соответствует
Диаметр колес задние: мм не более 300 мм.	соответствует		30 мм не соответствует	соответствует
Высота рукоятки: мм. 932 мм.	соответствует			соответствует
Масса, кг не более 240 кг.	соответствует			соответствует
Операционная система Windows	соответствует			соответствует
Емкость резервной батареи не менее 2500 мАч.	соответствует			соответствует
Рентгеновский выход, кВт32 кВт.	соответствует			соответствует
Теплоемкость анода, кДж 80 кДж.	соответствует			соответствует
Целевой угол, градусы 15°	соответствует			соответствует
Максимальный размер рабочего поля 43 х 43 см.	соответствует			соответствует

Интенсивность освещения, люкс 160 люкс	**соответствует**			**соответствует**
Дополнительная фильтрация, мм алюминий не менее 2,0 мм Al.	**соответствует**			**соответствует**
Генератор	**соответствует**			
Коллиматор	**соответствует**			**соответствует**
				соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526238-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-09-2023 15:25:42

Лот № 4526238-Т2

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526238-Т2 Передвижной рентгеновский аппарат, Сарсенбаева Шырагул – (Врач рентгенолог, ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» УЗ акимата ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	130840008109, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС МЕД"	Соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарсенбаева Шырагул

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Юникс Мед»	ТОО «Альянс»	ТОО «"ESS-АДРОН"»
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат Jolly 30 Plus DR	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: варианты исполнения MAC-R32D	PLX5200A Мобильная цифровая рентгенографическая система
Производитель МТ:	BMI Biomedical International S.r.l, Италия	General Medical Merate S.p.A., Италия	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Общие характеристики	Соответствует Обладает преимуществом: Данный аппарат является более мобильным и малогабаритным за счет веса и параметров размера, чем в заявленной технической спецификации	Соответствует Обладает преимуществом: Данный аппарат является более мобильным и малогабаритным за счет веса и параметров размера, чем в заявленной технической спецификации	Не соответствуют 1.Диаметр колес задних не соответствует заявленной технической спецификации
Генератор	Соответствует	Соответствует Обладает преимуществом: Данный аппарат имеет минимальное фокусного расстояния от пола 420 мм, что позволяет расширить	Соответствует

		функциональные возможности	
Детектор	Соответствует	Соответствует Обладает преимуществом: без проводной детектор	Не соответствуют Не указано Детектор Шаг пикселя минимальный предел
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Сарсенбаева Ш.Т./_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4526940-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-09-2023 14:02:54

Лот № 4526940-Т2

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4526940-Т2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Емельянова Марина – (Заведующий функциональной диагностики, КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница им.Г.Султанова") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	191140026492, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС ГРУП"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Емельянова Марина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО L-GROUP**	**ТОО АКС ГРУП**	**ТОО Альянс**
Предлагаемая модель МТ:	**Vivid E95**	**Arietta 850**	**Диагностическая ультразвуковая система Resona I9**
Производитель МТ:	**GE Vingmed Ultrasound AS Норвегия**	**FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония**	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Не соответствует - Специализированная программа для трансторакальных 4D-объемных исследований в реальном времени. Функция 4D. Специализированная программа для оценки левого желудочка по 4D-объемным данным. Программное обеспечение для расширенного анализа функции левого желудочка в режиме 3D/4D* - Программное обеспечение для расширенного анализа функции левого желудочка в режиме 3D/4D* **** Данных опций не может быть в этом аппарате так как в данной модели отсутствует объемный секторный датчик, при наличии которого в комплектации можно использовать данные программные опции при диагностике. Также нет***

			упоминания данных кардиологических опций в РУ, при том, что РУ очень подробно расписана в части программных опций и программных расчетов.
Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Руководство пользователя на русском языке			Не соответствует Нет данных в указанном РУ
Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики широкополосные объемного сканирования секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует ***Нет данного вида датчиков в зарегистрированной модели***
Матричный монокристальный 4D секторный датчик	Соответствует	Соответствует	Не соответствует ***Нет данного вида датчиков в зарегистрированной модели*** ***Поставщик в описании указывает данные по объемному конвексному датчику, который используется в основном при акушерских и абдоминальных исследованиях, в то время как необходим объёмный датчик с возможностью применения объемной визуализации сердечных патологий педиатрических пациентов.***
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Угол обзора 90
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Угол обзора 72 градуса
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Диапазон рабочих частот 2,6–12,8

			Угол обзора 101 градус
Датчики линейные	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Насадки биопсийные	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Насадки биопсийные	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Термопринтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **. /подпись**