Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4528287-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2023 09:17:36

Лот № 4528287-Т2

Транспортный инкубатор в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4528287-Т2 Транспортный инкубатор в комплекте, Красильникова Ирина – (Заведующая родильным отделением, КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Не соотвествует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Красильникова Ирина

Заключение эксперта

по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4528287-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2023

Лот № 4528287-Т2

Передвижной транспортный инкубатор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4528287-Т2 Транспортный инкубатор, ФИО – (врач Красильникова Ирина Владимировна, ГКП на ПХВ" Павлодарская городская больница №1") пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Соответствует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО "L-GROUP"	ТОО " ДИАГАЛЬ "
Предлагаемая модель МТ:	Атом IncuArch	TI 500 Globe-Trotter
Производитель МТ:	Atom Medical Corporation Япония	Draeger Medical Systems, Соединенные Штаты Америки
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Не соответствует	Соответствует
Основной блок инкубатора	Соответствует	Соответствует
Каталка для реанимобилей	Соответствует	Соответствует
Защитный матрац пациента	Соответствует	Соответствует
Воздушный фильтр	Соответствует	Соответствует
Галогеновая лампа освещения	Не соответствует (ее нет в данном аппарате)	Соответствует
Аппарат искусственной вентиляции легких	Не соответствует (нет встроенного компрессора в аппарате ИВЛ)	Соответствует
Кислородный цилиндр	Соответствует	Соответствует
Тестовое легкое ИВЛ	Соответствует	Соответствует
Многофункциональная стойка / Стойка для внутривенных вливаний	Соответствует	Соответствует
Комплект шлангов: для кислорода, воздуха,	Соответствует	Соответствует

аспиратора, пациента)		
Полка для инструментов	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует
Фото		

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4528289-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-10-2023 16:14:05

Лот № 4528289-Т2

Аппарат компьютерной томографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4528289-Т2 Аппарат компьютерной томографии, Ильясова Ассель – (Заведующая лучевой диагностики, ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	191140000181, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ""	Соответствует
2	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
3	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ильясова Ассель

При изучении представленной от потенциальных поставщиков информации о технических характеристиках и производительности предлагаемой продукции выявлен ряд несоответствий у двух моделей из предложенных четырех, выявленные несоответствия у моделей «Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM S400 с принадлежностями» и «Томограф компьютерный Opus, вариант исполнения Opus x128 с принадлежностями» в том числе связаны с недостоверным предоставлением данных о последнем оборудовании, которые были отмечены при сравнении с документацией производителя. Существенные несоответствия касаются таких параметров, как параметры детектора, количества его элементов и параметров сканирования, рентгеновской трубки, ее теплоемкости и размеров и фокусных пятен, наличия некоторых принадлежностей, а также ввиду отсутствия информации в регистрационном удостоверении, вызывает сомнение наличие важных программных опций, что требует уточнения с технической документаций производителей и регистрационными досье. Модели «Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP (TSX-303B) с принадлежностями» и «Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела SUPRIA с принадлежностями» полностью соответствуют техническим требованиям тендерного задания. Подробно о соответствиях и несоответствиях предложенных моделей указано в таблице ниже.

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕД ЛИЗИНГ"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ORDAMED”
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM S400 с принадлежностями	Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP (TSX-303B) с принадлежностями	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела SUPRIA с принадлежностями	Томограф компьютерный Opus, вариант исполнения Opus x128 с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	Canon Medical Systems Corporation, Япония	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	Акционерное общество "Ordamed", Казахстан
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (Соответствует/не Соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (Соответствует/не Соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (Соответствует/не Соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (Соответствует/не Соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Гентри	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Апертура гентри не менее 75см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол наклона гентри, градус +/-30	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Позиционирования лазером	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция дистанционного управления гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес гентри не более1800 кг	Не соответствует 1850 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Площадный детектор/ Блок твердотельных детекторов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип детектора: твердотельный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее количество элементов детектора: не менее 56 832 элементов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуется уточнение с регистрационным досье
Количество рядов детектора: не менее 64 рядов детектора.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество элементов детектора в ряду, не менее 888 элементов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Информация в заявке указана недостоверно - согласно технической документации производителя, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, количество составляет 864.
Размер элемента детектора не более 0,625 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина детектора по	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

оси Z : 40 мм				
Частота сбора данных не менее 1200 сбор/сек.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.) не менее 0,35 сек.	Не соответствует 0,286 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта / Эффективное поле обзора.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное поле сканирования 500 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное поле сканирования не менее 20 мм	Не соответствует 10 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная матрица реконструкции изображений 512x512 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество срезов не менее 128 срезов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Мощность генератора не менее 48 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение на рентгеновской трубке: от 80 кВ до 140 кВ.	Не соответствует От 70 до 140 кВ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует От 70 до 140 кВ

Минимальное значение тока 10 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное значение тока не менее 400 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное время непрерывного спирального сканирования 100 сек.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размещение элементов управления (включения и отключения) рентгеновского излучения на панели гентри: модуль управления на панели гентри / Панель управления на стенке гентри сканера.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Теплоемкость рентгеновской трубки : не более 7500	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует 8000 Трубка с большей теплоёмкостью требует гораздо больших затрат в случае замены. Замена лучевой трубки проводится несколько раз за время эксплуатации КТ и требует очень серьёзных финансовых затрат. Вместе с тем, лучевая трубка с большей теплоёмкостью требует более высоких энергий в процессе эксплуатации, как следствие, требует более мощного генератора, что приводит к неоправданному повышению энергопотребления. В силу того, что поскольку замена лучевой трубки производится несколько раз, то **после**

				приобретения аппарата с необоснованно мощной лучевой трубкой организация будет нести неоправданно высокие расходы на её эксплуатацию и поддержание работоспособности системы при равных клинических результатах.
Количество фокусных пятен: 2 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер малого фокусного пятна не менее 0,7x0,8мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует При этом, информация в заявке указана недостоверно – согласно технической документации производителя, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, параметры малого фокусного пятна: 0.7x1.2мм
Размер большого фокусного пятна не менее 1,2x1,4мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Информация в заявке указана недостоверно – согласно технической документации производителя, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, параметры малого фокусного пятна: 1.2x1.2мм Сокращенный размер фокусного пятна снижает срок службы лучевой трубки.
Фильтр для снижения влияния рассеянного излучения вне поля обзора/функция передачи модуляции.	Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062 При этом, данный фильтр позволяет существенно снижать лучевую нагрузку на пациента при всех видах исследований. Важность этого устройства неоспорима для любого вида	Соответствует	Соответствует	Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№026832 При этом, данный фильтр позволяет существенно снижать лучевую нагрузку на пациента при всех видах исследований. Важность этого устройства неоспорима для любого вида исследований. Наличие такого фильтра должно быть неотъемлемой частью любого современного

	исследований. Наличие такого фильтра должно быть неотъемлемой частью любого современного аппарата КТ – отсутствие такового в регистрационном удостоверении обосновано может считаться отсутствием в системе.			аппарата КТ – отсутствие такового в регистрационном удостоверении обосновано может считаться отсутствием в системе.
Стол пациента	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Движение по вертикали не более 57	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимально допустимая нагрузка на стол, не менее 220 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Набор принадлежностей для позиционирования и фиксации: Матрац, комплект ремней для фиксации тела пациента, подставка, подушка для головы, подушка треугольная/ пирамидальная, фиксатор/подставка подбородка пациента.	Не соответствует В наборе принадлежностей отсутствует подставка для подбородка пациента.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В наборе принадлежностей отсутствует подставка для подбородка пациента.
Управление движением стола с помощью педалей с обеих сторон: блок педальный для задней части стола/ ножной переключатель.	Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Консоль	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Блок процессорный / системный, монитор, мышь, клавиатура.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

консоли оператора 24 дюйма.				
Разрешение 1920x1200 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество мониторов 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим удаления артефактов от металла/ Программное обеспечение для уменьшения артефактов от плотных включений внутри тела.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим интерактивной реконструкции со снижением дозы: режим итеративной реконструкции для снижения лучевой нагрузки / программное обеспечение для итеративной обработки изображений.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отображение рентгеновской плотности в единицах Хаунсфилда/ измерение плотности в единицах Хаунсфилда.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон измерения рентгеновских плотностей -32768 +32767 ед. Хаунсфилда	Не соответствует Требует уточнения с технической документацией и регистрационным досье	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требует уточнения с технической документацией и регистрационным досье
Скорость реконструкции изображений 30 изображений/сек.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Программное обеспечение	**Требует уточнения с технической документацией и регистрационным досье**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Требует уточнения с технической документацией и регистрационным досье**
Программное обеспечение для расчёта лучевой нагрузки: экран сводной информации о дозе облучения / программа контроля рентгеновского излучения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для автоматической модуляции лучевой нагрузки по каждому аксиальному срезу: автоматический контроль экспозиции / программное обеспечение для интеллектуального перераспределения дозы по срезам.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для автоматического выделения и удаления костных структур и тени стола: программный пакет для субтракции костных структур / программное обеспечение для автоматического удаления изображения стола и костных структур.	Не соответствует Требует уточнения с технической документацией и регистрационным досье	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Специализированные детские протоколы с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

низкодозным сканированием: Специализированные протоколы для сканирования детей / специализированные протоколы для детей.				
Программный пакет для анализа узелковых образований легких / Программное обеспечение для анализа и динамического контроля узелков в лёгких.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для анализа сосудов с автоматическим/ полуавтоматическим выделение центральной оси искомого сосуда, созданием его трёхмерной реконструкции и последующими измерениями как на трёхмерном изображении, так и на ортогональных и кривопланарных изображениях: Программный пакет для просмотра и анализа сосудов / программное обеспечение для анализа сосудов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Программное обеспечение для объёмного разноцветного отображения различных по плотности тканей с одновременной привязкой к ортогональным мультипланарным проекциям: Программное обеспечение для двухмерного и трехмерного анализа плотности кости /пакет программного обеспечения для рабочей станции, программное обеспечение для реформирования МПР в средневзвешенном, MIP, MinIP.	Не соответствует Требует уточнения с технической документацией и регистрационным досье	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Независимая рабочая станция	Не соответствует Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Станция рабочая мультимодальная / Рабочая станция для обработки, реформации, архивации и экспорта полученных изображений, и создания заключений	Не соответствует Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тактовая частота 3,5 ГГц.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Оперативная память 32 Гб.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем жесткого диска не менее 1000 Гб.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем памяти видеокарты 4 Гб.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество медицинских мониторов для независимой рабочей станции : 2 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер медицинского монитора 24 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение 1920x1200 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительная независимая рабочая станция	Не соответствует Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Станция рабочая мультимодальная / *Рабочая станция для обработки, реформации, архивации и экспорта полученных изображений, и создания*	Не соответствует Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	Соответствует	Соответствует	Соответствует

заключений				
Тактовая частота 3,5 ГГц.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Оперативная память 32 Гб.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем жесткого диска не менее 1000 Гб.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем памяти видеокарты 4 Гб.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество медицинских мониторов для независимой рабочей станции: 2 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер медицинского монитора 24 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение 1920x1200 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Интерфейс DICOM сохранение	Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
DICOM модуль для печати изображений	Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

	0№023062			
Источник бесперебойного питания	Не соответствует Отсутствует информация в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023062	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Термографический принтер для печати цифровых изображений	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Расходные материалы				
-	-		-	-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
-	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт **Ильясова А.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4528299-Т2) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-10-2023 18:04:53

Лот № 4528299-Т2

Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции , в комплекте с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4528299-Т2 Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции , в комплекте с принадлежностями, Ахметжанов Кайрат – (Торакальный хирург. Зав. операционным блоком , ГКП на ПХВ "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата г. Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	010240002708, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКС ПЛЮС"	Не соотвествует
2	120940003596, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА"	Соответствует
3	211240024624, Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime Medical Group"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ахметжанов Кайрат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "МЕДЭКС ПЛЮС"**	**ТОО "САПА МЕД АСТАНА"**	**ТОО "Prime Medical Group"**	
Предлагаемая модель МТ:	Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3 с принадлежностями	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC 400, в комплекте с принадлежностями	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 400, ARC PLUS, в комплекте с принадлежностями	
Производитель МТ:	ERBE Elektromedizin GmbH, ГЕРМАНИЯ	BOWA-electronic GmbH & Co. KG, ГЕРМАНИЯ	BOWA-electronic GmbH & Co. KG, ГЕРМАНИЯ	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие				
Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции, в комплекте с принадлежностями	**Не соответствует** В технической спецификации Поставщика не соответствуют режимы и мощность тока коагуляции	**Соответствует**	**Соответствует**	
Дополнительные комплектующие				
Кабель сетевой	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Кабель выравнивания потенциалов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Поверхность для установки оборудования	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Двухпедальный ножной переключатель	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Однопедальный ножной переключатель	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Кабель для нейтральных электродов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Набор электродов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

Кабель биполярный для пинцетов однопиновый	**Не соответствует** В технической спецификации прописан двухпиновый штекер	**Соответствует**	**Соответствует**	
Кабель биполярный для пинцетов двухпиновый	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Пинцет биполярный изогнутый	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Пинцет биполярный байонетный	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Кабель биполярный для ножниц	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Ножницы биполярные	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Инструмент для лигирования сосудов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Кабель монополярный, разъем со стороны инстумента Ø 4 мм	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Монополярный электрод	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Монополярный электрод лапароскопический	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Кабель монополярный для монополярных инструментов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Монополярный инструмент для лапароскопии	**Не соответствует** В технической спецификации нет данного инструмента	**Соответствует**	**Соответствует**	
Рабочая вставка для монополярного инструмента	**Не соответствует** В технической спецификации нет данного инструмента	**Соответствует**	**Соответствует**	
Биполярный инструмент для лапароскопической хирургии в комплекте, щипцы	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Биполярный инструмент для лапароскопической хирургии в комплекте, диссектор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Рабочая вставка для биполярного инструмента: щипцы окончательные	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Рабочая вставка для биполярного инструмента: ножницы	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Инструмент для лигирования сосудов для лапароскопической хирургии	**Не соответствует** В технической спецификации нет данного инструмента	**Соответствует**	**Соответствует**	
Щётки для чистки	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Расходные материалы				
Нейтральный электрод	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	
Требования к сопутствующим услугам	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	

Эксперт **Ахметжанов К.Х.**