Приложение к заключению эксперта атбасар

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DARMEDICAL"	Акционерное общество "Ordamed"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEOMED GROUP"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели u7	Система диагностическая ультразвуковая стационарная V8	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9
Производитель МТ:	Philips Ultrasound Inc.	АО "Ordamed	Samsung Medison Co., Ltd.	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствуют данные ТС отличаются от информации в открытых источниках
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фазированный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видео принтер медицинский	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Серева Ш. Т.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537507-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2023 11:12:45

Лот № 4537507-T1

Диагностическая ультразвуковая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537507-T1 Диагностическая ультразвуковая система, Перерва Шрай – (Врач УЗДГ, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
3	181240026810, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEOMED GROUP"	Соответствует
4	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перерва Шрай

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DARMEDICAL"	Акционерное общество "Ordamed"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ e в комплекте	Диагностическая ультразвуковая система MX	Система диагностическая ультразвуковая CX50	Система диагностическая ультразвуковая портативная HM70 EVO
Производитель МТ:	GE Medical Systems (China) Co., Ltd	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	Philips Ultrasound Inc.	Samsung Medison Co., Ltd.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	Соответствует	Соответствует	соответствует:	соответствует:
Дополнительные комплектующие				
Микроконвексный внутриполостной датчик	Соответствует	Соответствует	соответствует:	соответствует:
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	соответствует:	соответствует:
Конвексный датчик	Соответствует	Соответствует	соответствует:	соответствует:
Линейный датчик	Соответствует	Не соответствует данные ТС отличаются от информации в открытых источниках	соответствует:	соответствует:
Принтер черно-белый	Соответствует	Соответствует	соответствует:	соответствует:
Мобильная тележка	Соответствует	Соответствует	соответствует:	соответствует:

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537511-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2023 10:52:11

Лот № 4537511-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537511-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Перерва Шрай – (Врач УЗДГ, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	120240013469, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ"	Соответствует
2	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
3	210240006871, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перерва Шрай

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537513-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 13-11-2023 10:59:26

Лот № 4537513-Т1

Дрель ортопедическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537513-Т1 Дрель ортопедическая, Бекмухамбетов Муратбек – (Зав травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
2	160540020668, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN"	Соответствует
3	210640031044, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TARLAN INTERNATIONAL"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gaide"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Uveik Qazaqstan"	Товарищество с ограниченной ответственностью «Tarlan Internationial»	
Предлагаемая модель МТ:	Дрель ортопедическая беспроводная модель: GDG-I	Дрель двухклавишная System 8 в вариантах исполнения	В представленных документах тех спецификация не соответствует дрели ортопедической (представлены расходные материалы)	
Производитель МТ:	Suzhou AND Science & Technology Development Corp., Китай.	Производитель: Stryker Instruments, США.	Chongqing Xishan Science&Technology Co., Ltd Китай.	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Дрель ортопедическая аккумуляторная	Соответствует	Соответствует	В представленных документах тех спецификация не соответствует дрели	

			ортопедической (представлены расходные материалы)	
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует	тех спецификация не представлена.	

Эксперт Бекмухамбетов М.М. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537514-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2023 17:11:13

Лот № 4537514-Т1

Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и торакоскопических операций и эндоскопической гинекологии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537514-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и торакоскопических операций и эндоскопической гинекологии, Рашитов Аскар – (Рашитов А.Ж.- зав.хир.отделением МОБ, МОБ, г.Кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	051040007335, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	Не соотвествует
2	090140015552, ТОО "МЕДПРИНТ НТ"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Рашитов Аскар

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "ADICom Ltd",	Товарищество с ограниченной ответственностью "SBK Standard"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	"МЕДПРИНТ НТ" ЖШС
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0
Производитель МТ:	KARL STORZ SE & Co KG, ГЕРМАНИЯ	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ	Aesculap AG, Германия	Aesculap AG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Блоки видеокамер	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** не указана область применения не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160)) не указано устройство для записи видеоизображений, необходимо USB накопитель не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD.	**Не соответствует** не указана область применения не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160)) не указано устройство для записи видеоизображений, необходимо USB накопитель не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD.
Видеоголовка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, необходимо 4К технология не соответствует вес, необходимо не более 330г., заявлено 380 г.	Не соответствует, необходимо 4К технология не соответствует вес, необходимо не более 330г., заявлено 380 г.
Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии	Соответствует	Соответствует	Не соответствуют разъемы входного и выходного цифрового сигналов.	Не соответствуют разъемы входного и выходного цифрового сигналов.
Стойка мобильная для эндоскопического оборудования	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Не указан Разделительный трансформатор	**Не соответствует** Не указан Разделительный трансформатор

			не указан Ящик	не указан Ящик
Световод	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** не указаны диаметр и длина	**Не соответствует** не указаны диаметр и длина
Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Не указаны шланг низкого давления для центральной разводки / шланг для CO2 Не указан Многоразовый комплект инсуффляционных шлангов	**Не соответствует** Не указаны шланг низкого давления для центральной разводки / шланг для CO2 Не указан Многоразовый комплект инсуффляционных шлангов
Щипцы биполярные для захвата	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** не указано окончатые	**Не соответствует** не указано окончатые
Ножницы монополярные	Соответствует	Соответствует	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.
Ножницы монополярные	Соответствует	Соответствует	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 37 см.	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 37 см.
Ножницы	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.	не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.
Электрод	Соответствует	Соответствует	не указан параметр Шр., необходимо 24 Шр.	не указан параметр Шр., необходимо 24 Шр.
Высокочастотный коагулятор	Соответствует	Соответствует	не соответствует вес, необходимо не менее 12,2 кг. И не более 12,5 кг., указано 9,3 кг.	не соответствует вес, необходимо не менее 12,2 кг. И не более 12,5 кг., указано 9,3 кг.

Эксперт **Рашитов А.Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537508-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2023 16:03:16

Лот № 4537508-Т1

Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и тораскопических операций эндоскопической гинекологии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537508-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и тораскопических операций эндоскопической гинекологии, Рашитов Аскар – (Рашитов А.Ж.- зав.хир.отделением МОБ, МОБ, г.Кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	051040007335, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	Не соотвествует
2	090140015552, ТОО "МЕДПРИНТ НТ"	Не соотвествует
3	150440020642, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd"	Соответствует
4	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Рашитов Аскар

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	"МЕДПРИНТ НТ" ЖШС
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0
Производитель МТ:	KARL STORZ SE & Co KG, ГЕРМАНИЯ	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ	Aesculap AG, Германия	Aesculap AG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Блоки видеокамер	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** не указана область применения не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160)) не указано устройство для записи видеоизображений, необходимо USB накопитель не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD.	**Не соответствует** не указана область применения не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160)) не указано устройство для записи видеоизображений, необходимо USB накопитель не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD.
Видеоголовка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, необходимо 4К технология не соответствует вес, необходимо не более 330г., заявлено 380 г.	Не соответствует, необходимо 4К технология не соответствует вес, необходимо не более 330г., заявлено 380 г.
Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии	Соответствует	Соответствует	Не соответствуют разъемы входного и выходного цифрового сигналов.	Не соответствуют разъемы входного и выходного цифрового сигналов.
Стойка мобильная для эндоскопического оборудования	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Не указан Разделительный трансформатор	**Не соответствует** Не указан Разделительный трансформатор

			не указан Ящик	не указан Ящик
Световод	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** не указаны диаметр и длина	**Не соответствует** не указаны диаметр и длина
Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Не указаны шланг низкого давления для центральной разводки / шланг для CO2 Не указан Многоразовый комплект инсуффляционных шлангов	**Не соответствует** Не указаны шланг низкого давления для центральной разводки / шланг для CO2 Не указан Многоразовый комплект инсуффляционных шлангов
Щипцы биполярные для захвата	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** не указано окончатые	**Не соответствует** не указано окончатые
Ножницы монополярные	Соответствует	Соответствует	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.
Ножницы монополярные	Соответствует	Соответствует	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.	не соответствует диаметр, необходим 5мм., согласно РУ (комплектность) диаметр 1мм, 2мм. не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 42 см.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 37 см.	не соответствует длина, необходимо 33 см., указано 37 см.
Ножницы	Соответствует	Соответствует	не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.	не соответствует длина, необходимо 33 см., согласно РУ (комплектность) 250 мм, 265 мм, 290 мм.
Электрод	Соответствует	Соответствует	не указан параметр Шр., необходимо 24 Шр.	не указан параметр Шр., необходимо 24 Шр.
Высокочастотный коагулятор	Соответствует	Соответствует	не соответствует вес, необходимо не менее 12,2 кг. И не более 12,5 кг., указано 9,3 кг.	не соответствует вес, необходимо не менее 12,2 кг. И не более 12,5 кг., указано 9,3 кг.

Эксперт **Рашитов А.Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537509-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2023 13:58:39

Лот № 4537509-T1

Видеоэндоскопический комплекс для артроскопических вмешательств в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537509-T1 Видеоэндоскопический комплекс для артроскопических вмешательств в комплекте, Бекмухамбетов Муратбек – (Зав травматологическим отделением, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440020642, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd"	Соответствует
2	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекмухамбетов Муратбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Lux Ltd» "	Товарищество с ограниченной ответственностью " ТОО «КЫЗЫЛ ЖАР COMPANY"		
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств		
Производитель МТ:	Производитель KARL STORZ SE & Co KG, ГЕРМАНИЯ	Производитель: Артрекс, Инк.,Соединённые Штаты Америки		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Монитор	Соответствует	Не соответствие по видеовходам и видеовыходам (у заказчика Видеовходы: DVI-D x 2, 3G, SDI, S-Video, Composite / DVI, 3G-		

		SDI, HDMI. Видео выходы: DVI-D x 1, 3G/HD/SD-SDI (BNC) x 1, S-Video, Composite/ DisplayPort, 3G-SDI.) У поставщика (Видео входы: DVI, 3G-SDI, HDMI. Видео выходы: DisplayPort, 3G-SDI.)		
2. Блок видеокамер и источник света	Соответствует	Не соответствие разрешения видеокамер У заказчика (Разрешение блока видеокамеры: FullHD/ UHD 4K.) У поставщика (Разрешение блока видеокамеры: UHD 4K.)		
3. Видеоголовка эндоскопическая	Соответствует	Тип эндовидеокамеры: Заказчик (FULL HD головка камеры/ головка камеры 4K.), У поставщика (головка камеры 4K.)		
4. ВЧ коагулятор	Соответствует	Нет информации		
Дополнительные комплектующие				

1. Держатель монитора	Соответствует	Соответствует		
2. Стойка передвижная приборная	Соответствует	Соответствует		
3. Педаль одинарная для электрокоагулятора	Соответствует	Соответствует		
4. Педаль двойная для электрокоагулятора	Соответствует	Соответствует		
5. Аспирационная и ирригационная помпа	Соответствует	Соответствует		
6. Набор силиконовых трубок для ирригации	Соответствует	Соответствует		
7. Рукоятка	Соответствует	Соответствует		
8. Боры	Соответствует	Соответствует		
9. Контейнер	Соответствует	Соответствует		
Расходные материалы				

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Соответствует	Соответствует		

Эксперт Бекмухамбетов М.М. **ФИО/подпись**

Приложение к заключению эксперта степногор

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	, АО «Ordamed»	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"
Предлагаемая модель МТ:	Диагностическая ультразвуковая система MX7	Система диагностическая ультразвуковая портативная HM 70EVO LTD., РК-МИ(МТ)-№022988	Система диагностическая ультразвуковая CX50	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ e в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Samsung Medison Co., Республика Корея	Sanmina-SCI systems syngapore Pe Ltd Сингапур	GE Medical Systems (China) Co., Ltd, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	Не соответствуют параметры ПУ	Не соответствует (высота)	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Датчик конвексный	Соответствует	Не соответствует требуемой в ТС диапазон частот не менее 1 не более 5 мгц.у участника от 1до 7мгц	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Не соответствует Данные ТС отличаются от информации в открытых источниках	Соответствует	Соответствует	Соответствует:
Датчик конвексный (микроконвексный) внутриполостной	Не соответствует Данные ТС отличаются от информации в открытых источниках	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Датчик секторный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует:
Черно-белый принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Перерва Ш.Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537510-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-11-2023 10:32:54

Лот № 4537510-T1

Портативная ультразвуковая диагностическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537510-T1 Портативная ультразвуковая диагностическая система, Перерва Шрай – (Врач УЗДГ, ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Перерва Шрай