Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537508-Т1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-11-2023 16:44:08

Лот № 4537508-Т1

Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и тораскопических операций эндоскопической гинекологии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537508-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и тораскопических операций эндоскопической гинекологии, Рашитов Аскар – (Рашитов А.Ж.- зав.хир.отделением МОБ, МОБ, г.Кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	051040007335, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	Не соотвествует
2	090140015552, ТОО "МЕДПРИНТ НТ"	Не соотвествует
3	150440020642, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd"	Соответствует
4	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Рашитов Аскар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:			ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	"МЕДПРИНТ НТ" ЖШС
Предлагаемая модель МТ:			Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0
Производитель МТ:			Aesculap AG, Германия	Aesculap AG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
			Не соответствует не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160))	**Не соответствует** не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160))

			не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD. Цифровой выход видеосигнала Full HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 1920 x 1080p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI Необходимо цифровой выход видеосигнала 4К и HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 3840 x 2160p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI.	не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD. Цифровой выход видеосигнала Full HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 1920 x 1080p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI Необходимо цифровой выход видеосигнала 4К и HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 3840 x 2160p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Рашитов А.Ж.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4537514-T1) на 2023 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-11-2023 09:13:24

Лот № 4537514-T1

Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и торакоскопических операций и эндоскопической гинекологии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4537514-T1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для лапароскопических и торакоскопических операций и эндоскопической гинекологии, Рашитов Аскар – (Рашитов А.Ж.- зав.хир.отделением МОБ, МОБ, г.Кокшетау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	051040007335, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	Не соотвествует
2	090140015552, ТОО "МЕДПРИНТ НТ"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Рашитов Аскар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:			ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГРОФАРМ-НС"	"МЕДПРИНТ НТ" ЖШС
Предлагаемая модель МТ:			Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств Einstein Vision 3.0
Производитель МТ:			Aesculap AG, Германия	Aesculap AG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
			Не соответствует не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160))	**Не соответствует** не соответствует разрешение пикселей , Необходимо 3840x2160, указано 1920*1080. (Блок управления эндовидеокамерой Full HD CMOS, EinsteinVision 3.0, согласно РУ. (Full HD разрешение 1920*1080), необходимо 4К (3840*2160))

			не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD. Цифровой выход видеосигнала Full HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 1920 x 1080p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI Необходимо цифровой выход видеосигнала 4К и HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 3840 x 2160p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI.	не соответствуют Цифровые выходы видеосигнала 4К и HD. Цифровой выход видеосигнала Full HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 1920 x 1080p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI Необходимо цифровой выход видеосигнала 4К и HD: 2x DisplayPort; 1x 12G-3G-SDI; 1x HD DVI-D/ 1x 4K/UHD 3840 x 2160p (4x 3G-SDI); 2x DVI; 2x 3G-SDI.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Рашитов А.Ж.**