Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548007-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-02-2024 14:56:31

Лот № 4548007-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548007-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Бапашева Жания – (старшая медицинская сестра диагностического отделения, КГП "Поликлиника №5 города Караганды" УЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	070440007985, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OPTONIC"	Не соотвествует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
7	170340032567, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY"	Не соотвествует
8	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бапашева Жания

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алма-Мед»	ТОО Альянс	ТОО ZEIN INVEST	ТОО «OPTONIC»	ТОО Организм	АО Ordamed	ТОО TND	ТОО HALYK MEDICAL COMPANY
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC-80Sв комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система DC-80Sв комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Система диагностическая ультразвуковая стационарная НЕКАмодели U7	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ7 с принадлежностями	Ультразвуковая медицинская диагностическая система с вариантом исполнения: MyLab™X8 в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GE Ultrasound Korea, Ltd, РеспубликаКорея	Philips Ultrasound LLC, США	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ordamed, Казахстан	Philips Ultrasound LLC, США	EsaoteS.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**
Основные комплектующие								
Основной блок	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует: Требуемая в ТС ширина не менее 606мм – в ТС у участника указано 572 мм	Не соответствует: Требуемый в ТС количество прием-передающих каналов не менее 2810000 – в ТС у участника	Не соответствует: Требуемая в ТС максимальная глубина сканирования не более 42 см – в ТС у участника указано 55см;	Соответствует	Соответствует

					974026; Требуемый в ТС динамический диапазон не менее 265 дБ – в ТС у участника указано 258 дБ; Требуемая в ТС максимальная глубина сканирования не более 42 см - в ТС у участника отсутствует; Требуемые в ТС отображаемые градации серого не менее 255 – в ТС у участника отсутствует; Требуемые в ТС габариты системы в ТС у участника отсутствуют	Требуемая в ТС ширина не менее 606 мм – в ТС у участника указано 559 мм Требуемая в ТС высота не менее 1380 мм – в ТС у участника нижнее значение указано 1370 мм		
Дополнительные комплектующие								
Модуль встроенный для работы с объемными изображениями расширенный 3D/4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Данные в ТС отсутствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц – в ТС у	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц – в ТС у	Соответствует	Не соответствует по данным из открытых источников

					участника указано 5 МГц, верхняя частота 20,0 МГц; Количество элементов требуемый в ТС у участника отсутствуют; Требуемая в ТС ширина сканируемого участка не менее 44мм в ТС у участника указана 38 мм	участника указано 2-14 МГц		
Датчик конвексный (микроконвексный) внутриполостной	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Данные в ТС отсутствуют	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 2,9 МГц и не более 10 МГц – в ТС у участника указано 2-11 МГц	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный конвексный	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует: Требуемый в ТС угол сканирования не менее 90 град – в ТС у участника указано 89 град	Не соответствует: Данные в ТС отсутствуют	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 2 МГц и не более 8 МГц – в ТС у участника указано 1-8 МГц	Соответствует	Не соответствует по данным из открытых источников
Устройство, печатающее черно- белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

		Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиямэксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Болшева М.О. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548007-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-03-2024 16:05:04

Лот № 4548007-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548007-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Чапаган Динара – (Врач УЗИ, КГП "Многопрофильная больница №3" г.Караганды) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
2	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
3	170340032567, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY"	Не соотвествует
4	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
6	070440007985, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OPTONIC"	Не соотвествует
7	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
8	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Чапаган Динара

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алма-Мед»	ТОО Альянс	ТОО ZEIN INVEST	ТОО «OPTONIC»	ТОО Организм	АО Ordamed	ТОО TND	ТОО HALYK MEDICAL COMPANY
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC-80S в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система DC-80S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели U7	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ7 с принадлежностями	Ультразвуковая медицинская диагностическая система с вариантом исполнения: MyLab™X8 в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Philips Ultrasound LLC, США	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ordamed, Казахстан	Philips Ultrasound LLC, США	Esaote S.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**
Основные комплектующие								
Основной блок	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует: Требуемая в ТС ширина не менее 606мм – в ТС у участника указано 572 мм	Не соответствует: Требуемый в ТС количество прием-передающих каналов не менее 2810000 – в ТС у	Не соответствует: Требуемая в ТС максимальная глубина сканирования не более 42 см – в ТС у участника указано 55см;	Соответствует	Соответствует

					участника 974026; Требуемый в ТС динамический диапазон не менее 265 дБ – в ТС у участника указано 258 дБ; Требуемая в ТС максимальная глубина сканирования не более 42 см - в ТС у участника отсутствует; Требуемые в ТС отображаемые градации серого не менее 255 – в ТС у участника отсутствует; Требуемые в ТС габариты системы в ТС у участника отсутствуют	Требуемая в ТС ширина не менее 606 мм – в ТС у участника указано 559 мм Требуемая в ТС высота не менее 1380 мм – в ТС у участника нижнее значение указано 1370 мм		
		Дополнительные комплектующие						
Модуль встроенный для работы с объемными изображениями расширенный 3D/4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Данные в ТС отсутствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12	Соответствует	Не соответствует по данным из открытых источников

					МГц – в ТС у участника указано 5 МГц, верхняя частота 20,0 МГц; Количество элементов требуемый в ТС у участника отсутствуют; Требуемая в ТС ширина сканируемого участка не менее 44мм в ТС у участника указана 38 мм	МГц – в ТС у участника указано 2-14 МГц		
Датчик конвексный (микроконвексный) внутриполостной	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Данные в ТС отсутствуют	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 2,9 МГц и не более 10 МГц – в ТС у участника указано 2-11 МГц	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный конвексный	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует: Требуемый в ТС угол сканирования не менее 90 град – в ТС у участника указано 89 град	Не соответствует: Данные в ТС отсутствуют	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 2 МГц и не более 8 МГц – в ТС у участника указано 1-8 МГц	Соответствует	Не соответствует по данным из открытых источников
Устройство, печатающее черно- белые	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

ультразвуковые изображения								
		Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Чанлов

ФИО/подпись

Чанлов Д.А.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548008-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-02-2024 15:54:52

Лот № 4548008-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548008-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Бапашева Жания – (старшая медицинская сестра диагностического отделения, КГП "Поликлиника №5 города Караганды" УЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
7	170340032567, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY"	Не соотвествует
8	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бапашева Жания

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алма-Мед»	ТОО Альянс	ТОО ZEIN INVEST	ТОО «АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ»	ТОО Организм	АО Ordamed	ТОО TND	ТОО HALYK MEDICAL COMPANY
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая системаConsonaN8Sв комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая системаConsonaN8Sв комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid T9	Ультразвуковая диагностическая система Apogeeв комплекте с принадлежностями, вариант исполнения: Apogee 6500	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Система диагностическая ультразвуковая стационарная НЕКАмодели U3	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti70 с принадлежностями	Ультразвуковая медицинская диагностическая система с вариантом исполнения: MyLab™X7 в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GE Medical Systems China Co., Ltd, Китай	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., LTD, Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ordamed, Казахстан	Philips Ultrasound LLC, США	EsaoteS.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**
Основные комплектующие								
Основной блок	Несоответствует Габариты не соответствуют по данным изРУ	Не соответствует Габариты не соответствуют по данным изРУ	Соответствует	Не соответствует: Требуемая в ТС диагональ монитора 21,5 дюймов – в ТС у участника указано 23	Соответствует	Не соответствует: Требуемая в ТС ширина не менее 572 мм – в ТС у участника указано 520 мм Требуемая в ТС	Соответствует	Не соответствует Требуемый частотный диапазон системы не менее 1, не более 18 МГц – в ТС у участника указано 1-22 МГц;

				дюйма; Частотный диапазон в ТС у участника указаны не точные данные; Требуемая в ТС высота не менее 1410 мм – в ТС у участника указано 1282мм		высота не менее 1410 мм – в ТС у участника нижнее значение указано 1354 мм		
			Дополнительные комплектующие					
Датчики секторные фазированные	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Не указано наименование согласно РУ	Соответствует	Соответствует
Датчики линейные	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц – в ТС у участника указано 3.0-13.5 МГц.	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц – в ТС у участника указано 5 МГц, верхняя частота 20,0 МГц; Количество элементов требуемый в ТС у участника отсутствуют;	Не соответствует Не указано наименование согласно РУ	Соответствует	Не соответствует Требуемый диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц - в ТС у участника указано 4-15 МГц
Датчики конвексный	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует Требуемый в ТС диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц – в ТС у участника	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц – в ТС у	Не соответствует: Не указано наименование согласно РУ; Требуемый в ТС количество	Соответствует	Не соответствует Требуемый диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц - в ТС у участника указано 1-8 МГц

				указано 1.0-6.0 МГц; Требуемый в ТС радиус кривизны не менее 55 мм и не более 55,5 мм - в ТС у участника указано 60 мм	участника указано Нижняя частота 1,0 МГц Верхняя частота 6.0 МГц; Количество элементов требуемый в ТС у участника отсутствуют; Требуемый радиус кривизны в ТС у участника отсутствует	элементов не менее 160 – в ТС у участника указано 128		
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
		Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиямэксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт ст мс Д.О. Болоцкова. м.о

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548008-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-03-2024 15:58:08

Лот № 4548008-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548008-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Чапаган Динара – (Врач УЗИ, КГП "Многопрофильная больница №3" г.Караганды) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
4	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
5	040240005054, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ"	Не соотвествует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
7	170340032567, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY"	Не соотвествует
8	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Чапаган Динара

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Алма-Мед»	ТОО Альянс	ТОО ZEIN INVEST	ТОО «АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ»	ТОО Организм	АО Ordamed	ТОО TND	ТОО HALYK MEDICAL COMPANY
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Consona N8S в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Consona N8S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid T9	Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями, вариант исполнения: Apogee 6500	Диагностическая ультразвуковая система Resona I9	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели U3	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti70 с принадлежностями	Ультразвуковая медицинская диагностическая система с вариантом исполнения: MyLab™X7 в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GE Medical Systems China Co., Ltd, Китай	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., LTD, Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ordamed, Казахстан	Philips Ultrasound LLC, США	Esaote S.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.**
Основные комплектующие								
Основной блок	Не соответствует Габариты не соответствуют по данным из РУ	Не соответствует Габариты не соответствуют по данным из РУ	Соответствует	Не соответствует: Требуемая в ТС диагональ монитора 21,5 дюймов – в ТС у участника указано 23 дюйма;	Соответствует	Не соответствует: Требуемая в ТС ширина не менее 572 мм – в ТС у участника указано 520 мм Требуемая в ТС высота не менее 1410 мм – в ТС у	Соответствует	Не соответствует Требуемый частотный диапазон системы не менее 1, не более 18 МГц – в ТС у участника указано 1-22 МГц;

				Частотный диапазон в ТС у участника указаны не точные данные; Требуемая в ТС высота не менее 1410 мм – в ТС у участника указано 1282мм		участника нижнее значение указано 1354 мм		
			Дополнительные комплектующие					
Датчики секторные фазированные	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Не указано наименование согласно РУ	Соответствует	Соответствует
Датчики линейные	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц – в ТС у участника указано 3.0-13.5 МГц.	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц – в ТС у участника указано 5 МГц, верхняя частота 20,0 МГц; Количество элементов требуемый в ТС у участника отсутствуют;	Не соответствует Не указано наименование согласно РУ	Соответствует	Не соответствует Требуемый диапазон частот не менее 3 МГц и не более 12 МГц - в ТС у участника указано 4-15 МГц
Датчики конвексный	Не соответствует по данным из открытых источников	Не соответствует по данным из открытых источников	Соответствует	Не соответствует Требуемый в ТС диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц – в ТС у участника указано 1.0-6.0 МГц;	Не соответствует: Требуемый в ТС диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц – в ТС у участника	Не соответствует: Не указано наименование согласно РУ; Требуемый в ТС количество элементов не менее 160 – в ТС	Соответствует	Не соответствует Требуемый диапазон частот не менее 1 МГц и не более 5 МГц - в ТС у участника указано 1-8 МГц

				указано 1.0-6.0 МГц; Требуемый в ТС радиус кривизны не менее 55 мм и не более 55,5 мм - в ТС у участника указано 60 мм	указано Нижняя частота 1,0 МГц Верхняя частота 6.0 МГц; Количество элементов требуемый в ТС у участника отсутствуют; Требуемый радиус кривизны в ТС у участника отсутствует	менее 160 – в ТС у участника указано 128		
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
		Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Чанчиев Чанчиев Д.А.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548010-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-02-2024 12:27:21

Лот № 4548010-Т1

Диагностическая УЗИ система портативная с неотологическими датчиками

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548010-Т1 Диагностическая УЗИ система портативная с неотологическими датчиками, Серечкова Ольга – (Врач ультразвуковой диагностики, КГП на ПХВ МБ имени профессора Х.Ж.Макажанова) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	170340032567, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY"	Не соотвествует
2	200640004977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ МЕДСЕРВИС"	Не соотвествует
3	191140000181, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ""	Не соотвествует
4	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
5	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
6	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
8	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Серечкова Ольга

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот отдельно)

Наименование потенциального поставщика	ТОО Альянс	ТОО «КазМед Лизинг»	ТОО "МедикоИнновационные Технологии"	ТОО "Организм"	ТОО «Алма-Мед»	АО "Ordamed"	ТОО «HalykMedicalCompany»	ТОО “РенталМедСервис»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Resona, Resona I9S в комплекте с принадлежностями	Диагностическая ультразвуковая система Arietta 65	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P, варианты исполнения P7/P9	Диагностическая ультразвуковая система MX7	Ультразвуковая диагностическая система Resona, варианты исполнения: Resona комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели u7	Ультразвуковая медицинская диагностическая система с вариантом исполнения: MyLab™X8 в комплекте	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X8 в комплекте
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	FUJIFILM HealthcareCorporation, Япония	GE Ultrasound Korea, Ltd, РеспубликаКорея	фирма«Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., LTD.», Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ordamed, Казахстан	EsaoteS.p.a, Италия	EsaoteS.p.a, Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики обьявленияна закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основной блок	Менее соответствует заявляемым параметрам	Не соответствует, ограничение по глубине сканирования, ограничения по сосудистым исследованиям	Наиболее соответствует заявляемым параметрам	Не соответствует, не подходит для многоцелевых исследований	Менее соответствует заявляемым параметрам	Не соответствует, ограниченная спецификация	Менее соответствует заявляемым параметрам	Менее соответствует заявляемым параметрам

Монитор с поворотным механизмом	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответст-вует, отсутствует поворот экрана	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует, нет регуляции тележки по высоте	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик конвексный	соответствует	Не соответствует частотный диапазон и ограничение угла сканирования	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик конвексный	соответствует	Соответствует,	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Линейный датчик	соответствует	Не соответствует, нечеткость изображения по глубине	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует. Широкая аппертура	Не соответствует. Широкая аппертура	Не соответствует. Широкая аппертура
Датчик секторный фазированный	соответствует	Соответствует, нечеткость сканирования по глубине	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует диапазон	Не соответствует. Широкая аппертура	Не соответствует. Широкая аппертура
Датчик микроконвексный	соответствует	Не соответствует диапазон	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Гибридный графический принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Источник бесперебойного питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт: Врач УЗИ Серечкова О.В.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548011-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-02-2024 16:27:45

Лот № 4548011-T1

Портативная ультразвуковая система медицинская диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548011-T1 Портативная ультразвуковая система медицинская диагностическая, Касенова Марина – (Заведующая отделением ФД и УЗИ, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
3	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "WestEast NRD Group"	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
6	131040025271, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМИБ"	Не соотвествует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
8	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Не соотвествует
9	180140021368, Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"	Не соотвествует
10	170840011384, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗМ"	Не соотвествует
11	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Касенова Марина

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия **ЛОТ № 4548011-Т1**

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "DI LIfe (Ди лайф)"	ТОО «Медико-инновационные Технологии »	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМИБ"	ТОО "WestEast NRD Group"	ТОО "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	ТОО "Алма-Мед"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "GAIDE"	Акционерное общество "Ordamed"	ТОО Организм
	Предлагаемая модель МТ:	Система для ультразвуковой диагностики Sonoscape S2N	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ E в комплекте ,	Ультразвуковая медицинская диагностическая система в вариантах исполнения , MyLab™Sigma с принадлежностями	Система ультразвуковая Innosight с принадлежностями	Система ультразвуковая Innosight с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ E в комплекте ,	Ультразвуковая диагностическая систе ма М Х, варианты исполне ния : MX7S	Ультразвуковая диагностическая систе ма М Х, варианты исполне ния : MX7S	Ультразвуковая диагностическая систе ма М Х, варианты исполне ния : MX7S	система диагностическая ультразвуковая Heka модель U1	Диагностическая ультразвуковая система MX7
	Производитель МТ:	Sonoscape Medical CORP, Китай	GE Medical Systems China Co	Esaote S.p.a ИТАЛИЯ	Qisda Corporation, Тайвань (провинция Китая)	Qisda Corporation	GE Medical Systems China Co., Ltd .	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ордамед	не указан
	Наименование комплектующего к МТ	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	
	Основной блок: Область применения: Ультразвуковые медицинские исследования и анализ/ Акушерство и гинекология, урология, офтальмология, педиатрия. Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской/ Система ультразвуковая диагностическая основной блок. Режимы: В-режим. М-режим. Импульсно-волновой допплер	соответствие	Соответствие	соответствие	соответствие	Соответствие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	нет указания на размер монитора у РУ	
	Датчики : Секторный датчик. Конвексный датчик. Микроконвексный внутриполостной датчик. Линейные датчики.	соответствие	Соответствие	соответствие	не соответствует	ТС медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
	Датчики секторный - Секторный фазированный датчик. Частота секторного датчика: Не менее 1,1 МГц. Не более 4,7 МГц.	не соответствует по частотам датчика	Соответствие	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	Соответствует	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	Соответствует
	Датчик конвексный Конвексный датчик. Частота конвексного датчика: Не менее 1,4 МГц Не более 6 МГц. Поле обзора конвексного датчика датчика: Не менее 70°.	не соответствует по частотам датчика	Соответствие	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам	не соответствует по частотам датчика	Соответствует	Соответствует	Соответствует	не соответствует по частотам датчика	Не соответствует по частотам	1-7 мг Диагностическая ультразвуковая система MX7
	Датчик линейный Линейный датчик. Частота линейного датчика: Не менее 2,4 МГц Не более 12 МГц	не соответствует по частотам датчика	Соответствие	не соответствует по частотам датчика	Соответствие	Соответствие	Не соответствует по частотам	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	3-11 мгц Не соответствует по частотам
	Датчик внутриполостной Внутриполостной датчик. Частота внутриполостного датчика: Не менее 2,2 МГц Не более 12,5 МГц	Соответствие	Соответствие	Соответствие	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	Не соответствует по частотам	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	не соответствует по частотам датчика	3-11 мгц Не соответствует по частотам
	Тележка Тележка	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствие : нет в РУ	

	Печатающееустройство/ Принтер	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствует	Соответствует	Соответствует		
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Не соответствует	
		Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме в нарушение пп. 3) п. 165 П		Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует	ТС медицинской техники потенциального поставщика **не соответствует утвержденной форме .** нет даты Регистрационного удостоверения	ТС медицинской техники потенциального поставщика **не соответствует утвержденной форме .** нет данных Регистрационного удостоверения	ТС медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме .				Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме .нет Указания даты Регистрационного удостоверения	**ТС медицинской техники потенциального поставщика не соответствует утвержденной форме . нет данных Регистрационного удостоверения**

Эксперт_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548012-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-02-2024 15:00:57

Лот № 4548012-T1

Стационарная рентгенографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548012-T1 Стационарная рентгенографическая система, Турсумбаев Ануар – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турсумбаев Ануар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Алма Мед»**	**ТОО «Медик Люкс»**	**АО «Ордамед»**	**ТОО «QUORU»**	**ТОО «ДАЛ Казахстан»**
Предлагаемая модель МТ:	**Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP, вариант исполнения T90SH**	**Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP, вариант исполнения T90SHX**	**Высокочастотная цифровая рентгенографическая и рентгеноскопическая система PLD9600A**	**Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места Atomic**	**Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления VITA DRF**	**Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением ZEXIRA, с принадлежностями.**
Производитель МТ:	**General Medical Merate S.p.A. Италия.**	**General Medical Merate S.p.A. Италия.**	**Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай**	**Ordamed, Казахстан**	**МЕДРЕЙ ООД, Болгария.**	**Canon Medical Systems Corporation (Япония)**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Рентгеновский стол с дистанционным управлением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочие положения стола: вертикальное, горизонтальное и наклонное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высота деки стола от пола, изменяемая в диапазоне, см Нижнее положение не менее 48 см. Верхнее положение не более 120 см	**Не соответствует** Ранее в заявленной ТХ в тендере № 452660-1, максимальная высота деки стола была указана 50 см.	Соответствует	**Не соответствует** (в ТХ пр-ля указан диапазон 580 мм до **1350 мм) скопировано из объявленной технической спецификации**	**Не соответствует. От 38 до 148 см.**	Соответствует	Соответствует
Плавное поперечное перемещение деки стола не менее 30 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная масса пациента не менее 160 кг	**Не соответствует**	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	Максимальная масса пациента, кг: 266 кг. Нет подтверждения этим данным.	Максимальная масса пациента: 266 кг; Нет подтверждения этим данным.				
Размеры деки стола не менее 223 см x 74 см	**Не соответствует** Размеры деки стола (ДхШ), см:240 x 80 см. По информации из открытых источников, на вариант исполнения T90SH, длина столешницы 210 см.	**Не соответствует** Размеры деки стола: длина 240 см, ширина 80 см; По информации из открытых источников, ширина 74 см.	**Не соответствует** Размеры деки стола 223 см, ширина 74 см; (в ТХ пр-ля указано 210 *730) **Скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон угла наклона стола, градусы не менее -90 / +89 градусов	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** от -90 до +89 градусов; (В ТХ производителя указано -90 / +90) **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функции управления столом:Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное расстояние фокус-приемник не более 115 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное расстояние фокус приемник не менее 150 см	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** 150 см (в ТХ 1800 мм) **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функции стола-штатива: Моторизированное отведение деки стола/ Функция быстрого приведения стола-штатива в горизонтальную и	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Моторизированное отведение деки стола. Функция быстрого приведения стола-штатива в	Соответствует	Соответствует	Соответствует

вертикальную позицию нажатием одной кнопки.			горизонтальную и вертикальную позицию нажатием одной кнопки. **скопировано из объявленной технической спецификации**			
Возможность исследования различных органов пациента без перекладывания / Проведения исследований пациентов, на мобильном рентгенопрозрачном столе-каталке с использованием приемника стола-штатива без перекладывания пациента на деку стола	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Возможность исследования различных органов пациента без перекладывания. Проведения исследований пациентов, на мобильном рентгенопрозрачном столе-каталке с использованием приемника стола-штатива без перекладывания пациента на деку стола. **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Моторизированное перемещение рентгеновского излучателя вдоль деки стола не менее 133 см	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** 133 см (В ТХ 130 см Продольное перемещение верстака) **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Диапазон изменения косой проекции не более -45 не менее +30 градусы	**Не соответствует** Диапазон изменения косой проекции, градусы: - 40°/ +40°; Не соответствует.	**Не соответствует** Диапазон изменения косой проекции: от - 40 градусов до +40 градусов; Не соответствует.	**Не соответствует** -45 / +35 градусов (в ТХ указано -45 / +45) **скопировано из объявленной технической спецификации**	**Не соответствует** **-40** / +40. Не соответствует.	Соответствует	Соответствует
Компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии: Дистанционно управляемый компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии **Отсутствует Дистанционно управление.**	Соответствует	Соответствует
Съемная или стационарная подножка для пациента/ Опора для ног	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поручни для рук пациента/ Боковые поручни для рук	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функции: Цифровая рентгеноскопия и рентгенография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные функции: Томография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Двухфокусная или трехфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом/ Блок с трехфокусной рентгеновской трубкой	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует Двухфокусная рентгеновская трубка (или трехфокусная рентгеновская трубка по желанию заказчика) с вращающимся анодом** техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении	Соответствует	Соответствует	Соответствует

			(пп.1 п. 77 Правил): согласно требованиям **ТС объявления комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова не менее, не более, и/или)**.			
Теплоемкость излучателя не менее 1800 кДж	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость анода не менее 580 кДж	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер малого фокусного пятна не более 0,6 х 0,6 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер большого фокусного пятна 1,0 х 1,0 мм	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** 1,0 х 1,0 мм (в ТХ производителя 1,2 мм) **скопировано из объявленной технической спецификации**	**Не соответствует** Размер большого фокусного пятна 1,2 мм **Не соответствует.**	Соответствует	Соответствует
Скорость вращения анода не менее 9000 об./мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновское питающее устройство	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность высокочастотный генератор не менее 65 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон изменения анодного напряжения не менее 40 кВ до 150 кВ	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** от 40 кВ до 150 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует

			(в ТХ производителя указано от 40 кВ до 125 кВ) **скопировано из объявленной технической спецификации**			
Минимальное время экспозиции не более 2 мс	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная сила тока в режиме рентгенографии не менее 1000 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная сила тока в режиме рентгеноскопии не менее 16,5 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программы органоавтоматики/ Выбор телосложения	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Программы органоавтоматики, выбор телосложения. **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соотвествует	Соответствует	Соответствует
Напряжение питания не менее 342 ± 10 % В	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота 50 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Плоскопанельный цифровой детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии не менее 42,3 х 42,3 см	**Не соответствует** Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии, см: 43 х 43 см; Данные не соответствуют информации из открытых источников.	**Не соответствует** Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии, см: 43 х 43 см; Данные не соответствуют информации из открытых источников.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество кадров при рентгеноскопии не менее 15 кадров/с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество пикселей при рентгенографии не менее 2840 х 2840	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Квантование 16 бит	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника не менее 60 %	**Не соответствует** Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника,%: 78%; Данные не соответствуют информации из открытых источников.	**Не соответствует** Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника,%: 78%; Данные не соответствуют информации из открытых источников.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пространственное разрешение не менее 2 пар линий/мм	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** 2 пар линий/мм (в ТХ производителя указано 3,7) **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматизированное рабочее место лаборанта	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тактовая частота процессора не менее 2,6 ГГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем оперативной памяти не менее 8 Гбайт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор не менее 2 шт	Монитор, шт: 2 шт;	Монитор, шт: 2 шт;	2 шт.	2 шт.	Соответствует	Соответствует
Интерфейс сетевой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует Нет данных**	Соответствует	Соответствует
Модуль записи дисков: Модуль записи CD-R/DVD-R дисков или Привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Модуль записи дисков: наличие модуля записи CD-R/DVD-R дисков (или Привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW по желанию заказчика) **скопировано из**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

			объявленной технической спецификации **техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении (пп.1 п. 77 Правил): согласно требованиям ТС объявления комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова не менее, не более, и/или).**			
DICOM-совместимость	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Содержание анатомических программ : Информация об органе, укладке и ориентации снимка - параметры генератора (кВ, мАс, мА, с); - параметры постпроцессинга/ Панель анатомических программ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отображение на экране АРМ готовности к экспозиции/	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Упраление процессом изображений			Наличие отображения на экране АРМ готовности к экспозиции. Управление процессом изображений. **скопировано из объявленной технической спецификации**			
Функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника и/или Функция обработки изображений (стыковку/сшивку изображений) для полученных изображений, загруженных из процессора изображений	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Наличие функции сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника, наличие функции обработки изображений (стыковку/сшивку изображений) для полученных изображений, загруженных из процессора изображений; **скопировано из объявленной технической спецификации**	**Не соответствует** Функция сшивки изображений (стичинг): Функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника **и/или** Функция обработки изображений (стыковку/сшивку изображений) для полученных изображений, загруженных из процессора изображений **техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении (пп.1 п. 77 Правил): согласно**	Соответствует	Соответствует

				требованиям ТС объявления комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова не менее, не более, и/или).		
Функция мультиэнергетичных исследований: реконструкция изображения с подавлением костной или мягкой тканей в режиме двойной энергии или Одновременная визуализация плотных и мягких тканей в одном изображении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функции постобработки изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное), поворот изображения	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** наличие функции постобработки изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное), поворот изображения; **скопировано из объявленной технической**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

			спецификации			
Функции рентгенометрии: измерение размеров и расстояний, измерение углов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом)/ Автоматическая передача данных на сервер	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** наличие автоматической записи параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом)/ Автоматическая передача данных на сервер; **скопировано из объявленной технической спецификации**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Передача результатов исследований в формате DICOM на сервер PACS, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервер и сетевой фильтр.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мобильная тележка для монитора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы						
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Требования к условиям Эксплуатации: Температура: от +10 °C до +35 °C Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Температура: от +15 °C до +35 °C Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: 500-1600 гПа Требования к помещению: согласно СанПин	Соответствует	Соответствует

Эксперт _____**Турсумбаев А.М.**

Эксперт _____**Мектепхан А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548014-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-02-2024 10:29:47

Лот № 4548014-T1

Система для проведения эндоскопических малоинвазивных операций в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548014-T1 Система для проведения эндоскопических малоинвазивных операций в комплекте, Варфоломеева Татьяна – (Заместитель главного врача по лечебной части, КГП "Денисовская районная больница" УЗАКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Не соотвествует
2	211140022515, ТОО "Медтранс"	Не соотвествует
3	840505350185, ИП "Energy"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Варфоломеева Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ООО «МЕДИКАЛ СОЛЮШНС**	**ТОО « Медтранс»**	**ТОО «ЭНЕРГИЯ»**	
Предлагаемая модель МТ:	**Система камер для эндоскопов HD3 с принадлежностями**	**Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств.**	**СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШЕТЕЛЬСТВ»**	
Производитель МТ:	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD. Китай РК-МТ-5№020856**	**KARL STORZ SE & Co KG (Германия) РК МИ (МТ)-0№026368, РК МТ-5№021839**	**KARL STORZ SE & Co KG (Германия) РК МИ (МТ)-0№026368, РК МТ-5№021839.**	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Оптика / лапароскоп: Оптика жесткая / лапароскоп Угол обзора : 30 градусов Диаметр : не более 10 мм Длина: не более 310 мм Видеоцентр: Блок видеокамеры эндоскопической / Блоки управления камерой с принадлежностями Разрешение, пикселей: Не менее 1920 × 1080 Устройство для записи видеоизображения: USB накопитель / Возможность подключения устройства записи видеоизображения JPEG/USB 2шт.	Цифровые видеосигналы не указаны, длина и диаметр не указаны **Не соответствует**	В комплектации указазано 1 шт, **Не соответствует**	**Соответствует**	

Приложение 2 к заявке на закуп медицинской техники Цифровой выход видеосигнала: DisplayPort 3G-SDI HD DVI-D / HD-SDI / 3G-HDI DVI HDMI **- 2 шт**				
Мобильная рабочая станция : Стойка мобильная для эндоскопического оборудования / Мобильное основание и полки для принадлежностей Антистатические ролики: 4 антистатических сдвоенных колеса диаметром 150 мм /4 антистатических колеса 150мм Количество полок для аппаратуры: Не менее 3 полки, ящик Держатель монитора: Держатель монитора, регулируемый , макс. нагрузка 18 кг / Подставки для медицинских мониторов , максимальная нагрузка 18кг	Размеры не указаны **Не соответствует**		**Соответствует**	
Насос: Аспирационная и ирригационная помпа / Помпа для ирригации и отсоса Скорость потока ирригации: Скорость потока не менее 1 л/мин. Давление: Давление до не менее 400 и не более 640 мм. рт.ст. **– 2 шт**	Давление не указано **Не соответствует**	В комплектации указано 1 шт **Не соответствует**	**Соответствует**	
Игла Вереша: Эндоигла / Игла, по Верешу	Указаны не точные данные **Не соответствует**		**Соответствует**	
Щипцы биполярные :Щипцы диаметром 5 мм, длина не менее 340 мм	Размер щипцов не указан **Не соответствует**		**Соответствует**	
Троакар: Троакар не менее 11 мм диаметром	Указано 10 мм **Не соответствует**		**Соответствует**	

Эксперт Варфоломеева Т.А. **подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548015-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-02-2024 10:33:15

Лот № 4548015-T1

Цифровая маммографическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548015-T1 Цифровая маммографическая рентгеновская система, Варфоломеева Татьяна – (Заместитель главного врача по лечебной части, КГП "Денисовская районная больница" УЗАКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Варфоломеева Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Акционерное общество «Ordamed»**	**Акционерное общество «Актюбренген»**	**ТОО «Алаш-KZ»**	**ТОО «НЕОМЕДИКА Л»**	**ТОО «Алма-Мед»**
Предлагаемая модель МТ:	**Маммографическая система Aurora w3**	**Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo»**	**Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000**	**Цифровая медицинская рентгеновская маммографическая система DM156A**	**Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE**
Производитель МТ:	**АО Ordamed, Казахстан**	**АО "Актюбрентген" Казахстан г Актобе**	**DRTECH Corporation РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ**	**Производства Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай**	**IMS GIOTTO S.p.A., Италия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Материал окна. Be (Бериллий) не менее 0,5 мм	соответствует	В комплектации не указан размер Не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Теплоемкость анода - 300 kHU.	соответствует	В комплектации не указан Не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Рентгеновский генератор Макс. мАс, не более 650 мАс	соответствует	720 мАс не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Диапазон вертикального перемещения - 700 мм.	соответствует	Вертикальное движение от 750 не соответствует	соответствует	Вертикальное движение 600 мм не соответствует	Диапазон вертикального перемещения - 750 мм. Не соответствует
Разрешение - не менее 2816 x 3584	соответствует	Разрешение мм 3840 x 3072 не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Макс. Напряжение - Не более 40 кВ Мин	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Макс. Напряжение 49 кВ не соответствует
Максимальный ток для большого фокусного пятна - не более 125 мА.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Максимальный ток для большого фокусного пятна - 155 мА. Не соответствует

Эксперт **Варфоломеева Т.А.**

ФИО/подпись