Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4548015-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-03-2024 11:26:42

Лот № 4548015-Т1

Цифровая маммографическая рентгеновская система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4548015-Т1 Цифровая маммографическая рентгеновская система, Варфоломеева Татьяна – (Заместитель главного врача по лечебной части, КГП "Денисовская районная больница" УЗАКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соответствует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Варфоломеева Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**Акционерное общество «Ordamed»**	**Акционерное общество «Актюбренген»**	**ТОО «Алаш-KZ»**	**ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»**	**ТОО «Алма-Мед»**
Предлагаемая модель МТ:	**Маммографическая система Aurora w3**	**Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo»**	**Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000**	**Цифровая медицинская рентгеновская маммографическая система DM156A**	**Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE**
Производитель МТ:	**АО Ordamed, Казахстан**	**АО "Актюбрентген" Казахстан г Актобе**	**DRTECH Corporation РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ**	**Производства Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай**	**IMS GIOTTO S.p.A., Италия**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Материал окна. Be (Бериллий) не менее 0,5 мм	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Теплоемкость анода - 300 kHU.	**Соответствует**	В конкурсной документации паспорт не был приложен, а в технической спецификации параметры не были указаны, что **Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновский генератор Макс. мАс, не более 650 мАс	**Соответствует**	720 мАс **Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Диапазон вертикального перемещения - 700 мм.	**Соответствует**	ТС должен соответствовать точным данным, заданной ТС, ЧТО вертикальное движение от 750 **Не соответствует**	**Соответствует**	Вертикальное движение 600 мм Не соответствует	Диапазон вертикального перемещения - 750 мм. Не соответствует
Разрешение - не менее 2816 x 3584	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	соответствует
Макс. Напряжение - Не более 40 кВ Мин	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Макс. Напряжение 49 кВ не соответствует
Максимальный ток для большого фокусного пятна - не более 125 мА.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	Максимальный ток для большого фокусного пятна - 155 мА. Не соответствует

Эксперт **Варфоломеева Т.А.**