Таблица соответствия по лоту № 4642911-Т1
Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ESS-АДРОН»	ТОО «КРМ GROUP»	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	АО "Ordamed"	ТОО "QUORU"	ТОО "SBK STANDARD"	ТОО «АЛАШ-KZ»	ТОО "NIKO PHARM"
Предлагаемая модель МТ:	Компьютерный томограф SOMATOM go.Top	Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM S400 с принадлежностями	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT 768	Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения Opus x128	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT 768	Компьютерный томограф SOMATOM go.Top	Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями
Производитель МТ:	Siemens Healthcare GmbH.	Производитель, страна Olympus Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай Не соответствует Не правильно указано название производителя	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	АО "Ordamed"	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd.	Siemens Healthcare GmbH.	Neusoft Medical Systems Co., Ltd	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие								
Гентри	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Минимальное время оборота рентгеновской трубки, сек.: более 0,35 сек.)	Соответствует	Не соответствует (Минимальное время оборота рентгеновской трубки, сек.: более 0,35 сек.)	Не соответствует (В тех описании поставщика недопустимо использование слов НЕ БОЛЕЕ, НЕ МЕНЕЕ)	Соответствует	Не соответствует (В тех описании поставщика недопустимо использование слов НЕ БОЛЕЕ, НЕ МЕНЕЕ)
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Размер малого фокусного	Соответствует	Не соответствует (Размер малого фокусного пятна,	Не соответствует (В тех описании поставщика	Соответствует	Не соответствует (В тех описании поставщика

			пятна, мм.: более 0,8 х 1,0 мм.)		мм.: более 0,8 х 1,0 мм.)	недопустимо использование слов НЕ БОЛЕЕ, НЕ МЕНЕЕ)		недопустимо использование слов НЕ БОЛЕЕ, НЕ МЕНЕЕ)
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Не указано мощность ренгеновского генератора)
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие								
Опоры для частей тела пациента	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Плоский подголовник	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Опора для руки	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Подголовник	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Подставка для головы	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие	Соответствует	Не соответствует	Соответствует

	(указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)		(отсутствует в комплектации к РУ)		отсутствует в комплектации к РУ)		(отсутствует в комплектации к РУ)	
Переговорное устройство	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Пульт управления сканированием	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Программное обеспечение для реконструкции	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Спиральное сканирование	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Консоль оператора	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Рабочая станция врача	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует

Приложение анализа сосудов	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Приложение для комплексной оценки коронарных артерий	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Приложение для кардиологических исследований	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Приложение для анализа перфузий головного мозга	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Приложение оценки легочных узлов	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Программное обеспечение для рабочей станции	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Программное обеспечение для сканирования сердца	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует

	комплектации к РУ)				комплектации к РУ)			
Программное обеспечение для обеспечения сканирования в аксиальной плоскости	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Стекло защитное	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Стабилизатор напряжения	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Источник бесперебойного питания системы	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Формирование отчета	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Не соответствует (отсутствует в комплектации)	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Интеграция с PACS	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Не соответствует (отсутствует в комплектации)	Не соответствует (указанные комплектующие отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует в комплектации к РУ)	Соответствует
Расходные материалы								
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								

	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4642911-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 17-07-2024 09:45:24

Лот № 4642911-Т1

Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4642911-Т1 Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соответствует
2	140540025744, Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Не соответствует
3	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
4	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Не соответствует
5	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
6	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соответствует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
8	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4642912-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 17-07-2024 17:21:47

Лот № 4642912-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4642912-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная, Жусупов Тимур – (Руководитель отдела обслуживания медоборудования и медицинских газов, ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница №2 акимата города Астаны) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
2	141240018901, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MERIDIAN SYSTEMS"	Не соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
5	180140021368, Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"	Не соответствует
6	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Соответствует
7	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
8	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жусупов Тимур

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MERIDIAN SYSTEMS"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DI Life (Ди лайф)"**	**"MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"**
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Active с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ e в комплекте	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ e в комплекте	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N	Система ультразвуковая диагностическая InnoSight с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система MX, вариант исполнения MX7S в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система MX, варианты исполнения :MX7 Exp в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Venue Go с принадлежностями
Производитель МТ:	GE Medical Systems (China) Co., Ltd, КИТАЙ	GE Medical Systems (China) Co., Ltd, Китай	GE Medical Systems (China) Co., Ltd, КИТАЙ	SONOSCAPE MEDICAL CORP. КИТАЙ	Qisda Corporation, КИТАЙ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD. КИТАЙ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GE Medical Systems Ultrasound&Primary Care Diagnostics LLC, Соединённые Штаты Америки
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответств**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

объявления на закуп			**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**		**комментарии и т.д.)**	**ует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие								
Область применение: Ультразвуковое медицинские исследования и анализ/ Акушерство и гинекология , урология, офтальмология , педиатрия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Основной блок: Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской/ Система ультразвуковая диагностическая основной блок.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики: Секторный датчик , Конвексный датчик, Микроконвексный внутриполостной датчик, Линейный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режимы: В-режим, М-режим, Импульсно –	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

волновой допплер, Энергетический допплер, Цветной допплеровский режим/ Цветной М-режим, Режим визуализаций гармоник, Режим тканевой гармоники.								
Экран: Сенсорный экран	**Не Соответствует отсутствует Сенсорный экран.**	**Не Соответствует отсутствует Сенсорный экран.**	**Не Соответствует отсутствует Сенсорный экран.**	**Не Соответствует отсутствует Сенсорный экран.**	Соответствует	**Не Соответствует В тендерной заявке указан сенсорный экран, размер экрана 15,6 дюйма. однако согласно РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ РК МИ (МТ)-0№027624** **Зарегистрирована Интеллектуальная панель управления, которая не может выполнять функцию сенсорного экрана.**	**Не Соответствует отсутствует Сенсорный экран.**	Соответствует

Размер экрана: не менее 11,6 дюйма.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие								
Датчик Секторный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота Секторного датчика : не менее 1,1 МГц не более 4,7 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота конвексного датчика не менее 1,4 МГц, не более 6 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поле обзора конвексного датчика не менее 70 град.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота линейного датчика не менее 2,4 МГц не более 12 МГц.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик внутриполостной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Частота внутриполостного датчика не менее 2,2 МГц , не более 12,5 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указаны датчики.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не Соответствует В технической спецификации не указана тележка.**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Печатающее устройство: Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение: 100-240В	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота: 50/60 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы								
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4642913-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 17-07-2024 17:12:30

Лот № 4642913-Т1

аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4642913-Т1 аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой, Бабенков Руслан – (Врач-рентгенолог, Коммунальное государственное предприятие на праве хояйственного ведения «Городская поликлиника №3» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бабенков Руслан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Акционерное общество «Актюбрентген»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Светоком Плюс»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» ФМ
Производитель МТ:	АО «Актюбрентген»	ТОО «Светоком Плюс»
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Максимальная мощность, потребляемая из сети кратковременно), кВ·А – не менее 4 кВ·А.	Соответствует	Соответствует
Анодное напряжение, кВ, (регулируемое с шагом)- 40-125 кВ	Соответствует	Соответствует
Уставки реле количества электричества, мА·с – не более 60	Соответствует	Соответствует
Размер входного поля, мм – не менее 390 мм.	Соответствует	Соответствует
Динамический диапазон, крат – 400.	Соответствует	Соответствует
Свинцовый эквивалент кабины, мм Рв – не менее 1,2 1 шт. 2 мм.	Соответствует	Соответствует
Ход подъёмника аппарата, при массе пациента до 120 кг, мм – не менее 400 мм.	Соответствует	Соответствует
Формат разложения изображения на мониторе компьютера, пикселов – не менее 1800*1800 пикселей.	Не соответствует В предлагаемом Формат разложения изображения на мониторе компьютера, пикселов 1920*1080. В объявлении указано не менее 1800*1800 пикселей.	Не соответствует В предлагаемом Разрешение изображения - 1920*1080. В объявлении указано не менее 1800*1800 пикселей.

Контрастная чувствительность, %, не менее – не менее 1,0 %.	Соответствует	Соответствует
Габаритные размеры: ширина не более 1950мм, высота не более 1350 мм, глубина не более 2200мм	Соответствует	Соответствует
Предел разрешения, пар линий/мм – не более 3,4 пар линий/мм.	Соответствует	Соответствует
Производительность снимков/час – 60 снимков/час.	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие		
Расходные материалы		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
Требования к условиям эксплуатации: Номинальное напряжение питающей сети, В - однофазное 220 В ±10% / трехфазное 380. Номинальная частота питающей сети, Гц –не менее 50 Гц. Сопротивление питающей сети, Ом – не менее 1,0 Ом.	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Не соответствует. Отсутствуют.	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Не соответствует. Отсутствуют.	Соответствует

Эксперт Бабенков Руслан Анатольевич врач-рентгенолог **ФИО/подпись**