Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4643935-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-08-2024 09:29:53

Лот № 4643935-Т1

Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4643935-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями, Иманғали Дина – (Руководитель отдела государственных закупок и юридического сопровождения, КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141240014790, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР"	Не соотвествует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
3	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
4	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соотвествует
5	031140016493, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING"	Не соотвествует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
7	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
8	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
9	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Иманғали Дина

Таблица соответствия лот 4643935-Т1

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО "ESS-АДРОН"	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО "QAZMED LEASING"	ТОО "VIVA-МАСТЕР"	ТОО "АЛАШ-KZ"	ТОО "Алма-Мед"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "Niko Pharm"	ТОО "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Предлагаемая модель МТ:	PLX7000B Высокочастотная мобильная цифровая система типа С-дуга	PLX7000B Высокочастотная мобильная цифровая система типа С-дуга	Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта исполнения: CompaX 500C	Мобильная С-дуга для флюороскопии и рентгенографии, модель: Cyberbloc FP	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа Сдуга EXTRON 7	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в варианте исполнения RADIUS R-9 DFG	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в варианте исполнения RADIUS R-9 DIM	Система рентгеновская медицинская передвижная Zenition 50 с принадлежностями	Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой OEC One с принадлежностями
Производитель МТ:	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай, РК-МТ-0№022663	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай, РК-МТ-0№022663	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай, РК МИ (МТ)-0№026279	A.T.S. Applicazione Technologie Speciali S.r.l., Италия, РК МИ (МТ)-0№028107	DRTECH Corporation, Республика Корея, РК МИ (МТ)-0№027833	Intermedical s.r.l., Италия, РК-МТ-5№021021	Intermedical s.r.l., Италия, РК-МТ-5№021021	Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, № РК-МТ-5№019955	GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd, Китай, РК-МТ-5№019960
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие									
Штатив С-дуга	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма	соответствует	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

		приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)			приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)				
Горизонтальное перемещение С образной дуги, мм, не менее 20 см.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вертикальное перемещение, мм, не менее 450 мм.	соответствует Предоставлены ложные данные (https://gimt-canada.com/products.html вертикальное перемещение 400 мм)	соответствует Предоставлены ложные данные (https://gimt-canada.com/products.html вертикальное перемещение 400 мм)	**не соответствует** (40 см)	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Моторизованное вертикальное перемещение: мотор перемещения вертикальной стойки/ Вертикальное перемещение от электропривода	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Поворот относительно вертикальной плоскости, градусы, не менее ±10 градусов	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расстояние фокус-приемник, мм, не менее 983 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Свободное пространство,	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

см, не менее 77 см.									
Поворот (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси), градусы, не менее ±205 градусов	Соответствует Предоставлены ложные данные (https://gimt-canada.com/products.html Поворот в вертикальной плоскости +/- 180)	соответствует	соответствует	соответствует	**не соответствует** (не указано +/-)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вращательное движение (продольный поворот), градусы, не менее +90º/30º	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вес штатива С-дуги, кг, не более 312 кг	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	**не соответствует** (410 кг)	соответствует Предоставлены ложные данные (https://drivems.by/produktsiya/apparaty-operatsionnye-so-shtativom-tipa-s-duga/radius-r9/) вращающийся анод – 360 кг	соответствует Предоставлены ложные данные (https://drivems.by/produktsiya/apparaty-operatsionnye-so-shtativom-tipa-s-duga/radius-r9/) Вращающийся анод – 360 кг	соответствует	соответствует
Переключатель ножной	Ножной тормоз для выдержки 2 комплект (Переключатель ножной) **не соответствует** (ножной тормоз не является переключателем)	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации)	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

		приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)			приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)				
Переключатель ножной/Беспроводной ножной переключатель	**не соответствует** (ножной тормоз не является переключателем)	соответствует	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Ножной переключатель с возможностью изменения режимов сканирования: Ножной переключатель с возможностью изменения режимов сканирования	**не соответствует** (ножной тормоз не является переключателем)	соответствует	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Лазерный центратор	Электрический регулируемый коллиматор 1 комплект (Лазерный центратор) **не соответствует** (коллиматор не является лазерным центратором, не зарегистрированное комплектующие)	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации)	соответствует	**не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие, не указано требуемое кол-во)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Указатель лазерный со стороны	**не соответствует**	соответствует	**не соответствует**	соответствует	**не соответствует**	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

усилителя рентгеновского изображения/Лазерный прицел усилителя изображения	(коллиматор не является лазерным центратором)		(отсутствует комплектующее ТС тендерной документации)		(не зарегистрированное комплектующие)				
Генератор рентгеновский	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	соответствует	соответствует	**не соответствует** (не указано требуемое кол-во)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Генератор рентгеновский/Генератор рентгеновского излучения.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Номинальная мощность генератора, кВт, не менее 2,5 кВт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальный анодный ток при импульсной рентгеноскопии, мА, не менее 25 мА.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**не соответствует** (10 мА)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации,	соответствует	**не соответствует** (не указано требуемое кол-во)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

		соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	не зарегистрированное комплектующие)						
Фокусные пятна, не менее 2.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Тип анода: Анод стационарный/вращающий анод	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальное анодное напряжение, кВ, не менее 110 кВ	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Угол мишени анода, градусы, не более 10 градусов	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Теплоемкость анода, кДж, не менее 53 кДж	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Коллиматор: коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Тип коллиматора: шторковый коллиматор. /Шторки устройства ограничения пучка	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Поворот коллиматора, не менее 360 º	соответствует	соответствует	**не соответствует**	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

			(нет данных в ТС тендерной документации)						
Ирисовый коллиматор: ирисовый коллиматор	соответствует		**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Усилитель рентгеновского изображения	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	Цифровой детектор (опция) Mercu 0909F **не соответствует** (согласно ТС тендерной документации требуется УРИ)	**не соответствует** (в описание Штатива С-образный указано: “Расстояние от фокуса до **плоскопанельного детектора** – 1080 мм; Расстояние от **плоскопанельного детектора** до моноблока – 821 мм”, Так же далее присутствуют параметры **УРИ**, не достоверно отражена комплектация.	Плоский детектор **не соответствует** (согласно ТС тендерной документации требуется УРИ, не указано требуемое кол-во)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Размер трехрежимного преобразователя, см, не менее 23/16/12 см	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Квантовая эффективность, %, не менее 65%.	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Разрешение усилителя рентгеновских	соответствует	соответствует	**не соответствует**	соответствует		соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

изображений, не менее 1004x1004.			(нет данных в ТС тендерной документации)						
Монитор управления сенсорный	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	соответствует	соответствует
Монитор управления сенсорный/ Сенсорный экран стойки дуги	соответствует	соответствует	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	**не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	**не соответствует** (не указано требуемое кол-во)	**не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

		Правилам организации и проведения закупа)							
Рабочая станция /Передвижная станция просмотра.	соответствует	соответствует	**не соответствует** (отсутствует комплектующее ТС тендерной документации, не зарегистрированное комплектующее)	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вращение монитора, не менее 180 градусов	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Цифровая память, не менее 100 000 изображений	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Частота записи кадров, кадров/сек, не менее 25 кадров/сек	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Функция калибровки: калибровка	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Запись изображений на носитель USB: архив изображений в USB-накопитель / Экспорт и сохранение изображении на USB-устройства	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Режим визуализации сосудов: Сосудистый модуль / Программное обеспечение Расширенная визуализация сосудов	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)									
Допустимый диапазон температуры от +10 до +35°С	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Допустимый диапазон относительной влажности от 30% до 80% без образования конденсата	соответствует	соответствует	**не соответствует** (нет данных в ТС тендерной документации)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

ЭКСПЕРТ

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4643936-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-08-2024 09:19:36

Лот № 4643936-Т1

Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4643936-Т1 Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур, Зайиров Дильшат – (Лор врач, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	541203300612, ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ	Не соотвествует
2	550130401411, ИП БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
4	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
5	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Зайиров Дильшат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	3201082	3201822	3201842	3202022	3201862
Предлагаемая модель МТ:	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	ЛОР комбайн NIKA M3	XU1 Smart	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур " OTOPOTONT BASIC PLUS"	Лор установка NET-600A с принадлежностями
Производитель МТ:	Happersberger Otopront GmbH, Германия	АО Ордамед Республика Казахстан	Chammed Co. Ltd, Корея	Happersberger Otopront GmbH, Германия	Mega Medical Co. Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Модуль аспирации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Защита от переливания	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ NIKA M3 отсутствует информация о защите от переливания, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ XU1 Smart отсутствует информация о защите от переливания, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует
Контейнер для жидкости	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Аспирационная трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль ирригации	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ NIKA M3 отсутствует информация о модуле ирригации, что не соответствует требованиям тендерной документации. Есть только для только для распыления медикаментов.	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ XU1 Smart отсутствует информация о модуле ирригации, что не соответствует требованиям тендерной документации. Есть только для только для распыления медикаментов.	Соответствует	Соответствует
Промывка уха	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ NIKA M3 отсутствует информация о промывке уха, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ XU1 Smart отсутствует информация о промывке уха, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует
Нагреватель зеркал	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света для эндоскопии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство для промывания миндалин	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ NIKA M3 отсутствует информация об устройстве для промывания миндалнк, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ XU1 Smart отсутствует информация об устройстве для промывания миндалин, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует
Кресло пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
эндоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гибкий назофарингоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кресло врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Диагностический микроскоп для оториноларингологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эндоскопическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поддон	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ NIKA M3 отсутствует информация о поддоне , что не соответствует требованиям тендерной документации.	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ XU1 Smart отсутствует информация о поддоне , что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует
Налобный осветитель холодного света	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка для инструментов	Соответствует	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ XU1 Smart отсутствует информация о стойке для инструментов , что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Зайиров Д.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4643937-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-07-2024 20:31:18

Лот № 4643937-Т1

Видеоэндоскопический комплекс

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4643937-Т1 Видеоэндоскопический комплекс, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	171140025232, Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR MEDICAL COMPANY"	Соответствует
2	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Не соотвествует
3	131140016008, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMedkomp"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

№ закупа 479436-1 Способ закупа: Тендер Лот № 4643937-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR MEDICAL COMPANY"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMedkomp"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС" на поставку медицинской техники**	
Предлагаемая модель МТ:	**Комплекс Tekno видеоэндоскопический универсальный**	**Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств**	**Система камеры эндоскопа U1, U1-T, U1 N, U1-S в комплекте с принадлежностями**	
Производитель МТ:	**Tekno-Medical GmbH ГЕРМАНИЯ**	**KARL STORZ SE & Co KG Германия**	**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD. КИТАЙ**	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие				
Медицинский полноэкранный монитор для визуализации и хирургии	Соответсвует	Соответствует	Сооответствует	
Диагональ не менее 30 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Формат объемного изображения 3D	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует формат объемного изображения 3D	
Блок видеокамеры	Соответсвует	Соответствует	Соответствует	
Видеоголовка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Технология 4K	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Источник света	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Насос эндоскопический	Соответсвует	Соответствует	Соответствует	
ВЧ-коагулятор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Ирригационная помпа	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Дополнительные комплектующие				

Мобильная стойка/тележка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в ТС.	
Держатель монитора	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в ТС. Отсутствует в заявленном РУ.	
Держатель газового балона /Держатель балона CO2	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Инфузионная стойка	Соответсвует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в ТС. Отсутствует в заявленном РУ.	
Держатель для видеокамеры	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в ТС. Отсутствует в заявленном РУ.	
Световод	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Диаметр 4,8 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Длина не менее 250 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Световод	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Диаметр 3,5 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Длина не менее 230 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Шнур кабель/биполярный	Соответсвует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Шнур кабель/монополярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Педаль для коагулятора	Соответствует	Соответствует	Соответствует.	
Рукоятка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Электрод для коагуляциидиаметр не менее 4 мм длина не менее 35 см	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Длина не соответствует параметрам. Длина 330 мм. Отсутствует в заявленном РУ.	
Педаль для коагулятора	Соответствует	Соответствует	Соответствует.	
Расходные материалы				
Набор силиконовых трубок	Соответствует	Соответствует	Соответствует.	
Электрод нейтральный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Принадлежности для ирригационной помпы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Отсутствует в заявленном РУ.	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации В соответствии с требованиями завода производителя МТ и в	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями.				
Сроки поставки медицинской техники 90 календарных дней Не позднее 10.12.2024 года	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) DDP пункт назначения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с	Соответствует	Соответствует	Не соответсвует. Не указано в технической спецификации	

частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик	Соответствует	Соответствует	Не соответсвует. Не указано в технической спецификации	

предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих				

специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4643940-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-08-2024 17:05:45

Лот № 4643940-Т1

Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4643940-Т1 Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств, Смайылов Куаныш – (зав отделение хирургии, Областная больница г.Талдыкорган) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Не соотвествует
2	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Смайылов Куаныш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"
Предлагаемая модель МТ:	Система камеры эндоскопа U1-T в комплекте с принадлежностями	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co.	KARL STORZ SE & Co KG, Германия	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии 3D Диагональ, дюйм: 32 дюйма.	**Не соответствует** (55-дюйма)	**соответствует**	**соответствует**
Источник света эндоскопический Источник света LED/светодиодный. Вес, кг.: не более 7,4 кг. Размеры, мм: Ширина x Высота x Глубина не более 311 x 125 x 370 мм.	**Не соответствует** (380мм x 360мм x 80мм)	**соответствует**	**соответствует**
Дополнительные комплектующие			
Щипцы, размер 5 мм, длина 360 мм.	**Не соответствует** (размеры 16мм, 36мм)	**соответствует**	**соответствует**
Контейнер для хранения и стерилизации эндоскопов / Дезинфекционная система. Размеры ширина не менее 670 мм, глубина не менее 195 мм, высота не менее 67 мм.	**Не соответствует** (Длина-479мм, ширин-90мм, высота-43,5мм.)	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
120 календарных дней, не позднее "01" декабря 2024 года. Адрес: Область Жетісу, Алакольский район, г. Ушарал, ул. Богенбай батыра 148	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требование к электропитанию 220-230 вольт 50Гц	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Эксперт Смайылов К.Б

ФИО/подпись

СМАЙЫЛОВ КУАНЫШ БОЛАТОВИЧ
Врач