Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644759-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-08-2024 13:22:35

Лот № 4644759-T1

Видеоэндоскопический комплекс с 4К изображением для гибких эндоскопов в комлпекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644759-T1 Видеоэндоскопический комплекс с 4К изображением для гибких эндоскопов в комлпекте, Жусупов Тимур – (Руководитель отдела обслуживания медоборудования и медицинских газов, ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница №2 акимата города Астаны) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	230540042812, Товарищество с ограниченной ответственностью "MT Сервис KZ"	Соответствует
3	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жусупов Тимур

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО МТ Сервис KZ	ТОО Пром-ЕА	ТОО Turan MD	-
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000, РК-МТ-5№020540	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями, РК-МТ-№023001	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1 в комплекте с принадлежностями РК-МТ-5No021691	
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	Sonoscape Medical Corp., Китай	Olympus Medical Systems Corp., Япония	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Мобильная рабочая станция/Тележка	соответствует	соответствует	соответствует	
Монитор 4K/LCD Монитор	соответствует	Монитор медицинский высокой четкости HD-550- **НЕ СООТВЕСТВУЕТ**. По данным регистрационного удостоверения Монитор медицинский высокой четкости HD-550 не зарегистрирован. В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие	соответствует	

		комплектующие: Монитор медицинский высокой четкости HD-550. Нарушение п.11 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110		
Видеопроцессор / Видеоцентр.	соответствует	соответствует	соответствует	
Разрешение изображения видеосигнала: FullHD/4K/HD.	соответствует	соответствует	соответствует	
Режим узкополосной визуализации: Высококонтрастный режим изображений / Узкоспектральная эндоскопия.	соответствует	Режим мультиспектральной визуализации VIST-экспертный режим, работающий с использованием определенных длин волн падающего и отраженного света, позволяет проводить выявление онкологический новообразований с высоким уровнем достоверности, на ранней стадии – **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**. Режим мультиспектральной визуализации не является режимом узкополосной визуализации. Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении: в технической спецификации потенциального	соответствует	

		поставщика отсутствует Режим узкополосной визуализации, требующееся согласно технической спецификации объявления.		
Интенсивность освещения: Интенсивность света / Обеспечение максимальной интенсивности светового потока.	соответствует	соответствует	соответствует	
Масштабирование изображения.	соответствует	соответствует	соответствует	
Режим контрастности изображения: Технология спектрального цветового выделения / Изменение контрастности.	соответствует	Режим CHb - цветовое картирование концентрации гемоглобина- **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**. цветовое картирование концентрации гемоглобина не является режимом контрастности изображения. Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении: в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует Режим контрастности изображения, требующееся согласно технической спецификации объявления.	соответствует	

Возможность подключения принтера.	соответствует	соответствует	соответствует	
Отображение на экране информации о пациенте.	соответствует	Отображение на экране информации о пациенте – отсутствует. **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**. Техническая спецификация медицинской техники не соответствует требованиям технической спецификации в объявлении: в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует Отображение на экране информации о пациенте, требующееся согласно технической спецификации объявления.	соответствует	
Размер по ширине видеоцентра: не более 395мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Размер по глубине видеоцентра: не более 488 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Размер по высоте видеоцентра: не более 210 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Вес видеоцентра: не более 19,4 кг.	соответствует	соответствует	соответствует	
Источник света: Источник света/Световой поток.	соответствует	соответствует	соответствует	
Поле зрения видеогастроскопа 140°.	соответствует	соответствует	соответствует	

Глубина резкости видеогастроскопа: не менее 2-100 мм.	соответствует	3-100 – **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**. Глубина резкости отвечает за диапазон расстояний от дистального конца медицинского эндоскопа, при которых изображение имеет необходимую для работы четкость. Заявленный потенциальным поставщиком диапазон 3-100 меньше, чем заявленный тендерной документацией диапазон 2-100мм. Предлагаемый потенциальным поставщиком видеогастроскоп не сможет обеспечить необходимую для врача четкость изображения исследуемой области на расстоянии от 2мм до 3мм от дистального конца. Обоснование потенциального поставщика о том, что глубина резкости в диапазоне от 3 до 100мм обеспечивает оптимальное качество изображения и то, что глубина резкости 3-100 это матрица нового поколения не подкреплено научными	соответствует	

		исследовательскими доказательствами (ни Казахстанскими, ни международными), по этой причине во внимание не принимается		
Наружный диаметр дистального конца: не более 9,9 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Наружный диаметр вводимой трубки/гибкой части: не более 9,6 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Диаметр инструментального канала: 2,8 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Углы изгиба: верх/вниз 210/90 градусов, лево/вправо 100/100 градусов.	соответствует	соответствует	соответствует	
Рабочая длина вводимой части/секции: не более 1100 мм	соответствует	соответствует	соответствует	
Поле зрения видеоколоноскопа 170°.	соответствует	соответствует	соответствует	
Глубина резкости видеоколоноскопа не менее 2-100 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Наружный диаметр дистального конца не более 13,2 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Наружный диаметр вводимой трубки/ гибкой части не более 12,8мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Диаметр инструментального канала не более 3,8 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	

Углы изгиба: верх/вниз 180/180 градусов, лево/вправо 160/160 градусов.	соответствует	соответствует	соответствует	
Рабочая длина вводимой части/секции: не более 1690 мм.	соответствует	соответствует	соответствует	
Регулировка жесткости эндоскопа: Регулировка жесткости.	соответствует	соответствует	соответствует	
		Чистящие щетки – **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**. По данным регистрационного удостоверения Чистящие щетки модели WS-0910WC не зарегистрирован. В регистрационном удостоверении на предлагаемую медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: Чистящие щетки модели WS-0910WC. Нарушение п.11 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110		
		Загубники – **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**. По данным регистрационного удостоверения загубники модели WS-YO-01 не зарегистрирован. В регистрационном удостоверении на предлагаемую		

		медицинскую технику отсутствуют следующие комплектующие: загубники модели WS-YO-01. Нарушение п.11 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110		
	Техническая спецификация поставщика соответствует условиям тендера	-	**Техническая спецификация поставщика соответствует условиям тендера**	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644757-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2024 23:56:01

Лот № 4644757-T1

Система ультразвуковая медицинская диагностическая экспертного класса 4D (кардиологический 5 датчиков)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644757-T1 Система ультразвуковая медицинская диагностическая экспертного класса 4D (кардиологический 5 датчиков), Жусупов Тимур – (Руководитель отдела обслуживания медоборудования и медицинских газов, ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница №2 акимата города Астаны) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
2	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
4	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Соответствует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
6	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
7	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жусупов Тимур

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "АЛЬЯНС"**	**ТОО "Turan MD"**	**ТОО "ZEIN INVEST"**	**ТОО "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."**	**ТОО "Life Medical Solutions"**	**ТОО "Алма-Мед"**	**ТОО "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Resona 7S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в вариантах исполнения: Vivid E95, с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S70N с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая в вариантах исполнения EPIQ с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Ультразвуковая диагностическая система Resona, вариант исполнения Resona 7 EXP в комплекте с принадлежностями.	Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии, в вариантах исполнениях: Aplio i800 (TUS-AI800), с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	GE Vingmed Ultrasound AS	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	Philips Ultrasound, LLC, Соединённые Штаты Америки	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Canon Medical Systems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Основной блок	*1.Степень защиты не менее IPX 7 , а у потенциального поставщика не указан степень защиты.* *2.Глубина по ТХ не более 79,4 см а у потенциального поставщика глубина 94,5 см.* *3. Отсутствует в РУ держатель геля.*	Соответствует	*1.Отсутствует описание на панель управление в ТХ.* *2.Отсутствует в РУ держатель геля.* *3.Отсутствует Программное обеспечение для отслеживания движении ткани . Гармоническая визуализация тканей / Визуализация скорости*	Соответствует	1. *Габариты Ложные данные согласно открытым источникам* 2. *Отсутствует в РУ держатель геля.*	*1. Глубина по ТХ не более 79,4 см а у потенциального поставщика глубина 94,5 см.* *2. Отсутствует держатель геля в РУ*	Соответствует

			движения тканей.: *4. Степень защиты не менее IPX7 а у потенциального поставшика в ТХ указан IPX0*				
Блок видеозаписи	*Отсутствует Блок видеозаписи в РУ*	Соответствует	*Отсутствует Блок видеозаписи в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Отсутствует в РУ*
Программное обеспечение Стресс-эхокардиографии	*Соответствует (но указано в РУ что необходим модуль ЭКГ, его в комплекте поставщика нет), программа под вопросом функционирования*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Соответствует (но указано в РУ что необходим модуль ЭКГ, его в комплекте поставщика нет), программа под вопросом функционирования*	Соответствует
Пакет клинических программ: эхокардиография взрослых, эхокардиография детей, эхокардиография плода, исследования сосудов, стресс-эхокардиография, транскраниальная допплерография	*приложена не соответствующая программа*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*нет данных по РУ*	*приложена не соответствующая программа*	*Отсутствует в РУ*
Программное обеспечение для абдоминальных исследований	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Отсутствует в РУ*
Программное обеспечениедля автоматического количественного анализа механики	*Нет данных в РУ*	Соответствует	*Отсутствует Программное обеспечениедля автоматического*	Соответствует	*Нет данных в РУ*	Соответствует	*Отсутствует в РУ*

сердца на основе двухмерных изображений			*количественного анализа механики сердца на основе двухмерных изображений*				
Специализированная программа для визуализации кровотока с высоким пространственным и временным разрешением	Соответствует	Соответствует	*Отсутствует Специализированная программа для визуализации кровотока с высоким пространственным и временным разрешением*	Соответствует	*Отсутствует в РУ*	*Указана неверная программа*	*Отсутствует в РУ*
Программное обеспечение количественного анализа трехмерных изображений для кардиологических изображений	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*В своей заявке участник указывает наличие запрашиваемой программы, вернее просто копирует формулировки из ТХ аукциона, но в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии,не указано наличие матричных чреспищеводных и трансторакальных датчиков, с помощью которых можно получить объемное изображение сердца, а также нет программы для анализа объемных данных.*	*В своей заявке участник указывает совершенно другую программу для сосудистых исследований "Трехмерная визуализация структур кровотока", которая дает объемную визуализацию кровотока, но никак не анализирует объемные данные в кардиологии. Более того в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии, а также нет программы для анализа объемных данных для левого желудочка.*	*Отсутствует в РУ*
Программа автоматическог	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*В своей заявке участник*	*В своей заявке участник добавил*	*Отсутствует в РУ*

о анализа данных объемного сканирования правого желудочка					*указывает наличие запрашиваемой программы, вернее просто копирует формулировки из ТХ аукциона, но в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии, а также нет программы для анализа объемных данных правого желудочка.*	*слово "левого желудочка", хотя его нет в ТХ аукциона, и , как следствие, предлагает программу "для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка." Это совершенно не корректно, так как в ТХ аукциона запрашивается программа для анализа ТОЛЬКО правого желудочка, и не просто фракция выброса, но анализ объемных данных, который включает в себя расчет конечно-диастолического объема правого желудочка (ПЖ), расчет конечно-систолического объема ПЖ, расчет фракции выброса ПЖ, расчет ударного объема ПЖ. Более того в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии, а также нет программы для анализа объемных данных для правого желудочка.*	
Специализированная программа для расчёта количественны	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*В своей заявке участник указывает наличие запрашиваемой программы, вернее*	*В своей заявке участник указывает совершенно другую программу "для недопплеровской*	Соответствует

х показателей морфологии митрального клапана					*просто копирует формулировки из ТХ аукциона, но в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии, а также нет программы для анализа объемных данных митрального клапана.*	*количественной оценки движения и деформации миокарда", которая не визуализирует и не анализирует митральный клапан. Для автоматической оценки митрального клапана нужна объемная чреспищеводная эхокардиография и соответсвующая программа, которая формирует объёмне изображение митрального клапана , автоматически определяет положения митрального клапана, фиброзного кольца и створок клапана, наблюдает в динамике механику структур митрального клапана в систолическую фазу, автоматически расчитывает размеров фиброзного кольца и створок клапана. Более того в регистрационном удостоверении нет программы для объемной чреспищеводной визуализации в кардиологии, а также нет программы для анализа объемных данных для митрального клапана.*	
Специализированное	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	*Отсутствует*	Соответствует	*Отсутствует в РУ*	*указана несоответствующая*	Соответствует

программное обеспечение количественного анализа для кардиологической изображений			*Специализированное программное обеспечение количественного анализа для кардиологический изображений*			*программа, количественный анализ программного обеспечения — это не количественный анализ кардиологических изображений. Абсолютно разные вещи*	
Специализированное программное обеспечениедля фотореалистичного отображения объемного изображения сердца	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	*Отсутствует Специализированное программное обеспечение для фотореалистичного отображения объемного изображения сердца*	Соответствует	*В своей заявке участник указывает наличие запрашиваемой программы, вернее просто копирует формулировки из ТХ аукциона, но в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии, а также нет программы для фотореалистичного отображения сердца, которая также предполагает наличие перемещаемого источника света.*	*В своей заявке участник указывает совершенно другую программу для акушерства и гинекологии "для получения 4D – изображения в режиме реального времени», которая дает объемную визуализацию плода, но не сердца. Более того в регистрационном удостоверении нет программы для объемной визуализации в кардиологии, а также программы для фотореалистичного отображения сердца, которая также предполагает наличие перемещаемого источника света.*	*Отсутствует в РУ*
Режим цветового картирования	*Отсутствует Режим цветового Картирования* в РУ	Соответствует	*Отсутствует Режим цветового Картирования в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Импульсно-волновой режим допплера	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Непрерывно-волновой режим допплера	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует
Классификация оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Датчик секторный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный широкополосный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик матричный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Отсутствует в РУ*	Соответствует	Соответствует
Датчик транспищеводный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы							
-	-	-	-	-	-	-	-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Влажность при эксплуатации оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Температура, при эксплуатации оборудования °С	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрические параметры Напряжение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Потребляемая мощность	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644756-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-08-2024 00:04:28

Лот № 4644756-Т1

Система ультразвуковая медицинская диагностическая экспертного класса 4D (акушерский 5 датчиков)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644756-Т1 Система ультразвуковая медицинская диагностическая экспертного класса 4D (акушерский 5 датчиков), Жусупов Тимур – (Руководитель отдела обслуживания медоборудования и медицинских газов, ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница №2 акимата города Астаны) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	940740001781, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	040740001733, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛЮКС"	Не соответствует
4	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
6	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Соответствует
7	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
8	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
9	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соответствует
10	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жусупов Тимур

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "MEDION"**	**ТОО "АЛЬЯНС"**	**ТОО "МЕДИЛЮКС"**	**ТОО "Turan MD"**	**ТОО "ZEIN INVEST"**	**ТОО "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."**	**ТОО "Life Medical Solutions"**	**ТОО "Алма-Мед"**	**ТОО "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**	**Акционерное общество "Ordamed"**
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая стационарная V модели V7	Ультразвуковая диагностическая система Resona 7S в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии, в вариантах исполнениях: Aplio i800 (TUS-AI800) с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая EPIQ Elite с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Ультразвуковая диагностическая система Resona, вариант исполнения Resona 7 EXP в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Resona, варианты исполнения: Resona 7 OB, в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA u10
Производитель МТ:	Samsung Medison Co.,Ltd	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	"Canon Medical Systems Corporation" (Япония)	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Philips Ultrasound, LLC, Соединённые Штаты Америки	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	AO "Ordamed"
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие										
Блок Базовый	*1.В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производител*	*1. В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производител*	*1. В ТХ потенциального поставщика написано что поддерживает*	Соответствует	*1.В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производител*	Соответствует	*1.В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производител*	*1.В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производител*	Соответствует	*1.В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производител*

	я и в продуктовых брошюрах не указана поддержка КОНВЕКСНЫХ МАТРИЧНЫХ датчиков, хотя в заявке участника указывают что поддерживает. *2. Также в РУ не указано что у данного МИ имеется монокристальные и матричные датчики, но в ТХ он указан как поддерживает.*	*я и в продуктовых брошюрах не указана поддержка КОНВЕКСНЫХ МАТРИЧНЫХ датчиков, хотя в заявке участника указывают что поддерживает.* *2. В ТХ написано «Поддержка специализированных датчиков: Функция встроенная, обеспечивающая работу электронных объемных датчиков, активируемая электронным ключом.» но в ТХ потенциального поставщика не указано о том, что Поддержка специализированных датчиков активизируется через электронный ключ.*	*монокристальные датчики но в РУ не указаны монокристальные датчики.* *2. Ширина в ТХ указано не более 59,2 см а у потенциального поставщика ширина 63.1 см.*		*я и в продуктовых брошюрах не указана поддержка КОНВЕКСНЫХ МАТРИЧНЫХ датчиков, хотя в заявке участника указывают что поддерживает.* *2. В ТХ отсутствует о том, что поддерживает интраоперационные датчики.*		*я и в продуктовых брошюрах не указана поддержка КОНВЕКСНЫХ МАТРИЧНЫХ датчиков, хотя в заявке участника указывают что поддерживает.*	*я и в продуктовых брошюрах не указана поддержка КОНВЕКСНЫХ МАТРИЧНЫХ датчиков, хотя в заявке участника указывают что поддерживает.* *2. В ТХ указан «Диапазон работ указан 1-18 МГц» а у потенциального поставщика Диапазон работ 1-23 МГц.* *3. Число оттенков серого указан в ТХ 255 а у потенциального поставщика 256.*		*я и в продуктовых брошюрах не указана поддержка КОНВЕКСНЫХ МАТРИЧНЫХ датчиков, хотя в заявке участника указывают что поддерживает.* *2. В ТХ указано что поддерживает интраоперационные, Монокристальные и матричные датчики но в РУ нету таких датчиков.*

		3. В ТХ указан «Диапазон работ указан 1–18 МГц» а у потенциального поставщика Диапазон работ 1-23 МГц. *4. Число оттенков серого указан в ТХ 255 а у потенциального поставщика 256.*								
Пакет программ универсальных клинических приложений.	*Не соответствует (указать наименования программ по РУ, соответствующих параметру)*	1. *Отсутствует в РУ программа эхокардиографии плода* 2. *Отсутствует в РУ программа костно-мышечной системы/опорно-двигательного аппарата* 3. *Отсутствует в РУ программа для транскраниальной / краниальной исследований.*	*Не соответствует Указать наименование по РУ*	Соответствует	*Не соответствует Указать наименование согласно РУ*	Соответствует	*Не соответствует Указать по РУ, нет в РУ*	*Не соответствует Указать данные по РУ*	*Не соответствует Нет данных в РУ*	*Не соответствует Нет данных в РУ*

		4. Отсутствует в РУ программа для эхокардиографии детей / Кардиологические исследования детей и взрослых.								
Виртуальный источник света	*В регистрационном удостоверении, на офиц.сайте производителя и в продуктовых брошюрах не указано наличие этой программы. В заявке участника она не указана, хотя есть в ТХ аукциона - пункт 3.*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует отсутствует в РУ*	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*
Измерение толщины комплекса интима-медиа	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует (нет в РУ)*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует Нет в ТХ и в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Улучшенная визуализация кровотока	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует (нет в РУ)*	Соответствует	*отсутствует в РУ*	Соответствует	*Не Соответствует Нет в РУ*	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*
Программа измерения биометрических параметров плода	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*	Соответствует	*Не Соответствует Нет в РУ и ТХ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Модуль визуализации количественной эластографии и количественной оценки точки эластографии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие										
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный внутриполосный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
DVD-дисковод	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*Не соответствует Нет в РУ*	*Не Соответствует Нет в РУ*
Расходные материалы										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)										
Влажность при эксплуатации оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Температура, при эксплуатации оборудования, градусов °С	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрические параметры Напряжение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Потребляемая мощность	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Классификация Оборудование	Соответствует	*В ТХ указано «Классификация*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	*В ТХ указано «Классификация*	*В ТХ отсутствует*	Соответствует

		Оборудование класса I с изолированными контактными частями типов BF и CF.» а у потенциального поставщика Классификация Оборудование класса 2 с изолированными контактными частями типов BF и CF.						*Оборудование класса I с изолированными контактными частями типов BF и CF.» а у потенциального поставщика Классификация Оборудование класса 2 с изолированными контактными частями типов BF и CF.*	*информация по Классификации Оборудование*	

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644754-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 16-08-2024 11:56:08

Лот № 4644754-Т1

Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644754-Т1 Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления, Ильясова Ассель – (Заведующая лучевой диагностики, ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	010240004186, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI"	Соответствует
4	020240002928, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ильясова Ассель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
№ лота 4644754-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Алма-Мед»**	**ТОО «Альянс»**	**ТОО "ГИЗА-ФАРМ"**	**ТОО «Контур XXI»**
Предлагаемая модель МТ:	Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP (варианты исполнений: Opera T90SHX) в комплекте с принадлежностями. РК МИ (МТ)-0№ 025970 от 20.02.2023 г.	"Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP (варианты исполнений: Opera T90SH) в комплекте с принадлежностями". РК МИ (МТ)-0 № 025970 от 20 февраля 2023 г.	Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления VITA DRF № РК-МТ-5№020106 от 13.02.2020 до 13.02.2025 г.	Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления VITA DRF № РК-МТ-5№020106 от 13.02.2020 до 13.02.2025 г.
Производитель МТ:	General Medical Merate S.P.A., Италия	General Medical Merate S.p.A., Италия	MEDRAY LTD, Болгария.	MEDRAY LTD, Болгария.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Рентгеновский стол – 1 шт. Рабочие положения стола:вертикальное, горизонтальное и наклонное; Высота деки стола от пола, изменяемая в диапазоне: Нижнее положение: не менее 48 см. Верхнее положение: не более 120 см; **Плавное поперечное перемещение деки стола, см 30 см;** Максимальная масса пациента, кг: не менее 160 кг; Размеры деки стола, см: не менее 223 см х 74 см; Диапазон угла наклона стола, градусы: не менее -90 / +89 градусов; Функции управления столом: автоматическая остановка стола	**Стол снимков – 1 шт.** Рентгеновский стол: рентгеновский стол с дистанционным управлением; Рабочие положения стола: вертикальное, горизонтальное и наклонное; Высота деки стола от пола, изменяемая в диапазоне: 50 см - 100 см; **Плавное поперечное перемещение деки стола: 35 см – не соответствует.** Максимальная масса пациента: 266 кг; Размеры деки стола: длина 240 см, ширина 80 см; Диапазон угла наклона стола: -90 градусов / +90 градусов; Функции управления столом: автоматическая остановка стола в горизонтальной	**Стол снимков – 1 шт.** Рентгеновский стол: рентгеновский стол с дистанционным управлением; Рабочие положения стола:- вертикальное,- горизонтальное, наклонное; Изменяемая высота деки стола от пола в диапазоне, см: 76 см - 100 см;**Плавное поперечное перемещение деки стола, см: 35 см– не соответствует.** Максимальная масса пациента, кг: 266 кг; Размеры деки стола (ДхШ), см: 240 х 80 см; Диапазон угла наклона стола, градусы: -90°/+90°;	**Цифровой радиографический/флюороскопический стол дистанционного управления, в составе:** **- основание стола;** **- подвижная дека стола;** **- колонна;** **- отсеивающий рентгеновский растр;** **- ионизационная камераавтоматического экспонометра – 1 шт.** Цифровой радиографический/флюороскопический стол дистанционного управления, рабочие положения стола: вертикальное, горизонтальное и наклонное. Высота деки стола от пола, изменяемая в диапазоне:	**Цифровой радиографический/флюороскопический стол дистанционного управления, в составе:** **- основание стола;** **- подвижная дека стола;** **- колонна;** **- отсеивающий рентгеновский растр;** **- ионизационная камераавтоматического экспонометра – 1 шт.** Рабочие положения стола: вертикальное, горизонтальное и наклонное. Высота деки стола от пола, изменяемая в диапазоне: Нижнее положение: 53 см. Верхнее положение: 100 см. Плавное поперечное

в горизонтальной позиции; Минимальное расстояние фокус-приемник, см: не менее 110 см; Максимальное расстояние фокус-приемник, см: не менее 150 см; Функции стола-штатива: моторизированное отведение деки стола/ Функция быстрого приведения стола-штатива в горизонтальную и вертикальную позицию нажатием одной кнопки; Возможности исследования различных органов пациента без перекладывания на деку стола: возможность исследования различных органов пациента без перекладывания / Проведения исследований пациентов, на мобильном рентгенопрозрачном столе-каталке с использованием приемника стола-штатива без перекладывания пациента на деку стола; Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника: Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника; Моторизированное перемещение рентгеновского излучателя вдоль деки стола, см: не менее 133 см; **Диапазон изменения косой проекции: не менее -45/+35 градусы;** Компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии: дистанционно управляемый компрессионный тубус срегулировкой силы компрессии; Съемная или стационарная подножка для пациента: съемная подножка для пациента/ Опора	позиции;Минимальное расстояние фокус-приемник: 115 см; Максимальное расстояние фокус-приемник: 180 см; Функции стола-штатива: Функция быстрого приведения стола-штатива в горизонтальную и вертикальную позицию нажатием одной кнопки; Возможности исследования различных органов пациента без перекладывания на деку стола: возможность исследования различных органов пациента без перекладывания; Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника; Моторизированное перемещение рентгеновского излучателя вдоль деки стола: 138 см; **Диапазон изменения косой проекции: - 40 / +40 градусы – не соответствует.** Компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии: дистанционно-управляемый компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии; Съемная подножка для пациента; Поручни для рук пациента: боковые поручни для рук; Функции: цифровая рентгеноскопия и рентгенография; Дополнительные функции: томография. **Не соответствует.** **Наименование комплектующего к (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)медицинской технике не Регистрационному удостоверению .**	Функции управления столом: автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции; Минимальное расстояние фокус-приемник, см: 115 см; Максимальное расстояние фокус-приемник, см: 150 см; Функции стола-штатива: Функция быстрого приведения стола-штатива в горизонтальную и вертикальную позицию нажатием одной кнопки; Возможности исследования различных органов пациента без перекладывания на деку стола: возможность исследования различных органов пациента без перекладывания; Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника; Моторизированное перемещение рентгеновского излучателя вдоль деки стола, см: 138 см; **Диапазон изменения косой проекции, градусы: -40°/ +40° - не соответствует.** Съемная подножка для пациента; Поручни для рук пациента: боковые поручни для рук; Функции: цифровая рентгеноскопия и цифровая рентгенография; Дополнительные функции: цифровая томография;Компрессионное устройство – 1 шт.Компрессионный тубус с	нижнее положение, 53 см и верхнее положение, 100 см. Плавное поперечное перемещение деки стола см, 30. Максимальная масса пациента, кг: 230. Размеры деки стола: 230 см х 74 см. Диапазон угла наклона стола, градусы: -90 / +90. Функции управления столом: автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции. Минимальное расстояние фокус-приемник, см: 115. Максимальное расстояние фокус-приемник, см: 200. Функции стола-штатива: моторизированное отведение деки стола. Возможности исследования различных органов пациента без перекладывания на деку стола: Проведения исследований пациентов, на мобильном рентгенопрозрачном столе-каталке с использованием приемника стола-штатива без перекладывания пациента на деку стола. Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника. Моторизированное перемещение рентгеновского излучателя вдоль деки стола см, 145. Диапазон изменения косой проекции: -45/+45 градусы. Дистанционно управляемый компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии. Съемная подножка для пациента. Поручни для рук пациента. Функции: цифровая рентгеноскопия, рентгенография и томография.	перемещение деки стола, 30 см. Максимальная масса пациента, кг: 230 кг. Размеры деки стола, см: 230 см х 74 см. Диапазон угла наклона стола, градусы: -90 / +90 градусов. Функции управления столом: автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции. Минимальное расстояние фокус-приемник, см: 115 см. Максимальное расстояние фокус-приемник, см: 200 см. Функции стола-штатива: моторизированное отведение деки стола. Возможности исследования различных органов пациента без перекладывания на деку стола: Проведения исследований пациентов, на мобильном рентгенопрозрачном столе-каталке с использованием приемника стола-штатива без перекладывания пациента на деку стола. Электронная синхронизация перемещения рентгеновского излучателя и приёмника. Моторизированное перемещение рентгеновского излучателя вдоль деки стола, 145 см. Диапазон изменения косой проекции: -45/+45 градусов. Дистанционно управляемый компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии. Съемная подножка для пациента. Поручни для рук пациента. Функции: цифровая рентгеноскопия и рентгенография, томография.

для ног; Поручни для рук пациента: поручни для рук пациента/ Боковые поручни для рук; Функции: цифровая рентгеноскопия и рентгенография; Дополнительныефункции: томография.		регулировкой силы компрессии: дистанционно-управляемый компрессионный тубус с регулировкой силы компрессии; **Не соответствует. Наименование комплектующего к (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)медицинской технике не Регистрационному удостоверению .**	**Соответствует.**	**Соответствует.**
Блок рентгеновской трубки- 1 шт. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой: двухфокусная или трехфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом/Блок с трехфокусной рентгеновской трубкой; Теплоемкость излучателя, кДж: не менее 1800 кДж; Теплоемкость анода, кДж: не менее 580 кДж; Размер малого фокусного пятна, мм: не более 0,6 х 0,6 мм; Размер большого фокусного пятна, мм: 1,0 х 1,0 мм; Скорость вращения анода, об/мин: не менее 9000 об./мин.	**Рентгеновская трубка- 1 шт.** Блок рентгеновской трубки; Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой: двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом; Теплоемкость излучателя: 1800 кДж; Теплоемкость анода: 840 кДж; Размер малого фокусного пятна: 0,6 х 0,6 мм; Размер большого фокусного пятна: 1,0 х 1,0 мм; Скорость вращения анода: 10000 об./мин. **Соответствует.**	**Рентгеновская трубка- 1 шт.** Блок рентгеновской трубки; Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой: двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом; Теплоемкость излучателя, кДж: 1800 кДж; Теплоемкость анода, кДж: 840 кДж; Размер малого фокусного пятна, мм: 0,6 х 0,6 мм; Размер большого фокусного пятна, мм: 1,0 х 1,0 мм; Скорость вращения анода, об./мин: 10000 об./мин. **Соответствует.**	**Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой -1 шт.** Рентгеновский излучатель с рентгеновской двухфокусной трубкой с вращающимся анодом. Теплоемкость излучателя 1800 кДж. Теплоемкость анода 580 кДж. Размер малого фокусного пятна 0,6 х 0,6 мм. Размер большого фокусного пятна 1,0 х 1,0 мм. Скорость вращения анода 9000 об./мин. **Соответствует.**	**Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой -1 шт.** Рентгеновский излучатель с двухфокусной рентгеновской трубкой с вращающимся анодом. Теплоемкость излучателя 1800 кДж. Теплоемкость анода 580 кДж. Размер малого фокусного пятна 0,6 х 0,6 мм.Размер большого фокусного пятна 1,0 х 1,0 мм. Скорость вращения анода 9000 об./мин. **Соответствует.**
Рентгеновское питающее устройство – 1 шт. Рентгеновское питающее устройство: Мощность высокочастотный генератор, кВт: не менее 65 кВт;	**Высокочастотный генератор с пультом управления – 1 шт.** Рентгеновское питающее устройство; Мощность высокочастотного генератора: 80 кВт;	**Высокочастотный генератор с пультом управления – 1 шт.** Рентгеновское питающее устройство; Мощность высокочастотный генератор,	**Рентгеновский генератор, в составе:** **- блок электроники;** **- высоковольтный трансформатор;** **- дистанционный пульт**	**Рентгеновский генератор, в составе:** **- блок электроники;** **- высоковольтный трансформатор;** **- дистанционный пульт**

Диапазон изменения анодного напряжения, кВ: 40 кВ до 150 кВ; Минимальное время экспозиции, мс: не более 2 мс; Максимальная сила тока в режиме рентгенографии, мА: 1000 мА; Максимальная сила тока в режиме рентгеноскопии, мА: не менее 16,5 мА; Программы органоавтоматики: программы органоавтоматики / Выбор телосложения; Напряжение питания, В: не менее 380 ± 10 % В; Частота, Гц: не менее 50 Гц;	Диапазон изменения анодного напряжения: от 40 кВ до 150 кВ; Минимальное время экспозиции: 1 мс; Максимальная сила тока в режиме рентгенографии: 1000 мА; Максимальная сила тока в режиме рентгеноскопии: 20 мА; Программы органоавтоматики: выбор телосложения; Напряжение питания: 380 ± 10 % В; Частота: 50 Гц; **Соответствует.**	кВт: 80 кВт; Диапазон изменения анодного напряжения, кВ: 40 - 150 кВ; Минимальное время экспозиции, мс: 1 мс; Максимальная сила тока в режиме рентгенографии, мА: 1000 мА;Максимальная сила тока в режиме рентгеноскопии, мА: 20 мА; Программы органоавтоматики: выбор телосложения; Напряжение питания, В: 380 ± 10 % В; Частота, Гц: 50 Гц; **Соответствует.**	**управления – 1 шт.** Рентгеновский высокочастотный генератор, мощность генератор 65 кВт. Диапазон изменения анодного напряжения от 40 кВ до 150 кВ. Минимальное время экспозиции 2 мс. Максимальная сила тока в режиме рентгенографии 1000 мА. Максимальная сила тока в режиме рентгеноскопии 16,5 мА. Программы органоавтоматики. Напряжение питания 380 ± 10 % В. Частота, Гц: 50 Гц. **Соответствует.**	**управления – 1 шт.** Мощность высокочастотный генератор 65 кВт. Диапазон изменения анодного напряжения 40 кВ до 150 кВ. Минимальное время экспозиции 2 мс. Максимальная сила тока в режиме рентгенографии 1000 мА. Максимальная сила тока в режиме рентгеноскопии 16,5 мА. Программы органоавтоматики. Напряжение питания 380 ± 10 % В. Частота, Гц: 50 Гц. **Соответствует.**
Плоскопанельный цифровой детектор. Плоскопанельный цифровой детектор; Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии, см: не менее 42,3 х 42,3 см; Количество кадров при рентгеноскопии, кадров/с: не менее 15 кадров/с; Количество пикселей при рентгенографии: не менее 2840 х 2840; Квантование, бит: 16 бит; Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника, %: не менее 60 %; Пространственное разрешение, пар линий/мм: не менее 2 пар линий/мм.	**Динамический цифровой плоскопанельный детектор -1 шт.** Плоскопанельный цифровой детектор; Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии: 43 х 43 см; Количество кадров при рентгеноскопии: 30 кадров/с; Количество пикселей при рентгенографии: 3072 х 3072; Квантование: 16 бит; Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника: 78 %; Пространственное разрешение: 3,6 пар линий/мм. **Соответствует.**	**Динамический цифровой плоскопанельный детектор -1 шт.** Плоскопанельный цифровой детектор; Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии, см: 43 х 43 см; Количество кадров при рентгеноскопии, кадров/с: 30 кадров/с; Количество пикселей при рентгенографии: 3072 х 3072 пике.; Квантование, бит: 16 бит; Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника,%: 78%; Пространственное разрешение пар линий/мм: 3,6 пар линий/мм. **Соответствует.**	**Плоскопанельный цифровой детектор – 1шт.** Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии 42,7 х 42,7 см. Количество кадров при рентгеноскопии, 30 кадров/с. Количество пикселей при рентгенографии: 3072х3072. Квантование, бит: 16 бит. Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника 65 %. Пространственное разрешение 4 пар линий/мм. **Соответствует.**	**Плоскопанельный цифровой детектор – 1шт.** Рабочий размер при рентгенографии и рентгеноскопии 42,7 х 42,7 см. Количество кадров при рентгеноскопии, 30 кадров/с. Количество пикселей при рентгенографии: 3072х3072. Квантование, бит: 16 бит. Квантовая эффективность регистрации (DQE) для пространственной частоты 0,5 мм-1 при дозе 2,5 мкГр в плоскости приемника 65 %. Пространственное разрешение 4 пар линий/мм. **Соответствует.**
Автоматизированное рабочее место лаборанта – 1 шт.	**Система получения и обработки цифровых изображений в**	**Система получения и обработки цифровых**	**Автоматизированное рабочее место рентген лаборанта, в**	**Автоматизированное рабочее место рентген**

Автоматизированное рабочее место лаборанта; Тактовая частота процессора, ГГц: не менее 2,6 ГГц; Объем оперативной памяти, Гбайт: 8 Гбайт; Монитор, шт: 2 шт; Интерфейс сетевой: интерфейс сетевой; Модуль записи дисков: модуль записи CD-R/DVD-R дисков/ Привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW; DICOM-совместимость: DICOM-совместимость; Содержание анатомических программ: информация об органе, укладке и ориентации снимка - параметры генератора (кВ, мАс, мА, с); - параметры постпроцессинга/ Панель анатомических программ; Отображение на экране АРМ готовности к экспозиции: отображение на экране АРМ готовности к экспозиции/ Управление процессом изображений; Функция сшивки изображений: функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника / Функция обработки изображений (стыковку/сшивку изображений) для полученных изображений, загруженных из процессора изображений; Функция мультиэнергетичных исследований: реконструкция изображения с подавлением костной или мягкой тканей в	**комплекте срабочей станцией, компьютером, монитором, ПО и пр. принадлежности – 1 шт.** Система получения и обработки цифровых изображений в комплекте с рабочей станцией - автоматизированное рабочее место лаборанта; Тактовая частота процессора: 2,6 ГГц; Объем оперативной памяти: 8 Гбайт; Монитор: 2 шт; Интерфейс сетевой: интерфейс сетевой; Модуль записи дисков: Привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW; DICOM-совместимость; Содержание анатомических программ: информация об органе, укладке и ориентации снимка - параметры генератора (кВ, мАс, мА, с); - панель анатомических программ; Отображение на экране АРМ готовности к экспозиции: отображение на экране АРМ готовности к экспозиции; Функция сшивки изображений: функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника; Функция мультиэнергетичных исследований: реконструкция изображения с подавлением костной или мягкой тканей в режиме двойной энергии; Функции постобработки изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное), поворот изображения;	**изображений в комплекте с рабочей станцией, компьютером, монитором, ПО и пр. принадлежности – 1 шт.** Автоматизированное рабочее место лаборанта; Тактовая частота процессора, ГГц: 2,6 ГГц; Объем оперативной памяти, Гбайт: 8 Гбайт; Монитор, шт: 2 шт; Интерфейс сетевой; Модуль записи дисков: Привод дисковперезаписывающий DVD/CD-RW; DICOM-совместимость; Содержание анатомических программ: информация об органе, укладке и ориентации снимка-параметры генератора (кВ, мАс, мА, с);панель анатомических программ; Отображение на экране АРМ готовности к экспозиции: отображение на экране АРМ готовности к экспозиции; Функция сшивки изображений: функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника; Функция мультиэнергетичных исследований: реконструкция изображения с подавлением костной или мягкой тканей в режиме двойной энергии; Функции постобработки	**составе:** **- блок синхронизации;** **- системный блок;** **- сенсорный монитор;** **- переговорное устройство лаборант-пациент;** **- программное обеспечение;** **- источник бесперебойного питания – 1шт.** Автоматизированное рабочее место лаборанта. Тактовая частота процессора 2,6 ГГц. Объем оперативной памяти 8 Гбайт. Монитор 2 шт. Интерфейс сетевой. Привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW. DICOM-совместимость. Содержание анатомических программ: информация об органе, укладке и ориентации снимка - параметры генератора (кВ, мАс, мА, с); - параметры постпроцессинга. Отображение на экране АРМ готовности к экспозиции. Функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника. Функция мультиэнергетичных исследований: реконструкция изображения с подавлением костной или мягкой тканей в режиме двойной энергии. Функции постобработки изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное), поворот изображения. Функции рентгенометрии: измерение	**лаборанта, в составе:** **- блок синхронизации;** **- системный блок;** **- сенсорный монитор;** **- переговорное устройство лаборант-пациент;** **- программное обеспечение;** **- источник бесперебойного питания – 1шт.** Автоматизированное рабочее место лаборанта. Тактовая частота процессора 2,6 ГГц. Объем оперативной памяти 8 Гбайт. Монитор 2 шт. Интерфейс сетевой. Привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW. DICOM-совместимость. Содержание анатомических программ: информация об органе, укладке и ориентации снимка - параметры генератора (кВ, мАс, мА, с); - параметры постпроцессинга. Отображение на экране АРМ готовности к экспозиции. Функция сшивки изображений для получения полноформатных снимков конечностей и позвоночника. Функция мультиэнергетичных исследований: реконструкция изображения с подавлением костной или мягкой тканей в режиме двойной энергии. Функции постобработки изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное), поворот

режиме двойной энергии /Мультиформатный режим; Функции постобработки изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное), поворот изображения; Функции рентгенометрии: измерение размеров и расстояний, измерение углов; Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ: регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ/Переключатели управления; Выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ: выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ/Панель выбора метода; Автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом): автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом)/ Автоматическая передача данных на	Функции рентгенометрии: измерение размеров и расстояний, измерение углов; Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ; Выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ; Автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом): автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом); Передача результатов исследований в формате DICOM на сервер PACS, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервер и сетевой фильтр; **Соответствует.**	изображения: регулирование яркости и контрастности, перевод изображения в негатив/позитив, зеркальное отображение изображения (вертикальное,горизонтальное),поворот изображения; Функции рентгенометрии: измерение размеров и расстояний, измерение углов; Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ; Выбор размера фокального пятнарентгеновского излучателя с экрана АРМ; Автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом): автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости вводаэтих данных оператором (лаборантом); Передача результатов исследований в формате DICOM на сервер PACS, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервер и сетевой фильтр; **Соответствует.**	размеров и расстояний, измерение углов. Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ. Выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ. Автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом). Передача результатов исследований в формате DICOM на сервер PACS, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервер и сетевой фильтр. **Соответствует.**	изображения. Функции рентгенометрии: измерение размеров и расстояний, измерение углов. Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ. Выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ. Автоматическая запись параметров исследования (кВ, мАс, мА, с) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (лаборантом). Передача результатов исследований в формате DICOM на сервер PACS, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервер и сетевой фильтр. **Соответствует.**

сервер;Передача результатов исследований в формате DICOM на серверPACS, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервери сетевой фильтр: передача результатов исследований в формате DICOM на сервер, автоматизированное рабочее место врача рентгенолога, файл-сервер и сетевой фильтр;				
Мобильная тележка для монитора- 1 шт. Мобильная тележка для монитора.	Мобильная тележка для монитора. **Соответствует.**	Мобильная тележка для монитора. **Соответствует.**	Мобильная тележка для монитора. **Соответствует.**	Мобильная тележка для монитора. **Соответствует.**
Требования к условиям эксплуатации.Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +10 °С до +35 °С Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +10 °С до +35 °С Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст. **Соответствует.**	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В Частота переменного тока: 50Гц Температура: от +10 °С до +35 °С Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. Ст **Соответствует..**	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +10 °С до +35 °С Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст. **Соответствует.**	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +10 °С до +35 °С Относительная влажность (без выпадения конденсата): от 20 до 80 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст. **Соответствует.**

ТОО "ГИЗА-ФАРМ: Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления VITA DRF № РК-МТ-5№020106 от 13.02.2020 до 13.02.2025 г. Техническая спецификация полностью соответствуют требованиям. Комплектующее оборудование отвечает заявленным техническим характеристикам.

ТОО «Альянс»: Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP (варианты исполнений: Opera T90SH) в комплекте с принадлежностями". РК МИ (МТ)-0 № 025970 от 20 февраля 2023 г. Рентгеновский стол не соответствует требованиям технической спецификации, а именно: Плавное поперечное перемещение деки стола: 35 см – не соответствует. Диапазон изменения косой проекции: - 40 / +40 градусы – не соответствует. Не соответствует. Наименование комплектующего к (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)медицинской технике не Регистрационному удостоверению .

ТОО «Алма-Мед»: Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP (варианты исполнений: Opera T90SH) в комплекте с принадлежностями". РК МИ (МТ)-0 № 025970 от 20 февраля 2023 г. Рентгеновский стол не соответствует требованиям технической спецификации, а именно: Плавное поперечное перемещение деки стола: 35 см – не соответствует. Диапазон изменения косой проекции: - 40 / +40 градусы – не соответствует. Не соответствует. Наименование комплектующего к (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)медицинской технике не Регистрационному удостоверению

ТОО «Контур XXI»: Цифровая рентгенографическая/флюороскопическая система дистанционного управления VITA DRF № РК-МТ-5№020106 от 13.02.2020 до 13.02.2025 г. Техническая спецификация полностью соответствуют требованиям. Комплектующее оборудование отвечает заявленным техническим характеристикам..

Таким образом, ТОО "ГИЗА-ФАРМ и ТОО «Контур XXI» полностью соответствуют требованиям технической спецификации объявления.

Эксперт **Ильясова А.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644751-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2024 15:28:23

Лот № 4644751-Т1

МРТ 1,5 Тесла

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644751-Т1 МРТ 1,5 Тесла, Туремуратова Алима – (Заведующий отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
5	170240011223, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE"	Соответствует
6	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соответствует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Туремуратова Алима

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО ZEIN INVEST	ТОО АЛАШ-KZ	ТОО «QUORU»	АО «Ordamed»	ТОО «Лабтроник»	ТОО «GAIDE»	ТОО «ADICOM LTD»
Предлагаемая модель МТ:	Томограф магнитно-резонансный SIGNA, варианты исполнения SIGNA Explorer	Томограф магнитно-резонансный i_Vision 1.5T Plus с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф Magnetom Altea	Магнитно-резонансный томограф Magnum, варианты исполнения Magnum 1.5T	Система магнитно-резонансной томографии NeuMR 1.5T	Магнитно-резонансный томограф uMR, варианты исполнения: uMR 580	Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, модификации: Ingenia Ambition S
Производитель МТ:							
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Гентри	Соответствует	Не соответствует (представлен без гелиевый МРТ, согласно ТЗ заказчика, требуется гелиевый МРТ)	Соответствует	Не соответствует (представленная информация размера гентри не соответствует информации с официального сайта производителя)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Градиентная система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
РЧ-катушки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (представленная информация о столе пациента не соответствует информации с официального	Соответствует	Соответствует	Соответствует

				сайта производителя)			
Независимая рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует информация по рабочей станции как комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует
Консоль оператора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компьютер реконструкции изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует
Программные обеспечения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует информация по рабочей станции как комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует
Портативный металлодетектор	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)
Мобильное кресло оператора	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)
Набор для размещения и фиксации пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует
Немагнитная каталка	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Не соответствует (отсутствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)

					комплектующее в РУ)		
Фантомы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройства бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует
Щит питания силовой распределительный специальный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ) Стабилизатор не может функционирповать как распределительный щит питания	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ) Стабилизатор не может функционирповать как распределительный щит питания	Соответствует	Соответствует
Стол оператора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)
Кожух магнита	Соответствует	Не представлена информация как отдельного дополнительного комплектующего	Соответствует	Не представлена информация как отдельного дополнительного комплектующего	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)
Система охлаждения компонентов томографа и рециркуляция воздуха в процедурной комнате	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство для защитного экранирования помещения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует комплектующее в РУ)	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Туремуратова А. С.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Частная компания BS Med Ltd.	ТОО "Кызыл Жар Company "		
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств		
Производитель МТ:	KARL STORZ SE & Co KG, Германия	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Медицинский плоскоэкранный монитор	**соответствует**	**соответствует**		
Блоки видеокамер	**соответствует**	**соответствует**		
Блок видеокамеры эндоскопической	**соответствует**	**соответствует**		
Видеоголовка	**соответствует**	**соответствует**		
Источник света эндоскопический	**соответствует**	**соответствует**		
Насос эндоскопический	**соответствует**	**соответствует**		
Ирригационная помпа с регулировкой потока жидкости	**соответствует**	**соответствует**		
Аспирационная помпа	**соответствует**	**соответствует**		
ВЧ-Коагулятор	**соответствует**	**Не соответствует. ВЧ-Коагулятор: Высокочастотный генератор указан в составе дополнительного комплектующего в составе 1. «Мобильная стойка для оборудования» тогда как он должен идти в качестве**		

		Основного комплектующего в количестве 1 штука.		
Дополнительные комплектующие				
Стойка мобильная для эндоскопического оборудования	**соответствует**	**соответствует**		
Держатель монитора	**соответствует**	**соответствует**		
Световод	**соответствует**	**соответствует**		
Подключение газа к центральному газоснабжению	**соответствует**	**соответствует**		
Набор трубок	**соответствует**	**соответствует**		
Одноразовый фильтр	**соответствует**	**соответствует**		
Принадлежности для ирригационной помпы	**соответствует**	**соответствует**		
Кабель для монополярных инструментов	**соответствует**	**соответствует**		
Кабель для биполярных инструментов, м	**соответствует**	**соответствует**		
Кабель нейтрального электрода	**соответствует**	**соответствует**		
Электрод нейтральный	**соответствует**	**соответствует**		
Оптика	**соответствует**	**соответствует**		
Троакар, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Троакар, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Адаптер, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Игла Вереша, см.	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Ножницы, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы биполярные, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Диссектор	**соответствует**	**соответствует**		
Иглодержатель, макро, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Проталкиватель узлов	**соответствует**	**соответствует**		
Эндоигла пункционная	**соответствует**	**соответствует**		
Электрод коагуляции монополярный, мм	**соответствует**	**соответствует**		

Канюля, для аспирации и ирригации	**соответствует**	**соответствует**		
Щипцы для диссекциии захвата, мм	**соответствует**	**соответствует**		
Манипулятор маточный	**соответствует**	**соответствует**		
Зонд внутриматочный/маточный	**соответствует**	**соответствует**		
Контейнер, для стерилизации и хранения	**соответствует**	**соответствует**		
Уплотняющие колпачки	**соответствует**	**соответствует**		
Уплотняющие колпачки	**соответствует**	**соответствует**		
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требование к электропитанию 220-230 вольт 50Гц	**соответствует**	**соответствует**		
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	**соответствует**	**соответствует**		
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	**соответствует**	**соответствует**		
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	**соответствует**	**соответствует**		
Требования к сопутствующим услугам	**соответствует**	**соответствует**		

Эксперт **Алматаев У.К.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644750-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 16-08-2024 16:11:47

Лот № 4644750-T1

Лапароскопическая стойка с инструментами для гинекологии, хирургии и др.

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644750-T1 Лапароскопическая стойка с инструментами для гинекологии, хирургии и др., Алматаев Улан – (Заведующий отделением хирургии, КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №4" Управления общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	240140900019, Частная компания BS Med Ltd.	Соответствует
2	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алматаев Улан

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644749-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2024 11:16:48

Лот № 4644749-Т1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная экспертного класса, со всеми датчиками, включая чрезпищеводный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644749-Т1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная экспертного класса, со всеми датчиками, включая чрезпищеводный, Исатаева Гульмира – (врач Узи, КГП на ПХВ Городская поликлиника №27 УОЗ г Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	940740001781, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
5	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Исатаева Гульмира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

4644749-Т1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная экспертного класса, со всеми датчиками, включая чрезпищеводный

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Medion»	ТОО «Альянс»	ТОО «Life Medical solution»	ТОО «Zein Invest»	ТОО «Алма-Мед»	АО «Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Ультразвуковая диагностическая система Resona 19S в комплекте с принадлежностями	Система ультразву1.:овой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P9	Ультразвуковая диагностическая система Resona, вариант исполнения Resona I9 Exp в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная НЕКА модели u7
Производитель МТ:	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	Производитель отсутствует	GE Ultrasound Korea, Ltd., Республика Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	АО Ordamed, Казахстан
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Модуль ЭКГ ЭКГ модуль / Модуль физиологический с лицензионным ключом для конфигурирования функций ЭКГ	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует (Панель ввода ЭКГ - сигналов – не является модулем)	соответствует	соответстует
Модуль кардиологических расчетов Опциональное программное обеспечение кардиологических	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

расчетов / Лицензионный ключ для стресс-эхокардиографии						
Функция расчета толщины комплекса интима-медиа Опциональное программное обеспечение автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа / Лицензионный ключ для технологии количественного анализа толщины комплекса интима-медиа сонных артерий	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Модуль визуализации микроциркуляторного и мелкого кровотока с отображением интенсивности кровотока в цвете Опция визуализирует микроциркуляторный и медленный кровоток, отображая интенсивность кровотока в цвете / Лицензионный ключ для технологии усиления контрастного разрешения и улучшения выделения границ	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Модуль объемных измерений кровотока Опциональное программное обеспечение объемной визуализации кровотока в допплеровских режимах / Лицензионный ключ для технологии трехмерной реконструкции	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Модуль измерения глобального и сегментарного движения стенки левого желудочка Опциональное программное обеспечение количественной	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

оценки глобальной и локальной сократимости миокарда левого желудочка / Лицензионный ключ для технологии выполнения измерений левых отделов сердца						
Функция DICOM Опциональное программное обеспечение для передачи данных по сети в формате (DICOM) / Лицензионный ключ для совместимости с DICOM	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует описание	Не соответствует Выбрана оба значения	соответствует
Программное обеспечение для объемной визуализации в режиме реального времени Опциональное программное обеспечение для построения объёмных изображений в режиме реального времени / Лицензионный ключ для технологии четырехмерной визуализации и расширенной постобработки данных	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует описание	соответствует	соответствует
Функция подогрева геля	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик объемный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик конвексный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик внутриполостной	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие						
Видео принтер медицинский Видеопринтер медицинский черно-белый / Черно-белый принтер	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы						
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						

Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: при работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: при работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	соответствует	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Исмаилов Гульмира Серикбаевна

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644748-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 21-08-2024 11:08:23

Лот № 4644748-Т1

Томограф компьютерный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644748-Т1 Томограф компьютерный , Кусаинов Кайыр – (врач Компьютерной томографии, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кусаинов Кайыр

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Лабтроник	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «AdilCom Ltd»	ТОО "Кызыл Жар Company "	АО «Ordamed»	
Предлагаемая модель МТ:	NeuViz 128	NeuViz Prime	Incisive CT	SOMATOM go.Top	Opus x128	
Производитель МТ:	Neusoft Medical Systems Co.,Ltd, Китай	Neusoft Medical Systems Co.,Ltd, Китай	Philips Healthcare(Suzhou) Co.,Ltd, Китай	Siemens Healthcare GmbH, Германия	АО «Ordamed» Республика Казахстан	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
	Основные комплектующие					
Гентри, диаметр отверстия не более 720мм	720мм Соответствует	720мм Соответствует	Не менее 720мм. Соответствует	Не более 700мм. Соответствует	720мм Соответствует	
Мин время оборота рент. Трубки, сек, не более-0,35сек	0,32 Не соответствует данным регистрационного удостоверения-0,37сек	0,32 Соответствует	0,35 Соответствует	0,33 Соответствует	0,32 Соответствует	
Значение спирального спитча, нижнее не более 0,15, верхнее не менее 1,5	Нижнее значение 0,13 , верхнее 1,5 Соответствует	Нижнее значение 0,13 , верхнее 1,5 Соответствует	Нижнее значение 0,15 , верхнее 1,5 Соответствует	Нижнее значение 0,03 , верхнее 1,5 Соответствует	Нижнее значение 0,13 , верхнее 1,5 Соответствует	
Максимальная длительность сканирования, сек-не менее120сек	120 сек Соответствует	120 сек Соответствует	120 сек Соответствует	300 сек. Соответствует	120 сек Соответствует	
Рентгеновская трубка теплоемкость, не менее 8MHU Скорость охлаждения рент. трубки не менее .780kHU\мин Размер большого фокусного пятна не менее 1,0x1,0мм. Размер малого фокусного пятна, не более 0,8x1,0мм	30 MHU Не соответствует данным регистрационного удостоверения - 8MHU 1696kHU\мин Не соответствует данным регистрационного удостоверения 931HU\мин	30 MHU Соответствует 1696kHU\мин 1,1x1,2мм 0,6x0,8мм	8 MHU Соответствует 1608kHU\мин 1,0x1,0мм 0,8x1,0мм	15 MHU Соответствует 780kHU\мин 1,0x1,2мм 0,8x0,8мм	30 MHU Соответствует 1696kHU\мин 1,1x1,2мм 0,6x0,7мм	

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

	1,1x1,2мм 0,6x0,8мм Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Детектор Количество срезов 128. Максимальное поле сканирования 50см Матрица изображения/пикселей не менее 512x512	128 50см 512x512 Соответствует	128 50см 512x512 Соответствует	128 50см 1024x1024. Соответствует	128 50см 1024x1024. Соответствует	128 50см 512x512 Соответствует	
Генератор мин напряжение,кВ, не более 70кВ. Максимальное напряжение, кВ не менее 140кВ Максимальное значение тока , мА, не менее 667мА	Мин. напряжение 60 кВ. не соответствует данным регистрации 80кВ Мак. Напряжение 140кВ Мак. Значение тока 833 мА Соответствует	Мин. напряжение 60 кВ. Мак. Напряжение 140кВ Мак. Значение тока 833 мА Соответствует	Мин. напряжение 70 кВ. Мак. Напряжение 140кВ Мак. Значение тока 667 мА Соответствует	Мин. напряжение 70 кВ. Мак. Напряжение 140кВ Мак. Значение тока 825 мА Соответствует	Мин. напряжение 60 кВ. Мак Напряжение 140кВ Мак. Значение тока 833 мА Соответствует	
Стол пациента Грузоподъемность, кг, не менее 205кг. Скорость движения стола мм/сек, не менее 200мм/сек. Диапазон сканирования, не менее 186см.	Грузоподъемность 300кг Не соответствует данным регистрационного удостоверения -205кг Скорость движения 464мм\Сек по данным регистрации 160мм/сек Диапазон сканирования, 186см. Не соответствует данным регистрационного удостоверения 177,7см	Грузоподъемность 300кг Скорость движения 464мм\Сек Диапазон сканирования, 186см. Соответствует	Грузоподъемность 205кг Скорость движения 300мм\Сек Диапазон сканирования, 186см. Соответствует	Грузоподъемность 227кг Скорость движения 200мм\Сек Диапазон сканирования, 200см. Соответствует	Грузоподъемность 300кг Скорость движения 464мм\Сек Диапазон сканирования, 186см. Соответствует	

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Программное обеспечение					
	Дополнительные комплектующие				
Средства укладки и позиционировани я пациента:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фантомы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Консоль оператора, рабочая станция врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Распределительный щит/шкаф. Источник бесперебойного питания. Кабели питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Расходные материалы				
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к электропитанию 220-230 вольт, 50Гц	Трехфазное 380В переменного тока, альтернативный вариант электроснабжения 220-230 вольт Соответствует	380 вольт, 50Гц. **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**	220-230 вольт, 50Гц соответствует	220-230 вольт, 50Гц соответствует	Трехфазное 380В переменного тока, альтернативный вариант электроснабжения 220-230 вольт соответствует

Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Лабтроник » с заявленной медицинской техникой NeuViz 128 РУ № РК-МТ-5№016750 не соответствует технической характеристике и(или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением , при экспертизе на сайте nddf.kz в РУ№ РК-МТ-5№016750.

Потенциальный поставщик АО «Ordamed» с заявленной медицинской техникой Opus x128 , заявленных в технической спецификации не зарегистрированы в Регистрационном удостоверении РУ РК МИ(МТ)-0№026832.

Эксперт Кусаинов Кайыр Кусаинов Кайыр Кайлибекович.

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644746-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2024 14:46:49

Лот № 4644746-Т1

Моечно-дезинфицирующая установка

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644746-Т1 Моечно-дезинфицирующая установка, Ербулатова Салтанат – (Заместитель директора по организационно-методической работе, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
2	220340011388, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ербулатова Салтанат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «Medical Device KZ»	ТОО «ВЗМед»
Предлагаемая модель МТ:	Моечно-дезинфекционная машина WD290	Моечно-дезинфицирующая установка Uniclean PL II, в вариантах исполнения: Uniclean PL II 10	Машина моюще-дезинфекционная в варианте исполнения: PLUSHER WDS 12
Производитель МТ:	BELIMED AG, Швейцария, РК-МТ-5№022016	MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH, Германия, РК МИ (МТ)-0№025071	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция, РК-МТ-5№021527
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Камера	соответствует	соответствует	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Размер камеры (глубина) в мм. https://ru.scribd.com/document/659325467/Plusher-WDS-12-2-Washer-Disinfector-Technical-Installation-Sheet-vers-2-1-Model
Дозирующие насосы	соответствует	соответствует	соответствует
Фильтр	соответствует	соответствует	соответствует
Панель управления	**Не ссоответствует** Предоставлены ложные данные (стр. 26, п.5.3 Элементы управления на панели задач представлены кнопками, **не сенсорный дисплей)** http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/various_equipment/service_manuals/washer_disinfector/Belimed%20WD290%20Washer%20Disinfector%20-%20Service%20manual.pdf	соответствует	соответствует
USB порт	соответствует	соответствует	соответствует

Сканер штрих-кода	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие			
Погрузочно-разгрузочная тележка	соответствует	соответствует	соответствует
Моечная корзина	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
	Не ссоответствует Предоставлены ложные данные (стр. 15, п.3.5.3 требования к месту установки не соответствует температура окружающей среды или помещения) http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/various_equipment/service_manuals/washer_disinfector/Belimed%20WD290%20Washer%20Disinfector%20-%20Service%20manual.pdf	соответствует	соответствует

Эксперт **Ербулатова С.Т.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644745-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2024 11:05:21

Лот № 4644745-Т1

С-дуга мобильная флюороскопическая/рентгенографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644745-Т1 С-дуга мобильная флюороскопическая/рентгенографическая, Баймуратов Арман – (Врач КТ, МРТ , ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Астана пр. Ракымжан Кошкарбаева, 66.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	141240014790, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР"	Не соответствует
2	111240014379, Товарищество с ограниченной ответственностью "MedTechService"	Не соответствует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соответствует
4	140140018112, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITED MEDICAL"	Соответствует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
6	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соответствует
7	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
8	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
9	160840008253, ТОО "INTERMED COMPANY"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Баймуратов Арман

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "MedTechService"**	**ТОО "Life Medical Solutions"**	**ТОО "Medical equipment service-KZ"**	**ТОО "VIVA-Мастер"**	**ТОО "Алаш-KZ"**	**ТОО "Неомедикал"**	**ТОО "Intermed Company"**	**ТОО "Алма-Мед"**	**ТОО "UNITED MEDICAL"**
Предлагаемая модель МТ:	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5	Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта исполнения: CompaX 500C в комплекте с принадлежностями	PLX7000B Высокочастотная мобильная цифровая система типа С-дуга	Мобильная С-дуга для флюороскопии и рентгенографии, модель: Cyberbloc FP	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5	Мобильная рентгеновская система с С-образной дугой ALC-200	Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в варианте исполнения RADIUS R-9 DFG	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в варианте исполнения RADIUS R-9 DFG
Производитель МТ:	DRTECH Corporation, Корея	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd,Китай	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd, Китай	A.T.S. Applicazione Technologie Speciali S.r.l., Италия	DRTECH Corporation, Корея	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	Shimadzu Corporation, Япония	Intermedical s.r.l., Италия	Intermedical s.r.l., Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие									
Передвижная рентгенхирургическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (Поворот относительно вертикальной оси)**	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие									
Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (Нет данных в РУ)**	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Усилитель рентгеновского изображения	**Не соответствует**	**Не соответствует**	Соответствует	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерной указатель	**Не соответствует (отсутствует данные в РУ)**	**Не соответствует (отсутствует данные в РУ)**	**Не соответствует (отсутствует данные в РУ)**	Соответствует	**Не соответствует (отсутствует данные в РУ)**	**Не соответствует (отсутствует данные в РУ)**	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Отсеивающая решетка	**Не соответствует**	Соответствует	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровая система изображения	**Не соответствует (информация не предоставлена и не подтверждена)**	**Не соответствует (информация не подтверждается из открытых источников)**	**Не соответствует (информация не подтверждается данными из открытых источников)**	**Не соответствует (информация не предоставлена и не подтверждена)**	**Не соответствует (информация не предоставлена и не подтверждена)**	**Не соответствует (информация не подтверждается из открытых источников)**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская телекамера	**Не соответствует (информация не представлена)**	**Не соответствует (информация не представлена)**	**Не соответствует (информация не подтверждается из открытых источников)**		**Не соответствует (Информация не представлена)**	**Не соответствует (информация не подтверждается из открытых источников)**	Соответствует	**Не соответствует (Отсутствуют данные)**	Соответствует

Эксперт **Баймуратов Арман Амантаевич**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644742-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-08-2024 14:00:50

Лот № 4644742-Т1

Видеоэндоскопическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644742-Т1 Видеоэндоскопическая система, Тұрап Айбол – (уролог-андролог заведующий отделения, ГКП на ПХВ Областная Больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
2	190540012167, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SLV-GROUP.KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Тұрап Айбол

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "SLV-group.kz"	Товарищество с ограниченной ответственностью "SBK Standard"
Предлагаемая модель МТ:	**Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств**	**Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств**
Производитель МТ:	Производитель RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ	Производитель KARL STORZ SE & Co KG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии Монитор Диагональ, дюйм - 32 дюйма Формат объемного изображения - 3D	Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии: Монитор Диагональ, дюйм: не менее 32 дюйма Формат объемного изображения: 3D соответствует	Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии: Монитор Диагональ, дюйм: 32 дюйма Формат объемного изображения: 3D соответствует
ВЧ-коагулятор/ Высокочастотный генератор	Не соответствует (не имеется)	Autocon III 400 ВЧ-коагулятор, SCB 220 вольт соответствует
Аспирационная помпа. Медицинская система для отсасывания и промывания/	Аспирационная помпа: помпа мультифункциональная, для аспирации соответствует	Аспирационная помпа: Медицинская система для отсасывания и промывания соответствует

Помпа мультифункциональная, для аспирации		
Блок видеокамеры эндоскопической / Блок управления камерой	Блок видеокамеры соответствует	Блок видеокамеры эндоскопической соответсвует
Блок видеокамеры эндоскопической / Блок управления камерой	Блок видеокамеры соответствует	Блок видеокамеры эндоскопической соответсвует
Ирригационная помпа с регулировкой потока жидкости Аспирационная и ирригационная помпа/ Помпа мультифункциональная для ирригации Вес, кг: Не более 6 кг Скорость потока ирригации, л/мин: Не менее 3 л/мин	Ирригационная помпа с регулировкой потока жидкости Вес, кг: 6 кг Скорость потока ирригации, л/мин: 3 л/мин соответствует	Ирригационная помпа с регулировкой потока жидкости: Аспирационная и ирригационная помпа Вес, кг: не более 4,7 кг Скорость потока ирригации, л/мин: 3,5 л/мин соответствует
Источник света эндоскопический LED/светодиодный Вес, кг: Не более 7,4 кг. Размеры, мм: Ширина х Высота х Глубина не более 311 х 125 х 370 мм Предохранитель: Не менее 2 предохранителя Максимальная относительная влажность воздуха в рабочем состоянии, проценты: Не	Источник света эндоскопический Вес, кг: не более 5 кг. Размеры, мм: Ширина х Высота х Глубина 311 х 125 х 300 мм Предохранитель: 2 предохранителя Максимальная относительная влажность воздуха в рабочем состоянии, проценты: 85% соответствует	Источник света эндоскопический: Источник света LED Вес, кг: 7,4 кг. Размеры, мм: Ширина х Высота х Глубина 305 х 120 х 370 мм Предохранитель: 2 предохранителя Максимальная относительная влажность воздуха в рабочем состоянии, проценты: 85% соответствует

более 85%		
Дополнительные комплектующие		
Стойка мобильная для эндоскопического оборудования Мобильная стойка для оборудования Разделительный трансформатор/трансформатор изоляционный Количество полок и ящиков для приборов: Полки – не менее 2 шт. Ящик- не менее 1 шт.	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования Количество полок и ящиков для приборов, шт.: Полки –2 шт. Ящик- 1 шт. Высокочастотный-генератор. Петля биполярная – 3 шт. соответствует	Мобильная стойка для оборудования Разделительный трансформатор Количество полок и ящиков для приборов, : Полки – 2 шт. Ящик - 1 шт. соответствует
Держатель монитора Держатель монитора Максимальная нагрузка крепления монитора, кг: Не менее 12 кг	Держатель монитора Максимальная нагрузка крепления монитора, кг: 12 кг соответствует	Держатель монитора Максимальная нагрузка крепления монитора, кг: не менее 15 кг соответствует
Видеоголовка Видеоголовка эндоскопическая/ Головка камеры	Головка камеры. соответствует	Видеоголовка эндоскопическая соответствует
Световод Световод / Кабель холодного света Диаметр, мм: 4,8 мм Длина, см: 250 см 2 шт.	Световод Диаметр, мм: 4,8 мм Длина, см: 250 см 2шт соответствует	Световод Диаметр, мм: 4,8 мм Длина, см: 250 см 2 шт соответствует
Кабель для монополярных инструментов Кабель/ шнур монополярный	Кабель для монополярных инструментов соответствует	Кабель для монополярных инструментов: шнур монополярный соответствует

Кабель для биполярных инструментов Кабель/ шнур биполярный 3 шт	Кабель для биполярных инструментов 3 шт соответствует	Кабель для биполярных инструментов: шнур биполярный 3 шт соответствует
Принадлежности для ирригационной помпы Набор силиконовых трубок для иригации/ Трубка для ирригации 2 шт.	Принадлежности для ирригационной помпы: Трубка для ирригации 2шт соответствует	Принадлежности для ирригационной помпы: Набор силиконовых трубок для иригации 2шт соответствует
Оптика Оптика/Лапароскоп Угол обзора, градусов: 30 градусов Диаметр, мм: 4 мм 2шт	Оптика Угол обзора, градусов: 30 градусов Диаметр, мм: 4 мм 2шт соответствует	Оптика Угол обзора, градусов: 30 градусов Диаметр, мм: 4 мм 2шт соответствует
Оптика Оптика/Лапароскоп Угол обзора, градусы: 12 градусов Диаметр, мм: 4 мм 2шт	Оптика Угол обзора, градусов: 12 градусов Диаметр, мм: 4 мм 2шт соответствует	Оптика Угол обзора, градусов: 12 градусов Диаметр, мм: 4 мм 2шт соответствует
Уплотняющие колпачки для инструментов Колпачок 4 шт	Уплотняющие колпачки для инструментов: Колпачок 4шт соответствует	Уплотняющие колпачки для инструментов: Колпачок 4шт соответствует
Корзина для чистки Корзина 1 шт	Корзина для чистки 1шт соответствует	Корзина для чистки: Корзина 1шт соответствует
Контейнер Контейнер/стойка для хранения инструментов 1 шт	Стойка для хранения инструментов соответствует	Контейнер соответствует

Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения Контейнер для стерилизации и стерильного хранения/ Контейнер для хранения и стерилизации эндоскопов 3 шт.	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения соответствует	Контейнер для стерилизации и стерильного хранения соответствует
Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии Уретерореноскоп 9,5 Fr. 43 см 1 шт	Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии: Уретерореноскоп 9,5 Fr. 43 см соответствует	Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии: Уретерореноскоп 9,5 Fr. 43 см соответствует
Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии Уретерореноскоп не менее 7 Fr., 43 см. 1 шт.	Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии: Уретерореноскоп 7,5 Fr., 43 см. соответствует	Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии: Уретерореноскоп 7 Fr., 43 см. соответствует
Щипцы, захватывающие Щипцы, захватывающие, для больших камней и фрагментов, с 2-мя подвижными браншами 3шт	Щипцы, захватывающие, для больших камней и фрагментов, с 2-мя подвижными браншами соответствует	Щипцы, захватывающие, для больших камней и фрагментов, с 2-мя подвижными браншами соответствует
Щипцы захватывающие Щипцы, захватывающие, для камней, с 2-мя подвижными браншами 3 шт	Щипцы, захватывающие, для камней, с 2-мя подвижными браншами соответствует	Щипцы, захватывающие, для камней, с 2-мя подвижными браншами соответствует
Щипцы, захватывающие,	Щипцы, захватывающие, для камней, 2 активные бранши,	Щипцы, захватывающие, для камней, 2 активные бранши,

для камней, 2 активные бранши, жесткие/полужесткие 3 шт.	жесткие. соответствует	полужесткие соответствует
Щипцы, захватывающие, для камней, большие, 2 активные бранши 3 шт	Щипцы, захватывающие, для камней, большие, 2 активные бранши соответствует	Щипцы, для камней, большие бранши, 2 активные бранши соответствует
Щипцы, для камней, макро/ большие бранши, 2 активные бранши 3 шт	Щипцы, для камней, большие бранши, 2 активные бранши соответствует	Щипцы, захватывающие, для камней, большие, 2 активные бранши соответствует
Щипцы захватывающие для удаления инородных тел/камней, с двумя подвижными браншами, длина 40 см 2 шт	Щипцы удаления инородных тел: Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, длина 40 см соответствует	Щипцы удаления инородных тел: Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, длина 40 см соответствует
Щипцы, захватывающие, с 2-мя подвижными браншами 1 шт	Щипцы, захватывающие, с 2-мя подвижными браншами соответствует	Щипцы, захватывающие, с 2-мя подвижными браншами соответствует
Тубус для цисто-уретроскопа 17 Шр. 1 шт	Тубус для цисто-уретроскопа 17 Шр. соответствует	Тубус для цисто-уретроскопа 17 Шр. соответствует
Тубус для цисто-уретроскопа не менее 20 Шр. 1 шт	Тубус для цисто-уретроскопа 21 Шр. соответствует	Тубус для цисто-уретроскопа 20 Шр соответствует
Мостик переходной Переходной/Эндоскопический мостик, с 1 инструментальным	Мостик переходной: Эндоскопический мостик, с 1 инструментальным каналом соответствует	Переходной мостик, с 1 инструментальным каналом соответствует

каналом		
Выкусыватель биопсийный Выкусыватель, не менее 5 Шр., длина не менее 40 см. 2 шт	Выкусыватель биопсийный: Выкусыватель, 6 Шр., длина 425 мм. соответствует	Выкусыватель, 5 Шр., длина 40 см. соответствует
Выкусыватель/ Рабочий элемент, выкусывающий 1 шт	Выкусыватель соответствует	Выкусыватель соответствует
Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, длина 53 см.	Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, длина 53 см. соответствует	Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, длина 53 см. соответствует
Эндошприц/шприц объем 150 мл	Эндошприц: шприц объем 150 мл соответствует	Эндошприц объем 150 мл соответствует
Канюля/трубка адаптивная, длина 50 см 1 шт	Канюля для инъекций: трубка адаптивная, длина 50 см соответствует	Канюля, длина 50 см соответствует
Рабочий элемент биполярный 1 шт	Рабочий элемент биполярный соответствует	Рабочий элемент биполярный соответствует
Тубус, операционный, размер 26 Fr. 1 шт	Тубус, операционный, размер 26 Fr. соответствует	Тубус, операционный, размер 26 Fr. соответствует
Обтуратор 1 шт	Обтуратор соответствует	Обтуратор соответствует
Обтуратор 1 шт	Обтуратор соответствует	Обтуратор соответствует

Петля биполярная 3 шт	Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, длина 53 см. 1шт Не соответствует (не имеется)	Петля биполярная 3шт соответствует
Электрод биполярный, шаровидный 1 шт	Электрод биполярный, шаровидный соответствует	Электрод биполярный, шаровидный соответствует
Расширитель 1 шт	Расширитель	Расширитель
		Педаль двойная для электрокоагулятора Щипцы удаления инородных тел Эндошприц объем 150 мл Контейнер 2шт Корзина

Расходные материалы				

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
Требование к электропитанию 220-230 вольт 50Гц	Требование к электропитанию 220-230 вольт 50Гц соответствует	Требование к электропитанию 220-230 вольт 50Гц соответствует

Эксперт **Турап Айбол** **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644741-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 16-08-2024 15:21:41

Лот № 4644741-Т1

Аппарат рентгеновский флюорографический

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644741-Т1 Аппарат рентгеновский флюорографический, Голубева Анна – (заведующая диагностическим отделением , КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240014379, Товарищество с ограниченной ответственностью "MedTechService"	Не соотвествует
2	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
3	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Соответствует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(лот № 4644741-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Актюбрентген» 3203162**	**ТОО «Светоком Плюс» 3202482**	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ» 3204222	ТОО «MedTechServici» 3203922
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12ФК1 «ФЛЮРАКОМ»	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный «Инсар» ФМ	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFV818	Система рентгенологическая цифровая DigiRAD-FP с функцией флюорографии
Производитель МТ:	**Казахстан**	**Казахстан**	Китай	Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Анодное напряжение, кВ: нижнее значение не менее 40 кВ, верхнее значение не более 125 кВ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Контрастная чувствительность, %: 1%.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Производительность, снимков/час: 60 снимков/час			Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Размер входного рабочего поля, мм: горизонтальное значение не менее 390 мм, вертикальное значение не менее 390 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Предел разрешения, пар лин./мм: не менее 2,2 пар лин./мм и не более 3,4 пар лин./мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Размер рабочего фокусного пятна, мм: горизонтальное значение не менее 0,3мм, вертикальное значение не менее 0,3мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Допустимый вес пациента, кг: не менее 120кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Потребляемая от сети мощность, кВА: не более 8кВА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Производительность, снимков/час: 60 снимков/час	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Дополнительные комплектующие				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации *Номинальное напряжение питающей сети, В: не менее 220В и не более 380В.* *Частота, Гц: не менее 50Гц.* Сопротивление питающей сети, Ом: не более 1,2Ом.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии сИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо спривлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам				

Эксперт Голубева Анна Васильевна **ФИО/подпись**

16.08.2024г

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644738-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-08-2024 10:43:28

Лот № 4644738-Т1

Система для малоинвазивных хирургических вмешательств

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644738-Т1 Система для малоинвазивных хирургических вмешательств, Акпаров Толеген – (заведующий хирургическим отделением, Университетский госпиталь НАО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Не соответствует
2	190540012167, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SLV-GROUP.KZ"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Акпаров Толеген

Таблица соответствия

Лот №4644738-Т1 «Система для малоинвазивных хирургических вмешательств»

Наименование потенциальных поставщиков:	ТОО "NIKO PHARM"	ТОО "SLV-GROUP.KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств
Производитель МТ:	KARL STORZ SE & Co KG, Германия	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Монитор	Соответствует	Не соответствует *(Указаны не точные характеристики: «Диагональ, дюйм: не менее 32 дюйма»).*
Источник света эндоскопический	Соответствует	Не соответствует *(Указаны не точные характеристики: «Вес, кг: не более 5 кг.»).*
Источник света эндоскопический	Не соответствует *(Указаны не точные характеристики: «Предохранитель: не менее 2 предохранителя»).*	Соответствует
Насос эндоскопический	Не соответствует *(Указаны не точные характеристики: «Вес, кг: не более 7,4 кг»).*	Соответствует

Заведующий хирургическим отделением Т.Л. Акпаров подписано ЭЦП

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Альянс	ТОО центр медицинской техники	ТОО Диагаль	
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:				
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
		не соответствует параметр дыхательного объема - не для взрослых детей	не соответствует параметр дыхательного объема - не для взрослых детей	

Эксперт **ФИО/подпись**

Калымбах

Сканировано с CamScanner

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4644735-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 16-08-2024 16:33:15

Лот № 4644735-T1

Система искусственной вентиляции легких с высокочастотным осцилятором для новорожденных

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4644735-T1 Система искусственной вентиляции легких с высокочастотным осцилятором для новорожденных, Кальмбах Елизовета – (Заведующая отделением, МОДБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	150440009374, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"	Не соответствует
3	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кальмбах Елизовета