Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645057-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2024 10:08:17

Лот № 4645057-Т1

аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645057-Т1 аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой, Калимов Бейбит – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Жетыбайская сельская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240014379, Товарищество с ограниченной ответственностью "MedTechService"	Не соотвествует
2	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
3	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Калимов Бейбит

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Актюбрентген»**	**ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»**	**ТОО «Светоком Плюс»**	**ТОО «MedTechService»**
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «Флюарком»	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» ФМ	Система рентгенологическая цифровая DigiRAD-FP с функцией флюорографии
Производитель МТ:	Республика Казахстан	Китай	Республика Казахстан	Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Номинальное напряжение питающей сети	Однофазное 220 В±10 % / Трехфазное 380	Однофазное 220 В±10 % / Трехфазное 380	220 В	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Номинальная частота питающей сети, Гц	Не менее 50 Гц	50 Гц	50 Гц	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Максимальная мощность, потребляемая из сети кратковременно), кВ•А	не менее 4 кВ•А	5 кВ•А	4 кВ•А	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Анодное напряжение, кВ,	(регулируемое с шагом 40-125кВ)	(регулируемое с шагом 40-125кВ)	40-125кВ	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Уставки реле количества электричества, мА•с	Не менее 1 не более 60	0,4 не более 650 мАс	60 мАс	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Размер входного поля, мм	Не менее 390 мм	430 мм	430х430 мм	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Предел разрешения, пар линий /мм	не более 3.4 пар линий /мм	3.5 пар линий /мм	3.4 пар линий /мм	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Контрастная чувствительность	1%	1%	1%	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Динамический диапазон, крат,	400	400	400	Не соответствует. Отсутствует

				техническая спецификация.
Производительность снимков/час	60 снимков/час	60 снимков/час	60 снимков/час	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Свинцовый эквивалент кабины ,мм Рв	не менее 1,2 мм	Не соответствует. Отсутствует параметр в технической спецификации.	1,2 мм Pb	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Ход подъёмника аппарата, при массе пациента до 120кг,	мм не менее 400 мм	Не соответствует. Отсутствует параметр в технической спецификации.	Не соответствует. Отсутствует параметр в технической спецификации.	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Габаритные размеры	Ширина не более 1950мм Высота не более 1350мм Глубина не более 2200мм	Не соответствует. Отсутствует параметр в технической спецификации.	1900x670x2000	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.	Не соответствует. Отсутствует техническая спецификация.

Эксперт

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645056-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 29-08-2024 09:00:44

Лот № 4645056-Т1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645056-Т1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная, Жакупова Гулнар – (Главная медсестра , КГП на ПХВ "Городская поликлиника №18" УОЗ г Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150840004457, Товарищество с ограниченной ответственностью "Uni Land"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соотвествует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
7	940740001781, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жакупова Гулнар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

4645056-T1

Система диагностическая ультразвуковая стационарная

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «Uni Land»	ТОО «Life Medical solution»	АО «Ordamed»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «Medion»	ТОО «Пром-ЕА»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система E-CUBE 8, с принадлежностями в комплекте	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели u3,	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Premier с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40,	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp.
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Республика Корея	Производитель отсутствует	АО Ordamed, Казахстан	GE Medical Systems China Co., Ltd, Китай	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	«SONOSCAPE MEDICAL CORP»., :Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Модуль ЭКГ ЭКГ модуль / Модуль физиологический с лицензионным ключом для конфигурирования функций ЭКГ	Не соответствует (выбрано оба варианта)	Не соответствует (описание)	соответствует	соответствует	Не соответствует описание	соответствует	соответствует

Модуль кардиологических расчетов Опциональное программное обеспечение кардиологических расчетов / Лицензионный ключ для стрессэхокардиографии	соответствует	Не соответствует (описание)	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует
Функция расчета толщины комплекса интима-медиа Опциональное программное обеспечение автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа / Лицензионный ключ для технологии количественного анализа толщины комплекса интима-медиа сонных артерий	соответствует	Не соответствует (описание)	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует
Модуль визуализации микроциркуляторного и мелкого	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует

отображением интенсивности кровотока в цвете Опция визуализирует микроциркуляторный и медленный кровоток, отображая интенсивность кровотока в цвете / Лицензионный ключ для технологии усиления контрастного разрешения и улучшения выделения границ							
Модуль объемных измерений кровотока Опциональное программное обеспечение объемной визуализации кровотока в допплеровских режимах / Лицензионный ключ для технологии трехмерной реконструкции	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует
Модуль измерения глобального и сегментарного движения стенки левого желудочка Опциональное программное обеспечение	соответствует	Не соответствует (описание)	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует	соответствует

количественной оценки глобальной и локальной сократимости миокарда левого желудочка / Лицензионный ключ для технологии выполнения измерений левых отделов сердца							
Функция DICOM Опциональное программное обеспечение для передачи данных по сети в формате (DICOM) / Лицензионный ключ для совместимости с DICOM	соответствует	Не соответствует (описание)	соответствует	Не соответствует описание	Не соответствует	соответствует	соответствует
Программное обеспечение для объемной визуализации в режиме реального времени Опциональное программное обеспечение для построения объёмных изображений в режиме реального времени / Лицензионный ключ для технологии четырехмерной визуализации и расширенной постобработки данных	соответствует	Не соответствует (описание)	соответствует	Не соответствует описание	соответствует	соответствует	Не соответствует
Функция подогрева геля	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик объемный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Датчик конвексный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик внутриполостной	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие							
Видео принтер медицинский Видеопринтер медицинский черно-белый / Черно-белый принтер	соответствует	соответствует	Не соответствует (Отсутствует)	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует (Описание)
Расходные материалы							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: при работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: при работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует 100/115/230 В	соответствует	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	соответствует	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	соответствует	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)	соответствует	Не соответствует (отсутствуют точные сроки гарании)

Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Выходя из выше изсложенной таблице к закупу допустить возможно комапнии АО «Ordamed» и ТОО «Medion»

Эксперт Жакупова Гулнар Зарлыгановна **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645055-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2024 15:25:37

Лот № 4645055-Т1

Паровой стерилизатор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645055-Т1 Паровой стерилизатор, Ербулатова Салтанат – (Заместитель директора по организационно-методической работе, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	220340011388, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ"	Соответствует
2	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Не соотвествует
3	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
4	050840003507, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИКС"	Не соотвествует
5	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ербулатова Салтанат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Ordamed»**	**ТОО «Medical Device KZ»**	**ТОО «ВЗМед»**	**ТОО «ОСТ-ФАРМ»**	**ТОО « РОДИКС»**	**ТОО «ESS-АДРОН»**
Предлагаемая модель МТ:	Стерилизатор паровой серии MST, моделей MST-V, в вариантах исполнения: 6-6-6 VS2	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 666-2	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 4	Паровые стерилизаторы MATACHANA в вариантах исполнения S1006 E-2	Паровой стерилизатор GETINGE Solsus 66 с принадлежностями	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 666-2
Производитель МТ:	BELIMED AG, ШВЕЙЦАРИЯ РК-МТ-7№014784	BMT Medical Technology s.r.o., ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РК-МТ-5№014998	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция РК-МТ-5№021303	ANTONIO MATACHANA, S.A., Испания РК-МИ (МТ) - №013856	MAQUET GmbH, Германия РК-МИ (МТ) - №023159	BMT Medical Technology s.r.o., ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РК-МТ-5№014998
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Паровой стерилизатор	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf	соответствует	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Высота) в мм. https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-10-2/	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://www.biopharmax.com/wp-content/uploads/2021/01/CA_IC_S1000_RIGEL_01_01_en_arx.pdf	**Не соответствует** (Высота: 1900 мм) Предоставлены ложные данные (Защита цепи в А) https://medhold.co.za/wp-content/uploads/2021/05/ps_solsus66_en-us_rev.001__2020-10-23-en-non_us_canada.pdf	соответствует
Камера стерилизатора	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Объём камеры: в литрах.) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Парогенератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Вакуумная система	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Панель управления	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Панель управления: с сенсорным дисплеем, Размер панели управления со стороны загрузки, Размер панели управления со стороны выгрузки) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf	соответствует	**Не соответствует** Размер панели управления со стороны выгрузки: 7 дюймов. https://www.vz-med.kz/osnashenie-sterilizacionnogo-otdelenija/parovie-sterilizatori-plusteam-tvt/	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Размер панели управления со стороны выгрузки) https://www.medwrench.com/equipment/16272/matachana-s1000	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Размер панели управления со стороны загрузки, Размер панели управления со стороны выгрузки) https://medhold.co.za/wp-content/uploads/2021/05/ps_solsus66_en-us_rev.001__2020-10-23-en-non_us_canada.pdf	соответствует
Принтер		соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Воздушный компрессор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Система очистки воды	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Дополнительные комплектующие					
Температурный датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Транспортная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Загрузочная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	Не соответствует Предоставлены ложные данные (требования к месту установки не соответствует относительная влажность)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Ербулатова С.Т.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645054-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2024 12:09:35

Лот № 4645054-Т1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645054-Т1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной , Воднева Наталья – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	010540003182, ТОО "ФИРМА "МЕДСИСТЕМ"	Соответствует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Воднева Наталья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Фирма МедСистем»	ТОО «Светоком Плюс»		
Предлагаемая модель МТ:	ПроСкан – 2000	Инсар ФМ		
Производитель МТ:	Россия	Казахстан		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Рентгензащитная кабина	Соответствует	Не соответствует		
Максимальная потребляемая мощность от сети (кратковременно) не менее 4 кВА	Соответствует	Не соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Воднева Н.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645053-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-08-2024 14:58:06

Лот № 4645053-Т1

Установка ангиографическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645053-Т1 Установка ангиографическая с принадлежностями, Нуржанова Гульнара – (Врач детский кардиолог, КГП на ПХВ ЦПиДКХ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
2	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нуржанова Гульнара

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:				
Предлагаемая модель МТ:				
Производитель МТ:	Siemens Healthcare	GE Medical Systems		
Наименование комплектующего к МТ и его технические **характеристики объявления на закуп**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
		Основные комплектующие		
1. Наконечник инъектор	не соответствует	соответствует		
2. рентген трубка	не соответствует	соответствует		
		Дополнительные комплектующие		
	соответствует	соответствует		
		Расходные материалы		
		Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)		
карбо пакет	1 шт	1 шт		
защитные костюмы	5 шт	5 шт		
колба к инъектору	30 шт	30 шт		

Эксперт Нурманова Гульнара Нуровна **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645052-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2024 14:12:57

Лот № 4645052-Т1

Диагностическая УЗИ система портативная с неотологическими датчиками

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645052-Т1 Диагностическая УЗИ система портативная с неотологическими датчиками, Серечкова Ольга – (Врач ультразвуковой диагностики, КГП на ПХВ МБ имени профессора Х.Ж.Макажанова) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
5	940740001781, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Серечкова Ольга

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот отдельно)

Наименование потенциального поставщика	**ТОО Альянс**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazMed Leasing"**	**ТОО Медион**	**ТОО «Алма-Мед»**	АО "Ordamed"			
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC , вариант исполнения DC 80 X-Insight в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65 -	Система диагностическая ультразвуковая стационарная V моделей V7	Ультразвуковая диагностическая система DC , вариант исполнения DC 80 EXP в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели u7			
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., 4 , КИТАЙ	GE Ultrasound Korea, Ltd, РеспубликаКорея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	АО Ordamed, Казахстан			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики обьявленияна закуп	Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)			
Основной блок	Менее соответствует заявляемым параметрам, неполный	Менее соответствует заявляемым параметрам	Наиболее соответствует заявляемым параметрам и многоцелевым	Менее соответствует заявляемым параметрам	Менее соответствует заявляемым параметрам			

	диапазон частоты кадров, ограничение изменения диапазона контрольного объема, максимальной скорости кровотока		исследованиям стационарных пациентов(дополнено-имеется четкость изображения при исследовании по глубине как линейным так и конвексным датчиком, возможность четких и быстрых настроек и оптимизация изображения при ЦДК исследованиях пр минимальных затратах в настройках аппарата.Наибольший динамический диапазон , максимальная частота кадров, глубины сканирования, максимальная скорость измерения потока					
Монитор с поворотным механизмом	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует			
Дополнительные комплектующие	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует			
Датчик конвексный	Менее соответствует	Менее соответствует	соответствует	Менее соответствует	Менее соответствует			
Датчик конвексный	Менее соответствует	Менее соответствует	соответствует	Менее соответствует	Менее соответствует			
Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует			

Линейный датчик	Менее соответствует(по частоте)	Менее соответствует (по частоте)	соответствует	Менее соответствует(по частоте)	соответствует.			
Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует.			
Датчик микроконвексный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует			
Гибридный графический принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует			
Источник бесперебойного питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует			

Эксперт: Врач УЗИ Серечкова О.В.

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850
Производитель МТ:	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG Страна-производитель: Австрия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Область применения Акушерство; - Гинекология; - Ангиология - Кардиология; - Абдоминальные исследования - Исследования поверхностно расположенных структур - Урология; - Педиатрия; - Исследования скелетно-мышечной системы - Неврология; - - - Маммология; - - Неонатология; - Онкология. /Абдоминальные исследования • Педиатрия • Нейросонография • Поверхностно-	соответствует	Не соответствует Согласно РУ, область применения ограничена	Не соответствует В РУ РК МИ (МТ)-0№024077 область применения ограничена, возможность работы только в: акушерстве, гинекологии, урологии, кардиологии, педиатрии	соответствует

расположенные органы • Опорно-двигательный аппарат • Акушерство • Гинекология • Урология • Проктология • Гастроэнтерология • Взрослая и детская кардиология • Сосудистые исследования • Брахитерапия • Лапароскопия • Интраоперационные исследования • Онкология Чреспищеводные исследования • Эндоскопические исследования.				
Консоль ультразвуковая/Основной блок.	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует
Методы сканирования Электронное секторное; - Электронное конвексное; - Электронное линейное; - Объемное сканирование/Электронное конвексное; Электронное линейное; Электронное секторное; Электронное радиальное.	соответствует	Не соответствует Отсутствует в РУ	Не соответствует Отсутствует в РУ	соответствует
Режим 2D /Режим В.	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Количество одновременно подключаемых датчиков, шт. не менее 4 порта/гнезда.	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Габариты, см Ширина не более 58 см, Высота не более 169,5 см. Длина не более 96 см. Вес, кг Не более 147 кг.	соответствует	Не соответствует длина системы 1020+/- 20 мм	Не соответствует Габариты системы согласно открытым источникам Ширина 605 мм, длина 1050 мм.	соответствует
Панель	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

управления: Панель управления.				
Сенсорная панель: Сенсорная панель.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Спектральный непрерывно-волновой допплер: Спектральный непрерывно-волновой допплер/спектральное допплеровское картирование.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Режим цветового допплера: Режим цветового допплеровского картирования/Цветной доплеровский режим.	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Режим энергетического допплера: Режим энергетического допплера/Энергетический допплеровский режим.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим визуализации потоков крови: Режим направленного энергетического допплера, позволяющий получать изображения, на которых отображается направление кровотока / Режим визуализации низкоскоростных потоков крови в микроциркуляторном русле.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Режим тканевого допплера: Режим тканевого допплера/Режим тканевого допплера.	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует

Режим импульсно-волнового допплера. Режим импульсно-волнового допплера: Режим импульсно-волнового допплера/Цветной доплеровский режим.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует	соответствует
Функция расчета фракции выброса: Программное обеспечение для расчета фракции выброса/Расчет фракции выброса.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Гармоническая визуализация: Гармоническая визуализация.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Измерение воротникового пространства: Измерение воротникового пространства.	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Акушерские исследования: Акушерские исследования /Акушерские измерения.	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
М-режим.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Функция для работы с объемными 3D/4D изображениями: Функция, встроенная для работы с объемными 3D/4D изображениями/ Режим 3D/4D сканирования		Не соответствует Указана несопоставимая программа, В РУ отсутствует режим	Не соответствует Указана несопоставимая программа	соответствует
Программное обеспечение DICOM: Поддержка DICOM /Программное обеспечение сетевого соединения DICOM	соответствует	Не соответствует Указан несопоставимый параметр: лицензия DICOM это не Программное обеспечение с его полным функционалом	соответствует	соответствует
Функция встроенная,	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	соответствует

обеспечивающая запись на DVD и USB-устройства: Функция встроенная, обеспечивающая запись на DVD и USB-устройства, активируемая электронным ключом / Запись данных на DVD и USB накопитель		Указана несопоставимый параметр, требуется функция записи	В регистрационном удостоверении отсутствует режим	
Монитор: Монитор. Диагональ. Не менее 22 дюймов. Разрешение. Не менее 1600:900. Наклон монитора. Не менее 60 градусов.	соответствует	соответствует	Не соответствует диагональ монитора согласно открытым источникам 21,5 дюймовый монитор	соответствует
Постоянно волновой Допплер: Функция, встроенная для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера, активируемая электронным ключом/ Плата постоянноволнового допплера	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Функция, встроенная для работы с объемными изображениями: Программное обеспечение трехмерного изображения в режиме реального времени/Функция, встроенная для работы с объемными 3D/4D изображениями	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Функция для регистрации работы	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа STIC, в	Не соответствует	соответствует

сердца плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения частоты сердечных сокращений плода / Функция, встроенная для регистрации работы сердца плода		требованиях ТХ необходим другой режим. В РУ отсутствует режим	В регистрационном удостоверении отсутствует режим	
Функция, обеспечивающая дополнительные возможности для работы с данными: Функция встроенная, обеспечивающая дополнительные возможности для обмена и работы с данными/Программное обеспечение структурированного отчета	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа, В РУ отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Функция, обеспечивающая дополнительную защиту данных: Функция встроенная, обеспечивающая дополнительную защиту данных / Антивирусное программное обеспечение	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует
Программное обеспечение для визуализации низкоскоростных потоков крови: Функция, встроенная для улучшенной визуализации медленного кровотока / Программное обеспечение для	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа, В РУ отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует

визуализации низкоскоростных потоков крови				
Датчик конвексный	соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует
Диапазон частот. Не менее 2, не более 8 МГц. Угол сканирования. Не менее 113 градусов.	соответствует	Не соответствует Согласно открытым источникам, датчик C6-2Gs Дипазон 1.2–6.0MHz угол сканирования: 106°	Не соответствует Согласно открытым источникам Датчик конвексный G2-5C Угол обзора 66 градусов Дипазон 1,4МГц - 5,6МГц	соответствует
Датчик микроконвексный. Диапазон частот. Не менее 4, не более 10 МГц. Угол сканирования не менее 65 градусов.	соответствует	Не соответствует - Указан несопоставимый датчик, необходим микроконвексный датчик для вагинальных исследований - предоставлены ложные цифровые значения C11-35 В открытых источниках диапазон 2.6- 12.8 Мгц	Соответствует	соответствует
Датчик объемный Конвексный Датчик конвексный для объемного механического сканирования / Датчики объемные матричные конвексные. Диапазон частот Не менее 2, не более 8 МГц.		Не соответствует Согласно открытым источникам, датчик SD8-1s: частота 1.8-8.2 МГЦ	соответствует	соответствует
Держатель для датчиков: Держатель для внутриполостных датчиков /Комплект держателей	соответствует	Соответствует	Не соответствует, В РУ отсутствует держатель датчика	соответствует
Принтер для печати черно-белый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует
Требования к условиям Эксплуатации: Условия окружающей среды — рабочий режим Высота над уровнем моря: 0–3000 м	Соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует

Температура: от +10 °C до +35 °C Относительная влажность: от 10 % до 95 % без конденсации Атмосферное давление: от 101 кПа до 70,1 кПа Условия окружающей среды — нерабочий режим: Высота над уровнем моря: 0-5600 м Температура: от –40 °C до +70 °C Относительная влажность: от 10 % до 95 % без конденсации Атмосферное давление: от 101 кПа до 49,8 кПа				

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645047-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2024 08:07:08

Лот № 4645047-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645047-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645044-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2024 15:07:45

Лот № 4645044-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645044-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Пахомова Татьяна – (Старший ординатор ФД, НАО Центр Сердца Шымкент) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Пахомова Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения: Vivid E95, с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система RESONA I9S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850
Производитель МТ:	Производитель: GE Vingmed Ultrasound AS Страна-производитель: Норвегия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Ультразвуковая консоль /Основной блок системы.	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует
Масса не более 145 кг.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Скорость звука в ткани не менее 1540 м/с	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Динамический диапазон не менее 320 Дб	соответствует	соответствует	Не соответствует согласно открытым источникам, максимальный диапазон 280Дб	соответствует
Количество каналов не менее 7 072 000	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим объемной визуализации в реальном времени: Режим объемной визуализации в реальном времени/ трехмерное	соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий параметр. В регистрационном	соответствует	соответствует

изображение в режиме реального времени		удостоверении отсутствует режим		
Отслеживание движения ткани: Функция отслеживания движения ткани / анализа тканевого допплеровского сигнала	соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий параметр. В требованиях запрошена программа: Функция отслеживания/анализ сигнала. Участник ссылается на наличие тканевого допплера.	Не соответствует Указана несопоставимая программа, В РУ отсутствует режим	соответствует
Кардиологические исследования: Кардиологических измерения	соответствует	соответствует	Не соответствует Модуль в наличии в РУ, однако в описании состав программ не соответствует требованию и параметру кардиологических измерений.	соответствует
Оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: Качественная и количественная оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда/ Анализ сократимости миокарда левого желудочка, Количественный анализ тканевого допплеровского картирования, Измерение продольной и поперечной сократительной способности миокарда	соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий параметр. В РУ отсутствует режим.	Не соответствует В РУ отсутствует режим	соответствует
Функция стресс – эхокардиография: Функция стресс -эхокардиография	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Расширенный анализ функции левого желудочка в режиме 3D/4D: Качественная и количественная оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда в режиме стресс-эхокардиографии \ Программное обеспечение для расширенного анализа функции левого желудочка в режиме 3D/4D	соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий параметр. В РУ отсутствует режим.	Не соответствует В РУ отсутствует режим	соответствует
Программное обеспечение анализа сократимости миокарда в 2D- режиме: Программное обеспечение цифровой оценки сократительной функции и степени деформации миокарда в режиме воспроизведения \ Программное обеспечение анализа сократимости миокарда в 2D-режиме	соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий параметр. В РУ отсутствует режим.	Не соответствует В РУ отсутствует режим	соответствует
Функция оценки внутрисердечных потоков: Оценка/ анализ потока	соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий параметр. В РУ отсутствует режим.	Не соответствует В РУ отсутствует режим	соответствует
Измерения толщины комплекса интима- медиа: Функция измерения толщины комплекса интима-медиа/ Программное обеспечение	соответствует	соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует режим	соответствует

для оценки жесткости сосудистой стенки				
Поддержка формата DICOM	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик секторный фазированный. Частота не менее 1,0 МГц, не более 5 МГц. Угол сканирования не менее 120 градусов.	соответствует	Не соответствует Согласно брошюрам производителя, датчик SP5-1s имеет угол сканирования 90°	Не соответствует Согласно официальному открытому источнику https://vinno.ru/catalog/vinno-6/ датчик, предложенный участником, является - Педиатрическим кардиодатчиком G3-10P	соответствует
Датчик конвексный. Частота не менее 1 МГц не более 8,4 МГц. Угол сканирования не менее 65 градусов.	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный. Частота не менее 2 МГц не более 12 МГц. Апертура не менее 38мм.	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Подключение принтера: Крепеж для подключения устройства, печатающего ультразвуковые изображения/Комплект для подключения черно - белого принтера	соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует позиция	Не соответствует В РУ отсутствует позиция	соответствует
Руководство пользователя	соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует позиция	соответствует	соответствует
Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов/Блок воспроизведения физиологического сигнала	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Принтер печатающий черно-белые изображения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись** Пахомов А.Ю.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645038-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 27-08-2024 15:04:49

Лот № 4645038-Т1

Стерилизатор паровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645038-Т1 Стерилизатор паровой , Нурабаева Женискуль – (Главная медсестра, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" УЗ КЗ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Не соотвествует
2	220340011388, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ"	Соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
5	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нурабаева Женискуль

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «Medical Device KZ»	ТОО «ВЗМед»	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	ESS-АДРОН
Предлагаемая модель МТ:	Стерилизатор паровой серии MST, моделей MST-V, в различных вариантах исполнения: 6-6-12 VS2	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 6612-2	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 10	Паровые стерилизаторы MATACHANA в вариантах исполнения S1010 E-2	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 6612-2
Производитель МТ:	BELIMED AG, ШВЕЙЦАРИЯ РК-МТ-7№014784	BMT Medical Technology s.r.o.,ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РК-МТ-5№014998	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция РК-МТ-5№021303	ANTONIOMATACHANA, S.A., Испания РК-МИ (МТ) - №013856	BMT Medical Technology s.r.o.,ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РК-МТ-5№014998
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Паровой стерилизатор	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf; https://www.belimed.ru/	соответствует	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Высота,Глубина) в мм. https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-10-2/	соответствует	соответствует
Камера стерилизатора	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Объём камеры: в литрах.) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf; https://www.belimed.ru/	соответствует	Не соответствует Предоставлены ложные данные (Объём камеры: в литрах.) https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-10-2/	соответствует	соответствует
Парогенератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Вакуумная система	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Панель управления	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Панель управления: с сенсорным дисплеем, Размер панели управления со стороны загрузки, Размер панели управления со стороны выгрузки) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf; https://www.belimed.ru/	соответствует	**Не соответствует** Размер панели управления со стороны выгрузки: 7дюймов. https://www.vz-med.kz/osnashenie-sterilizacionnogo-otdelenija/parovie-sterilizatori-plusteam-tvt/	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Размер панели управления со стороны выгрузки) https://www.medwrench.com/equipment/16272/matachana-s1000	соответствует
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Воздушный компрессор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Система очистки воды	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					
Температурный датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Транспортная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Загрузочная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы					
	-	-	-	-	-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Нурабаева Ж.Ж.**

				№ 3204582 Medical Device KZ	№ 3206762 ESS-АДРОН	№ 3205722 Ordamed	№ 3206842 ОСТ-ФАРМ	№ 3207102 ВЗМед
№ п/п	*Наименование комплектующего к медицинской технике*	*Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 6612-2	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 6612-2	Стерилизатор паровой серии MST, моделей MST-V, в вариантах исполнения: 6-6-12 VS2 https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf	Паровые стерилизаторы MATACHANA в вариантах исполнения S1010 E-2 https://www.biopharmax.com/wp-content/uploads/2021/01/CA_IC_S1000_RIGEL_01_01_en_arx.pdf https://www.medwrench.com/equipment/16272/matachana-s1000	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 10 Производитель: TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№021303 от 26.10.2020г.
1	Паровой стерилизатор	Высота: не менее 1918 мм. Ширина: не менее 1130 мм. Глубина: не менее 1620 мм. Наружный материал: нержавеющая сталь Исполнение стерилизатора: двухдверное исполнение Тип двери: автоматические раздвижные двери, количество дверей – 2шт. Потребляемая мощность: не более 76 кВт Защита цепи: не менее 63 А Потребление: не более 23 кВт.ч.	1 шт.	Высота: 1918 мм. Ширина: 1300 мм. Глубина: 1620 мм. Наружный материал: нержавеющая сталь Исполнение стерилизатора: двухдверное исполнение Тип двери: автоматические раздвижные двери, количество дверей – 2шт. Потребляемая мощность: 48 кВт Защита цепи: 80 А Потребление: 12 кВт.ч.	Высота: 1918 мм. Ширина: 1300 мм. Глубина: 1620 мм. Наружный материал: нержавеющая сталь Исполнение стерилизатора: двухдверное исполнение Тип двери: автоматические раздвижные двери, количество дверей – 2шт. Потребляемая мощность: 48 кВт Защита цепи: 80 А Потребление: 12 кВт.ч.	Высота: 2430 мм. Ширина: 990 мм. Глубина: 1775 мм. Наружный материал: нержавеющая сталь Исполнение стерилизатора: двухдверное исполнение Тип двери: автоматические раздвижные двери, количество дверей – 2шт. Потребляемая мощность 37 кВт Защита цепи 91 А/109 А Потребление 55/67 кВТч	Высота: 1954 мм. Ширина: 1136 мм. Глубина: 2076 мм. Наружный материал: нержавеющая сталь Исполнение стерилизатора: двухдверное исполнение Тип двери: автоматические раздвижные двери, количество дверей – 2шт. Потребляемая мощность 63 кВт Защита цепи 63 А Потребление 23 кВТч	Высота: 1900 мм. Ширина: 1140 мм. Глубина: 1900 мм. Наружный материал: нержавеющая сталь Исполнение стерилизатора: двухдверное исполнение Тип двери: автоматические раздвижные двери, количество дверей – 2шт. Потребляемая мощность 60 кВт Защита цепи не менее 65 А Потребление 20 кВТч
2	Камера стерилизатора	Материал камеры нержавеющая сталь, марки AISI 316L. Объём камеры: не менее 610 литров. Число стерильных единиц: не менее 8 STE/STU Уровень шума: не более 90 дБ(А). Высота: не менее 660 мм. Ширина: не менее 650 мм. Глубина: не менее 1340 мм.	1 шт.	Материал камеры нержавеющая сталь, марки AISI 316L. Объём камеры: 610 литров. Число стерильных единиц: 8 STE Уровень шума: 78 дБ(А). Высота: 700 мм. Ширина: 650 мм. Глубина: 1340 мм.	Материал камеры нержавеющая сталь, марки AISI 316L. Объём камеры: 610 литров. Число стерильных единиц: 8 STE Уровень шума: 78 дБ(А). Высота: 700 мм. Ширина: 650 мм. Глубина: 1340 мм.	Материал камеры нержавеющая сталь, марки AISI 316L. Объём камеры: 585 литров. Число стерильных единиц: 4 STE/STU Уровень шума: 65 дБ(А). Высота: 660 мм. Ширина: 660 мм. Глубина:1354 мм.	Материал камеры нержавеющая сталь, марки AISI 316L. Объём камеры: 773 литров. Число стерильных единиц: 10 STU Уровень шума: 76 дБ(А). Высота: 670 мм. Ширина: 670 мм. Глубина: 1733 мм.	Материал камеры нержавеющая сталь, марки AISI 316L. Объём камеры: 691литров. Число стерильных единиц: не менее 10 STU Уровень шума: 88 дБ(А). Высота: не менее 670 мм. Ширина: не менее 670 мм. Глубина: не менее 1540 мм.
3	Парогенератор	Собственный парогенератор. Защита от избыточного давления: предохранительные клапаны не более 3,5 бар – 1шт.	1 шт.	Собственный парогенератор. Защита от избыточного давления: предохранительные клапаны 3,2 бар – 1шт.	Собственный парогенератор. Защита от избыточного давления: предохранительные клапаны 3,2 бар – 1шт.	Собственный парогенератор. Защита от избыточного давления: предохранительные клапаны не более 3,5 бар – 1шт.	Собственный парогенератор. Защита от избыточного давления: предохранительные клапаны не более 3,5 бар – 1шт.	Собственный парогенератор. Защита от избыточного давления: предохранительные клапаны не более 3,5 бар – 1шт.
4	Вакуумная система	Водокольцевой вакуумный насос / Жидкостно-кольцевой вакуумный насос.	1 шт.	Водокольцевой вакуумный насос	Водокольцевой вакуумный насос	Насос	Жидкостно-кольцевой вакуумный насос.	Жидкостно-кольцевой вакуумный насос.
	Панель управления	Панель управления: с сенсорным дисплеем - Размер панели управления со стороны загрузки: не менее 5,7. - Размер панели управления со стороны выгрузки: 5,7 дюйма. - Аварийное выключение / Аварийный выключатель. -Порт RS232 - Карта памяти:. - Система управления: Автоматическое микропрограммное управление / Микрокомпьютерная технология. - Программы испытаний (циклы испытаний): Тест Бовье-Дика Ваккумный тест - Программы стерилизации (циклы стерилизации): Нагревание. Универсальная 134°С. Универсальная контейнеры 134°С. Резина 121 ° С. Инструменты быстрая обработка 134°С. Возможность установить дополнительные программы до 20 (Растворы, Эндоскопы, Алопласт, Прионы, Лапароскопы, Агары)/ Быстрый 134 ° С. Развернутый 134 ° С. Завернутый 134 ° С. Прионный 134 ° С. Пористый 121 ° С. - Температура стерилизации (°С): 121 °С / 134 °С	1 комплект	Панель управления: с сенсорным дисплеем - Размер панели управления со стороны загрузки: 8,4 дюйма. - Размер панели управления со стороны выгрузки: 5,7 дюйма. - Аварийное выключение - Порт RS232 - Карта памяти - Система управления: Автоматическое микропрограммное управление - Программы испытаний (циклы испытаний): Тест Бовье-Дика Ваккумный тест - Программы стерилизации (циклы стерилизации): Нагревание. Универсальная 134°С. Универсальная контейнеры 134°С. Резина 121 ° С. Инструменты быстрая обработка 134°С. Возможность установить дополнительные программы до 20 (Растворы, Эндоскопы, Алопласт, Прионы, Лапароскопы, Агары) - Температура стерилизации (°С): 121 °С / 134 °С	Панель управления: с сенсорным дисплеем - Размер панели управления со стороны загрузки: 8,4 дюйма. - Размер панели управления со стороны выгрузки: 5,7 дюйма. - Аварийное выключение - Порт RS232 - Карта памяти - Система управления: Автоматическое микропрограммное управление - Программы испытаний (циклы испытаний): Тест Бовье-Дика Ваккумный тест - Программы стерилизации (циклы стерилизации): Нагревание. Универсальная 134°С. Универсальная контейнеры 134°С. Резина 121 ° С. Инструменты быстрая обработка 134°С. Возможность установить дополнительные программы до 20 (Растворы, Эндоскопы, Алопласт, Прионы, Лапароскопы, Агары) - Температура стерилизации (°С): 121 °С / 134 °С	Панель управления: с сенсорным дисплеем - Размер панели управления со стороны загрузки: не менее 5,7. - Размер панели управления со стороны выгрузки: 5,7 дюйма. - Аварийный выключатель. -Порт RS232 - Карта памяти - Система управления: Автоматическое микропрограммное управление / Микрокомпьютерная технология. - Программы испытаний (циклы испытаний): Тест Бовье-Дика Ваккумный тест - Программы стерилизации (циклы стерилизации): Текстиль, Инструменты, Резина, другие материалы. - Температура стерилизации (°С): 121 °С / 134 °С	Панель управления: с сенсорным дисплеем - Размер панели управления со стороны загрузки: не менее 5,7. - Размер панели управления со стороны выгрузки: 5,7 дюйма. - Аварийное выключение / Аварийный выключатель. -Порт RS232 - Карта памяти:. - Система управления: Автоматическое микропрограммное управление / Микрокомпьютерная технология. - Программы испытаний (циклы испытаний): Тест Бовье-Дика Ваккумный тест - Программы стерилизации (циклы стерилизации): Нагревание. Универсальная 134°С. Универсальная контейнеры 134°С. Резина 121 ° С. Инструменты быстрая обработка 134°С. Возможность установить дополнительные программы до 20 (Растворы, Эндоскопы, Алопласт, Прионы, Лапароскопы, Агары)/ Быстрый 134 ° С. Развернутый 134 ° С. Завернутый 134 ° С. Прионный 134 ° С. Пористый 121 ° С. - Температура стерилизации (°С): 121 °С / 134 °С	Панель управления: с сенсорным дисплеем - Размер панели управления со стороны загрузки: 7 дюйма. - Размер панели управления со стороны выгрузки: 7 дюйма. - Аварийное выключение / Аварийный выключатель. -Порт RS232 - Карта памяти:. - Система управления: Автоматическое микропрограммное управление / Микрокомпьютерная технология. - Программы испытаний (циклы испытаний): Тест Бовье-Дика Ваккумный тест - Программы стерилизации (циклы стерилизации): Нагревание. Универсальная 134°С. Универсальная контейнеры 134°С. Резина 121 ° С. Инструменты быстрая обработка 134°С. Возможность установить дополнительные программы до 20 (Растворы, Эндоскопы, Алопласт, Прионы, Лапароскопы, Агары)/ Быстрый 134 ° С. Развернутый 134 ° С. Завернутый 134 ° С. Прионный 134 ° С. Пористый 121 ° С. - Температура стерилизации (°С): 121 °С / 134 °С
	Принтер	Встроенный принтер	1 шт.	Встроенный принтер	Встроенный принтер	Встроенный принтер	Встроенный принтер	Встроенный принтер
	Воздушный компрессор	Воздушный компрессор	1 шт.	Воздушный компрессор	Воздушный компрессор	Компрессор	Воздушный компрессор	Воздушный компрессор
6	Система очистки воды	Система очистки воды/очиститель воды обратного осмоса с резервуаром для воды Максимальное допустимое давление, бар не более 3,5 бар	1 шт.	Система очистки воды Максимальное допустимое давление 3,2 бар	Система очистки воды Максимальное допустимое давление 3,2 бар	Система очистки воды	Очиститель воды обратного осмоса с резервуаром для воды	Система очистки воды
	Температурный датчик	Датчик температуры	1 шт.	Датчик температуры	Датчик температуры	Датчик температуры	Датчик температуры	Датчик температуры
7	Транспортная тележка	Транспортная тележка /Погрузочно-разгрузочная тележка	2 шт.	Транспортная тележка	Транспортная тележка	Транспортная тележка	Тележка для загрузки/выгрузки (полуавтоматическая система)	Транспортная тележка
8	Загрузочная тележка	Загрузочная тележка / Загрузочный стеллаж	1 шт.	Загрузочная тележка	Загрузочная тележка	Загрузочная тележка	Загрузочный стеллаж	Загрузочная тележка
9	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: не менее +1 и не более +40°С Относительная влажность (без выпадения конденсата): не менее 85 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.			Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +1 до +40°С Относительная влажность (без выпадения конденсата): 85 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +1 до +40°С Относительная влажность (без выпадения конденсата): 85 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: от +5 до +40°С Относительная влажность (без выпадения конденсата): 80 % Атмосферное давление: Макс. 2000 м / +106 кПа	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: не менее +1 и не более +40°С Относительная влажность (без выпадения конденсата): не менее 85 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.	Напряжение трехфазного переменного тока: 380 В. Частота переменного тока: 50 Гц. Температура: не менее +1 и не более +40°С Относительная влажность (без выпадения конденсата): не менее 85 % Атмосферное давление: Макс. 3000 м / 700 гПа / 525 мм рт. ст.

N заявки
Наименования потенциальных поставщиков:
Предлагаемая модель МТ:
Производитель МТ:
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп
Штатив С-дуга
Генератор
Рентгеновская трубка
Усилитель рентгеновского изображения
Монитор управления сенсорный

Рабочая станция
Специальные программные обеспечения
Набор для педиатрической визуализации
Устройство видеораспределительное
Заключение

3207122	3206282
ТОО «MedTechService»	ТОО "Алаш-KZ"
EXTRON 5	EXTRON 5
Республика Корея	Республика Корея
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Не соответствует (отсутствуют параметры: орбитального вращения, переключатель ножной, свободное пространство, Вес штатива С-дуги, Переключатель ножной, Лазерный центратор: Указатель лазерный со стороны усилителя рентгеновского изображения)	Соответствует
Не соответствует (Максимальный ток при импульсной рентгеноскопии указано 10мА, должен быть не менее 25мА)	Соответствует
Не соответствует (Отсутствуют следующие параметры: Суммарная фильтрация, мм Al, Тип устройства ограничения пучка: ирисовый коллиматор. Поворот шторкового коллиматора, не менее 360°. Несоответствие типа устройства ограничения пучка: Виртуальный коллиматор (требуется шторковый коллиматор))	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Не соответствует (указаны другие параметры)
Не соответствует (не указан)	Соответствует

Не соответствует (не указана)	Не соответствует (не указана телевизионная камера)
Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует
Не соответствует (Указано незарегистрированное комплектующее)	Не соответствует (отсутствует)
Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного	
Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует
Не соответствует	Не соответствует

3206122	3206002	3206142
ТОО «Алма-Мед»	ТОО "Zein Invest"	ТОО "TND"
RADIUS R-9 DFG	OEC One	Zentrion 50
Италия	Китай	Нидерланды
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

Основные комплектующие

Не соответствует (согласно открытым источникам вес Неподвижный анод – 340 кг Вращающийся анод – 360 кг, должен быть не более 312кг)	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует

Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует

Дополнительные комплектующие

Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (отсутствует)	Соответствует	Соответствует

Требования к условиям эксплуатации

Соответствует	Соответствует	Соответствует

о сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либ

Соответствует	Соответствует	Соответствует

Требования к сопутствующим услугам

Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует	Соответствует	Соответствует

3205682	3206402	3204742
ТОО "Life Medical Solution	ТОО "Неомедикал"	ТОО «VIVA-Мастер»
CompaX 500B	ALC-200	Cyberbloc FP
Китай	Китай	Италия
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Соответствует	Не соответствует (Вертикальное перемещение, см, не менее 45 см, указано 40см).	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Не указано наименование комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)

Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Разрешение изображения, элементы, не менее 1000x1000, указаны другие значения 1000cd/m2)
Соответствует	Соответствует	Соответствует

Соответствует	Не соответствует (Указано незарегистрированное комплектующее)	Не соответствует (Указано незарегистрированное комплектующее)
Соответствует	Не соответствует (Указано незарегистрированное комплектующее)	Не соответствует (Указано незарегистрированное комплектующее)

Соответствует	Соответствует	Соответствует

бо с привлечением третьих компетентных лиц

Соответствует	Соответствует	Соответствует

Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Не соответствует	Не соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645037-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2024 15:21:30

Лот № 4645037-T1

Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645037-T1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой, Туник Виталий – (Врач лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" г. Петропавловск) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	111240014379, Товарищество с ограниченной ответственностью "MedTechService"	Не соотвествует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
3	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
5	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
6	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует
7	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
8	141240014790, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Туник Виталий

N заявки	3204742
Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "VIVA-МАСТЕР"
Предлагаемая модель МТ:	Cyberbloc FP
Производитель МТ:	Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
С-дуга	Соответствует
Педальный ножной переключатель	Соответствует
Ручной переключатель	Соответствует
Отсеивающий растр	Соответствует
Рентгеновский генератор	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует
Коллиматор	Соответствует
Детектор	Соответствует
Лазерный локализатор	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
Результат	Соответствует

3207122	3206122	3206282
ТОО "MedTechService"	ТОО «Алма-Мед»	ТОО "Алаш-KZ"
EXTRON 7	RADIUS XP	EXTRON 5
Республика Корея	Италия	Республика Корея
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует	Соответствует	Соответствует

Усло

3206642	3206402	3206762
ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО"ESS-АДРОН"
ALC-200	ALC-201	PLX7100A
Китай	Китай	Китай
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
		Основные комплектующие
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Не соответствует (не указан)
		Требования к условиям эксплуатации
Соответствует	Соответствует	Соответствует
вия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республи		
Соответствует	Соответствует	Соответствует
		Требования к сопутствующим услугам
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Не соответствует

3204982	3204142	3205682
ТОО "Medical equipment service-KZ"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "Life Medical Solutions"
PLX112B1	Elite FPD	CompaX 500C
Китай	Индия	Китай
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Соответствует	Соответствует
Не соответствует (не указан)	Соответствует	Соответствует

Соответствует	Соответствует	Соответствует

ике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц

Соответствует	Соответствует	Соответствует

Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не соответствует	Соответствует	Соответствует

3206662	3206262	3205722
ТОО "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	ТОО "ЛАБТРОНИК"	Акционерное общество "Ordamed"
«Cios Select»	Omniscop FPs	Atlas C5
Китай	Испания	Казахстан
Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Туник В.А.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645036-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2024 15:30:58

Лот № 4645036-Т1

Мобильная цифровая рентгенографическая система типа С-дуга

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645036-Т1 Мобильная цифровая рентгенографическая система типа С-дуга, Туник Виталий – (Врач лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" г. Петропавловск) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует
3	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует
4	141240014790, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР"	Соответствует
5	111240014379, Товарищество с ограниченной ответственностью "MedTechService"	Не соотвествует
6	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
7	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
8	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует
9	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
10	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соотвествует

11	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует
12	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует
13	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Туник Виталий

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645035-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2024 11:51:37

Лот № 4645035-Т1

Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645035-Т1 Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, Цхай Борис – (Руководитель хирургического центра КГП "ОКБ" УЗКО, главный внештатный хирург УЗКО , КГП "ОКБ" УЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	190140008213, Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО"	Не соотвествует
2	190640010154, Товарищество с ограниченной ответственностью "Академия красоты "RM"	Соответствует
3	030940005028, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕХ С°"	Не соотвествует
4	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
5	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Цхай Борис

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	***ТОО "Братья Азизляр ИКО"***	***ТОО "Академия красоты "RM"***	***ТОО "АРЕХ С°"***	***ТОО "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"***	***ТОО "ДАЛ ДИАГНОСТИК"***
Предлагаемая модель МТ:	Комплекс Amnotec видеоэндоскопический универсальный	Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями, для различных диагностических и хирургических вмешательств	Система видеоэндоскопическая 1688 с принадлежностями	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств
Производитель МТ:	Amnotec International Medical GmbH, Германия	Aesculap AG ГЕРМАНИЯ	Stryker Endoscopy СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	KARL STORZ SE & Co KG ГЕРМАНИЯ	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG ГЕРМАНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Блок управления видеокамеры. Блок управления видеокамеры: Блок управления эндовидеокамерой / Блок управления видеокамеры.	Соответствует	Соответствует	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света. Диапазон параметров сетевого напряжения: 100–240 В. Номинальная частота: 50/60 Гц. Габаритные размеры источник света (Ш x В x Г): Не более 332 мм (Ш) × 155 мм (В) × 380 мм (Г). Общий вес: Не более 9,2 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Головка камеры: Головка видеокамеры/ Головка эндовидеокамеры.	Соответствует	Соответствует	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка : Тележка для эндоскопического оборудования / Универсальное устройство и мобильные консоли.	Соответствует	Соответствует	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор: Монитор 3D FULL HD/ЖК-монитор - 4K. Диагональ: Не менее 31 дюйма.	Не соответствует. Согласно РУ РК	Соответствует	Не соответствует. Согласно РУ РК МИ	Соответствует	Не соответствует. Согласно РУ РК-

	МИ (МТ)-0№025735 имеются отклонения от требований монитора: отсутствует 3D и 4K форматы разрешения.		(МТ)-0№025237 имеются отклонения от требований монитора: отсутствует 3D форматы разрешения.		МИ (МТ) - №023460 имеются отклонения от требований монитора: отсутствует 4K форматы разрешения
Дополнительные комплектующие					
-	-	-			
Расходные материалы					
-	-	-			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 120 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года Адрес: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники **поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц.** Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- удаление пыли, грязи с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					

NB! Дополнительное замечание:

По потенциальному поставщику ТОО "Братья Азизляр ИКО" документы по заявке № 3206682 на сайте http://register.ndda.kz в государственном реестре ЛС и МИ, РУ РК МИ (МТ)-0№025735 дата истечения РУ 16.07.2024 г., что на момент подачи заявки для участия в конкурсе 479816-1 не соответствуют требованиям.

Эксперт:
Руководитель хирургического центра
КГП "ОКБ" УЗКО, главный внештатный хирург УЗКО **д.м.н. Цхай Б.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645075-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2024 14:21:27

Лот № 4645075-Т1

Система ультразвуковой диагностики

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645075-Т1 Система ультразвуковой диагностики, Чапаган Динара – (врач Ультразвуковой диагностики, г.Караганда,ул.Касым Аманжолова 189, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	191140000181, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ""	Соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
6	220240031100, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INTERMED TRADE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Чапаган Динара

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645075-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 28-08-2024 14:21:27

Лот № 4645075-Т1

Система ультразвуковой диагностики

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645075-Т1 Система ультразвуковой диагностики, Чапаган Динара – (врач Ультразвуковой диагностики, г.Караганда,ул.Касым Аманжолова 189, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	191140000181, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ""	Соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
6	220240031100, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INTERMED TRADE"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Чапаган Динара

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

По результатам тщательно проведенного анализа заявок потенциальных поставщиков, определено, что тендерному техническому заданию соответствуют две модели: Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850 производства FUJIFILM Healthcare Corporation и Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X8 производства Esaote S.p.a. Обе данные модели, наряду со всеми возможными аналогами на рынке, изначально были внимательно изучены, в том числе проверены и испытаны на практике, прежде чем были взяты за основу в виде конкурентных товаров для подготовки унификации технической спецификации, а впоследствии для подготовки тендерного задания с учетом всех нужд медицинской организации.

При формировании требований к аппарату важное внимание уделялось такому фактору, как обязательное наличие технологии улучшенной визуализации за счет сверх широких частотных диапазонов (именно реально работающих частот, а не основанных на тканевых гармониках!), благодаря чему гарантированно должна достигаться высокая и качественная пенетрация ультразвука и улучшенная разрешающая способность аппарата. При подробном изучении предложений на рынке, стало очевидно, что аппараты производства Китай данными необходимыми опциями и режимными функциями НЕ обладают и НЕ смогут удовлетворить нужды больницы.

При анализе отмечено, что в заявках потенциальных поставщиков на модели Resona I9 Nasa, Resona I9 Exp, VINNO G86 и Aplio i800 указана недостоверная и некорректная информация о производительности и параметрах предлагаемой продукции. Использованные в работе для анализа заявок технические материалы прилагаются.

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ""	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INTERMED TRADE"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9 Nasa в комплекте с принадлежностями, РК МИ (МТ)-0№027626 от 24.01.2024г	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9 Exp в комплекте с принадлежностями, РК МИ (МТ)-0№027626 от 24.01.2024г.	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86, РК МИ (МТ)-0№024077	Системы ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850, РК-МТ-5№019402 от 27.06.2024 г.	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X8 с принадлежностями, РК МИ (МТ)-0№028153 от 18.06.2024г.	Система диагностическая ультразвуковая Aplio i800 (TUS-AI800), РК МИ (МТ)-0№026732
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., КИТАЙ	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	Esaote S.p.a, ИТАЛИЯ	Canon Medical Systems Corporation, ЯПОНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

объявления на закуп						
			Основные комплектующие			
Основной блок	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников и регистрационному удостоверению, отсутствует необходимый тендерным заданием и важный в клинической практике режим синхронизации заранее сохраненных изображений различных диагностических модальностей (виртуальная сонография в реальном времени)!!!	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, в том числе технических мануалов производителя, объем встроенного накопителя (встроенной памяти самого аппарата, без дополнительного увеличения памяти с помощью каких-либо внешних устройств) составляет у данной модели всего 960 Мб, в то время как заданием требуется не менее 500 Гб!
			Дополнительные комплектующие			
Подогрев геля	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Датчик конвексный	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, в том числе технических мануалов производителя, диапазон частот предлагаемого конвексного монокристалического датчика SC6-1s составляет 1.2 - 6 МГц, и данный	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, в том числе технических мануалов производителя, диапазон частот предлагаемого конвексного монокристалического датчика SC6-1s составляет 1.2 - 6 МГц, и данный диапазон меньше, чем требуется тендерным заданием,	**Не соответствует** Согласно информации из открытых источников, диапазон частот предлагаемого конвексного датчика F2-5CE составляет 2-5.5 МГц, в то время как тендерным заданием требуется не менее 1 - 6 МГц	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, в том числе технических мануалов производителя, диапазон частот предлагаемого датчика конвексного, модель PVI-475BT, составляет 1.8-6.2 МГц и не соответствует требованиям, так как согласно тендерному

	диапазон меньше, чем требуется тендерным заданием, он должен составлять не менее 1 - 6 МГц	он должен составлять не менее 1 - 6 МГц				заданию он должен составлять не менее 1 - 6 МГц
Датчик линейный	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, в том числе технических мануалов производителя, диапазон частот предлагаемого линейного датчика L20-5s составляет 6 - 23 МГц, когда тендерным заданием требуется нижняя частота **не более 5 МГц**, верхняя частота не менее 15 МГц.	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, в том числе технических мануалов производителя, диапазон частот предлагаемого линейного датчика L20-5s составляет 6 - 23 МГц, когда тендерным заданием требуется нижняя частота **не более 5 МГц**, верхняя частота не менее 15 МГц.	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, диапазон частот предлагаемого линейного датчика X6-16L составляет 7,3-18 МГц, в то время как тендерным заданием требуется нижняя частота не более 5,0 МГц, а верхняя частота не менее 15,0 МГц	Соответствует	Соответствует	Не представляется возможным проверить и сопоставить информацию о параметрах предложенного датчика
Датчик микроконвексный	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Согласно официальной информации из открытых источников, диапазон частот предлагаемого конвексного датчика G4-9E составляет 5-10 МГц, в то время как тендерным заданием требуется нижняя частота не более 5,0 МГц, а верхняя частота не менее 15,0 МГц	Соответствует	Соответствует	Не представляется возможным проверить и сопоставить информацию о параметрах предложенного датчика
Пункционный адаптер для датчика микроконвексно	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Отсутствует регистрация	Соответствует	Соответствует	Соответствует

го						
Датчик биплановый трансректальный	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Вместо требуемого бипланого датчика повторно предлагается еще один второй датчик F4-9E, который является обыкновенным микроконвексным внутриполостным датчиком и **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БИПЛАНОВЫМ ДАТЧИКОМ**!!!	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы						
-	-	-	-	-	-	-
Требования к сопутствующие услугам						
-	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Чапаган **Чапаган Д.А.**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Consona N9S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850	Ультразвуковые диагностические системы серии X-CUBE, модели: X-CUBE 70, с принадлежностями в комплекте	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp
Производитель МТ:	GE Ultrasound Korea, Ltd. Страна-производитель: Республика Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	Alpinion Medical Systems Co Ltd. Корея	SONOSCAPE MEDICAL CORP. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Область применения: Акушерство; Гинекология; Исследование сосудов; Кардиология; Исследование органов брюшной полости; Исследование поверхностно расположенных органов; Урология; Педиатрия; Исследование скелетно-мышечной системы; Неврология; Исследование молочной железы	соответствует	Не соответствует Согласно РУ (МТ)-0№026359 нет в области применения направления Исследование молочной железы	Не соответствует В РУ РК МИ (МТ)-0№024077 область применения ограничена, возможность работы только в: акушерстве, гинекологии, урологии, кардиологии, педиатрии	соответствует	**Соответствует**	Не соответствует Согласно РУ

Назначение: Этот прибор предназначен для использования врачами и другими квалифицированными специалистами с целью проведения ультразвуковых исследований в следующих областях: • Абдоминальные исследования • Педиатрия Нейросонография • Поверхностно-расположенные органы • Опорно-двигательный аппарат • Акушерство • Гинекология • Урология • Проктология • Гастроэнтерология • Взрослая и детская кардиология • Сосудистые исследования • Брахитерапия • Лапароскопия • Интраоперационные исследо вания • Онкология • Чреспищеводные исследования • Эндоскопические исследования.	соответствует	Не соответствует Согласно РУ (МТ)-0№026359 Отсутствуют исследования в области нейросонографии, Проктологии, гастроэнтерологии, брахитерапии, лапароскопии, интраоперационные исследования, онкология, чреспищеводные исследования, эндоскопические исследования.	Не соответствует назначение согласно РУ РК МИ (МТ)-0№024077	соответствует	Не соответствует назначение согласно РУ ҚР-МТ-0№022775 Отсутствуют исследования в области нейросонографии, Проктологии, гастроэнтерологии, брахитерапии, лапароскопии, интраоперационные исследования, онкология, чреспищеводные исследования, эндоскопические исследования.	Не соответствует назначение согласно РУ
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской/Основной блок.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует консоль/основной блок	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим 2D /Режим В.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует режим	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	Не соответствует В регистрационно м удостоверении отсутствует данный режим
М-режим.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует
Спектральный непрерывно-волновой	соответствует	Не соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении	Соответствует

допплер/ Спектральное допплеровское картирование.		В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	отсутствует данный режим		отсутствует данный режим	
Постоянно-волновой допплер.	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Соответствует	Соответствует
Цветовое допплеровское картирование (ЦДК)/Цветной доплеровский режим.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	Соответствует
Режим визуализации реалистичного объемного кровотока /Режим широкополосного допплеровского картирования сосудистого русла.	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	Не соответствует Указана несопоставимая программа, В РУ отсутствует режим
Режим тканевого допплера.	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим энергетического допплера /Энергетический допплер	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	Соответствует
Программное обеспечение автоматизированного измерения воротникового пространства: Модуль, встроенный для автоматического измерения толщины воротникового пространства/Программное обеспечение автоматизированного измерения воротникового пространства	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	Соответствует	Не соответствует (указано маркетинговое название программы по РУ без расшифровки назначения)	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Программное обеспечение для исследования сердца плода: Модуль, встроенный для регистрации работы	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Не соответствует - (В РУ указано маркетинговое название программы без расшифровки	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим

сердца /Программное обеспечение для исследования сердца плода					назначения – невозможно сопоставить с требованиями в ТХ), - также есть ограничение работы режима только для В режима	
Программное обеспечение для работы с трехмерными изображениями: Модуль, встроенный для работы с объемными 3D/4D изображениями/Программное обеспечение трехмерного изображения в режиме реального времени	соответствует	Не соответствует Приложен только модуль 4D	Соответствует	соответствует	Не соответствует В РУ указано - ***Модель Value 3D/4D для X-CUBE.*** Модель это не программное обеспечение. Требуемого программного обеспечения нет в РУ.	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим, поставщиком указана несопоставимая с требованиями программа
Режим визуализации реалистичного объемного кровотока: Модуль, встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме недопплеровской визуализации кровотока /Программное обеспечение измерения времени прохождения потока в сосуде	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа, В РУ отсутствует режим	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Не соответствует Визуализация низкоскоростного потока — это отдельный режим не сопоставимый с требованием в ТХ. Требуемого программного обеспечения нет в РУ.	Соответствует
Режим протоколирования ультразвукового исследования: Модуль, встроенный для протоколирования этапов ультразвукового исследования /Программное обеспечение структурированного отчета	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Не соответствует (В РУ указано маркетинговое название программы без расшифровки назначения – невозможно сопоставить с требованиями в ТХ),	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Режим	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	соответствует	Не соответствует	Не соответствует

объемной контрастной визуализации: Модуль, встроенный для дополнительной объемной контрастной визуализации /Программное обеспечение контрастной гармонической визуализации		Указана несопоставимая программа (в требованиях тх нужен модуль объемной контрастной визуализации используется для визуализации структур плода во время скрининга. Поставщик указал программу с использованием контрастного вещества).	В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим		Указана несопоставимая программа. В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Режим встроенный для определения плотности ткани: Модуль, встроенный для определения плотности ткани/Режим цветового картирования жесткости ткани	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа (опция эластографии и режим в требованиях разные режимы)	Не соответствует Указана несопоставимая программа (опция эластографии и режим в требованиях разные режимы)	соответствует	Не соответствует Указана несопоставимая программа (опция эластографии и режим в требованиях разные режимы)	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Модуль, встроенный для обеспечения работы дополнительного порта датчика: Модуль, встроенный для обеспечения работы дополнительного порта датчика, /Порт подключения невизуализирующего датчика	соответствует	Не соответствует Указан несопоставимый параметр	Соответствует	соответствует	Не соответствует Указан ***пакет CW опций для X -CUBE***, что является режимом постоянно-волнового допплера, это не порт. В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим.	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Устройство для конвертации видео в цифровые форматы: Устройство для конвертации видео в цифровые форматы/Фонокардиографический преобразователь	соответствует	Не соответствует Указан несопоставимый параметр.	Не соответствует Указан несопоставимый параметр.	соответствует	Не соответствует Указан несопоставимый параметр. ЭКГ модуль и требование в ТХ разные принадлежности.	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Программное обеспечение соединения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении

DICOM: Модуль, встроенный для обеспечения возможности передачи данных DICOM/Программное обеспечение сетевого соединения DICOM						отсутствует данный режим
Модуль, встроенный дополнительной защиты данных: Модуль встроенный обеспечивающий дополнительную защиту данных, активируемый электронным ключом/Программное обеспечение встроенного контроля	соответствует	Не соответствует Указан несопоставимый параметр	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Не соответствует Указан несопоставимый параметр. В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим.	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной: Датчик микроконвексный внутриполостной / Датчик микроконвексный ректо-вагинальный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствуют микроконвексные датчики	Соответствует	Соответствует	
Датчик объемный конвексный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, В РУ отсутствует датчик объемный конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный внутриполостной	Соответствует	Не соответствует Указан несоответствующий датчик Отсутствует в РУ требуемый датчик	Не соответствует, В РУ отсутствует датчик объемный внутриполостной	Соответствует	Не соответствует, В РУ отсутствует датчик объемный внутриполостной	Соответствует
Датчик секторный фазированный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель полостного датчика: Держатель внутриполостных	соответствует	Соответствует	Не соответствует, В РУ отсутствует держатель датчика	соответствует	Соответствует	Соответствует

датчиков/Комплект держателей датчика						
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Руководство Пользователя: Руководство пользователя/Руководство по эксплуатации (Инструкции по применению)		Не Соответствует Нет в РУ, указан несоответствующий параметр	Соответствует		Соответствует	Соответствует
Держатель для геля	Соответствует	Не Соответствует Нет в РУ, указан несоответствующий параметр	Не соответствует В РУ отсутствует держатель геля	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует держатель геля	Не соответствует В РУ отсутствует держатель геля
Требования к условиям Эксплуатации: Условия окружающей среды — рабочий режим Высота над уровнем моря: 0–3000 м Температура: от +10 °C до +35 °C Относительная влажность: от 10 % до 95 % без конденсации Атмосферное давление: от 101 кПа до 70,1 кПа Условия окружающей среды — нерабочий режим: Высота над уровнем моря: 0-5600 м Температура: от –40 °C до +70 °C Относительная влажность: от 10 % до 95 % без конденсации Атмосферное давление: от 101 кПа до 49,8 кПа	Соответствует	Соответствует	Не соответствуют Показатели ниже требуемых	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645043-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-08-2024 08:11:15

Лот № 4645043-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645043-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
5	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
6	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат