Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645595-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 15:48:24

Лот № 4645595-T1

Система магнитно-резонансной томографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645595-T1 Система магнитно-резонансной томографии, Иманғали Дина – (Руководитель отдела государственных закупок и юридического сопровождения, КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соответствует
4	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
6	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Иманғали Дина

Таблица соответствия
По ЛОТУ № 4645595-Т1

По результатам тщательно проведенного анализа заявок потенциальных поставщиков, определено, что тендерному техническому заданию соответствуют две модели: Система магнитно-резонансной томографии Vantage Orian (MRT-1550) с принадлежностями Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019647 и Магнитно-резонансный томограф модель ECHELON Smart с принадлежностями Регистрационное удостоверение РК-МТ-0№022743. Замечания по ним минимальные.

Обе данные модели, наряду со всеми возможными аналогами на рынке, изначально были внимательно изучены, в том числе проверены и испытаны на практике, прежде чем были взяты за основу в виде конкурентных товаров для подготовки унификации технической спецификации, а впоследствии для подготовки тендерного задания с учетом всех нужд медицинской организации.

При формировании требований к аппарату важное внимание уделялось таким факторам как:

1. Обязательное наличие в системы охлаждения гелия (стандартная гелиевая система), так как данная технология полностью изучена и без каких-либо проблем эксплуатируется на протяжении многих лет по всему миру.
2. Наличие напряжённости градиентного магнитного поля не более 34 мТл/м, так как увеличенная напряженность магнитного поля ведет к усилению всех остальных характеристик системы с существенным удорожанием стоимости системы и с увеличением эксплуатационных расходов, ввиде потребляемой мощности и т.д. Ограничение ввиде не более 34 мТл/м обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и эксплуатационными затратами при использовании МРТ, при сохранении высочайшего качества изображения.
3. Диапазон вертикального перемещения стола не менее 36,7 см. Данные параметры необходим для обеспечивает удобство размещения пациента вне зависимости от его габаритных размеров и состояния здоровья, (ослабленные пациенты)
4. Наличие программного обеспечения диффузно-тензорных изображений, так как данная решение является высокоспециализированным программным обеспечением для анализа диффузионно-тензорных изображений позволяет врачу удобно и быстро сформировать представление о направлении и структуре повреждённых нервных волокон в головном мозге. Необходимо, чтобы была возможность не только получить такие изображения на сканере, но и иметь возможность сразу обработать их в формировании цветных анизотропных карт непосредственно на томографе, чтобы врач получал готовый расчётный результат.

При подробном изучении предложений на рынке, стало очевидно, что аппараты производства Китай данными необходимыми опциями и режимными функциями не обладают и не смогут удовлетворить нужды больницы.

При анализе отмечено, что в заявках потенциальных поставщиков на модели Magnum 1.5T, SuperVan 1.5T, i_Vision 1.5T Plus и Ingenia Ambition S указана недостоверная и некорректная информация о производительности и параметрах предлагаемой продукции.

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО "Ordamed"**	**ТОО «Пром-ЕА»**	**ТОО «Алаш»**	**ТОО «Medical Technologies Ltd.»**	**ТОО «SBK Standard»**	**ТОО "ADICom Ltd"**
Предлагаемая модель:	Магнитно-резонансный	Система магнитно-резонансный	Томограф магнитно-резонансный	Система магнитно-	Система магнитно-	Магнитно-резонансный

	томограф Magnum, варианты исполнения Magnum 1.5T Регистрационное удостоверение № РК МИ (МТ)-0№026885	томографии SuperVan 1.5T с принадлежностями Регистрационное удостоверение № РК-МТ-0№023060	i_Vision 1.5T Plus с принадлежностями Регистрационное удостоверение № РК МИ (МТ)-0№028182	резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, модификации: Ingenia Ambition S Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№018989	резонансной томографии Vantage Orian (MRT-1550) с принадлежностями Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019647	томограф модель ECHELON Smart с принадлежностями Регистрационное удостоверение РК-МТ-0№022743
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Магнит	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует (согласно РУ РК МИ (МТ)-0№028182 представлен безгелиевый МРТ). Однако согласно ТС заказчика, требуется МРТ с принудительным гелиевым охлаждением, что является принципиально иным устройством.**	**Не соответствует (согласно РУ РК МИ (МТ)-0№028347 представлен безгелиевый МРТ). Однако согласно ТС заказчика, требуется МРТ с принудительным гелиевым охлаждением,**	**Соответствует**	**Соответствует**

				что является принципиально иным устройством. *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989		
Максимальный грузоподъёмность стола, кг: Не менее 225 кг	***Не соответствует*** *Согласно информации из открытых источников, 200 кг.* **https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Указаны не точные характеристики, *не менее* 225 *кг*	**Не соответствует** Указаны не точные характеристики, *не менее* 225 *кг*
Минимальная высота стола, см: Не более 49,5 см	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Не заявлено в технической спецификации	**Соответствует**	**Не соответствует** Указаны не точные характеристики, *не более 49,5 см.*
Диапазон вертикального перемещения стола, см: Не менее 36,7 см	**Не соответствует**	**Не соответствует** **Заявлено:**	**Не соответствует** **Заявлено**: Диапазон вертикального	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

	Указано не корректные данные. *Заявлена минимальная высота стола 49,5 см, и максимальная высота стола 84,5 см, соответственно путем математических вычислений, диапазон вертикального перемещения стола равен 35 см (84,5-49,5см), что не соответствует заявленным данным 36,7 см*. Помимо этого. *Согласно информации из открытых источников,* ***35 см.*** **https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/**	Диапазон вертикального перемещения стола, см: 32 см **Требуется:** Не менее 36,7 см	перемещения стола, см: 38 см. **Требуется:** Не менее 36,7 см *Согласно информации из открытых источников,* ***35 см.*** https://www.az-mri.com/ms/i_vision_1.php	Не заявлено в технической спецификации		
Скорость нарастания градиентного поля по	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**

каждой из осей, Тл/м/с: Не менее 130 Тл/м/с	*Согласно информации из открытых источников,* ***96 Тл/м/с.*** ***https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/***			Не заявлено в технической спецификации	Указаны не точные характеристики *, не менее 155 Тл/м/с*	
Напряжённость градиентного магнитного поля, мТл/м: Не более 34 мТл/м	**Не соответствует** *Согласно информации из открытых источников,* ***26 Тл/м/с.*** **https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/**	**Не соответствует** **Заявлено**: Максимальная амплитуда градиента (ось x,ось y, ось z) 40 мТл/м **Требуется:** Не более 34 мТл/м	**Не соответствует** **Заявлено**: Максимальная амплитуда градиента (ось x,ось y, ось z) **34** мТ/м **Требуется:** Не более 34 мТл/м *Однако Согласно информации из открытых источников,* **35 мТ/м. https://www.az-mri.com/ms/i_vision_1.php**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Градиентная система	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Радиочастотная система	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		удостоверении № РК-МТ-0№023060		*Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989		
Независимая рабочая станция врача	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Катушка или набор катушек для исследования спины (позвоночника)	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**

Катушка для тела	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Катушка гибкая многофункциональная	**Соответствует**	**Не соответсвует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответсвует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Блок синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с датчиками для передачи физиологических сигналов	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Система подачи сигнала тревоги пациентом	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060		Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989		
Система звуковой двусторонней связи оператора с пациентом	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Поддержка интерфейса DICOM	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для автоматического распределения и установки срезов при исследовании головы	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении	**Соответствует**	**Соответствует**

			содержит упоминания об автоматическом распределения и установки срезов при исследовании головы, которое является высокоспециализированным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта для предварительного автоматического выбора системой положения срезов для исследования головного мозга по нескольким заранее установленным шаблонам и установки срезов без участия оператора, чтобы максимально повысить эффективность его работы.	№ РК-МТ-5№018989		
Программное обеспечение для автоматического распределения и установки срезов при исследовании позвоночника	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении	**Соответствует**	**Соответствует**

			Version 3.5 не содержит упоминания об автоматическом распределения и установки срезов при исследовании позвоночника, которое является высокоспециализированным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта для предварительного автоматического выбора системой положения срезов для исследования межпозвонковых дисков и позвонков по нескольким заранее установленным шаблонам и установки срезов без участия оператора, чтобы максимально повысить эффективность его работы.	№ РК-МТ-5№018989		
Программные пакеты для исследования головы, головного мозга, позвоночника, шеи	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном	**Не соответствует** Не зарегистрирован	**Соответствует**	**Соответствует**

		удостоверении № РК-МТ-0№023060	удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о возможности исследования головы, головного мозга, позвоночника, шеи	о в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989		
Программные пакеты для исследования суставов верхних и нижних конечностей	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о возможности исследования суставов верхних и нижних конечностей	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для получения изображений в коротком времени эхо-сигнала	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**

			получении изображений в коротком времени эхо-сигнала. Это уникальное программное обеспечение разработано для предварительной точной диагностики скрытых повреждений опорно-двигательного аппарата, которые могут быть выявлены только при специализированном анализе с распределением сигнала на параметрических картах.			
Пакет построения проекций максимальных интенсивностей	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Протоколы МР ангиографии без использования контрастного вещества методом меченых артериальных спинов	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении	**Соответствует**	**Соответствует**

			Version 3.5 не содержит упоминания о МР-ангиографии без использования контрастного вещества методом меченых артериальных спинов. Это специализированное программное обеспечение предназначено для прецизионной диагностики магистральных сосудов тела человека без применения контрастного препарата с одной стороны и в отсутствии типичных артефактов от бесконтрастных методик МРА с другой стороны, что делает её практически неуязвимой для стандартных артефактов, нарушающих формирование контуров сосудов	№ РК-МТ-5№018989		

			при бесконтрастной МРА.			
Программный пакет для получения единого изображения из изображений смежных анатомических областей при проведении сканирования всего тела	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о получении единого изображения из изображений смежных анатомических областей. Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для анализа диффузионных изображений	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**

			упоминания об анализе диффузионных изображений. Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить			
Программное обеспечение диффузно-тензорных изображений	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания об анализе диффузно-тензорных изображений. Высокоспециализированное программное обеспечение для анализа диффузионно-тензорных изображений позволяет врачу удобно и быстро	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№018989	**Соответствует**	**Соответствует**

			сформировать представление о направлении и структуре повреждённых нервных волокон в головном мозге. Необходимо, чтобы была возможность не только получить такие изображения на сканере, но и иметь возможность сразу обработать их в формированием цветных анизотропных карт непосредственно на томографе, чтобы врач получал готовый расчётный результат. Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить			
Комплект принадлежностей для фиксации пациента	**Соответствует**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182.	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационно	**Соответствует**	**Соответствует**

				м удостоверении № РК-МТ-5№018989		

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645597-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-09-2024 14:06:40

Лот № 4645597-Т1

Система компьютерной томографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645597-Т1 Система компьютерной томографии, Угышев Асхат – (Нач.тех отдела , Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения ВКО акимата.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	120940003596, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА"	Не соответствует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
4	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Не соответствует
5	990340000440, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД"	Не соответствует
6	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
7	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
8	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
9	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

10	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Угышев Асхат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Life Medical Solutions"	АО "Ordamed"	ТОО "ФИРМА АЗИЯ-МЕД"	ТОО "АЛАШ-KZ"	ТОО "КАТЭП-АЭ"	ТОО "ЛАБТРОНИК"	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО "САПА МЕД АСТАНА"	ТОО "CENTROPHARM"	ТОО "ТРИМЕДИКА"
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT 768	Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения x128 Не соответствует (В соответствии с государственным реестром NDDA.kz, срок действия РУ истек)	Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM Precision	Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime	Система компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-036A) с принадлежностями	Компьютерный томограф NeuViz 128	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT 768	Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM S400 с принадлежностями	Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела SUPRIA с принадлежностями	Система компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-036A) с принадлежностями
Производитель МТ:	КИТАЙ	КАЗАХСТАН	КИТАЙ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	КИТАЙ	КИТАЙ	КИТАЙ	ЯПОНИЯ	ЯПОНИЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характерист	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

ики объявления на закуп	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**	**комментарии и т.д.)**		
Основные комплектующие										
Гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гентри компьютерного томографа (с громкоговорителем)/ Сканирующая система гентри.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол наклона гентри: +/-30 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Блок детекторов/ Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальная толщина среза: не более 0,625 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество срезов: не менее 80 срезов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное время сканирования (полный оборот 360 град.): не	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

более 0,75 сек.										
Эффективное поле обзора: 500 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трубка рентгеновская/ Рентгеновская трубка.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость рентгеновской трубки: 5,0 МТЕ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество фокусных пятен: 2	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер большого фокусного пятна: не более 1,4 х 1,4 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер малого фокусного пятна: не более 0,9 х 0,8 мм	Не соответствует Размер малого фокусного пятна: 0,6 мм х l,2 мм	Не соответствует Размер малого фокусного пятна: 0,6 мм х l,2 мм	Не соответствует Размер малого фокусного пятна: 0,6 мм х l,2 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Размер малого фокусного пятна: 0,6 мм х l,2 мм	Не соответствует Исходя из данных государственного реестра NDDA.kz, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, Малое	Соответствует	Соответствует	Соответствует

							фокальное пятно: 0,6 мм x l,2 мм			
Стол для исследования пациента / Стол пациента.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Грузоподъемность стола для пациента: не менее 220 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных государственного реестра NDDA.kz, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, Макс. грузоподъемность - 205 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система внутренней связи: Система голосовой связи/ Система внутренней двухсторонней связи	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие										

Консоль: монитор, мышь, клавиатура	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Спиральное сканирование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Приложение для анализа узелковых образований легких/ Программное обеспечение для анализа и динамического контроля узелков в лёгких	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано. Требуемое программное обеспечени	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует

				е, зарегистрировано в другом регистрационном удостоверении к другой модели компьютерного томографа и данное ПО относится именно к модели из другого регистрационного удостоверения и не относится к предлагаемой модели. Технически невозможно определить совместимости ПО в разных моделях медицинской техники и в клинических исследованиях.						

DICOM	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано. Требуемое программное обеспечение, зарегистрировано в другом регистрационном удостоверении к другой модели компьютерного томографа и данное ПО относится именно к модели из другого регистрационного удостоверен	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует

				ия и не относится к предлагаемой модели. Технически невозможно определить совместимости ПО в разных моделях медицинской техники и в клинических исследованиях.						
Интерфейс DICOM сохранение/Программное обеспечение DICOM	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано. Требуемое программное обеспечение, зарегистрировано в	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует

				другом регистрационном удостоверении к другой модели компьютерного томографа и данное ПО относится именно к модели из другого регистрационного удостоверения и не относится к предлагаемой модели. Технически невозможно определить совместимости ПО в разных моделях медицинской техники и в клинических исследованиях.						
Программное обеспечение для	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

виртуальной колоноскопии	Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано. Требуемое программное обеспечение, зарегистрировано в другом регистрационном удостоверении к другой модели компьютерного томографа и данное ПО относится именно к модели из другого регистрационного удостоверения и не относится к предлагаемой модели.			Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано		

				Технически невозможно определить совместимости ПО в разных моделях медицинской техники и в клинических исследованиях.						
Подставка для рук/ Подставка под руки мягкая	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Пирамидальный матрац/ Пирамидальная подушка	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не	Соответствует	Соответствует

			комплектующее не зарегистрировано					зарегистрировано		
Матрац подставки для ног/ Матрац для ног	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано. В технической спецификации указана «Подставка для ног», но по техническому заданию, требуется «Матрац» для этой подставки.	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано Требуется матрац для подставки для ног, в предлагаемой технической спецификации указана «подушечка для коленного сустава», что не является матрасом для	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует

						поставки для ног				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)										
Напряжение 380В, 50 Гц. Сопротивление сети должно соответствовать номинальной мощности рентгеновского питающего устройства с трехфазной схемой выпрямления.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и										

окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации и операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.										

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645608-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 12:04:31

Лот № 4645608-Т1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645608-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями, Чапаган Динара – (врач Ультразвуковой диагностики, г.Караганда,ул.Касым Аманжолова 189, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Чапаган Динара

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

По результатам проведенного анализа заявок потенциальных поставщиков, определено, что тендерному техническому заданию соответствуют две модели: Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями производства Philips Ultrasound Inc. США и Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностямипроизводства GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО «МедМаркетЭксперт»	ТОО «TND»	ТОО «Альянс»	ТОО «Surgicare Kazakhstan»(Серджикея Казахстан)
Предлагаемая модель МТ:	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели u7	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система AlpinionE-Cube 15	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9S в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40
Производитель МТ:	АО «Ordamed», Казахстан	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Alpinion Medical Systems Co Ltd., Южная Корея	Philips Ultrasound Inc. США	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
1. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями						
Основные типы датчиков: Секторный, конвексный, линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Режимы работы: М-режим, Цветовое допплеровское картирование (ЦДК), Спектральный допплер, Энергетический допплер.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение автоматической оптимизации изображения: Программное обеспечение автоматической оптимизации изображения/ Программы оптимизации и обработки медицинских ультразвуковых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стандарт DICOM: Стандарт DICOM/Устройство, обеспечивающее возможность передачи данных – DICOM Networking	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Области применения: Абдоминальные исследования: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: абдоминальное/ Исследование брюшной полости.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Малые органы: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: малые органы и структуры / Исследования малых органов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гинекология: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: гинекология и фертильность/ Гинекологическое исследование.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сосуды: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: цереброваскулярное, васкулярное (периферические, цереброваскулярные, темпоральный/ Исследование сосудов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Урология: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: Простата / Урологическое исследование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее педиатрическое: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: Общее педиатрическое/ Педиатрические исследования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эхокардиография: Специализированные программные приложения клинических исследований с пакетами анализа: Эхокардиография (взрослых, детей, плода) / Кардиологическое исследование (взрослых и детей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эластография деформации: Программное обеспечение -пакет визуализации клинических исследований: эластография деформации / Компрессионная эластография.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эластография сдвиговой волны:Модуль автоматического количественного представления эластографии/Устройство для количественного анализа ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии.	Не соответствует **Отсутствует** Эластография сдвиговой волны: Модуль автоматического количественного представления эластографии/Устройство для количественного анализа ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии. В РУ прописан ElastoScan - Модуль Elastoscan — программы	Соответствует	Не соответствует **Отсутствует** Эластография сдвиговой волны: Модуль автоматического количественного представления эластографии/Устройство для количественного анализа ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии. В РУ прописан ElastoScan - Модуль Elastoscan — программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы,	Соответствует	Соответствует	Не соответствует **Отсутствует** Эластография сдвиговой волны: Модуль автоматического количественного представления эластографии/Устройство для количественного анализа ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии. В РУ прописан ElastoScan - Модуль Elastoscan

	эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин– **что не соответствует эластографии сдвиговой волны**		молочной железы у женщин– **что не соответствует эластографии сдвиговой волны**			— программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин– **что не соответствует эластографии сдвиговой волны**
Непрерывно-волновая допплерография: Программное обеспечение - пакет визуализации клинических исследований: непрерывно-волновая допплерография/ Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор: Светодиодный дисплей высокого разрешения / Широкоэкранный ЖК-монитор высокого разрешения. Диагональ монитора: не менее 21.5 дюйма. Сенсорная панель: Сенсорный экран не менее 10,1 дюймов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Черно-белый принтер для печати изображений: Черно-белый принтер для печати изображений / Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи DVD: Устройство записи DVD/ Устройство для записи ультразвуковых изображений на CD и DVD диски - DVD/CD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Порты для датчиков: Не менее 4 гнезда/порта	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина: не менее 52 см; Высота: не менее 1100 не более 1760 мм; Вес: не более 85 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует

					Вес 105 кг	
Дополнительные комплектующие:						
Датчики конвексные широкополосные Частотный диапазон не менее 1 МГц не более 5 МГц	Не соответствует Частота датчиков 1-7 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики секторные Частотный диапазон не менее 1 МГц не более 5 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики линейные широкополосные Частотный диапазон не менее 4 МГц не более 18 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики микроконвексные Частотный диапазон не менее 3 МГц не более 10 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Напряжение: не менее 100В не более 240 В Частота 50/60 Гц Питание: не более-900ВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРС 2020 DDP пункт назначения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации В течение 100 календарных дней, не позднее 15 декабря 2024 года.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Чапаган Д. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645609-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 17:11:12

Лот № 4645609-Т1

Система интервенционная ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645609-Т1 Система интервенционная ангиографическая , Конысова Софья – (главный внештатный радиолог, Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
2	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
4	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4645609-Т1 система интервенционная ангиографическая

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «CENTROPHARM»	ТОО «Pharma Logica»	ТОО «OrdaMed»	ТОО "ПРОМ-ЕА»
Предлагаемая модель МТ:	**Система рентгеновская ангиографическая Azurion 7M20 с принадлежностями**	Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями	Медицинская ангиографическая система рентгеновского облучения NeuAngio 30F Flex,	Система цифровая ангиографическая «Cathlab»
Производитель МТ:	**Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды**	Canon Medical Systems Corporation, Япония РУ:	Neusoft Medical Systems Co.Ltd., Китай	Индия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Комплектующие				
Штатив С-дуга напольного крепления	Соответствует	Соответствует	Диапазон угла поворота излучателя, от +130 до -130 градусов.(заявлено от +185 до -120 градусов	Диапазон вращенни я в правой и левой позициях 120 градусов (заявлено)Расстояние изо-центра от пола, не более 1135 мм. Расстояние фокус-детектор, не менее 119,5 см. Диапазон угла поворота излучателя, в пределах от +185 до -120 градусов. угол поворота излучателя в горизонтальной/боковой плоскости 90 градусов

Рентгеновская трубка	Соответстсвует	Соответствует	Максимальная мощность рентгеновского излучателя 100 кВт(заявлено 30кВт)	Не указана максимальная мощность рентгеновского излучателя
коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Пространственное разрешение: 3,25 пар линий/мм(заявлено 2,6пар линий/мм)	Соответствует
генератор	Соответствует	Соответствует	Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии: 0,5 - 1000 мА. Диапазон изменения анодного тока в режиме ентгеноскопии: 0,5 - 250 мА. (заявлено от 10 до 1000 Ма для рентгенографии и от 0,6 до 160 мА для рентгеноскопи)	Соответствует
Ручной и ножной переключатели	переключател	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция	Соответствует	соответствуют	Соответствует	Соответствует
монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Програмное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль двусторонней связи	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система мониторинга	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрас для кардиологичексих иследований	Соответствует	Соответствует	Отсутствует	Отсутствует
Опора для рук, подлокотники, подголовник	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Не указан	Не указа
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645609-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2024 18:54:09

Лот № 4645609-Т1

Система интервенционная ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645609-Т1 Система интервенционная ангиографическая , Сакипов Малик – (Зав.отделения рентген-хирургической лабораторий., КГП на ПХВ "АОКЦ") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
2	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
3	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
4	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сакипов Малик

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО **"Ordamed"**	ТОО "CENTROPHARM"	ТОО **"ПРОМ-ЕА"**	ТОО "PHARMALOGICA"
Предлагаемая модель МТ:	Медицинская ангиографическая система рентгеновского облучения в вариантах Исполнения: Медицинская ангиографическая система рентгеновского облучения NeuAngio 30F Flex	Моноплановая ангиографическая система экспертного класса Azurion 7 M20, Инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion с расходным материалом	Система рентгеновская ангиографическая Cathlab модели Allengers Pride HPв вариантах исполнения Altima F100	Система интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000 V/Y с принадлежностями
Производитель МТ:	КИТАЙ	США	Индия	Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Штатив С-дуга напольного крепления/ Напольный опорный модуль С-дуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расстояние изо-центра от пола, не более 1135 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Расстояние фокус-детектор, не менее 119,5 см.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Диапазон угла поворота излучателя, в пределах от +185 до -120 градусов	Не соответствует Диапазон угла поворота излучателя, от +130 до -130 градусов	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
угол поворота излучателя в горизонтальной/боковой плоскости 90 градусов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Дополнительные комплектующие				

Рентгеновская трубка	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальный размер фокуса не более 0,4 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная мощность рентгеновского излучателя не менее 30 кВт	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Максимальная толщина автоматического медного фильтра. не менее 0,9 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого комплектующего	Соответствует
Напряжение не менее 125 кВ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип приемника Плоскопанельный детектор.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Пространственное разрешение не менее 2,6 пар линий/мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер пикселя не более 194 х 194 мкм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Квантовая эффективность в области нулевых пространственных частот не менее 77%	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Генератор рентгеновского излучения/ Высоковольтный рентгеновский генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальная мощность 100	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

кВт				
Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии В пределах от 10 до 1000 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгеноскопии В пределах от 0,5 до 160 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ручной переключатель сдвига/ Переключатель управления декой стола	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Ножной переключатель	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Стол	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон перемещения деки в продольном направлении не менее 1200 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон перемещения деки в поперечном направлении не менее ±180 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон вертикального перемещения стола от уровня пола В пределах от 740 до 1150 мм.	Не Соответствует Диапазон вертикального перемещения стола от уровня пола В пределах от 780 до 1060 мм.	Соответствует	Не Соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Штатив для капельницы/ Стойка для капельной	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных	Соответствует

инфузии			регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	
Максимальная нагрузка не менее 2 кг	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует В Технической спецификации нет требуемого параметра	Соответствует
Стандартный матрас/ Стандартная накладка для деки стола.	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компьютерная рабочая станция/ Ангиографическая рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
DICOM – совместимость, DICOM-стандарт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор для операционной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программно-аппаратное обеспечение	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Расчет навигации /маршрута	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Программно-аппаратное обеспечение	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не	Соответствует

	зарегистрировано		зарегистрировано	
Визуализация/отображение стента	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Программно-аппаратное обеспечение	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Ротационная ангиография	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Дозиметр	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Модуль двусторонней связи	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрас для кардиологических исследований/ Накладка для деки стола	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не	Соответствует

			зарегистрировано	
Опора для рук	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект подлокотников/ Подлокотник для обеих рук	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подголовник	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты программного обеспечения	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Количественный анализ сосудов	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Пакеты программного обеспечения	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Количественный анализ артерий	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует
Системы мониторинга физиологических параметров пациента/ Система гемодинамического мониторинга	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не	Соответствует

			зарегистрировано	
Расходные материалы				
Источник бесперебойного питания/ ИБП для системы.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Напряжение питания – 400 В. Допустимые колебания напряжения – +5%. Частота питающей сети – (50±3) Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с риборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность,				

производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя				

Эксперт:

КГП на ПХВ «АОКЦ» Зав. отделения рентген-хирургической лабораторий Сакипов М.К.

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645611-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 10:04:08

Лот № 4645611-Т1

Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645611-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии принадлежностями , Тультаев Руслан – (Заведующий гинекологии , ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Астана пр. Ракымжан Кошкарбаева, 66.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Не соотвествует
2	230540042812, Товарищество с ограниченной ответственностью "MT Сервис KZ"	Соответствует
3	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Тультаев Руслан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО МТ Сервис KZ	ТОО Turan MD	ТОО «Медикал Солюшнс»
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств РК МИ (МТ)-0№026368	Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями РК-МТ-5№018444	Система камеры эндоскопа U1 в комплекте с принадлежностями РК МИ (МТ)-0№025853
Производитель МТ:	KARL STORZ SE & Co KG, Германия	Olympus Medical System Corp., Япония	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Видеоцентр / Блок видеокамеры	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Техническая спецификация (далее-ТС) поставщика скопирована с объявленной ТС.
Мобильная рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.
Источник света эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в Регистрационном удостоверении (далее -РУ).
Телескоп/оптика	Соответствует	Не соответствует. диаметр не более 5,4 мм. ТС должна содержать точные данные. Содержание «не более» недопустимо	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Телескоп/оптика	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Головка камеры	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Монитор медицинский	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Световод	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Насос	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Централизованная подача газа	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Система для промывания	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.

Электрохирургический генератор/Коагулятор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.
Кабель для нейтрального электрода	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Нейтральный электрод	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Педальный переключатель	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Насос для промывания	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Трубки/шланги	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Инструмент для аспирации и ирригации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
ВЧ-кабель монополярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
ВЧ-кабель биполярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Игла Вереша	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
ВЧ-электрод монополярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
ВЧ-электрод монополярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Щипцы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Ножницы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Проводник узелков	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Тубус	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Рукоятка	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Щипцы биполярные	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Тубус	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Рукоятка	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Иглодержатель	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Рукоятка	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Корзина	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.

Корзина для стерилизации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Маточный манипулятор	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Троакар	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Канюля троакара	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Троакар	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Канюля троакара	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
ВЧ-кабель, биполярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Телескоп	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Световодный кабель	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Тубус внутренний.	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в РУ.
Оптический обтуратор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
ВЧ-резекционный электрод биполярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
ВЧ-резекционный электрод биполярный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Контейнер стерилизационный	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Насос	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Комплект шлангов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Телескоп	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Тубус	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.
Биопсийные щипцы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС. Отсутствует в РУ.

Эксперт

Тультаев Р. Б.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645603-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2024 08:34:19

Лот № 4645603-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645603-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Бабенков Руслан – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" КГУ "УЗ акимата СКО") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бабенков Руслан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(Лот 4645603-1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Альянс	ТОО Zein Invest	ТОО Dal Diagnostic	ТОО Life Medical Solution
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9 Exp в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения: Vivid E95, с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	Siemens Medical Solutions USA Inc, США	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd , Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Система ультразвуковая диагностическая медицинская	Не соответствует: Указанные области применения в ТС не соответсвует данным с сайта ndda.kz: Информация по динамическому диапазону не соответствует данным из открытых источников.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Функция встроенная для работы качественной и количественной оценки функции левого желудочка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция встроенная для анализа данных качественной и количественной оценки глобальной функции сердца	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стресс-эхокардиография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Функция для оценки митрального клапана	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция встроенная для работы в режиме автоматического анализа и обработки объемных данных, количественной оценки левого предсердия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция снижает количество артефактов на изображении и улучшает визуализацию анатомических структур	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция улучшенной 4D-объемной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Четырехмерная визуализация	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутренний привод для чтения и записи данных на DVD/CD-диски	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик фазированный	Не соответствует Данная позиция отсутствует в РУ	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный фазированный	Не соответствует: Информация по частотам не соответствуют данным из открытых источников.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик чреспищеводный	Не соответствует: Информация по частотам не соответствуют данным из открытых источников.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует: Указаны не точные данные по количеству элементов; Информация по частотам не соответствуют данным из открытых источников.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт: Врач рентгенолог **Бабенков Р.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645610-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 19:41:16

Лот № 4645610-T1

Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645610-T1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, Конысова Софья – (Главный внештатный радиолог, Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
2	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
3	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Соответствует
4	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4645610-Т1 / **Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной**

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Актюбрентген»	ТОО «HYDRAMED»	ТОО "Pharma Logica "	ТОО "Светком плюс»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" в следующем исполнении: "ПроСкан-2000"	**Аппарат рентгеновский стационарный цифровой «Инсар ФМ»**
Производитель МТ:	Казахстан	Казазстан	Россия	**Казахстан**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Рентген-защитная кабина	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Должна быть кабина рентгензащитная с подъемником**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645612-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2024 10:12:37

Лот № 4645612-T1

Видеоэндоскопический комплекс для урологии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645612-T1 Видеоэндоскопический комплекс для урологии , Доспаева Анаргул – (Директор, КГП на ПХВ Индерская районная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
2	150240017358, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Доспаева Анаргул

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	HYDRAMED	PHARMA LOGICA		
Предлагаемая модель МТ:	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств Производитель: KARL STORZ SE & Co KG Страна: Германия	Видеоэндоскопический комплекс для урологии и гинекологии с принадлежностями Производитель: Olympus Medical System Corp., Япония		
Производитель МТ:	Производитель: KARL STORZ SE & Co KG Страна: Германия	Производитель: Olympus Medical System Corp., Япония		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Монитор	Соответствует	Соответствует		
Видиоцентр	Соответствует	Соответствует		
Источник света	Соответствует	Соответствует		
Дополнительные комплектующие				
Видеоголовка эндоскопическая	Соответствует	Соответствует		
Оптика	Соответствует	Не соответствует - не имеется		
Стойка мобильная для эндоскопического оборудования	Соответствует	Не соответствует - не имеется		

Генератор электрохирургический	Соответствует	Соответствует		
Педаль двойная для электрокоагулятора	Соответствует	Соответствует		
Расходные материалы				
Электрод нейтральный	Соответствует	Соответствует		
Световодный кабель	Соответствует	Соответствует		
Игла Вереша	Соответствует	Соответствует		
ВЧ-электрод	Соответствует	Соответствует		
Щипцы Диаметр: не более 5 мм Длина: не менее 330 мм	Соответствует	Соответствует		
Щипцы Диаметр: Не более 10 мм Длина: Не менее 330 мм	Соответствует	Соответствует		
Ножницы	Соответствует	Не соответствует - не имеется		
Контейнер	Соответствует	Соответствует		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей	Соответствует	Соответствует		

комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с				
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники;	Соответствует	Соответствует		

специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания,				

необходимо установить источники бесперебойного питания Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует		

Эксперт Доспаева А
ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645614-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 15:50:12

Лот № 4645614-Т1

Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645614-Т1 Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур , Жайлыбай Нұржан – (врач оториноларинголог, Атырауская областная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150940012673, Товарищество с ограниченной ответственностью "Альмед"	Соответствует
2	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Не соответствует
3	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Не соответствует
4	940740001781, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION"	Не соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
6	541203300612, ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жайлыбай Нұржан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	№ 3209882 ТОО Альмед	№ 3206502 ТОО «Hydramed»	№ 3206862 ТОО «LabTest Diagnostics»	№ 3209342 ТОО «Medion»	№ 3209262 АО «Ordamed»	№ 3212642
Предлагаемая модель МТ:	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур “Otopront”,	Рабочее место врача оториноларинголога ATMOS S класса	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур “Otopront”	ЛОР комбайн XU5 Visial	Рабочее место врача оториноларинголога 31 ATMOS	Лор установка NET-600A с принадлежностями № РК – МИ(МТ) - 5№017867 №N064765 от 30.06.2023г
Производитель МТ:	Happersberger Otopront GmbH, Германия	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG Страна: Германия	Happersberger Otopront GmbH Страна: Германия	Chammed Co LTD Республика Корея	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG Страна: Германия	Производитель – Mega Medical Co. Ltd., Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
	Основные комплектующие					
Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Оливы Политцера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Нет информации

	Дополнительные комплектующие					
Мобильный аспиратор. Предохранитель перелива. Контейнер для жидкости. Емкость для секрета.	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует. Нет защиты от переливания.	соответствует	соответствует
Поднос/ Чаша для промывания ушей	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Система ирригации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Овальный поддон/ поддон для инструментов	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Нагреватель зеркал/Модуль подогрева зеркал	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство для промывания миндалин	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Отоларингологическое кресло пациента	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Эндоскоп	соответствует	Не соответствует. Малой длины эндоскоп	Не соответствует. Малой длины эндоскоп	Не соответствует. Малого диаметра и длины.	соответствует	Не соответствует. Заявлен гибкий эндоскоп.
Гибкий назофарингоскоп	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стойка для инструментов / Стойка для эндоскопа	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Налобный осветитель холодного света/ Лампа налобная	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Портативная эндоскопическая система/ Система эндоскопическая	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Кресло/стул врача	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Источник света для эндоскопии	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Расходные материалы					

	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее						

в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя						

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645615-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 18:57:28

Лот № 4645615-Т1

Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645615-Т1 Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями , Конысова Софья – (главный внештатный радиолог, Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	120940003596, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА"	Не соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
5	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот №4645615-Т1 /

«Магнитно-резонансный томограф «

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Сапа Мед Астана»	**ТОО «Пром -ЕА»**	ТОО "ESS-АДРОН"	ТОО «HYDRAMEDt»	ТОО»LABTEST DIAGNOSTICS»	ТОО»Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Система сверхпроводящей магнитно-резонансной томографии SuperMark 1.5T MRI System,	Система магнитно-резоннсный томографии «Super Van 1.5T с принддлежноетями	**Система магнитно-резонансной томографии Vantage Elan (MRT-2020) с принадлежностями**	Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом (МРТ 2020) Vantage Elan	Система магнитно-резонансный томографии Prodiva 1.5T CS с принадлежностями	Магнитно-резонансный томограф Мадпит, варианты исполнения Мадпит 1.5Т АО
Производитель МТ:	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	Страна-производитель: Китай	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	
Основные комплектующие						
Система магнтно-резонансной томографии	Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных осей X, Y, Z:: 40 мТЛ/м. (заявлено 33мТЛ/м) Максимальная скорость нарастания	Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных осей X, Y, Z:: 40 мТЛ/м. (заявлено 33мТЛ/м) Максимальная скорость нарастания	соответстует	Соотвествует	Соответствует	Максимальная скорость нарастания градиентного поля по каждой из главных ортогональных осей X, У, Z::

	градиентного поля по каждой из главных ортогональных осей X, Y, Z::150 Тл/м/с.)заявлено 120ТЛ/м/с) Радиочастотная система передачи цифрового РЧ-сигнала с мощностью радиочастотного передатчика: 20 кВт. (заявлено 12кВТ)	градиентного поля по каждой из главных ортогональных осей X, Y, Z::133 Тл/м/с.)заявлено 120ТЛ/м/с) Радиочастотная система передачи цифрового РЧ-сигнала с мощностью радиочастотного передатчика: 20 кВт. (заявлено 12кВТ)				160Тл/м/с (заявлено 120) Радиочастотная система передачи цифровогоРЧсигнала с мощностью радиочастотного передатчика: 18 кВт (заявлено 12кВт)
Стол для пациента	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответстует	Соответствует	Соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует
Беспроводной комплект синхронизации по периферическому пульсу и дыханию	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Програмный пакет для кардиологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Магнитно-резонансная ангиография					Соответствует	Соответствует
Исследование диффузии					Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Катушка тела	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Наплечная катушка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коленная катушка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Головная катушка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шейная катушка	Соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Катушка для запястья	Соответствует	Соответствуе	Соответствуе	Соответствуе	Соответствует	Соответствует

Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиям эксплуатации	Соответствуют	Соответствуют	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок постаки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия ГСО	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сопутствующие услуги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конысова С. А**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645617-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 15:02:41

Лот № 4645617-Т1

Паровой стерилизатор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645617-Т1 Паровой стерилизатор, Ербулатова Салтанат – (Заместитель директора по организационно-методической работе, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	220340011388, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ"	Соответствует
2	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
3	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Не соотвествует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ербулатова Салтанат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «Medical Device KZ»	ТОО «ВЗМед»	ТОО «ОСТ-ФАРМ»
Предлагаемая модель МТ:	Стерилизатор паровой серии MST, моделей MST-V, в вариантах исполнения: 6-6-9 VS2	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 669-2	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 6	Паровые стерилизаторы MATACHANA в вариантах исполнения S1008 E-2
Производитель МТ:	BELIMED AG, ШВЕЙЦАРИЯ РК-МТ-7№014784	BMT Medical Technology s.r.o., ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РК-МТ-5№014998	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция РК-МТ-5№021303	ANTONIO MATACHANA, S.A., Испания РК-МИ (МТ) - №013856
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Паровой стерилизатор	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf https://www.tehnomed.ru/catalog/sterilization_equipment/sterilizers/steam_sterilizer_mst_v_6_6_18_vs2/	соответствует	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Высота) в мм. https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-6-2/	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://www.biopharmax.com/wp-content/uploads/2021/01/CA_IC_S1000_RIGEL_01_01_en_arx.pdf
Камера стерилизатора	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Объём камеры) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf https://www.tehnomed.ru/catalog/sterilization_equipment/sterilizers/steam_sterilizer_mst_v_6_6_18_vs2/	соответствует	соответствует	соответствует
Парогенератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вакуумная система	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Панель управления	**Не соответствует**	соответствует	**Не соответствует**	**Не соответствует**

	Предоставлены ложные данные (Панель управления: с сенсорным дисплеем, Размер панели управления со стороны загрузки, Размер панели управления со стороны выгрузки) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf		Размер панели управления со стороны выгрузки: 7 дюймов. https://www.vz-med.kz/osnashenie-sterilizacionnogo-otdelenija/parovie-sterilizatori-plusteam-tvt/	Предоставлены ложные данные (Размер панели управления со стороны выгрузки) https://www.medwrench.com/equipment/16272/matachana-s1000
Принтер		соответствует	соответствует	соответствует
Воздушный компрессор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Система очистки воды	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Дополнительные комплектующие			
Температурный датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Транспортная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Загрузочная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
	Не соответствует Предоставлены ложные данные (требования к месту установки не соответствует относительная влажность)	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Ербулатова С.Т.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645620-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 14:19:30

Лот № 4645620-Т1

Аппарат рентгеновский передвижной с С-образной дугой с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645620-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-образной дугой с принадлежностями, Байзаков Арнат – (Заведующий отделением ортохирургии, КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г. Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует
4	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Не соответствует
5	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соответствует
6	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
7	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
8	141240014790, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР"	Соответствует
9	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
10	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байзаков Арнат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Алаш - KZ"	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "Пром-ЕА"	ТОО "ARKAU Innovations"	ТОО "ДАЛ Казахстан"	ТОО «Алма-Мед»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО "VIVA-Мастер"	ТОО "Life medical solutions"	ТОО "Medical equipment service-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С дуга EXTRON 5	Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой OEC One с принадлежностями	Мобильная рентгеновская система с С-образной дугой A1.C-200	Система рентгеновская передвижная Zenition 50 с принадлежностями	Мобильное рентгеновское флюороскопическое оборудование «PROSTAR»	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в варианте исполнения RADIUS R-9 DFG	Мобильный рентгеновский аппарат с С-дугой с низкой дозой облучения модели ALC-200	Мобильная С-дуга для флюороскопии и рентгенографии, модель: Cyberbloc FP	Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта-исполнения : CompaX 500B	PLX7000B Высокочастотная мобильная цифровая система типа С-дуга
Производитель МТ:	DRTECH Corporation, Республика Корея	GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, Китай	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd., Китай	Philips Medical Systems Nederlands	DK Medical Systems Co., Ltd, Республика Корея	Intermedical S.r.l., Италия.	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	A.T.S. Applicazione Technologie Speciali S.r.l.	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай	«Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.» Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие										
Штатив С-дуга	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**Отсутствует «Расстояние фокус-приемник: от источника до**

										изображения не менее 98,3 см», не соответствует «Ручной выключатель экспозиции: Ручной переключатель для контроля»
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**«Рентгеноскопия: Диапазон тока: 0,2-10 мА» не соответствует**	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**не соответствует**
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**не соответствует**
Усилитель рентгеновского изображения	**Вместо усилителя рентгеновского изображения используется Плоский детектор**	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**Вместо усилителя рентгеновского изображения используется Цифровой детектор**	соответствует
Монитор управления сенсорный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочая станция	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**«Размер матрицы, элементы: 999x999» не соответствует,**	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	**не соответствует**
Дополнительные комплектующие										
Устройство видеораспределительное	**Отсутствует. Ссылаются**	соответствует	соответствует	**«Устройство видеораспр**	**Указан в Основных комплекту**	Отсутствует	соответствует	соответствует	**«Устройство видеораспр**	соответствует

	на наличие Плоского детектора			еделительное» указано в Основных комплектующих	ющих как «Камера на ПЗС (RCMF-1015H-200)»				еделительное» указано в Основных комплектующих	
---Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)										
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	не соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Байзаков А.Р.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645621-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 15:26:58

Лот № 4645621-Т1

Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645621-Т1 Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела, Айтбай Гаухар – (Заведующая отделением лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г. Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	040740001733, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛЮКС"	Не соответствует
2	120940003596, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА"	Не соответствует
3	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
4	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Не соответствует
5	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соответствует
6	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Айтбай Гаухар

Таблица соответствия
По ЛОТУ 4645621-Т1

При формировании требований к аппарату важное внимание уделялось таким факторам как:

1. Теплоемкость рентгеновской трубки не менее 8 MHU.
2. Минимальное время оборота рентгеновской трубки не более 0,35 сек.
3. Размер большого фокусного пятна не менее 1,0 х 1,0 мм.
4. Размер малого фокусного пятна не более 0,8 х 1,0 мм.

Данные параметры были выбраны для обеспечения максимальной производительности системы и возможностью получения изображении наилучшего качества, при наличии запаса мощности по основным техническим характеристикам.

При анализе отмечено, что в заявках потенциальных поставщиков на модели **NeuViz Prime, Aquilion Lightning, ANATOM S400, Opus x128, InsitumCT 768** указана недостоверная и некорректная информация о производительности и параметрах предлагаемой продукции.

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Лабтроник»**	**ТОО «Медилюкс»**	**ТОО «САПА МЕД АСТАНА»**	**АО «Ордамед»**	**ТОО «Кызыл Жар Company»**	**ТОО «SBK Standard»**	**ТОО «Пром-ЕА»**
Предлагаемая модель:	**KT NeuViz Prime № РК-МТ-5№019985**	**Aquilion Lightning № РК-МТ-5№021911**	**ANATOM S400 № РК-МТ-0№023062**	**Opus x128 № РК МИ (МТ)-0№026832**	**Incisive CT № РК-МТ-5№018977**	**SOMATOM go.Top РК-МТ-5№021081**	**InsitumCT 768 № РК-МТ-0№023458**
Производитель:	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., Китай	JSC "Ordamed", Казахстан	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., Китай	Siemens Healthcare GmbH, Германия	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd., Ктай
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

Регистрационное удостоверение	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Дата истечения регистрационного удостоверения 22.07.2024*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Наименование	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Гентри	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Диаметр отверстия гентри, мм.: не более 720 мм.	**Соответствует**	**Не соответствует** *Диаметр отверстия гентри 780 мм.*	**Не соответствует** *Диаметр отверстия гентри 76 см.*	**Не соответствует** *Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Размер отверстия гантри: 760 мм» стр. 164*	**Соответствует**	**Не соответствует** *«Диаметр отверстия гентри, мм.: не более 700 мм.» Указаны не точные характеристики*	**Не соответствует** *Диаметр отверстия гентри, мм.: 760 мм.*
Минимальное время оборота рентгеновской	**Соответствует**	**Не соответствует** *Минимальное время оборота*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Заявленные данные в Технической*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Заявлено Минимальное время сканирования*

трубки, сек.: не более 0,35 сек.		*рентгеновской трубки: 0,5 сек*		*спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Время одиночного сканирования: 0,37 с, 0,4 с, 0,5 с, 0,6 с, 0,7 с, 0,8 с, 0,9 с, 1,0 с, 2,0 с» стр. 167*			*(полный оборот 360 град.).: 0,37 сек.*
Диапазон значения спирального питча: нижнее значение не более 0,15, верхнее значение 1,5.	**Соответствует**	**Не соответствует** *Диапазон значения спирального питча: нижнее значение 0,563, верхнее значение 1,575.*	**Не соответствует** *Диапазон значения спирального питча можно выбрать в диапазоне значений от 0,1 до 2,0.*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Максимальная длительность спирального сканирования, сек.: не менее 120 сек.	**Соответствует**	**Не соответствует** *Максимальная длительность спирального сканирования: 100 сек.*	**Не соответствует** *Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Максимальное время спирального сканирования 100 с» стр. 255*	**Не соответствует** *Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Время одного спирального сканирования: 100 секунд» стр. 164*	**Не соответствует** *«Максимальная длительность спирального сканирования, сек.: не менее 120 сек.» Указаны не точные характеристики*	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

Теплоемкость рентгеновской трубки, МНU: не менее 8 МНU.	Соответствует	Не соответствует *Теплоемкость рентгеновской трубки: 5.0 МНU*	Не соответствует *Заявленные данные в Техничесой спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «7,5 МНU» стр. 255*	Не соответствует *Заявленные данные в Техничесой спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Теплоемкость рентгеновского излучателя: 8.0 МНU» стр. 139*	Не соответствует *«Теплоемкость рентгеновской трубки, МНU: не менее 8 МНU.» Указаны не точные характеристики*	Соответствует	Соответствует
Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кНU/мин.: не менее 780 кНU/мин.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует *«Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кНU/мин.: не менее 780 кНU/мин.» Указаны не точные характеристики*	Соответствует
Размер большого фокусного пятна, мм.: не менее 1,0 х 1,0 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует *Заявленные данные в Техничесой спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Большое фокусное пятно 1,2 мм х 1,2 мм» стр. 125*	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер малого фокусного	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

пятна, мм.: не более 0,8 x 1,0 мм.		*Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного удостоверения: «Размер малого фокусного пятна, номинальный, мм: 0,9 x 0,7»*		*Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Малое фокусное пятно 0,7 мм x 1,2 мм» стр. 125*			*Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного удостоверения: «Малое фокальное пятно 0,6 мм x 1,2 мм»*
Размер поле сканирования, см: 50 см.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «520 мм» стр. 254*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Генератор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Минимальное напряжение, кВ: не более 70 кВ	**Соответствует**	**Не соответствует** *Минимальное напряжение: 80 кВ*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Максимальное напряжение, кВ: не менее 140 кВ	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

	данным регистрационного удостоверения: Поставщик заявил параметры трубки 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка имеющая напряжение 140 кВ имеет силу тока 714мА,	*Максимальное напряжение: 135 кВ*					
Максимальное значение тока, мА: не менее 667 мА	**Не соответствует** *данным регистрационного удостоверения: Поставщик заявил параметры трубки 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка имеющая силу тока 833мА имеет напряжение 120кВ*	**Не соответствует** *Максимальное значение тока: 420 мА*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Заявленные данные в Техничесой спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Максимальный выходной ток: 667 мА» стр. 148*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Мощность ренгеновского	**Соответствует**	**Не соответствует** *Мощность ренгеновского*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Заявленные данные в*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

генератора, кВт: не менее 72 кВт.		*генератора: 50,4 кВт*		*Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: «Максимальная выходная мощность: 80 кВт» стр. 148*			
Стол пациента	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Диапазон сканирования пациента, см.: не менее 186 см.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Заявленные данные в Технической спецификации не соответствуют данным регистрационного досье: Не менее 1800 мм. стр. 253*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Скорость движения стола, мм/с.: не менее 200 мм/сек.	**Соответствует**	**Не соответствует** *Скорость движения стола: 130 мм/сек*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Плоский подголовник	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует*

							регистрационному удостоверению
Опора для руки	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Подголовник	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Подставка для головы	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Переговорное устройство	**Не соответствует** *Параметры не заявлены в технической спецификации*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Пульт управления сканированием	**Соответствует**	**Не соответствует** *Параметры не заявлены в*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных*

		технической спецификации					*комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Программное обеспечение для реконструкции	**Не соответствует** *Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

	заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.						
Спиральное сканирование	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению.*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

	Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime.							

	Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.						
Рабочая станция врача	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Отслеживание болюса	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует*

		регистрационном у удостоверению					*регистрационному удостоверению*
Пробное введение болюса	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационном у удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Приложение анализа сосудов	**Не соответствует** *Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

	подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. - Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.						
Приложение для анализа	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**

перфузий головного мозга	*Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime.*							*Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

	Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.						
Приложение оценки легочных узлов на основе серии данных КТ	**Не соответствует** *Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

	аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/создан ное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной							

	конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.						
Программное обеспечение для обеспечения сканирования в аксиальной плоскости	**Не соответствует** *Заявленна позиция «Компьютеризированния система обработки изображений» указана как комплектующее из РУ № РК-МТ-5№016750, однако данная позиция в данном РУ не зарегистрирована*	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Стекло защитное	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Стабилизатор напряжения	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует*

							регистрационному удостоверению
Источник бесперебойного питания системы	Соответствует	**Не соответствует** *Параметры не заявлены в технической спецификации*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Формирование отчета	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*
Интеграция с PACS	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению*

Эксперт **Айтбай Г.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645622-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-09-2024 16:24:35

Лот № 4645622-Т1

Видеоинформационный центр в комплекте с колоновидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645622-Т1 Видеоинформационный центр в комплекте с колоновидеоскопом, Хворова Анастасия – (Врач хирург эндоскопического профиля диагностического отделения, КГП) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	231040005466, Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed"	Не соотвествует
2	230540042812, Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ Сервис KZ"	Соответствует
3	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Соответствует
4	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Хворова Анастасия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «МТ Сервис KZ»	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО Turan MD	ТОО «QazEndomed»
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000, РК-МТ-5№020540	Видео колоноскопы, варианты исполнения: FHD-CL200JL РК МИ (МТ)-0№027068	Видеоинформационный центр РК-МТ-5No015170	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями РК-МТ-5№023001
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd., Китай	Olympus Medical Systems Corp., Япония	Sonoscape Medical Corp, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Предоставленный монитор не зарегистрирован в регистрационном удостоверении РК-МТ-5№023001
Видеоцентр	Соответствует	Не соответствует. Назначение системы скопировано с объявления, по данным регистрационного удостоверения назначение системы не соответствует с назначением, указанным в технической спецификации поставщика. Согласно технической спецификации поставщика Процессор визуализации эндоскопов AQ-200 Осветитель	Соответствует	Не соответствует. Предоставлена недостоверная информация. Согласно регистрационному удостоверению РК-МТ-5№023001 зарегистрирован «Источник света в вариантах исполнения: HDL-35E, VLS-55T, VLS-55Q, VLS-50T, VLS-50D, VLS-51D, VLS-51T» и отдельно зарегистрирован Видеоблок в вариантах исполнения: HD-350, HD-350S, HD-320PLUS, HD-550, HD-550Exp, HD-550Pro, HD-

		AQL-200L Инсуффлятор CO2 Воздушный насос предлагается как одно единой комплектующее. При этом, согласно регистрационному удостоверению, каждый из этих эти комплектующих зарегистрирован отдельно. И в технической спецификации должны быть прописаны отдельно. Также, согласно технической спецификации поставщика источник света является встроенным. Данные регистрационного удостоверения утверждают об обратном, согласно регистрационному удостоверению осветитель AQL-200 зарегистрирован, отдельной единицей. Данный осветитель не является встроенным в процессор. Техническая спецификация должна содержать точные технические характеристики. Содержание таких слов, как «не менее», «не более», «или», «/» недопустимо. Третьей строкой в разделе комплектующие предложены сразу 4 комплектующих, но указаны габариты и вес только одного – видеоцентра.		550S, HD-510, HD-500Plus. Это означает, что видеоблок является отдельной единицей и источник света является отдельной единицей. Они работают вместе, но источник света не является встроенным в видеоблок. Согласно условиям тендера источник света должен быть встроенным. Также, указаны габариты только видеоцентра, но не указаны габариты и вес источника света. Техническая спецификация должна содержать точные технические характеристики. Содержание таких слов, как «не менее», «не более», «или», «/» недопустимо.
Видеоколоноскоп	Соответствует	Не соответствует Согласно официальному сайту европейского представительства производителя https://www.aohua.eu/fhd-series Рабочая длина составляет 1650мм (по условиям тендера нужно не менее 1680мм).	Соответствует	Соответствует

		Глубина резкости составляет 3-100мм (по условиям тендера нужно 2-100мм)		
Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Хворова А.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645623-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 10:48:29

Лот № 4645623-Т1

Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645623-Т1 Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур , Кудабаев Асылбек – (ЛОР врач , ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Астана пр. Ракымжан Кошкарбаева, 66.) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150940012673, Товарищество с ограниченной ответственностью "Альмед"	Соответствует
2	210240003430, Товарищество с ограниченной ответственностью "Geo Target"	Не соответствует
3	140440013043, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Temp"	Не соответствует
4	191240014702, Товарищество с ограниченной ответственностью "Sau Med Group"	Соответствует
5	940740001781, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION"	Не соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
7	541203300612, ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кудабаев Асылбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Акционерное общество "Ordamed"	ИП "MEDGROUP"	ТОО «Geo Target»	ТОО "Kaz Temp"	ТОО "Medion"	ТОО «Sau Med Group»	Товарищество с ограниченной ответственностью "Альмед"
Предлагаемая модель МТ:	Рабочее место врача оториноларинголога ATMOS C 31 РК-МТ-5№018456	Лор установка NET-600Ac принадлежностями № РК – МИ(МТ) - 5№017867 от 30.06.2023г	Рабочее место врача оториноларинголога ATMOS C 31 РК-МТ-5№018456	Лор установка NET-600Ac принадлежностям и № РК – МИ(МТ) - 5№017867	ЛОР-комбайны в вариантах исполнения XU5 visual РК-МТ-5№022222	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур “Otopront” РК-МТ-5№012140 от 22.12.2020г.	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур “Otopront” РК-МТ-5№012140 от 22.12.2020г.
Производитель МТ:	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG., Германия	Mega Medical Co. Ltd., Республика Корея	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG., Германия	Mega Medical Co. Ltd., Республика Корея	CHAMMED CO., LTD., Республика Корея	Happersberger Otopront GmbH, Германия	Happersberger Otopront GmbH, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Модуль давления: не менее 0,1-2 бар.	Соответствует.	Соответствует.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. Нет информации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Модуль аспирации: Мобильный аспиратор	Соответствует.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Защита от переливания: Защита от перелива / переполнения.	Соответствует	Не соответствует Не указаны точные технические характеристики. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует Не указаны точные технические характеристики. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует Нет информации	Соответствует	Соответствует
Контейнер для жидкости: Емкость / контейнер.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Не соответствует Нет информации	Соответствует	Соответствует
Аспирационная трубка: Аспирационная / отсасывающая трубка.	Соответствует	Не соответствует Не указаны точные технические характеристики. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует Не указаны точные технические характеристики. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует Нет информации	Соответствует	Соответствует
Устройство промывки: Устройство для промывания миндалин / Система промывания миндалин.	Соответствует.	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного модуля не существует. Нет в Регистрационном удостоверении (далее РУ).	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного модуля не существует. Нет в Регистрационном удостоверении (далее РУ).	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного модуля не существует. Нет в Регистрационном удостоверении (далее РУ).	Соответствует	Соответствует
Промывка уха: Ушная воронка / многоразовые ушные воронки.	Соответствует	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного	Соответствует	Соответствует	Соответствует

		модуля не существует. Нет в РУ.		модуля не существует. Нет в РУ.			
Модуль ирригации: Ирригатор / Система ирригации.	Не соответствует. Нет точных характеристик. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного модуля не существует. Нет в РУ.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует По информации из источников по данному лор-комбайну данного модуля не существует. Нет в РУ.	Не соответствует. Нет точного описания технических параметров.	Соответствует	Соответствует
Нагреватель зеркала: Нагреватель зеркал / Модуль подогрева зеркала.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света для эндоскопии.	Не соответствует. Нет точных характеристик. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. Нет точных характеристик. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Оториноларингологическое кресло пациента / Кресло пациента.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Жесткий (негнущийся) эндоскоп: Жесткий эндоскоп / Эндоскопы для осмотра и лечения уха.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Камера эндоскопической системы: Портативная	Не соответствует, Не указаны точные	Не соответствует Не указаны точные технические характеристики.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует Не указаны точные	Не соответствует. Нет информации по сохранению	Соответствует	Соответствует

эндоскопическая система / Видеокамера с модулем обработки информации.	технические характеристики			технические характеристики	видеофайлов и объёму памяти для хранения. Нет в РУ.		
Поддон: Овальный поддон / Поддон для промывания.	Соответствует	Не соответствует. По информации из источников по данному лор-комбайну данного поддона не существует. Нет в РУ.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Не соответствует. По информации из источников по данному лор-комбайну данного поддона не существует. Нет в РУ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гибкий назофарингоскоп / Назо-фарингоскоп.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Налобный осветитель холодного света / Лампа налобная.	Соответствует	Соответствует. Не указаны точные технические характеристики.	Не соответствует. ТС поставщика скопирована с объявленной ТС.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Кудабаев А.А**_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645624-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 06-09-2024 14:44:29

Лот № 4645624-Т1

Паровой стерилизатор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645624-Т1 Паровой стерилизатор, Байдюсен Серік – (Начальник отдела мед оборуд, ГКП на ПХВ Многопрофильная городская больница №1 г Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	220340011388, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ"	Соответствует
2	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
3	990140000225, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ"	Не соотвествует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байдюсен Серік

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «Medical Device KZ»	ТОО «ВЗМед»	ТОО «ОСТ-ФАРМ»
Предлагаемая модель МТ:	Стерилизатор паровой серии MST, моделей MST-V, в вариантах исполнения: 6-6-18 VS2	Стерилизатор паровой Sterivap, моделей SP HP E, модификаций 6618-2	Стерилизатор паровой «PLUSTEAM» с принадлежностями, вариант исполнения: PLUSTEAM 14	Паровые стерилизаторы MATACHANA в вариантах исполнения S1012 E-2
Производитель МТ:	BELIMED AG, ШВЕЙЦАРИЯ РК-МТ-7№014784	BMT Medical Technology s.r.o., ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РК-МТ-5№014998	TURKUAZ BIYOMEDIKAL TEKN. VE SAG. HIZM. SAN. TIC. LTD. STI, Турция РК-МТ-5№021303	ANTONIO MATACHANA, S.A., Испания РК-МИ (МТ) - №013856
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Паровой стерилизатор	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf https://www.tehnomed.ru/catalog/sterilization_equipment/sterilizers/steam_sterilizer_mst_v_6_6_18_vs2/ **(на официальном сайте производителя, в брошюре Стерилизатор паровой серии MST, моделей MST-V указаны габариты не соответствующие габаритам в заявленной технической спецификации потенциального поставщика и не соответствующему техническому заданию лота)**	соответствует	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Высота) в мм. https://www.vitapool.ru/catalog/detail/parovye-sterilizatory-tbt-plusteam-14-2/ **https://www.tbtmedical.com/pages/products/sterilizers/plusteam-steam-sterilizers.php** **(на официальном сайте производителя, в брошюре PLUSTEAM SERIES STEAM указаны габариты не соответствующие габаритам в заявленной технической спецификации потенциального поставщика и не соответствующему техническому заданию лота)**	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Габаритные размеры (Ширина) в мм. https://www.biopharmax.com/wp-content/uploads/2021/01/CA_IC_S1000_RIGEL_01_01_en_arx.pdf **(на официальном сайте производителя, в брошюре Паровые стерилизаторы MATACHANA S1012 E-2 указаны габариты не соответствующие габаритам в заявленной технической спецификации потенциального поставщика и не соответствующему техническому заданию лота)**

Камера стерилизатора	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Парогенератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вакуумная система	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Панель управления	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Панель управления: с сенсорным дисплеем, Размер панели управления со стороны загрузки, Размер панели управления со стороны выгрузки) https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/53367_instruction.pdf	соответствует	**Не соответствует** Размер панели управления со стороны выгрузки: 7 дюймов. https://www.vz-med.kz/osnashenie-sterilizacionnogo-otdelenija/parovie-sterilizatori-plusteam-tvt/	**Не соответствует** Предоставлены ложные данные (Размер панели управления со стороны выгрузки) https://www.medwrench.com/equipment/16272/matachana-s1000
Принтер		соответствует	соответствует	соответствует
Воздушный компрессор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Система очистки воды	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Дополнительные комплектующие			
Температурный датчик	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Транспортная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Загрузочная тележка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
	Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
	Не ссоответствует Предоставлены ложные данные (требования к месту установки не соответствует относительная влажность)	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Байдюсен С.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645596-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 10:31:51

Лот № 4645596-Т1

Система цифровой рентгенографии/флюорографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645596-Т1 Система цифровой рентгенографии/флюорографии, Лейман Иван – (и.о. зав. отделением лучевой диагностики , КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	230240024655, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medivide"	Не соответствует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соответствует
3	141040014931, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН"	Не соответствует
4	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
5	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
6	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует
7	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
8	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
9	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соответствует
10	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует

11	170640003237, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Лейман Иван

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "Medivide"	ТОО "ЛАБТРОНИК"	ТОО "Алма-Мед"	АО "Ordamed"	ТОО "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"	ТОО "Life Medical Solutions"	ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	ТОО "ESS-АДРОН"	ТОО "MAXIMA GROUP"
Предлагаемая модель МТ:	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 NA	Цифровая рентгенографическая система 6600	Радиографическая система серии JUMONG General	Система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView9	Радиографическая система серии Atomic x1	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой "Инсар" РДК2	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Цифровая рентгеновская система PerfoX 3000A	Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения : GXR-52SD	Медицинский диагностический рентгеновский аппарат PLD7300D	Медицинское диагностическое рентгеновское оборудование PLD6500
Производитель МТ:	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd, Китай	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd. Китай	SG Healthcare Co., Ltd, Республика Корея	Ecoray Co., LTD, Республика Корея	АО "Ordamed", Казахстан	ТОО "Светоком Плюс", Казахстан	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай	DRGEM Corporation, Республика Корея	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие											
Генератор	**Не соответствует:** 1. Диапазон тока не соответству ет	**Не соответствует:** 1. Наименова ние не соответству	**Не соответствует:** 1. Наименова ние не соответству	**Не соответствует:** 1. Диапазон тока не соответству ет	**Не соответствует:** 1. Наименова ние не соответству	**Не соответствует:** 1. Питание не соответству ет краткой	**Не соответствует:** 1. Наименова ние не соответству	**Не соответствует:** 1. Наименова ние не соответству	**Не соответствует:** 1. В РУ на данную систему отсутствует	**Не соответствует:** 1. Наименова ние не соответству	**Не соответствует:** 1. Диапазон тока не соответству ет

	требуемому 2. Диапазон мАс не соответствует требуемому	ет РУ	ет РУ	требуемому 2. Диапазон мАс не соответствует требуемому	ет РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	технической характеристике на сайте ndda.kz 2. Наименование не соответствует РУ	ет РУ 2. Не соответствует данным из открытых источников	ет РУ	позиция «Генератор» или другая схожая по названию/функциональности. Участник предлагает «Цифровая диагностическая рентгенографическая система», что является наименованием самой системы. 2. Диапазон тока не соответствует требуемому 3. Диапазон мАс не соответствует требуемому	ет РУ 2. Диапазон тока и диапазон мАс не соответствуют краткой технической характеристике на сайте ndda.kz	требуемому 2. Диапазон мАс не соответствует требуемому 3. Диапазон тока и диапазон мАс не соответствуют краткой технической характеристике на сайте ndda.kz 4. Мощность не соответствует краткой технической характеристике на сайте ndda.kz
Детектор	**Не соответствует:** 1. Пространственное разрешение не соответствует краткой технической характеристике на	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. Описание не соответствует краткой техническо	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом	**Не соответствует:** 1. Пространственное разрешение не соответствует краткой технической характеристике на	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Не указан тип рецептора 2. Общее количество пикселей не соответствует требуемому	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. Не соответствует данным из открытых источников	**Соответствует**

	сайте ndda.kz		й характеристике на сайте ndda.kz		285-НҚ от 22.07.2024	сайте ndda.kz					
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	**Не соответствует:** 1. Приведена не соответствующая мера измерения теплоаккумулирующей способности	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Устройство ограниченного пучка (коллиматор)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	**Не соответствует:** 1. Позиция отсутствует в РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Неполное описание
Подставка для рентгеновской трубки (штатив)	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Вертикальное перемещение трубки	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Вертикальное и продольное перемещен	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Вращение трубы не соответствует	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Соответствует**

		не соответствует краткой технической характеристике на сайте ndda.kz			2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	ие не соответствуют краткой технической характеристике на сайте ndda.kz			требуемому		
Стол	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Продольное перемещение стола не соответствует краткой технической характеристике на сайте ndda.kz	**Не соответствует:** 1. Описание не соответствует краткой технической характеристике на сайте ndda.kz	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	**Не соответствует:** 1. Длина и ширина стола не соответствуют краткой технической характеристике на сайте ndda.kz	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Поперечное перемещение не соответствует требуемому
Стойка	**Соответствует**	**Не соответствует:** Позиция отсутствует в РУ	**Не соответствует:** 1. Неполное описание	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	**Соответствует**	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Указаны не точные значения	**Не соответствует:** 1. Наименование не соответствует РУ	**Не соответствует:** 1. Некорректное наименование/описание 2. Вертикальное перемещение не соответствует требуемому
Рабочая станция	**Соответствует**	**Не соответствует:**	**Не соответствует:**	**Соответствует**	**Не соответствует:**	**Не соответствует:**	**Не соответствует:**	**Не соответствует:**	**Не соответствует:**	**Соответствует**	**Не соответствует:**

		Позиция отсутствует в РУ	1. Наименование не соответствует РУ 2. Описание не соответствует краткой технической характеристике на сайте ndda.kz		1. Наименование не соответствует РУ 2. РУ приостановлено в соответствии с приказом 285-НҚ от 22.07.2024	1. Одна из перечисленных позиций отсутствует в РУ 2. Неполное описание	1. Наименование не соответствует РУ 2. Не соответствует данным из открытых источников	1. Наименование не соответствует РУ	1. Указаны не точные значения		1. Неполное описание 2. Позиция отсутствует в РУ
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)											
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** 1. Питание не соответствует краткой технической характеристике на сайте ndda.kz	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Описание не соответствует требуемому	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств	Соответств

сопутствующим услугам	ует	ует	ует	ует	ует	ует	ует	ует	ует	ует	ует
Результаты	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**

Эксперт Лейман Иван Александрович **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645599-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2024 12:12:04

Лот № 4645599-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645599-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Бабенков Руслан – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" КГУ "УЗ акимата СКО") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	231040005466, Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed"	Не соответствует
4	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
7	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует
8	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бабенков Руслан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(Лот 4645599-1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Астамед	ТОО Альянс	ТОО QazEndomed	ТОО Surgicare Kazakhstan	ТОО Zein Invest	АО Ордамед	ТОО Life Medical Solutions	ТОО Дал Диагностик
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковые диагностические системы серии X-CUBE, модели: X-CUBE 70 с принадлежностями в комплекте	Ультразвуковая диагностическая система Consona N8S в комплекте с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS моделей HS40	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели U7	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper с принадлежностями»
Производитель МТ:	Alpinion Medical Systems Co Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	«SonoScape Medical Corporation», Китай	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	GE Ultrasound Korea LTD., Республика Корея	АО Ордамед, Казахстан	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd , Китай	Siemens Medical Solutions USA Inc, США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие								
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	Не соответствует: Указанная позиция отсутствует в РУ Режимы отображения: указаны не	Не соответствует: Информация по динамическому диапазону не соответствует данным из открытых источников.	Не соответствует: Информация по динамическому диапазону не соответствует данным краткой характеристики ndda.kz.	Не соответствует: Информация по динамическому диапазону не соответствует данным из открытых источников.	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных	Соответствует	Соответствует

	точные данные. Импульсно-волновой допплер: требуемая частота повторения импульсов: не менее 0,1 кГц и не более 52 083 Hz.- в ТС у участника 0,3-78,1 кГц					средств и (или) медицинских изделий.		
Дополнительные комплектующие								
Принтер	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ Указано неточное описание	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует:	Соответствует	Не соответствует:	Соответствует	Соответствует	Не соответствует:	Соответствует	Соответствует

	Указанная позиция не соответствует с РУ		Указанная позиция не соответствует с РУ			Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.		
Датчик внутриполосной	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный конвексный	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								
Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует:	Соответствует	Соответствует

	Указаны неточные данные					РУ приостановлен		
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: РУ приостановлен	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: РУ приостановлен	Соответствует	Соответствует

Эксперт: Врач рентгенолог Бабенков Р.А.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645600-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-09-2024 12:05:42

Лот № 4645600-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645600-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Бабенков Руслан – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" КГУ "УЗ акимата СКО") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180340016309, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД"	Не соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	231040005466, Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed"	Не соответствует
4	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
7	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует
8	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бабенков Руслан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(Лот 4645600-1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Астамед	ТОО Альянс	ТОО QazEndomed	ТОО Surgicare Kazakhstan	ТОО Zein Invest	АО Ордамед	ТОО Life Medical Solutions	ТОО Дал Диагностик
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковые диагностические системы серии X-CUBE, модели: X-CUBE 70 с принадлежностями и в комплекте	Ультразвуковая диагностическая система Consona N8S в комплекте с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40 Exp	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS моделей HS40	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S10 Expert с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели U7	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper с принадлежностями»
Производитель МТ:	Alpinion Medical Systems Co Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	«SonoScape Medical Corporation», Китай	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	GE Ultrasound Korea LTD., Республика Корея	АО Ордамед, Казахстан	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd , Китай	Siemens Medical Solutions USA Inc, США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики и объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие								
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	Не соответствует: Указанная позиция отсутствует в РУ. Режимы отображения:	Не соответствует: Информация по динамическому диапазону не соответствует	Не соответствует Информация по динамическому диапазону не соответствует данным краткой	Не соответствует: Информация по динамическому диапазону не соответствует данным из	Соответствует	Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в	Соответствует	Соответствует

	указаны не точные данные. Импульсно-волновой допплер: требуемая частота повторения импульсов: не менее 0,1 кГц и не более 52 083 Hz.- в ТС у участника 0,3- 78,1 кГц	данным из открытых источников.	характеристики ndda.kz	открытых источников.		государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.		
Дополнительные комплектующие								
Принтер	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ Указано неточное описание.	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует

Датчик конвексный	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Датчик внутриполосной	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный конвексный	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Не соответствует: Указанная позиция не соответствует с РУ.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Указан номер РУ, не соответствующий или отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий.	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)								

Требования к условиям эксплуатации	Не соответствует: Указаны неточные данные	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: РУ приостановлен	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: РУ приостановлен	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: РУ приостановлен	Соответствует	Соответствует

Эксперт: Врач рентгенолог **Бабенков Р.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645602-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 18:16:35

Лот № 4645602-Т1

Система ультразвуковая диагностическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645602-Т1 Система ультразвуковая диагностическая, Усатова Лариса – (Заведующая отделением лучевой диагностики , Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	940624350470, ИП ТД "МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN"	Соответствует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
3	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
4	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
6	141240018901, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MERIDIAN SYSTEMS"	Соответствует
7	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
8	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
9	240140900019, Частная компания BS Med Ltd.	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Усатова Лариса

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ИП ТД "МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN"	ТОО "АЛЬЯНС"	ТОО "NIKO PHARM"	ТОО "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 50 с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9S в комплекте с Принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS60
Производитель МТ:	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,Китай	Philips Ultrasound Inc., Соединённые Штаты Америки	Samsung Medison Co.,Ltd., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Блок базовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует, максимальная частота поддержки датчиков 18МГц (заявляемая 18-22МГц). Не соответствует разрешение 1920x1080 (заявляемая 1600x900)**
2. Гармоническая визуализация тканей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3. Программное обеспечение-исследование сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Программное обеспечение – кардиологическое исследование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5. Программное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	обеспечение – урологическое исследование				
6.	Модуль – количественный анализ сердца, визуализации в 2D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.	Количественный анализ толщины интима-медиа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8.	Программное обеспечение для измерения деформации левого желудочка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
9.	Модуль – количественный анализ деформации миокарда	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
10.	Стандарт DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
1.	Датчик линейный рабочая частота 5-18МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует заявляемой, рабочая частота датчика 4-18МГц**
2.	Датчик конвексный рабочая частота не менее 2 не более 9 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3.	Датчик микроконвексный рабочая частота не более 5 не менее 8 МГц	Соответствует	**Не соответствует, рабочая частота датчика больше заявляемого 4-10МГц**	Соответствует	**Не соответствует заявляемой, рабочая частота датчика 4-9МГц**
4.	Датчик секторный рабочая частота не более 3 не менее 8 МГц	Соответствует	**Не соответствует, рабочая частота датчика больше заявляемого 4-10МГц**	Соответствует	Соответствует
5.	Датчик секторный рабочая частота 1-5МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

6. Черно-белый принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7. Записывающая система: Устройство записи DVD/запись на DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
1. Требования к условиям эксплуатации: Требования по электрообеспечению. Напряжение: ~ 220-240В ± 10%, Кратность фазы: однофазный Частота сети : 50/60 Гц Мощность : до 0.75 кВА; Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-75% без допущения возможности образования конденсата.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации: 120 календарных дней, не позднее «01» ноября 2024г. Адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, Каныша Сатпаева, 87а	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной				

документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к				

рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт **Усатова Л.С. /подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ZEIN INVEST"	ТОО "MERIDIAN SYSTEMS"	Акционерное общество "Ordamed"	ТОО "Life Medical Solutions"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения: Vivid E90, с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S60N с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA модели u7	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65
Производитель МТ:	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	GE Vingmed Ultrasound AS, НОРВЕГИЯ	АО "Ordamed". Казахстан	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Блок базовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Гармоническая визуализация тканей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3. Программное обеспечение-исследование сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Программное обеспечение – кардиологическое исследование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5. Программное обеспечение – урологическое исследование	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6. Модуль – количественный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

анализ сердца, визуализации в 2D				
7. Количественный анализ толщины интима-медиа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8. Программное обеспечение для измерения деформации левого желудочка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
9. Модуль – количественный анализ деформации миокарда	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
10. Стандарт DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
1. Датчик линейный рабочая частота 5-18МГц	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует заявляемой, рабочая частота 4-18МГц.**	Соответствует
2. Датчик конвексный рабочая частота не менее 2 не более 9 МГц	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует рабочая частота ниже заявляемого 1-7МГц.**	**Не соответствует заявленному рабочая частота 2-5,5МГц.**
3. Датчик микроконвексный рабочая частота не более 5 не менее 8 МГц	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует заявляемой, рабочая частота 4-10МГц.**	**Не соответствует вместо заявленного для исследования брюшной полости детей младшего возраста – укомплектован внутриполосным 5-10МГц.**
4. Датчик секторный рабочая частота не более 3 не менее 8 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует заявленному, рабочая частота 3-10МГц.**
5. Датчик секторный рабочая частота 1-5МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

6. Черно-белый принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7. Записывающая система: Устройство записи DVD/запись на DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
2. Требования к условиям эксплуатации: Требования по электрообеспечению. Напряжение: ~ 220-240В ± 10%, Кратность фазы: однофазный Частота сети : 50/60 Гц Мощность : до 0.75 кВА; Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-75% без допущения возможности образования конденсата.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации: 120 календарных дней, не позднее «01» ноября 2024г. Адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, Каныша Сатпаева, 87а	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в				

эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200				

сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт **Усатова Л.С. /подпись**

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Частная компания BS Med Ltd.			
Предлагаемая модель МТ:	Диагностическая ультразвуковая система ALOKA LISENDO 880			
Производитель МТ:	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония			
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
11. Блок базовый	Соответствует			
12. Гармоническая визуализация тканей	Соответствует			
13. Программное обеспечение-исследование сосудов	Соответствует			
14. Программное обеспечение – кардиологическое исследование	Соответствует			
15. Программное обеспечение – урологическое исследование	Соответствует			

16. Модуль – количественный анализ сердца, визуализации в 2D	Соответствует			
17. Количественный анализ толщины интима-медиа	Соответствует			
18. Программное обеспечение для измерения деформации левого желудочка	Соответствует			
19. Модуль – количественный анализ деформации миокарда	Соответствует			
20. Стандарт DICOM	Соответствует			
Дополнительные комплектующие				
8. Датчик линейный рабочая частота 5-18МГц	Соответствует			
9. Датчик конвексный рабочая частота не менее 2 не более 9 МГц	**Не соответствует заявленному, рабочая частота 2-8МГц.**			
10. Датчик микроконвексный рабочая частота не более 5 не менее 8 МГц	Соответствует			
11. Датчик секторный рабочая частота не более 3 не менее 8 МГц	Соответствует			
12. Датчик секторный	Соответствует			

рабочая частота 1-5МГц				
13. Черно-белый принтер	Соответствует			
14. Записывающая система: Устройство записи DVD/запись на DVD	Соответствует			
Расходные материалы				
3. Требования к условиям эксплуатации: Требования по электрообеспечению. Напряжение: ~ 220-240В ± 10%, Кратность фазы: однофазный Частота сети : 50/60 Гц Мощность : до 0.75 кВА; Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-75% без допущения возможности образования конденсата.	Соответствует			
Срок поставки медицинской техники и место дислокации: 120 календарных дней, не позднее «01» ноября 2024г. Адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, Каныша Сатпаева, 87а	Соответствует			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой	Соответствует			

разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение,	Соответствует			

поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные				

проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт **Усатова Л.С. /подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645618-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-09-2024 17:36:31

Лот № 4645618-Т1

Система рентгеновская ангиографическая

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645618-Т1 Система рентгеновская ангиографическая, Турсунханов Жалолхон – (врач аритмолог, КГП на ПХВ "Городской кардиологический центр" УОЗ города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	170540031803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DARIQZ"	Соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турсунханов Жалолхон

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «DARIQZ» (БИН 170540031803)	ТОО «ZEIN INVEST» (БИН 141140016783)	ТОО «ПРОМ-ЕА» (БИН 100440023172)	ТОО «АЛАШ-KZ» (БИН 140540023807)
Предлагаемая модель МТ:	Система рентгеновская ангиографическая Azurion 7M20 с принадлежностями	Установка ангиографическая, варианты исполнения Innova IGS 5 с принадлежностями	Система рентгеновская ангиографическая Cathlab модели Allengers Pride HP в вариантах исполнения Altima F100	Медицинская ангиографическая система рентгеновского облучения в вариантах исполнения Медицинская ангиографическая система рентгеновского облучения NeuAngio 43C
Производитель МТ:	Philips Medical Systems Nederland B.V. Нидерланды	GE Medical Systems SCS, Франция	Allengers Medical Systems Ltd. Индия	Neusoft Medical Systems Co.Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1. Стол пациента ангиографический				
Стол пациента / Стол ангиографический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует «Стол пациента»
Длина столешницы не менее 319 см	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствуют параметры «Длина столешницы 319 см»
Ширина столешницы не менее 46 см	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствуют параметры «Ширина столешницы 46 см»
Продольный ход не менее 1200 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствуют параметры «Диапазон перемещения деки в продольном направлении 1600 мм»	Не соответствует В РУ отсутствуют параметры «Продольный ход 1260 мм»
Поперечный ход не менее -140 мм/+140 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует

			В РУ отсутствуют параметры «Диапазон перемещения деки в поперечном направлении ±320 мм»	В РУ отсутствуют параметры «Поперечный ход -140 мм/+140 мм»
Диапазон поворота стола вокруг вертикальной оси не менее -90°/+180°	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствуют параметры «Диапазон поворота стола вокруг вертикальной оси -90°/+180°»
Модуль сенсорного экрана с держателем пульта дистанционного управления/Центральный сенсорный экран	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Центральный сенсорный экран»
2. С-дуга				
Штатив С-дуги универсальной потолочного крепления/ Позиционирующее LC-устройство/Позиционирующее LP-устройство	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (описание) Штатив С-дуги напольного крепления	Не соответствует В технической спецификации не верно прописано название с РУ; «Штатив С-дуги универсальной потолочного крепления»
Ангуляция: головная позиция в краниальной/каудальной проекциях (к голове/к ногам) не менее 50°/45°	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Ангуляция: головная позиция в краниальной/каудальной проекциях (к голове/к ногам) 90°/90°»
Диапазон вращения головная позиция LAO/RAO (левая проекция/правая проекция) Левая проекция не менее 105° LAO Правая проекция не менее 117° RAO	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Диапазон вращения головная позиция LAO/RAO (левая проекция/правая проекция): Левая проекция 135° LAO Правая проекция 135° RAO»
3. Генератор				
Генератор рентгеновского излучения / Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальное мощность не менее 100 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Номинальное мощность 100 кВт»
Диапазон напряжения 40-125 кВ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Диапазон напряжения 40-125 кВ»

Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии не менее 10 мА	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии в пределах от 10 до 1000 мА»	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии 10 мА»
Максимальный ток трубки в режиме рентгеноскопии не менее 140 мА	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгеноскопии в пределах от 0,5 до 160 мА»	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Максимальный ток трубки в режиме рентгеноскопии 250 мА»
Диапазон изменения частоты получения кадров при импульсной рентгеноскопии не менее 3,75/30 кадров/сек	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Диапазон изменения частоты получения кадров при импульсной рентгеноскопии 3,75/30 кадров/сек.»
4. Рентгеновская трубка				
Рентгеновская трубка универсальная/Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальный размер фокусного пятна не более 0,4 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Минимальный размер фокуса 0.4 мм»	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Минимальный размер фокусного пятна 0.3 мм»
Сеточное управление в режиме импульсной рентгеноскопии / Сеточный режим	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Сеточный режим»
Дополнительные фильтры/ Фильтрация	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Дополнительные фильтры»
Максимальная толщина автоматического медного фильтра не менее 1,0 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Минимальная толщина автоматического медного фильтра 1 мм»	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Максимальная толщина автоматического медного фильтра 1.5 мм»
5. Детектор				
Детектор/ Цифровой детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер детектора не менее 30 х 40 см	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Размер детектора 30 х 40 см»
Пространственное разрешение не	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует

менее 2,5 пар лин./мм			В РУ отсутствует параметр «Пространственное разрешение 2,6 пар линий/мм»	В РУ отсутствует параметр «Пространственное разрешение 3.25 пар лин./мм»
Размер пикселя не более 154 мкм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует размер пикселя 194 мкм	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Размер пикселя 154 мкм»
6. Монитор				
Монитор/ Медицинский монитор с возможностью организации изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер диагонали монитора для операционной не менее 19 дюймов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Размер диагонали монитора для операционной 55 дюймов»
Число отображаемых пикселей главного монитора в операционной не менее 3840 x 2160	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует параметр «Число отображаемых пикселей главного монитора в операционной 3840 x 2160»
Дополнительные мониторы для операционной/ Медицинские мониторы с возможностью организации изображений	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствуют «Дополнительные мониторы для операционной»
Количество дополнительных мониторов для операционной не менее 2 шт.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Соответствует
Размер диагонали дополнительных мониторов не менее 19 дюйм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует параметр в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Размер диагонали дополнительных мониторов 19 дюйм»
7. Рабочая станция				
Рабочая станция/ Рабочая станция AW для просмотра, обработки и архивации медицинских изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует «Рабочая станция AW для просмотра, обработки и архивации медицинских изображений»
Дополнительные мониторы для пультовой/ Мониторы станции сбора медицинских данных не менее 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лицензионные ключи DICOM/ Рабочий список DICOM; DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

MPPS; Отправка изображений DICOM; Обязательное сохранение изображений в формате DICOM; Отправка структурированного отчета о дозе DICOM; Обязательное сохранение структурированного отчета о дозе в формате DICOM				В РУ отсутствует «Рабочий список DICOM; DICOM MPPS; Отправка изображений DICOM; Обязательное сохранение изображений в формате DICOM; Отправка структурированного отчета о дозе DICOM; Обязательное сохранение структурированного отчета о дозе в формате DICOM»
Панели инструментов, масштабирование изображения, панорамирование изображения, регулировка контрастности и яркости изображения, инвертирование изображений, добавление аннотаций (текстовых комментариев)/ Режим настройки яркости и контрастности, панорамирование, масштабирование изображения, создание нового примечания, зеркальное отображение	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Панели инструментов, масштабирование изображения, панорамирование изображения, регулировка контрастности и яркости изображения, инвертирование изображений, добавление аннотаций (текстовых комментариев)»
Программно-аппаратное обеспечение цветной динамической ангиографической схемы коронарных артерий с синхронизацией и совмещением в режиме реального времени/ Динамический режим	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение цветной динамической ангиографической схемы коронарных артерий с синхронизацией и совмещением в режиме реального времени»
Программное обеспечение цифровой субтракционной ангиографии/ Режим (Цифровая субтракционная ангиография)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует «Программное обеспечение цифровой субтракционной ангиографии»
Программное обеспечение создания схемы сосудов / Смешанная контрастная рентгеноскопия	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программное обеспечение создания схемы сосудов»
Программно-аппаратное обеспечение ротационное сканирование/Программный модуль для ротационной ангиографии	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение ротационное сканирование»
Программно-аппаратное обеспечение улучшенной визуализации стентов в коронарных сосудах в режиме	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение

реального времени/ Приложения для улучшения видимости стента, размещаемого во время интервенционной кардиопроцедуры				улучшенной визуализации стентов в коронарных сосудах в режиме реального времени»
Программно-аппаратное обеспечение усиления видимости стента с субтракцией для оценки положения стента в просвете коронарного сосуда/ Приложение разработано для расширения видимости стента, размещенного во время интервенционной сердечно-сосудистой процедуры	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение усиления видимости стента с субтракцией для оценки положения стента в просвете коронарного сосуда»
Программно-аппаратное обеспечение 3D-ротационной ангиографии и 3D-картирования в режиме реального времени/ Программный модуль получения трехмерного изображения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение 3D-ротационной ангиографии и 3D-картирования в режиме реального времени»
Программно-аппаратное обеспечение получения изображений (Конусно-лучевая компьютерная томография)/ Режим 3D-CT используется главным образом для 3D-реконструкции и отображения любой исследуемой области	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение получения изображений (Конусно-лучевая компьютерная томография)»
Программно-аппаратное обеспечение подавления артефактов от металлических объектов/ Программные приложения для подавления артефактов в объемных изображениях	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение подавления артефактов от металлических объектов»
Программно-аппаратное обеспечение для использования ранее полученных изображений в качестве масочных изображений сосудов/ Получение и регистрация маски	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Программно-аппаратное обеспечение для использования ранее полученных изображений в качестве масочных изображений сосудов»
Режим отслеживания контрастного болюса/ Программный модуль для отслеживания болюса контрастного вещества на всем протяжении сосуда с субтракцией	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Режим отслеживания контрастного болюса»

Режим двойной рентгеноскопии/ Модуль одновременного отображения субтрагированных и несубтрагированных изображений	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует «Режим двойной рентгеноскопии»
Специализированное приложение: Количественный анализ сосудов/ Анализ стеноза	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует «Специализированное приложение: Количественный анализ сосудов»
Специализированное приложение: Количественный анализ коронарных артерий/ Программный модуль кардиологического анализа, включающий анализ стеноза	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует «Специализированное приложение: Количественный анализ коронарных артерий»
Синхронизация по ЭКГ/ Проверка или сброс сигнала ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует режим «Синхронизация по ЭКГ»
Определение положения изображения без использования дозы/ Использование последнего полученного изображения для снижения дозы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует режим «Определение положения изображения без использования дозы»
Дополнительные комплектующие				
Матрас стандартный/ Матрас пациента противопролежневый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует матрац стационарный
Комплект подлокотников/ Подлокотники для ангиографического стола с накладкой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствуют комплект подлокотников
Опора для рук/ Подлокотники для ангиографического стола с накладкой	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подголовник/ Подголовник для исследования сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль двусторонней связи/ Переговорное устройство	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лампа для осмотра/ Хирургический светильник высокой интенсивности с потолочным креплением	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Соответствует
Устройство записи для медицинского применения/ Автоматизированные станции для	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в	Не соответствует В РУ отсутствует устройство

тиражирования дисков с медицинской информацией			технической спецификации	записи для медицинского применения
Источник бесперебойного питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ отсутствует источник бесперебойного питания
Дозиметр рентгеновского излучения/ Дозиметр	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует дозиметр рентгеновского излучения
Инъектор контрастного вещества / Устройство автоматическое для введения контрастного вещества	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Соответствует
Экран радиационной защиты настольный/ Экран для защиты нижней части тела двойной с функцией поворота, монтируемый к столу	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует экран радиационной защиты настольный
Экран радиационной защиты потолочный/ Двойной поворотный рентгенозащитный экран для верхней части тела	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует экран радиационной защиты потолочный
Просвинцованные фартуки/ Хирургические защитные фартуки	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствуют хирургические защитные фартуки
Просвинцованные защитные очки/ Рентгенозащитные очки	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствуют рентгенозащитные очки
Защитное просвинцованное стекло/ Рентгенозащитные стекла с рамой	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствуют данные в технической спецификации	Не соответствует В РУ отсутствует защитное просвинцованное стекло
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к источнику электроснабжения 380В Частота 50Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРС 2020 DDP пункт назначения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В технической спецификации указан другой пункт назначения, а именно: ГКП на ПХВ «Атырауский областной кардиологический центр»	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации В течение 90 календарных дней, не позднее 10 декабря 2024 года.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В технической спецификации указаны другие данные, а	Соответствует

Адрес: КГП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы, улица Толе би, дом 93			именно: 150 календарных дней. Не позднее 25 декабря 2024г. Указан не верный адрес поставки: Атырауская область, г.Актау, ул. Смагулова, д.14	
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- **Комментарии:**

1. В заявки ТОО «ПРОМ-ЕА» не приложена лицензия «Предоставления услуг в области атомной энергии»; письмо о том, что мед. техника не является средством измерения – не корректное (выдана не от производителя и не от официального дистрибьютора на территории Республики Казахстан)

2. В заявке ТОО «АЛАШ-KZ» не приложены регистрационное удостоверение на предлагаемые аппараты – медицинская ангиографическая система рентгеновского облучения NeuAngio 43C, инжектор ангиографический высокого давления SinoAngio; техническая спецификация не по форме и не подписана руководством компании.

Эксперт **Турсунханов Ж.М.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645598-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-09-2024 11:57:04

Лот № 4645598-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645598-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Бурбела Елена – (Врач-эндоскопист, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	110540019744, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ATLANT MT"	Соответствует
2	161040023032, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MICRO SOLUTIONS"	Соответствует
3	231040005466, Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бурбела Елена

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Atlant MT»**	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MICRO SOLUTIONS"	ТОО «QazEndoMed»	
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP 6000	Система видеоэндоскопическая серии EVIS XI в комплекте с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical Sistem Corp., Япония	SONOSCAPE Medical Corp.,Китай	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Видеопроцессор	Соответствует	Соответствует	Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика **не соответствует** заданным характеристикам: Пункт «Режим исследования с использованием красного света» требует наличия специального оптического режима осветителя. . Режим необходим для визуализации в узком оптическом спектре с выделением красной области спектра. Режимы Соноскейп не	

			меняют спектр визуализации в области красного, как сами об этом заявляют в открытых источниках: «Технологии SFI и VIST эффективно улучшают визуализацию области поражения без изменения основного цветового тона.» На официальном канале указано «Презентация новой видеоэндоскопической системы SonoScape HD-550 с источником света VLS-55 T (4-LED) Лазерная технология. 2 -уровня визуализации сосудов: VIST (NBI) - Виртуальная Хромоскопия, SFI - (аналогов нет) - Спектрально-сфокусированное изображение» - два режима, а не 3. Пункт «Режимы эндоскопического обследования с использованием оптической узкоспектральной визуализации» требует наличия не менее 3х ОПТИЧЕСКИХ режимов. А именно: освещения области интереса специальным оптическим спектром осветителя, а не применением цифровых методов обработки (по-сути, фотошоп) изображений, полученных в БЕЛОМ свете. Соноскейп в открытых источниках транслирует 2 оптических режима: SFI и VISIT. Белый свет (усиленный и обычный) – это свет широкого	

			спектра, не позволяющий улучшить контрастирование отдельных элементов за счёт разницы оптических свойств тканей, связанных с разницей поглощения и отражения гемоглобином отдельных участков спектра осветителя. https://medliga.ru/images/00-files/sonoscape/endo/sonoscape-hd-550-new.pdf ВНИМАНИЕ 2 РЕЖИМА https://endo.id/storage/uploads/catalog/Sonoscape,HD-550,Image_Processor.pdf Пункт: «источник света: LED» Соноскейп в ценовом предложении указывает данные: 4 LED лампы и лазерные технологии. В ТС нет требования по Лазерной технологии. Поставщик обязан поставить экономичный светодиодный источник света. Характеристика «Поддержка формата записи изображения TIFF» не имеет документального подтверждения ни в одном из источников или инструкций. Пункт «Настраиваемая клавиша клавиатуры» Нет подтверждения наличия данной клавиши в инструкциях и открытых источниках.	

			Функция необходима для увеличения функциональности и безопасности системы. В случае невозможности или неудобства пользования клавишей на лицевой панели, используется клавиша на клавиатуре, которая располагается на специальной полке выше процессора.	
Монитор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует наименование по РУ	
Мобильная рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Видеогастроскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Видеоколоноскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Тестер на герметичность	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Клапан отсоса аспирации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Баллон для ультразвуковых исследований	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, отсутствует в РУ	
Расходные материалы				

Загубники	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	соответствует	
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт Бурбеева **ФИО/подпись**