Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647768-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-09-2024 17:03:20

Лот № 4647768-Т1

Рентгенографическая система с дистанционным управлением в комплекте

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647768-Т1 Рентгенографическая система с дистанционным управлением в комплекте, Басымова Раимгуль – (Заведующая ОЛД, ГКП на ПХВ "МОБ") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соотвествует
2	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Не соотвествует
3	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Не соотвествует
4	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
5	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Басымова Раимгуль

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "**SBK Standard**"	ТОО "ADICOM LTD"	ТОО "Кызыл Жар Company "	ТОО "Алма-Мед"	ТОО "АЛАШ-KZ"
Предлагаемая модель МТ:	Цифровой рентгеновский диагностический аппарат Luminos Fusion	Рентгеновский комплекс с дистанционным управлением модели FLEXAVISION (модификация F4),	Система рентгенодиагностическая "OPERA" в комплекте	Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP (варианты исполнений: Opera T90SHX)	Цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места DRF4
Производитель МТ:	Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd., КИТАЙ	Shimadzu Corporation, Япония	General Medical Merate S.p.A.	General Medical Merate S.P.A	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Стол пациента	не соответствует: продольное перемещение блока трубка- детектор не менее 1600 мм, **а заявлено не менее 900 мм.**	**не соответствует** длина деки стола,рентгенпрозрачная не менее 210 см и максимальное фокусное расстояние не более 150см- **не указаны конкретные параметры!**	не соответствует: длина деки стола,рентгенпрозрачная не менее 210 см и максимальный вес пациента без ограничений по перемещению стола не более 200 кг- не указаны конкретные параметры!		не соответствует- угол наклона трубки к голове пациента для выполнения косых проекций 45 град, **а заявлено не более 40 град**.; не соответствует- угол наклона трубки к ногам пациента для выполнения косых проекция 45 град, **а заявлено не более 40 град.**
Детектор				не соответствует: размер пикселя	

				изображения 139 мкм, а заявлено не менее 140 мкм	
Подножка для пациента	не соответствует- не прописана в ТС				
Дополнительные комплектующие					
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы					
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					

Эксперт Басымова Раимгуль Жолдангаровна

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647778-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-09-2024 09:32:13

Лот № 4647778-T1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647778-T1 Эндоскопическая видеоинформационная система , Смайылов Куаныш – (зав отделение хирургии, Областная больница г.Талдыкорган) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440020642, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd"	Соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
4	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
5	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Смайылов Куаныш

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товариществаю с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	ТОО "UNIX PHARM"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Система видеоэндоскопическая <<HD-550» с принадлежностями Производство: «SONOSCAPE MEDICAL CORP»	Видео гастроскопы, варианты исполнения:HD-GT1P,HD-GT1,VME-92S,VME-98S,VGT-Q30, VGT-1T30J,VGT-Q30J,FHD-GT200J,FHD-GT200 с системой видео эндоскопической	Система видеоэндоскопическая серии Evis X1 в комплекте с принадлежностями	Видео колоноскопы, варианты исполнения: FHD-CL200JL,FHD-CL200J,FHD-CL200J,FHDCL200L,VCC-1T30L,VCC-Q30L,VCC-Q30JL,VME-1300S,VME-1650S,HD-CL1L,HD-CL1I с системой видео эндоскопической
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, ЯПОНИЯ	«SONOSCAPE MEDICAL CORP» Китай	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd., Китай	Olympus Medical Systems Corp. ЯПОНИЯ	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Размер по ширине видеоцентра, мм: 370 мм Размер по глубине видеоцентра, мм: 488 мм Размер по высоте видеоцентра,мм: 198 мм	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим
Разрешение изображения видео сигнала: 4K/HD	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим
Дополнительные комплектующие					
Поле зрения Видеоколоноскопа не менее 170°	Совместим	Не совместим	Совместим	Совместим	Совместим
Рабочая длина вводимой части не менее 1655 мм	Совместим	Совместим	Не совместим	Совместим	Не совместим
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
90 календарных дней, не позднее "01" декабря 2024 года.	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим	Совместим

Эксперт Смайылов К.Б **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647794-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 19-09-2024 16:46:53

Лот № 4647794-T1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647794-T1 Компьютерный томограф, Турсынбекова Анар – (Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг , КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №5") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160740021306, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAEXPERT" (ДИАЭКСПЕРТ)	Не соотвествует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
3	170340015150, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Medical Group"	Соответствует
4	120840003919, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақниет-Medical"	Соответствует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турсынбекова Анар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «"DIAEXPERT" (ДИАЭКСПЕРТ)»	ТОО "АЛАШ-KZ"	ТОО "Kaz Medical Group"	ТОО "Ақниет-Medical"	ТОО "Life Medical Solutions"
Предлагаемая модель МТ:	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями	Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime	Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 780 с принадлежностями	Компьютерный Томограф uCT 550	Система рентгеновской компьютерной томографии Insitum 64S
Производитель МТ:	GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd Китай	Neusoft Medical Systems Co., Ltd Китай	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd Китай	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd Китай	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Гентри Гентри/Гентри (с динамиком) Диаметр апертуры гентри не менее 70 см Наклон гентри ±30° Панель управления КТ/ Модуль управления Внешние лазеры, Внутренние лазеры/Визиры внутренние и внешние 1шт	**Не соответствует.** У данной модели, на основе официального файла от производителя, отсутствует возможность наклона гентри. Вместо этого имеется цифровой наклон (реконструкция), что	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	является **не приемлемым.** Данная функция необходима для снижения артефактов от костей при сканировании головного мозга в области среднего и продолговатого мозга. Также данная функция необходима для выведения глазниц из поля сканирования, так как роговица и хрусталик являются чувствительными к ион. Излучению тканями. **Приложение 2**. Datasheet GE Revolution Maxima. Искать текст *digital tilt.*				
Рентгеновская трубка Рентгеновская трубка в сборе/Трубка рентгеновская Теплоемкость анода не менее 5.3 миллиона тепловых единиц Максимальная скорость охлаждения не менее 815 тысяч тепловых единиц /мин Фокусное пятно большое не более 1.6 мм × 1.4 мм Фокусное пятно малое не более 0.9 мм × 1.0 мм Нижнее значение силы тока трубки не более 10 миллиампер Верхнее значение силы тока трубки не менее 420 миллиампер 1 шт.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Генератор высокого напряжения Генератор высокого напряжения / Высоковольтный генератор рентгеновского излучения высокой выходной мощности Мощность генератора не менее 50 киловатт 1шт	Соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
КТ-детекторы КТ-детекторы/Многосрезовый детектор Количество рядов детектора не менее 40 Ширина покрытия детектора не менее 22 мм Минимальная толщина получаемого среза не более 0.55 мм Реконструкция изображений: Система обработки и реконструкции изображений / Модуль итеративной реконструкции Тип реконструкции: Итеративный алгоритм реконструкции для снижения дозы / Адаптивное итерационное снижение дозы Технология снижения лучевой нагрузки: Система снижения дозы / Программа автоматического контроля экспозиции 1 комплект	**Не соответствует.** Минимальная толщина получаемого среза: 0.55мм vs 0.625мм. У данной модели минимальная толщина получаемого среза 0.625мм, при запрошенной толщине 0.55мм. Данная разница толщины среза влияет на качество контрастных ангио исследований так и на изображения легких и головного мозга. Так как больница планирует выполнять сосудистые и кардио исследования, толщина среза более 0.55мм не приемлема. **Приложение 2.** Datasheet GE Revolution Maxima.	**Не соответствует.** Толщина среза получаемого среза и толщина реконструктированного среза это разные понятия. Толщина получаемого среза — это реальный срез, до цифровой обработки. Так, согласно официальному файлу от производителя (Приложение 3) так и согласно американскому сертификату FDA (Приложение 4), толщина получаемого среза у данной модели равна 0.625мм. Параметр (0.4мм), указанный в поданной ТС получен с помощью цифровой обработки *isotropic High Definition* (iHD), что является искусственной обработкой среза. Подтверждением этого, можно считать что во всех официальных	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует.** Минимальная толщина получаемого среза: 0.55мм vs 0.625мм. У данной модели минимальная толщина получаемого среза 0.625мм, при запрошенной толщине 0.55мм. Данная разница толщины среза влияет на качество контрастных ангио исследований так и на изображения легких и головного мозга. Так как больница планирует выполнять сосудистые и кардио исследования, толщина среза более 0.55мм не приемлема. **Приложение 4.** Sinovision Insitum 64S. Искать текст *Коллимации срезов.* Также, согласно файлу производителя, количество рядов

	Искать текст *Slice thickness.*	документах, рядом с толщиной менее 0.625мм, стоит оговорка - **(iHD option)**.Таким образом, можно утверждать, что iHD — это маркетинговый ход, который описывает постпроцессинг изображений, но не является истинной минимальной толщиной среза в физическом смысле. **Приложение 3.** Datasheet Neusoft NeuViz Prime. Искать текст *Slice thickness.* **Приложение 4.** Neusoft NeuViz Prime FDA. Искать текст *Spiral Scan:0.4mm*			детектора у данной модели 32 среза, вместо требуемых 40. **Приложение 5.** Sinovision Insitum 64S. Искать текст *32 рядная.*
Стол пациента Стол пациент/Стол процедурный Вес стола пациент не более 526 кг Минимальная высота стола не более 480 мм Максимальная высота стола не менее 900 мм Грузоподъёмность стола не менее 205 кг Диапазон сканирования не менее 1700 мм Ширина деки стола не менее 600 мм Диапазон горизонтального движения не менее 2160 мм 1 шт.	**Не соответствует.** Диапазон горизонтального движения: 2160 мм vs 1745 мм. Согласно общедоступному файлу от производителя, диапазон горизонтального перемещения стола	**Не соответствует.** Диапазон горизонтального движения стола в ТС не соответствует действительности. Так, в официальном файле производителя (Приложение 3) диапазон горизонтального движения стола равен 1770 мм, а не требуемый 2160мм.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует.** Согласно данным в Национального Центра Экспертиз (http://register.ndda.kz/), диапазон горизонтального движения стола пациента составляет 1950 мм вместо запрошенных 2160 мм. Длинный горизонтальный ход стола позволяет

	данной модели не соответствует требованиям тендера. Длинный горизонтальный ход стола позволяет охватить большую область тела пациента без необходимости его перемещения, так как при коротком диапазоне. Это особенно важно городских больниц с приемными отделениями и отделениями реанимации, которые обслуживают пациентов в тяжелом состоянии, репозиционирование которых часто опасно для их жизни. Также, короткий ход стола вынуждает проводить исследование дольше по времени, что негативно повлияет на производительность системы, особенно в стенах городских больниц где всегда большой поток пациентов. Более того, при коротком диапазоне, конец	Длинный горизонтальный ход стола позволяет охватить большую область тела пациента без необходимости его перемещения, так как при коротком диапазоне. Это особенно важно городских больниц с приемными отделениями и отделениями реанимации, которые обслуживают пациентов в тяжелом состоянии, репозиционирование которых часто опасно для их жизни. Также, короткий ход стола вынуждает проводить исследование дольше по времени, что негативно повлияет на производительность системы, особенно в стенах городских больниц где всегда большой поток пациентов. Более того, при коротком диапазоне, конец стола слишком близко распложен к гентри, что создает трудности при укладке и манипуляциях			охватить большую область тела пациента без необходимости его перемещения, так как при коротком диапазоне. Это особенно важно городских больниц с приемными отделениями и отделениями реанимации, которые обслуживают пациентов в тяжелом состоянии, репозиционирование которых часто опасно для их жизни. Также, короткий ход стола вынуждает проводить исследование дольше по времени, что негативно повлияет на производительность системы, особенно в стенах городских больниц где всегда большой поток пациентов. Более того, при коротком диапазоне, конец стола слишком близко распложен к гентри, что создает трудности при укладке и манипуляциях (подключение катетера для в/в введения

	стола слишком близко распложен к гентри, что создает трудности при укладке и манипуляциях (подключение катетера для в/в введения контрастного препарата). **Приложение 2.** Datasheet GE Revolution Maxima. Искать текст *Horizontal Range*	(подключение катетера для в/в введения контрастного препарата). **Приложение 3.** Datasheet Neusoft NeuViz Prime. Искать текст *Couch horizontal movement range*			контрастного препарата).
Станция для просмотра и анализа изображений Рабочая станция для просмотра, обработки и анализа изображений /Станция рабочая мультимодальная Передача данных: интерфейс DICOM 1 шт.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дисковод Дисковод 1 шт	Соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер консоли монитора Не менее 19 дюймов 1 шт.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Распределение питания Щит распределительный/Распределитель питания 1 шт.	Соответствует.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
-	-	-	-	-	-
Расходные материалы					
-	-	-	-	-	-
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
-	-	-	-	-	-

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647765-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 18-09-2024 17:29:31

Лот № 4647765-Т1

Низкотемпературный плазменный стерилизатор

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647765-Т1 Низкотемпературный плазменный стерилизатор, Ташаев Санжар – (Заведующий опер.блоком, ЦГКБ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	200140014966, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dentrade"	Не соотвествует
2	140340000454, ТОО "KAZMEDEQ.KZ"	Соответствует
3	141040019259, ТОО "Vender.kz"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ташаев Санжар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Лот № 4647765-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "KAZMEDEQ.KZ"	ТОО «Dentrade»	ТОО "Vender.kz"
Предлагаемая модель МТ:	Низкотемпературный плазменный стерилизатор HMTS - 80E	Низкотемпературный плазменный стерилизатор CASP с применением перекиси водорода различных модификаций: CASP - 80	Низкотемпературный плазменный стерилизатор CASP с применением перекиси водорода CASP - 80
Производитель МТ:	Human Meditek Co., LTD	MuDanJiang Plasma Physical Application Technology Co., Ltd.	MuDanJiang Plasma Physical Application Technology Co., Ltd.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Габариты стерилизатора (мм): высота не менее 1675 мм, ширина не менее 752 мм, глубина\длина не менее 835 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Объем (размер) камеры в литрах не менее 80 л.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Используемый полезный объем камеры в литрах не менее 71 л	**Соответствует**	**Не соответствует (указаны не точные данные со словами «не менее»**	**Соответствует**
Напряжение, в не более 220 в	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Потребляемая мощность, кВт не менее 3,5 кВт	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Вес, кг Не более 430 кг	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Материал конструкции, основных частей стерилизатора нержавеющая сталь.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Форма ёмкости пероксида флакон.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Концентрация пероксида Не более 60%	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Срок хранения стерилизующего агента (пероксида водорода) в стерилизаторе: Не менее 30 дней	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Этапы (стадии) стерилизационного	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

процесса Не менее 4 этапов			
Вид принтера Термопринтер	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Вид монитора Сенсорный дисплей \ Цветной жидкокристаллический дисплей с сенсорным экраном.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Тестовые программы стерилизации Режим самодиагностики\ Процесс самотестирования.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Продолжительность стерилизационного процесса (Время стерилизации) в минутах не менее 22 мин не более 47 мин.	**Соответствует**	**Не соответствует (указаны данные 18 минут)**	**Соответствует**
Расход пероксида водорода за цикл в мл не более 10 мл.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Температурный диапазон цикла (максимально рабочая температура) Не более 59. °С.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Дополнительные комплектующие			
Количество биологический индикатор, штук (не менее 30 штук в упаковке)	**Соответствует**	**Не соответствует (наименование указано не полностью по Регистрационному удостоверению)**	**Соответствует**
Химическая индикаторная лента (Химическая индикаторная лента для стерилизатора (1 рулон\упак) \ Химический индикатор – лента (55 метров)	**Соответствует**	**Не соответствует (наименование указано не полностью по Регистрационному удостоверению)**	**Соответствует**
Количество химических индикаторных полосок в упаковке (не менее 250 шт\упак)	**Соответствует**	**Не соответствует (наименование указано не полностью по Регистрационному удостоверению)**	**Соответствует**
Ёмкость для загрузки инструментов (Лоток для инструментов для стерилизатора (2 шт\уп) \ Корзина в комплекте)	**Соответствует**	**Не соответствует (наименование отсутствует в Регистрационном удостоверении)**	**Соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации			
Температура (транспортировка и хранение): от −20°С до +50°С Температура (эксплуатация): от +10°С до +40°С Относительная влажность	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

(транспортировка и хранение): 10 – 90% Относительная влажность (эксплуатация): 10 – 90% Давление (транспортировка и хранение): 700 – 1060 ГПа Давление (эксплуатация): 700 – 1060 Гпа			
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервисы-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее чем за 40(сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск			

приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением , при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Дополнительно:

1) по Поставщику ТОО «Dentrade» - Согласно Приказу 110, глава 1, параграф 2, п. 165, пп.3 техническая спецификация, заполненная не по форме согласно приложение 15 к Правилам, а именно: «В наименовании к медицинской техники в технической спецификации не указано Модель и марка парового стерилизатор».

Эксперт **Ташаев С.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647775-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-09-2024 11:11:49

Лот № 4647775-Т1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647775-Т1 Компьютерный томограф , Темирбаев Аскар – (Зав.отд.КТ и МРТ, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Не соотвествует
2	181240026810, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEOMED GROUP"	Не соотвествует
3	170340015150, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Medical Group"	Не соотвествует
4	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ)	Соответствует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
6	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
7	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Темирбаев Аскар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Алаш-KZ	ТОО «Neomed Group»	Life Medical Solutions	ТОО «Kaz Medical Group»	КАТЭП-АЭ	ТОО «Hydramed»	ТОО «FORTIS PAI»
Предлагаемая модель МТ:	Компьютерный томограф NeuViz 128	Компьютерный томограф NeuViz 128	Система рентгеновской компьютерной томографии InsitumCT 768	Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 780 с принадлежностями	Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP (TSX-303B) с принадлежностями	Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP (TSX-303B) с принадлежностями	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями
Производитель МТ:	Neusoft Medical Systems Co., Ltd	Neusoft Medical Systems Co., Ltd	SINOVISION Technologies (Beijing) Co., Ltd	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Canon Medical Systems Corporation	Canon Medical Systems Corporation	GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Гентри для сканирования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гентри для сканирования/ Гентри (с динамиком)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диаметр отверстия гентри не менее 70 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поле обзора сканирования 50 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Максимальная мощность рентгеновского генератора 72 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку 80 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку не менее 135 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное значение тока 600 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество рядов детектора не менее 64.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальная толщина среза не более 0,625 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Консоль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский излучатель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский излучатель/ Трубка рентгеновская.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоёмкость анода рентгеновской трубки не менее 7,0 MHU	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Скорость вращения гентри не более 0,4 сек.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол для пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Стол для пациента/ Стол процедурный, в вариантах исполнения- 1 шт.: 1. Стол Процедурный.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Грузоподъемность стола для пациента не менее 205 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программный пакет для анализа в кардиологии и сосудов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программный пакет для кардиологического и сосудистого расчета / Приложение для анализа сердца и коронарных сосудов.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сбор данных с ЭКГ-синхронизации. Режим сбора данных с синхронизацией с ЭКГ / Программный пакет для сбора данных и реконструкции с ЭКГ синхронизацией	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подголовник/ Подушка под голову	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

				Отсутствует требуемое комплектующее			
Рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение рабочей станции	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программный пакет обновления программного обеспечения рабочей станции / Программное обеспечение рабочей станции базовое	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Программное обеспечение для оценки кальциевого индекса	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим для расчета кальциевого индекса / Приложение для оценки содержания кальция	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение/ пакет для анализа узловых образований в легких	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программный пакет для виртуальной бронхоскопии и исследования узелков в легких /	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Приложение для анализа узелковых образований легких.			регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Отсутствует требуемое комплектующее			
Программа для анализа легких	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программный пакет для легочной визуализации / Программный пакет для анализа легких	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор пациента / Монитор для сканирования	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует

			комплектующее не зарегистрировано				
Мягкая подкладка на стол пациента/ Матрас для стола процедурного	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Термографический принтер для печати цифровых изображений	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Соответствует	Соответствует
Инжектор ангиографический для компьютерной томографии	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Соответствует	Соответствует
Источник без перебойного питания (ИБП)	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Не соответствует, нет информации	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Напряжение 380/220 В, 50 Гц. Сопротивление сети должно соответствовать номинальной мощности рентгеновского питающего устройства с трехфазной схемой выпрямления.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений							

Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих							

специалистов, сотрудников производителя.							

Эксперт Гемирбоев А.Н.

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647762-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 20-09-2024 17:07:05

Лот № 4647762-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647762-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Пахомова Татьяна – (Старший ординатор ФД, НАО Центр Сердца Шымкент) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
2	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Пахомова Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ QAZMEDEQ	ТОВАРИЩЕСВТО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ADICOM
Предлагаемая модель МТ:	**Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№016636 Производитель: GE Medical Systems (China) Co., Ltd Страна-производитель: Китай Дата государственной регистрации: 28.03.2022г. Дата окончания регистрации: бессрочно**	**Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™ Omega с принадлежностями Производственная площадка:** Esaote S.p.a **Страна:** Италия **Регистрационное удостоверение:** № РК МИ (МТ)-0№028154 от 18.06.2024г, бессрочно	**Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850 Производитель FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019402 (27.06.2024г.-бессрочно)**
Производитель МТ:	**Производитель: GE Medical Systems (China) Co., Ltd Страна-производитель: Китай**	**Производственная площадка:** Esaote S.p.a**Страна:** Италия	**Производитель FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок системы. Габариты: Высота не более Системный блок /Основной блок	соответствует	Не соответствует динамический диапазон 300 дБ, в технической спецификаций заказчика не менее 320 Дб	Соответствует

Динамический дипазон Не менее 320 Дб. Количество каналов Не менее 974 026. Диапазон частот Не менее 1,0 и не более 22. Глубина сканирования Не менее 33 см. колесах 169,5, Ширина не более 390 см, Глубина не более 362 см. Транспортировка 1 шт. Устройства: Перемещение и транспортировка устройства на колесах/ Транспортировке на длинные расстояния на			
Монитор : Монитор. Диагональ Не менее 15, 6 дюймов. Разрешение Не менее 1920Х1080.	соответствует	Соответствует	соответствует
Регистрация физиологически х сигналов : Модуль регистрации физиологических сигналов/ Блок воспроизведения физиологического сигнала	соответствует	Не соответствует Это отдельная опция, которая не идет в базовом блоке – нет подтверждения в РУ о наличии.	Соответствует
Чреспищеводны е исследования: Модуль программный встроенный для проведения чреспищеводных исследований	соответствует	Не соответствует Это отдельная опция, которая не идет в базовом блоке – поставщик не приложил сведения о программе	Соответствует

/Чреспищеводные исследования			
Сосудистые исследования: Модуль программный встроенный для проведения сосудистых исследований Программное обеспечение для анализа поток-опосредованной дилатации сосудов	соответствует	соответствует	Соответствует
Стресс-Эхокардиография: Программное обеспечение стресс-эхокардиографии/Модуль программный встроенный для проведения Стресс ЭхоКГ.	соответствует	Соответствует	Соответствует
Тканевой допплер : Модуль программный встроенный для проведения тканевого допплера/ Программное обеспечение анализа тканевого допплеровского сигнала	соответствует	Не соответствует В технических параметрах заявленного оборудования отсутствует тканевый доплер	Соответствует
Контрастные исследования : Модуль программный встроенный для проведения контрастных исследований сердца/	соответствует	Не соответствует, отсутствует в заявленной технической спецификаций	Соответствует

Программное обеспечение контрастной гармонической визуализации			
Исследования сократимости миокарда : исследований сократительной функции степени деформации миокарда/ Программное обеспечение анализа сократимости	соответствует	Не соответствует	Соответствует
Исследования глобальной сократимости сердца: Автоматическая оценки глобальной сократительной функции сердца/ Автоматическое измерение сократительная способность	соответствует	соответствует	Соответствует
Трехмерная визуализация сердца : Трехмерная визуализация сердца	соответствует	Не соответствует Не соответствует Это отдельная опция, которая не идет в базовом блоке – нет подтверждения в РУ о наличии и отсутствует в тх поставщика	Соответствует
Программное обеспечение DICOM: Программное обеспечение DICOM	соответствует	соответствует	Соответствует
Тканевой допплер: Модуль программный встроенный для проведения тканевого допплера/	соответствует	Не соответствует	Соответствует

Программное обеспечение анализа тканевого допплеровского сигнала			
Кардиологическ ие исследования: Модуль программный встроенный для автоматического анализа в кардиологии/ 1 шт. Программное обеспечение для автоматизированных кардиологических измерений	соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер: Принтер	соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный фазированный : Датчик секторный фазированный мультичастотный. Частота не менее 1,0 МГц не более 5 МГц. Угол сканирования Не менее 120 градусов.	соответствует	Не соответствует угол сканирования, 87 градусов менее 120 градусов от заявленной технической спецификаций	Соответствует
Датчик линейный : Датчик линейный. Частота Не менее 2 МГц Не более 12 Мгц. Апертура Не менее 38мм.	соответствует	Не соответствует диапазон 4–15 МГЦ, в требованиях не более 12 МГЦ	соответствует
Датчик секторный фазированный : Датчик секторный фазированный. Частота Не менее 1 МГц Не более 8 Мгц	соответствует	Соответствует	соответствует

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647759-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 23-09-2024 18:28:30

Лот № 4647759-T1

Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647759-T1 Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела, Дюсенов Абу – (Врач - нейрохирург, КГП га ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
2	181240026810, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEOMED GROUP"	Не соотвествует
3	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
4	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дюсенов Абу

Таблица соответствия
По ЛОТУ 4647759-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Neomed Group»**	**ТОО «Алаш-KZ»**	**ТОО «Niko Pharm»**	**ТОО «SBK Standard»**
Предлагаемая модель:	**Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime № РК-МТ-5№019985**	**Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime № РК-МТ-5№019985**	**Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями № РК-МТ-5№018977**	**SOMATOM go.Top РК-МТ-5№021081**
Производитель:	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	Не заявлен производитель	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., Китай	Siemens Healthcare GmbH, Германия
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Гентри	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Диаметр отверстия гентри, мм.: не более 720 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *«Диаметр отверстия гентри, мм.: не менее 700 мм.»* *Указаны не точные характеристики*
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует*	**Соответствует**	**Соответствует**

		регистрационному удостоверению		
Генератор	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Минимальное напряжение, кВ: не более 70 кВ	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *«Минимальное напряжение, кВ: не менее 70 кВ»* *Указаны не точные характеристики*	**Соответствует**
Максимальное напряжение, кВ: не менее 140 кВ	**Не соответствует** *данным регистрационного удостоверения:* *Поставщик заявил параметры трубки 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка имеющая напряжение 140 кВ имеет силу тока 714мА.*	**Не соответствует** *данным регистрационного удостоверения:* *Поставщик заявил параметры трубки 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка имеющая напряжение 140 кВ имеет силу тока 714мА.*	**Соответствует**	**Соответствует**
Максимальное значение тока, мА: не менее 667 мА	**Не соответствует** *данным регистрационного удостоверения:* *Поставщик заявил параметры трубки 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка*	**Не соответствует** *данным регистрационного удостоверения:* *Поставщик заявил параметры трубки 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка*	**Соответствует**	**Соответствует**

	имеющая силу тока 833мА имеет напряжение 120кВ	*имеющая силу тока 833мА имеет напряжение 120кВ*		
Мощность ренгеновского генератора, кВт: не менее 72 кВт.	**Соответствует**	**Не соответствует** *Параметры не заявлены в технической спецификации*	**Соответствует**	**Соответствует**
Стол пациента	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Грузоподъемность стола, кг.: не менее 205 кг.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** *«Грузоподъемность стола, кг.: не менее 205 кг.» Указаны не точные характеристики*	**Не соответствует** *«Грузоподъемность стола, кг.: не менее 227 кг.» Указаны не точные характеристики*
Скорость движения стола, мм/с.: не менее 200 мм/сек.	**Не соответствует** *Согласно открытым источникам, скорость движения стола составляет 100 мм/сек.*	**Не соответствует** *Согласно открытым источникам, скорость движения стола составляет 100 мм/сек.*	**Соответствует**	**Соответствует**
Опоры для частей тела пациента	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Плоский подголовник	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*

Опора для руки	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*
Подголовник	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*
Подставка для головы	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*
Переговорное устройство	**Не соответствует** *Параметры не заявлены в технической спецификации*	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Пульт управления сканированием	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Программное обеспечение для реконструкции	**Не соответсвует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Спиральное сканирование	**Не соответствует** *Наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению.*	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Консоль оператора	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует**

		Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению		*Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*
Рабочая станция врача	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*
Приложение анализа сосудов	**Не соответствует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Приложение для кардиологических исследований	**Не соответствует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать,	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Приложение для анализа перфузий головного мозга	**Не соответствует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Приложение оценки легочных узлов	**Не соответствует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	в программный код, с системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Программное обеспечение для рабочей станции	**Не соответствует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	системами иной конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Программное обеспечение для сканирования сердца	**Не соответствует** Заявленное программное обеспечение имеет четкую привязку к одной модели компьютерного томографа (NeuViz 128), и техническая возможность поддержки программного обеспечения аппаратного решения компьютерного томографа NeuViz Prime (который намного технологичен и имеет очень высокие показатели характеристик) не подтверждены. Помимо этого, не подтверждена возможность синхронизации и корректной работы заявленного программного обеспечения с компьютерным томографом NeuViz Prime. Программное обеспечение написанное/созданное для определенной конфигурации системы не может работать, без дополнительных вмешательств разработчиков в программный код, с системами иной	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**

	конфигурации тем более с имеющими характеристики, намного превосходящие аппарат, для которого была написана программа.			
Программное обеспечение для обеспечения сканирования в аксиальной плоскости	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Не соответствует** *Параметры не заявлены в технической спецификации*
Стекло защитное	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Стабилизатор напряжения	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Источник бесперебойного питания системы	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Формирование отчета	**Соответствует**	**Не соответствует** *Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению*	**Соответствует**	**Соответствует**
Интеграция с PACS	**Соответствует**	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		Наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению		

Эксперт **ФИО/подпись**