Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648021-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-09-2024 14:39:03

Лот № 4648021-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648021-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями, Нуржанова Людмила – (Заведующая отделением УЗИ, КГП на ПХВ "Поликлиника №7 города Семей" УЗ области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нуржанова Людмила

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот №4648021-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Альянс	ТОО Zein Invest	ТОО TND	ТОО Life Medical Solution
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9T в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10	Система ультразвуковая диагностическая Epiq Elite с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG. Австрия	Phillips Ultrasound Inc., США	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Приложение для работы с объемными изображениями	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приложение контрастной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приложение для оптимизации изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приложение исследования анатомических структур	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Датчик объемный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный	Не соответствует Диапазон частот и угол сканирования не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Нуржанова Л.В.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648022-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 24-09-2024 15:29:30

Лот № 4648022-Т1

Лор-комбайн

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648022-Т1 Лор-комбайн, Турсынбекова Анар – (Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг , КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №5") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150240018732, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТераНоваМед"	Соответствует
2	541203300612, ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ	Не соотвествует
3	160540014594, Товарищество с ограниченной ответственностью "Sunray medical"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турсынбекова Анар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ТераНоваМед»	ИП «MedGroup»	ТОО «Sunray medical»	
Предлагаемая модель МТ:	ЛОР комбайн Otocompact Steel с принадлежностями	Лор-комбайн модель XU2 с принадлежностями	Рабочее место врача оториноларинголога ATMOS C класса	
Производитель МТ:	MEDI-CARE SOLUTIONS S.r.l., Италия	CHAMMED CO., LTD., Республика Корея	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG., Германия	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок Вес базовый модуль Не более 120 кг Габариты Не более 885 x 745 x 860 мм 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Устройство быстрого подогрева Устройство быстрого подогрева 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении ҚР-МТ-7№013068	Соответствует	
Модуль промывания ушей Система промывки слухового прохода/Шприц для промывки ушной раковины 1 шт	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении ҚР-МТ-7№013068	Соответствует	
Ирригационный компрессор. Система ирригации / Компрессор Распыление лекарственных средств.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении ҚР-МТ-7№013068	Соответствует	

Распыление медикаментов в области носоглотки / Распыление (общее) Распыление (регулируемое). 1 шт.				
Аспирационный компрессор. Аспирационная система / Аспиратор Аспирация Не менее 50 л/мин 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068	Соответствует	
Монитор Монитор Диагональ не менее 21,5 дюйма 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Камера для визуализации. Камера для визуализации. 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Авто дренажная система. Системой опорожнения накопительной емкости / Автоматический слив 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Фильтры. Антибактериальный / Антимикробный фильтр 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068	Соответствует	
Емкость для секреции. Емкость / Резервуара для секрета Объем не более 2 л 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068	Соответствует	
Эндоскопы для уха. Размер не более (4 мм, 0°, 50 мм) 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068, в предъявленном ТС прописано «Эндоскопы для уха (GD-058 /	Соответствует	

		0°,Ф3.0mmx100mm)» не соответствует заявленному ТС		
Эндоскопы для исследования носа. Размер не более (4 мм, 30°, не менее 110 мм) 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068, , в предъявленном ТС прописано «Эндоскопы для исследования носа (GD-054 / 0°,Ф4mmx50mm)» не соответствует заявленному ТС	Соответствует	
Ларингоскоп. Размер не менее (8 мм, 70°, не более 190 мм) 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068, , в предъявленном ТС прописано «Ларингоскоп (GD-062 / 90°,Ф8mmx175mm)» не соответствует заявленному ТС	Соответствует	
Кресло пациента. Кресло пациента / Лор кресло 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Стул врача. Стул врача / Доктора Вращение. 360 градусов 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Стол для инструментов. Рабочий / Модульный стол 1 шт.	Соответствует	Не соответствует; нет информации в регистрационном удостоверении КР-МТ-7№013068	Соответствует	

Набор аспирационных канюль. Канюли отсасывающие, Канюля для распыления / Набор из канюль 1 комплект	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Турсынбекова А.Е.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648023-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 30-09-2024 15:09:08

Лот № 4648023-Т1

Система эндоскопической флюоресцентной визуализации с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648023-Т1 Система эндоскопической флюоресцентной визуализации с принадлежностями, Накипбеков Кайсар – (Накипбеков Кайсар Аманкельдиевич, КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" УОЗ г. Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	030940005028, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "APEX C°"	Соответствует
2	150840014945, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXENERGY"	Соответствует
3	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Накипбеков Кайсар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «APEX C°»	ТОО «MAXENERGY»	ТОО «NIKO PHARM»
Предлагаемая модель МТ:	Система эндоскопической флюоресцентной визуализации PINPOINT с принадлежностями	Система визуализации VS3 – Iridium - Visionsense	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств
Производитель МТ:	Novadaq Technologies Inc., Канада	VISIONSENSE LTD., Израиль	KARL STORZ SE & Co KG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Блок обработки видеосигнала и осветителя	Соответствует	Соответствует	Не соответсвтует Потенциальный поставщик скопировал текст с технической спецификаций тендера. «Система визуализации предназначена для получения изображений высокой четкости в видимой и ближней инфракрасной области флуоресценции во время инвазивных, минимально инвазивных хирургических процедур. Область применения: Эндоскопия». Так как по данным сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep данное МИ в назначении и области применения: 1) назначение: предназначен для малоинвазивных эндоскопических вмешательств; 2) область применения: ЛОР лапароскопия гинекология артроскопия. Не соответствует класс безопасности. Потенциальный поставщик скопировал текст с технической спецификаций тендера. «Класс 2 а – со средней степенью риска». Так как по данным сайта

			http://register.ndda.kz/category/search_prep класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска.
Дополнительные комплектующие			
Видеодисплей для эндоскопии / Система стационарная для мультиспектральной визуализации сосудов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Камера	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лапароскоп для получения флюоресцентных изображений, диаметр, угол обзора	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Потенциальный поставщик скопировал текст с технической спецификаций тендера. «Лапароскоп для получения флуоресцентных изображений». Так как по данным сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Оптика HOPKINS II
Головка визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Потенциальный поставщик скопировал текст с технической спецификаций тендера. «Источник лазерного света». Так как по данным сайта http://register.ndda.kz/category/search_prep Источник холодного света
Расходные материалы			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники в место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисным центрами в РК либо с привлечением третьих компотентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Накипбеков К.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648024-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-10-2024 10:06:46

Лот № 4648024-T1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648024-T1 Компьютерный томограф, Дуйсембаев Канат – (Врач рентгенолог, Жамбылская обласная многопрофильная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI"	Не соотвествует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
6	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дуйсембаев Канат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
лот 4648024-Т1
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ТОО "FortisPie"	ТОО "Алаш KZ"	ТОО "Лабтроник"	АО "Ordamed"	ТОО «ADICom Ltd»
Предлагаемая модель МТ:	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями. РК-МТ-5№020890 от 20.08.2020 г до 20.08.2025 г.	Система компьютерной томографии AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями Регистрация на территории РК-МТ-5№018527 от 03.10.2023 г. до бессрочно	Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime РК-МТ-5№019985 от 22.01.2020 г. до 22.01.2025 г.	Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime РК-МТ-5№019985 от 22.01.2020 г. до 22.01.2025 г.	Томограф компьютерный Opus вариант исполнения x128 с принадлежностями, **РК МИ (МТ)-0№026832 Приостановлено приказом МЗ РК от 22.07.24 г, действие РУ истекло 1.10.2024 г., нет регистрации РК**	Incisive CT с принадлежностями, РК-МТ-5№018977 от 19.04.2024, бессрочно
Производитель МТ:	GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd, Китай	Canon Medical Systems Corporation, Япония	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	АО "Ordamed", Казасхтан	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Диаметр отверстия гентри не менее 700 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальное поле обзора сканирования не менее 50 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Минимальное время одного оборота	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК Не соответствует**	Соответствует

рентгеновской трубки на 360°не более 0,35 сек.					Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения Opus x128 с принадлежностями Стр. 167: Время одиночного сканирования: 0,37 с.	
Детектор	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Детектор рентгеновского излучения/Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Количество линеек детекторов не менее 64.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Количество срезов за один оборот, максимальное не менее 128.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Минимальная толщина среза не более 0,625 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальная коллимация среза не менее 10 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Нет регистрации РК	Соответствует
Рентгеновский излучатель/ Рентгеновская трубка (Блок рентгеновской трубки):	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Нет регистрации РК	Соответствует

Теплоёмкость анода рентгеновской трубки не менее 7 MHU.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальная скорость охлаждения анода не менее 1070 kHU/ мин.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Размер малого фокального пятна не более 0,7 x 1,0 мм.	Соответствует	**Не соответствует (0,9x0,8)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) стр.88 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-70281	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК Не соответствует** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения Opus x128 с принадлежностями Стр.125: Малое фокусное пятно 0,7 мм x 1,2 мм	Соответствует
Размер большого фокального пятна не менее 0,9 мм x 0,9 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Генератор рентгеновский высоковольтный	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальная мощность рентгеновского генератора не менее 72 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку не более 80 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку не менее 140 кВ.	Соответствует	**Не соответствует (135 кВ)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) стр.90 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-70281	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальное значение тока не менее 600 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	**Не соответствует** (В соответствии с РУ РК-МТ-5№019985 зарегистрирован один П.13-Стол, потенциальный поставщик указывает Стол в П.5 основных комплектующих ТС-как стол пациента, в П.5 дополнительных комплектующих ТС - как Стол (стул идет по умолчанию), в П.6 дополнительных комплектующих ТС-как Стол (стол оператора).	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Стол для пациента/стол пациента:	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)				
Минимальная высота стола не более 53 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Грузоподъемность стола для пациента не менее 227 кг	Соответствует	**Не соответствует** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные **(220кг)** https://us.medical.canon/download/ct-br-aquilion-prime-sp	**Не соответствует (205 кг)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.68 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-78514	**Не соответствует (205 кг)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.68 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-78514	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Диапазон сканирования не менее 1730 мм.	Соответствует	**Не соответствует** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные **(1500 мм)** https://us.medical.canon/download/ct-br-aquilion-prime-sp)	**Не соответствует (1650 мм)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.272 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-78514	**Не соответствует (1650 мм)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.272 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-78514	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальная скорость горизонтального перемещения стола не менее 175 мм/с.	Соответствует	**Не соответствует (160 мм/сек)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) стр.95 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-70281				
Педали для стола пациента: Ножные переключатели/ Ножные педали.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Нет регистрации РК	Соответствует
Камера для автоматического позиционирования пациентов	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа, так же на данное комплектующее отсутствует регистрация РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Камера это отдельное дорогостоящее комплектующие **не в составе Гентри** специализированная оптическая система монтируемая на потолок над столом пациента, система активирует движение стола, центрацию, автоматически определяет диапазон сканирования, область сканирования, анатомические ориентиры и осуществляет центрирование путем определения положения и формы в трех измерениях, исключая повторное сканирование при не правильной укладке	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Камера это отдельное дорогостоящее комплектующие **не в составе Гентри** специализированная оптическая система монтируемая на потолок над столом пациента, система активирует движение стола, центрацию, автоматически определяет диапазон сканирования, область сканирования, анатомические ориентиры и осуществляет центрирование путем определения положения и формы в трех измерениях, исключая повторное сканирование при не правильной укладке	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ(МТ)-0№026832)	Соответствует

			пациента, значительно увеличивает пациентопоток сохраняя стабильное качество изображения и минимизируя число ошибок.	пациента, значительно увеличивает пациентопоток сохраняя стабильное качество изображения и минимизируя число ошибок.		
Камера для автоматического позиционирования пациентов/Камера для позиционирования пациента.	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
ЭКГ монитор пациента со стойкой	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует
ЭКГ монитор пациента со стойкой/Интегрированный ЭКГ-монитор.	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Консоль управления	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Нет регистрации РК	Соответствует
В диапазоне от -1024 до – 3071.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (до-3072)**	**Не соответствует (от -32768 до – 32767)**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Количество ЖК мониторов не менее 2 шт.	Соответствует	**Не соответствует** (Консоль, в составе: - **монитор, 1 шт.)**	**Не соответствует (монитор-1 шт.)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.270 https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch Уникальный номер реестровой записи-78514	**Не соответствует (монитор-1 шт.)**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Рабочая станция	Соответствует	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		(не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	(Потенциальный поставщик заявляет- **Компьютеризированная система обработки изображений**, что не является специализированной рабочей станцией врача)	(Потенциальный поставщик заявляет- **Консольный компьютер**, что не является специализированной рабочей станцией врача)		
Дополнительные комплектующие:						
Переговорное устройство	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Переговорное устройство для связи с пациентом /Переговорное устройство	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов/ Ремни пациента и модуль направляющих	Соответствует	**Не соответствует (не указано** наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Мягкая подкладка на стол пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Мягкая подкладка на стол пациента/ Подушка стола	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Подголовник	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности	**Нет регистрации РК**	Соответствует

			Подголовник, потенциальный поставщик указывает "Подушку для подголовника" что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)	Подголовник потенциальный поставщик указывает "Подушка для головы" что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)		
Подголовник	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности Подголовник потенциальный поставщик указывает "Подушку для подголовника", что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности . Подголовник потенциальный поставщик указывает "Подушка для головы" что не является подголовником (РК-МТ-5№019985) (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Кресло оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Кресло оператора/ Стул оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Стол оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (В соответствии с РУ РК-МТ-5№019985 зарегистрирован один П.13-Стол, потенциальный	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности стол оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие	Соответствует

			поставщик указывает Стол в П.5 основных комплектующих ТС-как стол пациента, в П.5 дополнительных комплектующих ТС - как Стол (стул идет по умолчанию), в П.6 дополнительных комплектующих ТС-как Стол (стол оператора).		РК МИ (МТ)-0№026832)	
Рабочий стол оператора/ Стол оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (В соответствии с РУ РК-МТ-5№019985 зарегистрирован один П.13-Стол, потенциальный поставщик указывает Стол в П.5 основных комплектующих ТС-как стол пациента, в П.5 дополнительных комплектующих ТС - как Стол (стул идет по умолчанию), в П.6 дополнительных комплектующих ТС-как Стол (стол оператора).	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности стол оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Инжектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам	**Нет регистрации РК**	Соответствует

				организации и проведения закупа)		
Автоматические устройства для введения контрастного вещества/ Инжектор автоматический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Стекло защитное просвинцованное	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанное потенциальным поставщиком **Освинцованное стекло из РК-МТ-5№016750** облагается **НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанное потенциальным поставщиком **Освинцованное стекло из РК-МТ-5№016750** облагается **НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Источник бесперебойного питания	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	Соответствует	Не соответствует Указанный потенциальным поставщиком **Источник бесперебойного питания из РК-МТ-5№016750 облагается НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	Нет регистрации РК	Соответствует
Кабели питания	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует (отсутствуют)**	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Щит силовой электрический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (отсутствуют)**	**Нет регистрации РК** Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Щит силовой электрический/ Изолирующий трансформатор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (отсутствуют)**	Нет регистрации РК	Соответствует
Устройство транспортировочное для стола пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК** Не соответствует	Соответствует

			указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	(не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	
Устройство транспортировочное для стола пациента/ Тележка для транспортировки стола пациента	Соответствует	Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании**	Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании**	Нет регистрации РК Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует

			весь лот облагается НДС	**весь лот облагается НДС**		
Устройство транспортировочное для гентри	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № КР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № КР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МН (МТ)-0№026832)	Соответствует
Устройство транспортировочное для гентри/ Тележка для транспортировки гентри	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750** облагаются НДС не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № КР	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750** облагаются НДС не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № КР	**Нет регистрации РК**	Соответствует

			ДСМ-92 при доукомплектовании весь лот облагается НДС	ДСМ-92 при доукомплектовании весь лот облагается НДС		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Электропитание 3 фазы + земля	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Напряжение 380 В + 10%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Частота 50 Гц + 3 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Потребляемая мощность 100 кВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Эксперт **К. Дуисембаев**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648025-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-10-2024 10:20:03

Лот № 4648025-Т1

Медицинская рентгенографиическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648025-Т1 Медицинская рентгенографиическая система, Калимов Бейбит – (врач , ГКП на ПХВ Жетыбайская сельская больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	990340000440, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД"	Не соотвествует
4	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
5	230240024655, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medivide"	Не соотвествует
6	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
7	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
8	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
9	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Соответствует
10	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
11	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует

12	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
13	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
14	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Калимов Бейбит

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Лабтроник»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «Альянс»	ТОО «МедикЛюкс»	ТОО «Medivide»	ТОО «СветокомПлюс»	АО «Ordamed»	ТОО «Hydramed»	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «ФирмаАзияМед»	ТОО «DENSAULYQ Life»	ТОО «B3Мед»	ТОО «LifeMedicalSolutions»	ТОО UnixPharm
Предлагаемая модель МТ:	Радиографическая система серии JUMONG General	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Медицинская рентгенографическая система NewOrental 1000 NA	Медицинское диагностическое рентгеновское оборудование PLD6500: PLD6500A 65KW	Цифровая рентгенографическая система 6600	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» РДК2	Радиографическая система серии Atomic xl Срок регистрационного удостоверения истек	Медицинская рентгенографическая система NewOrental 1000 NA	Система рентгенологическая цифровая DigiRAD-FT	ASR-6850P Цифровая рентгенографическая система	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000A в комплекте с принадлежностями	Цифровая рентгенографическая система SONTU 100-RAD(d)-I
Производитель МТ:	SG HealthcareCo.	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd.	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd	ТОО «СветскомПлюс»	АО «Ordamed»	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	Sitec Medical Co., Ltd.	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd.	EcorayCo., LTD	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co.,Ltd
Наименование комплектующего к МТ	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**	**Результат**

и его технические характеристики объявления на закуп	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие														
Медицинская рентгенографическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Медицинская рентгенографическая система/ Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие														
Рентгенографический стол снимков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгенографический стол снимков/ Фотографическая кровать.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальная стойка снимков/ Баки стенд	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система получения и обработки цифровых изображений в комплекте с рабочей станцией, компьютером, монитором, ПО и пр/ Система обработки изображений (компьютер главного управления, монитор).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуе	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуе	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

									мое компле ктующе е не зарегис трирова но	мое компле ктующе е не зарегис трирова но				
Цифровой плоскопанельный детектор/ Плоский рентгеновский детектор.	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует
Размер :43x43 см	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует
Коллиматор	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Не соответ ствует Исходя из данных регистр ационн ого удостов ерения, требуе мое компле ктующе е не зарегис трирова но	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует
Рентгеновская трубка/ Сборка рентгеновской трубки	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует
Напряжение на аноде 150 кВ.	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Не соответ ствует Исходя	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соотве тствует	Соответ ствует	Соотве тствует	Соотве тствует

						из данных государственного реестра NDDA.kz, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, рабочее напряжение анода рентгеновской трубки – 40 – 80 кВ								
Угол наклона анода 12 градусов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Угол наклона анода 16 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор с пультом управления/	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Рентгеновский высоковольтный генератор.														
Диапазон выходного напряжения: 40-150 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающая решетка/ Фильтрующая сетка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)														
Радиационная защита помещения рентгенкабинета должна соответствовать действующим нормам радиационной безопасности и требованиям СанПин. 5-ти проводная схема электропитания - 3 фазы, нейтральглухозаземленная, заземление (вводной кабель по мощности генератора, но не менее4х35+1х25 м2 меди). Напряжение питания - 380 Вольт Максимальная потребляемая мощность 50 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

кратковременно Частота питающей сети 50 Гц +\-1%. Допустимые колебания напряжения - +\-10%. Сопротивление сети не более 0,15 Ом.														
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.														
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные),														

обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.														

Эксперт **Калимов Б.Б**
ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648028-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-10-2024 15:38:39

Лот № 4648028-Т1

Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648028-Т1 Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур, Майемер Дулат – (зав ЛОР, ГКП на ПХВ МОМБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	541203300612, ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ	Не соотвествует
2	060940000588, Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Соответствует
3	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
5	190240023210, Товарищество с ограниченной ответственностью "Interlab GmbH (Интерлаб ГмбХ)"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Майемер Дулат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ALMAMED TECHNOLOGY"	ТОО «Interlab GmbH»	АО Ордамед	ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ	ТОО «Hydramed»	ТОО «DENSAULYQ Life»
Предлагаемая модель МТ:	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур "Otopront"	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур "Otopront"	Рабочее место врача оториноларинголога С 31	Лор установка NET-600A с принадлежностями	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур "Otopront"	Рабочее место врача оториноларинголога ATMOS S класса
Производитель МТ:	Happersberger Otopront GmbH	Happersberger Otopront GmbH	ATMOS Medizin Technik GmbH & Co.KG	Mega Medical Co. Ltd.	Happersberger Otopront GmbH	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Аспиратор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мобильный аспиратор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание параметра	Соответствует	Соответствует
Поднос/ Чаша для промывания ушей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Соответствует	Соответствует
Ирригатор/ Система ирригации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного	Соответствует	Соответствует

				удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано		
Овальный поддон/ поддон для инструментов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует требуемое комплектующее	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Нагреватель зеркал/Модуль подогрева зеркал	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Источник света для эндоскопии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство для промывания миндалин	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано В технической спецификации указан «Распылители», но по техническому заданию, требуется «Устройство для промывания миндалин», это разные устройства с разными функциями	Соответствует	Соответствует
Отоларингологическое кресло пациента/ Кресло пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эндоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Гибкий назофарингоскоп/ назофаринголарингоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Стойка для инструментов / Стойка для эндоскопа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Налобный осветитель холодного света/ Лампа налобная	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Портативная эндоскопическая система/ Система эндоскопическая	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кресло/стул врача	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия.При отсутствии стабильного и	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40- 60%.						
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.						
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их						

характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.						

Эксперт Мабанр Д. Б. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648031-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-10-2024 15:04:16

Лот № 4648031-Т1

Анестезиологическая рабочая станция

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648031-Т1 Анестезиологическая рабочая станция , Койбеков Бакытжан – (зав реанимации, ГКП на ПХВ МОМБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Койбеков Бакытжан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО Диагаль	ТОО «ТриМедика»	ТОО «SanMed Plus»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат наркозно-дыхательный WATO в исполнении EX-65Pro с принадлежностями	Установка для анестезии Fabius MRI в комплекте;	Анестезиологическая рабочая станция LEON MRI(наркозно-дыхательный аппарат) в комплекте	Аппарат наркозно-дыхательный серии Prima 400 модификации: Prima 451 MRI
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,	Dragerwerk AG & Co.KGaA, Германия	Lowenstein Medical SE & Co. KG, Германия	Penlon Limited, Великобритания
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Назначение аппарата: Предназначен для эксплуатации в электромагнитном окружении/ Возможность работы в условиях магнитного резонанса	Не Соответствует Исходя из данных Регистрационного удостоверения не указано что	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	аппарат может работать в электромагнитном окружении			
Категории пациентов: взрослые, дети, грудные младенцы и недоношенные дети/взрослые, дети и новорожденные.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аппарат обеспечивает подачу газов: 3 газа (воздух, кислород и закись азота).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество колес: 4 колеса.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные розетки: не менее 3шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кнопка увеличенной подачи O2:не менее 35л/мин.	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует
Испаритель/ Испаритель Севофлуран	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Испаритель/ Испаритель Изофлуран	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компрессор/ Медицинский компрессор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
Шланги: кислородный/ Шланг высокого давления для кислорода	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланги: закиси азота/ Шланг высокого давления для закиси азота	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланги: воздушный/ Шланг высокого давления для сжатого воздуха	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аккумуляторная батарея	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Не менее 60 минут	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный контур (одноразовый) для взрослых/ Контур дыхательный для взрослых	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный контур (одноразовый) для детей/ Контур дыхательный для детей	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики: потоковый/ Датчик потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электроснабжение. Переменное напряжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. Для компрессора медицинского воздуха: 207 – 253 В, 50/60 Гц Давление медицинских газов: 2,8 – 6 Bar	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не				

предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648032-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-10-2024 10:44:39

Лот № 4648032-Т1

Система ИВЛ для новорожденных

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648032-Т1 Система ИВЛ для новорожденных , Бекбаев Мереке – (врач анестезиолог реаниматолог, ГКП на ПХВ МОМДБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекбаев Мереке

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «Диагаль»	ТОО «SanMedPlus»	ТОО «ТриМедика»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат ИВЛ SV600 в комплекте с принадлежностями	Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog VN600	SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian HFO.
Производитель МТ:	ShenzhenMinfrayBio-MedicalElectronicsCo.,Lts,.	Dragerwerk AG &Co.KGaA, Германия	SLE Limited, Великобритания	ACUTRONIC Medical Systems AG., Швейцария
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
ИВЛ для новорожденных и детей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ИВЛ для новорожденных и детей весом: не более 30 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аккумулятор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дисплей: сенсорный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ дисплея: Не менее 10,4 дюйма	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный объем: 0-999 мл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подача кислорода (во всех режимах): 21-100%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель датчика потока:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Программный модуль / Режим высокочастотной вентиляции	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Стойка/Мобильная тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компрессор	Не Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

	Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано			
увлажнитель дыхательных смесей/увлажнитель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы				
Шланг воздуха	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Многоразовый дыхательный контур пациента/ Контур дыхательный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Многоразовый датчик потока/ Датчик потока многоразовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коленчатый держатель контуров/ Держатель контура пациента	Не оответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фазанейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляциооборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя				

Эксперт **Бекбаев М.Н.**

Scanned with CamScanner

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648034-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 14:30:19

Лот № 4648034-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648034-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Конакбаева Ажаргуль – (Руководитель поликлинической работы, ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конакбаева Ажаргуль

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(Лот №4648034-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"**	**Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ADICom Ltd»**
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9 EXP в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Системы ультразвуковой диагностики ALOKAARIETTA 850
Производитель МТ:	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG, Австрия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Консольультразвуковая/Основной блок. Область применения: Акушерство; - Гинекология; - Ангиология - Кардиология; - Абдоминальные исследования Исследования поверхностно расположенных структур - Урология; - Педиатрия; - Исследования скелетно-мышечной системы - Неврология; - - - Маммология; - - Неонатология; - Онкология. / • Абдоминальные исследования •	Соответствует	- не соответствует длина – 102 см.	- Не соответствует Не соответствует динамический диапазон 280 ДБ согласно открытым источникам в техническом документе производителя.	Соответствует

Педиатрия • Нейросонография • Поверхностно-расположенные органы • Опорно-двигательный аппарат • Акушерство • Гинекология • Урология • Проктология • Гастроэнтерология • Взрослая и детская кардиология • Сосудистые исследования • Брахитерапия • Лапароскопия • Интраоперационные исследования • Онкология • Чреспищеводные исследования • Эндоскопические исследования. Методы сканирования Электронное секторное; - Электронное конвексное; - Электронное линейное; - Объемное сканирование/ Электронное конвексное; Электронное линейное; Электронное секторное; Электронное радиальное. В режим: Режим 2D/ Режим В. Количество одновременно подключаемых датчиков, шт. Не менее 4 шт. Габариты: см Ширина не более 58 см, Высота не более 169,5 см,				

Длина не более 96 см. Вес, кг не более 147 кг. Динамический диапазон не менее 320 Дб. Количество каналов не менее 7 072 000. Панель управления: Панель управления. Сенсорная панель: Сенсорная панель. Режим импульсно-волнового допплера: Режим импульсно-волнового допплера/Цветной доплеровский режим. Спектральный непрерывно-волновой допплер: Спектральный непрерывно-волновой допплер/ Режим D (спектральное допплеровское картирование). Режим цветового допплеровского картирования: Режим цветового допплеровского картирования (ЦДК)/Режим широкополосного допплеровского картирования. Режим энергетического допплера: Режим энергетического допплера /Энергетический допплеровский режим. Режим визуализации потоков крови: Режим недоплеровской визуализации кровотока /				

Режим визуализации низкоскоростных потоков крови в микроциркуляторном русле. Режим тканевого допплера: Режим тканевого допплера/Режим тканевого допплера. Диапазон частот,МГц Не менее 1 МГЦ-18 МГЦ. Режим ультразвуковой томографии: Режим ультразвуковой томографии/Программное обеспечение для дополнительных объемных изображений КТ/МРТ данными системы компьютерного моделироваия. Измерения воротникового пространства: Измерения воротникового пространства.				
М режим	Соответствует	Не соответствует Нет подтверждения по РУ поставщика. В требованиях ТХ опция прописана отдельно от основного блока	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для исследования сердца плода: Программное обеспечение для исследования сердца плода/Функция,	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических	Соответствует

встроенная для комплексной оценки сердечно-сосудистой системы плода			пациентов, но не сердца плода. В требованиях тх запрошены конкретные программные опции для исследования сердца плода.	
Программное обеспечение измерения левого желудочка плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения сократимости левого желудочка плода/Функция, встроенная для регистрации работы сердца плода	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил неправильную программу. Автоматическое определение ЧСС плода и программа в требованиях тендера абсолютно разные по клиническим задачам программы в рамках скрининга плода.	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов, но не сердца плода. В требованиях тх запрошена экспертная программа для исследования сердца плода.	Соответствует
Функция, для оптимизации объемного изображения: Функция, встроенная для оптимизации объемного изображения/Программное обеспечение трехмерного изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поддержка специализированных датчиков: Режим объемного сканирования сканирования электронным матричным объемным секторным фазированным датчиком/Функция встроенная, обеспечивающая работу электронных объемных датчиков, активируемая электронным ключом.	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил неправильную программу «функция, встроенная 4D и TEE», что является модулем для подключения объемных чреспищеводных датчиков – которые не нужны в акушерстве и гинекологии и не являются требованием в данной тх.	Не соответствует Отсутствует в РУ Поставщик приложил описание в составе модуля ¾ D, у всех производителей данные программы прописываются раздельно, так как это разные опции.	Соответствует
Стандарт DICOM: Поддержка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

DICOM /Программное обеспечение сетевого соединения DICOM				
Функция встроенная, обеспечивающая запись на DVD: Функция встроенная, обеспечивающая запись /Устройство записи на жесткий диск	Соответствует	Не соответствует. В ТХ запрошена опция, поставщик приложил комплектующее.	Не соответствует. В ТХ запрошена опция, поставщик приложил комплектующее.	Соответствует
Монитор: Монитор специальный медицинский/Монитор на органических светодиодах. Диагональ Не менее 22 дюймов. Разрешение Не менее 1600:900. Наклон монитора Не менее 60.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция постоянно волнового допплера: Функция, встроенная для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера/Плата постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция, встроенная для работы с объемными изображениями: Функция, встроенная для работы с объемными изображениями/Режим сканирования механическими объемными конвексными, линейными и внутриполостными датчиками	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил модуль для чреспищеводных объемных исследований. Чреспищеводные объемные исследования и объемные исследования в акушерской комплектации — это разные по клинической задаче опции.	Не соответствует Отсутствует в РУ Поставщик приложил описание в составе модуля ¾ D, у всех производителей данные программы прописываются раздельно, так как это разные опции.	Соответствует
Функция встроенная обеспечивающая дополнительную защиту данных: Функция	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует

встроенная, обеспечивающая дополнительную защиту данных /Антивирусное программное обеспечение			Нет в РУ у поставщика, является отдельной опцией и не поставляется в основном блоке.	
Программное обеспечение для визуализации низкоскоростных потоков крови: Функция встроенная для улучшенной визуализации медленного кровотока / Программное обеспечение для визуализации низкоскоростных потоков крови в микроциркуляторном русле	Соответствует	Не соответствует. Поставщик указал программу, которая используется кровотока в сердце и сосудах сердца взрослых пациентов. В требованиях прописана другая опция.	Не соответствует Поставщик приложил модуль измерения сосудов. В УЗИ аппаратах *модули измерения* и *программные обеспечения для визуализации* являются несопоставимыми элементами. Модули измерений дают разовые числовые расчеты, а программные опции визуализации используются при продолжительных исследованиях, к примеру 5–10 минут для визуализации тканей и областей сканирования с целью передачи/сохранения изображений/кинопетель или выявления патологий врачом узистом.	Соответствует
Функция для комплексной оценки сердечно-сосудистой системы плода: Функция, встроенная для комплексной оценки сердечно-сосудистой системы плода	Соответствует	Не соответствует Поставщик указал несоответствующую требованиям программу	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов. В требованиях тх запрошена экспертная программа для исследования сердца плода.	Соответствует

			Модуль измерений и Функция оценки совершенно разные и несопоставимые элементы в системе узи.	
Функция расчета объема анатомических структур: Программное обеспечение для полностью автоматического расчета фракции выброса/Функция, встроенная для расчета объема анатомических структур.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Поставщик опять прикладывает модуль измерений к требованию в тх по функции/программному обеспечению	Соответствует
Функция объемной контрастной визуализации: Программное обеспечение контрастной гармонической визуализации/Функция, встроенная для дополнительной объемной контрастной визуализации в режиме 3D/4D.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует в РУ Поставщик приложил описание в составе модуля ¾ D, у всех производителей данные программы прописываются раздельно, так как это разные опции.	Соответствует
Функция для регистрации работы сердца плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения частоты сердечных сокращений плода /Функция, встроенная для регистрации работы сердца плода	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов. В требованиях тх запрошена экспертная программа для исследования сердца плода. Модуль измерений и Функция оценки совершенно разные и несопоставимые элементы в системе узи.	Соответствует
Функция автоматического	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует

измерения структур плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения воротникового пространства/Функция, встроенная для автоматического измерения структур плода			Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов. В требованиях тх запрошена экспертная программа для исследования сердца плода. Модуль измерений и Функция оценки совершенно разные и несопоставимые элементы в системе узи.	
Датчик конвексный. Диапазон частот Не менее 2, не более 8 МГц. Количество элементов не менее 192	Соответствует	Не соответствует угол сканирования диапазон частот датчика SC8-2s: 1,8–8,2 МГЦ. Согласно официальному сайту производителя https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/ResonsaI9TransducerFlyer-40605.pdf	Соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной. Датчик микроконвексный внутриполостной. Диапазон частот Не менее 4, не более 10	Соответствует	Не соответствует. Не соответствует диапазон частот датчика V11-3Hs: 3–11 МГЦ. Согласно	Соответствует	Соответствует

МГц. Угол сканирования Не менее 65 градусов.		официальному сайту производителя https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/ResonsaI9TransducerFlyer-40605.pdf		
Датчик объемный конвексный. Датчик конвексный для объемного механического сканирования /Датчики объемные матричные конвексные. Диапазон частот Не менее 2, не более 8 МГц.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот датчика SD8-1s: 1,8–8,2 МГЦ. Согласно официальному сайту производителя https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/ResonsaI9TransducerFlyer-40605.pdf	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный. Датчик линейный. Диапазон частот Не менее 3 и не более 10 МГц. Контактная поверхность Не менее 38 мм.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот датчика L9-3s: 2,5–9,0 МГЦ. Согласно официальному сайту производителя	Соответствует	Соответствует

		https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/Resonsal9TransducerFlyer-40605.pdf		
Датчик объемный внутриполостной микроконвексный. Датчик объемный внутриполостной микроконвексный/Датчик трансвагинальный объемный. Диапазон частот Не менее 2, не более 9 МГц. Угол сканирования Не менее 180 градусов.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот согласно официальному сайту производителя DE11-3Ws 2 – 9 Мгц https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/Resonsal9TransducerFlyer-40605.pdf	Соответствует	Соответствует
Принтер для печати черно-белый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Конакбаева Ажаргуль Сарсенбаевна**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648035-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 30-09-2024 16:49:43

Лот № 4648035-Т1

Стерилизатор плазменный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648035-Т1 Стерилизатор плазменный, Бисенов Серик – (руководитель ЦОВК, Мангистауская Областная Многопрофильная Больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	200140014966, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dentrade"	Не соотвествует
2	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
3	140940011907, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА"	Соответствует
4	140340000454, ТОО "KAZMEDEQ.KZ"	Не соотвествует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бисенов Серик

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Dentrade»	ТОО «Ordamed»	ТОО «KAZMEDEQ.KZ»	ТОО «ТриМедика»	ТОО «DENSAULYQ Life»
Предлагаемая модель МТ:	Низкотемпературный плазменный стерилизатор CASP с применением перекиси водорода различных модификаций: CASP - 50	Стерилизатор плазменный низкотемпературный, модель Reno-D50	Низкотемпературный плазменный стерилизатор HMA 55	Стерилизатор плазменный Lowtem вариант исполнения - 50	Стерилизатор плазменный низкотемпературный 50HPO
Производитель МТ:	MuDanJiang Plasma Physical Application Technology Co., Ltd.	Renosem Co., Ltd	Human Meditek Co., LTD, Республика Корея	LowTem Co., Ltd., Республика Корея	ANTONIO MATACHANA, S.A., Испания
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Назначение: Предназначен для стерилизации Медицинских инструментов и устройств медицинского назначения, с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

использованием процесса газоплазменной перекиси водорода					
Стерилизационные циклы: не менее 30 циклов	Не Соответствует При использовании «Полного» и «Супер» циклов, 1 флакон стерилизующего агента рассчитан на 20 циклов, что не соответствует требованиям конкурсной документации	Не Соответствует Модель: Reno-D5O работает на основе кассет со стерилизующим агентом. Каждая кассета предназначена только для 1 цикла стерилизации. Но потенциальный поставщик скопировал технические требования конкурсной документации.	Не Соответствует Стерилизационные циклы: 20 циклов	Соответствует	Соответствует
Стерилизационная камера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Процесс стерилизации: Не менее 8 Этапов стерилизации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
График стерилизации / Отображения графика цикла.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранения протокола процессов стерилизации: USB носитель.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сенсорный экран /Дисплей позволяет управлять всеми функциями стерилизатора, вводить цифровые и буквенные значения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общий объем камеры [illegible]	[illegible] ответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

50 л					
Вес: не более 300 кг	Не Соответствует Вес стерилизатора 360 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общее время цикла «Быстрый цикл»: Не более 40 минут	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
«Стандартный цикл»: Не более 65 минут	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
«Специальный цикл»: не более 50 минут	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Температура цикла: не более 60,0 °С	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Блок запирания двери	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Принтер/Встроенный принтер	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Полки: Не менее 2 полок	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не Соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы					
Химическая индикаторная лента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Бумага для принтера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска					

оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя					

Эксперт Бисенов С. С **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648036-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 12:04:44

Лот № 4648036-Т1

Медицинская рентгенографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648036-Т1 Медицинская рентгенографическая система, Конакбаева Ажаргуль – (Руководитель поликлинической работы, ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует
3	990340000440, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД"	Не соотвествует
4	151240023335, ТОО "ВЗМед"	Не соотвествует
5	230240024655, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medivide"	Не соотвествует
6	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
7	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
8	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
9	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Соответствует
10	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
11	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует

12	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
13	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
14	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конакбаева Ажаргуль

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(ЛОТ № 4648036-Т1)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Лабтроник»	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «Альянс»	ТОО «Медик Люкс»	ТОО «Medivide»	ТОО «Светком Плюс»	АО «Ordamed»	ТОО «Hydramed»	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «Фирма Азия Мед»	ТОО «DENSAULY Q Life»	ТОО «ВЗМед»	ТОО «Life Medical Solutions»	ТОО Unix Pharm
Предлагаемая модель МТ:	Радиографическая система серии JUMONG General	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 NA	Медицинское диагностическое рентгеновское оборудование PLD6500: PLD6500A 65KW	Цифровая рентгенографическая система 6600	Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «Инсар» РДК2	Радиографическая система серии Atomic xl Срок регистрационного удостоверения истек	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 NA	Система рентгенологическая цифровая DigiRAD-FT	ASR-6850P Цифровая рентгенографическая система	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая ECORAY модель HF 525 Plus	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000A в комплекте с принадлежностями	Цифровая рентгенографическая система SONTU 100-RAD(d)-I
Производитель МТ:	SG Healthcare Co.	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd.	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd	ТОО «Светком Плюс»	АО «Ordamed»	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	Sitec Medical Co., Ltd.	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd.	Ecoray Co., LTD	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co.,Ltd
Наименование комплектующего к МТ	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**	**Результат рассмотрения**

и его технические характеристики объявления на закуп	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)	(соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие														
Медицинская рентгенографическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Медицинская рентгенографическая система/ Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие														
Рентгенографический стол снимков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгенографический стол снимков/ Фотографическая кровать.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальная стойка снимков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальная стойка снимков/ Баки стенд	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Система получения и обработки цифровых изображений в комплекте с рабочей станцией, компьютером, монитором, ПО и пр/ Система обработки изображений (компьютер главного управления, монитор).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое компле	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое компле	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

									ктующее не зарегистрировано	ктующее не зарегистрировано				
Цифровой плоскопанельный детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровой плоскопанельный детектор/ Плоский рентгеновский детектор.	**Соответствует**	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер :43х43 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка/ Сборка рентгеновской трубки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение на аноде 150 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

						государственного реестра NDDA.kz, в разделе «Краткая техническая характеристика», указано, рабочее напряжение анода рентгеновской трубки – 40 – 80 кВ								
Угол наклона анода 12 градусов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Угол наклона анода 16 градусов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор с пультом управления/ Рентгеновский высоковольтный генератор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

										регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано				
Диапазон выходного напряжения: 40-150 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающая решетка/ Фильтрующая сетка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)														
Радиационная защита помещения рентгенкабинета должна соответствовать действующим нормам радиационной безопасности и требованиям СанПин. 5-ти	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

проводная схема электропитания - 3 фазы, нейтраль глухозаземленная, заземление (вводной кабель по мощности генератора, но не менее 4х35+1х25 м2 меди). Напряжение питания - 380 Вольт Максимальная потребляемая мощность 50 кВт кратковременно Частота питающей сети 50 Гц +\-1%. Допустимые колебания напряжения - +\-10%. Сопротивление сети не более 0,15 Ом.														
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.														
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность,														

чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.														

Эксперт Конакбаева **Конакбаева Ажаргуль Сарсенбаевна**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648041-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-09-2024 12:17:09

Лот № 4648041-Т1

Наркозно-дыхательный аппарат (Анестезиологическая станция)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648041-Т1 Наркозно-дыхательный аппарат (Анестезиологическая станция), Ким Сергей – (руководитель службы анестезиологии и реанимации, КГП на ПХВ МБ им проф. Х.Ж.Макажанова) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	040740001733, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛЮКС"	Не соотвествует
3	140340000454, ТОО "KAZMEDEQ.KZ"	Соответствует
4	100240017100, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕТЫСУ-МЕД"	Не соотвествует
5	141040019259, ТОО "Vender.kz"	Не соотвествует
6	081140016571, Товарищество с ограниченной ответственностью "АсКай"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ким Сергей

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО KAZMEDEQ.KZ	ТОО «МЕДИЛЮКС»	ТОО АСКАЙ	ТОО VENDER. KZ	ТОО «Жетысу-Мед»
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65**	**Анестезиологическая станция Apus, вариант исполнения Apus x3 с принадлежностями**	**Наркозно-дыхательный аппарат GENESIS**	**Аппарат наркозно-дыхательный AX-900**	**Анестезиологическая рабочая станция LEON Plus (наркозно-дыхательный аппарат) в комплекте.**	**Наркознодыхательный аппарат (Анестезиологическая станция) VENAR TS**
Производитель МТ:	«Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd» Китай	axcent Medical GmbH, Германия	HERSILL, S.L., Испания	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd Китай	Lowenstein Medical SE & Co. KG, Германия.	Chirana Словакия (в ТС не указано)
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Основной блок	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует – Поддержка давлением 5 – 50гПа максимальная поддержка до 68гПа (превышение параметра)	Соответствует	Не соответствует Диапазон дыхательного объема (ДО): от 20 мл до 1600 мл Диапазон положительного	Не соответствует Диапазон дыхательного объема (ДО): от 10 мл до 1500 мл . Диапазон предела давления: 10 -80 см H2O

					давления в конце выдоха (PEEP) 1-20 см H2O .	Диапазон частоты дыхательных движений (Freq): 4 - 60 дых.дв./мин
Электронное управление настройкой свежего газа	Не соответствует, - отсутствует указание в ТС Электронное управление настройкой свежего газа	Соответствует	Не соответствует – Соотношение времени вдоха и выдоха (I:E) от 5:1 до 1:8	Соответствует	Не соответствует Соотношение времени вдоха и выдоха (I:E): 4:1-1:4 Мониторинг CO2 не указан.	Не соответствует Соотношение времени вдоха и выдоха (I:E): 4:1-1:4
Настройка информации о пациенте	Не соответствует, - нет настройки информации о пациенте	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Регулировка объема: Регулировка объема клапана APL / Параметры ИВЛ настраивается через APL. Не менее 0 см H2O, не более 90 см H2O	Не соответствует - Регулировка объема клапана APL / Параметры ИВЛ настраивается через APL. 5 см H2O -70 см H2O	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Диапазон плато давления: не менее -50 см Н2О, не более 200 см Н2О	Не соответствует , - Диапазон плато давления: -20 см Н2О - 200 см Н2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Монитор	Не соответствует – отсутствует монитор пациента	Соответствует - Есть дополнительный многопараметрический монитор пациента	Не соответствует - отсутствует монитор пациента	Соответствует – однако в РУ РК-МИ (МТ) – No 023566 отсутствуют данные о мониторе пациента	Соответствует Есть дополнительный многопараметрический монитор пациента	Соответствует однако нет указания что это монитор пациента
Расходные материалы						
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Ким С.И. ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648043-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 30-09-2024 15:29:09

Лот № 4648043-T1

Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648043-T1 Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств, Аманов Тайман – (онколог, заведующий отделением онкохирургии, ЗКО Областной онкодиспансер) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Не соотвествует
2	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Аманов Тайман

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions" на поставку медицинской техники	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" на поставку медицинской техники		
Предлагаемая модель МТ:	Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств		
Производитель МТ:	Olympus Medical System Corp.	KARL STORZ SE & Co KG		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
CH-S400 4K Головка камеры. Головка видеокамеры: Головка камеры.	**Соответствует**	**Соответствует**		
OTV-S400 Видеоцентр. Блок видеокамеры: Видеоцентр.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Мониторы в вариантах исполнения: 32” 4K3D. Монитор 1: Монитор 32 дюйма, 4K/3D.	**Соответствует**	**Соответствует**		

Мониторы HD; размеры 26 дм. Монитор 2: Мониторы HD; размеры 26 дм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Держатель монитора.	**Соответствует**	**Соответствует**		
CELON ELITE, ВЧ-блок. ВЧ коагулятор (блок): ВЧ-блок.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Насос «HysteroFlow II», В комплект поставки входят: насос HysteroFlow II,сетевой соединительный кабель. Насос для отсасывания: Насос.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Тележка для медицинской электроаппаратуры. Стойка (тележка): Тележка для медицинской электроаппаратуры.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Эндоскопический источник света.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Световодный кабель 4,2мм х 3м. Световод: Световодный кабель диаметром 4,2мм х длинна 3м.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Насос эндоскопический CelonAquaflow III. Насос эндоскопический.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Педальный переключатель, на две педали. Педаль двойная: Педальный переключатель, на две педали.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Однопедальный переключатель. Педаль одинарная: Однопедальный переключатель.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Нейтральный электрод для взрослых, с массой тела >15кг. 100шт. Нейтральный электрод.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Кабель нейтрального электрода.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Монополярный ВЧ-кабель, длина 3,5 м, диаметр штекера: 8 мм. Шнур	**Соответствует**	**Соответствует**		

высокочастотный, монополярный: Монополярный ВЧ-кабель.				
ВЧ кабель, биполярный. Шнур высокочастотный биполярный: ВЧ кабель, биполярный.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Помпа 220-240 В: насос, сетевой кабель, подставка, запасные предохранители. Помпа.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Дополнительные комплектующие				
Шланг силиконовый для отсоса и ирригации. Трубки (шланги) для ирригации: Шланг силиконовый для отсоса и ирригации.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Телескоп, 10 мм, 30 градусов, автоклавируемый. Оптика (телескопы): Телескоп, 10 мм, 30 градусов, автоклавируемый.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Телескоп, 4 мм, 30 градусов. Оптика (телескопы): Телескоп, 4 мм, 30 градусов.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Игла Вереша 150 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Троакарная трубка в вариантах исполнения: Троакарная трубка 11 мм. Троакары диам. 11 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Троакарная трубка в вариантах исполнения: размер 5,5 мм; Троакары диам. 5,5 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Троакарная трубка в вариантах исполнения: 3,5 мм. Троакары диам. 3,5 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Адаптеры и колпачки: EGBPS-A;EGBPS-Y Y;EGUBP-Y;EGCS-W7S;EGAUR-BP;EG CS-RB;EGCS-	**Соответствует**	**Соответствует**		

B612;EGCS-G5;EGCS-G7. Адаптеры: Адаптеры и колпачки				
Захватывающе щипцы в вариантах исполнения: монополярные 5х350мм. Щипцы размер: диаметр 5мм, длинна 350 мм	**Соответствует**	**Соответствует**		
Захватывающие щипцы, однократного действия, О 10 мм, ширина 420 мм, вкл. наружная трубка О 13 мм. Щипцы размер: диаметр 10 мм, длинна 420 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Щипцы CelonForceps, (19cm, tip2mm). Щипцы диам. 2.0 мм, рабочая длина 19 см.	**Соответствует**	Не **соответствует**		
Ножницы THUNDERBEAT 5 mm, 35 cm. Ножницы размер: диаметр 5мм, длинна 35 см.	**Соответствует**	Не **соответствует**		
Захватывающе щипцы в вариантах исполнения: биполярные: 5х430мм. Щипцы биполярные диаметр 5 мм, длина 430 мм	**Соответствует**	**Соответствует**		
РК-Игла: EGPK-NE0533. Игла: РК-Игла.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Иглодержатель: 5х330мм. Иглодержатель размер: диаметр 5 мм, длина 330 мм	**Соответствует**	**Соответствует**		
Толкатель узелков "HiQ+"5 х 330 мм. Узлопроталкиватель: Толкатель узелков.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Аспирационная канюля,1,5 мм. Канюля отсасывающая: аспирационная канюля,1,5 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		

Инструмент THUNDERBEAT 5 мм, 20 см, линейная рукоятка, 5 шт./уп. Рукоятка: Инструмент линейная рукоятка.	**Соответствует**	Не **соответствует**		
Ретракторы, 3-лепестковые,5-лепестковые: 5 мм. Ретрактор: Ретракторы диаметр 5 мм.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Инструментальная корзина. Корзина: Инструментальная корзина.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Фильтр для инсуффляции.	**Соответствует**	**Соответствует**		
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Номинальное напряжение и частота питающей сети 380 В, 50 Гц	**Соответствует**	**Соответствует**		

Эксперт **Аманов Т.Т.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648044-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 25-09-2024 16:01:21

Лот № 4648044-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648044-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса , Нуримбетова Инезелия – (врач ультразвуковой диагностики, КГП на ПХВ Областной перинатальный центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нуримбетова Инезелия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Альянс	ТОО Zein Invest	ТОО TND	ТОО Life Medical Solution
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии: Consona N9 Exp в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10	Система ультразвуковая диагностическая Epiq Elite с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG. Австрия	Phillips Ultrasound Inc., США	VINNO Tec hno logy (Suzho u) Co . , Ltd . Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Приложение для работы с объемными изображениями	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приложение контрастной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приложение для оптимизации изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приложение исследования анатомических структур	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	Количество элементов не соответствует данным из открытых источников Угол сканирования не соответствует данным из открытых источников			
Датчик линейный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников Количество элементов не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт ФИО И.Р.Нуримбетова подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648048-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 15:22:16

Лот № 4648048-Т1

Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648048-Т1 Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой, Керемкулов Рафаэль – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская многопрофильная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Керемкулов Рафаэль

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Светоком Плюс"	Акционерное общество "Актюбрентген"		
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат рентгеновский стационарный цифровой «Инсар» ФМ**	**Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой «ЖЕНІС»**		
Производитель МТ:	Светоком Плюс	Актюбрентген		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Кабина рентген защитная	Не соответствует	Соответствует.		
Дополнительные комплектующие				
Обзорная камера с монитором	Не соответствует	Соответствует.		
АРМ врача ,в составе компьютер	Не соответствует	Соответствует.		
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
		Номинальное напряжение питающей сети, В		

		Трехфазное 380 В (±10) / Однофазное 220 В (±10) Частота, Гц 50 (±1) Гц/ 60 (±1) Гц Сопротивление питающей сети, Ом- 0,6 Ом		

Эксперт **Керемкулов Р.Н.**