Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651798-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 18:20:22

Лот № 4651798-Т1

Аппарат искусственной вентиляции легких

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651798-Т1 Аппарат искусственной вентиляции легких, Сулейманова Бактыгул – (Заведующий ОРИТН, ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ акимата ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	081040009832, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED CONCEPT SERVICE" (МЕД КОНЦЕПТ СЕРВИС)	Соответствует
2	100240017100, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕТЫСУ-МЕД"	Не соответствует
3	170340032567, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сулейманова Бактыгул

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Med Concept Service» (Мед Концепт Сервис)**	**ТОО "ЖЕТЫСУ-МЕД"**	**ТОО «Halyk Medical Company»**
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog VN600	SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных	SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных
Производитель МТ:	Dragerwerk AG & Co.KGaA, Германия	SLE Limited , Великобритания	SLE Limited , Великобритания
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Аппарат искусственной вентиляции легких	**соответствует:** но не указано вес и высота, уровень шума аппарата. Обладает следующими преимуществами: имеет пневматический небулайзер для медикаментов, неинвазивная вентиляция с предоставлением комплектацией (тройников, канюль, неонатальных масок, шапочек для фиксации различных размеров)	**не соответствует:** диапазон допустимого давления подводимого кислорода высокого давления от 2,8 до 6,0 бар, что не соответствует требованием технической спецификации. Давление на вдохе в диапазоне от 1до 80 Мбар, что не соответствует требованием технической спецификации.	**не соответствует:** регулировка частоты дыхания от 1 до 150 Вд/мин., что не соответствует требованием технической спецификации. Давление на вдохе в диапазоне от 1до 80 Мбар, что не соответствует требованием технической спецификации. Диапазон допустимого давления подводимого кислорода высокого давления от 2,6 до 6,0 бар, что не соответствует требованием технической спецификации.
Шланг подачи кислорода	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Шланг подачи воздуха	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Дополнительные комплектующие			
Тележка	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Увлажнитель для аппарата искусственной вентиляции легких	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Компрессор	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Расходные материалы			
Контур пациента	**Соответствует.**	**соответствует**	**соответствует**
Бактериальный фильтр	**Не указано**	**соответствует**	**соответствует**
Датчик потока	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)	**Т**ребования к условиям эксплуатации) не указаны температура и относительная влажность во время работы, при хранении и транспортировки.	**Не соответствует** требования к условиям эксплуатации: - во время работы: температура от 10 до 40, относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации), что не соответствует требованием технической спецификации.	**соответствует**

Эксперт **Сулейманова Б.Е./подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651800-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 12:12:36

Лот № 4651800-Т1

Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651800-Т1 Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса, Бейсетаева Жанна – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
2	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бейсетаева Жанна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP**	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения: Vivid E95, с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850
Производитель МТ:	Производитель: GE Vingmed Ultrasound AS Страна-производитель: Норвегия	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок: Ультразвуковая консоль /Основной блок-системы. Масса не более 145 кг. Скорость звука в ткани не менее 1540 м/с. Динамический диапазон- не менее 320 Дб. Количество каналов- не менее 7 072 000.	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** согласно открытым источникам, максимальный диапазон 280Дб согласно техническому документу производителя https://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf	Соответствует
Режим объемной визуализации в реальном времени: Режим объемной визуализации в реальном времени/ трехмерное изображение в режиме реального времени	соответствует	соответствует	соответствует
Отслеживание движения ткани:	соответствует	Соответствует	соответствует

Функция отслеживания движения ткани/анализа тканевого допплеровского сигнала			
Кардиологические исследования: Кардиологических измерения	соответствует	Соответствует	соответствует
Оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: Качественная и количественная оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда/Анализ сократимости миокарда левого желудочка, Количественный анализ тканевого допплеровского картирования, Измерение продольной и поперечной сократительной способности миокарда.	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Поставщик указывает Модуль «Кардиологические измерения». Кардиологические измерения в любых аппаратах узи любых производителей это расчет постоянных числовых показателей: (размер, толщина, диаметр трканей), данный модуль не может покрывать функционал экспертной программы заявленный в требованиях ТХ. В РУ данная опция отсутствует. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	соответствует
Функция стресс – эхокардиография: Функция стресс -эхокардиография	соответствует	соответствует	соответствует
Расширенный анализ функции левого желудочка в режиме 3D/4D: Качественная и количественная оценка региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда в режиме стресс-эхокардиографии \ Программное обеспечение для расширенного анализа функции левого желудочка в режиме 3D/4D	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** В РУ отсутствует режим Поставщик указывает Модуль «Кардиологические измерения». Кардиологические измерения в любых аппаратах узи любых производителей это расчет постоянных числовых показателей: (размер, толщина, диаметр трканей), данный модуль не может покрывать функционал экспертной программы заявленный в требованиях ТХ. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	соответствует
Программное обеспечение анализа сократимости миокарда в 2D-режиме: Программное обеспечение цифровой оценки сократительной функции и степени деформации	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Поставщик указывает Модуль «Кардиологические измерения». Кардиологические измерения в любых аппаратах узи любых производителей это расчет постоянных	соответствует

миокарда в режиме воспроизведения \ Программное обеспечение анализа сократимости миокарда в 2D-режиме		числовых показателей: (размер, толщина, диаметр трканей), данный модуль не может покрывать функционал экспертной программы заявленный в требованиях ТХ. В РУ данная опция отсутствует. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	
Функция оценки внутрисердечных потоков: Оценка/ анализ потока	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Поставщик указывает Модуль «Кардиологические измерения». Кардиологические измерения в любых аппаратах узи любых производителей это расчет постоянных числовых показателей: (размер, толщина, диаметр трканей), данный модуль не может покрывать функционал экспертной программы заявленный в требованиях ТХ. В РУ данная опция отсутствует. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	соответствует
Измерения толщины комплекса интима- медиа: Функция измерения толщины комплекса интима- медиа/ Программное обеспечение для оценки жесткости сосудистой стенки	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Поставщик указывает опять Модуль «Кардиологические измерения»!!! В требованиях ТХ тендера заявлена программа для **определения патологий сосудистой системы человека!!!** Это вообще несопоставимые между собой программы. В РУ данная опция отсутствует. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	соответствует
Режим объемного сканирования: Режим 3D/4D сканирования электронным матричным объемным секторным фазированным датчиком. /Режим проведения объемных ультразвуковых медицинских Исследований объемным_датчиком	соответствует	Соответствует	соответствует

Анализ и обработка объемных данных, количественной оценки митрального клапана: Анализ объемных данных, количественной оценки митрального клапана/оценка митрального клапана в объеме	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Поставщик указывает Модуль «Кардиологические измерения». Кардиологические измерения в любых аппаратах узи любых производителей это расчет постоянных числовых показателей: (размер, толщина, диаметр тканей), данный модуль не может покрывать функционал экспертной программы заявленный в требованиях ТХ. В РУ данная опция отсутствует. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	соответствует
Автоматический анализ и обработки объемных данных, количественной оценки левого предсердия: Режим автоматического анализа и обработки объемных данных, количественной оценки левого предсердия \Программное обеспечение для полностью автоматического расчета фракции выброса.	соответствует	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** Поставщик указывает Модуль «Кардиологические измерения». Кардиологические измерения в любых аппаратах узи любых производителей это расчет постоянных числовых показателей: (размер, толщина, диаметр трканей), данный модуль не может покрывать функционал экспертной программы заявленный в требованиях ТХ. В РУ данная опция отсутствует. **Поставщик либо дает заведомо ложные данные, либо некомпетентен в части узи систем!**	соответствует
Поддержка формата DICOM	соответствует	соответствует	соответствует
Датчик секторный фазированный. Частота не менее 1,0 МГц, не более 5 МГц. Угол сканирования не менее 120 градусов.	соответствует	Не соответствует Согласно открытым источникам Диапазон данного датчика **G1-4P,** 2МГц - 3,5МГц Ложные данные! https://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf	соответствует
Датчик широкополосный конвексный: Датчик конвексный. Частота- не менее 1МГц и не более 8,4МГц. Угол сканирования-не менее 65 градусов.	соответствует	Не соответствует Согласно открытым источникам Диапазон данного датчика **G2-5C,** 2МГц - 5,5МГц Ложные данные! htts://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf	соответствует
Датчик секторный фазированный объемный: Датчик секторный фазированный.	соответствует	Не соответствует Датчик фазированный G4-12P указанный поставщиком не является объемным.	соответствует

Объемный/матричный. Частота- не менее 1 МГц и не более 5,2 Мгц. Угол обзора-не менее 90 градусов.		Данная технология доступна на сегодняшний день только у 2-х европейских производителей во всем Мире. https://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf	
Датчик секторный фазированный: Датчик секторный фазированный. Частота -не менее 2 МГц и не более 9 Мгц. Угол обзора-не менее 90 градусов.	соответствует	Не соответствует Согласно открытым источникам Диапазон данного датчика **S1-6P** 3МГц - 10МГц Ложные данные! https://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf	соответствует
Датчик широкополосный конвексный: Датчик конвексный. Частота-не менее 1 МГц и не более 6 Мгц. Угол сканирования-не менее 70 градусов.	соответствует	Не соответствует Согласно открытым источникам Диапазон данного датчика **S1-8C,** 1,5 МГц – 6,5 МГц Ложные данные! https://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf	соответствует
Датчик линейный. Частота не менее 2 МГц не более 12 МГц. Апертура не менее 38мм.	соответствует	соответствует	соответствует
Подключение принтера: Крепеж для подключения устройства, печатающего ультразвуковые изображения /Комплект для подключения _черно-белого принтера	соответствует	соответствует	
Руководство пользователя	соответствует	соответствует	соответствует
Модуль, обеспечивающий регистрацию физиологических сигналов/Блок воспроизведения физиологического сигнала	соответствует	соответствует	соответствует
Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения: принтер питающий черно-белый изображения.	соответствует	соответствует	соответствует

Комментарий: Поставщиком "Life Medical Solutions" заявлена узи система сомнительного класса с фальсификацией данных с целью соответствовать требованиям ТХ. Просим организатора провести тщательную проверку на соответствие заявленных поставщиком данных, особенно если раннее данные системы поставлялись или проходили в тендерах в рамках процедур СКФ. Профиль клиники подразумевает диагностику и лечение пациентов с кардиологическими заболеваниями, а также оказание ВСМП для всей области. Для полноценного оказания медицинской помощи необходим аппарат, соответствующий требованиям по программному обеспечению и датчикам.

Эксперт **ФИО/подпись: Бейсетаева Ж.Р.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651801-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-10-2024 08:41:05

Лот № 4651801-Т1

Аппарат рентгеновский с С образной дугой

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651801-Т1 Аппарат рентгеновский с С образной дугой, Мельников Виталий – (врач рентгенолог, КГП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Мельников Виталий

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP**	**Товарищество с ограниченной ответственностью « АЛАШ – KZ»**	**Товарищество с ограниченной ответственностью « UNIX PHARM»**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
Предлагаемая модель МТ:	**Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой OEC One с принадлежностями**	**Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5**	**Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта исполнения: CompaX 500B**	**Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO**
Производитель МТ:	**GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd, КИТАЙ**	**DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ**	**Производитель: Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай** **Производственная площадка: Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай**	**Shimadzu Corporation, ЯПОНИЯ**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок: Генератор. Минимальное напряжение генератора, кВ Не более 40 кВ . Максимальное напряжение геператора, кВ Не менее 110 кВ . Напряжение ссти питания, В 20 В . Частота сети питания, Гц 50/60 Гц. Поминальный потребляемый кратковременный ток в сети электропитания для	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

сетей 220В, А Не болес 25 Л. Номинальный потребляемый долговременный (постоянный) ток в сети электропитания для сетей 220 В , А Не более 10 А .				
Рентгеновская трубка. Материал мишени: Вольфрам. Номинальная входная мощность анода, кВт Не менее 2 кВт . Максимальное теплосодержание анода, кДж Не менее 53 кДж. Напряжение нити накаливания, В Не менее 4,2 В . Максимальный ток нити накаливания, А Не менее 3,7 А . Максимальная скорость теплоотдачи рентгеновской трубки, Вт Не менее 160 Вт . Угол наклона мишени рентгеновской трубки. градусы Не менее 8 градусов, но не более 10 градусов. Тип анода: Фиксированный анод / Неподвижный анод. Мипимальный размер фокусного пятна, мм Не более 0,6 мм . Вес модуля рентгеновской трубки , кг не более 18 кг.	Соответствует	Не соответствует: В требуемых технических параметрах указан фиксированный анод, тогда как потенциальный поставщик предлагает вращающиеся анод	Не соответствует: Отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует
Усилитель рентгеновского изображения. Поддержка разных размеров входного поля 9 дюймов (23см), 6 дюймов (16см). Разрешение системы	Соответствует	Не соответствует: Предлагаемый поставщиком детектор — это другая технология, в Требованиях необходим усилитель РИ.	Не соответствует: Предложен цифровой детектор. В требованиях прописана другая технология.	Соответствует

изображений, пикселей не менее чем 1000-х 1000.		- Нет данных по разрешению системы изображений		
С-штатив/С-образный штатив. Области применения: Рентгенология, лучевая диагностика/Рентгенодиагностика. Фокусное расстояние штатива, Не менее 98 см . Расстояние между трубкой и усилителем изображения (свободное пространство), см Не менее 78 см . Диапазон орбитального вращения С-дуги, градусов Не менее 120 градусов. Диапазон аксиального поперечного/латерального) вращения, градусов Не менее 300 градусов. Горизонтальное перемещение штатива С-дуги, см Не менес 20 см . Вертикальное (продольное) движение штатива С-дуги, см Не менее 45 см . Малоамплитудные перемещения (поворот/наклон штатива). градусы Не менее #- 12.5. Коллиматор : Коллиматор. Ручки для маневрирования аппарата: Ручка для перемещения / ручки для маневрирования. Ручной выключатель: Ручной переключатель / Ручной выключатель.	Соответствует	Не соответствует: Нет информации по С штативу в регистрационном удостоверении. С-штатив не зарегистрирован.	Не соответствует: Отсутствует в области применения в технических характеристиках у потенциального поставщика – назначение в части применения. С дуги важный фактор. - Нет данных в регистрационном удостоверений по коллиматору	Соответствует
Монитор/Монитор. Диагональ монитора не менее 19 дюймов. Подставка	Соответствует	Не соответствует:	Не соответствует: В требованиях 2 монитора 19 дюймов и 27.	Соответствует

для мониторов: Подставка с прикрепленной к ней шарнирной дугой, для поддержки 27-дюймового экранного монитора / Подставка для мониторов. 1 шт . 1 шт. 1 шт . 1 шт . Выход DVI: Выход DVI / Разветвитель DVI. Программное обеспечение для обработки изображений: Функция обработки изображений / Программное обеспечение для обработки изображения. Функция поворота изображения / камеры: Поворот изображения / вращение камеры. Функция отражения / реверсирования изображения (слева направо и сверху вниз): Отражение изображений / Реверсирование изображения. Функция отображения информации о дозе : Просмотр информации о дозе / Отображение дозы. Режим импульсной рентгеноскопии: Режим импульсной р е н т г е н о с к о п и и. Режим низкодозного облучения: Низкодозная рентгеноскопия/ Низкая доза		- Информация по монитору отсутствует в регистрационном удостоверении – не зарегистрирован. - В требованиях 2 размера мониторов 19 дюймов и 27. У поставщика размер мониторов 21,5 дюймов.	У поставщика монитор 19 дюймов. Информация по монитору отсутствует в регистрационном удостоверении – не зарегистрирован.	

Монитор управления сенсорный / ЖК-дисплеем с сенсорным экраном.	Соответствует	Не соответствует: ОП - панель это не одно и тоже, что монитор сенсорный	Не соответствует, отсутствует в РУ	Соответствует
Съемная решетка / Решетка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует
Указатель лазерный со стороны усилителя рентгеновского изображения / Лазерной указатель	Соответствует	Не соответствует: Отсутствует в регистрационном удостоверении	Не соответствует: Отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует
Переключатель ножной / Педальный переключатель. Длина кабеля ножного переключателя, ножного переключателя, м Не менее 5 м.	Соответствует	Не соответствует: Отсутствует в регистрационном удостоверении	Не соответствует: Нет в регистрационном удостоверений и технической характеристике потенциального поставщика	Соответствует
Программное обеспечение DICOM на оптических или электронных носителях / Программное обеспечение (цифровая субстракционная ангиографии)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует: Отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует
Требования к условиям эксплуатации Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) Срок поставки МТ и место д и с л о к а ц и и Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиш Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Условия окружающей среды — рабочий режим Высота над уровнем моря: 0-3000 м Температура: от +10 ° С до +35 ° С Относительная влажность: от 10 % до 95 % без конденсации Атмосферное давление: от 101 кПа до 70,1 к/а Условия окружающей среды — нерабочий режим : Высота над уровнем моря : 0-5600 м Температура : от -40 ° С до +70 ° С Относительная влажность: от 10 % до 95 % без конденсации Атмосферное давление : от 101 кПа до 49, 8 кПа				

Комментарий:
Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651802-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2024 16:12:48

Лот № 4651802-Т1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651802-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Джумагазиева Сауле – (Врач УЗД, ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ акимата ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Не соотвествует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Джумагазиева Сауле

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «L-GROUP»**	**ТОО "АЛЬЯНС"**	**ТОО "Life Medical Solutions"**	**ТОО «Медико-Инновационные технологии»**
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система Resona I9 EXP в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Системы ультразвуковой диагностики ALOKAARIETTA 850
Производитель МТ:	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG, Австрия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd, Китай	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Консоль ультразвуковая/Основной блок.	Соответствует	- не соответствует длина – 102 см.	Соответствует	Соответствует
М режим	Соответствует	Не соответствует: В требованиях технической спецификации опция прописана отдельно от основного блока	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для исследования сердца плода: Программное обеспечение для исследования сердца плода/Функция, встроенная для комплексной оценки сердечно-сосудистой системы плода	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов, но не сердца плода. В требованиях технической характеристики запрошены конкретные программные опции для исследования сердца плода.	Соответствует
Программное обеспечение измерения левого желудочка плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения	Соответствует	Не соответствует Нет программного обеспечения автоматическое определение частота	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения	Соответствует

сократимости левого желудочка плода/Функция, встроенная для регистрации работы сердца плода		сердечного сокращения плода и программа в технической характеристики абсолютно разные.	физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов, но не сердца плода. В требованиях технической характеристики запрошена экспертная программа для исследования сердца плода.	
Функция, для оптимизации объемного изображения: Функция, встроенная для оптимизации объемного изображения/Программное обеспечение трехмерного изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поддержка специализированных датчиков: Режим объемного сканирования сканирования электронным матричным объемным секторным фазированным датчиком/Функция встроенная, обеспечивающая работу электронных объемных датчиков, активируемая электронным ключом.	Соответствует	Не соответствует «функция, встроенная 4D и TEE», что является модулем для подключения объемных чреспищеводных датчиков – не являются требованием технической характеристики, не используется в акушерстве	Не соответствует Поставщик приложил описание в составе модуля ¾ D, у всех производителей данные программы прописываются раздельно, так как это разные опции.	Соответствует
Стандарт DICOM: Поддержка DICOM /Программное обеспечение сетевого соединения DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция встроенная, обеспечивающая запись на DVD: Функция встроенная, обеспечивающая запись /Устройство записи на жесткий диск	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. В технической спецификации запрошена опция, поставщик приложил комплектующее.	Соответствует
Монитор: Монитор специальный медицинский/Монитор на органических светодиодах. Диагональ Не менее 22 дюймов. Разрешение Не менее 1600:900. Наклон монитора Не менее 60. Диапазон принимаемых частот не	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Не указан диапазон принимаемых частот.

менее 1 Мгц-18 Мгц.				
Функция постоянно волнового допплера: Функция, встроенная для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера/Плата постоянно волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция, встроенная для работы с объемными изображениями: Функция, встроенная для работы с объемными изображениями/Режим сканирования механическими объемными конвексными, линейными и внутриполостными датчиками	Соответствует	Не соответствует Модуль Smart Volume для объемных исследований и объемные исследования в акушерской комплектации — это разные опции.	Не соответствует Поставщик приложил описание в составе модуля ¾ D, у всех производителей данные программы прописываются раздельно, так как это разные опции.	Соответствует
Режим ультразвуковой томографии/Программное обеспечение для дополнения объемных изображений КТ/МРТ данные системы компьютерного моделирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция встроенная обеспечивающая дополнительную защиту данных: Функция встроенная, обеспечивающая дополнительную защиту данных /Антивирусное программное обеспечение	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, является отдельной опцией и не поставляется в основном блоке.	Соответствует
Программное обеспечение для визуализации низкоскоростных потоков крови: Функция встроенная для улучшенной визуализации медленного кровотока / Программное обеспечение для визуализации низкоскоростных потоков крови в	Соответствует	Не соответствует. Поставщик указал программу, которая используется кровотока в сердце и сосудах сердца взрослых пациентов. В требованиях прописана другая опция.	Не соответствует Поставщик приложил модуль измерения сосудов. В УЗИ аппаратах *модули измерения* и *программные обеспечения для визуализации* являются несопоставимыми элементами. Модули измерений дают разовые числовые расчеты, а программные опции визуализации используются при	Соответствует

микроциркуляторном русле			продолжительных исследованиях, для визуализации тканей и областей сканирования с целью передачи/сохранения изображений/кинопетель или выявления патологий.	
Функция для комплексной оценки сердечно-сосудистой системы плода: Функция, встроенная для комплексной оценки сердечно-сосудистой системы плода	Соответствует	Не соответствует Поставщик указал несоответствующую требованиям программу	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов. В требованиях технической спецификации запрошена экспертная программа для исследования сердца плода. Модуль измерений и Функция оценки совершенно разные и несопоставимые элементы в системе узи.	Соответствует
Функция расчета объема анатомических структур: Программное обеспечение для полностью автоматического расчета фракции выброса/Функция, встроенная для расчета объема анатомических структур.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Поставщик прикладывает модуль «Измерений малых органов» к требованию в технической спецификации по функции/программному обеспечению	Соответствует
Функция объемной контрастной визуализации: Программное обеспечение контрастной гармонической визуализации/Функция, встроенная для дополнительной объемной контрастной визуализации в режиме 3D/4D.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил описание в составе модуля ¾ D, у всех производителей данные программы прописываются раздельно, так как это разные опции.	Соответствует
Функция для регистрации работы сердца плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения частоты сердечных сокращений плода /Функция, встроенная для регистрации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов.	Соответствует

работы сердца плода			В требованиях технической спецификации запрошена экспертная программа для исследования сердца плода. Модуль измерений и Функция оценки совершенно разные и несопоставимые элементы в системе узи.	
Функция автоматического измерения структур плода: Программное обеспечение автоматизированного измерения воротникового пространства/Функция, встроенная для автоматического измерения структур плода	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Опция кардиологических измерений в любых аппаратах узи дает возможность проведения физических замеров тканей сердца взрослых/педиатрических пациентов. В требованиях технической спецификации запрошена экспертная программа для исследования сердца плода. Модуль измерений и Функция оценки совершенно разные и несопоставимые элементы в системе узи.	Соответствует
Датчик конвексный. Диапазон частот не менее 2, не более 8 МГц. Количество элементов не менее 192	Соответствует	Не соответствует угол сканирования диапазон частот датчика SC8-2s: 1,8–8,2 МГЦ.	соответствует	Соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной. Датчик микроконвексный внутриполостной. Диапазон частот Не менее 4, не более 10 МГц. Угол сканирования Не менее 65 градусов.	Соответствует	Не соответствует. Не соответствует диапазон частот датчика V11-3Hs: 3–11 МГЦ.	Не соответствует Согласно открытым источникам Диапазон данного датчика G4-9E, 5МГц - 10МГц. Угол сканирования 146 градусов.	Соответствует
Датчик объемный конвексный. Датчик конвексный для объемного механического сканирования /Датчики объемные матричные конвексные. Диапазон частот Не менее 2, не более 8 МГц.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот датчика SD8-1s: 1,8–8,2 МГЦ.	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный. Датчик линейный. Диапазон частот Не	Соответствует	Не соответствует диапазон частот датчика L9-3s: 2,5–9,0	Соответствует	Соответствует

менее 3 и не более 10 МГц. Контактная поверхность Не менее 38 мм.		МГЦ.		
Датчик внутриполостной микроконвексный. Датчик объемный внутриполостной микроконвексный/Датчик трансвагинальный объемный. Диапазон частот Не менее 2, не более 9 МГц. Угол сканирования Не менее 180 градусов.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот	Не соответствует, отсутствует датчик внутриполостной микроконвексный. Датчик объемный внутриполостной микроконвексный/Датчик трансвагинальный объемный	Соответствует
Принтер для печати черно-белый: Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения и/или цифровой черно-белый принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт _____ **Джумагазиева С.У./подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651803-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 01-10-2024 15:21:15

Лот № 4651803-T1

Аппарат рентгеновский маммографический

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651803-T1 Аппарат рентгеновский маммографический , Саткеева Гулсим – (Главная медсестра, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
2	020440000433, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	Соответствует
3	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Саткеева Гулсим

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями	Система цифровая маммографическая Senographe Pristina с принадлежностями, варианты Senographe Pristina 3D	Маммограф рентгеновский цифровой Маммо-5МТ
Производитель МТ:	Planmed Oy, Финляндия	GE Medical Systems SCS, Франция	АО МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд, Россия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Рама аппарата	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (мощность более 5 кВт, что ведет к повышенному энергопотреблению, и более высокому уровню рассеянного излучения)
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Пластины компрессионные	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство бесперебойного питания системы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Отсутствует в комплектации к РУ)
Фантомы	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Отсутствует в ТС)
Рабочая станция получения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

изображений			(Отсутствует функция отображения списка запланированных процедур, загруженных из системы)
Томосинтез	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (угол томосинтеза менее 25 градусов, не указано количество проекционных изображений томосинтеза)
Расходные материалы			
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Рабочая температура В диапазоне от 10°С до +33°С Рабочая влажность В диапазоне 10% - 90% (без конденсации)	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Соколова Т.В. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
Таблица соответствия
По лоту 4651806-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «АЛЬЯНС»**	**ТОО «Медико-Инновационное Технологии»**	**ТОО «Life Medical Solutions»**	**ТОО "Almamed Technology"**
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии **Consona N8S** в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская **Vivid S70N** с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система VINNO E10	Система диагностическая ультразвуковая Aplio a-серии, в вариантах исполнения: **Aplio a550** (CUS-AA550) с принадлежностями.
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. Китай	Canon Medical Systems Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Должен быть блок Базовый/ консоль медицинская диагностическая ультразвуковая.	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Панель управления. Тип панели управления системой должен быть сенсорный. Диагональ панели управления системой должна быть не менее 12 дюймов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество одновременно подключаемых датчиков должно быть – не менее 4 шт.	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует**	Соответствует

УЗИ аппарат должен иметь режимы - 2D/B режим; M-режим. Должно быть программное обеспечение для отслеживания движений ткани.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Так же должны быть режимы гармонической визуализации тканей / режим тканевой гармоники	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Ширина, должна быть не более 57,2 см Глубина должна быть не более 98,3 см Высота должна быть не менее 1320 мм Вес должен быть не более 83,6 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
должны быть переключатели ножной/педальный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Должна быть специализированная программа для количественного анализа. Пакеты программного обеспечения углубленного количественного анализа /	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Модуль программный встроенный для количественного анализа.	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Программное обеспечение для абдоминальных исследований.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
У УЗИ аппарата должна быть поддержка формата DICOM. Стандарт DICOM / Модуль программный встроенный для обеспечения передачи данных DICOM.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
программа для биопсии.	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует

УЗИ аппарата должен иметь: 1. Стресс-эхокардиографию 2. Эхокардиографию детей, взрослых	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Должна быть программа для оценки сократительной функции левого желудочка..	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Модуль программный встроенный количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка / Программное приложение для количественного анализа левого предсердия	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
У УЗИ аппарата должны быть несколько режимов допплера: 1. Импульсно-волновой режим допплер 2. Непрерывно-волновой режим допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон частот должен быть не менее 1, не более 25 МГц..	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Устройство записи должно быть - Архивация изображений на CD и DVD диски / Встроенный привод для записи данных исследований пациентов на диски CD/DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор Диагональ монитора должна быть не менее 21,5 дюйма. Разрешение не менее 1920 x 1080 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Клавиатура	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				

Датчик **секторный** Диапазон рабочих частот не менее 1, не более 5 МГц.	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Датчик конвексный Диапазон рабочих частот не менее 1,4, не более 6 МГц. Угол сканирования не менее 70 градусов.	соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Датчик линейный Диапазон рабочих частот не менее 4, не более 12 МГц. Линейный размер рабочей поверхности апертуры не менее 34 мм	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Крепление монитора Шарнирное крепление монитора/Кронштейн монитора	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Каждый комплект товара снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервисы-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее чем за 40(сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с				

прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением , при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя				

Эксперт Калиев Асылбек Бактбекович_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651806-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2024 15:39:58

Лот № 4651806-Т1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651806-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями, Калиев Асылбек – (Заместитель Председателя Правления, АО «Национальный центр нейрохирургии») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
3	060940000588, Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Калиев Асылбек

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651807-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 10:09:34

Лот № 4651807-T1

Видеокомплекс для гистероскопии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651807-T1 Видеокомплекс для гистероскопии, Асилбекова Айжамал – (Инженер по медоборудованию, ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" УЗ г. Шымкент) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	140540025744, Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Соответствует
2	181040021426, Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Соответствует
3	240440015417, Товарищество с ограниченной ответственностью "Top Service Plus"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Асилбекова Айжамал

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Top Service Plus"
Предлагаемая модель МТ:	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств	**Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств**	Система камер для эндоскопов HD3 с принадлежностями; Система камеры эндоскопа U1 в комплекте с принадлежностями;
Производитель МТ:	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, Германия	**KARL STORZ SE & Co KG, Германия**	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Головка камеры	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Блок видеокамеры/ Блок управления камерой	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Источник света LED/ светодиодный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка передвижная приборная	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Держатель монитор	Соответствует	Соответствует	Нет данных
Лампа	Соответствует	Соответствует	Нет данных
Световод	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ВЧ-коагулятор/ ВЧ-генератор Электрод нейтральный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соединительный кабель нейтрального электрода/Кабель для нейтрального электрода Кабель/ шнур биполярный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Помпа	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Тубус	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Оптика /гистероскоп	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Щипцы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Щипцы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ножницы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ножницы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Наличие сети 220 Вольт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации	Соответствует	Соответствует	Соответствует

операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651808-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-10-2024 17:02:31

Лот № 4651808-Т1

Ультразвуковая медицинская диагностическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651808-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система, Нуркасимова Карылга – (врач узист, ГКП на ПХВ МРБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Соответствует
3	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
6	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
7	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Нуркасимова Карылга

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Альянс	ТОО "ПРОМ-ЕА"	АО "Ордамед"	ТОО " Life Medical Solutions"	ТОО "Surgicare Kazakhstan"	ТОО «Hydramed»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape P60 в комплекте	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA ulO	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X6 с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая в вариантах исполнения XARIO 200G (модель CUS-X200G) с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	АО "Ордамед"	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.	Samsung Medison Co., Ltd.	ESAOTE S.p.A.	Canon Medical Systems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Ультразвуковая медицинская диагностическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глубина сканирования не менее 400 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Колеса: не менее 4 поворотных фиксирующихся колеса	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

				Отсутствует описание параметра			
Автоматическая трассировка в режиме допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Порты USB для сохранения данных не менее 4	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможная периферия: ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цветной LCD монитор (TFTLCD) с антибликовым покрытием: Цветной LCD монитор с антибликовым покрытием	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Интерактивная клавиатура на сенсорном дисплее	Не соответствует Отсутствует описание параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Порты для подключения датчиков (без карандашного) 4	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для акушерства и гинекологии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для кардиологии.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
B-Режим M-режим Режим цветного допплера: B-Режим M-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим цветного допплера/ цветного допплеровского картирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим направленного энергетического допплера.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим импульсно-волнового допплера.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим постоянно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Анатомический М-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Модуль Dicom/Лицензия Dicom	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутриполостной датчик, многочастотный, широкополосный/ Датчик внутриполостной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Секторный фазированный датчик с одним пьезоэлементом, многочастотный, широкополосный - для взрослых/ Датчик секторный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Конвексный датчик, многочастотный, широкополосный/ Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Линейный датчик, многочастотный, широкополосный/ Датчик линейный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы							
Комплект батарей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.							
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам,							

проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.							

Эксперт **Нуркасимова К.А.**

ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651809-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-10-2024 18:00:48

Лот № 4651809-Т1

Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651809-Т1 Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений, Кажигалиев Ренат – (врач радиолог, ГКП на ПХВ МОМДБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
2	230240024655, Товарищество с ограниченной ответственностью "Medivide"	Соответствует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
4	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соответствует
5	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
6	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
7	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
8	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
9	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
10	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соответствует
11	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует

12	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кажигалиев Ренат

Scanned with CamScanner

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Medical equipment service-KZ"	ТОО"ДАЛ Казахстан"	ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"	ТОО "MEDIVIDE"	ТОО «Алаш-KZ»	АО «Ordamed»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО "UNIX PHARM"	ТОО «Лабтроник»	ТОО «Hydramed»	ТОО «DENSAULYQ Life»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Медицинская диагностическая рентгенографическая система типа С-дуга «PLX112B1»	Мобильное рентгеновское флюороскопическое оборудование «PROSTAR»	Мобильный рентгеновский аппарат с С-дугой с низкой дозой облучения модели ALC-200	Мобильная хирургическая рентгенографическая система Garion, типа С-дуга	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5	Мобильная цифровая рентгеноскопическая система Atlas типа С-дуга, в вариантах исполнения AtlasCI Срок регистрационного удостоверения истек	Аппарат рентгеновский передвижной с С- дугой OEC One с принадлежностям и	Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта исполнения: CompaX 500B в комплекте с принадлежностям и	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5	Передвижная хирургическая рентгенодиагностическая установка с С-штативом Elite: вариант исполнения Elite 1Kx1K 4 FPS	Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO	Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO
Производитель МТ:	«Nanjing Perlove Medical Equipment Co.,	DK Medical Systems Co., Ltd	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd	SG Healthcare Co., Ltd.,	DRTECH Corporation	AO Ordamed	GE Hualun Medical Systems Co. Ltd	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd	DRTECH Corporation	Kiran Medical Systems A Division	Shimadzu Corporation	Shimadzu Corporation

	Ltd.»									of Trivitron Healthcare Pvt Ltd		
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результатат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие												
Передвижная рентгенодиагностическая установка /Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Количество пикселей не менее 1000x1000	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ мониторов 19 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие												
Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность кратковременная, кВт не менее 2 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Не соответствует Требуемое	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

	комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении							комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении				
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающий растр (решетка)	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающая решетка / Решетка	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

		Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении										
Цифровая система обработки изображения / Цифровая система изображения	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для обработки изображения/ программноеобеспечение для отображениядиагностических изображений.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание параметра	Не соответствует Отсутствует описание параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)												
Напряжение питания – 400 В. Допустимые колебания напряжения – +5%. Частота питающей сети –(50±3) Гц.	Соответствует	Не соответствует Напряжение: 230	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

		В ±5%										
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответс твует	Соответст вует	Соответст вует

Scanned with CamScanner

Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей												

Scanned with CamScanner

подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.												

Эксперт Врач-рентгенолог Каминчанов Р.Ю **ФИО/подпись**

Scanned with CamScanner

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651810-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-10-2024 17:53:33

Лот № 4651810-T1

Цифровая медицинская рентгенографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651810-T1 Цифровая медицинская рентгенографическая система , Кажигалиев Ренат – (врач радиолог, ГКП на ПХВ МОМДБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
2	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Не соответствует
3	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
5	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соответствует
6	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Кажигалиев Ренат

Scanned with CamScanner

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО «Ordamed»	ТОО «Unix Pharm»	ТОО «Медик Люкс»	ТОО «Лабтроник»	ТОО «DENSAULYQ Life»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Мобильная радиографическая система серии Atomic M5	Мобильная цифровая рентгенографическая система MobileCooper	PLX5200A Мобильная цифровая рентгеновская система	Цифровая мобильная радиографическая система серии JUMONG Mobile	Цифровая медицинская рентгенографическая система AngellMobile DP326B	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D
Производитель МТ:	АО «Ordamed»	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd, Китай	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.	SG Healthcare Co., Ltd.	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd	General Medical Merate S.p.A., Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Передвижной рентген аппарат	соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	соответствует	соответствует
Мобильный рентген аппарат	соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Аппарат оборудован колесами	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальная длина: не менее 1035 мм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Минимальный подъем колонны: не менее 388 мм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальный подъем колонны: не менее 1800 мм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дисплей: Сенсорный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие						
Коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Управление диафрагмой: ручное	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	соответствует	соответствует	соответствует
Скорость вращения анода: не менее 3000 об/мин	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Размер фокусных пятен: не менее 0,6/1,0 мм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Номинальная мощность анода: не менее 32кВт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальная теплоемкость анода: не менее 107 KHu.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Детектор/Цифровой плоскопанельный детектор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Преобразование: не менее 16	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Scanned with CamScanner

бит						
Генератор/Высокочастотный генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Мощность:32 кВт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Максимальный анодный ток: не менее 400 мА	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Питание не менее 220 В	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Радиационная защита помещения рентгенкабинета должна соответствовать действующим нормам радиационной безопасности и требованиям СанПин. 5-ти проводная схема электропитания - 3 фазы, нейтральглухозаземленная, заземление (вводной кабель по мощности генератора, но не менее 4х35+1х25 м2 меди). Напряжение питания - 220 Вольт Максимальная потребляемая мощность 50 кВт кратковременно Частота питающей сети 50 Гц +\-1%. Допустимые колебания напряжения - +\-10%	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Scanned with CamScanner

включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.						
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Scanned with CamScanner

характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.						

Scanned with CamScanner

Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя						

Эксперт Врач. рентгенолог Камиганиев Р.Ю

ФИО/п

Scanned with CamScanner

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651811-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 17:55:26

Лот № 4651811-Т1

Ультразвуковая медицинская диагностическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651811-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система, Колбаева Алмаш – (врач узист, ГКП на ПХВ АГП1) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
3	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
4	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Не соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
6	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
7	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Колбаева Алмаш

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	АО "Ордамед"	ТОО «Zein Invest»	ТОО " Life Medical Solutions"	ТОО "Surgicare Kazakhstan"	ТОО «Hydramed»	ТОО «Centropharm»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии: Consona N8S, в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA ulO	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P, вариант исполнения P9	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X8	Система диагностическая ультразвуковая Aplio a-серии, в вариантах исполнения: Aplio a450 (CUS-AA450), с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	АО "Ордамед"	GE Ultrasound Korea, Ltd	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.	Samsung Medison Co., Ltd.	ESAOTE S.p.A.	Canon Medical Systems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не менее 4 поворотных фиксирующихся колеса.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стоп-кадр	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Автоматические расчеты в режиме реального времени: Расчеты в режиме реального времени.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа архивации данных по пациентам.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность подключения DVD-RW привода: DVD-рекордер.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес аппарата без дополнительного оборудования: не более 96кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Операционная система: Windows 10.	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кинопетля.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранение изображений.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Порты USB для сохранения данных не менее 2.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ETHERNET	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
HDMI	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность подключения принтеров: Возможность подключения принтеров и регистраторов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цветной LCD монитор (TFTLCD) с антибликовым покрытием: Цветной LCD/ЖК-монитор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Крепление монитора: Комплект для крепления монитора/ Кронштейн монитора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешающая способность монитора не менее	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1920x1080 пикселей							
Диагональ монитора не менее 21.5 дюймов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Горизонтальное позиционирование монитора: 90 град.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сенсорный экран.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для абдоминальных органов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для кардиологии.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режимы сканирования и технологии визуализации: Режим 2D/ Режим 2D.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим импульсно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим постоянно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
М-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим тканевого допплера: Тканевая допплерография/ режим визуализации тканей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим триплексного сканирования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Протокол исследования молочной железы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранение результатов исследований в формате DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для акушерства и гинекологии	Соответствует	Не соответствует В регистрационно	Не соответствует Требуемое комплектующее	Соответствует	Не соответствует В регистрационно	Соответствует	Соответствует

		м удостоверении есть пакет только для акушерства, для гинекологии отсутствует	отсутствует в регистрационно м удостоверении		м удостоверении есть пакет только для акушерства, для гинекологии отсутствует		
Режим 3D/4D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Секторный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Конвексный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Линейный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутриполостной датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Конвексный датчик объемного сканирования	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы							
Комплект батарей	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель ЭКГ	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Соответствует	Соответствует
Кабель ЭКГ/ Кабель референсного сигнала	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.							
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного							

запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.							

Эксперт **Колбаева А.Б.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651812-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2024 17:40:10

Лот № 4651812-T1

Стол операционный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651812-T1 Стол операционный, Бисенов Серик – (руководитель ЦОВК, ГКП на ПХВ МОМБ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
3	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бисенов Серик

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Centropharm»**	**ТОО «DENSAULYQ Life»**
Предлагаемая модель МТ:	**Стол операционный универсальный, электро- гидравлический с принадлежностями, вариант исполнения HyBase 8500**	**Операционный стол серии SU: модели SU-03**	**Стол операционный универсальный Vivax, В комплекте с принадлежностями для общей хирургии, травматологии и ортопедии**
Производитель МТ:	**Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,**	**FAMED Zywiec Sp. z o. o.**	**Infimed Sp z.o.o.**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Стол операционный	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Оснащен дополнительным дублирующим электрогидравлическим приводом, позволяющим проводить настройки стола, как при помощи ножной педали, в независимости от ручного пульта управления.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Назначение: Стол операционный универсальный должен быть предназначен для проведения плановых, экстренных операций на органах брюшной полости, грудной клетке, гинекологических операций, с максимальным удобством для операционной бригады.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Секции не менее 5-ти секций: -Головная -Спинная 2-х секционная -Тазовая -Ножная секция (раздельная)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Спинная секция: Спинная секция состоит из двух частей обеспечения подъема почечного моста при помощи спинной секции/ подъем происходит при помощи излома спинной секции.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Регулировка почечного моста: регулируется механически посредством винтового механизма/ а регулировка осуществляется при помощи винтового механизма, путем вращения рукоятки.	**Не соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Scanned with CamScanner

	В технической спецификации указано «Регулировка почечного моста: регулируется электрически», но по техническому заданию, требуется «Регулировка почечного моста: регулируется механически»		
Высота подъема почечного моста: не менее 120 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Конструкция стола должна обеспечивать: Разделенные сегменты стола проницаемы для R-лучей/ Сегменты столешницы операционного стола проницаемы для лучей РТГ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Взаимная замена местами подножек и подголовника: Взаимная замена местами подножек и подголовника	Соответствует	Соответствует	Соответствует
продольное перемещение: не менее 335мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Раздельная ножная секция должна обеспечивать: не менее 175°	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Боковые планки: Боковые планки для навесных аксессуаров	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Проводной пульт: Стол управляется с помощью проводного пульта с указанием выполняемой функции и уровнем заряда аккумуляторных батарей аварийного питания/ проводной пульт управления с функциями и уровнем заряда батареи.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.Кнопка регулировки угла наклона «Тренделенбург» (кнопка выделена на пульте управления ярким цветом). 2.Кнопка регулировки «АнтиТренделенбург». 3.Кнопка регулировки латерального наклона «Вправо» / «Влево» 4.Кнопка увеличения/ уменьшения высоты ложа. 5. Кнопка аварийной остановки или выключения стола. 6. Кнопка активации пульта (имеет яркий цвет, отличающийся от всех других цветов кнопок, для быстрого распознавания функции). 6. Кнопки „О" для приведения секций ложа. 7.Кнопка изменения положения ложа – после нажатия изменяется ориентация ложа на 180 градусов - эта функция необходима для использования в случае замены местами секций ног и головы./ Кнопка „ON"2,3 Кнопка действия 4 Позиция „0" 5 Изменение высоты стола 6 Боковые наклоны 7 Продольные наклоны 8. Изменение ориентации столешницы 9 Наклон Тренделенбурга 10 Спинная секция.	Не соответствует Отсутствует информация, требуемая в техническом задании: «кнопка выделена на пульте управления ярким цветом» Нет информации о кнопках: кнопка активации пульта, Кнопка „ON", Кнопка действия	Соответствует	Соответствует
Аккумуляторные батареи: Аккумуляторы не менее 2шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Питание: не менее 12В.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

Время зарядки аккумуляторных батарей: не более 12 часов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время работы стола от встроенных аккумуляторов без подзарядки: не менее 65 рабочих циклов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление столом широкий диапазон регулировок: широкий диапазон регулировок.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Бесступенчатая регулировка высоты: не менее 660 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тренделенбург/антиТренделенбург: - Тренделенбург/антиТренделенбург не менее ±40°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол бокового наклона: не менее ± 30°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол опускания / подъема спинной(задней) секции: - вверх: не менее 80° -вниз: не менее 35°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Регулировка грудной секции: Регулировка грудной секции осуществляется в пределах, определенных в параметрах изделия. Чтобы изменить угол наклона секции, надо встав за изголовьем, закрепить рычаг повернуть по часовой стрелке, секция поднимется выше уровня. Чтобы её опустить, надо повторить ту же операцию с рычагами, однако выполнить движения в противоположном направлении. / Изменение углового положения почечного валика производится с помощью ручки расположенной во втулке с левой стороны столешницы операционного стола.	Не соответствует В технической спецификации указано «надо настроить нужный угол наклона с помощью пульта управления.», но по техническому заданию, требуется «надо встав за изголовьем, закрепить рычаг повернуть по часовой стрелке.» В технической спецификации указано «надо повторить ту же операцию с кнопками, однако выполнить движения в противоположном направлении.», но по техническому заданию, требуется «надо повторить ту же операцию с рычагами, однако выполнить движения в противоположном направлении..»	Соответствует	Соответствует
Подъем почечного моста: не менее 120 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Механическая регулировка продольного сдвига панели: продольный сдвиг панели – регулируется механически/ Регулировка продольного сдвига панели осуществляется механически.	Не соответствует В технической спецификации указано «Регулировка продольного сдвига панели осуществляется электрическим приводом», но по техническому заданию, требуется «Регулировка продольного сдвига панели осуществляется механически.»	Соответствует	Соответствует
Продольный сдвиг: не менее 325 мм.	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

	Согласно информации размещенной на официальном сайте www.ndda.kz продольный сдвиг столов операционный согласно регистрационного удостоверения РК-МТ-5№021714 составляет 320 мм, что не соответствует информации предоставленной потенциальным поставщиком.		
Бесступенчатая пневматическая регулировка наклонов: Секции ложа стола должны иметь бесступенчатую пневматическую регулировку наклонов:/ Изменение угла наклона подголовника достигается с помощью рычага), запускающего механизм газовых пружин. Изменение угла наклона подножки достигается с помощью рычага запускающего механизм газовых пружин.	Не соответствует В технической спецификации указано «Изменение угла наклона подголовника достигается с помощью электрического привода», но по техническому заданию, требуется «Изменение угла наклона подголовника достигается с помощью рычага»	Соответствует	Соответствует
Наклон головной секции (вверх/вниз) -не менее + 45°/- 45°.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Альтернативный гидравлический привод: Операционный стол, оснащенный альтернативным питанием/Альтернативный привод является вторым, после электрогидравлического, приводом стола	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Регулировка высоты стола: любое гидравлическое движение стола, необходимо нажать на зеленую кнопку, а затем необходимую функциональную кнопку. Выбранная функция будет сигнализирована светящимся диодом под пиктограммой. После выбора функции Вы можете выполнить функциональное движение, нажимая ножной рычаг, помещенный в основании. Движение выполняется только во время нажатия ножного рычага. / угол положения столешницы (продольный и боковой наклон), а также спинной секции следует ногой установить рычаг выбора функции альтернативного привода в положение, соответствующее требуемой функции, а затем нажимать на рычаг ножного насоса.	Не соответствует В технической спецификации указано «выполнить функциональное движение, нажимая соответствующую клавишу, на панели», но по техническому заданию, требуется «выполнить функциональное движение, нажимая ножной рычаг, помещенный в основании»	Соответствует	Соответствует
Технические характеристики: Технические характеристики. Ширина рабочей части: не более 505 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая ширина (с боковыми направляющими планками): не более 560 мм.	Не соответствует Общая ширина (с боковыми направляющими планками) - 590мм	Соответствует	Соответствует
Напряжение питания стола: не более 230В-50/60Гц.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Класс электрозащиты от поражения электрическим током: не менее I.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

Степень электрозащиты от поражения электрическим током: не менее В класса	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Масса стола без дополнительных принадлежностей: не более 250 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная безопасная рабочая нагрузка стола: не менее 200 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Наркозный экран (Дуга анестезиолога)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дуга анестезиолога/Дуга анестезиологическая с мультипозиционным креплением	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Штатив(Инфузионная стойка)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Столик для инъекций (опора для руки)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель рентгеновской кассеты	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Боковой упор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приставка ортопедическая	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка для аксессуаров для ортопедической приставки на роликах	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Приставка для операции колена для ортопедической приставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Крепление однопозиционное	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
Ремень для фиксации туловища (поясной ремень)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия.При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С + +22•С. Относительная влажность - 40-60%.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Scanned with CamScanner

смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Бисенов С.С.** _____

Scanned with CamScanner

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651819-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 15:19:40

Лот № 4651819-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651819-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Файзулина Асель – (Заведующая медико - генетическим отделением , КГП "Костанайская областная больница" УзаКо) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Не соответствует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Файзулина Асель

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО Альянс	ТОО Zein Invest	ТОО TND	ТОО MEDICAL TECHNOLOGIES LTD.	ТОО Life Medical Solution
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии Consona N8 Exp в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10	Система ультразвуковая диагностическая Epiq Elite с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG. Австрия	Phillips Ultrasound Inc., США	Phillips Ultrasound Inc., США	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Приложение для работы с объемными изображениями	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ нет позиции прописанная в ТС	Соответствует
Приложение контрастной визуализации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ нет позиции прописанная в ТС	Соответствует
Приложение для оптимизации изображения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ нет позиции прописанная в ТС	Соответствует

Приложение исследования анатомических структур	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ нет позиции прописанная в ТС	Соответствует
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует В РУ нет позиции прописанная в ТС	Соответствует
Датчик конвексный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников Количество элементов не соответствует данным из открытых источников Требуемый угол сканирования не менее 111 град - в ТС у участника 74 град	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик линейный	Не соответствует Требуемый диапазон частот не менее 4, не более 13МГц - в ТС у участника 49 МГц Количество элементов не соответствует данным из открытых источников Требуемая Контактная поверхность 50 мм - в ТС у участника 48 мм	Соответствует	Соответствует	Не соответствует РУ	Соответствует
Датчик объемный	Не соответствует Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников Угол объемного сканирования не соответствует данным из открытых источников Количество элементов не соответствует данным из открытых источников	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик объемный	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	Диапазон частот не соответствует данным из открытых источников Угол объемного сканирования не соответствует данным из открытых источников				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Указаны неточные данные	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Файзулина Асель Газизовна**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651820-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-10-2024 11:19:24

Лот № 4651820-Т1

Аппарат рентгеновский флюорографический

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651820-Т1 Аппарат рентгеновский флюорографический, Амангелдиев Амантай – (врач рентгенолог, ГКП Темирская районная больница на ПХВ ГУ Управление здравоохранения Актюбинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
2	081240004056, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Амангелдиев Амантай

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Актюбрентген»**	**ТОО «Светоком плюс», Казахстан**
Предлагаемая модель МТ:	**«Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»**	**Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «ИНСАР» ФМ**
Производитель МТ:	**АО «Актюбрентген», Казахстан**	**ТОО «Светоком плюс», Казахстан**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой	**«Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»**	**Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «ИНСАР» ФМ**
Максимальная мощность, потребляемая из сети кратковременно) - не менее 4 кВ·А	**Соответствует** Максимальная выходная мощность (кратковременно) 8 кВА	**Соответствует** Мощность – 5кВт
Минимальное анодное напряжение, кВ – Не менее 40 кВ Максимальное анодное напряжение, кВ - Не менее 125 кВ	**Соответствует** Диапазон анодного напряжения 40-125 кВ	**Соответствует** Минимальное анодное напряжение - 40 кВ Максимальное анодное напряжение - 125 кВ
Приемник рентгеновских изображений на основе детектора: Приемник рентгеновского изображения на основе флэт-панелей / система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе.	**Соответствует** Приемник рентгеновского изображения на основе флет-панелей (EVS4343, DRTECH Corporation, Корея)	**Не соответствует** Детектор - Приемник рентгеновского изображения (флэт-панель)/ Система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе *По ТС **ТОО «Светоком плюс» не ясен тип** Приемника рентгеновских изображений на основе детектора*
Размер входного поля - не менее 390 мм	**Соответствует** - размер входного поля, мм - 430х430	**Соответствует** - размер входного поля, мм - 430х430
Предел разрешения, пар линий /мм – не более 3,4 пар линий /мм	**Соответствует** - пространственное разрешение, пар линий на мм, 3,4;	**Соответствует** - пространственное разрешение - 3,4 пл/мм;
Контрастная чувствительность, % - не менее 1%	**Соответствует** - контрастная чувствительность, % - 1.0 при дозе в плоскости приемника 200 мкР	**Соответствует** - контрастная чувствительность - 1,0 %.
Динамический диапазон, крат - Не менее 400 крат	**Соответствует** -динамический диапазон, крат 400	**Соответствует** - динамический диапазон, кратность - 400:

Производительность снимков/час - Не менее 60 снимков/час	**Соответствует** Производительность снимков в час– 60	**Соответствует** - производительность снимков - 60 снимков/час.
Рентгенозащитная кабина: Кабина рентгенозащитная с подъемником	**Соответствует** Рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом, диафрагмой со световым центратором Для защиты персонала от рентгеновского излучения, аппарат оснащен защитной кабиной с электромеханическим приводом двери. Кабина аппарата выполнена из листовой стали освинцованной изнутри. Для входа-выхода из кабины предусмотрена дверь с приводом. Для перемещения пациента при массе до 120 кг, по вертикали до 420 мм от уровня пола, в кабине существует подъемник с электромеханическим приводом.	**Не соответствует** Модуль излучателя в **составе кабины** рентгенозашитной. Линейный привод для перемещения генератора с рентгеновской трубкой по вертикали - 1200 мм. Функциональное назначение: - выполнение флюорографии; - выполнение рентгенографии различных анатомических органов в положении пациента «стоя». *Отсутствуют данные по кабине*
Свинцовый эквивалент кабины, мм Рв – Не менее 1,2 мм Рв	**Соответствует** Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, мм. - 1,3	**Не соответствует** Нет данных
Габаритные размеры кабины, мм: Длина не более 1950мм Ширина не более 1350мм Высота не более 2200мм	**Соответствует** Длина -1344, ширина -954, высота -2050	**Не соответствует** Нет данных
Дополнительные комплектующие		
Расходные материалы		
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники;	**Соответствует** Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;	**Соответствует** Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО «Актюбрентген»**	**ТОО «Светоком плюс», Казахстан**
Предлагаемая модель МТ:	**«Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»**	**Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «ИНСАР» ФМ**
Производитель МТ:	**АО «Актюбрентген», Казахстан**	**ТОО «Светоком плюс», Казахстан**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие		
Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой	**«Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»**	**Аппарат рентгенографический стационарный цифровой «ИНСАР» ФМ**
Максимальная мощность, потребляемая из сети кратковременно) - не менее 4 кВ·А	**Соответствует** Максимальная выходная мощность (кратковременно) 8 кВА	**Соответствует** Мощность – 5кВт
Минимальное анодное напряжение, кВ – Не менее 40 кВ Максимальное анодное напряжение, кВ - Не менее 125 кВ	**Соответствует** Диапазон анодного напряжения 40-125 кВ	**Соответствует** Минимальное анодное напряжение - 40 кВ Максимальное анодное напряжение - 125 кВ
Приемник рентгеновских изображений на основе детектора: Приемник рентгеновского изображения на основе флэт-панелей / система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе.	**Соответствует** Приемник рентгеновского изображения на основе флет-панелей (EVS4343, DRTECH Corporation, Корея)	**Не соответствует** Детектор - Приемник рентгеновского изображения (флэт-панель)/ Система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе *По ТС **ТОО «Светоком плюс» не ясен тип** Приемника рентгеновских изображений на основе детектора*
Размер входного поля - не менее 390 мм	**Соответствует** - размер входного поля, мм - 430х430	**Соответствует** - размер входного поля, мм - 430х430
Предел разрешения, пар линий /мм – не более 3,4 пар линий /мм	**Соответствует** - пространственное разрешение, пар линий на мм, 3,4;	**Соответствует** - пространственное разрешение - 3,4 пл/мм;
Контрастная чувствительность, % - не менее 1%	**Соответствует** - контрастная чувствительность, % - 1.0 при дозе в плоскости приемника 200 мкР	**Соответствует** - контрастная чувствительность - 1,0 %.
Динамический диапазон, крат - Не менее 400 крат	**Соответствует** -динамический диапазон, крат 400	**Соответствует** - динамический диапазон, кратность - 400:

специфические для данного медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам,	**Соответствует** Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования,	**Соответствует** Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска

должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу испецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу испецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.

Эксперт **Амангельдиев А.** _____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651821-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-10-2024 11:26:54

Лот № 4651821-Т1

Рентгенхирургический аппарат С-дуга

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651821-Т1 Рентгенхирургический аппарат С-дуга, Махамбетов Қуантай – (врач рентгенолог, ГКП Многопрофильная областная детская больница на ПХВ ГУ Управление здравоохранения Актюбинской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соответствует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соответствует
4	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
5	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI"	Соответствует
6	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
7	130340006858, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС"	Не соответствует
8	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
9	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует

10	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
11	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Махамбетов Қуантай

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Medical equipment service-KZ"	ТОО "ДАЛ Казахстан"	ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"	ТОО «FORTIS PAI»	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО «DENSAULYQ Life»	АО «Ordamed»	ТОО «ZEIN INVEST»	ТОО "UNIX PHARM"	ТОО «Centropharm»	ТОО «Медик Люкс»
Предлагаемая модель МТ:	Медицинская диагностическая рентгенографическая система типа С-дуга «PLX112B1»	Мобильное рентгеновское флюороскопическое оборудование «PROSTAR»	Мобильный рентгеновский аппарат с С-дугой с низкой дозой облучения модели ALC-200	Передвижная хирургическая рентгенодиагностическая установка с С-штативом Infinity/Elite: варианты исполнения Elite 1Kx1K 4 FPS	Мобильная рентгенологическая флюороскопическая /рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5	Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в вариантах исполнения RADIUS R-9 DFG	Мобильная цифровая рентгеноскопическая система Atlas типа С-дуга, в вариантах исполнения Atlas Cl Срок регистрационного удостоверения истек	Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой OEC One с принадлежностями	Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта исполнения: CompaX 500B в комплекте с принадлежностями	Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO	PLX7000B Высокочастотная мобильная цифровая система типа С-дуга
Производитель МТ:	«Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.»	DK Medical Systems Co., Ltd	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd	Kiran Medical Systems A Division of Trivitron Healthcare Pvt Ltd.	DRTECH Corporation	Intermedical s.r.l.	AO Ordamed	GE Hualun Medical Systems Co. Ltd	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd	Shimadzu Corporation	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**	**Результат рассмотрения (соответствует/не**

	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)	соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие											
Передвижная рентгенохирургическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Передвижная рентгенодиагностическая установка.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие											
Генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность кратковременная, кВт не менее 2 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в	Соответствует	Соответствует	Соответствует

								регистрационном удостоверении			
Усилитель рентгеновского изображения / Усилитель рентгеновского излучения	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано В технической спецификации указан «Плоский детектор», но по техническому заданию, требуется «Усилитель рентгеновского изображения»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано В технической спецификации указан «Плоский детектор», но по техническому заданию, требуется «Усилитель рентгеновского изображения»	Соответствует	Соответствует
Диаметр, дюйм не менее 6 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Отсеивающий растр (решетка)	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающая решетка / Решетка	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистр	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистр	Соответствует	Соответствует

					ировано				ировано		
Диагональ мониторов 19 дюймов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровая система обработки изображения / Цифровая система изображения	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)											
Напряжение питания – 400 В. Допустимые колебания напряжения – +5%. Частота питающей сети – (50±3) Гц.	Не соответствует напряжение питания машины и количество фаз: однофазное 220 В ±10%	Не соответствует Напряжение: 230 В ±5%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.											
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования,											

Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.												

Эксперт **Мухамбетов К.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651824-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-10-2024 17:01:33

Лот № 4651824-Т1

Цифровой рентген аппарат передвижной

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651824-Т1 Цифровой рентген аппарат передвижной, Аймбетова Улдай – (Врач отдела лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Соответствует
2	140540009099, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED"	Соответствует
3	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Аймбетова Улдай

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Hydramed»	ТОО «UNIX PHARM»	ТОО «LabTest Diagnostics»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая медицинская рентгенографическая система Angell Mobile DP326B	Мобильная цифровая рентгенографическая система MobileCooper	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: варианты исполнения MAC-R32D
Производитель МТ:	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd.	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd.	General Medical Merate S.p.A
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Передвижной рентген аппарат	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мобильный рентген аппарат.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аппарат оборудован колесами.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная длина не менее 1035 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минимальный подъем колонны не более 580 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальный подъем колонны не менее 1800 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дисплей сенсорный.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управление диафрагмой: ручное	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Скорость вращения анода не менее 3000 об/мин.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размер фокусных пятен не более 0,6/1,3 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальная мощность анода не менее 32 кВт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальная теплоемкость анода не менее 107 KHu.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цифровой плоскопанельный детектор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Преобразование не менее 16 бит	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор/Высокочастотный генератор	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность 32 кВт.	Соответствует	Не соответствует мощность: 40 кВт	Соответствует
Максимальный анодный ток не менее 400 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию смедицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники	Соответствует	Соответствует	Соответствует

бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.			
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651825-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-10-2024 15:20:12

Лот № 4651825-T1

Эхокардиограф с неонатальным датчиком (УЗИ)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651825-T1 Эхокардиограф с неонатальным датчиком (УЗИ), Идрисова Карлыга – (врач лучевой диагностики- врач узист, ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Не соотвествует
4	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Идрисова Карлыга

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ADICOM LTD	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Labtest diagnostics"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson S8t с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система DC-80 S в комплекте с принадлежностями	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X7 с принадлежностями
Производитель МТ:	GE Ultrasound Korea, Ltd. Страна-производитель: Республика Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	Производитель: Esaote S.p.a Страна: Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок	соответствует	Не соответствует, поставщик указал ложные данные: Согласно datasheet от производителя - Динамический диапазон – 240 ДБ, требуется не менее 265 Дб - кол-во каналов – 663 552, требуется не менее 1 714 833 Максимальная частота кадров системы – 369 в сек	Не соответствует поставщик указал ложные данные	соответствует	Не соответствует Диагональ сенсорной панели 8 дюймов, требуется не менее 10,1 дюймов Нет данных по частоте кадров в режиме объемного сканирования

		- требуется не менее 882 кадров в сек **https://www.scribd.com/document/619076827/DC-80-Datasheet-V2-0-1**			
Режим постоянноволнового допплера	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует
М режим	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует
Программное обеспечение автоматизированного измерения воротникового пространства	соответствует	Соответствует	Не соответствует – поставщик прикладывает абсолютно другую программу и в описании указывает требование тендера. Нет данной опции в РУ и в системе.	соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для исследования сердца плода	соответствует	соответствует	Не соответствует – поставщик прикладывает абсолютно другую программу и в описании указывает требование тендера. Нет данной опции в РУ и в системе.	соответствует	Не соответствует – в РУ отсутствует данный режим
Программное обеспечение для работы с трехмерными изображениями	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Режим визуализации реалистичного объемного кровотока	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим, поставщик приложил неправильную программу	Не соответствует – поставщик прикладывает абсолютно другую программу и в описании указывает требование тендера. Нет данной опции в РУ и в системе.	соответствует	Не соответствует – в РУ отсутствует данный режим.
Режим протоколирования ультразвукового исследования	соответствует	соответствует	Не соответствует – поставщик прикладывает абсолютно другую программу и в описании	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении

			указывает требование тендера. Нет данной опции в РУ и в системе.		отсутствует данный режим
Режим объемной контрастной визуализации	соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим
Режим встроенный для определения плотности ткани	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует – в РУ отсутствует данный режим и нет данных в тх по режиму
Модуль, встроенный для обеспечения работы дополнительного порта датчика	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим и нет данных в тх
Устройство для конвертации видео в цифровые форматы	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Программное обеспечение соединения DICOM	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Модуль, встроенный дополнительной защиты данных	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	Не соответствует В регистрационном удостоверении отсутствует данный режим и нет данных в тх
Датчик конвексный	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Датчик микроконвексный внутриполостной	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Датчик объемный конвексный	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Датчик линейный	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует

Датчик секторный фазированный	соответствует	соответствует	Соответствует	соответствует	соответствует
Держатель полостного датчика	соответствует		Соответствует	соответствует	Не соответствует Нет в ру
Принтер	соответствует		Соответствует	соответствует	соответствует
Руководство пользователя	соответствует		Соответствует	соответствует	соответствует
Держатель для геля	соответствует		Соответствует	соответствует	Не соответствует – нет в ру
				соответствует	

Эксперт ИДРИСОВА КАРЛЫГА АНЕСОВНА
ФИО/

подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651831-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-10-2024 15:18:42

Лот № 4651831-T1

Аппарат УЗИ экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651831-T1 Аппарат УЗИ экспертного класса, Идрисова Карлыга – (врач лучевой диагностики- врач узист, ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соответствует
2	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Не соответствует
4	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
6	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соответствует
7	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Идрисова Карлыга

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	АО "Ордамед"	ТОО «Zein Invest»	ТОО “ Life Medical Solutions”	ТОО "Surgicare Kazakhstan"	ТОО «LabTest Diagnostics»	ТОО «DENSAULYQ Life»
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система DC-70 Exp в комплекте с принадлежностями,	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA ulO	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P, вариант исполнения P9	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS модели HS40	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™X8, с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая Aplio a-серии, в вариантах исполнения: Aplio a450 (CUS-AA450), с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD.	АО "Ордамед"	GE Ultrasound Korea, Ltd	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.	Samsung Medison Co., Ltd.	ESAOTE S.p.A.	Canon Medical Systems Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не менее 4 поворотных фиксирующихся колеса.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стоп-кадр	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Автоматические расчеты в режиме реального времени:	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расчеты в режиме реального времени.							
Программа архивации данных по пациентам.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес аппарата без дополнительного оборудования: не более 96кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Операционная система: Windows 10.	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кинопетля.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранение изображений.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Порты USB для сохранения данных не менее 2.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ETHERNET	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
HDMI	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Возможность подключения принтеров: Возможность подключения принтеров и регистраторов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цветной LCD монитор (TFTLCD) с антибликовым покрытием: Цветной LCD/ЖК-монитор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Крепление монитора: Комплект для крепления монитора/ Кронштейн монитора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешающая способность монитора не менее 1920x1080 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ монитора не менее 21.5 дюймов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Горизонтальное позиционирование монитора: 90 град.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сенсорный экран.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для абдоминальных органов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для кардиологии.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режимы сканирования и технологии визуализации: Режим 2D: Режим 2D.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим импульсно-волнового допплера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим постоянно-волнового допплера	Не Соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
М-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим тканевого допплера: Тканевая допплерография/ режим визуализации тканей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие							
Протокол исследования молочной железы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационно м удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранение результатов исследований в формате DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакеты расчетов для акушерства и гинекологии	Соответствует	Не соответствует В регистрационно м удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в	Соответствует	Не соответствует В регистрационно м удостоверении	Соответствует	Соответствует

		есть пакет только для акушерства, для гинекологии отсутствует	регистрационном удостоверении		есть пакет только для акушерства, для гинекологии отсутствует		
Эластография	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лицензия – оценка эластичности тканей / Программное приложение для эластографии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Секторный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Конвексный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Линейный датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутриполостной датчик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Микроконвексныйдатчик / Датчик конвексный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы							
Комплект батарей	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель ЭКГ	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	а	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Кабель ЭКГ/ Кабель референсного сигнала	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							

Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

эксплуатационной документации и должны							
включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.							
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программнымобеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о							

прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.							

Эксперт ИДРИСОВА КАРЛЫГА АНЕСОВНА **подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651834-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-10-2024 10:57:43

Лот № 4651834-T1

Система ультразвуковая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651834-T1 Система ультразвуковая с принадлежностями, Темирбеков Нургали – (Заведующий отделением лучевой диагностики, ГКП на ПХВ "Жамбылская многопрофильная областная детская больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
3	060940000588, Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Темирбеков Нургали

Заключение эксперта

по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (№ 481296-1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок от 27-09-2024

4651834-T1 Система ультразвуковая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по **4651834-T1** Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями (ГКП на ПХВ "Жамбылская областная многопрофильная детская больница" УЗ акимата Жамбылской области") пришли к следующему заключению:

№	*Наименование потенциального Поставщика*	*Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)*
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс»	НЕ соответствует
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Медико-Инновационное Технологии»	Соответствует
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «LifeMedicalSolutions»	НЕ соответствует
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "AlmamedTechnology"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия

Таблица соответствия
По лоту 465134-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Медико-Инновационные Технологии»**	**ТОО «LifeMedical Solutions»**	**ТОО "AlmamedTechnology"**
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система**DC-70 Exp** в комплекте спринадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская **Logiq P10 .**	Система ультразвуковой диагностикистационар ная**VINNO**, в вариантах исполнения: **G86**	Ультразвуковая диагностическая система Resona вариант исполнения: **ResonaI9Exp**
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	GEUltrasoundKorea, Ltd, Республика Корея	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Области применения: Ультразвуковая диагностика, Функциональная диагностика, абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, анестезиология, кардиология, скелетно-мышечная система, ангиология, урология, поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия, неонатология, ортопедия, онкология, транскраниальные исследования, чреспищеводные исследования, интраоперационные исследования / Акушерство и гинекология, ангиология,общие исследования,	Несоответствие РУ	Соответствие	Несоответствие РУ (нет чреспищеводных исследований)	Соответствие

неотложная медицина, спортивная медицина, интервенционная радиология, кардиология, неврология, урология				
2D-режим, М- режим Импульсно-волновой допплер Непрерывно-волновой допплер	Несоответствие РУ	Соответствие	Несоответствие РУ	Соответствие
Режим цветовогодопплера/ Цветовая допплерография. Энергетический допплер Триплексный режим	Несоответствие РУ	Соответствие	Несоответствие РУ	Соответствие
Тканевой допплер/Тканевая допплерография.	Соответствие	Соответствие	Несоответствие РУ	Соответствие
Режим визуализации кровотока: Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме недопплеровской визуализации кровотока- / Программное приложение режим визуализации кровотока с высоким разрешением.	Несоответствие РУ	Соответствие	Несоответствие РУ	Соответствие
Функция для оценки сократимости левого желудочка: Устройство для автоматической оценки глобальной сократимости левого желудочка/ Программное приложение для количественного анализа левого предсердия с автоматическим определением границ сердечных камер.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Панорамное сканирование: Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме панорамного сканирования/Программное приложение для панорамной визуализации	Соответствие	Соответствие	Не соответствие РУ	Соответствие

Функция объемной визуализации в реальном времени: Устройство для получения объемных медицинских ультразвуковых изображений в режиме реального времени / Программное приложение режим механической объемной визуализации в реальном времени	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Эластография: Устройство для количественного анализа медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии / Программные приложения для эластографии.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Монитор: Диагональ монитора: Не менее 23.8 дюйма. Сенсорная панель: Сенсорная панель / Сенсорный экран.	Несоответствие РУ	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Порты для: датчиков: Не менее 4 порта/гнезда .	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Вес системы: Не более 104,3 кг. .	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Стандарт DICOM: Устройство, обеспечивающее возможность передачи данных -DICOM/ Стандарт DICOM	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Датчик секторный Диапазон частот: Не менее 2,0, не более 8,0 МГц.	Несоответствие по частотам	Соответствие	Несоответствие по частотам	Соответствие
Конвексньй датчик Диапазон частот: Не менее 1,0, не более 6,0 МГц. Радиус кривизны: Не менее 55 мм.	Несоответствие по частотам	Соответствие	Несоответствие по частотам	Соответствие
Линейный датчик . Диапазон частот: 3,0- 12,0 МГц. Количество элементов датчика: Не менее 160	Соответствие	Соответствие	Несоответствие по частотам	Соответствие
Датчик микро конвексный Диапазон частот: Не менее 2,0, не более 12,0 МГц. Количество элементов датчика: Не менее 160.	Несоответствие по РУ и частотам	Соответствие	Несоответствие по частотам и применению	Соответствие

Функция регистрации физиологических сигналов. Устройство для записи ультразвуковых изображений на DVDдиски/ Устройство видеозаписи DVD	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Устройство видеозаписи DVD Устройство для записи ультразвуковых изображений на DVDдиски/ Устройство видеозаписи DVD	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Принтер Устройство для печати черно-белых медицинских ультразвуковых изображений / Принтер для печати изображений (внешний черно-белый).	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие

Эксперт **Темирбеков Н.Е./**_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651837-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 02-10-2024 14:35:02

Лот № 4651837-Т1

Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651837-Т1 Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями, Мектепхан Абылай – (инженер по обслуживанию медицинского оборудования, ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Мектепхан Абылай

Таблица соответствия
По лоту 4651837-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «SBK STANDARD»**	**ТОО «ADICOM LTD»**	**ТОО «Алма-Мед»**
Предлагаемая модель:	**Рентгеновский комплекс с дистанционным управлением модели FLEXAVISION (модификация F4) № РК МИ (МТ)-0№026010**	**Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением ZEXIRA, с принадлежностями РК- МТ-5№018655**	**Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места OPERA SHARP (варианты исполнений: Opera T90SHX № РК МИ (МТ)-0№025970**
Производитель:	Shimadzu Corporation, Япония	Canon Medical Systems Corporation, Япония	General Medical Merate S.p.A., Италия
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Рентгеновский стол	**Не соответствует** Длина деки стола *не более 210 см*; Максимальный вес пациента (предельная нагрузка на стол) в любом положении стола и без ограничений по перемещению стола –*не менее 150 кг*; *Заявлены не точные характеристики*	**Не соответствует** Длина деки стола *не менее 223 см;* Ширина деки стола *не менее 76 см.* *Заявлены не точные характеристики*	**Не соответствует** **-Требуется:** Ширина деки стола, мм: Не менее 760 мм Заявлено потенциальным поставщиком: Ширина деки стола, мм: 800 мм. Согласно открытых источников ширина карбоновой деки стола **74 см**. https://med-mm.com/rentgenologicheckoe-diagnocticheckoe-oborudovanie?product_id=3163 **-Требуется:** Диапазон наклона стола, градусов: В пределах от -89° до +90°. Заявлено потенциальным поставщиком:

			Диапазон наклона стола, градусов: от -90° до +90°. **-Требуется:** Наклон колонны / штатива для рентгеновской трубки, градусов: Не менее -30 градусов, не более +35 градусов. Заявлено потенциальным поставщиком: Наклон колонны, градусов: -40 градусов/+40 градусов. ***Данная информация подтверждается открытыми источниками.***
Рентгеновский генератор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** **-Требуется:** Размер малого фокусного пятна, мм: Не более 0,4 мм. Размер большого фокусного пятна, мм: Не более 0.8 мм **Заявлено:** Размер малого фокусного пятна, мм: 0,3 мм. Размер большого фокусного пятна, мм: 0.8 мм. ***По информации с открытых источников, данный аппарат снабжается рентгеновскими трубками с фокусными пятнами: Малый фокус 0,6 мм, большой фокус 1,0 мм./1,2мм*** **-Требуется:** Мощность малого фокусного пятно, кВт: Не более 22 кВт.

			Мощность большого фокусного пятна, кВт: Не более 54 кВт. **Заявлено**: Мощность малого фокусного пятна, кВт: 5 кВт. Мощность большого фокусного пятна, кВт: 30 кВт ***По информации с открытых источников*** ***Мощность малого фокусного пятно: 40 кВт*** ***Мощность большого фокусного пятна: 80-100 кВт*** **-Требуется:** Скорость вращения анода, об/мин.: 9700 об/мин. **Заявлено**: Скорость вращения анода, об/мин.: 9700 об/мин. ***По информации с открытых источников*** ***Скорость вращения анода составляет 10 000 об/мин.*** **-Требуется**: Диапазон фокусного расстояния, см: от 110 до 150 см. Заявлено потенциальным поставщиком: Диапазон фокусного расстояния, см: от 115 до 180 см. ***Данная информация подтверждается открытыми источниками.*** **-Требуется**: Диапазон изменения анодного напряжения при

			рентгеноскопии, кВ: Нижнее значение 50 кВ, верхнее значение не менее 120 кВ. ***Заявлено потенциальным поставщиком:*** ***Диапазон изменения анодного напряжения при рентгеноскопии, кВ: 40 - 125 кВ.***
Детектор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Коллиматор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Держатель для эндоскопических устройств	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**
Рабочая станция	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Наличие отдельной емкости для дренажа	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система связи с пациентом	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система обеспечения питания	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт **Мектепхан А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651840-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-10-2024 17:15:03

Лот № 4651840-Т1

Инкубатор для транспортировки новорожденных

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651840-Т1 Инкубатор для транспортировки новорожденных, Рахманова Индира – (Заведущий отделением неонатологии, КГП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Не соответствует
2	191140026492, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС ГРУП"	Соответствует
3	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Рахманова Индира

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС ГРУП"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"**
Предлагаемая модель МТ:	**Транспортный инкубатор модель TI500 Globe-Trotter в комплекте**	**Транспортный инкубатор Атом IncuArch в комплекте**	**Транспортный инкубатор для новорожденных Babynest H-100**
Производитель МТ:	**Draeger Medical Systems, Inc., США**	**Atom Medical Corporation, Япония**	**Ertunc Ozcan, Турция**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок – 1 шт. Основной блок инкубатора/Транспортный инкубатор для новорожденных. Область применения-Педиатрия, неонатология детская реанимация. / ЛПУ (Лечебно-профилактическое учреждение). Концентрация CO2-не более 0,5%. Цветной дисплей/Монитор.	Соответствует	Соответствует	Концентрация CO2-не более 0,5% не указана в ТС. При высокой концентрации приведет к дыхательным нарушением.
Откидные порты доступа – 1 шт. Откидные порты доступа/Проходные порты для шлангов и проводов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка – 1 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Многофункциональная стойка/Стойка для внутривенных вливаний			
Кислородный цилиндр – 1 шт. Кислородный цилиндр/Баллон кислородный.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Редукторы – 1 шт. Редукторы: кислородный, воздушный/Редуктор давления	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки
Воздушный цилиндр – 1 шт. Воздушный цилиндр. / Баллон кислородный/ для сжатого воздуха.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Защитный матрац пациента – 1 шт. Защитный матрац пациента/Матрасик	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки
Держатель головы – 1 шт. Держатель головы/Комплект подушек для позиционирования пациента	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки
Аппарат искусственной вентиляции легких – 1 шт. Аппарат искусственной вентиляции легких/Педиатрический аппарат искусственного дыхания	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мешок Амбу – 1 шт. Мешок Амбу	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки
Комплект шлангов: кислородный, воздушный – 1 шт. Комплект шлангов: кислородный, воздушный	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки воздушный шланг
Отсасыватель – 1 шт. Отсасыватель/Аспиратор	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки

Полка для инструментов малая – 1 шт. Полка для инструментов малая / Полка металлическая для принадлежностей	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки
Датчик температуры кожи многоразовый – 1 шт. Датчик температуры кожи многоразовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик температуры одноразовый – 1 шт. Датчик температуры одноразовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Контур пациента дыхательный – 1 шт. Контур пациента дыхательный одноразовый/Система шлангов пациента (одноразовая).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фильтры антибактериальные – 1 шт. Фильтры антибактериальные /Фильтр воздушный бактериальный.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аккумуляторные батареи – 1 шт. Аккумуляторы	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тестовое легкое ИВЛ – 1 шт. Тестовое легкое ИВЛ / Тестовое легкое, педиатрическое / неонатальное	Соответствует	Соответствует	Отсутствует в комплекте поставки
Лампа освещения – 1 шт. Лампа освещения /Смотровая лампа.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Флоуметр – 1 шт. Флоуметр /Регулятор давления и расходометр	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4651843-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-10-2024 16:05:03

Лот № 4651843-Т1

Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4651843-Т1 Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система, Конысова Софья – (Внештатный радиолог УЗ Атырауской области, Атырауский областной кардиологический центр) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
2	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
3	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
4	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Конысова Софья

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО Unix Pharm	ТОО «Centropharm»	ТОО «DENSAULYQ Life»
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000A в комплекте с принадлежностями	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000
Производитель МТ:	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd,	Shenzhen Angell Technology Co., Ltd.	NA Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Медицинская рентгенографическая система/ Цифровая медицинская рентгенографическая система	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				
Рентгенографический стол снимков/ Фотографическая кровать.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вертикальная стойка снимков/ Баки стенд	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Получение и обработка цифровых изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Система получения и обработки цифровых изображений в комплекте с рабочей станцией, компьютером, монитором/ Система обработки изображений (компьютер главного управления, монитор).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Плоскопанельный детектор/ Плоский рентгеновский детектор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пространственное разрешение: не менее 3,4 пар л/мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Напряжение на аноде не менее 150 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Угол наклона анода не менее 12 градусов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный генератор / Рентгеновский высоковольтный генератор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мощность не менее 50 кВт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон выходного напряжения: в пределах от 40- до 150 кВ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон силы тока: В пределах от 10 до 1000 мА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающая решетка/ Фильтрующая сетка	Соответствует	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Радиационная защита помещения рентгенкабинета должна соответствовать действующим нормам радиационной безопасности и требованиям СанПин. 5-ти проводная схема электропитания - 3 фазы, нейтраль глухозаземленная,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

заземление (вводной кабель по мощности генератора, но не менее 4х35+1х25 м2 меди). Напряжение питания - 380 Вольт Максимальная потребляемая мощность 50 кВт кратковременно Частота питающей сети 50 Гц +\-1%. Допустимые колебания напряжения - +\-10%. Сопротивление сети не более 0,15 Ом.				
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт **ФИО/подпись**