Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652475-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 09-10-2024 18:39:16

Лот № 4652475-Т1

Система для проведения эндоскопической гистероскопии (эндоскопическая стойка)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652475-Т1 Система для проведения эндоскопической гистероскопии (эндоскопическая стойка), Натбаева Ляйла – (Врач Акушер гинеколог, ГКП на ПХВ ОПЦ№2 УЗ ТО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130340013325, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"	Не соотвествует
2	140540025744, Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Соответствует
3	181040021426, Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Натбаева Ляйла

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС"
Предлагаемая модель МТ:	Видеоэндоскопический комплекс для эндохирургических вмешательств	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	Система камер для эндоскопов HD3 спринадлежностями
Производитель МТ:	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, Германия	KARL STORZ SE & Co KG, Германия	NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии. Монитор, диагональ не менее 27 дюймов. Разрешение не менее 1920x1080 пикселей.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стойка передвижная приборная	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель монитора	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Вместо держателя монитора дана дополнительная мобильная стойка для оборудования
Головка камеры	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Блок видеокамеры/ Блок управления камерой.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Источник света LED/светодиодный. Максимальная относительная влажность воздуха в рабочем состоянии, проценты: не более 85%. Лампа: Светодиодная/LED.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком

Световод волоконнооптический / Кабель холодного света. Диаметр, не более 4,8 мм. Длина не менее 300 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
ВЧ-Коагулятор/ Вч-генератор.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Аспирационная и ирригационная помпа/ Помпа. мультифункциональная, для аспирации, для ирригации. Скорость потока ирригации не менее 1.8 л/мин.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Электрод нейтральный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соединительный кабель нейтрального электрода/ Кабель для нейтрального электрода.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Вместо позиции “Соединительный кабель нейтрального электрода» прописан «держатель нейтрального электрода», а это разные по назначению комплектующие
Кабель/ шнур биполярный.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Трубка. Набор трубок для иригации/ Трубка ирригационная, 1шт комплект.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Оптика /Гистероскоп. Угол обзора не менее 30 градусов. Диаметр не более 2,9 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тубус	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Вместо тубуса прописана «внешняя оболочка»
Щипцы. Щипцы, полужесткие, биопсийные и захватывающие. 1шт Длина не менее 34 см.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Вместо «Щипцы, полужесткие, биопсийные и захватывающие. Длина не менее 34 см» указано: Полужесткие захватывающие щипцы, без указания функции биопсии
Щипцы. Щипцы биопсийные, с ложкой / Выкусыватель биопсийный, 1шт ложкообразный не менее 34 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Ножницы. Рабочая длина: не менее 34 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком

Ножницы. Рабочая длина: не менее 34 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Наличие сети 220 Вольт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о	Соответствует	Соответствует	Соответствует

прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652477-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 05-10-2024 14:59:33

Лот № 4652477-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652477-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Айменбетова Улжан – (Врач ультразвуковой диагностики (врач акушер-гинеколог), ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №2" Туркестанской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	991040003090, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTRAL ASIA MEDICAL INDUSTRIES"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Не соотвествует
5	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
6	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
7	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
8	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Айменбетова Улжан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО L-GROUP**	**ТОО "АЛЬЯНС"**	**ТОО "Life Medical Solutions"**	**ТОО ADICOM LTD**	**АО Ордамед**	**ТОО Surgicare Kazakhstan**	**ТОО CENTRAL ASIA MEDICAL INDUSTRIES**	**ТОО QAZMEDEQ**
Предлагаемая модель МТ:	**Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10**	**Ультразвуковая диагностическая система Resona I9 exp в комплекте с принадлежностями**	**Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G86**	**Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850**	**Система диагностическая ультразвуковая стационарная Heka u10**	**Система диагностическая ультразвуковая стационарная HERA W9**	**Logiq P8**	**Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab 9eXP**
Производитель МТ:	GE Healthcare Austria GmbH & Co OG Австрия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd	FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония	АО Ордамед Казахстан	Samsung Medison Co., Ltd., Республика Корея	GE Ultrasound Korea, Ltd	Производитель ESAOTE S.p.A. Страна: Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Консоль ультразвуковая/Основной блок.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует диапазон 280Дб согласно техническому документу производителя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует частота кадров системы – не менее 882 кадров в сек

			https://admin.byork.uz/storage/G86PDF.pdf					(нет данных в тх)
М режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для исследования сердца плода	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Поставщик на все экспертные программы по сердцу плода приложил модуль кардиологических измерений. С данным модулем можно сделать точные замеры тканей, но не получится провести полноценную визуализацию и исследование сердца плода. Некорректное сравнение программ.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Поставщик указал в основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как комплектующее
Программное обеспечение измерения левого желудочка плода	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил абсолютно другую программу. Приложить правильную программу.	Не соответствует Поставщик на все экспертные программы сердца плода приложил модуль кардиологических измерений.	Соответствует	Не соответствует Приложена несоответствующая программа	Не соответствует Приложена несоответствующая программа, Согласно источнику: https://ordamed.kz/catalog/optsii/modul_3dmxi_2/	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Поставщик указал в основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как

			С данным модулем можно сделать точные замеры тканей сердца, но не получится смотреть и исследовать сердце плода. Некорректное сравнение программ.			3D MXI опция - мульти-объемная ультразвуковая томография. В требованиях тх требуется программа по исследованиям сердца плода.		комплектующее - нет подтверждения о наличии в РУ
Функция, для оптимизации объемного изображения	Соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Поставщик указал в основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как комплектующее
Устройство ускорения производительности	Соответствует	соответствует	Не соответствует В требованиях ТХ это отдельная программа. Нет в РУ	Соответствует	Не соответствует дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ	Не соответствует дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ
Программное обеспечение DICOM	Соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно	Соответствует

							провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	
Функция встроенная, обеспечивающая запись на DVD и USB -устройства	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил внешний блок, а по требованиям нужна опция для возможности записывать в режиме реального времени процесс исследования в саму узи систему.	Не соответствует Поставщик приложил внешний блок, а по требованиям нужна опция для возможности записывать в режиме реального времени процесс исследования в саму узи систему.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ
Монитор	Соответствует	соответствует	соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Нет данных по разрешению и наклону
Постоянно-волновой допплер	Соответствует	соответствует	Не соответствует В требованиях ТХ это отдельная программа. Нет в РУ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли

								- нет подтверждения о наличии в РУ
Функция, встроенная для работы с объемными изображениями	Соответствует	Не соответствует программа TEE не используется в акушерстве, профиль предложенной поставщиком программы кардиологические чреспищеводные объемные исследования С чреспищеводными датчиками	Не соответствует Отсутствует в РУ	Соответствует	Не соответствует невозможно провести оценку, поставщик предоставил два варианта в описании	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	соответствует
Работа с данными	Соответствует	Не соответствует Поставщик модули DICOM В данной опции запрошена программа для структурированного отчета врача для создания предустановленных настроек и протоколов исследования	Не соответствует Поставщик указал в основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как комплектующее.	Соответствует	Не соответствует невозможно провести оценку, поставщик предоставил два варианта в описании	Не соответствует невозможно провести оценку, поставщик предоставил два варианта в описании	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Поставщик указал в основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как комплектующее
Функция, обеспечивающая	Соответствует	соответствует	Не соответствует Поставщик указал в	Соответствует	Не соответствует Нет в тх	Не соответствует Нет в тх	Не соответствует невозможно	Не соответствует Поставщик указал в

дополнительную защиту данных			основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как комплектующее				провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	основном блоке, в требованиях ТХ данная опция прописана как комплектующее
Программное обеспечение для визуализации низкоскоростных потоков крови	Соответствует	Не соответствует. Поставщик указал программу неакушерского профиля.	Не соответствует Поставщик приложил модуль измерения сосудов. В узи исследованиях модули измерения и ПО для визуализации выполняют разный функционал, это разные категории.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ
Оценка сердечно-сосудистой системы плода	Соответствует	Не соответствует. Поставщик указал программу для ангиологии, применяемую у взрослых пациентов. В требованиях прописана опция для сердечно-сосудистой	Не соответствует Поставщик на все экспертные программы сердца плода приложил модуль кардиологических измерений. С данным модулем можно сделать точные замеры	Соответствует	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая заявлена как комплектующее. Поставщик указал в основной консоли и - нет подтверждения о наличии в РУ	Не соответствует Не предоставлены данные в тх	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ

		системы плода для акушерского профиля.	тканей сердца, но не получится смотреть сердце плода. Некорректное сравнение программ.					
Функция расчета объема анатомических структур	Соответствует	соответствует	Не соответствует Поставщик указывает программу, по которой невозможно провести сравнение или оценку	Соответствует	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая заявлена как комплектующее. Поставщик указал в основной консоли и - нет подтверждения о наличии в РУ	Не соответствует Нет данных в тх	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ
Функция для регистрации работы сердца плода	Соответствует	Не соответствует Поставщик приложил абсолютно другую программу. Приложить правильную программу.	Не соответствует Поставщик на все экспертные программы сердца плода приложил модуль кардиологических измерений. С данным модулем можно сделать точные замеры тканей сердца, но не получится смотреть сердце плода.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ

			Некорректное сравнение программ.					
Функция автоматического измерения структур плода	Соответствует	соответствует	Не соответствует Поставщик прикладывает модуль 3/4Д. невозможно провести сравнение или оценку так как это разные программы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку, поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не соответствует Это экспертная дополнительная опция, которая не идет в основной консоли - нет подтверждения о наличии в РУ
Датчик конвексный: Диапазон частот не менее 2 не более 8 МГц. Угол сканирования не менее 70 градусов.	Соответствует	Не соответствует угол сканирования диапазон частот датчика SC8-2s: 1,8–8,2 МГЦ. Согласно официальному сайту производителя https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/image	Соответствует	Соответствует	Не соответствует диапазон 2-9 мгц	Не соответствует диапазон 2-9 мгц	Соответствует	Не соответствует диапазон 1–8 МГЦ, угод сканирования 65 градусов

		s/pdf/Resonsal9 TransducerFlyer -40605.pdf						
Датчик микроконвексный: Диапазон частот-не менее 4 не более 10 МГц. Угол сканирования -не менее 65 градусов	Соответствует	Не Соответствует В требованиях заявлен микроконвексный датчик, поставщик приложил датчик конвексный	Не соответствует Согласно открытым источникам, датчик G4-9E 3 – 10 МГц https://www.scribd.com/document/558261152/TRANDUCTORES-Ultrasonido-VINNO	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует диапазон 3 -11 Мгц, радиус кривизны 10 градусов
Датчик объемный конвексный: Диапазон частот -не менее 2 не более 8 МГц. Угол сканирования не менее 70 градусов.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот датчика SD8-1s: 1,8–8,2 МГЦ. Согласно официальному сайту производителя https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/Resonsal9	Не соответствует Согласно открытым источникам D3-6CE Диапазон • range: 1.9 -7 Мгц Угол сканирования 68 градусов https://www.scribd.com/document/558261152/TRANDUCTORES-Ultrasonido-VINNO	Соответствует	Не соответствует диапазон 1–8 мгц	Не соответствует диапазон 1–8 мгц	Соответствует	Не соответствует диапазон 1–8 Мгц

		TransducerFlyer-40605.pdf						
Датчик линейный: Диапазон частот не менее 3 не более 10 МГц. Апертура не менее 38 мм.	Соответствует	Не соответствует диапазон частот датчика L9-3s: 2,5–9,0 МГЦ. Согласно официальному сайту производителя https://www.mindray.com/etc.clientlibs/xpace/clientlibs/clientlib-site/resources/plugins/web/viewer.html?file=/content/dam/xpace/en_us/products-solutions/products/ultrasound-machines/images/pdf/Resonsal9TransducerFlyer-40605.pdf	Соответствует	Соответствует	Не соответствует диапазон 3–12 мгц	Не соответствует диапазон 3–12 мгц	Соответствует	Не соответствует диапазон 4–15 мгц,
Принтер для печати черно-белый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку,	Соответствует
Держатель для датчиков	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	поставщик не предоставил свой вариант по пункту	Не Соответствует Не в РУ
Блок ЭКГ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, невозможно провести оценку,	Не Соответствует Поставщик приложил кабель ЭКГ,

								модуль ЭКГ и кабель — это разные вещи

Заключение: Просьба организаторов перепроверить предоставленные данные от поставщиков на достоверность. Приложены противоречивые и сомнительные данные у нескольких поставщиков. С учетом наших задач по раннему выявлению врожденных пороков плода и учитывая специфику высокой рождаемости в нашем регионе для центров охраны плода нашей области необходима узи система экспертного класса акушерского профиля, соответствующая по требованиям в ТХ.

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652481-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 13:04:18

Лот № 4652481-T1

Видеоэндоскопический комплекс (лапорооскопические и торакоскопические операции)

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652481-T1 Видеоэндоскопический комплекс (лапорооскопические и торакоскопические операции), Оразбаков Жангирхан – (врач хирург, Кентауская центральная городская больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540025744, Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	Соответствует
2	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует
3	181040021426, Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Оразбаков Жангирхан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan"	Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP"	ТОО "Health Equip"
Предлагаемая модель МТ:	Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями	Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств	**Система видеоэндоскопическая серии Evis X1** в комплекте с принадлежностями
Производитель МТ:	Olympus Medical System Corp., Япония	KARL STORZ SE & Co KG, Германия	Olympus Medical Systems Corp., Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Головка видеокамеры. Видеоголовка эндоскопическая / Головка камеры. 1шт Разрешающая способность не менее 4К.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Блок камеры / Видеоцентр.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эндоскопическая камера	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Монитор. Диагональ не менее 31 дюйм. Разрешение 4К/3D.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Не указано разрешение 3D на мониторе
Монитор. Диагональ не менее 43’’. Разрешающая способность 1шт 4К.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Оптика (телескопы). Оптика/телескоп. Угол обзора 30 градусов. Диаметр 10 мм. Длина не менее 310 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Оптика (телескопы). Оптика/телескоп. Угол обзора 30 градусов. Диаметр не менее 5 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком

Оптика (телескопы). Оптика/телескоп. Угол обзора 45 градусов. Диаметр 10 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Оптика (телескопы). Оптика/телескоп. Угол обзора 0 градусов. Диаметр 10 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Видеоэндоскоп/ Видеотелескоп. Угол обзора 0°. Формат изображения 3D.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Источник света	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Держатель монитора	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Световодный кабель/ Световод. Диаметр не более 4,8 мм. Длина не менее 3 м.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Насос эндоскопический. Насос / Помпа.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Помпа. Ирригационная помпа/ Насос для ирригации.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
ВЧ-прибор. ВЧ-коагулятор/ ВЧ-блок.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Педаль одинарная электрокоагулятора. Одинарная педаль/ Переключатель ножной одинарный	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Педаль двойная электрокоагулятора. Педаль двойная/ Переключатель ножной двойной.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Фильтр	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком

Трубка для ирригации / Шланг для ирригации.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Кабель. Шнур высокочастотный монополярный/ ВЧ-кабель монополярный.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Кабель. Шнур высокочастотный биполярный/ ВЧ-кабель: биполярный.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Трубка для аспирации	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Игла Вереша. Игла Вереша, для пневмоперитонеума, длина не менее 1шт 12 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Электрод. Электрод монополярный/ ВЧ-электрод монополярный. Диаметр не более 5 мм. Длина не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Щипцы. Размер не более 5 мм, не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Щипцы. Размер не более 5 мм, не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Щипцы. Размер не более 5 мм, не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Щипцы. Размер не более 5 мм, не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Щипцы. Размер не более 5 мм, не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Ножницы. Размер не более 5 мм, не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Щипцы. Щипцы биполярные. Диаметр не более 5 мм. Длина не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком

Проталкиватель узлов. Узлопроталкиватель/проводник узелков.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Иглодержатель. Иглодержатель. Диам. не более 5 мм. Длина не менее 33 см.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Корзина. Корзина хранения/ Инструментальная корзина.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Контейнер. Контейнер, для стерилизации / Контейнер стерилизационный.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Клипатор. Аппликатор клипс/ Клипатор.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Трокар. Троакар/ Троакарная трубка. Диам. не менее 11 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Трокар. Троакар/ Троакарная трубка. Диам. не менее 5,5 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Трокар. Троакар/ Троакарная трубка. Диам. не менее 13 мм.	Соответствует	Соответствует	Данной позиции нет в списке, представленном потенциальным поставщиком
Наличие сети 220 Вольт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или	Соответствует	Соответствует	Соответствует

трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие			

данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт **Оразбаков Ж.Б.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652482-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 12:58:16

Лот № 4652482-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652482-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Жумашев Ержан – (врач эндоскопист, Кентауская центральная городская больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
3	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Не соотвествует
4	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Соответствует
5	240440015417, Товарищество с ограниченной ответственностью "Top Service Plus"	Не соотвествует
6	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жумашев Ержан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Q-MED LLC"	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО «Top Service Plus»	ТОО «Centropharm»	ТОО "UNIX Pharm"	ТОО «QazMedEQ»
Предлагаемая модель МТ:	Видеогастроскоп, вариант исполнения: VGT-Q30J с системой видео эндоскопической	Система видеоэндоскопическая «HD-550» с принадлежностями	Видео гастроскопы, варианты исполнения: VGT-Q30 с системой видео эндоскопической	Видеоинформационный центр	Видео гастроскопы, варианты исполнения: VGT-Q30J с системой видео эндоскопической	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000
Производитель МТ:	Шанхай Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.,	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.	Olympus Medical Systems Corp.	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.	FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Основой блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим визуализации: Встроенный оптический узкоспектральный режим для визуализации поверхностных сосудов и структуры слизистой и дифферинциальной диагностики полипов, аденом и раннего рака / обработка изображения в специальном	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки.						
Функция стоп-кадра: Остановка кадра / Функция стоп-кадра.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Встроенный источник света.	Не соответствует Согласно техническому заданию требуется встроенный источник света, в технической спецификации поставщика источник света не встроенный.	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения в разделе комплектность МИ отдельно указан осветитель это подтверждает, что источник света не встроенный как требуется в техническом задании. Так же то что источник света не встроенный подтверждают фотографии аппарата из интернет источников и на сайте производителя.	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения в разделе комплектность МИ отдельно указан осветитель это подтверждает, что источник света не встроенный как требуется в техническом задании. Так же то что источник света не встроенный подтверждают фотографии аппарата из интернет источников и на сайте производителя.	Соответствует	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения в разделе комплектность МИ отдельно указан осветитель это подтверждает, что источник света не встроенный как требуется в техническом задании. Так же то что источник света не встроенный подтверждают фотографии аппарата из интернет источников и на сайте производителя.	Соответствует
Функция увеличения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Слот памяти.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранение данных пациентов: не менее 45.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция увеличения изображения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Диагональ: не менее 26 дюймов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение: не менее 1920 х 1080.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка/ Столы подставки для медицинской аппаратуры	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеогастроскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гастроскоп/ Гастровидеоскоп.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.						
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к						

рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя						

Эксперт **Жумашев Е.И.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652484-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 17:05:12

Лот № 4652484-Т1

Аппарат искусственного кровообращения

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652484-Т1 Аппарат искусственного кровообращения, Сатыбалдин Ертай – (анестезиолог - реаниматолог (перфузиолог). , ГКП на ПХВ Областной кардиологический центр УЗ ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	071040004864, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ix.kz" (Ай икс кей зэт)	Соответствует
2	181040017666, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARTIMED"	Не соотвествует
3	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сатыбалдин Ертай

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ix.kz»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ArtiMed»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Health Equip»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат искусственного кровообращения Система S5. Регистрационное удостоверение: № РК-МТ-7№009438. Дата регистрации: 05.07.2023г.	Аппарат искусственного кровообращения HL20 с аппаратом терморегулирующим HCU 40. Регистрационное удостоверение: № РК-МИ(МТ) - №022941 от 07.10.2021г.	Аппарат искусственного кровообращения Система S5. Регистрационное удостоверение: № РК-МТ-7№009438. Дата регистрации: 05.07.2023г.
Производитель МТ:	Производитель: Liva Nova Deutschland GmbH, Германия.	Страна происхождения: Германия. Завод изготовитель: MAQUET Cardiopulmonary GmbH.	Производитель: Liva Nova Deutschland GmbH, Германия.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
1. Консоль	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Размер № 3. Роликовый насос 3.
2. Аппарат для гипотермии	Соответствует	Не соответствует. Поток крови через магистрали через роликовый насос (для магистрали ½ Дюйма): 11,5 л/мин.	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и	Соответствует	Соответствует	Соответствует

должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированн ыми специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность,			

чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт Сомтакедин Д.С. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652485-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 08-10-2024 09:18:09

Лот № 4652485-T1

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652485-T1 Передвижной рентгеновский аппарат, Гусманов Бекет – (Врач рентгенолог, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Соответствует
2	031140000665, Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированное Медицинское Обеспечение"	Соответствует
3	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Гусманов Бекет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ	ТОО «Специализированное Медицинское Обеспечение»	ТОО «Алма-Мед».	Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"
Предлагаемая модель МТ:	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D	Цифровая медицинская рентгенографическая система Angell Mobile DP326B	Передвижной рентгеновский аппарат MAC: вариант исполнения MAC-R32D	Мобильная цифровая рентгенографическая система MobileCooper
Производитель МТ:	General Medical Merate S.p.A., Италия.	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	General Medical Merate S.p.A., Италия	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
1.Рентгеновская трубка Рентгеновская трубка. Тип анода – вращающийся. Скорость	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

вращения анода не менее 3000 об/мин. Размер фокусных пятен: малый фокус не более 0,6 мм, Большой фокус не менее 1,0 мм. Максимальная теплоемкость анода не менее 107 KHu. 1 шт				
2 .Цифровой плоскопанельный детектор Цифровой плоскопанельный детектор. Размер детектора: 35x43 см. Сенсорный экран. Экран, дюйм: 19 дюймов. Тормозная система. Ручка с тормозом/ Ручной тормоз 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

3. Генератор Генератор. Мощность генератора, кВт: 32 кВт Максимальный анодный ток не менее 400 мА Диапазон напряжения: нижний предел не менее 40 кВ, верхний предел не более 150 кВ Диапазон мАс: нижний предел не более 0,5, мАс, верхний предел не менее 320 мАс. Электропитание: не менее 220 В. 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (мощность генератора 40 кВт)
4.Коллиматор Коллиматор 1 шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

230 В ± 10%, 50/60 Гц, розетка с заземлением. Условия транспортировки: Температура:-10 - +60 градусов; Относительная влажность: 10 90%. Условия хранения: Рекомендуемая температура 0 °C / 40 °C. Относительная влажность 20% / 90%. Атмосферное давление 500 гПа/1060 гПа				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской				

техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Требования к сопутствующим услугам Каждый комплект товара снабжается комплектом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное				

обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции				

оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на				

соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт Гусманов Бекет Хабиевич **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652488-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 09:44:13

Лот № 4652488-Т1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652488-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями, Касенова Маржан – (Врач УЗИ, КГП на ПХВ "Поликлиника №1") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
3	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
5	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
6	120140013841, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН)	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Касенова Маржан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «TND»	ТОО «ZEIN INVEST»	АО «Ordamed»	ТОО «Альянс»	ТОО "Surgicare Kazakhstan"	ТОО "Life Medical Solutions"
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HEKA u7	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии: Consona N8, в комплекте с принадлежностями	Система диагностическая ультразвуковая стационарная V модели V6	Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65
Производитель МТ:	Philips Ultrasound LLC., США	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	Samsung Medison Co.,Ltd., Республика Корея	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD. Китай	Samsung Medison Co.,Ltd. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.КИТАЙ
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Основные типы датчиков: Объемные, линейный, секторный, конвексный, микроконвексный внутриполостной	Соответствует	Соответствует	Отсутствует регистрационное удостоверение в реестре ЛС и МТ. РУ отозвано.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режимы работы: М-режим, Цветовое допплеровское картирование (ЦДК),	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует

Спектральный допплер, Энергетический допплер.						
Акушерство. Гинекология.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эхокардиография детей/ Кардиологические исследования детей	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эхокардиография взрослых / Кардиологические исследования взрослых.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Педиатрия.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Простата / Урология.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Четырехмерная визуализация в реальном времени: Четырехмерная визуализация в реальном времени и многоплоскостные проекции/ Получения объемных медицинских ультразвуковых изображений в	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует

реальном масштабе времени 4D.						
Эхокардиография плода: Фетальная эхокардиография/ Пространственно-временная корреляция изображения.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стресс-эхокардиография.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Визуализация кровотока.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Автоматический количественный анализа толщины комплекса интима-медиа	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эластография. Эластография сдвига боковой волны.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Непрерывно-волновая допплерография.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение автоматической оптимизации изображения/ Программы оптимизации и	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует

обработки медицинских ультразвуковых изображений						
Панорамное сканирование.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное приложение для левого желудочка: Программное приложение AutoStrain для левого желудочка/ Фракции выброса для левого желудочка.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Не соответствует, Отсутствует в РУ
Модуль автоматического количественного анализа визуализации: Модуль автоматического количественного анализа микроваскулярной визуализации / Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в УЗИ с	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует

контрастированием.						
DICOM.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель ЭКГ магистральный для взрослых, для детей / Кабели для устройства, обеспечивающего регистрацию физиологических сигналов.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер для печати изображений	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи DVD	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор не менее 21,5 дюймов. Не менее 4 гнезда/ порта.	Соответствует	Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт **Касенова М. М**

1. На систему диагностическую ультразвуковую стационарную HEKA u7 отозвано регистрационное удостоверение.
2. Система ультразвуковой диагностики стационарная VINNO, в вариантах исполнения: G65 – в РУ отсутствует Автострейн левого желудочка.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652489-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 09:01:28

Лот № 4652489-T1

Медицинская рентгенографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652489-T1 Медицинская рентгенографическая система, Бекбатырова Оразгайша – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ "Поликлиника №1") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	081140016571, Товарищество с ограниченной ответственностью "АсКай"	Соответствует
2	050940004658, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед"	Соответствует
3	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
5	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
6	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бекбатырова Оразгайша

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
№ лота 4652489-Т1
Медицинская рентгенографическая система с флюорографическим режимом
КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» УЗ области Абай
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Алма-Мед»**	**ТОО «АЛЬЯНС»**	**ТОО «Life Medical Solutions»**	**ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»**	**ТОО «ДАЛ КАЗАХСТАН»**	**ТОО «АсКай»**
Предлагаемая модель МТ:	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 NA	Система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView9	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000A в комплекте с принадлежностями РК МИ (МТ)-0№026055	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Цифровая рентгенографическая система SONTU100-RAD(d)-I	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 NA
Производитель МТ:	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd, Китай РК МИ (МТ)-0 № 025976	Ecoray Co., LTD, Корея РК-МТ-7№ 010772	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай РК МИ (МТ)-0№024427	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co.,Ltd., Китай РКМИ(МТ)-0№024744	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd, Китай РК МИ (МТ)-0 № 025976
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Генератор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Соответствует**	**Соответствует**
Колонна рентгеновской трубки	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Не соответствует.** Поставщиком не указаны точные значения параметров колонны рентгеновской трубки, а именно: «Вертикальное перемещение излучателя, не менее 1230 мм. Продольное передвижение колонны с рентгентрубкой, не менее 1420 мм	**Соответствует**

					Вращение р/трубки, не менее +180 град /не более-120 град»	
Стол пациента	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Соответствует**	**Соответствует**
Детектор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Поставщиком предлагается детектор с размером пикселя 140 мкм, требуется размер пикселя. 139 мкм	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Соответствует**	**Соответствует**
Коллиматор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Стойка детектора	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Соответствует**	**Соответствует**
Система цифровой обработки изображения с рабочей станцией	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует.** Наименование комплектующего не соответствует РУ РК МИ (МТ)-0№024427	**Соответствует**	**Соответствует**
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Технические требования к электропитанию и заземлению. 1. Для подключения оборудования требуется 5-ти проводная схема электропитания - 3 фазы, нейтраль глухозаземленная, заземление (вводной кабель по мощности генератора, но не менее 4х25+1х25 м2 меди). 2. Напряжение питания - 380 Вольт. 3. Допустимые колебания напряжения - +\-10%. В случае	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

превышения пределов колебаний напряжения необходима установка стабилизаторов питания или источников бесперебойного питания. 4. питающей сети 50 Гц +\- 1%. 5. Максимальная потребляемая мощность 50 кВт кратковременно. 6. Сопротивление сети не более 0,15 Ом. 7. Для обеспечения нормальной работы аппаратуры требуется провести отдельный кабель от фидера с сечением, обеспечивающим потребляемую мощность и межфазным сопротивлением не выше указанного в п.6. 8. По способу защиты от поражения электрическим током аппарат относится к классу 1 тип В по ГОСТ 3032U.0. Для нормальной работы оборудования необходим отдельный контур заземления с сопротивлением растеканию согласно СНиП не более 4 Ом. На шине заземления должно быть предусмотрено место для подключения оборудования (болт с гайкой).			

Эксперт

Бекбатырова О. А.

«10» октября 2024 г.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652490-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 15:45:15

Лот № 4652490-Т1

Медицинский диагностический рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652490-Т1 Медицинский диагностический рентгеновский аппарат , Жакенбаева Назигуль – (Врач рентгенолог Жакенбаева Н.Б., «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай») пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990340000440, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД"	Не соотвествует
2	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
3	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
4	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
6	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
7	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует
8	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Жакенбаева Назигуль

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

Лот № 4652490-Т1

(заполняется на каждый лот)

Наименование потенциальных поставщиков:	**ТОО «Фирма Азия МЕД»**	**ТОО «Labtronic»**	**ТОО «ДАЛ Казахстан»**	**ТОО «Альянс»**	**ТОО «Liife Medical Solutions»**	**ТОО «Неомедикал»**	**АО «Ordamed»**	**ТОО «Q-MedKZ»**
Предлагаемая модель МТ:	ASR6850-P цифровая рентгенографическая система	Радиографическая система серии JUMONG General	Цифровая рентгенографическая система SONTU100-RAD(d)-I	Медицинская рентгенографическая система New Oriental 1000 NA	Система цифровой рентгенографии PerfoX в вариантах исполнениях: PerfoX 3000A в комплекте с принадлежностями	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DFM818	Радиографическая система серии Atomix X1	Цифровая медицинская рентгенографическая система uDR 266i
Производитель МТ:	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd. Китай	SG Healthcare Co., Ltd. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co.,Ltd. Китай	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. Китай	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	АО Ordamed, Казахстан	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Трубка рентгеновская/Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Стойка вертикальная/Напольно-рельсовая стойка	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ стойка не указана	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ стойка не указана	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	Соответствует
Коллиматор ручной/ мануальный	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стол пациента/6-позиционный рентгеновский стол пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Детектор беспроводной	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ не указано что детектор беспроводной	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ не указано что детектор беспроводной	Соответствует	Соответствует
Генератор рентгеновский	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Переключатель педальный/Ножной переключатель	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** Требуется педальный либо ножной переключатель, на сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ указан как переключатель управления	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации
Пульт управления /Панель управления	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	комплектность МИ нет информации				МИ нет информации			
Переключатель ручной/ Ручной переключатель	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС
Ручки опорные для пациента/Р-образная боковая опора для пациента	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** ТС потенциального поставщика указана Рама нет подтверждения, что это опара для пациента	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС
Держатель для детектора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** Отсутствует информация в ТС	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации
Станция формирования изображений с базовым программным обеспечением/Рабочая станция для получения и обработки изображений	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует:** На сайте NDDA.KZ в разделе комплектность МИ нет информации	Соответствует	Соответствует

Примечание: АО «Ordamed» Регистрационное удостоверение приостановлено

ЭКСПЕРТ **Жакенбаева Н. Б.** _____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652491-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2024 10:09:02

Лот № 4652491-T1

Мобильная цифровая рентгеноскопическая система типа С-дуга

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652491-T1 Мобильная цифровая рентгеноскопическая система типа С-дуга, Арынов Жандос – (Заведующий отделением диагностики, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
3	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Соответствует
4	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Арынов Жандос

Таблица соответствия
По лоту 4652491-Т1

Мощность генератора для рентгеновского оборудования является важным параметром при рентген исследованиях. Мощность генератора у «**EXTRON 5**» производителя DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ меньше в 5 раз, чем требуется заявленной технической спецификацией.

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «КЫЗЫЛ ЖАР COMPANY»**	**ТОО «ADICOM LTD»**	**ТОО "АЛАШ-KZ"**	**ТОО "Health Equip"**
Предлагаемая модель:	**Рентгеновский аппарат "Alien X" с С-дугой № РК-МТ-5№021241**	**Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в вариантах исполнения RADIUS XP РК-МТ-5№ 021021**	**Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5 № РК МИ (МТ)-0№027833**	**Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5 № РК МИ (МТ)-0№027833**
Производитель:	Eurocolumbus s.r.l., ИТАЛИЯ	Intermedical s.r.l., ИТАЛИЯ.	DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок (шасси)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Габариты: Ширина х длина х высота 841 мм х 1980 мм х 1620 мм. **согласно ТС, требуется:**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Габариты: Ширина х длина х высота 841 мм х 1980 мм х 1620 мм. **согласно ТС, требуется:**

			Габариты: Ширина х длина х высота не более 860 мм х 1980 мм х 1810 мм. **<u>Согласно открытых источников: высота 1621,5 мм, длина 2042 мм, ширина 830 мм.</u>** Заявлено потенциальным поставщиком: Горизонтальное перемещение, мм.: 210 мм. **согласно ТС, требуется:** Горизонтальное перемещение, мм.: не менее 210 мм **<u>Согласно открытых источников: Горизонтальное перемещение 200 мм/</u>** Орбитальное перемещение: - - 45°, не более +120°.	Габариты: Ширина х длина х высота не более 860 мм х 1980 мм х 1810 мм. **<u>Согласно открытых источников: высота 1621,5 мм, длина 2042 мм, ширина 830 мм.</u>** Заявлено потенциальным поставщиком: Горизонтальное перемещение, мм.: 210 мм. **согласно ТС, требуется:** Горизонтальное перемещение, мм.: не менее 210 мм **<u>Согласно открытых источников: Горизонтальное перемещение 200 мм/</u>** Орбитальное перемещение: - 45°, не более +120°.
Монитор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Монитор оператора	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Педаль	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Устройство записи	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Флэт-панель (детектор)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселей **согласно ТС, требуется:** Разрешение, пикселей: 1536x1536 пикселей. **Выходит за пределы требуемых характеристик** *Заявленное разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселей подтверждается информации с открытых источников* **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселей **согласно ТС, требуется:** Разрешение, пикселей: 1536x1536 пикселей. **Выходит за пределы требуемых характеристик** *Заявленное разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселей подтверждается информации с открытых источников* **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**
Генератор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Мощность, кВт.: 4,8 кВт. **согласно ТС, требуется:** Мощность, кВт.: Не менее 25 кВт.	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Мощность, кВт.: 4,8 кВт. **согласно ТС, требуется:** Мощность, кВт.: Не менее 25 кВт.

			Заявленная фактическая мощность, кВт.: 4,8 кВт. подтверждается информации с открытых источников **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**	*Заявленная фактическая мощность, кВт.: 4,8 кВт. подтверждается информации с открытых источников* **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**
Коллиматор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

"Согласно требованиям технической спецификации объявления, комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова ""не более"", ""не менее"", ""/"", ""или"", из альтернативных вариантов комплектации (предусмотренных согласно технической спецификации объявления) в технической спецификации поставщика должны содержаться конкретные предлагаемые к поставке параметры/характеристики/комплектующие.

Эксперт **Арынов Ж.К.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652493-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 12-10-2024 13:31:54

Лот № 4652493-T1

Ультразвуковая медицинская диагностическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652493-T1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система, Алиева Айсулу – (Врач УЗИ, ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150440021948, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM"	Соответствует
2	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Соответствует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Алиева Айсулу

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "Centropharm"	ТОО "QAZMEDEQ"	ТОО "Life Medical Solutions"
Предлагаемая модель МТ:	Диагностическая ультразвуковая система ARIETTA Prologue	Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™ Omega с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система VINNO E35
Производитель МТ:	Hitachi, Ltd. Япония	ESAOTE S.p.A. Италия	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Монитор. Размер: не менее 11.6 дюймов. Разрешение монитора: не менее 1920x1080. Сенсорный экран. В-режим М-режим Импульсно-волновой допплер. Цветовой допплер. Технология контрастного улучшения визуализации тканей: Визуализации тканей/ Тканевый доплер. Постоянно-волновой допплер: постоянно-волновой допплер. Режим реального времени. Поддержка внешних USB. Хранение в форматах DICOM. Архивация статичных изображений: Архив. Внешние разъемы для подключений HDMI: разъемы HDMI. Порт для подключения USB.	Монитор. Размер: 11.6 дюймов. Разрешение монитора: 1920x1080. Сенсорный экран. В-режим М-режим Импульсно-волновой допплер. Режим цветного допплера. Технология контрастного улучшения визуализации тканей: Тканевый доплер. Постоянно-волновой допплер: Постоянно- волновой (CW) режим Режим реального времени. Поддержка внешних USB. Хранение в форматах DICOM. Архивация статичных изображений: Архив. Внешние разъемы для подключений HDMI: разъемы HDMI. Порт для подключения USB. Абдоминальные и урологические	Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса. Основные области клинического использования: предназначена для общих и специализированных ультразвуковых диагностических исследований как в условиях диагностического кабинета, стационара, реанимационного отделения или операционного блока, так и на выезде в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков. Области клинического применения:, абдоминальные исследования, гинекология, акушерство, фетальные исследования, эхокардиография плода, исследования поверхностно расположенных органов, исследование малых органов, исследования скелетно-мышечной системы, исследования сердечно-сосудистой системы, ангиология, исследование периферических сосудов,	В-режим М-режим Импульсно-волновой допплер. Цветовой допплер. Постоянно-волновой допплер: постоянно-волновой допплер Режим реального времени. Поддержка внешних USB Архивация статичных изображений: Архив. Внешние разъемы для подключений HDMI: разъемы HDMI. Порт для подключения USB. Абдоминальные и урологические исследования. Исследование сосудов. Исследования в акушерстве и гинекологии. Исследования в кардиологии. Тележка

Абдоминальные и урологические исследования. Исследование сосудов. Исследования в акушерстве и гинекологии. Исследования в кардиологии. Термопринтер черно-белый.	исследования. Исследование сосудов. Исследования в акушерстве и гинекологии. Исследования в кардиологии. Термопринтер черно-белый.	эхокардиография взрослых и детей, педиатрия, неонатология, транскраниальные исследования, неврология, маммология, урология, интраоперационные (абдоминальные) исследования, лапароскопические исследования, чрезпищеводное исследование сердца. Проведение малоинвазивных процедур под контролем ультразвуковой визуализации. Основные характеристики ультразвуковой системы: Цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча, количество физических каналов передачи 1024, количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи 4 000 000, динамический диапазон 300 дБ, цифровое формирование луча на приеме и передаче, широкополосное и мультичастотное сканирование, параллельная обработка эхо-сигналов, квадратурная обработка эхо-сигналов, максимальная глубина сканирования 41,4 см. Монитор диагональю 15,6 дюймов широкоэкранный высокого разрешения, разрешение монитора 1920x1080 32bit (FullHD), регулировка яркости монитора – цифровое. Отображение информации на мониторе: Выбранная область применения, Дата и время исследования, Используемый датчик, Ориентация датчика (поле), Диапазон рабочих частот, Выбранная центральная частота, Акустическая мощность, Номер серой карты, Динамический диапазон, Уровень сжатия, Усиление, алгоритм сложной обработки изображений в режиме реального времени, многолучевое сложносоставное	

		сканирование, Глубина сканирования, Фокус (положение, позиция), Угол допплера, Фильтры спектрального допплеровского картирования, Эластография, Размер и глубина, Частота кадров, диапазон частоты доплера, Усиление серой шкалы, Усиление CFM, Энергетического и Постоянноволнового допплера, Данные пациента, Данные медицинского учреждения, Отметки по области исследования, Статус цифровой печати и хранения информации, Статус передачи данных, ЧСС, Таймер, Значки батареи, Значки периферийных устройств, Варианты носителей, Состояние сети, Индикация времени сдвига на трассировке. Сенсорный командный экран – наличие; Разрешение: 1024x600, 32бит; Регулировка яркости – наличие; Размеры, см: 19.5x11.8 (7.7x4,6 дюйма), Диагональ, дюймов – 8.9. Поддержка режимов: B-режим (2D); Окрашивание 2D, M-режим, Анатомический M-режим, режим Энергетического и непрерывноволнового допплера, Режим импульсно-волнового допплера, Невизуальный постоянный допплер, Цветное допплеровское картирование, Цветовой доплер Энергетический допплер, Направленный энергетический допплер, Режим недопплеровского картирования, Режим исследования микрососудов; Улучшенный тканевый допплер, Кодирование с фазовой инверсией, ЭКГ, Биометрия, Анатомический M-режим, Режим трапециевидного (виртуального конвексного) сканирования для линейных датчиков, Многолучевое сложносоставное сканирование для линейных, конвексных и микроконвексных датчиков, Панорамное	

		сканирование, Технология контрастного улучшения визуализации тканей; Режим трех и четырехмерной визуализации (3D/4D); Возможность подключения режима для исследования сердца плода, Режим эластографии, Режим оценки степени васкуляризации новообразований по гемодинамике в мелких сосудах; Режим расчета фракции выброса левого желудочка нажатием одной кнопки Режимы сканирования: В-режим (2D): Угол обзора, зависит от используемого датчика: С конвексным датчиком 19 – 190 град; С фазированным секторным датчиком 14 - 89 град; С линейным датчиком 16 - 47 мм; С линейным датчиком и использованием технологии виртуального конвекса – 3 – 60 град. Глубина сканирования с максимальной разрешающей способностью 22- 420 мм в зависимости от использованного датчика; Динамический диапазон 300дБ: Минимальный динамический диапазон 3 дБ: Количество каналов передач 4 000 000; частота 2183 Гц, Карты псевдоокрашивания 10, Карты окрашивания в цветном допплеровском режиме 20; Карты окрашивания в энергетическом режиме 9; Увеличение: Увеличение изображения с высокой разрешающей способностью в режиме реального времени, Переменное увеличение в диапазоне от 1,3 до 20 раз (в реальном времени/в режиме заморозки изображения), Окно навигации для режима увеличения; М-режим: скорость развертки 1,7-12 сек., сочетание В- и М-режимов,	

		Анатомический М- режим с тремя независимыми линиями М- режима. Цветовое допплеровское картирование: частота работы датчиков в режиме цветового допплера 1,5 – 16,7 МГц; частота повторения импульсов (PRF) в режиме цветового допплера 125 ГЦ – 23200 Гц; частота кадров 311 Гц; фильтр 5 уровней; число цветовых карт 18; диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков +/- 30 град, 15 шагов регулировки; цветной допплер с высокой частотой повторения импульсов с отображением четырех значений пространственной разрешающей способности; автонастройка для режима цветового допплеровского картирования. Энергетический допплер: 1,5 – 16,7 МГц, частота повторения импульсов (PRF) в режиме энергетического допплера 125 ГЦ – 23200 Гц, частота кадров 311 Гц; фильтр 5 уровней; число цветовых карт 18, диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков +/- 30 град, 15 шагов регулировки. Импульсно-волновой допплер: частота работы датчиков в режиме импульсно волнового допплера 1,7 – 16,7 МГц; частота повторения импульсов (PRF) в режиме импульсно волнового допплера 500 ГЦ – 41700 Гц; режим мультинаправленного импульсно волнового допплера с высокой частотой повторения импульсов; частота кадров 311 Гц; фильтр 50 - 1200 Гц, 10 уровней; скорость развертки 1,7-12 сек.; спектр БПФ (Быстрое Преобразование Фурье) с частотами 64, 128 или 256 с интерполяцией до 512 точек (время анализа 1 миллисекунды); контрольный объем 0,5 – 24 мм; коррекция угла 0 – 90 град с шагом	

		1 град; диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков +/- 30 град 15 шагов регулировки; автонастройка усиления, базовой линии и шкалы для режима импульсно волнового допплера; режим регулировки усиления и базовой линии на замороженном изображении; инновационный режим Smart Doppler для линейных датчиков. Постоянно-волновой допплер: частота работы датчиков в режиме импульсно волнового допплера 2,2 – 8 МГц; фильтр 40 - 1800 Гц, 8 уровней; скорость развертки 1,7-12 сек.; спектр БПФ (Быстрое Преобразование Фурье) с частотами 64, 128 или 256 для постоянно-волнового допплера; Диапазон скорости 6,42 м/с; автонастройка усиления, базовой линии и шкалы для режима импульсно волнового допплера; режим регулировки усиления и базовой линии на замороженном изображении. Технология многолучевого сложносоставного сканирования, применяется на линейных, конвексных и микроконвексных датчиках. позволяет уменьшить количество артефактов таких как – боковые лепестки, реверберации, зеркального отражения уменьшить образование тени, избежать искажение формы. Комбинирование ультразвуковых лучей позволяет оптимизировать качество изображения для легкого обнаружения каждой анатомической структуры. Технология «Mview» в состоянии устанавливать до пятнадцати лучей сканирования в одном изображении. Стандартные вычислительные пакеты для: Абдоминальных органов, Молочных желез, Кардиологических исследований,	

		Гинекологии, Акушерства и Перинаталогии с таблицами развития плода, Урологии, Педиатрии, Поверхностно расположенных и малых органов, Щитовидной железы, Транскраниальных исследовании, Сосудистых исследований. Стандартные биометрические отчеты и программируемые индивидуальные отчеты. Автоматические допплеровские измерения в режиме реального времени. Автоматическое сохранение отчетов в электронную карточку пациента. Технология сложной обработки изображений в режиме реального времени с оценкой структуры каждого кадра на пиксельном уровне, которая устраняя зернистость и шумы, динамично выделяя границы тканей, увеличивает диагностическую точность и улучшает видимость тканей – наличие. Технология усиления визуализация ткани - наличие: Технология выделения гармонической составляющей колебаний базового ультразвукового импульса, отраженного внутренними органами - наличие. Архивация изображений: Интегрированная рабочая станция на базе Microsoft® Windows 10; Кинопамять 1000 кадров; Оперативная память 4 ГБ; Жесткий диск SSD 480 Гб для хранения 3 000 000 изображений и видеоклипов; Запись и воспроизведение DVD; Поддержка внешних USB Жестких дисков 5Т. Встроенная база данных пациента – наличие; Режим визуального сравнения архивных изображений и клипов с исследованием в реальном времени – наличие; Фильтр поиска для выбора в базе	

		данных – наличие; Хранение в форматах DICOM – наличие; Отображение хранящиеся миниатюры данных в двух столбцах в правой части экрана – наличие. Аннотации по областям исследования; Метки тела; Результаты измерений на ранее сохраненных изображениях. Архивация статичных изображений в формате: jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск, архивация статичных изображений на DVD/CD-RW в формате: jpeg, bmp, png, архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: AVI, Microsoft MPEG4-V2, Microsoft-Video1, Отчет в формате PDF и XLM. Внешние разъемы для подключений HDMI; Порты для подключения USB– 4шт; Порт для подключения ЭКГ, Порт для подключения внешних биометрических устройств. Поддержка языка: Английский, Русский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский. Время для запуска при перезагрузке, сек – 20; Время завершения работы, сек – 30. Габаритные размеры: 38x9,8x38 см, Вес основного блока без батареи – 5,9 кг, Вес основного блока с батареей – 7 кг. Характеристики мощности: Время работы батареи, мин - 120; Время для полной зарядки - 178мин; Электроподключение – 100-240В; Частота – 47-63Гц; Модуль Dicom. Поддержка матричных монокристальных датчиков (с одним пъезоэлементом, iQ, эквивалент 800 кристаллов) и датчиков с высокой плотностью кристаллов (192 кристаллов): мультичастотные конвексные датчики, мультичастотные линейные датчики, мультичастотные секторные фазированные датчики. Поддержка	

		специализированных датчиков: датчиков объемного сканирования (3D/4D), внутриполостного биплановаго датчика с линейной и конвексной апертурой, интраоперационных датчиков, лапароскопического датчика, черезпищеводных датчиков, карандашных датчиков. Активных порта для датчиков – 2; Мультиконнектор для одновременного подключения 4-х датчиков к аппарату – возможность. Интегрированная система охлаждения с вентиляторами – наличие; Наличие рекомендации производителя по обработке датчиков от COVID19.	
	Соответствует	**Соответствует**	**Не соответствует**: В технической спецификации Основной блок - не указаны следующие характеристики: *Монитор. Размер: не менее 11.6 дюймов. Разрешение монитора: не менее 1920x1080.* *Сенсорный экран. Технология контрастного улучшения визуализации тканей: Визуализации тканей/ Тканевый доплер. Хранение в форматах DICOM. Термопринтер черно-белый.*
Дополнительные комплектующие			
1). Измерение воротникового пространства: Автоматизированное программное обеспечение измерения толщины воротникового пространства. 2). DICOM: Лицензия DICOM/ Программное обеспечение DICOM. 3). Конвексный датчик: Конвексный датчик. Диапазон частот: Нижнее значение 1,0 МГц. Верхнее значение не менее 6,0 МГц.	1). Автоматизированное программное обеспечение измерения толщины воротникового пространства: Автоматизированное программное обеспечение измерения толщины воротникового пространства. Измерение воротникового пространства 2). Программное обеспечение DICOM Network Communication: Программное обеспечение DICOM	1). Лицензия для общей визуализации (General Imaging): Расширенный программный пакет для общих исследований включая абдоминальные исследования и урологические исследования (включая исследование сосудов брюшной полости в допплеровских режимах), исследования молочных желез, исследование щитовидной железы (включая исследование сосудов шеи в допплеровских режимах), исследование мышечно-скелетной системы (включая	1). **Модуль «М-режим скорости ткани (TVM)»**: Технология контрастного улучшения визуализации тканей: Тканевый доплер 2). **Модуль «DICOM»**: Хранение в форматах DICOM. Программное обеспечение DICOM 3). Интеллектуальный расчет объема в 3D: Автоматизированное программное обеспечение измерения толщины воротникового пространства

Возможность подключения биопсийной насадки: Биопсионная насадка/ Пункционный адаптер для датчика 4). Линейный датчик: Линейный датчик Диапазон частот: Нижнее значение не более 5,0 МГц. Верхнее значение не менее 13,0 МГц. 5). Секторный фазированный датчик: Секторный фазированный датчик. Диапазон частот 1,0 - 5,0 МГц. 6). Внутриполостной датчик: Внутриполостной датчик/ Датчик микроконвексный Диапазон частот: Нижнее значение не более 3,0 МГц. Верхнее значение не менее 9,0 МГц. 7). Тележка: Тележка	3). Датчик микроконвексный для проведения биопсий и контроля инвазивных вмешательств с частотным диапазоном 1,0-6,0МГц, углом сканирования 74°: Конвексный датчик. Диапазон частот: 1,0 МГц. - 6,0 МГц. Возможность подключения биопсийной насадки: Пункционный адаптер для датчика 4). Датчик линейный с частотным диапазоном 5,0-13,0 МГц и апертурой 50мм.: Линейный датчик Диапазон частот: 5,0-13,0 МГц 5). Датчик секторный фазированный с частотным диапазоном 1,0-5,0МГц и углом обзора 90°: Секторный фазированный датчик. Диапазон частот 1,0 - 5,0 МГц. 6). Датчик микроконвексный ректо-вагинальный с частотным диапазоном 2,0-10,0МГц, углом сканирования 200°: Датчик микроконвексный Диапазон частот: 2,0-10,0МГц 7). Тележка: Тележка	исследование сосудов конечностей в допплеровских режимах) и исследование малых органов (включая неонатологию и педиатрию) – наличие; 2). Лицензия для исследования сосудов (Vascular): Расширенный программный пакет, который содержит протоколы для исследования магистральных и региональных сосудов (включая исследование сосудов в допплеровских режимах) и др., содержит предустановки по анатомическим областям исследования и расчётные модули. Также пакет включает: Интракраниальные исследования, включая исследование интракраниальных сосудов в допплеровских режимах. 3). Лицензия для акушерских и гинекологических исследований (OB/Gyn): Расширенный программный пакет включающий все протоколы для исследований в акушерстве (включая расширенную перинатологию) и гинекологии 4). **Лицензия для исследований сердечно-сосудистой системы (Cardio):** Расширенный программный пакет для исследований в кардиологии. Оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и т. д.), наличие и объем жидкости в перикарде, состояние клапанов сердца. С помощью специальных расчетов и измерений Эхокардиография позволяет определить массу сердца, сократительную способность сердца — фракцию выброса и т. д. (включая педиатрию)	4). Датчик ультразвуковой F2-5C (при необходимости): Конвексный датчик. Диапазон частот: Нижнее значение 1,0 МГц. Верхнее значение 6,0 МГц. Возможность подключения биопсийной насадки 5). Направляющая для биопсии F2-5C: Биопсионная насадка 6). Датчик ультразвуковой U5-15LE (при необходимости): Линейный датчик. Диапазон частот: Нижнее значение 5,0 МГц. Верхнее значение 15,0 МГц. 7). Датчик ультразвуковой G1-4P (при необходимости): Секторный фазированный датчик. Диапазон частот 1,0 - 5,0 МГц. 8). Датчик ультразвуковой F4-9E (при необходимости): Внутриполостной датчик. Диапазон частот: Нижнее значение 3,0 МГц. Верхнее значение 9,0 МГц. 9). Принтер – 1 шт; UP-X898MD (при необходимости): Термопринтер черно-белый.

		5). **Лицензия для AutoNT:** Автоматическое определение воротникового пространства у плода - позволяет определить хромосомную патологию плода 6). **Лицензия Dicom**: Лицензия Dicom 7). **AC2541 - Конвексный датчик, iQ-appleprobe, многочастотный, широкополосный:** Конвексный датчик: диапазон частот 1,0 – 8,0 МГц; радиус кривизны 50 мм, угол обзора 19-63 град; площадь апертуры 65х19мм; радиус апертуры 50 мм; максимальная глубина сканирования – 41,0 см; биопсионная насадка – возможность. 8). **L 4-15 - Линейный датчик, iQ-appleprobe, многочастотный, широкополосный**: Линейный датчик: диапазон частот 4-15 МГц; апертура 58 мм; поле обзора 16-46 мм; площадь апертуры 52х10 мм; глубина сканирования с максимальной разрешающей способностью 22-103 мм; биопсионная насадка – возможность. 9). **P 1-5 - Секторный фазированный датчик с одним пьезоэлементом, iQ, многочастотный, широкополосный - для взрослых**: Секторный фазированный датчик: диапазон частот 1,0-5,0 МГц; площадь апертуры 19х25 мм; угол обзора 16-87 град.; глубина сканирования с максимальной разрешающей способностью 44-349 мм. 10). **SE3133 - Внутриполостной датчик, iQ, многочастотный, широкополосный**: Внутриполостной датчик для проведения эндо-вагинальных и эндо-ректальных исследований: диапазон частот 3-10 МГц, радиус кривизны 10 мм, угол обзора 50-200 град.; глубина сканирования с	

		максимальной разрешающей способностью 23-156 мм; биопсийная насадка – возможность; 11). **Тележка для MyLabOmega**: Тележка для транспортировки и использования при исследованиях - наличие: четыре колеса – наличие; регулировка высоты ± 92 см – наличие; полка для установки периферийных устройств – наличие; съемные держатели датчиков – наличие; съемный держатель геля; крючки для ЭКГ кабеля – наличие. 12). **Термопринтер черно-белый (USB)**: Цифровой черно-белый принтер для вывода на печать изображений с ультразвуковой системы 13). **Мультиконнектор Omega серый**: Мультиконнектор с 3-мя портами позволяет одновременное подключение 4-х датчиков к аппарату.	
	Соответствует	**Соответствует**	**Не соответствует**: В технической спецификации Дополнительные комплектующие - не указаны следующие характеристики: Тележка. В тех спецификации (Дополнительные комплектующие) Потенциального поставщика указаны слова (при необходимости), которая дает не точную тех спецификацию, тогда как у Заказчика указаны конкретные условия для мед оборудования. Есть опасения что потенциальный поставщик может не дооснастить комплектующими указанных в тех спецификации Заказчика. В комплектующих у потенциального поставщика указан 1). Термопринтер черно-белый, 2). Технология контрастного улучшения визуализации тканей:

			Тканевый доплер, 3). Хранение в форматах DICOM, которая не соответствует тех спецификации, тогда как они должны быть в основном блоке. А в основном блоке указан Тележка, тогда как должен быть в комплектующих.
Расходные материалы			
		1). **Бутылка геля**: Гель акустический для проведения исследований на ультразвуковой системе, 1 комплект. 2). **Кабель ЭКГ, тип МЭК (IEC)**: Кабель ЭКГ.	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Требования к условиям эксплуатации: Требования к помещению: Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 15–35 °C при влажности 20–80 %; Электроснабжение 200-240В. DDP пункт назначения. **Срок поставки медицинской техники и место дислокации:** 90 календарных дней, не позднее "15" декабря 2024 г. Адрес: г.Тараз, ул. Аль Фараби 2В, ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»	**Требования к условиям эксплуатации:** Требования к помещению: Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 15–35 °C при влажности 20–80 %; Электроснабжение 200-240В. DDP пункт назначения. **Срок поставки медицинской техники и место дислокации:** 90 календарных дней, не позднее "15" декабря 2024 г. Адрес: г.Тараз, ул. Аль Фараби 2В, ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»	**Требования к условиям эксплуатации:** Требования к помещению: Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 15–35 °C при влажности 20–80 %; Электроснабжение 200-240В. DDP пункт назначения. **Срок поставки медицинской техники и место дислокации:** 90 календарных дней, не позднее "15" декабря 2024 г. Адрес: г.Тараз, ул. Аль Фараби 2В, ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»	**Требования к условиям эксплуатации:** Требования к помещению: Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 15–35 °C при влажности 20–80 %; Электроснабжение 200-240В. DDP пункт назначения. **Срок поставки медицинской техники и место дислокации:** 90 календарных дней, не позднее "15" декабря 2024 г. Адрес: г.Тараз, ул. Аль Фараби 2В, ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан	**Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо**	**Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с**	**Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике**

либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. **Требования к сопутствующим услугам:** Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики	**с привлечением третьих компетентных лиц**: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. **Требования к сопутствующим услугам:** Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект	**привлечением третьих компетентных лиц**: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. **Требования к сопутствующим услугам:** Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной	**Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. **Требования к сопутствующим услугам:** Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация

Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему	поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой	таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с	товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы

месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.	дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
	Соответствует	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт **Алиева А.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652494-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 18:27:03

Лот № 4652494-T1

Аппарат ИВЛ с CPAP

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652494-T1 Аппарат ИВЛ с CPAP, Турленбаева Алия – (Неонатолог , ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница города Қонаев) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
2	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Соответствует
3	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турленбаева Алия

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ДИАГАЛЬ»	ТОО «QUORU»	ТОО «LabTest Diagnostics»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog VN600	Аппарат высокочастотный осцилляторный с перемежающейся принудительной вентиляцией "Humming Vue"	SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных
Производитель МТ:	Dragerwerk AG & Co.KGaA	Metran Co., Ltd.	SLE Limited
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Основной блок/ Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный объем: Не более 300мл	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота дыхания: Не менее 0,5дых/мин, Не более 150 дых/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Максимальное время вдоха: Не менее 0.1, не более 4 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Резервная частота дыхания: Не менее 1, не более 150 дых/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Инспираторный поток (Поток): Не менее 2, не более 30 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поддержка давлением (Давление поддержки): Не менее 0, не более 80 см H2O	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Частота колебаний при ВЧ ИВЛ (Частота): Не менее 5, не более 20 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Давление вздоха: Не менее 3, не более 80 см Н2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Чувствительность триггера по потоку (потоковый триггер): Не менее 0,2, не более 10,0 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минутный объем при самостоятельном дыхании (Выдыхаемый минутный объем объем): Не менее 0, не более 99 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ЧДспон (Частота спонт. Дыхания): Не менее 0, не более 300 д/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Эффективное время вдоха при самостоятельном дыхании (Продолжительность продленного раздувания легких): Не менее 0, не более 30 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вдыхаемый дыхательный объем (объем): Не более 1000мл	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Давление в дыхательных путях: Не менее -30 смН2О, не более 100 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Апноэ (Тапноэ): Не менее 1, не более 60 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Высокий выдыхаемый минутный объем: Не менее 0,01 л/мин Не более 41 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Габариты основного блока: Ширина не более 517 мм., длинна не более 489 мм., высота не более 685 мм.	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Габариты с тележкой: Ширина не более 577 мм., длинна не	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

более 691 мм., высота не более 1400 мм.	Отсутствует описание требуемого параметра в техническеой спецификации		
Вес основного блока: Не более 38 кг.	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Вес вместе со стойкой: Не более 59 кг	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Дыхательный контур (шланг) с силиконовой трубкой (шлангом), адаптером нагревателя (температурного сенсора):	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный контур (силиконовая трубка, адаптер температурного сенсора/ Дыхательный шланг Силиконовый шланг Адаптер нагревателя шланга	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие:			
Стойка для аппарата в комплекте/ тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Силиконовое тестовое легкое для новорожденных/ Мешок детский	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланг подачи кислорода	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланг подачи воздуха	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Увлажнитель	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Переходники	Не соответствует Не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным	Соответствует	Соответствует

	удостоверением медицинской техники		
Т-образный переходник датчика О2/ Y-образный переходник с датчиком потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Глушитель поршня/ Набор уплотнении к шлангу	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Комплект дыхательного контура / Набор шлангов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель для проксимального датчика потока/ Соединительный кабель (датчик потока)	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Комплект датчика О2/ Капсула датчика О2	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Мембрана выдоха/ Клапан выдоха	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Небулайзер	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дренажный лоток/ Резервуар	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Кронштейн опорный/ Набор крепежный приспособлений для опорной планки	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Камера увлажнителя	Не соответствует	Соответствует	Соответствует

	Требуемое комплектующее отсутствует в технической спецификации		
Выносной импендансный клапан / Клапан PEEP	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Высокочастотный поток	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Поршень высокочастотный /мех	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Фильтр охлаждающего вентилятора / Фильтр приточного воздуха	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Модуль для мониторинга	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в технической спецификации	Соответствует	Соответствует
Е Панель / Медицинский кокпит	Не соответствует Требуемое комплектующее отсутствует в регистрационном удостоверении	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Медицинская сеть 220 вольт	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию	Соответствует	Соответствует	Соответствует

выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной			
документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки	Соответствует	Соответствует	Соответствует

описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное			

оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт Турленбаева А.А.

ФИО/

подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652495-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 15:12:55

Лот № 4652495-Т1

Противоожоговая кровать

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652495-Т1 Противоожоговая кровать , Калиев Аскар – (Директор, ГКП на ПХВ Районная больница с.Каргалы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540019224, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ"	Соответствует
2	060140001448, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕҢІМПАЗ-МЕД"	Не соотвествует
3	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Не соотвествует
4	860415300143, ИП АБДУЛХАИРОВ ЭЛЬДАР	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Калиев Аскар

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ASUNARO kz»	ТОО "Катэп- АЭ"	ТОО «Женімпаз-Мед»	ИП «Абдулхаиров Э.Д.»
Предлагаемая модель МТ:	Кровать KEISEI противоожоговая с потоком флюидизированного воздуха модель LI-7	Кровать лечебно-ожоговая и противопролежневая «Сатурн-90» КМ-05-01	Комплекс противопролежневый, противоожоговый для воздушно-флюидизационной терапии Synergie	Кровать KEISEI противоожоговая с потоком флюидизированного воздуха модель LI-7
Производитель МТ:	KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD, Япония	ООО «Ритм», Россия	Synergie Nederland B.V., НИДЕРЛАНДЫ	KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	соответствует	не соответствует общий вес комплекса по данным NDDA диапазон регулировки температуры	не соответствует общий вес комплекса, максимальный вес пациента	соответствует
Дополнительные комплектующие				
Наполнитель	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Фильтрующая простыня комплекса	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Калиев Аскар Саулебекович**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652497-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 15-10-2024 11:23:50

Лот № 4652497-T1

Аппарат ИВЛ для новорожденных с Сипап

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652497-T1 Аппарат ИВЛ для новорожденных с Сипап, Турленбаева Алия – (Неонатолог , ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница города Қонаев) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
2	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Соответствует
3	070440011854, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турленбаева Алия

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «LabTest Diagnostics»	ТОО «Диагаль»	ТОО «DENSAULYQ Life»
Предлагаемая модель МТ:	SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных	Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов Babylog VN600	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей fabian HFO
Производитель МТ:	Великобритания	Германия	Швейцария
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
ИВЛ для новорожденных и детей	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ИВЛ для новорожденных и детей весом не более 30 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Назначение. Аппарат ИВЛ может использоваться как для инвазивной, так и неинвазивной терапии, аппарат используется в традиционном режиме или режиме высокочастотной осцилляции / ИВЛ с возможностями проведения как инвазивной, так и неинвазивной вентиляции легких, а также высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Наличие встроенного аккумулятора	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Встроенный аккумулятор/ Аккумуляторная батарея.			
Дисплей. Сенсорный светодиодный экран / ЖК дисплей цветной, сенсорный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ дисплея не менее 10,4 дюйма.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Самодиагностика при включении питания/ Наличие функции самотестирования.	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует
Предоставление Волн, петель и трендов / Графические формы волн давления, объема и потока в реальном времени.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подача сжатого воздуха не менее 2,0 бар, не более 6,5 бар	Соответствует	Не соответствует Отсутствует описание требуемого параметра	Соответствует
Диапазон соответствия не менее 0, не более 500 мл/мбар	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон сопротивления не менее 0, не более 5000 смН2О/л/с	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный объем 0-999 мл	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Среднее давление (P mean) не менее 2, не более 100 мбар	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Положительное Давление в Конце Выдоха (PEEP) не менее 0, не более 35 мбар.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Утечка 10-50 процентов	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Установка предельного времени ручного вдоха не более 30 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Триггер по потоку нижнее значение не более 0,2 л/мин. Верхнее значение не менее 1,2	Соответствует	Соответствует	Соответствует

л/мин.			
Вдыхаемый поток не менее 1, не более 32 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время вдоха не менее 0,1 сек, не более 3 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Постоянное положительное давление в дыхательных путях (в режимеCPAP) нижнее значение не более 1 мбар, верхнее значение не менее 30 мбар.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Постоянное положительное давление в дыхательных путях (nCPAP) нижнее значение не более 2 мбар, верхнее значение не менее 13 мбар.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ручное давление вдоха (в режиме nCPAP) нижнее значение не более 5 мбар, верхнее значение не менее 15 мбар.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Среднее давление (в режиме HFO) нижнее значение не более 5, верхнее значение не менее 45.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соотношение Вдох-Выдох (в режиме HFO) (неонатальный) 1:3	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Соотношение Вдох-Выдох (в режиме HFO) (педиатрический) 1:1	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подача кислорода (во всех режимах) 21-100%	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель датчика потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тестовое легкое/ Искусственное легкое	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие			
Высокочастотная вентиляция	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Стойка/ Мобильная тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компрессор медицинский подачи сжатого воздуха/ Компрессор медицинский	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Увлажнитель дыхательных смесей/ увлажнитель	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы			
Шланг воздуха/ Набор: шланг воздушный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Многоразовый дыхательный контур пациента/ Контур дыхательный	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Многоразовый датчик потока/ Датчик потока многоразовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коленчатый держатель контуров/ Держатель контура пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с	Соответствует	Соответствует	Соответствует

функцией стабилизации напряжения в зависимости от			
потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40- 60%.			
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса	Соответствует	Соответствует	Соответствует

медицинской техники его составных частей (с частичной			
блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Заказчика. Поставщик обеспечивает			
сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск			

приборов, проверку их характеристик на соответствие			
данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт Турленбаева А.А.

ФИО/ **подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652500-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 15:18:07

Лот № 4652500-T1

Система хирургическая навигационная

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652500-T1 Система хирургическая навигационная , Хаутиев Руслан – (заведующий нейрохирургического отделения, МОДБ г. Караганды) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	050340005971, ТОО "МЕДИЦИНА-ӘЛЕМЫ"	Соответствует
2	231140026899, Товарищество с ограниченной ответственностью "Neo Meds"	Соответствует
3	201140025687, Товарищество с ограниченной ответственностью "EMD-group"	Не соотвествует
4	020640003108, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Radiomics&Machines;". Завод медицинской техники и телемедицины	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Хаутиев Руслан

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Лот№4652500-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Radiomics&Machines;". Завод медицинской техники и телемедицины № 3230802	Товарищество с ограниченной ответственностью "Neo Meds" № 3241342	Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНА-ӘЛЕМЫ" № 3229562	Товарищество с ограниченной ответственностью "EMD-group" № 3241662
	Поставщик 1	**Поставщик 2**	**Поставщик 3**	**Поставщик 4**
Предлагаемая модель МТ:	Система медицинская навигационная оптическая «NAVI MULTITRACK», варианты исполнения: «NAVI MULTITRACK-NT» («NAVI МУЛЬТИТРЕК-НТ»), Radiomics & Machines. Завод медицинской техники и телемедицины, Казахстан РК-МТ-5№019310 бессрочно	Система хирургическая навигационная KICK, в вариантах исполнения РК-МТ-5№017335 бессрочно	Навигационная система StealthStation S8 с принадлежностями, РК-МТ-5№018238	Система хирургического навигационного контроля Curve Navigation 17700 с принадлежностями, РК-МИ (МТ) - №023312 бессрочно
Производитель МТ:	ТОО "Radiomics&Machines;". Завод медицинской техники и телемедицины	Brainlab AG, Германия	MEDTRONIC Inc., США,	Brainlab AG, Германия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеовыход	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о видеовыходе,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

	документации			
Подключение к сети	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеовход	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о видеовходе, что не соответствует требованиям тендерной документации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подключение USB	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о подключении USB, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеовход BNC	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о Видеовходе BNC , что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Аудио система	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация об Аудиосистеме, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Управляющий компьютер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МИ (МТ) - №023312 отсутствует информация о «Компьютер для цифровой операционной интеграции с системами BARCO 2.0»», что не соответствует требованиям тендерной документации.
Кабель питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Частота	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для обеспечения слияния изображений	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о Программном обеспечении для слияния изображений, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	В Технической спецификации Поставщика отсутствует техническая характеристика комплектующего к медицинской технике - указано только наименование, что не соответствует требованиям тендерной документации
Программное обеспечение автоматической сегментации	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о Программном обеспечении автоматической сегментации для модели , что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	В Технической спецификации Поставщика данное комплектующее к медицинской технике отсутствует, что не соответствует требованиям тендерной документации
Программное обеспечение для планирования вмешательств	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о Программном обеспечении для планирования, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
Программное обеспечение для хирургических вмешательств на головном мозге	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о Программном обеспечении для хирургических вмешательств на головном мозге, что не соответствует требованиям тендерной документации.	Соответствует	Соответствует	В Технической спецификации Поставщика отсутствует техническая характеристика комплектующего к медицинской технике - указано лишь наименование, что не соответствует требованиям тендерной документации.
Программное обеспечение для ЛОР вмешательств	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-	Соответствует	Соответствует	В Технической спецификации Поставщика

	5№019310 отсутствует информация о Программном обеспечении для ЛОР вмешательств, что не соответствует требованиям тендерной документации.			отсутствует техническая характеристика комплектующего к медицинской технике - указано лишь наименование, что не соответствует требованиям тендерной документации .
Отслеживание микроскопа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кабель микроскопа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для интеграции с микроскопами	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о Программном обеспечение для интеграции с микроскопами, что не соответствует требованиям тендерной документации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лазерный указатель	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о лазерном указателе, что не соответствует требованиям тендерной документации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Контейнер для стерилизации	Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ РК-МТ-5№019310 отсутствует информация о контейнере для стерилизации, что не соответствует требованиям тендерной документации	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	В технической спецификации Поставщика 2 (модель Система хирургическая навигационная KICK,) дополнительно сверх технического задания предложена расширенная комплектация:			
	Не заявлено	Внешний CD/DVD привод для Kick.	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Специализированное программное обеспечение для передачи данных.	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Специализированное	Не заявлено	Не заявлено

		программное обеспечение для управления выделенными объектами.		
	Не заявлено	Специализированное программное обеспечение дополненной реальности.	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Набор регистрационный Z-TOUCH	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Набор регистрационный SOFTOUCH	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Набор принадлежностей краниальный основной.	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Набор референтный краниальный.	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Стерилизационный лоток для краниальных инструментов.	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Адаптер универсальный	Не заявлено	Не заявлено
	Не заявлено	Матрица для калибровки инструментов.	Не заявлено	Не заявлено
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:				
Сферы светоотражающие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Маркеры	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
		Одноразовые стерильные чехлы для монитора системы	Не заявлено	Не заявлено

Эксперт **Хаутиев Руслан Абуезитович** **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652502-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-10-2024 10:28:48

Лот № 4652502-T1

Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652502-T1 Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии, Сарбас Айнұрым – (Заместитель дректора по неонатальной службе, ГПЦ2 Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
2	081040009832, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED CONCEPT SERVICE" (МЕД КОНЦЕПТ СЕРВИС)	Соответствует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
4	150940000606, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОВИСТА"	Соответствует
5	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сарбас Айнұрым

№	Параметры	Значение параметра, согласно требованиям заказчика	**Мобильная рентгенологическая система MobiEye, варианты исполнения: 700T** Производитель: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	**Мобильная цифровая рентгенографическая система MobileCooper** Производитель: Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd, Китай	**Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии DR100s** с принадлежностями производства Agfa NV, Бельгия.	**Рентгенографическая система диагностическая, мобильная цифровая в вариантах исполнения TOPAZ-40D** Производитель, страна DRGEM Corporation, Республика Корея	Аппарат мобильный для аналоговой или цифровой рентгенографии DX - D 100 с принадлежностями **Производитель: Agfa NV (Бельгия)**
	Основной блок	Аппарат / Основной блок	**соответствует**	**отсутствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Номинальная выходная мощность:	не менее 32 кВт	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Диапазон кВ:	не менее 40, не более 150 кВ	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Диапазон мАс:	0,1- 500 мАс	**соответствует**	**Не соответствует На портале НЦЭЛС указан диапазон 10-500 мА**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Перемещение:	Механический привод / Моторизованное	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Диапазон поворота колонны:	не менее ± 320 градусов	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Максимальная высота фокальной точки:	не менее 1390 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Электропитание:	не менее 100, не более 240 В	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Коллиматор						
	Размер поля:	43х43см при расстоянии SID 100 см.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Время свечения лампы:	30 сек	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Плоскопанельный детектор	Детектор с плоской панелью / Детектор плоскопанельный.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Рентгеновская трубка						
	Теплоемкость анода:	Не менее 300 КТЕ	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

	Номинальное высокое напряжение:	Не менее 150 кВ	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Размер фокусных точек:	0,6/1,2 мм	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Рабочая станция	Рабочая станция	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Программное обеспечение для обработки изображений	Программа обработки изображений / ПО для дополнительной обработки изображений.	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	Не соответствует Отсутствует в РУ	**соответствует**
	Операционная система:	Система Windows	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Автоматическая оптимизация параметров, контрастности и яркости снимка:	Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка/ Автоматическая система регулировки яркости производит непрерывную настройку параметров экспонирования для выдачи оптимальной дозы с целью получения оптимального качества изображения.	**соответствует**	Не соответствует Информация отсутствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Автоматическая коррекция изображения внутренних органов.	Автоматическая коррекция изображения внутренних органов.	**соответствует**	Не соответствует Информация отсутствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Обработка педиатрических медицинских изображений:	ПО для работы с педиатрическими медицинскими изображениями. / Обработка педиатрических медицинских изображений.	**соответствует**	Не соответствует Информация отсутствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Автоматическое сшивания снимков позвоночника и конечностей:	Автоматическое сшивания снимков позвоночника и конечностей / автоматическое сшивание снимков позвоночника и конечностей.	**соответствует**	Не соответствует Информация отсутствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Автоматический разворот рентгеновских изображений:	Автоматический разворот рентгеновских изображений / автоматическая ротация снимков.	**соответствует**	Не соответствует Информация отсутствует	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

	Поддержка параметра DICOM	Поддержка параметра DICOM	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**
	Отправка изображений с системой PACS. Подключение к системе PACS	Отправка изображений с системой PACS. Подключение к системе PACS	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**	**соответствует**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652503-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2024 14:24:28

Лот № 4652503-T1

Маммографическая система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652503-T1 Маммографическая система , Охрименко Людмила – (Врач рентгенолог, КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "УЗ акимата СКО") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	980540000654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН"	Соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Соответствует
3	990340000440, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД"	Не соотвествует
4	171240004085, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BARYON"	Соответствует
5	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Соответствует
6	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Соответствует
7	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Соответствует
8	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
9	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
10	240140005377, ТОО "Health Equip"	Соответствует
11	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Охрименко Людмила

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	АО Актюбрентген	ТОО Альянс	ТОО Фирма Азия Мед	ТОО "Q-MED LLC"	ТОО "АЛАШ-KZ"	ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"	ТОО "ЛАБТРОНИК"	ТОО "BARYON"	АО "Ordamed"	ТОО "НЕОМЕДИКАЛ"	ТОО "Health Equip"
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат рентгеновский маммографический «AR-Mammo»	Установка рентгеновская маммографическая GIOTTOIMAGE	Система цифровой маммографии ASR-4000Ec	Цифровая маммографическая рентгеновская система uMammo 590i	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000	Диагностическая рентгеновская система для маммографии ELMA-T3	Маммографическая система MX-600	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000	Цифровая маммографическая рентгеновская система Aurora w3	Цифровая медицинская рентгеновская маммографическая система DM156A	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-2000
Производитель МТ:	АО Актюбрентген	IMS GIOTTO S.p.A.	Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	DRTECH Corporation	DK Medical Systems Co., Ltd.	Genoray Co., Ltd	DRTECH Corporation	АО "Ordamed"	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	DRTECH Corporation
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие											
Стойка рентгеновской трубки.	соответствует	соответствует	Не соответствует Необходимо выбрать один параметр из двух	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Детектор.	соответствует	соответствует	соответствует	соответству	соответств	соответству	соответству	соответству	соответству	соответствует	соответству

				ет	ует	ет	ет	ет	ет		ет
Рентгеновская трубка.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгенозащитный экран.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновский генератор.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Пластина.	соответствует	соответствует	Не соответствует Необходимо выбрать один параметр из двух	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Ручной переключатель экспозиции.	соответствует	соответствует	Не соответствует Необходимо выбрать один параметр из двух	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Ножная педаль для управления штативом.	соответствует	соответствует	Не соответствует Необходимо выбрать один параметр из двух	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Охрименко Л.В.ФИО/подпись

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652504-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 07-10-2024 13:27:42

Лот № 4652504-T1

Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652504-T1 Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места, Голубева Анна – (заведующая диагностическим отделением , КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
3	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Соответствует
5	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
6	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Голубева Анна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(лот № 4652504-T1)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Лабтроник» 3242262**	**ТОО «Health Equip» 3242562**	**ТОО «НЕОМЕДИКАЛ» 3242542**	ТОО «Алаш-KZ» 3241382	Ао «Ordamed» 3242482	**ТОО «Альянс» 3229442**
Предлагаемая модель МТ:	Высокочастотная цифровая рентгенографическая и рентгеноскопическая система PLD9600A	Цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места DRF4	Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система DTP576	Цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места DRF4	Аппарат рентгенодиагностический Atomic f3	Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места «OPERA»
Производитель МТ:	**Китай**	**Нет данных**	Китай	Нет данных	Казахтан	Италия
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие						
Передвижной стол/Поворотный стол	Соответствует	Соответствует	Не соответствует Нет в реестре в РУ с государственного рееста МТ	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновская трубка. Напряжение, кВ: не более 150кВ. Минимальное время экспозиции, мс.: не более 1,0 мс.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	соответствует
Беспроводной детектор. Пространственно-разрешающая способность: не менее 3,4 пар линий/мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Высококачественный генератор. Диапазон тока,максимальное значение, мА: немболее	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1000мА						
Коллиматор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отсеивающая решетка	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Соответствует	
Пульт.		Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ионизирующая камера	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие						
Держатель для детектора/Вертикальная стойка детектора.	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Не соответствует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответству ет	Соответствует	Не соответствует (нет данных в ТХ)
Кабели.	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дозиметр.	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Не соответствует(Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подставка для ног.	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Не соответствует(Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Матрас.	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Не соответствует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор.	Не соответсвует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Не соответствует Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ	Не соответствует (Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ)	Не соответствует Нет в ТХ в РУ государственном реестре МТ	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Требования к условиям эксплуатации Напряжение сети:*Трехфазное (плюс нейтраль плюс заземление), 380В±10%* Автоматическая компенсация напряжение сети: *не менее +5%,-10% при 400В для генератора 65кВт;* Частота – *50/60Гц±1Гц.* Сопротивление - *≤0,15.* Потребляемая мощность: *Не более 65кВт (макс).*	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Температура *10-40°С.* Давление *700 – 1060 Гпа.* Высота потолков не менее 260 см.						
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии сИНКОТЕРМС 2020) DDP: пункт назначения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 календарных дней, не позднее «20» декабря 2024г. Адрес: - Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ауэзова 130; - Северо – Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, ул. Н.Сыздыкова, 34.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техникипоставщиком/	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Эксперт Голубева А.К **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652508-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 03-10-2024 16:20:31

Лот № 4652508-T1

Микроскоп операционный

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652508-T1 Микроскоп операционный, Ахатов Айбек – (врач нейрохирург, ГКП на ПХВ) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	080840015605, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	Соответствует
2	220240031100, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INTERMED TRADE"	Соответствует
3	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Соответствует
4	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
5	160940013977, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZ CHEMICAL TRADE (КАЗ КЕМИКАЛ ТРЕЙД)"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ахатов Айбек

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Kaz Chemical Trade» Заявка № 3242462	ТОО ""QUORU" Заявка № 3240662	ТОО " "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" №3238562	ТОО " "INTERMED TRADE" на Зявка №3241802	ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ" заявка № 3241282
Предлагаемая модель МТ:	Инновационная роботизированная хирургическая система визуализации KINEVO 900	Инновационная роботизированная хирургическая система визуализации KINEVO 900	Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями	Микроскоп операционный Leica M530 OHX с принадлежностями	Микроскоп хирургический Mitaka
Производитель МТ:	Германия	Германия	Щвейцария	Щвейцария	Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
Робототезированная система/ Микроскоп операционный	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Область применения: Онкология, черепно-мозговая и спинальная нейрохирургия, ЛОР-манипуляции в области слухового нерва и основания черепа. Пластические и восстановительные процедуры в экстренной хирургии, пластической и реконструктивной хирургии, челюстно-лицевой хирургии в больницах,	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

клиниках и прочих медицинских учреждениях/ Нейрохирургия, хирургия.					
Класс безопасности: Класс 1 – с низкой степенью риска	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Потребляемая мощность, ВА: не более 1600 ВА	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Освещение. Способ освещение: волоконная оптика/система освещение: 2 спаренные лампы	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Вес: Не более 395 кг	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Основание штатива, мм: Не менее 690х690 мм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подключение навигационной системы к устройству: Подключение навигационной системы к устройству/ Разъѐмы для соединения с системой навигации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Нет данных, не соответствует Рекомендации по проведению нейроонкологических операций включают максимальную резекцию опухоли с минимальным риском функциональных осложнений с обязательным использованием микрохирургической оптики и интраоперационной техники, что предполагает использование микрохирургического

					микроскопа с возможностью флюоресцентной диагностики, с использованием 5-аминолевулиновой кислоты, а также системы нейронавигации для осуществления прецизионной локализации опухоли**.** Потребностям нашей больницы будет соответсвовать оборудование, имеющее возможность интеграции с навигационной системой. Исключение возможности работы с навигационной системой противоречит Клиническим рекомендациям Ассоциации нейрохирургов по использованию интраоперационной флуоресцентной диагностики в хирургии опухолей головного мозга, согласно которой, при проведении нейроонкологических операций необходима максимальная резекция опухоли, которую может обеспечить флуоресцентный (синий) диагностический модуль**, а**

					так же минимизация риска функциональных осложнений, что обеспечивается благодаря использованию нейронавигации и микроскопа. В технической спецификации пункт, касающийся обеспечения интеграции навигационной системы с микроскопом для более точного позиционирования во время операции и выполнения хирургических задач с максимальным качеством - очень важный пункт. В Регистрационном удостоверении РК МИ (МТ)-0№026903 нет пункта указывающего на наличие возможности интеграции микроскопа Mitaka с навигационными системами По данным открытых источников от ведущих производителей навигационных систем: Brainlab, Medtronic, интеграция возможна только с производителями: Zeiss, Leica, HS Hi-R 1000 https://www.brainlab.com/surgery-products/overview-

					neurosurgery-products/microscope-navigation/ https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/neurological/surgical-navigation-systems/stealthstation/cranial-neurosurgery-navigation.html
Диапазон Рабочего расстояния, мм: В диапазоне От 200 мм до 625 мм	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Нет данных, не соответствует!
Оптическая стереосистема наблюдение: Оптическая стереосистема наблюдение / задний интерфейс ассистента	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие					
Лампа. Ламповый блок/ Лампы ксеноновые. Лампа, W: не менее 300 W 1 шт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Окуляры. Окуляр 12,5х. Диапазон окуляров, дптр: В диапазоне от -8 до +5 дптр 1 шт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует! Диапазон меньше требуемого. от -5 до +5 дптр. В Регистрационном удостоверении РК МИ (МТ)-0№026903 не указано наличие ОКУЛЯРОВ в составе комплектующих
Тубус. Угол наклона тубуса, градусы: Не более 180° 1 шт	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стерео. Стереосистема для ассистента слева/справа, с наклоняемым тубусом и двумя окулярами/ Стереоприспособление для второго наблюдателя 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует Даны не корректные данные. Нет четкого пояснения о том есть ли в наличии данные

					возможности. Также перечислены несколько механизмов увеличения без указания на то, какой именно будет в наличии при поставке. Операционный микроскоп часто оснащается автоматической фокусировкой, регулируемыми механизмами увеличения (ручным, зумом или ручным механизмом и зумом одновременно), резервными лампами и наклонными тубусами, которые позволяют хирургу видеть поле в вертикальной перспективе, сохраняя при этом прямое положение головы. Имеется возможность наблюдения двумя или несколькими пользователями;
Видеосистема. Видеосистема/ Видео-блок 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Видеозапись. Видеозапись с интеллектуальной записью, видеоредактором, дополнительным архивом записи с высокой степенью сжатия изображения и видеопотока/ Видеорекордер медицинский 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Беспроводная ножная Педаль. Многофункциональная ножная педаль управления, включает беспроводную педаль / Педаль управления ножная беспроводная 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует Педаль управления ножная **проводная.**
Монитор. Монитор, дюйм: Не менее 24 дюйма 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Модуль. Модуль синий/ Модуль флуоресцентный для онкологии 1 шт.	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Номинальное напряжение и частота питающей сети – от сети 100 В до 240 В, 50 Гц/60 Гц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт Ахатов А.Р/_____

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652509-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 18:23:44

Лот № 4652509-T1

Аппарат ИВЛ для новорожденных с Сипап

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652509-T1 Аппарат ИВЛ для новорожденных с Сипап, Турленбаева Алия – (Неонатолог , ГКП на ПХВ Городская многопрофильная больница города Қонаев) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
2	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
3	030440003414, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND"	Соответствует
4	131040012349, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Турленбаева Алия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Альянс»	ТОО «QUORU»	ТОО «LabTest Diagnostics»	ТОО «TND»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат ИВЛ SV 600 в комплекте с принадлежностями	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Hamilton-C3	SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных	Аппараты искусственной вентиляции легких Fleximag MAX 700 для всех возрастных групп пациентов в условиях стационара и транспортировки, в том числе с неонатальной CPAP-терапией и High-flow терапией
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.	Hamilton Medical AG	SLE Limited	MAGNAMED Tecnologia Medica S/A
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Основной блок аппарата ИВЛ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Базовый блок аппарата ИВЛ /Аппарат ИВЛ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вес базового блока не более 20 кг	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Габариты основного блока: Ширина х глубина х высота не более 453 мм х 544 мм х 1427 мм	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Категории пациентов взрослые, дети	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Подача воздуха: Турбина для подачи сжатого воздуха / Турбина для электронного управления потоком воздуха.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подача кислорода высокого давления: 600 кПа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутригоспитальная транспортировка пациентов: Транспортировка механически вентилируемых пациентов в пределах одного медицинского учреждения/Госпитальный транспорт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время работы от встроенной батареи: Время работы от батареи не менее 3,5 часа	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Электрические характеристики батареи: Батарея с не менее 10,8 В постоянного тока с не менее 4,0 А ч	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип аккумулятора ионно-литиевый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время полной зарядки аккумулятора: Время полной зарядки аккумулятора не более 4 часов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Потребляемая мощность: Потребляемая мощность не более 80 VA	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подача постоянного тока: Не менее 12, не более 24 В	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор: Дисплей, размер не более 15 дюймов, разрешение не менее 1024 x 768 пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Защита аппарата ИВЛ: Степень защиты не менее IP21	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пиковое давление: Не менее 0, не более 120 смH_2O	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Положительное давление в конце выдоха: Не менее 0, не более 120 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Среднее давление в дыхательных путях: Не менее 0, не более 120 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Давление плато: Не менее 0, не более 120 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Внутреннее аутоПДКВ: Не менее 0, не более 99,9 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Минутный объем: Не менее 1, не более 999 мл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Объем утечки: 0–100 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота дыхания: Не менее 0, не более 999 в минуту	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Индекс поверхностного дыхания: Индекс поверхностного дыхания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим принудительной вентиляции с контролем по объему: Режим вентиляции принудительная, нацеленная на достижение объема / Принудительная вентиляция с контролируемым объемом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим принудительной вентиляции с контролем по давлению: Вентиляция по давлению с управляемой принудительной вентиляцией / Принудительная вентиляция с контролируемым давлением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим вентиляции с регулировкой по давлению и целевому объему: Режим вентиляции с регулировкой по давлению и целевому объему/Режим вентиляции,	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

регулируемый по давлению, регулируемый по объему				
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких по объему: Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с контролем по объему/Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция, гарантируется подача целевого дыхательного объема	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролируемым давлением: Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управлением по давлению/ Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролируемым давлением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Двухступенчатая вентиляция легких: Двойное положительное давление в дыхательных путях / Двухступенчатая вентиляция с положительным давлением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях: Вентиляция с переменным давлением в дыхательных путях. / Непрерывная вентиляция с положительным	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

давлением и сброс давления в дыхательных путях				
Режим спонтанного дыхания: Режим спонтанного дыхания/Спонтанная вентиляция легких с обязательным минутным объемом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Неинвазивная вентиляция легких: Неинвазивная вентиляция/Неинвазивная вентиляция легких	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кислородная терапия с высокой скоростью потока: Кислородная терапия с высокой скоростью потока/ специальный режим обеспечивает непрерывную промывку O2 в соответствии с заданной концентрацией O2 и потоком	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим с гарантированным минутным объемом: Режим поддерживает заданные пользователем параметры минимальной минутной вентиляции независимо от дыхательной активности пациента/ Вентиляция легких с обязательным минутным объемом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подаваемый поток: Не менее 180 л/мин	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательный объем: Не менее 2, не более 3000 мл	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Инспираторное давление: Не менее 0, не более 120 смH2O	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Давление поддержки: Не менее 0, не более 120 смH2O	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время нарастания: 0 - 2,0 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Триггер по давлению: Не менее 0, не более -20 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пауза: 0 – 70%	Не соответствует Пауза: 0 - 60%	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Настройка роста пациента: Не менее 30 см	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Частота дыхания: Не менее 0, не более 200 в минуту	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Цикл вдоха: 5-80%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Триггер по потоку: Не менее 0, не более 30%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Концентрация кислорода: 21%-100%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Давление конца выдоха: Не менее 0, не более 50 смН2О	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время высокого давления: Не менее 0,1, не более 59,8 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Время низкого давления: Не менее 0,2, не более 59,9 сек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Петля Давление/ объем Петля Давление/ поток Петля Объем/ поток Петля Объем/ FCO2	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компенсация трубки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Задержка вдоха, выдоха	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Отключение звуковой сигнализации: Клавиша отключения звукового сигнала тревоги/ Кнопка отключения звука сигналов тревоги	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Запуск подачи высокой концентрации кислорода: Клавиша обогащения О2/ Кнопка О2+	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Запуск ручного вдоха: Клавиша ручного вдоха/Кнопка ручного цикла	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Автоматическая компенсация барометрического давления	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компенсация сопративления дыхательного контура: Компенсация в контуре/Объемная компенсация по дыхательному контуру	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Компенсация утечек	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Запуск небулайзера: Клавиша включения/выключения небулайзера/Кнопка распылителя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Подача в аппарат кислорода низкого давления: Коннектор подачи кислорода низкого давления/Вход O2 низкого давления	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
USB-разъем: USB-разъем/Стандартные разъемы USB Стандартный разъем Ethernet: Разъем RJ-45 Ethernet Разъем RS-232	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Порт вызова медицинской сестры: Порт вызова медсестры/Разъем вызов медсестры	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Звуковое давление: Диапазон звукового давления не более 61 дБ	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пакет рабочих программ: Пакет рабочих программ/ Программное обеспечение для медицинских устройств	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Кислородный датчик: Кислородный датчик/Датчик концентрации O2	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Вид кислородного датчика: Гальваническая ячейка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Порт для подключения датчика потока: Разъемы проксимального датчика потока /Штуцеры для подключения линий проксимальных датчиков потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сетевой кабель/Кабель питания	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Мобильная тележка/Тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шланг для подачи кислорода/Шланг O2	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Держатель дыхательного контура/Соединительный рычаг для поддержки дыхательных контуров	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тестовое легкое взрослого пациента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тестовое легкое взрослое, детское Взрослое не менее 1000 мл Детское не более 0,5 л	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Комплект тестового легкого неонатального пациента/ Тестовое легкое для младенца	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Увлажнитель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Капнографический датчик в основном потоке/Основной датчик CO2 с соединительным кабелем	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип датчика CO2: Измерение CO2 в основном потоке/CO2 для основного потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Капнография основном потоке (CO2): капнография основном потоке / CO2 для основного потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчики	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

пульсоксиметрический				
Датчики	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
пульсоксиметрические: / Пульсоксиметр датчик				
Адаптер пульоксиметрического датчика: Адаптер пульсоксиметрического датчика/ Пульсоксиметр кабельадаптер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Небулайзер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дыхательные контуры пациента для взрослых, детей, новорожденных / Дыхательный контур взрослый, Дыхательный контур педиатрический Дыхательный контур новорожденных	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип контура: Контур автоклавируемый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Пылевой фильтр /Сетчатый фильтр	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
HEPA-фильтр	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана в комплекте/Комплект встраиваемых клапанов. Мембрана для встраиваемого клапана	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик потока взрослый, детский (педиатрический)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик потока взросло-педиатрический / Датчик потока для взрослых – Педиатрический датчик потока		Соответствует	Соответствует	Соответствует

Тип датчика потока: Многоразовый автоклавируемый датчик потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик потока неонатальный многоразовый	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик потока неонатальный / Неонатальный датчик потока Вид датчика потока: Проксимальный датчик потока	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Адаптер капнографического датчика для взрослых, новорожденных (неонатальных) пациентов	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Адаптер капнографического датчика взросло-педиатрический / Адаптер дыхательных путей для взрослых с датчиком CO2 Адаптер дыхательных путей для новорожденных с датчиком CO2	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Маски	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стартовый набор для проведения неонатальной сипап-терапии	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Генератор потока nCPAP	Не соответствует Исходя из данных регистрационного удостоверения, требуемое комплектующее не зарегистрировано	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Электрическая сеть 220 Вольт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования,				

Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.				

Эксперт Турленбаева А.А.

ФИО/ **подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652514-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 14:02:06

Лот № 4652514-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652514-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская, Саликов Алмас – (Врач УЗИ, ЦРБ Жамбылского района) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
2	060940000588, Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Соответствует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Саликов Алмас

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Медико-Инновационные Технологии"	Товарищество с ограниченной ответственностью «Life Medical Solutions»	Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	
Предлагаемая модель МТ:	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Fortis .	Система ультразвуковой диагностики стационар ная VINNO, в вариантах исполнения: G86	Ультразвуковая диагностическая система Consona N9 EXp в комплекте с принадлежностями	
Производитель МТ:	GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD., Китай	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской	соответствует	соответствует	соответствует	
Датчик секторный	соответствует	Не соответствует по ТС согласно официального сайта Производителя - Датчик фазированный имеет частоту 2-3.5 Мг , количество элементов = 60 https://www.vinno.com/product?type=Cart-based	соответствует	
Конвексный датчик	соответствует	Не соответствует по ТС (Датчик F2-5CE ,имеет частоты 2-5,5 Мгц, количество элементов =128 ; https://medic-service.ru/datchik-ultrazvukovoy-12/)	соответствует	
Линейный датчик	соответствует	Не соответствует по ТС	соответствует	

		(по частотам 4 -9 Мгц)		
Дополнительные комплектующие				
Устройство для видеозаписи	соответствует	соответствует	соответствует	
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	
Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
	соответствует	соответствует	соответствует	

Эксперт **Саликов А.М.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652516-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 16:36:15

Лот № 4652516-T1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652516-T1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями , Петанов Петр – (УЗИ врач, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	**Наименование потенциального поставщика**	**Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)**
1	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
2	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
3	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
4	060940000588, Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Петанов Петр

Заключение эксперта

по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники ((№ 482176-1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок от 27-09-2024

4652516-Т1

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по **лоту 4652516-Т1** Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями (Эксперты ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница и консультативно-диагностический центр» УЗ акимата Жамбылской области) пришли к следующему заключению:

№	*Наименование потенциального Поставщика*	*Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)*
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "L-GROUP"	Соответствует
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Медико-Инновационные Технологии»	Соответствует
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Life Medical Solutions»	НЕ соответствует
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Таблица соответствия
По лоту 4652516-Т1

062. 422. 162.

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "L-GROUP" 382.	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»	ТОО «Life Medical Solutions»	ТОО "Almamed Technology"
Предлагаемая модель МТ:	Ультразвуковая диагностическая система Resona вариант исполнения: **Resona I9Exp**	Система ультразвуковая диагностическая медицинская **Vivid S70N** с принадлежностями	Ультразвуковая диагностическая система **VINNO E10**	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии **Consona N9 EXp** в комплекте с принадлежностями
Производитель МТ:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,LTD., Китай	GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия	VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
блок Базовый/ консоль медицинская диагностическая ультразвуковая.	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ**	Соответствует
Панель управления Количество одновременно подключаемых датчиков, шт -4 шт.	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует** (система имеет всего 3 порта для подключения датчиков) *https://med-opt.ru/product/uzi-vinno-e10/*	Соответствует
Монитор: Диагональ монитора, дюйм - 21,5 дюйма. Разрешение, пиксель: 1920 x 1080 пикселей .	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует** (Монитор = 19 дюймов , согласно сайта : *https://med-opt.ru/product/uzi-vinno-e10/*	Соответствует
Клавиатура:	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует**	Соответствует

Тип панели управления системой: Сенсорная . Диагональ панели управления системой, дюйм Не менее 12 дюймов .			Сенсорная панель = 10 дюймов согласно сайта : *ttps://med-opt.ru/product/uzi-vinno-e10/*	
Принтер: 2D режим.М-режим	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программное обеспечение для отслеживания движений ткани :Гармоническая визуализация тканей / Режим тканевой гармоники .	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ширина, см: Не более 57,2 см. Глубина, см: Не более 98,3 см. Высота, см: Не менее 1320 мм. Вес, кг: Не более 83,6 кг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Переключатели ножные: Переключатель ножной/Переключатель педальный	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ** (нет режима по РУ)	Соответствует
Специализированная программа для количественного анализа Пакеты программного обеспечения углубленного количественного анализа / Модуль программный встроенный для количественного анализа .	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ** (нет режима по РУ)	Соответствует
Программное обеспечение для абдоминальных исследований. .	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Стандарт DICOM / Модуль программный встроенный для обеспечияпередачи данных DICOM	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа для биопсии.	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ** (нет режима по РУ)	Соответствует
Стресс-эхокардиография: Стресс-эхокардиография .Эхокардиография взрослых, детей, плода.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Программа для оценки сократительной функции левого желудочка: Модуль программный встроенный количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка / Программное приложение	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ** (нет режима по РУ)	Соответствует

для количественного анализа левого предсердия				
Импульсно-волновой допплер . Непрерывно-волновой допплер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон частот, МГц: Не менее 1, не более 25 МГц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Шарнирное крепление монитора/Кронштейн монитора.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Устройство записи Архивация изображений на CD и DVD диски/Встроенный привод для записи данных исследований пациентов на диски CD/DVD	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный. Диапазон рабочих частот, МГц: Не менее 1, не более 5 МГц	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует По РУ и частотам** Датчик ультразвуковой G1-4P	Соответствует
Датчик конвексный Диапазон рабочих частот, МГц: Не менее 1,4, не более 6 МГц . Угол сканирования, град: Не менее 70 градусов	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ По РУ и частотам** Датчик ультразвуковой F2-5C	Соответствует
Датчик линейный Диапазон рабочих частот не менее 4, не более 12 МГц. Линейный размер рабочей поверхности апертуры не менее 34 мм	Соответствует	Соответствует	**НЕ соответствует РУ По РУ и частотам** Датчик ультразвуковой X4-12L	Соответствует

Эксперт **Петанов П.С.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652518-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-10-2024 11:34:08

Лот № 4652518-Т1

Передвижной рентгеновский аппарат

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652518-Т1 Передвижной рентгеновский аппарат, Байжанов Адилет – (врач-рентгенолог, ГКП на ПХВ ЖАмбылская областная инфекционная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	990940002518, ТОО "КАТЭП- АЭ"	Не соотвествует
2	130840008109, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС МЕД"	Не соотвествует
3	970140000102, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"	Не соотвествует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Не соотвествует
5	160240026041, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICA TRADE"	Не соотвествует
6	060940000588, Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology"	Не соотвествует
7	110940013175, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП)	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байжанов Адилет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «КАТЭП АЭ»	ТОО «Юникс Мед»	ТОО «Альянс»	ТОО «Life Medical solutions»	ТОО "MEDICA Trade"	ТОО "Almamed Technolog	ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп)
Предлагаемая модель МТ:	PLX5200A Мобильная цифровая рентгенографическая система	Передвижной рентгеновский аппарат серии Jolly Plus: Jolly 30 Plus DR	Передвижной рентгеновский аппарат MAC, вариант исполнения MAC-R32D	Мобильная цифровая рентгенографическая система MobileCooper	Аппарат мобильный для аналоговой или цифровой рентгенографии DR 100e с принадлежностями	Мобильная рентгенологическая система MobiEye, варианты исполнения: 700	Рентгенографическая система диагностическая, мобильная цифровая в вариантах исполнения TOPAZ-40D
Производитель МТ:	Не прописан	BMI Biomedical International S.r.l, Италия	General Medical Merate S.p.A., Италия	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd, Китай	Agfa NV, Бельгия	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай	DRGEM Corporation, Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие							
Передвижной рентгеновский аппарат	Не соответствует: По технической спецификации Входная мощность 230 В, по предлагаемой спецификации мощность 220 В.	соответствует	Не соответствует: По технической спецификации Максимальная мощность 320 мА, по предлагаемой спецификации максимальная мощность не	Не соответствует: по технической спецификации Минимальное фокусное расстояние от пола: не более 450 мм, по	Не соответствует: по технической спецификации Максимальная мощность мА: 320 мА, по предлагаемой спецификации 400 мА	Не соответствует: по технической спецификации Максимальная мощность мА: 320 мА, по предлагаемой спецификации	Не соответствует: по технической спецификации Диапазон измерения напряжения кВ пик: не менее 40 и не более 125 кВ, по предлагаемой спецификации

			прописан.	предлагаемой спецификации Минимальный подъем колонны 507 мм, Не соответствует: по технической спецификации, Максимальная мощность мА: 320 мА, Диапазон измерения напряжения кВ пик: не менее 40 и не более 125 кВ, по предлагаемой спецификации нет данных		Максимальная мощность мА: 630 мА Не соответствует: по технической спецификации Диапазон измерения напряжения кВ пик: не менее 40 и не более 125 кВ, по предлагаемой спецификации Диапазон измерения напряжения кВ пик: 40 -150 кВ., Не соответствует: по технической спецификации • Вращение моноблока в рубке: не менее -35° и не более +190°, по предлагаемой спецификации Угол наклона рентгеновской трубки/коллиматора: от -30° до 90°, не соответствует: по технической спецификации масса не более 240 кг, по	Диапазон измерения напряжения кВ пик: 40 -150 кВ., Не соответствует: по технической спецификации • Минимальное фокусное расстояние от пола: не более 450 мм, по предлагаемой технической спецификации 580 мм, Не соответствует: по технической спецификации Максимальное фокусное расстояние от пола: не менее 2000 мм, по предлагаемой технической спецификации 1390 мм, Не соответствует: по технической спецификации масса не более 240 кг, по предлагаемой технической спецификации 500 кг, Не соответствует: по технической спецификации Диаметр колес задние: не менее 250мм., по предлагаемой спецификации не указаны конкретно.

						предлагаемой спецификации 370 кг.	
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рентгеновская трубка	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Коллиматор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Тип детектора	соответствует	соответствует	Не соответствует: по технической спецификации Размер пикселя не менее 0,140 мкм, по предлагаемой спецификации 0,139 мкм	Не соответствует: по технической спецификации габаритные размеры детектора 35 х 43 см, по предлагаемой спецификации Активная область - 356×430 мм	Не соответствует: по технической спецификации размером пикселя не менее 0,140 мкм, по предлагаемой спецификации до 0,140 мкм.	соответствует	соответствует
Дополнительные комплектующие							
Расходные материалы							
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)							
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	
Условия осуществления поставки медицинской DDP пункт назначения техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	Не соответствует: не прописан пункт назначения техники	соответствует	Не соответствует: не прописан пункт назначения техники	Не соответствует: не прописан пункт назначения техники	Не соответствует: не прописан пункт назначения техники	Не соответствует: не прописан пункт назначения техники
Срок поставки медицинской техники и место	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

дислокации							
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Не соответствует: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев, предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не менее 37 месяцев», Не соответствует: Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал., предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не реже чем 1 раз в квартал» Не соответствует: Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями	Не соответствует: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев, предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не менее 37 месяцев», Не соответствует: Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал., предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не реже чем 1 раз в квартал» Не соответствует: Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с	соответствует	Не соответствует: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев, предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не менее 37 месяцев», Не соответствует: Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал., предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не реже чем 1 раз в квартал» Не соответствует: Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями	Не соответствует: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев, предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не менее 37 месяцев», Не соответствует: Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал., предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не реже чем 1 раз в квартал» Не соответствует: Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:, Предлагаемая	Не соответствует: Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал., предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не реже чем 1 раз в квартал» Не соответствует: Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:, Предлагаемая спецификация не указаны конкретные работы: «. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями	Не соответствует: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев, предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не менее 37 месяцев», Не соответствует: Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал., предлагаемая спецификация не указана конкретные сроки «не реже чем 1 раз в квартал» Не соответствует: Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:, Предлагаемая спецификация не указаны конкретные работы: «. Работы по техническому

	эксплуатационной документации и должны включать в себя:, Предлагаемая спецификация не указаны конкретные работы: «. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя»	требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:, Предлагаемая спецификация не указаны конкретные работы: «. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя»		эксплуатационной документации и должны включать в себя:, Предлагаемая спецификация не указаны конкретные работы: «. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя»	спецификация не указаны конкретные работы: «. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя»	эксплуатационной документации и должны включать в себя»	обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя»
Требования к сопутствующим услугам							

Эксперт Байжанов А.Б.

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652520-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 09:21:07

Лот № 4652520-Т1

Цифровая маммографическая система с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652520-Т1 Цифровая маммографическая система с принадлежностями, Сатыбаев Айдын – (Врач маммолог, КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	121140007502, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QMP QAZMEDPRIBOR"	Соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
3	190340014334, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"	Не соотвествует
4	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Не соотвествует
5	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует
6	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сатыбаев Айдын

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QMP**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"**	**ТОО "Health Equip"**	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-**
Предлагаемая модель МТ:	Цифровая маммографическая система «QMP Memphis DR» с принадлежностями	Цифровая маммографическая рентгеновская система RMF-	Цифровая медицинская рентгеновская маммографическая система	Диагностическая рентгеновская система для маммографии ELMA-T3	Цифровая маммографическая рентгеновская система	Система маммографии рентгенографическая цифровая Pinkview-DR Plus
Производитель МТ:	ТОО «QMP Qazmedpribor», Республика Казахстан.	отсутствует информация по производителю	Shenzhen Angell Technology Co.,Ltd., Китай	DK Medical Systems Co.,Ltd, Республика Корея	отсутствует информация по производителю	Республика Корея
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Тип детектора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тип генератора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон рентгенографии	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Большой фокус и Малый фокус не соответствует данным из открытых источников)	Не соответствует (Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ ELMA-T3, Малый фокус - 4 мАс ~ 160 мАс, 20 кВ ~ 35 кВ Большой фокус - 4 мАс ~ 500 мАс, 20 кВ ~ 35 кВ)	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметры большого и малого фокуса по отдельности)
Класс мощности	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (Согласно данных Госреестра ЛС и МТ в РУ ELMA-T3, номинальная мощность: 3.5 кВт)	Соответствует	Соответствует
Трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальное напряжение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Целевой угол	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Фильтрация излучения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Номинальное значение фокальной точки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Теплоемкость анода	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Вращение	Соответствует	Соответствует	Не Соответствует (заявлена Вращение Вправо 135º и влево 180 º)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (заявлена Диапазон вращения С-дуги - +180/-145 градусов)
Сила сжатия вручную Электроприводом	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр ручного сжатие)
Частота процессора	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Оперативная память	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диапазон пикселя	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Шаг пикселя	Соответствует	Не соответствует (заявлена не 76 кв. мкм)	Не соответствует (Размер пикселя не соответствует данным из открытых источников)	Соответствует	Не соответствует (заявлена не 76 кв. мкм)	Соответствует
Сетка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)

Количество пикселей	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (заявлена Количество пикселей на активной области детектора
Вертикальное перемещение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расстояние Фокус пленка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Баки стенд Плотность сетки	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (заявлена Штатив рентгеновский)
Соотношение	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Материал	Соответствует	Соответствует (Материал Углеродное волокно толщиной 1,5 мм)	Соответствует	Соответствует	Соответствует (Материал Углеродное волокно толщиной 1,5 мм)	Не соответствует (заявлена Материал изготовления: поликарбонат – наличие)
Ручка для ручного сжатия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (Лопасть сжатия молочной железы)
Защита для лица	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (Отражатель: выпаренное алюминием акриловое зеркало – наличие)
Пластина для сжатия молочной железы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (Лопасть сжатия молочной железы)
Размер пластины для сжатия	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Рентгеновский стенд и основа	Соответствует	Соответствует (Стойка рентгеновской трубки, С-образный штатив)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Размер плоскопанельного детектора	Соответствует	Соответствует (Плоскопанельный детектор Цифровой плоскопанельный детектор формата 24 x 30 см непрямого преобразования) Соответствует (Размер плоскопанельного детектора 18x24 см) Предоставлено два размера на какой ориентироваться	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (заявлена Размер активной области детектора, мм - 297 × 232)
Рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (заявлена только Программное обеспечение Pinkview-DR
Компьютер и мыщь	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (заявлена только Программное обеспечение Pinkview-DR
Принтер	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (отсутствует параметр)
Монитор маммографический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Ножной переключатель	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Педаль	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (но заявлена в ручном переключателе)