Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647762-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 10-10-2024 10:43:06

Лот № 4647762-T1

Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647762-T1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса, Пахомова Татьяна – (Старший ординатор, НАО "Центр Сердца Шымкент") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	060840013586, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP"	Соответствует
2	170440000671, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ"	Не соотвествует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Пахомова Татьяна

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ L-GROUP	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ QAZMEDEQ	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ADICOM
Предлагаемая модель МТ:	**Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№016636 Производитель: GE Medical Systems (China) Co., Ltd Страна-производитель: Китай Дата государственной регистрации: 28.03.2022г. Дата окончания регистрации: бессрочно**	**Ультразвуковая медицинская диагностическая система MyLab™ Omega с принадлежностями Производственная площадка:** Esaote S.p.a **Страна:** Италия **Регистрационное удостоверение:** № РК МИ (МТ)-0№028154 от 18.06.2024г, бессрочно	**Система ультразвуковой диагностики ALOKA ARIETTA 850 Производитель FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019402 (27.06.2024г.-бессрочно)**
Производитель МТ:	**Производитель: GE Medical Systems (China) Co., Ltd Страна-производитель: Китай**	**Производственная площадка:** Esaote S.p.a**Страна:** Италия	**Производитель FUJIFILM Healthcare Corporation, Япония**
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок системы. Габариты: Высота не более Системный блок /Основной блок	соответствует	Не соответствует динамический диапазон 300 дБ. Первый раз поставщик указывает истинные данные	Соответствует

Динамический дипазон Не менее 320 Дб. Количество каналов Не менее 974 026. Диапазон частот Не менее 1,0 и не более 22. Глубина сканирования Не менее 33 см. колесах 169,5, Ширина не более 390 см, Глубина не более 362 см. Транспортировка 1 шт. Устройства: Перемещение и транспортировка устройства на колесах/ Транспортировке на длинные расстояния на		согласно ndda.kz в части краткой технической характеристики, в исправлениях пишет 320 ДБ. Фактический диапазон составляет 300Дб и не соответствует требованиям тендера.	
Монитор : Монитор. Диагональ Не менее 15, 6 дюймов. Разрешение Не менее 1920X1080.	соответствует	Соответствует	соответствует
Регистрация физиологически х сигналов : Модуль регистрации физиологических сигналов/ Блок воспроизведения физиологического сигнала	соответствует	Не соответствует Это отдельная опция, которая не идет в базовом блоке – нет подтверждения в РУ о наличии.	Соответствует
Чреспищеводные исследования: Модуль программный встроенный для проведения чреспищеводных исследований	соответствует	Не соответствует Это отдельная опция, которая не идет в базовом блоке – поставщик не приложил сведения о программе	Соответствует

/Чреспищеводные исследования			
Сосудистые исследования: Модуль программный встроенный для проведения сосудистых исследований Программное обеспечение для анализа поток-опосредованной дилатации сосудов	соответствует	соответствует	Соответствует
Стресс-Эхокардиография: Программное обеспечение стресс-эхокардиографии/Модуль программный встроенный для проведения Стресс ЭхоКГ.	соответствует	Соответствует	Соответствует
Тканевой допплер : Модуль программный встроенный для проведения тканевого допплера/ Программное обеспечение анализа тканевого допплеровского сигнала	соответствует	соответствует	Соответствует
Контрастные исследования : Модуль программный встроенный для проведения контрастных исследований сердца/	соответствует	Не соответствует Это отдельная опция, которая не идет в базовом блоке – поставщик не приложил сведения о программе	Соответствует

Программное обеспечение контрастной гармонической визуализации			
Исследования сократимости миокарда : исследований сократительной функции степени деформации миокарда/ Программное обеспечение анализа сократимости	соответствует	Не соответствует Поставщик указывает модуль сосудистых исследований, разные опции	Соответствует
Исследования глобальной сократимости сердца: Автоматическая оценки глобальной сократительной функции сердца/ Автоматическое измерение сократительная способность	соответствует	соответствует	Соответствует
Трехмерная визуализация сердца : Трехмерная визуализация сердца	соответствует	Отсутствует опция в тх поставщика и в РУ	Соответствует
Программное обеспечение DICOM: Программное обеспечение DICOM	соответствует	соответствует	Соответствует
Тканевой допплер: Модуль программный встроенный для проведения тканевого допплера/	соответствует	соответствует	Соответствует

Программное обеспечение анализа тканевого допплеровского сигнала			
Кардиологическ ие исследования: Модуль программный встроенный для автоматического анализа в кардиологии/ 1 шт. Программное обеспечение для автоматизированных кардиологических измерений	соответствует	Соответствует	Соответствует
Принтер: Принтер	соответствует	Соответствует	Соответствует
Датчик секторный фазированный : Датчик секторный фазированный мультичастотный. Частота не менее 1,0 МГц не более 5 МГц. Угол сканирования Не менее 120 градусов.	соответствует	Не соответствует В первой редакции ТХ поставщика были указаны те же модели датчиков с числовыми данными. В новой редакции поставщик прикладывает те же модели датчиков с новыми числовыми показателями. Диапазон и угол сканирования датчиков показатели постоянные, что означает что несоответствие в части данных угол сканирования не менее 120 градусов в заявленной технической спецификации остается актуальным.	Соответствует
Датчик линейный : Датчик линейный. Частота Не менее	соответствует	Не соответствует	соответствует

2 МГц Не более 12 Мгц. Апертура Не менее 38мм.		Не соответствует В первой редакции ТХ поставщика были указаны те же модели датчиков с числовыми данными. В новой редакции поставщик прикладывает те же модели датчиков с новыми числовыми показателями. Диапазон и угол сканирования датчиков показатели постоянные, что означает что несоответствие в части данных диапазон 4–15 МГЦ, в требованиях не более 12 МГЦ остается актуальным.	
Датчик секторный фазированный : Датчик секторный фазированный. Частота Не менее 1 МГц Не более 8 Мгц	соответствует	Соответствует	соответствует

Эксперт **ФИО/подпис**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647759-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 17:24:20

Лот № 4647759-Т1

Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647759-Т1 Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела, Дюсенов Абу – (врач нейрохирург, ОМБ по г. Жезказган области Ұлытау) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	130840023132, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM"	Соответствует
2	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
3	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
4	181240026810, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEOMED GROUP"	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дюсенов Абу

Таблица соответствия (после устранения замечании)
По лоту 4647759-Т1

Заключение эксперта на соответствие технических параметров медицинской техники «Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела» КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗ области Ұлытау

1.ТОО «Алаш-KZ» потенциальный поставщик использует 3 регистрационных удостоверения, однако в заявляемом ТС в графе наименование медицинской техники указывает всего одно регистрационное удостоверение.

2. В заявленных данных и наименованиях ТОО «Neomed Group» и ТОО «Алаш-KZ» наблюдается расхождение наименовании и применения заявленных программных обеспечении и компонентов системы. Невозможно точно определить какая из заявленных комплектации и наименовании соответствует действительности.

	Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Niko Pharm»**	**ТОО «Алаш-KZ»**	**ТОО «Neomed Group»**	**ТОО «SBK Standard»**
	Предлагаемая модель:	**Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями. Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5№018977 от 19.04.2024 г. Бессрочный.**	**Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов Neu Viz Prime. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019985 от 22.01.2020 г. Действительно до: 22.01.2025 г.**	**Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов Neu Viz Prime. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019985 от 22.01.2020 г. Действительно до: 22.01.2025 г.**	**Компьютерный томограф SOMATOM go.Top. Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№021081 от 18.09.202 г. Действительно: до 18.09.2025 г.**
	Производитель:	**Производство: «Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd» (Китай)**	**Производство: «Neusoft Medical Systems Co., Ltd» (Китай)**	**Производство: «Neusoft Medical Systems Co., Ltd» (Китай)**	Производство: «Siemens Healthcare GmbH» (Германия)
	Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует;**

		комментарии и т.д.)			**комментарии и т.д.)**
1	**Устройство Гентри.** Диаметр отверстия гентри, мм.: не более 720 мм. Минимальное время оборота рентгеновской трубки, сек.: не более 0,35 сек. Диапазон значения спирального питча: нижнее значение не более 0,15, верхнее значение 1,5.	Диаметр отверстия гентри, мм.: 720 мм - **соответствует.** Диапазон значения спирального питча: нижнее значение 0,15, верхнее значение 1,5. – **соответствует.**	Диаметр отверстия гентри, мм.: 720 мм – **соответствует** Минимальное время оборота рентгеновской трубки, сек.: 0,32 сек. – **соответствует.** Диапазон значения спирального питча: нижнее значение 0,13, верхнее значение 1,5 – **соответствует.**	Диаметр отверстия гентри, мм.: 720 мм – **соответствует** Минимальное время оборота рентгеновской трубки, сек: 0,32 сек. – **соответствует.** Диапазон значения спирального питча: нижнее значение 0,13, верхнее значение 1,5 – **соответствует**	Диаметр отверстия Гентри: 700 – **соответствует.** Минимальное время оборота рентгеновской трубки, сек.: 0,33 сек. – **соответствует.** Диапазон значения спирального питча: 0,03 – 1,5 - **соответствует**
2	**Рентгеновская трубка.** Рентгеновская трубка. Теплоемкость рентгеновской трубки, MHU: не менее 8 MHU. Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кHU/мин.: не менее 780 кHU/мин.	Теплоемкость рентгеновской трубки, MHU: 8 MHU – **соответствует.** Скорость охлаждения рентгеновской трубки, kHU/мин.: 1608 kHU/мин –	Теплоемкость рентгеновской трубки, MHU: 30 MHU – **соответствует.** Скорость охлаждения рентгеновской трубки,	Теплоемкость рентгеновской трубки, MHU: 30 MHU – **соответствует.** Скорость охлаждения рентгеновской трубки, kHU/мин.: 1696 kHU/мин – **соответствует.**	Теплоемкость рентгеновской трубки, MHU: 15 MHU – **соответствует.** Скорость охлаждения рентгеновской трубки, kHU/мин.: 780 kHU/мин. –

	Размер большого фокусного пятна, мм.: не менее 1,0 х 1,0 мм. Размер малого фокусного пятна, мм.: не более 0,8 х 1,0 мм.	**соответствует.** Размер большого фокусного пятна, мм: 1,0 х 1,0 мм. – **соответствует.** Размер малого фокусного пятна, мм.: 0,5 х 1,0 мм. – **соответствует.**	kHU/мин.: 1696 kHU/мин – **соответствует.** Размер большого фокусного пятна, мм.: 1,1 х 1,2 мм. – **соответствует.** Размер малого фокусного пятна, мм.: 0,6 х 0,7 мм – **соответствует.**	Размер большого фокусного пятна, мм.: 1,1 х 1,2 мм. – **соответствует.** Размер малого фокусного пятна, мм.: 0,6 х 0,7 мм – **соответствует.**	**соответствует.** Размер большого фокусного пятна, мм.: 1,0 х 1,2 – **соответствует.** Размер малого фокусного пятна, мм.: 0,8 х 0,8 мм. – **соответствует.**
3	**Детектор.** Количество одновременно получаемых срезов: 128 срезов. Максимальное поле сканирования, см: 50 см. Матрица изображения/ реконструкции, пикселей: не менее 512 х 512 пикселей.	Детектор. Количество одновременно получаемых срезов: 128 срезов – **соответствует.** Максимальное поле сканирования, см: 50 см. – **соответствует.** Матрица изображения/ реконструкции, пикселей: 1024 х 1024 пикселей. – **соответствует.**	Детектор. Количество одновременно получаемых срезов: 128 срезов – **соответствует.** Максимальное поле сканирования, см: 50 см. – **соответствует.** Матрица изображения/ реконструкции, пикселей: 1024 х 1024 пикселей. –	Детектор. Количество одновременно получаемых срезов: 128 срезов – **соответствует.** Максимальное поле сканирования, см: 50 см. – **соответствует.** Матрица изображения/ реконструкции, пикселей: 1024 х 1024 пикселей. – **соответствует.**	Детектор. Количество одновременно получаемых срезов: 128 срезов – **соответствует.** Максимальное поле сканирования, см: 50 см. – **соответствует.** Матрица изображения/ реконструкции, пикселей: 512 х 512 – **соответствует.**

			соответствует.		
4	**Генератор.** Минимальное напряжение, кВ: не более 70 кВ Максимальное напряжение, кВ: не менее 140 кВ Максимальное значение тока, мА: не менее 667 мА Мощность рентгеновского генератора, кВт: не менее 75 кВт.	Минимальное напряжение, кВ: 70 кВ –**соответствует.** Максимальное напряжение, кВ: 140 кВ – **соответствует..** Максимальное значение тока, мА: 667 мА – **соответствует.** Мощность рентгеновского генератора, кВт: 80 кВт – **соответствует.**	**Генератор.** Минимальное напряжение, кВ: 60 кВ – **соответствует.** Поставщик заявил параметры 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка– Соответствующее номинальное напряжение рентгеновской трубки совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с данным напряжением рентгеновской трубки. 140 кВ, 714 мА Соответствующее наивысшее напряжение рентгеновской трубки	**Генератор.** Минимальное напряжение, кВ: 60 кВ – **соответствует.** Поставщик заявил параметры 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения рентгеновская трубка– Соответствующее номинальное напряжение рентгеновской трубки совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с данным напряжением рентгеновской трубки. 140 кВ, 714 мА Соответствующее наивысшее напряжение рентгеновской трубки	**Генератор.** Минимальное напряжение, кВ: 70 кВ – **соответствует.** Максимальное напряжение, кВ: 140 кВ –**соответствует.** Максимальное значение тока, мА: 825 мА – **соответствует.** Мощность рентгеновского генератора, кВт: 75 кВт – **соответствует.**

			совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с данной силой тока рентгеновской трубки 833 мА, 120 кВ Соответствующее сочетание напряжение рентгеновской трубки и тока рентгеновской трубки, которое позволяет получить наибольшую выходную электрическую мощность 120 кВ, 833 мА - **не соответствует.** Поставщик заявил параметры 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения Соответствующее номинальное напряжение рентгеновской трубки совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с	совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с данной силой тока рентгеновской трубки 833 мА, 120 кВ Соответствующее сочетание напряжение рентгеновской трубки и тока рентгеновской трубки, которое позволяет получить наибольшую выходную электрическую мощность 120 кВ, 833 мА **-не соответствует.** Поставщик заявил параметры 140 кВ 833мА, однако согласно регистрационного удостоверения Соответствующее номинальное напряжение рентгеновской трубки совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного	

			данным напряжением рентгеновской трубки. 140 кВ, 714 мА Соответствующее наивысшее напряжение рентгеновской трубки совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с данной силой тока рентгеновской трубки 833 мА, 120 кВ Соответствующее сочетание напряжение рентгеновской трубки и тока рентгеновской трубки, которое позволяет получить наибольшую выходную электрическую мощность 120 кВ, 833 мА - **не соответствует.** Мощность рентгеновского генератора, кВт: 100 кВт - **соответствует.**	генератора при работе с данным напряжением рентгеновской трубки. 140 кВ, 714 мА Соответствующее наивысшее напряжение рентгеновской трубки совместно с наивысшим значением тока рентгеновской трубки, получаемые от высоковольтного генератора при работе с данной силой тока рентгеновской трубки 833 мА, 120 кВ Соответствующее сочетание напряжение рентгеновской трубки и тока рентгеновской трубки, которое позволяет получить наибольшую выходную электрическую мощность 120 кВ, 833 мА -**не соответствует.** Мощность рентгеновского	

				генератора, кВт: 100 кВт - **соответствует.**	
5	**Стол пациента** Грузоподъемность стола, кг.: не менее 205 кг. Скорость движения стола, мм/с.: не менее 200 мм/сек. Диапазон сканирования пациента, см.: не менее 186 см	Грузоподъемность стола, кг.: 205 кг. - **соответствует.** Скорость движения стола, мм/с.:300 мм/сек. – **соответствует.** Диапазон сканирования пациента, см.: 186 см – **соответствует.**	**Стол пациента** Грузоподъемность стола, кг.: 205 кг – **соответствует.** Поставщик заявил 464 мм/сек. Согласно открытым источникам, скорость движения стола составляет 100 мм/сек.-**не соответствует.** Диапазон сканирования пациента, см.: 186 см. – **соответствует.**	**Стол пациента** Грузоподъемность стола, кг.: 250 кг – **соответствует.** Поставщик заявил 464 мм/сек. Согласно открытым источникам, скорость движения стола составляет 100 мм/сек.-**не соответствует.** Диапазон сканирования пациента, см.: 186 см. – **соответствует.**	Грузоподъемность стола, кг.: 227 кг – **соответствует.** Скорость движения стола, мм/с.: 200 мм/сек. – **соответствует.** Диапазон сканирования пациента, см: 200 см – **соответствует.**
6	Опоры для частей тела пациента: Опоры для частей тела пациента/Средства укладки и позиционирования пациента	Универсальная подставка для головы: опоры для частей тела - **соответствует.**	Опоры для частей тела пациента – **соответствует.**	Опоры для частей тела пациента – **соответствует.**	Опоры для частей тела пациента: Средства укладки и позиционирования пациента –

					соответствует.
7	Плоский подголовник/Плоская подушка.	Наличие подголовника – **соответствует.**	Плоская подушка (плоский подголовник) – **соответствует.**	Плоская подушка (если требуется). Подголовник – **соответствует.**	Плоский подголовник: Плоская подушка- **соответствует.**
8	Опора для руки	Наличие опоры для руки - **соответствует.**	Поддержка для рук РК-МТ-5№016750 (Опора для руки) – **соответствует..**	Держатель ручки. Опора для руки – **не соответствует.** Заявленное наименование не соответствует описанию.	Опора для руки – **соответствует.**
9	Подголовник	Наличие подголовника - **соответствует.**	Подушка для подголовника (Подголовник) – **соответствует.**	Подушка для головы (если требуется). Подголовник – **соответствует.**	Подголовник – **соответствует.**
10	Подставка для головы: Подставка для расположения головы/Держатели для головы	Наличие подставки для расположения головы в горизонтальной плоскости. Валик – подставка для головы: наличие валика – подставки для головы – **соответствует.**	Держатели для головы (подставка для головы) – **соответствует.**	Держатель. Держатели для головы – **соответствует.**	Подставка для головы: Держатели для головы – **соответствует.**
11	Переговорное устройство	Наличие переговорного устройства – **соответствует.**	Консоль (переговорное устройство) – **соответствует..**	Система внутренней связи с пациентом - **соответствует.**	Консоль оператора: Переговорное устройство – **соответствует.**
12	Пульт управления сканированием	Пульт управления сканированием СТВОХ – **соответствует.**	Пульт управления сканированием – **соответствует.**	Пульт управления сканированием – **соответствует.**	Пульт управления сканированием – **соответствует.**
13	Программное обеспечение визуализации и реконструкции/Программное обеспечение для интерактивной	Наличие программного обеспечения визуализации и реконструкции iDose4–	Программное обеспечение NeuViz 128 РК-МТ-5№016750 (Программное обеспечение	Програмный пакет IHD для NeuViz 128-не **соответствует.** Ввиду того что ТОО	Программное обеспечение для интерактивной реконструкции:

	реконструкции	**соответствует.**	для реконструкции) - **соответствует.**	«Алаш-KZ» заявляя ту же самую технику под данное требование заявляет «Программное обеспечение NeuViz 128» наблюдается расхождение данных. Невозможно точно определить соответствие заявленной программы	программное обеспечение для интеративной реконструкции – **соответствует.**
14	Спиральное сканирование	Наличие опции автоматического запуска спирального сканирования: Spiral Auto Start – **соответствует.**	Спиральное сканирование – **соответствует..**	Программное обеспечение для NeuViz 128. Спиральное сканирование – **соответствует.**	Консоль оператора: спиральное сканирование – **соответствует.**
15	Консоль оператора: Рабочая станция/Консоль оператора в составе. Мониторы: не менее 2 шт.	Наличие монитор консоли 2 шт. Наличие рабочей станции: системный блок, клавиатура, манипулятор типа «мышь». Рабочая станция служит для управления процессом сканирования и наблюдения за ним и включает в себя системный блок, клавиатуру и манипулятор типа	Консоль операто а в составе. Мониторы:2 шт – **соотвествует.**	Мониторы 2 шт. - **соответствует.**	Мониторы 2 шт – **соответствует..**

		«мышь» - **соответствует.**			
16	Рабочая станция врача	Рабочая станция врача. Программное обеспечение для рабочей станции врача – **соответствует.**	Компьютезированная система обработки изображений (Рабочая станция) – **соответствует..**	Рабочая станция врача. Формирование отчетов: импорт изображений в систему через DICOM, охватывая такие процессы, как сканирование, передача данных, их прием на рабочей станции, просмотр, анализ, создание и сохранение отчетов. – **соответствует.**	Рабочая станция врача – **соответствует.**
17	Приложение анализа сосудов: Клинический программный пакет: Углубленный анализ сосудов/Программное обеспечение для комплексного анализа сосудов	Клинический программный пакет: Advanced Vessel Analysis (AVA) Углубленный анализ сосудов – **соответствует.**	Программное обеспечение - Анализ сосудов РК-МИ (МТ) – 0№028234 (Приложение анализа сосудов). Программное обеспечение для комплексного анализа сосудов – **соответствует..**	Программный пакет: Тельная перфузия NeuViz 128. Клиническая программный пакет: программное обеспечение для комплексного анализа сосудов – **соответствует.**	Программное обеспечение для рабочей станции: **соответствует.**
18	Приложение для комплексной оценки коронарных артерий: Клинический программный пакет: Анализ коронарных артерий /Программное обеспечение для комплексного анализа сосудов.	Наличие клинического программного пакета: Coronary Artery Analysis (CAA). Анализ коронарных артерий – **соответствует.**	Программное обеспечение – Анализ сосудов РК МИ (МТ)-0№028234 (Приложение для коронарных артерий). Программное обеспечение для комплексного анализов сосудов – **соответствует.**	Расширенные приложения в стандарте: 1. Bolus Tracking (отслеживание болюса) 2. Синхронизация по пробному ведению болюса 3. Анализ сосудов 3. Ангиография нервной системы 4. Мозговая перфузия 5. Перфузия тела 6. Стоматология 7.	Приложение для комплексной оценки коронарных артерий – **соответствует..**

				Опухоль легкого (плевральный инфильтрат) 8. Плотность легких 9. Оценка опухоли 10. Виртуальная колоноскопия 11. Оценка кальция в сердце 12. Анализ коронарных сосудов – **соответствует.**	
19	Приложение для кардиологических исследований: Средство просмотра кардиологических исследований / Программное обеспечение для реконструкции кардиоизображений.	Наличие клинического программного пакета: Cardiac Scan кардиологическое сканирование – **соответствует.**	Программный пакет: просмотрщик сердца РК-МТ-5№016750 (Приложение для кардиологических исследований). – наименование заявленного ПО не соответствует регистрационному удостоверению- **не соответствует.** Программное обеспечение для реконструкций кардиоизображений – **соответствует..**	Программный пакет: Средство просмотра кардиологических исследований – **соответствует.**	Программное обеспечение для реконструкции кардиоизображений– **соответствует.**
20	Приложение для анализа перфузий головного мозга: Перфузия головного мозга / Программное обеспечение для специализированной обработки и анализа изображений головы.	Оценка перфузий головного мозга на основе серии данных КТ. Наличие – **соответствует.**	Программный пакет: Мозговая перфузия РК-МТ-5№016750 (Приложение для анализа перфузий головного мозга) – наименование заявленного ПО не соответствует	Программный пакет: Мозговая перфузия NeuViz 128. **соответствует.**	Приложение для анализа перфузий головного мозга- **соответствует.**

			регистрационному удостоверению- **не соответствует.**		
21	Приложение оценки легочных узлов: Прикладной программный пакет для обследования узлов в легких/Программное обеспечение для визуализации и идентификации потенциальных образований в легких.	Приложение оценки легочных узлов на основе серии данных КТ. Наличие – **соответствует.**	Программный пакет: Оценка плотности легких РК-МТ-5№016750 (Приложение оценки легочных узлов). – наименование заявленного ПО не соответствует регистрационному удостоверению- **не соответствует.** Программное обеспечение для визуализации и идентификации потенциальных образований в легких) – **соответствует..**	Программный пакет: трехмерное построение легких. Прикладной программный пакет для обследования узлов в легких – **соответствует.**	Приложение оценки легочных узлов: Программное обеспечение для визуализации и идентификации потенциальных образований в легких. – **соответствует.**
22	Программное обеспечение для рабочей станции: Программное обеспечение для рабочей станции врача	Программное обеспечение для рабочей станции врача – **соответствует.**	AVW программное обеспечение для просмотра РК-МТ-5№016750 (Программное обеспечение для рабочей станции). Программное обеспечение для рабочей станции врача – **соответствует..**	Программное обеспечение для рабочей станции – **соответствует**.	Программное обеспечение для рабочей станции врача.– **соответствует.**
23	Программное обеспечение для сканирования сердца: Спиральное ретроспективное сканирование сердца / Программное обеспечение для режима сканирования сердца.	Наличие программного пакета: Cardiac Function Analysis (CFA). Анализ функции сердца –	Система сканирования сердца (программное обеспечение) РК-МТ-5№016750. Программное обеспечение для режима	Система сканирования сердца. Программное обеспечение для режима сканирования сердца – **соответствует.**	Программное обеспечение для режима сканирования сердца. – **соответствует.**

		соответствует.	сканирования сердца – наименование заявленного ПО не соответствует регистрационному удостоверению- **не соответствует.**		
24	Программное обеспечение для обеспечения сканирования в аксиальной плоскости: Аксиальные изображения / Фиксированные аксиальные реконструкции изображения.	Наличие программного обеспечения для аксиального сканирования (Аксиальные изображения) – **соответствует.**	Консоль (Программное обеспечение для обеспечения сканирования в аксиальной плоскости). Фиксированные аксиальные реконструкции изображения) – **соответствует..**	Компьютеризованная система обработки изображений: Фиксированные аксиальные реконструкции изображения – **соответствует.**	Фиксированные аксиальные – **соответствует.**
25	Стекло защитное: Стекла защитные просвинцованные/Специальное рентгенозащитное стекло	Стекла защитные просвинцованные – **соответствует.**	Освинцованное стекло. Стекла защитные просвинцованные – **соответствует.**	Освинцованное стекло. Стекла защитные просвинцованные – **соответствует.**	Специальное рентгенозащитное стекло с рамой и креплениями– **соответствует.**
26	Стабилизатор напряжения: Стабилизатор напряжения/Щит распределительный.	Стабилизатор напряжения – **соответствует.**	Стабилизатор напряжения **– соответствует..**	Источник бесперебойного питания в комплекте с стабилизатором напряжения – **соответствует.**	Щит распределительный **— соответствует.**
27	Источник бесперебойного питания системы	Наличие источника бесперебойного питания для компьютерного томографа – **соответствует.**	Источник бесперебойного питания системы – **соответствует.**	Источник бесперебойного питания в комплекте с стабилизатором напряжения	Источник бесперебойного питания системы– **соответствует.**
28	Формирование отчета: Создание отчетов	Наличие ПО управление дозой: DoseCheck, отчеты	Консоль (Формирование отчета). Создание отчетов – **соответствует..**	Формирование отчета – **соответствует.**	Формирование отчета– **соответствует.**

		DICOM по дозиметрии (DICOM SR), DoseRight с угловой модуляцией дозы, DoseRight Z-DOM (Продольная модуляция дозы). Создание отчетов – **соответствует.**			
29	Интеграция с PACS	Наличие стандарта DICOM, DICOM Интеграция с PACS – **соответствует.**	Консоль (Интеграция с PACS) – **соответствует.**	Формирование отчетов – импорт изображении в систему включает автоматический импорт изображений в систему через DICOM, схватывая такие процессы, как сканирование, передача данных, их прием на рабочей станции, просмотр, анализ, создание и сохранение отчетов. Автоматический импорт изображений через DICOM-модуль для интеграции с PACS-системами на рабочей станции врача является ключевым процессом, которые обеспечивает плавное и надежное получение, хранение и доступ к медицинским изображениям. –	Интеграция с PACS – **соответствует.**

				соответствует.	

Врач нейрохирурга **Дюсенов А.К**