Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647635-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 11-10-2024 08:50:00

Лот № 4647635-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647635-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Асилбекова Айжамал – (Инженер по медоборудованию, ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" УЗ г. Шымкент) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	121040015400, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS"	Соответствует
3	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Соответствует
4	191140030515, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE"	Соответствует
5	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Асилбекова Айжамал

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО "ПРОМ-ЕА"	ТОО "UNIX PHARM"	ТОО "Q-MED LLC"	ТОО "SANMED PLUS"	ТОО "DENSAULYQ LIFE"
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая «HD-550» с принадлежностями	Видео колоноскопы, варианты исполнения: VCC-Q30JL с системой видео эндоскопической. Видео гастроскопы, варианты исполнения:HD-GT1P,HD-GT1,VME-92S,VME-98S,VGT-Q30,VGT-1T30J,VGT-Q30J,FHDGT200J,FHD-GT200 с системой видео эндоскопической Видеобронхоскопы, варианты исполнения:VBC-1T30,VBC-Q30 с системой видео эндоскопической	Видео гастроскоп, варианты исполнения: VGT-Q30J с системой видео эндоскопической Видео колоноскоп, варианты исполнения: VCC-Q30 JL с системой видео эндоскопической Видеобронхоскопы, варианты исполнения: VBC-Q30 с системой видео эндоскопической	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000	Видеоинформационный центр
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.	FUJIFILM Corporation	Olympus Medical Systems Corp.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

Основные комплектующие					
Основной блок	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Встроенный источник света: Встроенный источник света.	**Не соответствует:** Опираясь на официальные данные из регистрационного удостоверения РК-МТ-0№023001, в разделе «Комплектность МИ», Источник света описывается как отдельное комплектующее, что подтверждает то, что предлагаемый аппарат не имеет встроенного источника света как требуется в техническом задании Так же то, что аппарат комплектуется отдельным источником света, подтверждает фото аппарата на официальном сайте производителя. Требуемый встроенный источник света позволяет сделать устройство более компактным. Это важно, так как эндоскопы часто используются в	Соответствует	**Не соответствует:** Источник света не встроенный Так же то, что аппарат комплектуется отдельным источником света, подтверждает фото аппарата на официальном сайте производителя. Требуемый встроенный источник света позволяет сделать устройство более компактным. Это важно, так как эндоскопы часто используются в ограниченных пространствах, и меньший размер облегчает манипуляции. Упрощение использования: Встроенные источники света устраняют необходимость в подключении внешних источников освещения. Это облегчает подготовку	Соответствует	Соответствует

	ограниченных пространствах, и меньший размер облегчает манипуляции. Упрощение использования: Встроенные источники света устраняют необходимость в подключении внешних источников освещения. Это облегчает подготовку к процедуре и снижает риск неправильного подключения, что может привести к потенциальным ошибкам. Встроенные источники света не требуют замены лампы. Устойчивость к внешним воздействиям: Встроенные системы более защищены от внешних факторов, таких как пыль и влага, что может повысить надежность работы устройства в условиях клиники.		к процедуре и снижает риск неправильного подключения, что может привести к потенциальным ошибкам. Встроенные источники света не требуют замены лампы. Устойчивость к внешним воздействиям: Встроенные системы более защищены от внешних факторов, таких как пыль и влага, что может повысить надежность работы устройства в условиях клиники.		
Функция увеличения: Функция увеличения	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Слот памяти: Слот памяти/доступ к памяти/ слот для карты памяти USB для сохранения изображений.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Режим визуализации: Встроенный оптический узкоспектральный режим для визуализации поверхностных сосудов и структуры слизистой и дифферинциальной диагностики полипов , аденом и раннего рака/ обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Функция стоп-кадра: Остановка кадра/Функция стоп-кадра.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Сохранение данных пациентов: Не менее: 45.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Видеопроцессор имеет функцию увеличения изображения: Электронное увеличение /Функция электронного масштабирования/увеличения.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Медицинский монитор/ LCD Монитор.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Диагональ: Не менее 26 дюймов.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разрешение: Не менее 1920 х 1080.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Тележка/ Столы подставки для медицинской аппаратуры.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гастроскоп/ Гастровидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Видеобронхоскоп/ Бронховидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Водяная помпа/ Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Колоноскоп /Колоновидеоскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения					

сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647636-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 16-10-2024 10:32:23

Лот № 4647636-T1

Система компьютерной томографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647636-T1 Система компьютерной томографии, Байжанов Адилет – (врач рентгенолог, ГКП на ПХВ ЖАмбылская областная инфекционная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Байжанов Адилет

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «АЛАШ KZ»	ТОО «ADIcom Ltd»	ТОО «SBK Standart»	АО «Ordamed»
Предлагаемая модель МТ:	Компьютерный томограф Neu Viz 128	Томограф компьютерный Incisive CT с принадлежностями	Компьютерный томограф Somatom Go Up	Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения x64, с принадлежностями.
Производитель МТ:	Neusoft Medical Systems Co. Ltd	Philips Healthcare (Suzhou) Co Ltd, Китай	Siemens Healthcare, Германия	JSC Ordamed, Казахстан.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Гентри	Не соответствует наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению	соответствует	соответствует	соответствует
Диаметр отверстия гентри не более 720 мм	Соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Диапазон значения спирального питча: нижнее значение не более 0,15, верхнее значение 1,5	Соответствует	соответствует	соответствует	Не соответствует Диапазон значения спирального питча: верхнее значение 2,1
Рентгеновская трубка	Не соответствует наименование заявленных данных производителя не соответствует регистрационному удостоверению	соответствует	соответствует	соответствует
Теплоемкость рентгеновской трубки MHU не менее 8 MHU	Соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Размер большого фокусного пятна не более 1,0 х 1,0мм	Не соответствует размер большого фокусного пятна 1,1 х 1,2 мм	соответствует	соответствует	соответствует
Размер малого фокусного пятна не более 0,8 х 1,0 мм	Не соответствует размер малого фокусного пятна 0,6 х 1,2 мм	соответствует	соответствует	соответствует
Количество одновременно получаемых срезов 64 срезов	Не соответствует Количество одновременно получаемых срезов 128 срезов	соответствует	соответствует	соответствует
Генератор	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стол пациента	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Грузоподъемность стола кг не менее 205 кг	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Скорость движения стола, мм/с, не менее 200 мм/сек	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Опора для руки	Соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подголовник	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подушка стола	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Подставка для головы	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Пульт управления сканированием	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Консоль оператора	Соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Рабочее место врача	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Формирование отчета	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программное обеспечение коррекции артефактов от металла	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программное обеспечение для контрастного исследования сосудов	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Программное обеспечение для обследования образований в легких	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стекло просвинцованное	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Стабилизатор напряжения	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Источник бесперебойного питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Эксперт **Байжанов А.Б.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647676-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-10-2024 11:52:16

Лот № 4647676-T1

Видеоинформационный центр с колоновидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647676-T1 Видеоинформационный центр с колоновидеоскопом, Ярунина Раиса – (врач, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
3	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Соответствует
4	120140011340, ТОО "UNIX PHARM"	Не соотвествует
5	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
6	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ярунина Раиса

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

ЛОТ№ 4647676-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО "Q-MED LLC"	ТОО"АЛАШ-KZ"	ТОО "UNIX PHARM"	ТОО «NOVIRS»	ТОО "QUORU"
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая «HD-550» с принадлежностями	Видео колоноскоп, варианты исполнения: ,VME-1650S с системой видео эндоскопической	Видео колоноскопы, варианты исполнения: VCC-Q30JL	Видеоколоноскопы, варианты исполнения: VCC-Q30JL с системой видеоэндоскопической.	Видеоинформационный центр	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Китай	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Китай	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Китай	Olympus Medical System Corp., Япония	FUJIFILM Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Видеоцентр: Видеопроцессор/Видеоцентр: Фунция спектральной обработки изображения. Технология спектрального цветового выделения/Обработка изображения в специальном	**Не соответствует** Согласно данным открытого источника сайта официального представителя завода SonoScape Medical Corp. Китай, видеоблок в варианте	**Не соответствует** Согласно технической спецификации требуется встроенный источник света. В технической спецификации предоставленной	**Не соответствует** Согласно технической спецификации требуется встроенный источник света. В технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком указывается два раздельных блока, что	**Не соответствует** **Не предоставлены сертификат/письмо о средствах измерениях (РУ РК МИ (МТ)-0№023246**	**Соответствует**	**Соответствует**

спектре освещения. Коэффициенты масштабирования: не менее X 1.00 не более x 2.00. Режим диафрагмы: Пиковый Средний. Формат изображений: JPEG, TIFF. Регулировка яркости: Не менее -4 не более +6. Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ): Не более 395x210x485 мм. Вес: Не более 15 кг. Формат передачи видеосигнала на монитор: HD-TV / Full HD Встроенный источник света: Светодиодный встроенный источник света. Функция увеличения: Устройство имеет функцию увеличения. Объем памяти для записи данных: Не менее 45 пациентов. Напряжение: От 100 вольт до 240 вольт. Система охлаждения лампы: Принудительная вентиляция/	исполнения HD-550 не имеет встроенного источника света: Ссылка на официальный источник: https://www.sonoscape.com/html/en/products/endoscopy/ https://sonoscape.ru/index.php?do=download&id=32 Так же согласно регистрационного удостоверения **РК-МТ-0№023001**: источник света указывается как отдельное комплектующие от видеоблока.	потенциальным поставщиком указывается два раздельных блока, что не соответствует требуемой технической спецификации. Не указана информация о: 1) Регулировка яркости: Не менее -4 не более +6.	не соответствует требуемой технической спецификации			

Принудительное воздушное охлаждение. Функция стоп-кадра: Стоп-кадр/Функция остановки кадров Видеовыход: Видеовыход DVI / выходной разъем HD/SD SDI. Функция записи изображения: Функция записи изображения / Запись эндоскопического изображения. Подключение инсуффлятора эндоскопического: Возможность подключения Эндоскопического регулятора / инсуффлятора CO2.						

Колоновидеоскоп: Видеоколоноскоп /Колоновидеоскоп: Угол поля зрения: 140° Глубина резкости: не менее 2 – 100мм. Углы изгиба: Верх/вниз 180/180 градусов, Лево/вправо 160/160 градусов. Диаметр дистального конца: 12,8 мм. Диаметр вводимой трубки: 12,8 мм. Диаметр рабочего канала: Не менее 3,7 мм Длина рабочей части: Не менее 1680 мм.	**Не соответствует** 1) Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеоколоноскоп /Колоновидеоскоп: требуемая глубина резкости не менее 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A <u>равна 3 мм</u>, диапазон составляет <u>97 мм</u> что является менее требуемого диапазона! Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет	**Не соответствует** 1) Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеоколоноскоп /Колоновидеоскоп требуемая глубина резкости 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A <u>равна 3 мм</u>, диапазон составляет <u>97 мм</u> что является менее требуемого диапазона! Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко	**Не соответствует** 1) Видеоколоноскоп /Колоновидеоскоп требуемая глубина резкости 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A <u>равна 3 мм</u>, диапазон составляет <u>97 мм</u> что является менее требуемого диапазона! Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака.	**Не соответствует** **Предлагаемый параметр ведеоколоноскопа:** Глубина резкости: **<u>От 2мм -100 мм,</u>** согласно данным открытого источника сайта официального представителя завода Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Китай, предлагаемая техническая спецификация данной модели VCC-Q30L не совпадает с официальными данными завода производителя: 2) Глубина резкости:3-100 мм, (согласно требуемой технической спецификации Видеоколоноскоп /Колоновидеоскоп требуемая глубина резкости 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации	**Соответствует**	**Соответствует**

	более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака. 2) Требуемый параметр: Диаметр дистального конца: 12,8 мм. поставщик указывает размер, 12,8 мм, однако согласно данным открытого источника сайта официального представителя завода SonoScape Medical Corp. Китай, Видеоколоноскоп в варианте исполнения EC-550T имеет диаметр дистального конца, мм: 12,9 мм: Ссылка на официальный источник:	визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака.		потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 3 мм, диапазон составляет 97 мм что является менее требуемого диапазона! Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака. 2) Требуемый параметр коловидеоскопа: Длина рабочей части: Не менее 1680 мм. Предлагаемый параметр ведеоколоноскопа: Рабочая длина вводимой части, мм: 1680 мм. Однако согласно данным открытых источников предлагаемый видеоколоноскоп имеет длину рабочей части 1650 мм, что не		

	https://sonoscape.ru/index.php?do=download&id=32 3) Требуемый параметр: Диаметр вводимой трубки: 12,8 мм. поставщик указывает размер, 12,8 мм, однако согласно данным открытого источника сайта официального представителя завода SonoScape Medical Corp. Китай, Видеоколоноскоп в варианте исполнения EC-550T имеет диаметр вводимой трубки 12,9 мм: Ссылка на официальный источник: https://sonoscape.ru/index.php?do=download&id=32			соответствует требуемому параметру. Ссылка на официальный источник: https://www.aohua-endo.ru/product/videoendoskopicheskaya-sistema-aq-110/#custom_tab_3 https://www.aohua.eu/vgt-vcc		
Монитор: Монитор: Диагональ: Не менее	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

26 дюймов						
Держатель для оборудования: Тележка/столы подставки для медицинской аппаратуры	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Течеискатель: Тестер для проверки герметичности/ устройство для проверки герметичности.	**Соответствует**	**Соответствует.**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт _____Ярунина Р.А.

подпись/печать

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647681-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-10-2024 08:27:41

Лот № 4647681-Т1

Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647681-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями, Тулеуова Айнур – (Заведующая отделение лучевой диагностики, КГП на ПХВ "Больница скорой медицинской помощи" УЗ области Абай) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	150840007550, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК"	Соответствует
2	141140016783, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST"	Соответствует
3	130840006432, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН"	Соответствует
4	031140016493, Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions"	Соответствует
5	160140012197, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Тулеуова Айнур

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО "ДАЛ ДИАГНОСТИК"**	**ТОО "ZEIN INVEST"**	**ТОО "ДАЛ КАЗАХСТАН"**	**ТОО "Life Medical Solutions"**	**ТОО "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"**
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Select» с принадлежностями	Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой OEC One с принадлежностями	Мобильное рентгеновское флюороскопическое оборудование «PROSTAR»	Мобильная рентгеновская система CompaX с С-дугой в варианта исполнения: CompaX 500B в комплекте с принадлежностями	PLX7000B Высокочастотная мобильная цифровая система типа С-дуга
Производитель МТ:	Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd., Китай	GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, Китай	DK Medical Systems Co., Ltd	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие					
С-Штатив	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** Требуется поворот (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси) не менее ±190 градусов, в ТС поставщик указал ≥±180° (±10°), параметр 170° не подтверждает соответствие требованиям
Рентгеновский излучатель (моноблок)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Коллиматор			Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** В ТС поставщика отсутствует параметр: Система формирования изображений – 360°
Переключатель ножной	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Усилитель рентгеновских изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** В ТС поставщика отсутствуют параметры: Телевизионная камера
Устройство видеораспреде лительное	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие					
Принтер для печати медицинских изображений	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Расходные материалы					
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)					
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

третьих компетентных лиц					
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** В ТС поставщика отсутствует информация

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4647695-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 14-10-2024 12:04:24

Лот № 4647695-T1

Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4647695-T1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом, Ярунина Раиса – (врач, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5" Управление общественного здравоохранения города Алматы) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соотвествует
2	111240006803, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS"	Соответствует
3	180240000339, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU"	Соответствует
4	200540004626, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Ярунина Раиса

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

ЛОТ№4647695-Т1

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «Пром-ЕА»	ТОО "Q-MED LLC"	ТОО «NOVIRS»	ТОО "QUORU"
Предлагаемая модель МТ:	Система видеоэндоскопическая «HD-550» с принадлежностями	Видео гастроскопы, варианты исполнения: VME-92S с системой видео эндоскопической	Видеоинформационный центр	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000
Производитель МТ:	SONOSCAPE MEDICAL CORP., Китай	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Китай	Olympus Medical System Corp., Япония	FUJIFILM Corporation, Япония
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Видеоцентр: Видеопроцессор/Видеоцентр: Фунция спектральной обработки изображения. Технология спектрального цветового выделения/Обработка изображения в специальном спектре освещения. Коэффициенты масштабирования: не менее X 1.00 не более x 2.00. Режим диафрагмы: Пиковый Средний. Формат изображений: JPEG, TIFF.	**Не соответствует** Согласно данным открытого источника сайта официального представителя завода SonoScape Medical Corp. Китай, видеоблок в варианте исполнения HD- 550 не имеет встроенного источника света: Ссылка на официальный источник: https://www.sonoscape.com/html/en/products/endoscopy/ https://sonoscape.ru/index.php?do=download&id=32 Так же согласно регистрационного	**Не соответствует** Согласно технической спецификации требуется встроенный источник света. В технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком указывается два раздельных блока, что не соответствует требуемой технической спецификации. Не указана информация о: 1) Регулировка яркости: Не **менее -4 не более +6.**	**Соответствует**	**Соответствует**

Регулировка яркости: Не менее -4 не более +6. Размеры видеоинформационного центра (ШхВхГ): Не более 395х210х485 мм. Вес: Не более 15 кг. Формат передачи видеосигнала на монитор: HD-TV / Full HD Встроенный источник света: Светодиодный встроенный источник света. Функция увеличения: Устройство имеет функцию увеличения. Объем памяти для записи данных: Не менее 45 пациентов. Напряжение: От 100 вольт до 240 вольт. Система охлаждения лампы: Принудительная вентиляция/ Принудительное воздушное охлаждение. Функция стоп-кадра: Стоп-кадр/Функция остановки кадров Видеовыход: Видеовыход DVI / выходной разъем HD/SD SDI. Функция записи изображения: Функция записи изображения / Запись эндоскопического изображения. Подключение инсуффлятора эндоскопического:	удостоверения **РК-МТ-0№023001**: источник света указывается как отдельное комплектующие от видеоблока.			

Возможность подключения Эндоскопического регулятора / инсуффлятора CO2.				
Видеогастроскоп: Видеогастроскоп /Гастровидеоскоп: Угол поля зрения: Не менее 140^0 Глубина резкости: 2 – 100. Углы изгиба: Углы изгиба Верх/вниз 210/90 градусов, Лево/вправо 100/100 градусов. Диаметр дистального кончика, мм: 9,2 мм. Диаметр вводимой трубки: Не более 9,3 мм. Диаметр рабочего канала, мм: 2,8 мм Длина рабочей части, мм: Не менее 1030 мм.	**Не соответствует** 1) Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеогастроскопа / Гастровидеоскопа требуемая глубина резкости 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 3 мм, диапазон составляет 97 мм что является менее требуемого диапазона! Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака. 2) Требуемый параметр видеогастроскопа: Диаметр дистального кончика, мм: 9,2 мм., Предложенный видеогастроскоп имеет диаметр дистального кончика 9,3мм, что не соответствует требуемым параметрам.	**Не соответствует** 1) Не соответствует (согласно требуемой технической спецификации Видеогастроскопа / Гастровидеоскопа требуемая глубина резкости 2 - 100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 2 мм, что соответствует требуемому диапазону 98 мм. В технической спецификации потенциального поставщика указывается диапазон 3-100 мм, при расчете по формуле X=B-A, где B является равным 100 мм, A равна 3 мм, диапазон составляет 97 мм что является менее требуемого диапазона! Глубина резкости в диапазоне 2-100 мм позволяет более четко визуализировать ямочные и сосудистые характеристики слизистой оболочки желудка, которые влияют на выявление раннего рака. 3) Требуемый параметр видеогастроскопа: Диаметр дистального кончика, мм: 9,2 мм., Предложенный видеогастроскоп имеет **диаметр дистального**	**Соответствует**	**Соответствует**

		кончика 9,8мм, что не соответствует требуемым параметрам.. **4)** Требуемый параиетр видеогастроскопа : Диаметр вводимой трубки: Не более 9,3 мм. Предложенный видеогастроскоп имеет **диаметр вводимой трубки 9,6 мм**, что не соответствует требуемым параметрам.		
Монитор: Монитор: Диагональ: Не менее 26 дюймов	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Держатель для оборудования: Тележка/столы подставки для медицинской аппаратуры	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Течеискатель: Тестер для проверки герметичности/ устройство для проверки герметичности.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Эксперт _____Ярунина Р.А.

подпись/печать