Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4648024-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 22-10-2024 09:43:09

Лот № 4648024-T1

Компьютерный томограф

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4648024-T1 Компьютерный томограф, Дуйсембаев Канат – (Врач рентгенолог, Жамбылская обласная многопрофильная больница) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	081240010645, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI"	Не соотвествует
3	061040000012, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Соответствует
4	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соотвествует
6	111140008013, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Дуйсембаев Канат

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия
лот 4648024-Т1
(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО “МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”	ТОО “FortisPie”	ТОО “Алаш KZ”	ТОО “Лабтроник”	АО “Ordamed”	ТОО «ADICom Ltd»
Предлагаемая модель МТ:	Томограф компьютерный Revolution Maxima с принадлежностями. РК-МТ-5№020890 от 20.08.2020 г до 20.08.2025 г.	1) Система компьютерной томографии AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями РК-МТ-5№018527 от 03.10.2023 г. до бессрочно 2) Incisive CT с принадлежностями, РК-МТ-5№018977 от 19.04.2024, бессрочно **В заявке указано две модели КТ разных производителей**	1) Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime РК-МТ-5№019985 от 22.01.2020 г. до 22.01.2025 г. 2) Компьютерный томограф NeuViz 128, № РК-МТ-5№016750 от 03.08.2022, бессрочно	Компьютерный томограф с отображением нескольких срезов NeuViz Prime РК-МТ-5№019985 от 22.01.2020 г. до 22.01.2025 г. 2) Компьютерный томограф NeuViz 128, № РК-МТ-5№016750 от 03.08.2022, бессрочно	Томограф компьютерный Opus вариант исполнения x128 с принадлежностями, **РК МИ (МТ)-0№026832 Указан номер регистрационного удостоверения отсутствующий в государственном реестре лекарственных средств и (или) медицинских изделий, нет регистрации РК.**	Incisive CT с принадлежностями, РК-МТ-5№018977 от 19.04.2024, бессрочно
Производитель МТ:	GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd, Китай	1) Canon Medical Systems Corporation, Япония 2) Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай	АО "Ordamed", Казасхтан	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**

Основные комплектующие						
Гентри	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Диаметр отверстия гентри не менее 700 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальное поле обзора сканирования не менее 50 см.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки на 360°не более 0,35 сек.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК** **Не соответствует** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения Opus x128 с принадлежностями Стр. 167: Время одиночного сканирования: 0,37 с.	Соответствует
Детектор	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Потенциальный поставщик в письме пояснении указывает что в: **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977)** есть пункт № 3 Детектор,	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		так как детекторная системы является основным блоком КТ оснастить Систему компьютерной томографии **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527)** предлагаемую в заявке к тендеру детектором Филипс не допускается.				
Детектор рентгеновского излучения/Детектор	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Количество линеек детекторов не менее 64.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Количество срезов за один оборот, максимальное не менее 128.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Минимальная толщина среза не более 0,625 мм.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальная коллимация среза не менее 10 мм.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Рентгеновская трубка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Рентгеновский излучатель/ Рентгеновская трубка (Блок рентгеновской трубки):	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Теплоёмкость анода рентгеновской трубки не менее 7 MHU.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Максимальная скорость охлаждения анода не менее 1070 kHU/ мин.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Размер малого фокального пятна не более 0,7 х 1,0 мм.	Соответствует	**Не соответствует (0,9х0,8 мм)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) (No. 2B2 80 -33 4EN *C/ No. 2B2 80 -33 4RU *C/) прилагается, заверенное печатью производителя) стр.88	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК Не соответствует** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию Томограф компьютерный Opus, варианты исполнения Opus x128 с принадлежностями Стр.125: Малое фокусное пятно 0,7 мм х 1,2 мм	Соответствует
Размер большого фокального пятна не менее 0,9 мм х 0,9 мм.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Генератор рентгеновский высоковольтный	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Потенциальный поставщик в письме пояснении указывает что в: **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977)** есть пункт № 4 Рентгеновский	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		высоковольтный генератор, так как генератор является основным блоком КТ оснастить Систему компьютерной томографии **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527)** предлагаемую в заявке к тендеру генератором Филипс не допускается.				
Максимальная мощность рентгеновского генератора не менее 72 кВт.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку не более 80 кВ.	Соответствует	**Не соответствует**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку не менее 140 кВ.	Соответствует	**Не соответствует (135 кВ)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) (No. 2B2 80 -33 4EN *C/ No. 2B2 80 -33 4RU *C/ прилагается, заверенное печатью производителя) стр.88, стр. 90.	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Максимальное значение тока не менее 600 мА.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Стол пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа) Так же, потенциальный поставщик в письме пояснении указывает что в: **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977)** есть пункт № 6 Стол пациента. Так как стол для пациента является основным блоком КТ дооснастить Систему компьютерной томографии **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527)** предлагаемую в заявке	**Не соответствует** (В соответствии с РУ РК-МТ-5№019985 зарегистрирован один П.13-Стол, потенциальный поставщик указывает Стол в П.5 основных комплектующих ТС-как стол пациента, в П.4 дополнительных комплектующих ТС - как Стол (Подголовник), в П.6 дополнительных комплектующих ТС-как Консоль (стол оператора).	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		к тендеру столом Филипс не допускается.				
Стол для пациента/стол пациента:	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа), так же потенциальный поставщик в письме пояснении указывает что в: **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977)** есть пункт № 6 Стол пациента. Так как стол для пациента является основным блоком КТ дооснастить Систему компьютерной томографии **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония**	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		(РК-МТ-5№018527) предлагаемую в заявке к тендеру столом Филипс не допускается.				
Минимальная высота стола не более 53 см	Соответствует	**Не соответствует** Потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру стол для пациента пункт № 6 РУ из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** но указывает что у **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527)** минимальная высота стола 53 см, соответственно не представляется возможным расценить параметр какого стола какого КТ поставщик указывает в заявке к тендеру.	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Грузоподъемность стола для пациента не менее 227 кг	Соответствует	**Не соответствует** Потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру стол для	**Не соответствует (205 кг)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство	**Не соответствует (205 кг)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		пациента пункт № 6 РУ из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** но указывает что у **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527)** есть опция грузоподъемность 315 кг, соответственно не представляется возможным расценить параметр какого стола какого КТ поставщик указывает в заявке к тендеру.	пользователя NeuViz Prime стр.68 (прилагается, заверенное печатью производителя)	пользователя NeuViz Prime стр.68 (прилагается, заверенное печатью производителя)		
Диапазон сканирования не менее 1730 мм.	Соответствует	**Не соответствует** Потенциальный поставщик указал в письме пояснении что подает в заявке к тендеру стол для пациента пункт № 6 РУ из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** но указывает что у **AquilionPrime SP(TSX-303B) с принадлежностями,**	**Не соответствует (1650 мм)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.272 (прилагается, заверенное печатью производителя	**Не соответствует (1650 мм)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.272 (прилагается, заверенное печатью производителя)	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527) диапазон сканирования 1800 мм, соответственно не представляется возможным расценить параметр какого стола какого КТ поставщик указывает в заявке к тендеру.				
Максимальная скорость горизонтального перемещения стола не менее 175 мм/с.	Соответствует	**Не соответствует (160 мм/сек)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) (No. 2B2 80 -33 4EN *C/ No. 2B2 80 -33 4RU *C/ прилагается, заверенное печатью производителя) стр.95 Потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру стол для пациента пункт № 6 РУ из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** но указывает что у **AquilionPrime**	**Не соответствует (100 мм/сек)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.76 (прилагается, заверенное печатью производителя	**Не соответствует (100 мм/сек)** Потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Руководство пользователя NeuViz Prime стр.76 (прилагается, заверенное печатью производителя	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		SP(TSX-303B) с принадлежностями, Canon Medical Systems Corporation, Япония (РК-МТ-5№018527), максимальная скорость горизонтального перемещения стола 175 мм/с. соответственно не представляется возможным расценить параметр какого стола какого КТ поставщик указывает в заявке к тендеру.				
Педали для стола пациента: Ножные переключатели/ Ножные педали.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Камера для автоматического позиционирования пациентов	Соответствует	**Не соответствует** (на данное комплектующее отсутствует регистрация РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Камеру для позиционирования пациента пункт № 50, из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** Камера — это сложная	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Камера это отдельное дорогостоящее комплектующие **не входящая в состав Гентри** специализированная оптическая система монтируемая на потолок над столом пациента, система активирует движение стола, центрацию, автоматически определяет диапазон сканирования, область сканирования,	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Камера это отдельное дорогостоящее комплектующие **не входящая в составе Гентри** специализированная оптическая система монтируемая на потолок над столом пациента, система активирует движение стола, центрацию, автоматически определяет диапазон сканирования, область сканирования,	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует

		специализированная оптическая система система активирующая движение стола, центрацию, автоматически определяет диапазон сканирования, область сканирования, анатомичсекие ориентиры и осуществляет центрирование путем определения положения и формы в трех измерениях и оснастить КТ Кэнон Камерой Филипс без государственной регистрации не допускается.	анатомичсекие ориентиры и осуществляет центрирование путем определения положения и формы в трех измерениях. исключая повторное сканирование при не правильной укладке пациента, значительно увеличивает пациентопоток сохраняя стабильное качество изображения и минимизируя число ошибок.	анатомичсекие ориентиры и осуществляет центрирование путем определения положения и формы в трех измерениях. исключая повторное сканирование при не правильной укладке пациента, значительно увеличивает пациентопоток сохраняя стабильное качество изображения и минимизируя число ошибок.		
Камера для автоматического позиционирования пациентов/Камера для позиционирования пациента.	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-РК-МТ-5№018527)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
ЭКГ монитор пациента со стойкой	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру интегрированный ЭКГ-монитор пункт № 9 из	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977), оснастить КТ Кэнон Мониторм пациента Филипс без государственной перерегистрации не допускается.				
ЭКГ монитор пациента со стойкой/Интегрированный ЭКГ-монитор.	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-РК-МТ-5№018527)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Консоль управления	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
В диапазоне от -1024 до – 3071.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (требуется до 3071 потенциальным поставщиком предлагается -3072)**	**Не соответствует (от -32768 до – 32767)**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Количество ЖК мониторов не менее 2 шт.	Соответствует	**Не соответствует** Согласно РК-МТ-5№018527 зарегистрирована Консоль, в составе: 1. Монитор.	**Не соответствует (монитор-1 шт.)** РК-МТ-5№019985) зарегистрирован П.9 -Монитор	**Не соответствует (монитор-1 шт.)**	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		В составе консоли один монитор, потенциальный поставщик указал не достоверные данные согласно Operator Manual AquilionPrime SP(TSX-303B) (No. 2B2 80 -33 4EN *C/ No. 2B2 80 -33 4RU *C/ прилагается, заверенное печатью производителя) стр.130				
Рабочая станция	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа) Так же потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Рабочую станцию пункт № 7 из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Потенциальный поставщик заявляет- **AVW рабочая станция 128 из РК-МТ-5№01675, облагается НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (Потенциальный поставщик заявляет- **Консольный компьютер**, что не является специализированной рабочей станцией врача)	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		оснастить КТ Кэнон Рабочей станцией Филипс без государственной перерегистрации не допускается.				
Мониторы: Мониторы 2 шт.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует (Зарегистрирован один монитор для доктора)**	**Не соответствует (Зарегистрирован один монитор для доктора)**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Программное обеспечение для анализа сосудов: Программный пакет для сосудистой визуализации/ Углубленный анализ сосудов. Программный пакет для легочной визуализации: Программный пакет для легочной визуализации/ Определение и сегментация легкого. Программный пакет для исследования перфузии головы: Программный пакет для исследования перфузии головы/ Клинический программный пакет: Перфузия головного мозга. Программный пакет для анализа аневризмы сосудов головы: Программный пакет для анализа аневризмы сосудов головы/ определять аневризмы.	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Отсутствует регистрация рабочей станции врача, а так же **нет регистрации ни одного специализированного программного обеспечения для реконструкции медицинских изображений**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Отсутствует регистрация рабочей станции врача, а так же **нет регистрации ни одного специализированного программного обеспечения для реконструкции медицинских изображений**	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Программный пакет для динамического сбора данных: Программный пакет для динамического сбора данных/поддерживает анализ динамических и последовательных КТ. Программный пакет для количественной оценки функции желудочков сердца: Программный пакет для количественной оценки функции желудочков сердца/ Приложение применяется для оценки состояния левого желудочка. Программный пакет для визуализации полученных данных: Программное обеспечение для анализа результатов КТ-ангиографии коронарных артерий/ Анализ коронарных артерий. Программное обеспечение для оценки кальциевого индекса: Программное обеспечение для оценки кальциевого индекса/Подсчет баллов по кальцификации сосудов сердца.						
Дополнительные комплектующие:						
Переговорное устройство	Соответствует	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Не соответствует**	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		(не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Переговорное устройство пункт № 81 из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** оснастить КТ Кэнон Переговорным устройством Филипс без государственной перерегистрации не допускается.	(не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	(не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной		
Переговорное устройство для связи с пациентом /Переговорное устройство	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527)	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) Переговорное устройство это система связи пультовой с процедурной	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)				
Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов/ Ремни пациента и модуль направляющих	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа) Так же потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Ремни пациента пункт № 31 из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** оснастить КТ Кэнон ремнями пациента Филипс без государственной перерегистрации не допускается.	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Мягкая подкладка на стол пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа)				
Мягкая подкладка на стол пациента/ Подушка стола	Соответствует	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением РК-МТ-5№018527 медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа) Так же потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Подушка стола пункт № 25 из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** оснастить КТ Кэнон подушкой для стола Филипс без государственной	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		перерегистрации не допускается.				
Подголовник	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности Подголовник потенциальный поставщик указывает “Стол”, что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности Подголовник потенциальный поставщик указывает “Подушка для головы” что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Подголовник	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности Подголовник потенциальный поставщик указывает “Стол”, что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности Подголовник потенциальный поставщик указывает “Подушка для головы” что не является подголовником (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Кресло оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№018527) Потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Кресло оператора № 8 из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай**	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК** **Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует

		(РК-МТ-5№018977), оснастить КТ Кэнон креслом оператора Филипс без государственной перерегистрации не допускается.				
Кресло оператора/ Стул оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№018527)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности кресла оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Стол оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№018527) Потенциальный поставщик указал в письме пояснении что, подает в заявке к тендеру Стол оператора № 8 из **Incisive CT с принадлежностями, производства Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. Китай (РК-МТ-5№018977),** оснастить КТ Кэнон столом оператора Филипс без государственной перерегистрации не допускается.	**Не соответствует** (В соответствии с РУ РК-МТ-5№019985 зарегистрирован один П.13-Стол, потенциальный поставщик указывает Стол в П.5 основных комплектующих ТС-как стол пациента, в П.4 дополнительных комплектующих ТС - как Стол (Подголовник), в П.6 дополнительных комплектующих ТС-как Консоль (стол оператора).	**Не соответствует,** отсутствует регистрация принадлежности стол оператора (РК-МТ-5№019985)	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Рабочий стол оператора/ Стол оператора	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированная принадлежность РК-МТ-5№018527)	**Не соответствует** (В соответствии с РУ РК-МТ-5№019985 зарегистрирован один	**Не соответствует,** отсутствует регистрация	**Нет регистрации РК Не соответствует**	Соответствует

			П.13-Стол, потенциальный поставщик указывает Стол в П.5 основных комплектующих ТС-как стол пациента, в П.4 дополнительных комплектующих ТС - как Стол (Подголовник), в П.6 дополнительных комплектующих ТС-как Консоль (стол оператора).	принадлежности стол оператора (РК-МТ-5№019985)	(не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	
Инжектор	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует нет СИ** Инжекторы для компьютерной томографии с принадлежностями, SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD № РК-МТ-5№021053 (Насосы шприцевые, инфузионные, волюметрические являются средством измерения, согласно приказу МЗ РК от 14 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-260/2020	**Не соответствует** (не указано наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники Форма приложения 15 соответствие Правилам организации и проведения закупа) Потенциальный поставщик предоставил гарантийное письмо, что инжектор не является Средством измерения, что не соответствует действительности так как Насосы шприцевые, инфузионные, волюметрические являются средством	**Нет регистрации РК**	Соответствует

				измерения, согласно приказу МЗ РК от 14 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-260/2020		
Автоматические устройства для введения контрастного вещества/ Инжектор автоматический	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует нет СИ**	**Не соответствует нет СИ**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Стекло защитное просвинцованное	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик подает в заявке комплектующее из КТ Филипс (РК-МТ-5№018977), **облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанное потенциальным поставщиком **Освинцованное стекло из РК-МТ-5№016750 облагается НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанное потенциальным поставщиком **Освинцованное стекло из РК-МТ-5№016750 облагается НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Источник бесперебойного питания	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№020890) Так же потенциальный поставщик подает в заявке комплектующее из КТ Филипс (РК-МТ-5№018977), **облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует** Указанный потенциальным поставщиком **Источник бесперебойного питания из РК-МТ-5№016750 облагается НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Кабели питания	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует (отсутствуют)**	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Щит силовой электрический	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует (отсутствуют)**	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Щит силовой электрический/ Изолирующий трансформатор	Соответствует	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)	**Не соответствует (отсутствуют)**	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Устройство транспортировочное для стола пациента	Соответствует	**Не соответствует**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-	**Нет регистрации РК Не соответствует**	Соответствует

		(не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик подает в заявке комплектующее из КТ Филипс (РК-МТ-5№018977), **облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	(не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	
Устройство транспортировочное для стола пациента/ Тележка для транспортировки стола пациента	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик подает в заявке комплектующее из КТ Филипс (РК-МТ-5№018977), **облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)** указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании**	**Не соответствует (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985)** указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки стола пациента (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входит в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании**	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует

			весь лот облагается НДС	**весь лот облагается НДС**		
Устройство транспортировочное для гентри	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик подает в заявке комплектующее из КТ Филипс (РК-МТ-5№018977), **облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	**Нет регистрации РК Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК МИ (МТ)-0№026832)	Соответствует
Устройство транспортировочное для гентри/ Тележка для транспортировки гентри	Соответствует	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№018527) Так же потенциальный поставщик подает в заявке комплектующее из КТ Филипс (РК-МТ-5№018977), **облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР ДСМ-92 **при доукомплектовании**	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР	**Не соответствует** (не зарегистрированное комплектующие РК-МТ-5№019985) указанные потенциальным поставщиком **Колеса для транспортировки гентри (с упоковкой) из РК-МТ-5№016750 облагаются НДС** не входят в Перечень освобождаемых комплектующих Приказ МЗ от 7 июня 2019 года № ҚР	**Нет регистрации РК**	Соответствует

		весь лот облагается НДС	ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**	ДСМ-92 **при доукомплектовании весь лот облагается НДС**		
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)						
Электропитание 3 фазы + земля	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Напряжение 380 В ± 10%	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Частота 50 Гц ± 3 Гц	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует
Потребляемая мощность 100 кВА	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	**Нет регистрации РК**	Соответствует

Эксперт **ФИО/подпись Дуйсембаев К.**