Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652484-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 31-10-2024 11:01:26

Лот № 4652484-Т1

Аппарат искусственного кровообращения

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652484-Т1 Аппарат искусственного кровообращения, Сатыбалдин Ертай – (анестезиолог - реаниматолог (перфузиолог). , ГКП на ПХВ Областной кардиологический центр УЗ ЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	071040004864, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ix.kz" (Ай икс кей зэт)	Соответствует
2	181040017666, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARTIMED"	Не соотвествует
3	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Сатыбалдин Ертай

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ix.kz»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ArtiMed»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Health Equip»
Предлагаемая модель МТ:	Аппарат искусственного кровообращения Система S5. Регистрационное удостоверение: № РК-МТ-7№009438. Дата регистрации: 05.07.2023г.	Аппарат искусственного кровообращения HL20 с аппаратом терморегулирующим HCU 40. Регистрационное удостоверение: № РК-МИ(МТ) - №022941 от 07.10.2021г.	Аппарат искусственного кровообращения Система S5. Регистрационное удостоверение: № РК-МТ-7№009438. Дата регистрации: 05.07.2023г.
Производитель МТ:	Производитель: Liva Nova Deutschland GmbH, Германия.	Страна происхождения: Германия. Завод изготовитель: MAQUET Cardiopulmonary GmbH.	Производитель: Liva Nova Deutschland GmbH, Германия.
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие			
1. Консоль	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Размер № 3. Роликовый насос 3.
2. Аппарат для гипотермии	Соответствует	Не соответствует. Поток крови через магистрали через роликовый насос (для магистрали ½ Дюйма): 1,5 л/мин.	Соответствует
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)			
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями	Соответствует	Соответствует	Соответствует

эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа			
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации,	Соответствует	Соответствует	Соответствует

электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированн ыми специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и			

спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.			

Эксперт Сапожников С.С. **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4652491-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 04-11-2024 15:10:07

Лот № 4652491-T1

Мобильная цифровая рентгеноскопическая система типа С-дуга

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4652491-T1 Мобильная цифровая рентгеноскопическая система типа С-дуга, Арынов Жандос – (Заведующий отделением диагностики, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соотвествует
2	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
3	160340004202, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company "	Соответствует
4	240140005377, ТОО "Health Equip"	Не соотвествует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Арынов Жандос

Таблица соответствия
По лоту 4652491-Т1

Мощность генератора для рентгеновского оборудования является важным параметром при рентген исследованиях. Мощность генератора у «**EXTRON 5**» производителяDRTECHCorporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ меньше в 5 раз, чем требуется заявленной технической спецификацией.

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «КЫЗЫЛ ЖАР COMPANY»**	**ТОО «ADICOM LTD»**	**ТОО "АЛАШ-KZ"**	**ТОО "HealthEquip"**
Предлагаемая модель:	**Рентгеновский аппарат "Alien X" с С-дугой № РК-МТ-5№021241**	**Передвижная рентгенодиагностическая установка RADIUS в вариантах исполнения RADIUS XP РК-МТ-5№ 021021**	**Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5 № РК МИ (МТ)-0№027833**	**Мобильная рентгенологическая флюороскопическая/рентгеноскопическая система типа С-дуга EXTRON 5 № РК МИ (МТ)-0№027833**
Производитель:	Eurocolumbuss.r.l., ИТАЛИЯ	Intermedicals.r.l., ИТАЛИЯ.	DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	DRTECH Corporation, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основной блок (шасси)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Габариты: Ширина х длина х высота 841 мм х 1980 мм х 1620 мм. **согласно ТС, требуется:** Габариты: Ширина х длина х высота не более 860 мм х 1980 мм х 1810 мм.	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Габариты: Ширина х длина х высота 841 мм х 1980 мм х 1620 мм. **согласно ТС, требуется:** Габариты: Ширина х длина х высота не более 860 мм х 1980 мм х 1810 мм.

			<u>Согласно открытых источников:высота 1621,5 мм, длина 2042 мм, ширина 830 мм.</u> *Что не соответствует требованиям и выявлен факт указания недостоверных данных* Заявлено потенциальным поставщиком: Горизонтальное перемещение, мм.: 210 мм. **согласно ТС, требуется:** Горизонтальное перемещение, мм.: не менее 210 мм **<u>Согласно открытых источников:Горизонтальное перемещение 200 мм/</u>** *Что не соответствует требованиям и выявлен факт указания недостоверных данных* Орбитальное перемещение: -45°, не более +120°. *Заявлены не точные характеристики*	**<u>Согласно открытых источников:высота 1621,5 мм, длина 2042 мм, ширина 830 мм.</u>** *Что не соответствует требованиям и выявлен факт указания недостоверных данных* Заявлено потенциальным поставщиком: Горизонтальное перемещение, мм.: 210 мм. **согласно ТС, требуется:** Горизонтальное перемещение, мм.: не менее 210 мм **<u>Согласно открытых источников:Горизонтальное перемещение 200 мм/</u>** *Что не соответствует требованиям и выявлен факт указания недостоверных данных* Орбитальное перемещение: - 45°, не более +120°. *Заявлены не точные характеристики*
Монитор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Монитор оператора	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Педаль	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Устройство записи	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Флэт-панель (детектор)	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселей **согласно ТС, требуется:** Разрешение, пикселей: 1536x1536 пикселей. **Выходит за пределы требуемых характеристик** *Заявленное разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселейподтверждается информации с открытых источников* **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселей **согласно ТС, требуется:** Разрешение, пикселей: 1536x1536 пикселей. **Выходит за пределы требуемых характеристик** *Заявленное разрешение, пикселей: 2048 x 2048 пикселейподтверждается информации с открытых источников* **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**
Генератор			**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Мощность, кВт.: 4,8 кВт. **согласно ТС, требуется:** Мощность, кВт.: Не менее 25 кВт.	**Не соответствует** Заявлено потенциальным поставщиком: Мощность, кВт.: 4,8 кВт. **согласно ТС, требуется:** Мощность, кВт.: Не менее 25 кВт.

			Заявленная фактическая мощность, кВт.: 4,8 кВт. подтверждается информации с открытых источников **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**	*Заявленная фактическая мощность, кВт.: 4,8 кВт. подтверждается информации с открытых источников* **https://fortek.uz/ru/rentgenovskoe-oborudovanie-i-mammografy/1471-extron-5-mobilnaya-rentgenovskaya-sistema-dlya-flyuoroskopii-tipa-s-duga.html**
Коллиматор	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Рентгеновская трубка	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

"Согласно требованиям технической спецификации объявления, комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова ""не более"", ""не менее"", ""/"", ""или"", из альтернативных вариантов комплектации (предусмотренных согласно технической спецификации объявления) в технической спецификации поставщика должны содержаться конкретные предлагаемые к поставке параметры/характеристики/комплектующие.

Эксперт **Арынов Ж.К.**